



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA**

FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data: 02.12.2020]

Për: **“KRIJON” SHPK**

Adresa: *TIRANË, Farkë, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044*

* * *

Procedura e prokurimit: **“Kërkesë për Propozim- Mallra, me objekt: “Blerje Pajisje Laboratorike për Komandën Mbështetëse”, me fond limit: 4,160,000 (katër milion e njëqind e gjashtëdhjetëmijë) Lekë (pa TVSH), me REF-77768-11-05-2020.**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Blerje Pajisje Laboratorike, për Komandën Mbështetëse” me fond limit 4,160,000 (katër milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë (pa TVSH), dhe me REF-77768-11-05-2020, me afat lëvrimi⁴⁵ (dyzet e pesë dite ditë) nga nënshkrimi i kontratës.**

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 09.11.2020, Nr.99.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1) AL MEDICAL” SHPK.

Emri i plotë i shoqërisë

K21511002I

numri i NIPT-it

Vlera: Vlera: **3,400,000** (tre milion e katërqindë mijë) lekë, pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)

2) “KRIJON” SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

K12023001A

numri i NIPT-it

Vlera: **4,148,000** (katër milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) lekë, pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1) “AL MEDICAL” SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

K21511002I

numri i NIPT-it

1. Arsyet e skualifikimit për “AL MEDICAL” SHPK

- Nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2 Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të plotësoi specifikimet teknike të pajisjeve që oferton sipas të dhënave në DST dhe konkretisht:

Për aparatin:

1. Aparat për testimin e pikës së mjegullimit dhe derdhjes (Cloud and Pour Point Tester):

- Kabineti i analizimit, për pajisjen e afruar është me dy dhoma, ndërkohë që në specifikimet teknike është kërkuar me 4 dhoma.
- Volumi i dhomave të analizimit është shumë i madhe, mbi atë të kërkuar.
- Nuk ofron CRM (certifikatë reference material) për kalibrim të aparatit.

2. Aparat për përcaktimin e mbetjes së karbonit në hidrokarbure:

- Temperatura e furrës, së apartit të afruar, është e barabartë me 500°C , ndërkohë që është kërkuar minimumi 550°C .
- Saktësia e temperaturës së furrës, të afruar, është $\pm 2^{\circ}\text{C}$, në specifikimet teknike të kërkuara duhet të jetë $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

3. Pajisje portable, për matjen e densitetit të karburanteve:

- Gama e matjessë aparaturës së afruar është nga 0.00 deri në 2.0000 gr/cm^3 , ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar, me një game, nga 0.00 deri në 3.0000 gr/cm^3 .
- Gama e temperaturës, që funksionon aparatura, për pajisjen e afruar, është $0-40^{\circ}\text{C}$ ndërkohë që në specifikimet teknike të kërkuar duhet të jetë $0-100^{\circ}\text{C}$.

- Nuk plotëson pikën 4, të Seksionit 2.3, “Kapacitetit teknik” (ku *Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, nga prodhuesi I pajisjeve, ose nga distributori I autorizuar, që garanton mbulimin e periudhës së garancisë së pajisjeve, për një periudhë jo më pak se 1 vit*), pasi në momentin e hapjes të ofertave autorizimi I paraqitur nga prodhuesi I pajisjeve nuk përcaktohet se sa do të jetë periudha e garancisë, për pajisjet e ofruara.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë ekonomik i suksesshëm:

1) “KRIJON” SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

K12023001A

numri i NIPT-it

Vlera: **4,148,000** (katër milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) lekë, pa TVSH (me numra dhe fjalë).

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KRIJON” SHPK, me adresë: *Tiranë, Farkë, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044*, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **4,148,000** (katër milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) lekë, pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Komandës Mbështetëse në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, me adresë: *Reparti ushtarak 4001- Vaqar Tiranë*, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2020

Ankesa: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM