



OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA

DREJTORIA TEKNIKE

Nr. __prot.

Tiranë, më ____ . ____ .2024

Shtojca 11

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

31.12.2024

Drejtuar: **OPERATORIT EKONOMIK “KRIJON” shpk**, me numër nipt K12023001A

Adresa: Tirane Farke Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044

Procedura e prokurimit/lotit “E hapur mbi kufirin monetar” me objekt “Blerje pajisje laboratorike për Institutin e Ndërtimit ”- Kontratë.

Numri i procedurës / referenca e Lotit: me numër reference REF-17819-09-03-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje laboratorike për Institutin e Ndërtimit ”- Kontratë.

Publikimet e mëparshme (*nëse është rasti*): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.58 datë 09.09.2024

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. KRIJON” shpk

K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 34,693,000 (tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë) lekë pa tvsh

2. “INDUSTRIAL PARTS”

K21418007L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 41,502,000 (dyzet ë e një milion e pesëqind e dy mijë) lekë pa tvsh

3. “ECCAT” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

L51512009E
Numri i NIPT-it

Vlera 40,595,420 (dyzetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind e njëzetë) lekë pa tvsh;

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “ECCAT” sh.p.k S’kualifikohet

Operatori ekonomik “ECCAT” shpk, me nipt. L51512009E, nuk plotëson kërkesat për kualifikim, në lidhje me specifikimet teknike pasi ka parregullsi në paraqitjen e të dhënave dhe mangesi të cilat çënojnë përputhmërinë teknike në lidhje me kërkesat e Autoritetit Kontraktor., e konkretisht:

-Artikulli 1. Nuk percaktohet kodi i preses e cila do te perzgjidhet. Gjithesesi nga katalogu mund te gjendet presa me kapacitet 3000kN. Nuk jane markuar aksesoret e preses te cilet jane shume te rendesishem sidomos ne koston e produktit. Nuk jane percaktuar pllakat e sipërme dhe te poshtme qe do te perzgjidhen. Pllakat 310x510x50mm mund te gjenden por pllakat per shtypjen e cilindrave dhe kubave me diameter me te madd se 280mm nuk gjenden. Nuk percaktohen dimensionet e mostrave per te cilat kryen pajisja testimet. Nuk percaktohet kit per proven e shperthimit por qe mund te gjendet ne psecifikime. Nuk percaktohet kiti per ngritjen e pllakave te poshtme, por mund te gjenden ne specifikime. Nuk percaktohen aksesoret per proven ne terheqje indirekte per kubilet dhe per cilindrart e betonit. Nuk percaktohet nese programi i menaxhimit ploteson kushtet per ëindoës.

- Artikulli 16. Nuk percaktohet zmadhimi total i mikroskopit. Objektivat qe e shoqerojne jane te ndryshem nga ato te kerkuar. Jane kerkuar objektivat 5x, 10x, 20x dhe 50x nderkohe jane ofertuar 4x, 10x, 20x, dhe 40x. Eshte kerkuar distanca interpupilare e rregullueshme te pakten ne diapazonin 50 deri ne 75 mm, nderkohe ajo e ofruar eshte 55-75mm. etj. Gjithashtu nje pjese e madhe e specifikimeve nuk paraqiten ne katalog dhe nuk mund te vleresohet per to.

- Artikulli 27. Nuk vendos peshoren e cila do te sherbeje per produktin. Ka vendosur vetem kornizen dhe aksesoret te cilet sherbejne per proven. Nuk eshte markuar peshorja e cila do te perdoret per kete pajisje, edhe pse ne katalog eshte paraqitur nje peshore me kapacitet 20kg. Gjithashtu nuk ka markuar aksesoret te cilet do te shoqerohen me produktin.

- Artikulli 31. Nuk eshte markuar tipi i kapes e cila do te ofertohe. Nuk percaktohet menyra e ndertimit te kapes dhe konstruksioni i saj. Nuk ka rubinet uji.

-Artikulli 33.Katalogu i preses per testimin e tombinove b/a nuk paraqitet

Operatori ekonomik "INDUSTRIAL PARTS", shpk, me nipt: K21418007L, nuk plotëson kërkesat për kualifikim, në lidhje me specifikimet teknike pasi ka parregullsi në paraqitjen e të dhënave dhe mangesi të cilat çënojnë përputhmërinë teknike në lidhje me kërkesat e Autoritetit Kontraktor, e konkretisht

-Artikulli 3. Nuk janë specifikohet nese presa ben te mundur proven ne terheqje te rrjetes se celikut te elektro salduar. Eshte percaktuar aksesori i cili sherben per testin e perkuljes dhe riperkuljes, por nuk jane percaktuar diametrat qe perfshin ky test. Eshte markuar kodi H001B-41 per testin e perkuljes dhe riperkuljes por nuk mund te gjendet ne katalog. Ky aksesori nga kerkimi ne internet pranon shufra deri ne diameter 40mm, por nuk tregohet diametri me i vogel qe perfshin. Nuk eshte markuar ekstensiometri elektrik i cili sherben per per mostrat petashuqe dhe pse ne katalog mund te gjendet me kodin H014-10. Ne katalog nuk shprehet nese pajisja ka nje valvul presioni qe ndalon automatikisht makinerine kur presioni i vajit i afrohet kufirit maksimal. Gjithashtu ne katalog nuk shprehet nese sofrëare ndalon makinerike kur arrihet ngarkesa maksimale. Nuk shprehet nese programi ben te mundur perpunimin e rezultateve te proves te terheqjes (tensionit) per Agt, A, Ag, Z, At, Ae, Rt, moduli elastik E etj.

-Artikulli 16. Nuk percaktohet nese koka e mikroskopit eshte e rrotulluesheme 360 grade. Nuk eshte percaktuar saktesia e shkalles Vernier e cila duhet te jete 0.1mm. Burimi I drites renese eshte me fuqi 5Ë me te vogel se minimumi I kerkuar 8Ë. Po ashtu drita e transmetuar eshte 3Ë me e vogel se minimumi i kerkuar 3.5Ë. Nuk jane percaktuar karakteristikat e kondesuesit, etj. Per sa i perket mikroskopit jane paraqitur 2 modele, nje model PH-PG3230 dhe PH100-PG. Moserputhjet e mesiperme i perkasin modelit PH-PG3230. Gjithashtu edhe modeli tjetër nuk permbush objektivat qe duhet te jene 5x,10x, 20x dhe 50x; burimet e drites jane me te vogla se minimumet e kerkuara; rezolucioni i kameres eshte me i vogel se i kerkuari, etj.

-Artikulli 9. Furnela e perzgjedhur nuk eshte me dy vatra te cilat operojne te ndara nga njera tjetra. Eshte me nje vater katrore te vetme.

-Artikulli 10 . Katalogu nuk shprehet nese distilatori eshte i pajisjur me nje sinjalizues led i cili tregon gjendjen e punes dhe te sherbeje ne rast mbinxehje.

-Artikulli 11 Klasa e mbrojtjes e aparatit nuk percaktohet si dhe menyra e kalibrimit eshte manuale me 2 pika, nderkohe qe eshte kerkuar automatike

-Artikulli 16. Nuk percaktohet nese koka e mikroskopit eshte e rrotulluesheme 360 grade. Nuk eshte percaktuar saktesia e shkalles Vernier e cila duhet te jete 0.1mm. Burimi I drites renese eshte me fuqi 5Ë me te vogel se minimumi I kerkuar 8Ë. Po ashtu drita e transmetuar eshte 3Ë me e vogel se minimumi i kerkuar 3.5Ë. Nuk jane percaktuar karakteristikat e kondesuesit, etj. Per sa i perket mikroskopit jane paraqitur 2 modele, nje model PH-PG3230 dhe PH100-PG. Moserputhjet e mesiperme i perkasin modelit PH-PG3230. Gjithashtu edhe modeli tjetër nuk permbush objektivat qe duhet te jene 5x,10x, 20x dhe 50x; burimet e drites jane me te vogla se minimumet e kerkuara; rezolucioni i kameres eshte me i vogel se i kerkuari, etj.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "KRIJON" shpk, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 34,693,000 (tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë)

[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Instituti i Ndërtimit* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO X

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO X

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR