



**OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA
DREJTORIA TEKNIKE**

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____.____ 2024

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)**

11.10.2024

Drejtuar: Operatorit ekonomik “KRIJON” sh.p.k., me NUIS K12023001A, me adresë “Farkë, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, Tiranë”.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, kontratë.

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-18382-09-10-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje e distilatorit automatik për pëcaktimin e karakteristikave të destilimit në presionin në presionin atmosferik të nënprodukteve të naftës, sipas standartit EN ISO 3405”, me afat i zbatimi brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës nga Autoriteti Kontraktor përfitues, me fond limit 3,926,666.66 (tre milion e nëntëqind e njëzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 60, datë 16.09.2024

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. “KRIJON” sh.p.k.
Emri i plotë i shoqërisë

K12023001A
Numri i NIPT-it

Vlera: 2,945,000 (dy milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë) lekë pa TVSH.

2. “MEDFAU” sh.p.k.
Emri i plotë i shoqërisë

J93610823R
Numri i NIPT-it

Vlera: 3,100,000 (tre milion e njëqind mijë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. “MEDFAU” sh.p.k.
Emri i plotë i shoqërisë

J93610823R
Numri i NIPT-it

Vlera 3,100,000 (tre milion e njëqind mijë) lekë pa TVSH.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëme:

Operatori Ekonomik nuk plotëson pikën 3 të Kapacitetit Teknik, të Kriteve të Veçanta të Kualifikimit pasi nga verifikimi i katalogut të aparaturës të ofruar në sistem nga OE, lidhur me shtojcën 5 të DT, vërehet se, janë këto mangësi:

1. Katalogu nuk është i markuar për specifikimet teknike të kërkuara sipas shtojcës 5 të DT.
2. Te pika 2 - Kufiri i matjes së temperaturës sipas shtojcë 5, katalogu i ofruar nuk përmban:
 - a) Përcaktimin e temperaturës 0° C deri në + 400° C temperatura e avullimit, si dhe saktësinë deri në 0.1° C siç kërkohet në specifikimet e DT.
 - b) Te temperatura e kondensimit nuk paraqitet saktësia deri në 0.1° C siç kërkohet në specifikimet e DT.
 - c) Te temperatura e dhomës nuk paraqitet saktësia deri në 0.1° C siç kërkohet në specifikimet e DT.
3. Nuk evidentohet Ftohja e lëngshme ose me teknologjinë Peltier sipas pikës 6 e shtojcës 5 të DT.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KRIJON” sh.p.k., me NUIS K12023001A, me adresë: Farkë, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2,945,000 (dy milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave**, me adresë: *Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë*, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda afatit që do t’iu njoftohet nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO X

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO X

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) _____

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR