
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SHA

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____.____ 2025

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

[03.12.2025]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☒ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

“E V I T A” sh.p.k me NUIS **L31714005J**, me adresë: Tirane, Rruga Sami Frasheri, Nr. Pasurie
7/120- N1, Zona Kadastrale 8270, Vol. 28, faqe 155

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

* * *

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: E hapur, mbi kufirin e lartë monetar

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: REF-63974-10-07-2025 (Lot 4)

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **Loti 4 - Sutura për Kardiokirurgjinë:** 75,003,073.33
(shtatëdhjetë e pesë milion e tre mijë e shtatëdhjetë e tre presje tridhjetë e tre) lekë pa TVSH ose
775,385.85 (shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e treqind e tetëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e
pesë) euro pa TVSH.

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit: 20.11.2025

Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit: *Buletini Nr. 73 datë 25 Nëntor 2025*

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. “E V I T A” sh.p.k.

L31714005J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave 66,124,500 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e njëzetë e katër mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “MONTAL” sh.p.k.

J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave 54,034,210 (pesëdhjetë e katër milion e tridhjetë e katër mijë e dyqind e dhjetë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO **X**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “MONTAL” sh.p.k.

J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Arsyet:

“- Subjekti ofertes “MONTAL” SH.P.K. – J62009007F, nuk plotëson specifikimeve teknike sipas përshkrimit në shtojcën 6 të DST për subjektin pasi nuk plotësohen specifikimet teknike për 4(katër) zëra sipas listës së artikujve për furnizim në shtojcën 6 dhe 7 të DST, si më poshtë vijon:

1.Artikulli 5 -Suture Polypropylene, monofilament blu,1/2 rrethore, dopio age, shpuese, raporti i ages me suturen 1:1.

Sipas DST kërkohet:Produkti 5 – Suture Polypropilene, monofilament blu 1/2 rrethore, dopjo age shpuese, raporti i ages me suturen 1:1, USP 4.0, gjatesia 90 cm, maja 17 mm
Ne katalogun Meril ofrohet:

- Kodi PPL408558DN – Në këtë produkt mungon referenca raporti i ages me suturen 1:1 (prodhuesi nuk e prodhon produktin me kete specifikim)

Arsyetim teknik - Përdorimi i raportit 1:1 age–suture (N:S) në kirurgjinë kardiake
Përdorimi i raportit 1:1 midis ages dhe suturës (needle-to-suture ratio, N:S) në kirurgjinë kardiake është e rëndësishme sepse kur sutura mbush plotësisht hapjen e krijuar nga age, arrin të minimizojë gjakderdhjen, duke siguruar kështu një mbyllje më hermetike të indit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme gjatë anastomozave vaskulare, ku një raport më i vogël N:S mund të reduktojë ndjeshëm gjakderdhjen nga hapjet e ages dhe nevojën për transfuzione gjaku. Si rrjedhim, përmirësohen rezultatet kirurgjikale dhe rikuperimi i pacientit, duke e bërë këtë teknikë një shtesë me vlerë për kirurgët kardiovaskularë.

2.Artikulli 8 - “Suture Polypropylene,monofilament blu, 3/8 rrethore. Dopio age, shpuese, mikrokirurgjikale, me thungsten-rhenium”.

Sipas DST kërkohet:Produkti 8 – Suture Polypropilene, monofilament blu, 3/8 rrethore, dopjo age, shpuese mikrokirurgjikale me Thungsten – Rhenium, USP 7-0, gjatesia 60cm, maja 8mm

Ne katalogun Meril ofrohet:

• Kodi PPL708735 – Në këtë produkt mungon referenca “me Thungsten-Rhenium” (prodhuesi nuk e prodhon produktin me këtë specifikim)

Arsyetim teknik - Arsyetim - Aget Tungsten-Renium në Kirurgjinë Kardiake
Aget prej tungsten-rhenium është mjaft i rëndësishëm në kirurgjinë kardiake për shkak të forcës së lartë mekanike dhe rezistencës ndaj përkuljes, që janë dukshëm më të mëdha se ato të çelikut inox tradicional. Këto veti u mundësojnë kirurgëve të depërtojnë me saktësi në indet e përforcuara ose të kalcifikuara pa u deformuar apo thyer agia. Si rezultat, ruhet qëndrueshmëria e penetrimit, minimizohet trauma e indeve, dhe shmanget ndërprerja e procedurës për ndërrimin e instrumentit

3.Artikulli 10 –“Suture polipropilene, monofilament blu, 3/8 rrethore, dopjo age, shpuese mikrokirurgjikale me Thungsten – Rhenium, 8-0, gjatesia 60cm, maja 8mm”

Sipas DST kërkohet: Produkti 10 – Suture polipropilene, monofilament blu, 3/8 rrethore, dopjo age, shpuese mikrokirurgjikale me Thungsten – Rhenium, 8-0, gjatesia 60cm, maja 8mm

Në katalogun Meril ofrohet:

• Kodi PPL808088 – Në këtë produkt mungon referenca “me Thungsten-Rhenium” (prodhuesi nuk e prodhon produktin me këtë specifikim)

Arsyetim teknik - Arsyetim - Aget Tungsten-Renium në Kirurgjinë Kardiake
Aget prej tungsten-rhenium është mjaft i rëndësishëm në kirurgjinë kardiake për shkak të forcës së lartë mekanike dhe rezistencës ndaj përkuljes, që janë dukshëm më të mëdha se ato të çelikut inox tradicional. Këto veti u mundësojnë kirurgëve të depërtojnë me saktësi në indet e përforcuara ose të kalcifikuara pa u deformuar apo thyer agia. Si rezultat, ruhet qëndrueshmëria e penetrimit, minimizohet trauma e indeve, dhe shmanget ndërprerja e procedurës për ndërrimin e instrumentit

4. Produkti 11: Suture Polyester, e thurur, e veshur me polibutilat, ½ rrethore, dopjo age, me pledget tapercut. USP 2-0, gjatesia 75 cm, maja 26mm

Sipas DST kërkohet: Produkti 11: Suture Polyester, e thurur, e veshur me polibutilat, ½ rrethore, dopjo age, me pledget tapercut. USP 2-0, gjatesia 75 cm, maja 26mm

Në katalogun Meril janë ofuruar 2 kode përkatësisht,

- Kodi MME6577X specifikime teknike: USP 2-0, gjatesia 75 cm, maja 25 mm (nuk e plotëson specifikimin e majës 26 mm)
- Kodi PME6977G specifikime teknike: USP 2-0, gjatesia 90 cm, maja 26 mm (nuk e plotëson specifikimin e gjatësisë 75 cm)

Asnjëri nga kodet e ofruara nuk i plotëson specifikimet teknike të kërkuara në DST. DST kërkon një produkt që t'i ketë të dy specifikimet teknike, jo dy produkte që plotësojnë njërin prej tyre.”

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. “E V I T A” sh.p.k.

Emri i plotë i shoqërisë

L31714005J

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave 66,124,500 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e njëzetë e katër mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek Operatori i Blerjeve të Përqendruara sh.a, me adresë: Rruga “Reshit Çollaku”, Godina Nr.6/337, Tiranë (në krah të Gjykatës së Lartë), brenda 3 (tre) ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☒

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR