
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQËNDRUARA SH.A

Data: 22.04.2026

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE MATERIALE DHE REAGENTË
LABORATORIKË**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(FPP): *Reagentë për laborator 33696500-0; Reagentë kimikë 33696300-8; Pipeta 38437100-8; Sulfat Na 24313124-6; Pipeta laboratorike dhe aksesori 38437000-7; Acid sulfuric 24311411-1; Alkool etilik 24322510-5*

VLERA E FONDIT LIMIT I KONTRATËS: 5,066,420 lekë (pesë milion e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e katërqindë e njëzet) lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: *Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për*

Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”. Neni 83 i LPP përcakton se “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë, vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit**. *Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/c të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “*Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata*”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për

të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë : c) 40 % vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme .”

Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:**

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasishtë e mallrave të furnizuara.**
- b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasishtë e mallrave të furnizuara.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar neni 55 pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 55 pika 4/b VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. përcaktohet se: “Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre vjetëve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme çka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë te Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshëm dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe provojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik të paraqesë katalogë/skedë teknike për artikujt objekt prokurimi, ku të përfshihen emërtimet dhe specifikimet teknike të tyre. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalog / skedë teknike (për lehtësi identifikimi) artikujt dhe specifikimet teknike sipas atyre të përcaktuara në Shtojcën 6 “Formulari i Specifikimeve Teknike”, në mënyrë që të verifikohet përputhshmëria me artikujt objekt prokurimi. Kataloget/skeda teknike të jenë të noterizuara dhe të përkthyer në gjuhën shqipe.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 77 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i

plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë;”

Kërkesa për paraqitjen e katalogëve/skedës teknike nga prodhuesi është një kërkesë e domosdoshme pasi i jep mundësinë Autoritetit kontraktor si Organ Qendror Blerës verifikimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të artikujve të ofertuar nga operatorët ekonomikë me specifikimet teknike të kërkuara.

Kërkesa për katalogun /skedës teknike ka disa avantazhe: Besueshmëria e informacionit: Një dokument teknik garanton që informacioni të jetë i saktë dhe i përditësuar. Përputhshmërinë me specifikimet teknike e cila siguron që produktet e ofruara përputhen me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e prokurimit. Parandalimi i mashtrimeve: Redukton rrezikun e mashtrimeve ose të ofrimit të produkteve të falsifikuara.

Për sa më sipër, përmes përmbushjes së kësaj kërkesë, AK krijon siguri dhe garanci se mallrat me të cilët do të furnizohet janë sipas specifikimeve të përcaktuara në DST. Ky katalog do të shërbejë gjithashtu edhe në procesin e marrjes në dorëzim të mallrave objekt prokurimi nga Autoriteti Kontraktor përfitues për të kryer krahasueshmërinë e specifikimeve teknike gjatë marrjes në dorëzim të tij.

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001:2015 “Mbi Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë” / ose ekuivalent (të vlefshme në datën e zhvillimit të tenderit), në përputhje me objektin e prokurimit, të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me nenin 79 të Ligjit nr.162/2020 “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: *“1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”* Ky kriter gjen mbështetje në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: *“1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”* Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur. ISO 9001 përcakton kërkesat për një sistem menaxhial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Argumentimi: Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Specifikimet teknike sipas dokumenteve të tenderit janë hartuar nga grupi i punës i ngritur nga Titullari i Autoritetit Kontraktor përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në përputhje me ligjin nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent”.

Specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi janë hartuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Laboratorit Doganor, si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE:

Nr.	Emertimi i mallit	Specifikimet teknike	Njesia
1	Acid sulfurik	Acid sulfurik, i përqëndruar 96%	lit
2	Acid borik	Acid borik	kg
3	Alkool izopropilik	Alkool izopropilik. për aparat HPLC (me pastërti > 99%)	litër
4	Alkool amilik	Alkool amilik	litër
5	Alkool etilik	Alkool etilik, 96% i padenaturuar	litra

6	Antishkumues	Antishkumues, i përshtatshëm për distilator Gebertini (sasia 100 ml)	copë
7	Bombula gazi	Bombula gazi, për paisje gazi të vogël (petrogaz), me peshë neto 190 gr	copë
8	Cilindër qelqi	Cilindër volumetrik qelqi, i shkallëzuar, Vol.1000 ml	copë
9	CRM	CRM ASTM Colour Reference me vlerë nga 0.5 deri 9, me certifikatë kalibrimi	ml
10	CRM	CRM FAME 3.42%, për aparat FTIR, me certifikatë kalibrimi	ml
11	CRM	CRM F.A.M.E Mix C4-C24 me certifikatë kalibrimi	mg
12	CRM	CRM Gasoil për distilim, me certifikatë kalibrimi	ml
13	CRM	CRM Gasoline për distilim, me certifikatë kalibrimi	ml
14	CRM	CRM Gasoil për viskozitet në 40°C, me certifikatë kalibrimi	ml
15	CRM	CRM Gasoil për pike flakerimi, me certifikatë kalibrimi (PMCC Method)	ml
16	CRM	CRM Gasoline për densitet në 15°C, me certifikatë kalibrimi	ml
17	CRM	CRM Gasoil për densitet në 15°C, me certifikatë kalibrimi	ml
18	CRM	CRM për Gasoline me RON ≥ 95 deri < 98 , me certifikatë kalibrimi	ml
19	CRM	CRM për Gasoline me RON > 98 deri ≤ 100 , me certifikatë kalibrimi	ml
20	CRM	CRM për densimatës, për matjen e densitetit Code DEN20-05 ose ekuivalent e Certifikuar sipas ISO 17025/17034, 60 ml, me certifikatë kalibrimi	copë
21	CRM	CRM Sqfur 500 ppm, për aparat Spektrometër XRF, me certifikatë kalibrimi	ml
22	CRM	CRM Sqfur 10mg/lt në izooktan, për aparat Multi EA 3100, me certifikatë kalibrimi	ml
23	CRM	CRM Sqfur 25ppm-30 ppm, për aparat Spektrometër XRF, me certifikatë kalibrimi	ml
24	CRM	CRM Sqfur 10 ppm, për aparat Spektrometër XRF, me certifikatë kalibrimi	ml
25	CRM	CRM Sqfur 15000 ppm, për aparat Spektrometër XRF, me certifikatë kalibrimi	ml

26	CRM	CRM Squfur 5mg/lt ne izooktan, për aparat Multi EA 3100, me certificate kalibrimi	ml
27	Distillation Flask	Distillation Flask 125 ml, Borosilicate glass, i përshtatshem per distilator Tanaka ad-7	copë
28	Doreza nitrile	Doreza nitrile njëpërdorimshe standard CE 0598 EN 455-2/ASTM D 6319/ EN 374-2 Powder free, AQL 1.5, masa 34(M) + 52(L) + 46 (S), 1kuti=100 copë.	kuti
29	Doreza latex	Doreza Latex një përdorimshme, (7 kuti masa S) dhe (8 pako masa L), 1 kuti=100 copë	kuti
30	Dardha plastike	Dardha plastike për pipeta qelqi.	copë
31	Eter petrol	Eter petrol	litra
32	Etanol	Etanol absolut anhidër	litra
33	Fiksanal	Fiksanal NaOH (0.1 N)	copë
34	Fiksanal	Fiksanal HCl (0.2N)	copë
35	Floursil	Floursil 30+60 mash	kg
36	Fshirëse	Fshirëse mikrofibër	copë
37	Gota kimike	Gota kimike, me volum 1000 ml, Boro 3.3	copë
38	Gurë etalon	Gurë etalon klasi E2, me peshë 2 gr, me certifikatë kalibrimi, për kontrolle të ndërmjetme për peshoret.	copë
39	Hinka qelqi	Hinka qelqi, me diametër 10 cm	copë
40	Hinka qelqi	Hinka qelqi, me diametër 7.5 cm	copë
41	Hydrometër qelqi	Hydrometër qelqi i graduar i kalibruar në njësi densiteti + temperature °C konform metodës ASTM D 1298, me njesi matese 0.85-0.90 g/cm ³ me certificate kalibrimi	copë
42	Hidroksid Natriumi	Hidroksid Natriumi pellet	kg
43	Kit	Kit për përcaktimin e jodurit në kripë	copë
44	Kit	Kit për përcaktimin e jodatit në kripë	copë
45	Kapsula	Kapsula njëpërdorimshe plastike për aparatit e sqfuri dhe plumbin XRF double open - ended with caps; 30.7 mm O. D. x 22.9 mm HIGH CAT. NO. : 1330	copë
46	Kerosen	Kerosen	litra

47	Kolonë kapilare	Kolonë kapilare qelqi apo silikon fuzo me fazë stacionare cianopropilsilikon (polisiloksan polar) me përmasa 60m x 0.2-0.32mm x 01-0.2µm;	copë
48	Ksilen (Orto)	Ksilen (Orto) për aparat HPLC > = 96%	litra
49	Letër duarsh	Letër duarsh (Rulon i madh për Laborator) rulon min=700 ML	rulona
50	Letër laboratorike	Letër laboratorike, sipërfaqe pa push, min=900g ruloni	rulona
51	Letra filtri	Letra filtri të rralla 125mm, 1kuti=100 copë	kuti
52	Letra filtri	Letra filtri të dendura 125mm, 1kuti=100 copë	kuti
53	Letra filtri	Letra filtri të valëzuara 125mm, 1kuti=100 copë	kuti
54	Maska një përdorimshme	Maska një përdorimshme	copë
55	Methanol	Methanol për aparat HPLC me pasterti > 99%	litra
56	n - Hekzan	n - Hekzan për aparat HPLC > 99%	litra
57	n- Heptan	n- Heptan	litra
58	Ndezës flake	Ndezës flake (çakmak)	copë
59	Pens marker	Pens marker anti ujë, me bazë alkooli.	copë
60	Përparëse	Përparëse pambuku, masa 2 copë (XL), 5 copë (M), 2 copë (S), 2 copë (L).	copë
61	Pipeta plastike	Pipeta plastike, me kapacitet 3ml, njëpërdorimshme, (1kuti=500 copë)	kuti
62	Pezafilter	Pezafilter me diametër 75-120 mm, lartesi 20mm ose 30mm	copë
63	Pezafilter	Pezafilter me diametër 80mm, lartesi 20mm ose 30mm	copë
64	Pipeta	Pipeta qelqi 1ml, klasi A.	copë
65	Qumësht gëlqere	Qumësht gëlqere (12%) për D.E.E (Gibertini), 1 shishe=250 ml	copë
66	Refrigerant ftohës	Refrigerant ftohës Allihyn me 8 bula NS 29/32 me gjatësi 550 mm	copë
67	Shiringë	Shiringë qelqi, me volum 1000 mikrolitra	copë
68	Shiringë	Shiringë qelqi, me volum 500 mikrolitra	copë
69	Shiringë	Shiringë qelqi, me volum 300 mikrolitra	copë
70	Shiringë	Shiringë qelqi, me volum 250 mikrolitra	copë
71	Solucion	Solucion për larje duarsh	litra

72	Solucion	Solucion për larje enësh laboratorike	litra
73	Solucion	Solucion për Liquori (12%) ne aparat Gibertini, 500ml	copë
74	Standart FAME	Standart FAME me pastërti $\geq 99\%$	ml
75	Sulfat Kaliumi	Sulfat Kaliumi	kg
76	Tub qelqi	Tub qelqi mbushës qëndror i përshtatshëm për aparat Polarimetër ADP410 me gjatësi 200 mm	copë
77	Toluen	Toluen për aparat HPLC me pastërti $\geq 99\%$	litra
78	Tretësirë hidroksid natriumi	Tretësirë hidroksid natriumi, NaOH, 33%	litra
79	Ujë	Ujë për aparat HPLC	litër
80	Viale	Viale qelqi të tejdukshme për aparatin GC, kapacitet 1.5ml, me septum dhe kapak (me gominë në qendër për marrjen e mostrës me shiringë) prej PTFE ose ekuivalent, 4kuti x 100 copë.	copë
81	Viale	Viale plastike, me volum 12 ml, i përshtatshëm për viskozimeter stabinger Anton Paar SVM 3001 + tapa për vialet	copë
82	Viale	Viale qelqi, me volum 12 ml i përshtatshëm për viskozimeter stabinger Anton Paar SVM 3000 + tapa për vialet	copë

Kriteret e specifikimeve teknike gjatë zbatimit të kontratës:

1. Të gjithë reagentët të jenë të shkallës së pastërtisë GR (reagent i garantuar)
2. Reagentet të jenë sipas standardeve të BE ose ekuivalente.
3. Reagentët, dhe të gjitha materialet të jenë sipas karakteristikave të kërkuara, për GC, HPLC, UV-VIS, FT-IR.
4. Enët e qelqit duhet të jenë Class A.
5. CRM të jenë të pajisura me çertifikatë kalibrimi nga prodhuesi dhe me afat skadence 1-2 vjet nga data e pranimit.
6. Materialet kimike dhe pajisjet e kërkuara për aparaturat ekzistente të jenë dhe/ose ekuivalente por kompatibël me aparaturat.
7. Afati i dorëzimit të mallit do të jetë 90 (nëntëdhjetë) ditë, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës.

Njësia e prokurimit autorizon personin përgjegjës për prokurim për hedhjen e të dhënave në sistemin elektronik të prokurimeve.

NJESIA E PROKURIMIT