
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

Data: 06.07.2026

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI: “BLERJE QELQURINA” PËR NJVKSH TIRANË.

KONTRATË

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP): *Pipeta laboratorike dhe aksesore 38437000-7, Pipeta 38437100-8, Maja pipetash 38437110-1, Shishe 39225710-5*

VLERA E FONDIT LIMIT: 7,630,884 (shtatë milion e gjashtëqindë e tridhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: *Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave,*

autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”. Neni 83 i LPP përcakton se “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”,

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë, vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **39% e vlerës së fondit limit**. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/c të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se

operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilanci të tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalohet dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohej operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se 39 % vlerës së përllogaritur të kontratës, është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohet: c) 40 % vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme”.

Kjo vlerë është e kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t’i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 19 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
- b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar neni 55 pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 55 pika 4/b VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre vjetëve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme çka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë të Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshëm dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar në vlerën jo më pak se 19 % të vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2.Operatori ekonomik duhet të paraqesë skedë teknike/katalog teknik nga prodhuesi për të gjitha mallrat objekt prokurimi, ku të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara. Në katalog/skedë duhet të tregohen qartë karakteristikat teknike të mallrave të ofruar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e

nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe në nenin 40 pika 6/b të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. ku përcaktohet se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë;”. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, duke garantuar që produktet e ofruara i përmbushin të gjitha kërkesat teknike, funksionale dhe standartet e përcaktuara në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit.

Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar mallrat e kërkuar, si dhe për të krahasuar pajtueshmërinë e specifikimeve teknike dhe standartet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në dokumentet e tenderit, me specifikimet teknike të mallrave të ofruara nga operatori ekonomik. Nisur nga lloji i mallit që kërkohet, të cilat janë të rëndësishme për punën e Laboratorit të Njesisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tiranë, është e nevojshme që autoriteti kontraktor të sigurohet për mallrat që i ofrohen nga operatorët ekonomik pjesmarrës të vërtetuar nëpërmjet dokumenteve si katalog/ skedë teknike nga prodhuesi i mallit. Gjithashtu katalogët/skedat teknike do të shërbejnë edhe për marrjen në dorëzim të mallit nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

3.Operatori ekonomik duhet të paraqese certifikimin ISO 9001:2015 mbi "Sistemet e menaxhimit të cilësisë" ose ekuivalenr, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është vendosur në përputhje me nenin 79 "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të Ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: “1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojnë ofertuesve të paraqesin certifikatat të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.” Ky kriter gjen mbështetje gjithashtu në piken 1 të nenit 44 "Kërkesat e cilësisë "të VKM nr.285 date 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik" të ndryshuar, ku përcaktohet se: “1. "Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe nëmënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit". Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur. ISO 9001 përcakton kërkesat për një sistem menaxherial të

cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

4.Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, ku të deklarojë se afati i skadencës për artikuj objekt prokurimi, do të jetë sipas kushteve të përcaktuara në specifikimet teknike, në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar ku përcaktohet se: *“4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”* dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: *“8.Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”*. Nisur nga malli objekt prokurimi, furnizimi me artikujt dhe referuar shtojcës 6 “Formulari i specifikimeve teknike”, në specifikimet teknike janë parashikuar afatet e skadencës së mallrave nga momentin e dorëzimit të tyre në Autoritetin Kontraktor. Me anë të këtij kriteri kërkohet që t’i ofrohet siguri Autoritetit kontraktor përfitues mbi afatin e skadencës së mallit që kërkohen. Referuar specifikimeve teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit, ky kriter është në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Specifikimet teknike, për mallrin objekt prokurimi, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Specifikimet teknike sipas DST janë hartuar nga grupi i punës i ngritur nga Titullari i Autoritetit Kontraktor përfitues Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, në përputhje me ligjin nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike janë hartuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues Njësia vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë.

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia
1*	Ambalazh njeperdorimsh	Me tiosulfat natriumi per marrje mostre te ujit, sterile, 250 ml, me kapak te filetuar, plastike PP.	cope
2*	Ambalazh njeperdorimsh	Pa tiosulfat natriumi apo kimikate te tjera, per marrje mostre te ujit, sterile, 500 ml, me kapak te filetuar, plastike PP.	cope
3*	Ambalazh njeperdorimsh	Me tiosulfat natriumi per marrje mostre te ujit, sterile, 500 ml, me kapak te filetuar, plastike PP.	cope
4	Ansa Bakteriologjike	Ansa Bakteriologjike metalike te sterilizueshme	cope
5	Ansa njeperdorimshe	Ansa blu njeperdorimshe 1 µl unaze, sterile, plastike	cope
6	Ansa njeperdorimshe	Ansa blu njeperdorimshe 10 µl unaze, sterile, plastike	cope
7	Aspire Pipetor	Aspire Pipetor (pump)	cope
8*	Bacinel	Bacinel, inoks, e sterilizueshme, pa kapak, permasa ~ 309x149x59 mm	cope
9	Balone	I taruar, transparente, qelqi, klasi A, zjarrdurues, 50 ml	cope
10	Balone	I taruar, transparente, qelqi, klasi A, zjarrdurues, 100 ml	cope
11	Balone	I taruar, transparente, qelqi, klasi A, zjarrdurues, 25 ml	cope
12	Balone	I taruar, transparente, qelqi, klasi A, zjarrdurues, 500 ml	cope
13	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 300 ml	cope
14	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi, zjarrdurues, e autoklavueshme, 500 ml	cope
15	Beaker	I shkallezuar me ndarje 50 ml, transparente, qelqi Boro 3.3, e autoklavueshme, 600 ml	cope
16	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi, zjarrdurues, e autoklavueshme 250 ml	cope
17	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 1000 ml	cope
18	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 2000 ml	cope
19	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 100 ml	cope
20	Beaker	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 50 ml	cope
21	Cilinder	I shkallezuar, me ndarje 1 ml, qelqi, me bazament qelqi, pra pjese e cilindrit, me lyth, Vol 5 ml	cope
22*	Cilinder	I shkallezuar, me ndarje 1 ml, qelqi, me bazament qelqi, pra pjese e cilindrit, me lyth, Vol 50 ml	cope
23	Cilinder	I shkallezuar, me ndarje 1 ml, qelqi, me bazament qelqi, pra pjese e cilindrit, me lyth, Vol 10 ml	cope
24	Cilinder	I shkallezuar, qelqi, me bazament qelqi, pra pjese e cilindrit, me lyth, Vol 500 ml	cope
25	Cilinder	I shkallezuar, me ndarje 1 ml, qelqi, me bazament qelqi, pra pjese e cilindrit, me lyth, Vol 250 ml	cope
26	Cilinder	I shkallezuar, qelqi, me bazament qelqi, pra pjese e cilindrit, me lyth, Vol 100 ml	cope
27*	Cilinder konik	Cilinder konik i shkallezuar plastik, me bazament, me volum 1000 ml	cope
28*	Doreza nitrile	doreza industriale, te ofrojne mbrojtje nga reagentet kimik, masa M, ne pjesen e gishtave te kene nje teksture te lehte per te mundesuar kapje te mire EN 374, EN 407, EN 388	cope

29	Erlenmayer	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 5000 ml	cope
30	Erlenmayer	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 2000 ml	cope
31	Erlenmayer	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 1000 ml	cope
32	Erlenmayer	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 500 ml	cope
33*	Erlenmayer	Material Boro. 3.3, transparente, rezistent ndaj nxehtësisë, me shkallëzim nga 50 ml, Volum 250 ml, Diametri i bazës 85 mm, Diametri i grykës 34 mm, Lartësi 145 mm	cope
34	Erlenmayer	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 100 ml	cope
35	Erlenmayer	I shkallezuar, transparente, qelqi Boro 3.3, zjarrdurues, 200 ml	cope
36*	Filter per aparatin e distilimit	Me permbytje qymyr aktiv i projektuar per distilimin e ujit. Me aktivizim termik/avull, i grimcuar imet brenda paketimit. Nje kuti ka 12cope. Me permasa afersisht 7.5x4 cm. Per reference: filter per aparat TECNO-GAZ, REF 250-S, LOT 0988-2010 ose ekuivalente.	kuti
37*	Kosh (mbajtese enesh)	inoks, me permasa afersisht 19x19x12 cm, pa rrjete, kater faqet rrethuese te plota, bazament me vrima me diameter rreth 0.5 cm.	cope
38	Kosh (mbajtese enesh)	plastik, 31x24 cm	cope
39	Kriotuba	mikrotuba qe durojne ngrirjen, per ruajtjen dhe transportin e serumeve te gjakut, volumi 2 ml	cope
40*	Kyveta	Materiali: Kuarc, volumi ~ 3.5 ml, e përshtatshme për Spektrofotometër UV 2100 ose ekuivalente	cope
41*	Kyveta	qelqi, me tape plastike te filetuar, lartesia e kyvetes 65 mm, diametri i grykes ~13 mm, diametri i bazez 17-18 mm, lartesia e tapes 35-36 mm, diametri i jashtem i tapes 24 mm, volum ~10 ml, per Aparat Klorimeter.	cope
42	Lama	Lama me permasa 26x76, kuti/50 cope ose ekuivalent	kuti
43	Lamela	Lamela me permasa (22x22), kuti/200 cope ose ekuivalent	kuti
44	Leter ambalazhi	Leter ambalazhi me parafine	kg
45	Leter ambalazhi	Leter ambalazhi tabak leter	kg
46	Leter ambalazhi	Leter ambalazhi tabak leter (1 kuti me 500 cope, permasat e letres ~ 50x70 cm) ose ekuivalent	kuti
47	Leter filtri	Me diameter 125 mm, Grade 391, peshe baze 84 g/m2	kuti
48	Maja anse metalike rrethore	Me diameter 3-4 mm, me gjatesi 50 mm, metalike, te sterilizueshme	cope
49	Shtize bakteriologjike	Shtize bakteriologjike, me gjatesi 40 mm, metalike, te sterilizueshme	cope
50	Maja mikropipete	Maja per mikropipete automatike, sterile, 100-1000 µl,	pako
51	Maja mikropipete	Maja per mikropipete automatike, sterile, 200 µl,	pako
52*	Mbajtese lamash	Kontenier me kapak per mbajtjen horizontalisht te lamave mbasi jane punuar per ti renditur dhe organizuar sipas numrit te mostrave, afersisht 100 vende, materiali te jete rezistent ndaj lageshtires dhe korrozionit.	cope

53*	Maske me valvul per mbrojtje kimike	Maske mbrojtëse per laborator kimik me shtrese karboni, e aktivizuar per te thithur avujt dhe tymrat organik. valvul me performance te larte, per te zvogeluar grumbullimin e nxehtesise dhe lageshtise. Rrip koke elastik I forte dhe lehtesisht I pershtatshem. forme e modeluar per hapesire me te madhe frymemarrjeje. mund te perdoret disa here. kuti/10 maska	kuti
54	Pinceta	Te sterilizueshme, inox ~140 mm maje rrumbullake	cope
55	Pinceta	Te sterilizueshme, inox ~140 mm maje te drejte	cope
56	Pipeta	Klasi A, me shkallezim, qelqi, te sterilizueshme, Volum 1 ml, Ndarje 0.01 ml, Tol ± 0.01 , Gjatesi 360 mm	cope
57	Pipeta	Klasi A, me shkallezim me ngjyre blu, qelqi, te sterilizueshme, Volum 2 ml, Ndarje 0.02 ml, Tol ± 0.01 , Gjatesi 360 mm	cope
58	Pipeta	Klasi A, me shkallezim, qelqi, te sterilizueshme, Volum 5 ml, Ndarje 0.05 ml, Tol ± 0.02 , Gjatesi 360 mm	cope
59	Pipeta	Klasi AS, TD, me shkallezim, qelqi, te sterilizueshme, Volum 10 ml, Ndarje 0.05 ml, Tol ± 0.05	cope
60	Pipeta	plastike, e shkallezuar, transferuese, Volum 5 ml, me Bulb per te bere terheqjen,	pako
61	Pipeta	qelqi, te sterilizueshme, me bulb (volumetrike), volumi 50 ml, tol ± 0.05 ml	cope
62*	Pisete	shishe plastke me tape te filetuar, me pipez te perkulur (perthyer) e cila mbushet me uje dhe perdoret per shpelarjen e mjeteve laboratorike. Volumi ~ 500 ml.	cope
63	Pjata petri	qelqi, te sterilizueshme, Φ 90 mm	cope
64	Pjata petri	Φ 60 njeperdorimshe, plastike, sterile	cope
65	Pjata petri	Φ 90 njeperdorimshe, plastike, sterile	cope
66	Pjata petri	Φ 100 njeperdorimshe, plastike, sterile	cope
67	Pjata petri	Φ 120 njeperdorimshe, plastike, sterile	cope
68	Puar	gome pipetimi universal me tre valvola (per largimin e ajrit, per mbushjen e pipetes dhe per nxjerrje e reagentit nga pipeta)	cope
69	Shishe qelqi	Per marrje mostra uji, transparente, Boro 3.3 neutral glass, me kapak te filetuar, me gryke te gjere. Volum 500 ml, shishja dhe kapaku Termorezistente deri ne 180°C	cope
70	Shishe qelqi	Per marrje mostra uji, transparente, Boro 3.3 neutral glass, me kapak te filetuar, me gryke te gjere. Volum 250 ml, shishja dhe kapaku, Termorezistente deri ne 180°C	cope
71*	Shishe qelqi	Borosilikat 3.3, te errta, te pajisura me tape me pikatore, Volumi 100 ml, diametri i bazes ~44.5, diametri i grykes ~ 18 mm dhe lartesi ~112 mm.	cope
72	Slide aglutinimi	per reaksion Widal dhe Wright, xham ose material rezistent nga lageshtia.	cope
73	Stativ (Suport)	per tuba me Φ 32 mm, plastik, permasa 32x12x8.5 cm	cope
74	Stativ (Suport)	per tuba me Φ 16 mm	cope
75	Stativ (Suport)	per tuba me Φ 13 mm, plastik, permasa 25x12x8.5 cm	cope
76	Stativ (Suport)	per tuba me Φ 12 mm	cope
77	Stativ (Suport)	i autoklavueshem, per tuba me Φ 16 mm	cope

78	Stativ (Suport)	per tuba me Ø 50 mm, me minimumi 6 ndarje, permasa afersisht 27x19x9.5 cm, me bazament rezistent qe mos te lekundet nga pesha.	cope
79	Termoboks	Me pllake akulli, ~ 25 - 30 liter, me doreze rezistente ndaj faktoreve demtues.	cope
80*	Tuba	Borosilikat 3.3, transparente, me tapë zmerile, bazë ovale, gradim të lexueshëm lehtësisht përgjatë gjithë gjatësisë së tubit, me ngjyrë blu.” Shkallëzimi të jetë rezistent ndaj trajtimit me nxehtësi dhe ndaj larjes në tretësirë acide me përqëndrim ~10%. Volum 30 ml, gryke të zmeriluar me diametër të brendshëm 14.5 mm. Diametri i tubit të jetë 23 mm, Lartësi 160 mm, Gradim 0.5 ml	cope
81	Tuba Durhan	Ø35x6 mm, trashesia e pareteve 0.65 mm	cope
82	Tuba Plastik	Tub Plastik Transparent i pershtatshem per aget veterinare, diametri i brendshem 5 mm, diametri i jashtem 7 mm	meter
83	Tuba qelqi	Ø 12x100 mm, transparent, termorezistent	cope
84*	Tuba qelqi	Ø 16x160 mm, transparent, me baze ovale, termorezistent	cope
85	Tuba qelqi	Ø 30x200 mm, transparent, me baze ovale, termorezistent	cope

Ju bëjmë me dije se per artikujt me numer rendor 1,2,3,5,6,28,39,42,43,50,51,53,64,65,66 dhe 67 data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit, duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës.

ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Artikulli Nr. 8 Bacinel me përmasa 309 x 149 x 59 mm, janë përcaktuar në funksion të volumit të punës dhe nevojës për trajtimin e një numri të konsiderueshëm instrumentesh laboratorike njëkohësisht. Gjatësia dhe gjerësia e bacinelit mundësojnë vendosjen e pajisjeve laboratorike si tuba qelqi, pipeta, lamë dhe instrumente të tjera të vogla, duke siguruar hapësirë të mjaftueshme për organizim dhe manipulim të sigurt.

Artikulli Nr. 33 Erlenmayer volumi 250 ml, diametri i bazës 85 mm, diametri i grykës 34 mm dhe lartësi 145 mm është kërkuar me përmasa specifike për shkak të përshtatshmërisë së tij me metodën e përdorur në në përcaktimin e lëndës organike ne uje me permanganat kaliumi në trajtim termik (me nxehtësi). Diametri i bazës është përcaktuar në funksion të procedurës analitike, duke mundësuar vendosjen dhe ngrohjen e njëkohëshme të dy mostrave në pllakën ngrohëse, çka rrit efikasitetin e punës laboratorike dhe siguron trajtim termik paralel të mostrave në kushte të njëjta analitike. Pra përmasat e bazës janë zgjedhur në përputhje me përmasat e pajisjes ngrohëse të përdorur në laborator. Lartësia prej 145 mm siguron manovrim të sigurtë gjatë trajtimit termik, duke lehtësuar kapjen dhe largimin e erlenmayerit nga burimi i nxehtësisë dhe duke minimizuar rriskun e derdhjes së mostrës ose të aksidenteve gjatë punës.

Diametri i grykës prej 34 mm është në raport të përshtatshëm me përmasat e tjera të enës dhe mundëson kryerjen me saktësi të operacioneve analitike, përfshirë shtimin e reagentëve dhe procesin e pasues të titullimit duke garantuar kushte optimale pune gjatë analizës.

Artikulli Nr. 36 Filtër për aparatën e distilimit, përmasat afërsisht 7,5 x 4 cm janë përcaktuar për të garantuar përshtatjen fizike dhe funksionale me mbajtësen e filtrit të aparatit të distilimit duke siguruar pozicionim korrekt, vulosje të përshtatshme dhe funksionim normal të pajisjes pa nevojën e modifikimeve shtesë.

Artikulli Nr. 37 Kosh (mbajtëse enësh) me përmasa afërsisht 19 x 19 x 12 cm dhe

Artikulli Nr. 38 Kosh (mbajtëse enësh) me përmasa 31 x 24 cm janë kërkuar me përmasa specifike për të kryer funksionin bazik të paracaktuar, që është të mundësojnë transportin e tubave nga një laborator në tjetrin duke ruajtur maksimalisht integritetin dhe strukturën e tyre.

Artikulli Nr. 40 Kyveta për aparat Spektrofotometër; përzgjedhja e kyvetave me kapacitet 3.5 ml është bërë në funksion të përputhshmërisë me kërkesat operative të spektrofotometrit UV-2100 dhe metodave analitike të zbatuara në laborator, duke garantuar performancë optimale të pajisjes dhe cilësi të lartë të rezultateve të analizave. Specifikimet e kërkuara për kyvetat e kuarcit janë përcaktuar për të garantuar përputhshmërinë e plotë me pajisjen laboratorike në përdorim dhe për të siguruar zhvillimin korrekt të analizave. Çdo devijim nga këto përmasa mund të sjellë vështirësi në vendosjen e kyvetës në aparat, të ndikojë në procesin e matjes ose të komprometojë cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve analitike.

Artikulli Nr. 41 Kyveta për aparat Klorimetër; me përmasa lartësi 65 mm, diametër gryke ~13 mm, diametër baze 17–18 mm, tapë me lartësi 35–36 mm dhe diametër i jashtëm i tapës 24 mm. Specifikimet e kërkuara për kyvetat e qelqit janë përcaktuar për të garantuar përputhshmërinë e plotë me pajisjen laboratorike në përdorim dhe për të siguruar zhvillimin korrekt të analizave. Çdo devijim nga këto përmasa mund të sjellë vështirësi në vendosjen e kyvetës në aparat, të ndikojë në procesin e matjes ose të komprometojë cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve analitike. Për këtë arsye, përmasat e specifikuara konsiderohen kërkesë teknike thelbësore për funksionimin normal të pajisjes dhe kryerjen e analizave laboratorike.

Artikulli Nr. 42 dhe Artikulli Nr. 43 ose ekuivalent. Përmasat 26 × 76 mm të lamës dhe 22 × 22 mm të lamelave janë zgjedhur në përputhje me standardet laboratorike të mikroskopisë optike. Lama 26 × 76 mm siguron stabilitet mekanik, kompatibilitet me tavolinat e mikroskopëve dhe hapësirë të mjaftueshme për vendosjen e tre preparateve të veçanta. Lamelat 22 × 22 mm ofrojnë mbulim optimal të mostrës, shpërndarje uniforme të materialit dhe cilësi të lartë optike gjatë vëzhgimit. Vendosja e tre lamelave në një lamë të vetme mundëson kryerjen e tre përcaktimeve mikroskopike në të njëjtat kushte analitike, duke rritur efikasitetin, krahasueshmërinë e rezultateve dhe ekonominë e materialeve laboratorike

Artikulli Nr. 46 ose ekuivalent. Letër amballazhi me përmasa ~ 50 x 70 cm është e domosdoshme për paketimin e pipetave të qelqit përpara sterilizimit dhe për ruajtjen e sterilitetit të tyre pas përfundimit të procesit. Përmasat e kërkuara janë përcaktuar në funksion të dimensioneve të pajisjeve laboratorike që sterilizohen dhe të procedurave standarde të laboratorit, duke siguruar mbrojtje, higjienë dhe efikasitet gjatë përdorimit të materialeve sterile.

Artikulli Nr. 47 Letra filtruese me diametër 125 mm kërkohet për realizimin e procedurave rutinë laboratorike të filtrimit dhe përputhet me dimensionet e pajisjeve të filtrimit në përdorim. Kjo përmasë siguron funksionim korrekt të procesit, ruajtjen e integritetit të mostrës dhe përfundimin e rezultateve analitike të besueshme. Për këtë arsye, diametri 125 mm përbën një kërkesë teknike të domosdoshme për kryerjen efektive të analizave laboratorike.

Artikulli Nr. 49 Shizë bakteriologjike, gjatësia 40 mm e pjesës aktive të shtizës bakteriologjike është zgjedhur për të siguruar fleksibilitet dhe manovrim të përshtatshëm gjatë marrjes dhe transferimit të kulturave mikrobike. Kjo gjatësi mundëson sterilizimin efikas të pjesës aktive në flakë, minimizon rrezikun e deformimit të telit gjatë përdorimit dhe lehtëson punën në enë të ndryshme laboratorike të përdorura për analizat mikrobiologjike.

Artikulli Nr. 63, 64, 65, 66 dhe 67 Pjata Petri; përmasat e pjatave të petrit (Ø 60, Ø 90, Ø 100 dhe Ø 120) janë përcaktuar në përputhje me kërkesat e metodave të analizës mikrobiologjike dhe përmbushin standardet dhe protokollet laboratorike të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), si institucion referencë për laboratorët e Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor (NJVKSH). Këto dimensionë sigurojnë kryerjen korrekte të procedurave të kultivimit, izolimit dhe numërimit të mikroorganizmave, duke garantuar përputhshmëri me metodat e referencës dhe krahasueshmëri të rezultateve.

Artikulli Nr. 73, 74, 75, 76, 77 dhe 78 Stativ (suport); Përmasat e stativit mundësojnë: mbajtjen e sigurt të tubave në pozicion vertikal, shmangien e kontaktit dhe përplasjes ndërmjet tubave, reduktimin e rrezikut të dëmtimeve mekanike dhe thyerjes së materialeve prej qelqi, organizimin dhe identifikimin më të lehtë të mostrave gjatë analizës, transportimin praktik të një numri të konsiderueshëm tubash njëkohësisht, pa cenuar sigurinë e tyre.

Gjithashtu, përmasat e zgjedhura sigurojnë një raport optimal ndërmjet kapacitetit mbajtës dhe lehtësisë së transportit, duke mundësuar lëvizjen e stativit nga një stacion pune në tjetrin pa vështirësi dhe pa rrezikuar integritetin e mostrave.

Artikulli Nr. 80 Tubat e qelqit me diametër 23 mm dhe lartësi 160 mm janë kërkuar për të garantuar zhvillimin e saktë dhe të sigurt të procedurave laboratorike analitike. Përmasat e tyre sigurojnë kapacitet të përshtatshëm pune, stabilitet mekanik dhe përputhshmëri me pajisjet laboratorike, duke kontribuar në besueshmërinë dhe riprodhueshmërinë e rezultateve.

Artikulli Nr. 81 Tuba Durham me përmasa Ø 35 × 6 mm janë të nevojshëm për identifikimin e prodhimit të gazit në testet e fermentimit mikrobiologjik. Përmasat e tyre janë të standardizuara

për të siguruar interpretim të saktë, riprodhueshmëri të rezultateve dhe përputhshmëri me protokollet laboratorike të analizës.

Artikulli Nr. 82 Tuba Plastik me diametër të brendshëm 5 mm dhe të jashtëm 7 mm është i domosdoshëm për kryerjen e procedurave standarde laboratorike të transferimit dhe manipulimit të gjakut. Përmasat e tyre sigurojnë rrjedhje të kontrolluar, stabilitet mekanik dhe përputhshmëri me pajisjet laboratorike, duke garantuar saktësi dhe siguri në proceset analitike.

Artikulli Nr. 83 Tuba qelqi me Ø 12 x 100 mm; Diametri 12 mm është i përshtatshëm për mbajtjen e vëllimeve të vogla deri mesatare të mostrave, duke mundësuar manipulim të lehtë, përzierje homogjene dhe përdorim të sigurt gjatë proceseve analitike. Ky diametër është gjithashtu i kompatibil me stativët standardë laboratorikë për tuba.

Gjatësia 100 mm siguron: hapësirë të mjaftueshme për kryerjen e reaksioneve biologjike, reduktim të rrezikut të derdhjes gjatë përzierjes ose transferimit, mundësi për inkubim dhe sedimentim të mostrave në mënyrë të kontrolluar, stabilitet të mirë gjatë vendosjes në mbajtëse laboratorike. Kombinimi i këtyre përmasave ofron një raport optimal ndërmjet volumit të punës dhe sigurisë së përdorimit, duke e bërë tubin të përshtatshëm për një gamë të gjerë analizash laboratorike.

Artikulli Nr. 84 Tuba qelqi me Ø 16 x 160 mm siguron një kapacitet më të madh pune krahasuar me tubat standardë më të vegjël, duke mundësuar përpunimin e mostrave me volum të rritur, përzierje më të lehtë dhe zhvillim të qetë të reaksioneve pa rrezik derdhjeje. Ky diametër është gjithashtu i përshtatshëm për përdorim në stativët laboratorikë standardë. Tubat e qelqit me përmasa Ø 16 × 160 mm janë të nevojshëm për kryerjen e analizave laboratorike që kërkojnë volum të rritur pune dhe kushte të sigurta reaksioni. Përmasat e tyre sigurojnë kapacitet të përshtatshëm, stabilitet mekanik dhe përputhshmëri me pajisjet laboratorike, duke garantuar saktësi dhe riprodhueshmëri të rezultateve analitike.

Artikulli Nr. 85 Tuba qelqi me përmasa Ø 30 × 200 mm janë të nevojshëm për procese laboratorike që kërkojnë volum të madh pune dhe kushte të sigurta për zhvillimin e reaksioneve dhe sedimentimeve. Përmasat e tyre sigurojnë kapacitet të lartë, stabilitet mekanik dhe përputhshmëri me pajisjet laboratorike, duke garantuar rezultate të sakta dhe të riprodhueshme.

Sqarim i mëtejshëm:

Përmasat e specifikuara nuk janë zgjedhur për arsye estetike apo standarde tregëtare, por bazohen në kërkesat teknike të metodës analitike të përdorur dhe në kushtet konkrete të pajisjeve laboratorike në dispozicion (pra pajisjet ekzistuese) me qëllim garantimin e saktësisë, sigurisë dhe efikasitetit të procesit analitik.

Specifikimet teknike janë përcaktuar në funksion të nevojave operative të laboratorit dhe metodave analitike të përdorura. Artikujt e kërkuar përbëjnë materiale standarde laboratorike të prodhuara dhe të tregtuara gjerësisht nga një numër i konsiderueshëm prodhuesish dhe distributorësh në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Specifikimet teknike të përcaktuara nuk referojnë markë, origjinë, prodhues, patentë, model tregtar apo proces specifik prodhimi në bazë të nenit 36 pika 4 të Ligjit nr. 162/2020. Karakteristikat e

kërkuara përfaqësojnë parametra teknike standardë të artikujve laboratorikë të përdorimit të përditshëm, të cilët prodhohen dhe tregtohen gjerësisht nga një numër i konsiderueshëm prodhuesish dhe operatorësh ekonomikë. Për rrjedhojë, ato nuk kanë efekt kufizues mbi konkurrencën dhe nuk krijojnë avantazh për një operator ekonomik të caktuar.

Vetë ekzistenca e një numri të konsiderueshëm operatorësh ekonomikë që tregtojnë artikuj me karakteristika të njëjta ose ekuivalente provon se specifikimet teknike nuk kufizojnë konkurrencën reale në treg dhe nuk favorizojnë një subjekt të caktuar.

Të respektohen specifikime teknike të kërkuara nga shërbimi për çdo artikull.

Shënim: Për çdo certifikatë, standard, markë, emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës të përmendur më lart, pranohet edhe ekuivalenti i tyre.

Njësia e prokurimit autorizon personin përgjegjës për prokurim për hedhjen e të dhënave në SPE.

NJËSIA E PROKURIMIT: