

MINISTRIA E SHËNDETËSISE DHE MBROJTJES SOCIALE

Për: OE: MSE shpk, me NIPT L82001005A, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur- mallra- prokurim me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës/lotit: Lot. 1 REF-69752-08-25-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës “F.V pajisje mjekësore –respiratorë standard dhe të avancuar për reanimacion” me fond limit ne total 157,530,000 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e tridhjetë mijë) Lekë pa TVSH ndarë në 2 lote:

- Lot 1 - Respirator Standart per Reanimacion me fond limit 62,250,000 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa Tvsh;

Data e zhvillimit të tenderit: 23.09.2020.

Kohëzgjatja e kontratës: Lot 1 – Kohëzgjatja e Kontrates: Të paktën gjysma e sasise se pajisjeve te Lot 1- Respirator Standart per Reanimacion te furnizohen brenda 15 diteve nga lidhja e kontrates. Pjesa tjeter brenda 50 diteve nga lidhja e kontrates.

Publikime të mëparshme (*nëse zbatohet*): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Lot 1 - Respirator Standart per Reanimacion me fond limit 62,250,000 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa Tvsh;

1. Health & Light shpk - me NIPT L42231011L dhe ofertë ekonomike 25,400,000 (njëzet e pesë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germenji, pallati në krah të RTSH, Kati 1-rë, Tiranë.
2. T B S 96 SHPK, - me NIPT K71407001F dhe ofertë ekonomike 27,400,000 (njëzet e shtatë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rruga ”Thanas Ziko”, Nr.86/1, Tiranë.
3. OES Distrimed shpk - me NIPT K31520054N dhe ofertë ekonomike 32,400,000 (tridhjetë e dy milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi ”Bajram Curri”, Tiranë.
4. SAER MEDICAL shpk - me NIPT K31610086D dhe ofertë ekonomike 36,400,000 (tridhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë.
5. MSE shpk – me NIPT L82001005A dhe ofertë ekonomike 57,270,000 (pesëdhjetë e shtatë milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, Tiranë.
6. BIOMETRIC ALBANIA shpk – pa ofertë ekonomike.
7. EUROMED shpk – pa ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Health & Light shpk - me NIPT L42231011L dhe ofertë ekonomike 25,400,000 (njëzet e pesë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germenji, pallati në krah të RTSH, Kati 1-rë, Tiranë.

2. T B S 96 SHPK, - me NIPT K71407001F dhe ofertë ekonomike 27,400,000 (njëzet e shtatë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rruga "Thanas Ziko", Nr.86/1, Tiranë.
3. OES Distrimed shpk - me NIPT K31520054N dhe ofertë ekonomike 32,400,000 (tridhjetë e dy milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë.
4. SAER MEDICAL shpk - me NIPT K31610086D dhe ofertë ekonomike 36,400,000 (tridhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë.
5. BIOMETRIC ALBANIA shpk – pa ofertë ekonomike.
6. EUROMED shpk – pa ofertë ekonomike.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Referuar, dokumentacionit të dorëzuar në sistem nga OE e sipërcituar, KVO konstaton si mëposhtë:

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE Health & Light shpk - me NIPT L42231011L, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht,

Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit "Udhëzime për operatorët ekonomikë" ku përcaktohet se: "*Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme*", konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për të dy lotet, 2.3.7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).

Nga verifikimi i katalogut të paraqitur rezulton:

1. Për specifikimin teknik *Fluksi i vazhdueshëm të pakten 180L/min*, në katalogun e paraqitur rezulton *Floë 10-80 L/min*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.
2. Për specifikimin teknik *Presioni i inspirimit: 1-80 ± 2 mbar*, në katalogun e paraqitur rezulton *4-40 cmH2O (3.9-39 mbar)*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.
3. Për specifikimin teknik *Presioni i suportit: 0-50 mbar*, në katalogun e paraqitur rezulton *6-40 cmH2O (5.9-39 mbar)*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.
4. Për specifikimin teknik *Koha e inspirimit: 0.3-10 sec*, në katalogun e paraqitur rezulton *0.3-3.0 sec*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.
5. Për specifikimin teknik *Frekuenca e respirimit: 4-80 bpm*, në katalogun e paraqitur rezulton *4-60bpm*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.
6. Për specifikimin teknik *Triger fluksi: 1 deri në 8L/min*, në katalogun e paraqitur rezulton *1-7 L/min*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat për maksimumin siç është përcaktuar në DST.
7. Për specifikimin teknik *Fluksi i maksimal: 180L/min*, në katalogun e paraqitur rezulton *Floë 10-80 L/min*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.

8. Nuk janë markuar sipas përcaktimit në kriteret e veçanta të kualifikimit, nuk gjenden në katalog dhe nuk gjenden as në faqen zyrtare të prodhuesit specifikimet teknike të kërkuara në DST, si vijon:

Menyrat e ventilimit: Kontroll Volumi SIMV, Ventilim APRV;

Mundesi e permiresimit te aplikimit te Oksigjenit me fluks te larte brenda pajisjes

Procedure e dedikuar per aspirimin e pacienteve:

Pre-oksigenim: max 120 sekonda

Pas-oksigenim: max 120 sekonda

Faze thithje: max 120 sekonda

Rezistenca e rrugeve respiratore dhe pajtushmeria ne mushkeri

Indeksi i shpeshte i frymemarrjes se paket RSB

Matje e Pergendrimit te CO2

Matja e O2 me 2 sensore me kalibrim automatik ose me nje sensor me teknologji jo-shteruese ose ekuivalente.

Sensor per matjen e rrjedhes CO2

Paraqitja grafike e CO2 dhe perllogaritjen e presionit trakeal dhe paraqitja me kurbe ne kohe reale

Regjistrim te trendit te formave valore dhe parametrave numerike te ventilimit per te pakten 72 ore

Te pakten 5 sensore CO2/1 modul kapnografie.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “Health & Light” shpk.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga T B S 96 SHPK, - me NIPT K71407001F, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht,

Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për të dy lotet, 2.3.7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).

Nga verifikimi i katalogut të paraqitur rezulton:

1. Në katalogun e paraqitur në dokumentacion, rezulton që OE ka ofertuar respirator me sistem respirimi me turbinë. Në specifikimet teknike është kërkuar *Per teknologji me turbine, te ofrohet garanci nga prodhuesi per te pakten 8 vjet pa kufi ne oret e punes gjate kesaj periudhe.* OE nuk ka paraqitur në SPE asnjë dokumentacion për plotësimin e kësaj kërkesë.

2. Për specifikimin teknik *Fluksi i vazhdueshem te pakten 180L/min,* në katalogun e paraqitur rezulton *4-60 L/min,* si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.

3. Për specifikimin teknik *Presioni i inspirimit: 1-80 ± 2 mbar,* në katalogun e paraqitur rezulton *0-60 cmH2O (0-58.8 mbar),* si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.

4. Për specifikimin teknik *Fluksi maksimal 180L/min*, në katalogun e paraqitur rezulton *4-60 L/min*, si rrjedhojë nuk i plotëson kërkesat sipas DST.

5. Nuk janë markuar sipas përcaktimit në kriteret e veçanta të kualifikimit, nuk gjenden në katalog dhe nuk gjenden as në faqen zyrtare të prodhuesit specifikimet teknike të kërkuara në DST, si vijon: *Mundesi e permiresimit te aplikimit te Oksigjenit me fluks te larte brenda pajisjes*

Procedure e dedikuar per aspirimin e pacienteve:

Pre-oksigenim: max 120 sekonda

Pas-oksigenim: max 120 sekonda

Faze thithje: max 120 sekonda

Te jete i pajisur me funksionin per ulje automatike te fluksit te gazit dhe funksionin e alarmit pa ze gjate kohes se shkeputjes.

Te jete i mundur komandimi dhe kontrolli i nebulizatorit per shperndarjen e sinkronizuar te gazit ne fluksin inspirues

Matje e Perqendrimit te CO2

Sensor per matjen e rrjedhes CO2

Te pakten 5 sensore CO2/1 modul kapnografie

Valvulen ose moduln ekspirator i riperdorshem, 2 cope

Testi i mushkerive, 1 cope.

6. Në dokumentacionin e paraqitur nga OE për këtë procedurë prokurimi nuk gjenden specifikimet teknike për Lagështuesin me ngrohje, sipas kërkesës në DST.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “T B S 96 SHPK”.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE OES Distrimed shpk - me NIPT K31520054N, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht:

Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”*, konkretisht pika 2.1.d. në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit të përcaktuara në DST është kërkuar: *Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7.* Për të përmbushur këtë kriter, OE OES ka ngarkuar në SPE dokumentin *Deklarate_mbi_konfliktin_e_interesave*, dokument i cili nuk është firmosur dhe vulosur nga ana e operatorit ekonomik, duke e bërë këtë dokument të pavlefshëm.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “OES Distrimed shpk”.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE SAER MEDICAL - me NIPT K31610086D, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht,

1. Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”*, konkretisht në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 2.3.10, përcaktohet:

Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij të paktën 1 (një) inxhinier të trajnuar, me certifikatë për instalim dhe servis të pajisjes së ofruar.

Për këtë duhet të paraqesë:

Diplomën përkatëse

Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Maj 2020 - Korrik 2020 ku të figurojnë emrat e tyre Certifikata/ose dëshmi trajnimi, për instalim dhe servis të pajisjes së ofruar, lëshuar nga prodhuesi i pajisjes, ente apo palë të treta certifikuese të autorizuar.

Për të përmbushur këtë kriter, OE ka ngarkuar në SPE dokumentin Certifikata trainimi, por që nuk i referohen trajnimit lidhur me pajisjen e ofertuar në këtë procedurë prokurimi, duke mos plotësuar kështu kërkesën sipas DST.

2. Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”*, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për të dy lotet, 2.3.7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. *(Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

1. Në katalogun e paraqitur në dokumentacion, rezulton që OE ka ofertuar respirator me sistem respirimi me turbinë. Në specifikimet teknike është kërkuar *Per teknologji me turbine, të ofrohet garanci nga prodhuesi për të paktën 8 vjet pa kufi në orët e punës gjatë kësaj periudhe.* OE nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për plotësimin e kësaj kërkesë të përcaktuar në specifikimet teknike në DST.

2. Gjithashtu, nuk janë markuar sipas përcaktimit në kriteret e veçanta të kualifikimit, nuk gjenden në katalog dhe nuk gjenden as në faqen zyrtare të prodhuesit specifikimet teknike të kërkuara në DST, si vijon:

Mundesi e përmirësimit të aplikimit të Oksigjenit me fluks të lartë brenda pajisjes

Procedura e dedikuar për aspirimin e pacienteve:

Pre-oksigjenim: max 120 sekonda

Pas-oksigjenim: max 120 sekonda

Faze thithje: max 120 sekonda

Te jete i pajisur me buton për kyçjen e kontrollit të ekranit me qellim parandalimin e ndryshimit aksidental të parametrave

Indeksi i shpeshte i frymemarrjes se paket RSB.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE SAER MEDICAL.

- Shoqëria, BIOMETRIC ALBANIA shpk – nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim. Gjithashtu kjo shoqëri nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike.

Rrjedhimisht oferta e kësaj shoqërie rezulton si jo e plotë dhe e parregullt.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE BIOMETRIC ALBANIA shpk.

- Shoqëria, EUROMED shpk – nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim. Gjithashtu kjo shoqëri nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike.

Rrjedhimisht oferta e kësaj shoqërie rezulton si jo e plotë dhe e parregullt.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE EUROMED shpk.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“MSE shpk – me NIPT L82001005A”, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, Tiranë] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [57,270,000 (pesëdhjetë e shtatë milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues/MSHMS /Drejtoria e Prokurimeve, Koncesioneve dhe PPP] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____5_____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.10.2020.

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë