



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE**  
**SPITALI RAJONAL ELBASAN**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

Elbasan, më 23.11.2023

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**  
**(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)**

Drejtuar: BIOMETRIC ALBANIA *Shpk*

*Adresa; Bulevardi Zhan Dark, Pallati 53, AP 6B Tirane Albania*

Procedura e prokurimit/lotit: **Procedure e Hapur e Thjeshtuar**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-82562-10-06-2023**

Loti 1. **F.V pajisje mjekesore per Polikliniken e Specialiteteve REF-82568-10-06-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **F.V PAJISJE PER POLIKLINIKEN E SPECIALITETEVE**

Ndare ne Lote

Loti 1. **F.V pajisje mjekesore per Polikliniken e Specialiteteve REF-82568-10-06-2023**

Loti 2. **F.V pajisje mobilimi spitalor per Polikliniken e Specialiteteve REF-82570-10-06-2023**

Publikimet e mëparshme (*nëse është rasti*): Buletini i Njoftimeve Publike *Date 16.10.2023 Nr 86*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

**Per Lotin 1. F.V pajisje mjekesore per Polikliniken e Specialiteteve**

**REF-82568-10-06-2023**

1 BIOMETRIC ALBANIA *Shpk*

*J61827062E*

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

*Vlera e ofertes 15,266,000 (pesëmbledhjetë milion e dyqind e e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) leke pa tvsh*

2. TRIMED *Shpk*

*K51612031J*

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

*Vlera e ofertes 13,450,000(trembledhjetë milion e katerqind e pesëdhjetë mijë ) leke pa tvsh (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

- TRIMED *Shpk*

*K51612031J*

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

*Vlera e ofertes 13,450,000(trembledhjetë milion e katerqind e pesëdhjetë mijë ) leke pa tvsh (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

*Perkatesisht per arsyet e meposhtme:*

**Nuk keni permbushur specifikimet teknike te kerkuara ne DST, Shtojca 5, per artikujt objekt I kesaj procedure loti 1, duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik 2.3.4, ne menyre analitike te shpjeguara si me poshte:**

1. Per artikullin – Ekografi, ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specifikimet teknike si me poshte :

**Të ketë të paktën këto mënyra pune**

- Intelligent Doppler, Trapezoidal, Adaptive Doppler, Mbi 60.000 kanale të përpunuara në mënyrë digitale, Rishikimi me Cineloop :Përftimi, ruajtja dhe shfaqja në kohë reale e mbi 1000 kuadrove.

**Të ofrojë minimalisht matjet e mëposhtme**

- Vasculare- Cerebrovasculare, Protokolle të ekstremiteteve majtas djathtas, lart poshtë. Adaptive Doppler
- Analiza OB/Gyn - Profili biofizik, Indeksi i fluidit amniotic, Cranium fetal, MSD dhe GSD
- Të ketë hard disk jo më të vogël se 500GB, Të ketë te paktën 3 porta USB, Të ketë DVD RĒ drive të inkorporuar, Të ketë dalje S-Video dhe HDMI

Per specifikimin “*Shpejtësia e përfutimit të kuadrove (frame rate) : Mbi 1000 kuadro për sekondë*”, keni ofertuar ne vleren **16.56 f/s** e cila është ne kundërshtim me vleren e kërkuar ne DST

2. Per artikullin – EKG, ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specifikimet teknike si me poshte :

Mungon specifikimi “*Me mbrojtje ndaj pulsit te defibrilimit.*”

Per specifikimin “*Me filtra sinjali EKG dhe mundesi e aktivizimit/Caktivizimit te tyre : Filter 50 Hz per interferencat ne rrjet, Filtrat per interferencat muskulare 25Hz, 35Hz, 45Hz, Filtrat isoline 0.15 Hz, 0.45 Hz, 0.75 Hz, 1.5 Hz.*”, mungojne filtrat **45Hz dhe 0.75Hz, 1.5Hz**

3. Per artikullin – Spirometer, ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specifikimet teknike si me poshte :

- Ndërfaqje USB, Sensori I rrjedhës: turbine dixhitale me dydrejtime me turbine te riperdorshme, Sensori I temperaturës: gjysmëpërçues (0-45°C), Opsionale sensor oksimetrie, Mënyra detektimi me infra të kuqe, Rezistenca dinamike për 12L/s<0.5cmH<sub>2</sub>O
- Tek parametrat e Spirometrise mungojne : FEV1/PEF, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV0.5/FVC, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEF7585, FET, Vext, ELA, FIF25, FIF75, R50.

4. Per artikullin – Kabinet ORL ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specifikimet teknike si me poshte :

***Njesia ORL mungojne :***

- Të jetë i pavarur nga uji sanitar, gazi i komprimuar ose kërkesa të tjera. Duhet vetëm furnizimi me energji elektrike që njësia të funksionojë.
- Të paktën një sirtar me lartësi 60 mm për përdorim të përgjithshëm

### *Aspirimi mungojne :*

- Me tub njëpërdorimësh për kontroll më të mirë të higjienës  
Vazo me kapacitet 2 litra
- Presioni i rregullueshëm nga 0 në 0,85 bar – **Nuk jepet nese presioni eshte I rregullueshem**

### *Larja e veshit mungojne :*

- Te jete material inox i autoklavueshëm
- Të jetë i pavarur nga rrjeti i ujit sanitar

### *Sistemi I ajrit te komprimuar mungojne :*

- Nr. 2 shishe ilaçesh në qelq të ndashme dhe të përshtatshme për të gjitha llojet e medikamenteve.
- Cope 2, atomizues të drejtë me grykë fleksibël (kanula): 1 për spërkatje pluhuri dhe 1 për spërkatje të lëngshme; të autoklavueshme – **Nuk jepet nese jane te autoklavueshme**
- Kompresor ajri i integruar pa vaj, me ndezje automatike pasi të ngrihet instrumenti – **Nuk jepet tipologjia e kompresorit**
- Kontrolli dhe shfaqja e parametrave te sistemit të ajrit të kompresuar në ekranin me prekje

### *Burimi I Drites mungojne*

- Burim drite led me 1 kanal për kablo fiber optike, me llambë LED affersisht 5.500°K (50.000 orë pune) – **eshte ofertuar (40.000 ore pune), nen vleren e kerkuar**
- Te jete i pajisur me kablo percues drite dhe konektor. Gjatësia e kablos jo më pak se 1800 mm – diam. 3,5 mm – **Nuk jepen permasat e kabllit**

### *Karrige pacienti ORL mungojne :*

- Strukturë kompakte në metal e lyster me pluhura epokside e kompletuar me mbulesë në abs me rezistencë të lartë për bazen
- Mbështetja e këmbës dhe mbështetësja e shpines me levizje manuale nepermjet dorezave. Me sistem susatsh dhe pistonash me gaz - **eshte ofertuar mbeshtetesja e kembes fikse, nuk ka mundesi levizjeje**
- Mbështetësja anatomike e kokës e artikulluar me rregullim manual në drejtim vertikal dhe përpara.

### *Karrige mjeku mungojne :*

- Karrige me unazë për mbështetëse këmbësh, strukturë çeliku, rrota rrotulluese 360 gradë,

### *Autoklava mungojne :*

- Autoklavë me komandim elektronik, per sterilizimin e instrumentave ambulatory, e klasit B me dhomëz sterilizimi te pakten 18 litra – **Nuk eshte specifikuar klasa e autoklaves**
- Endertuar me material celik kunder ndryshkut

***SISTEM VIDEO ENDOSKOPIE ME KAMERA CCD mungojne :***

- Kamera CCD – **eshte ofertuar kamera CMOS, teknologji me cilesi me te ulet**
- Iris elektronike

***NASOFARINGOSKOPI mungojne :***

- Nazofaringoskopi me fibra optike i përshtatshëm për endoskopinë diagnostike në fushën e ENT. – **Nuk eshte specifikuar ne katalog nese eshte me fiber optike**
- Gjatësia e punës jo më pak se: 310 mm – **eshte ofertuar vlere me e ulet , 300mm**

***LARINGOSKOPI mungojne :***

- LARINGOSKOPI rigid – diemetër Ø 10 mm/ drejtim i pamjes. 70°/Gjatësia të paktën 190 mm, e autoklavueshme, ndriçim anësor – **jane ofertuar vlere me te uleta , Diametri 8 mm, Gjatesia: 170 mm**

***Sistemi i regjistrimit dhe dokumentimit të videove mungojne :***

- Duhet te lejoje në mënyrë të thjeshtë ruajtjen e imazheve dhe videove automatikisht në dosjen e pacientit, rishikimin dhe shkrimin e raporteve dhe printimin e tyre. – **Nuk eshte specifikuar nese ruajtja kryhet automatikisht**
- E pajisur me një monitor me ekran me prekje minimale 24 inç të montuar në njësi – **eshte ofertuar nen vleren e kerkuar , 23 inch.**
- Pajisur me njesine e PC-së minimalisht core i7 i pajisur me maus dhe tastierën ëireless ë dhe vendoset në krahun e artikulluar të integruar me mundesi dhe mekanizem per tu montur ne njesine ORL. – **eshte ofertuar processor I nje gjenerate me te ulet , Quad Core.**

Ka **mosperputhje** midis kodeve/modeleve te deklaruar ne oferten teknike dhe atyre te markuar tek kataloget origjinale tek noterizimet dhe perkthimet.

- Per “Endoskopi Veshi”, pjese e artikullit nr. 4 (Kabinet ORL), ne oferten teknike eshte paraqitur kodi 175003, tek katalogu origjinal eshte paraqitur kodi 175003, tek noterizimet eshte paraqitur kodi 175200 dhe tek perkthimet eshte paraqitur kodi 175003.

- Per “Sinuskopi” pjese e artikullit nr. 4 (Kabinet ORL), ne oferten teknike eshte paraqitur kodi 174104, tek katalogu origjinal eshte paraqitur kodi 174104, tek noterizimet eshte paraqitur kodi 174104A dhe tek perkthimet eshte paraqitur kodi 174009.

Per “Laringoskopi” pjese e artikullit nr. 4 (Kabinet ORL), ne oferten teknike eshte paraqitur kodi 173006, tek katalogu origjinal eshte paraqitur kodi 173006, tek noterizimet eshte paraqitur kodi 173007A dhe tek perkthimet eshte paraqitur kodi 173004.

5. Per artikullin Kabinet okulisitik ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specififikimet teknike si me poshte :

#### ***Unit Refraktometer mungojne :***

- Te jete nje njesi moderne oftalmologjike me dizajn praktik, modern dhe ergonomik.
- Te kete rregullim lartesisie elektrike rreth 80—90 cm.
- Te jete e pajisur me bllokues sigurie magnetik.
- Karrigia te mund te rrotullohet afersisht 90 grade dhe pjeresi te pakten 30 grade.
- Te kete nje kolone projektori afersisht 170 cm.
- Te kete nje kontroll funksioni te integruar me tregues te drites.
- Te ofroje furnizim me energji me 6-pin te integruar ne tryeze per refraktometrin, slit lamp ose pajisje tjeter, si dhe butonat per rregullimin e drites.
- Te kete nje pozicion te pershtatshem alumini per instalimin e nje phoropter-i ose nje projektori grafik.
- Te kete nje drite leximi LED te bardhe 12V.

#### ***Slit Lamp mungojne :***

- Te jete me nderfaqe per lazer dhe tonometer aplanacioni.
- Kendi i shikimit: 13°
- Gri (ND)
- Burimi i ndricimit: me drite te ngrohte LED, me jetegjatesi jo me pak se 45,000 ore pune. – **Nuk jane specifikuar te dhenat per burimin e drites**
- Kontrolli i ndricimit, i rregullueshem ne menyre te vazhdueshme.
- Levizja vertikale e mbeshteteses se mjekres te pakten 80 mm.
- Rregullimi i holle: jo me pak se 20mm

#### ***Tonometer aplanacioni mungojne :***

- Diametri i zones pneumatike: jo me pak se 3 mm.
- Zona e aplanacionit: jo me pak se 7 mm<sup>2</sup>.
- Ndarja e linjes se transportit te sondes: te pakten 43°.

#### ***Auto Ref-Keratometer mungojne :***

- Pajisja duhet te jete refraktometer/keratometer automatik i syrit duke perdorur teknologjine e grupit te mikrolensave Shack – Hartmann me 108 pika matjeje efektive.
- Pajisja duhet te jete ne gjendje te mate madhesine e bebes dhe distancen nga e bardha ne te bardhe.
- Ekрани i pajisjes duhet te jete i rregullueshem ne diapazonin e kendit 90 grade, duke siguruar nje kend te rehatshem shikimi nga operatori si ne kembe ashtu edhe ulur.
- Te jete me ekran TFT LCD me ngjyra, jo me pak se 8". – eshte ofertuar ne vlere me te ulet , 7 inch
- Pajisja duhet te kete nje mbeshtetese mjekre te motorizuar.
- Pajisja te kete funksion 2D automatik te modalitetit te levizjes lart/poshte.
- Pajisja te ofroje mundesine per te komunikojte me nje phoropter.
- REF: Matja e perthyerjes
- Matja e modalitetit IOL
- ZMAP
- Te kete printer termik te integruar, me prerje automatike letre.

***Komplet lentesh prove me valixhe dhe skelet prove mungojne :***

- Lente me konture metalike. – **eshte ofertuar plastike**
- Korniza e lenteve prove e bere me çelik inox.
- Distanca e bebes e rregullueshme ne diapazonin: 48 – 80 mm.

***Projektor grafik mungojne :***

- Maskim: 1 e hapur, 3 vija horizontale, 5 vija vertikale, 15 shkronja te vetme

***Komplet ne valixhe Retinoskop / Oftalmoskop (Varianti I) me doreze te rikarikueshme mungojne :***

- Gjashte diafragma: çarje, yll fiksues, kobalt blut, rreth i madh, rreth i vogel, gjysmerreth. – **nuk eshte ofertuar gjysmerreth dhe kobalt blu**
- Filtri infra te kuqe
- Sistemi optik asferik
- Kornize prej alumini te derdhur
- Filter polarizues per te eliminuar reflektimet
- Kontrollues i ndriçimit me ndezje/fikje
- Butoni i zhbllokimit
- Funksionimi me dy bateri te tipit C/LR14

***Komplet ne valixhe Retinoskop / Oftalmoskop (Varianti II) me doreze te rikarikueshme mungojne :***

- Gjashte diafragma: çarje, yll fiksues, kobalt blut, rreth i madh, rreth i vogel, gjysmerreth – Nuk jane te markuar ne katalog

- Filtri infra te kuqe
- Sistemi optik asferik
- Kornize prej alumini te derdhur
- Konstruksion rezistent ndaj pluhurit
- Filter polarizues per te eliminuar reflektimet
- Optike shume e veshur
- Konstruksion rezistent ndaj pluhurit
- Ene per kokat e oftalmoskopit dhe retinoskopit – nuk eshte markuar ne katalog
- Kontrollues i ndricimit me ndezje/fikje
- Butoni i zhbllokimit
- Funksionimi me dy bateri te tipit C/LR14

***Kamera Fundus Dixhitale mungojne :***

- Fokusimi dhe ekspozimi automatik i definicionit te te dy syve, me nje buton te vetem. – **Nuk eshte specifikuar nese kryhet per te dy syte**
- Te mund te punohet ne modalitetin manual me shtrirjen dhe fokusimin manual te bebeve.
- Te kete rregullim automatik dhe manual te blicit dhe ndricimit te imazhit te fundusit perpara se te merret fotografia.
- Te suportojte lidhjet DICOM/PACS dhe sistemet AI.
- Te mundesoje USB per zgjerimin e hapesires ruajtjese dhe transmetimin ne distance nepermjet sistemit FTP.
- Software te mundesoje ndryshimin e games, kontrastit, ndricimit dhe ngjyres.
- Fotografia: Kamera SLR
- Rezolucioni: te pakten 24 megapiksel : **eshte ofertuar nen vleren e kerkuar 18megapixel**
- Te kete porte personalizimi per AI

***Lente 90D mungojne :***

- Per ekzaminime te pergjithshme dhe pamje retinale
- Te jene ne gjendje te kalojne neper pupila te vogla
- Te jene ne gjendje te kryejne ekzaminime retinale, kur kjo eshte e pa dilatuar.

Mungon perkthimi i katalogut per:

- Variant i ofruar per “Komplet ne valixhe Retinoskop / Oftalmoskop me doreze te rikarikueshme” si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): YZ24B/YZ24C/YZ24D. Ne SPE eshte ngarkuar katalogu origjnal i markuar, tek noterizimet eshte perfshire katalogu ne gjuhen angleze, por nuk ka perkthim te tij. Ky model eshte perfshire tek oferta teknike.
- Lente 90D si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): 90D. Ne SpE eshte ngarkuar katalogu origjnal i markuar, tek noterizimet eshte perfshire katalogu ne gjuhen angleze, por nuk ka perkthim te tij.



Perkthim jo i plote per:

- Varianti i ofruar per “Komplet ne valixhe Retinoskop / Oftalmoskop me doreze te rikarikueshme” si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): DR1900, nuk e ka perkthimin te plote, pasi ka mosperputhje midis specifikimeve te markuara dhe specifikimeve te perkthyer.
- Perkthimi per “Komplet lentesh prove me valixhe dhe skelet prove” si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): MS-266L nuk eshte i plote pasi ka mosperputhje midis specifikimeve te markuara dhe specifikimeve te perkthyer. Gjithashtu, per kete artikull eshte perfshire tek noterizimit nje perkthim shtese qe nuk perputhet me asnje katalog te ngarkuar ne SPE (origjinal dhe te noterizuar).
- Perkthimi per “Projektor grafik” si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): ACP-7 nuk eshte i plote pasi ka mosperputhje midis specifikimeve te markuara dhe specifikimeve te perkthyer. Gjithashtu, per kete artikull eshte perfshire tek noterizimet nje perkthim qe nuk perputhet me asnje katalog te ngarkuar ne SPE (origjinal dhe te noterizuar).

Per artikullin “Kamera Fundus Dixhitale”, si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik) ka nje konfuzion ne lidhje me kataloget e ngarkuar ne SPE. Katalogu origjinal i markuar eshte per modelin YSYD3100 me prodhues Guangzhou Yueshen Medical Equipment (YSENMED, por ky katalog nuk eshte perfshire tek noterizimet dhe modeli YSYD3100 nuk eshte paraqitur tek oferta teknike. Tek oferta teknike eshte perfshire vetem modeli Reticam 3100 me prodhues Nanjing Redsun Optical Co, per te cilin eshte ngarkuar ne SPE vetem katalogu i noterizuar. Meqenese YSYD3100 nuk eshte perfshire ne oferten teknike, katalogu i tij nuk konsiderohet, rrjedhimisht per Reticam 3100 kemi mungese te katalogut origjinal te markuar dhe mungese te perkthimit, pasi perkthimi i perfshire tek noterizimi, nuk eshte i plote sepse ka mosperputhje midis specifikimeve te markuara dhe atyre te perkthyer. Permbajtja e perkthimit eshte per YSYD3100 por pershkrimi i modelit eshte Reticam 3100.

6. Per artikullin EEG ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specifikimet teknike si me poshte :
  - Te perfshihet krah mbajtes per montimin e amplifikatorit EEG i cili mundeson pozicionimin ne afersi te pacientit.
  - Amplifikator EEG me te pakten 32 kanale dhe mundesi per 64 kanale – **nuk eshte specifikuar mundesia per 64 kanale**
  - Frekuenca e kampionimit deri ne te pakten 4 KHz/kanal ose me shume – **eshte ofertuar nen vleren minimale, 2kHz/lanal**
  - Impedenca elektrike ne hyrje te pakten 0.8 GΩ
  - Amplituda e sinjaleve hyrese te pakten + 7mV – **eshte ofertuar nen vleren minimale, 1-2mV**

- CMRR duhet te jete te pakten 110 dB – **eshte ofertuar nen vleren minimale , 80dB**
- Shpejtesi gjurmimi min. 1-2000 mm/sek
- Rezolucioni deri 50 pV
- Konvertimi Analog/Dixhital i sinjaleve me te pakten 32 bit
- Filter per frekuencat e ulta min. deri 70Hz
- Filter per frekuencat e larta min. deri 500Hz
- Modul SpO2 i integruar
- Pajisur me sensor pozicionimi
- Mikrofon dhe altoparlant i integruar
- Karte memorie e brendshme min. 32GB
- I sinkronizuar me sinjalet EEG dhe frekuence e rregullueshme nepermjet software deri ne 60Hz.
- Mundesi i zgjedhjes se programeve te paracaktuara perfshire dhe simulimi me ndricues, te pakten 4
- Detektim ne kohe reale te kulmeve dhe krizave
- Monitorim neurologjik salle reanimacioni
- Aftësi të plotë polisomnografike
- Nuk jane te specifikuar sakte aksesoret sipas kerkeses ne DST

7. Per artikullin Defibrilator ne katalogun per modelin e paraqitur nga ana juaj nuk ofrohen specifikimet teknike si me poshte :

- Monitor LCD/TFT me ngjyra me rezolucion min. 1200x1010 – **eshte ofruar rezolucion 800x600**
- Madhesia jo me pak se 9” (touchscreen) me prekje. – **eshte ofruar nen vleren minimale , 8.4 inch**
- Shfaqje e min. 7 formave valore njekohesisht. – **eshte ofruar me 5 forma valore**
- Te kete kend shikimi te pakten 160° dhe mundesi ndricimi automatik.
- Koha e ndezjes se aparatit jo me shume se 3 sekonda.
- Koha e rikuperimit te EKG pas defrilimit: jo me shume se 2.5 sek
- Duhet Te monitorohet EKG permes paddles, pads dhe elektrodave të monitorimit dhe Defibrilim permes pads dhe paddles.
- Te kete opsion per analizimin e EKG 12 kanale dhe mundesi krahasimi ne ekran te 2 raporteve EKG 12 kanale.
- Te kete Te inkorporuar modalitetin e trajnimit CPR
- Rezolucion: 5 ppm
- Me tregues dixhital ne ekran Te gjendjes se baterise.
- Treguesi i karikimit Te jete ne ekran.
- Duhet Te kete tregues, qe tregojne statusin e impedances së kontaktit midis pacientit dhe dorezave, si ne ekran ashtu edhe në dorezat e jashtme.
- Te jete me memorje te brendshme deri ne 100 ore forma valore te EKG.
- Rezistenca ndaj ujit e goditjeve:  $\geq$  IP55 dhe rezistente nga renia ne jo me pak se 2m lartesi.

- Te shoqerohet me aksesoret: Dorezat shumeperdorimshe Adulte/Pediatrike ,kabell ekg 10 lead, Sensor oksimetrie , Manshete monitorimi dhe 2 bateri. - **Nuk jepet doreza pediatrike, sensor oksimetrie, mansheta dhe bateri**

**2. Nuk keni plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.6, per arsyet e meposhtme :**

Autorizimi I prodhuesit **Ysenmed (Guangzhou Yueshen Medical Equipment Co. Ltd** nuk permban te dhenat e plota te kerkuara ne DST (telefon, fax, email, website). Ne autorizim citohet per te vepruar si shperndares (emri juaj I perbashket) ne Shqiperi, pa percaktuar se per cilen kompani behet fjale.

Autorizimi i prodhuesit **Entermed** nuk eshte futur ne noterizim. Ky autorizim eshte ngarkuar si dokument i vecante ne SPE dhe perkthimi i tij eshte perfshire ne noterizim, por pa dokumentin origjinal te lidhur me vule. Gjithashtu, autorizimi i perkthyer, nuk ka te shkruar emrin e kompanise qe jep autorizimin: (te veproje si distributor i (Your co.name) ne Shqiperi).

Ne autorizim e prodhuesit **Shenzhen COMEN Medical Instruments** citohet per te vepruar si shperndares (emri juaj i perbashket) ne Shqiperi, pa percaktuar se per cilen kompani behet fjale

Ne autorizim e prodhuesit **Infitek** nuk eshte i firmosur dhe vulosur.

Ne autorizim e prodhuesit **APPASAMY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED** citohet per te vepruar si shperndares (emri juaj I perbashket) ne Shqiperi, pa percaktuar se per cilen kompani behet fjale.

**3. Nuk keni plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.8, per arsyet e meposhtme :**

Eshte paraqitur certifikate EN ISO 13485:2003 per prodhuesin **Benemed (Hong Kong) Industry** , e cila nuk eshte me ne perdorim. Certifikata e vlefshme eshte ISO 13485:2016

ISO I prodhuesit **Nanjing Redsun Optical Co.**ne gjuhen shqipe nuk eshte perkthyer plotesisht. Mungon numri i regjistrimit te certifikates, adresat e prodhuesit, datat e leshimit dhe te skandeces, organi certifikues.

**4. Nuk keni plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.9, per arsyet e meposhtme :**

Mungojne CE/Deklaratat e konformitetit I prodhuesit **Entermed** per artikujt e ofruar ne zerin Kabinet ORL :

Thitha (aspirimi), Larja e veshit, Sistemi i ajrit te kompresuar, Ngrohese pasqyre, Burim drite, Karrige pacientit ORL, Karrige mjekut, Sistem Video endoskopie me kamera CCD, Nasofaringoskopi, Sinuskopi, Endoskopi Veshi, Larigoskopi

Sistem i regjistrimit dhe dokumentimit te videove

Per artikullin “Komplet lentesh prove me valixhe dhe skelet prove” si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): MS-266L, mungon Deklarata e konformitetit. Modeli i paraqitur ne oferten teknike dhe tek kataloget e ngarkuar ne SPE (origjinale dhe te noterizuar) eshte MS-266L. Deklarata e konformitetit e ngarkuar ne SPE per kete kategori pajisjesh eshte per modelin: LJ-266. Pra, per artikullin e ofruar nuk ka Deklarate konformiteti Per variantin e ofruar per “Komplet ne valixhe Retinoskop / Oftalmoskop me doreze te rikarikueshme” si pjese e artikullit nr. 5 (Kabinet Okulistik): YZ24B/YZ24C/YZ24D, mungon Deklarata e konformitetit. Tek te gjitha deklaratat e konformitetit eshte deklaruar qe standartet jane ne perputhje me ISO 9001:2008 dhe Raportet e testit ne perputhje me ISO 13485:2003. Te dyja keto variante ISO-sh nuk jane me te vlefshme.

Certifikata CE e prodhuesit Comen eshte e skaduar ne 5 Shkurt 2023. OE ka hedhur ne SPE edhe nje certifikate tjeter te Comen (te paperkthyer dhe noterizuar) e cila nuk ka lidhje me produktin e ofruar Defibrilator model S8, por i perket pajisjeve Ventilator dhe Lageshtues, te cilat nuk jane objekt i kesaj procedure prokurimi. Perkthimi i certifikates nuk eshte bere i plote dhe nuk perputhet me certifikaten e noterizuar. Ne faqen e pare te perkthimit nuk jane perfshire produktet e mbuluara nga objekti i certifikates dhe detajet e vlefshmerise se certifikates dhe ne faqen e dyte jane perfshire produktet e mbuluara nga certifikata e skaduar qe nuk eshte noterizuar (eshte ngarkuar ne SPE si file i vecante)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatori ekonomik BIOMETRIC ALBANIA *Shpk Adresa; Bulevardi Zhan Dark, Pallati 53, AP 6B Tirane Albania* se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 15,266,000 (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) leke pa tvsh është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Spitalit Rajonal Elbasan* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesat: JO

## **TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Agron GAXHO**