



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[30.11.2023]

Drejtuar: [BIOMETRIC ALBANIA Shpk – me adrese: Tirane Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b, Tiranë]

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **Loti 5- REF-83337-10-11-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [LOT 5 - Blerje Aparatura për Kirurgjinë Rikonstruktive dhe Urgjencën e SUT.]

Fondi limit për Lotin nr. 5 - 4,787,333.33 (katër milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK

J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: **3,970,000.00 (Tre milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. “T R I M E D” SHPK

K51612031J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera: **3,210,123.00 (Tre milion e dyqind e dhjetë mijë e njëqind e njëzetë e tre) Lekë pa TVSH.**

¹ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “T R I M E D” SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

K51612031J

Numri i NIPT-it

Per arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik “T R I M E D” Shpk nuk ploteson specifikimet teknike:

2.3.5 Për të gjithë artikujt e kerkuar sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi, Specifikimet teknike të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (pjeset e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohej, nese nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor të markuara sipas artikullit të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

Konkretisht nuk ploteson specifikimet teknike për Artikullin 15, 16.17 si më poshtë:

15. Sistem i avancuar kompresimi për trajtimin e limfedemes nuk gjenden specifikimet teknike:

- Te kete mundesi lidhje/komunikimi me pajisje mobile permes Bluetooth.*
- Te perfshije modelet e trajtimit si: sekuencial, Wave peristaltik, Pre-terapi sipas parimit te drenimit manual te limfave, Post-terapi.*
- Pershtatje te nivelit te presionit per dhoma individuale apo ne grup.*
- Min. 12 dhoma.*
- Mundesi per anashkalim te qelizave.*
- Pushim (Pauzë) automatike e rregullueshme midis cikleve të inflacionit/deflacionit, për të mundësuar rimbushjen e venës.*
- Mbajtje e rregullueshme në fund të ciklit të fryrjes, për kohë shtesë të kompresimit proksimale.*
- Opsioni për të krijuar, eksportuar dhe ndarë protokolle të shumta trajtimi.*
- Opsione fleksibël programimi përmes tastierës së pajisjes, programit të kompjuterit.*
- Kompatibel me një game të gjere veshjesh.*
- Mundeson deflacion ajri pas trajtimit.*

Nuk përputhen specifikimet teknike:

- Permasat - Afersisht 35cm×25cm×20 cm Eshte 290mm x 250mm x 130mm (11.4 x 9.8 x 5.1”*
- Tensioni - 100-240 VAC, 50-60 Hz Eshte 100VAC to 220VAC Supply frequency 50 – 60 H*

16. Defibrilator/Monitor nuk përputhen specifikimet teknike:

Pesha e lehte (jo me shume se 4.5 kg) dhe modeli i teknologjise se fundit Standard Device: 6.55 kg (without battery)

- Monitor LCD/TFT me ngjyra me rezolucion min. 1200x1010 Eshte resolution 800 × 600*
- Madhesia jo me pak se 9” (touchscreen) me prekje. 8.4” TFT screen*
- Shfaqje e min. 7 formave valore njekohesisht. 6 waveforms for 12-lead ECG*

- Koha e karikimit me e vogel se 3 sekonda per energji 200J Less than 4 seconds to 200 Joules.
- Nuk gjenden ne katalog specifikimet teknike:
- Te kete kend shikimi te pakten 160° dhe mundesi ndricimi automatik.
- Koha e ndezjes se aparatit jo me shume se 3 sekonda.
- Koha e rikuperimit te EKG pas defrilitimit: jo me shume se 2.5 sek
- Duhet te monitorohet EKG permes paddles, pads dhe elektrodave të monitorimit dhe Defibrilim permes pads dhe paddles.
- Te kete opsion per analizimin e EKG 12 kanale dhe mundesi krahasimi ne ekran te 2 raporteve EKG 12 kanale.
- Te kete te inkorporuar modalitetin e trajnimit CPR
- Pacing: min. 30 - 200ppm
- Saktesia: $\pm 2\%$
- Rezolucion: 5 ppm
- Koha e karikimit te baterise: 3-4 ore.
- Duhet te kete tregues, qe tregojne statusin e impedances së kontaktit midis pacientit dhe dorezave, si ne ekran ashtu edhe në dorezat e jashtme.
- Pajisur me printer termal me 6 kanale.
- Te jete me memorje te brendshme deri ne 100 ore forma valore te EKG.
- Rezistenca ndaj ujit e goditjeve: $\geq IP55$ dhe rezistente nga renia ne jo me pak se 2m lartesi.
- Te kete mundesine te dergoje te dhena ne kohe reale ne Monitor Qendror.

Te shoqërohet me aksesoret:

1. Dorezat shumepedorimshe Adulte/Pediatrike
2. Kabell ekg 10 lead
3. Sensor oksimetrie
4. Manshete monitorimi dhe 2 bateri.

17. EKO PORTABEL

- Mbi 3.500.000 kanale procesimi Eshte paraqitur 1032192 kanale
- Shpejtesia maksimale e nderrimit te imazhit jo me pak se 2600 frames/sek (2D) , 500 frames/sek (Color) Frame rate (max): 331 f/s.
- Color Doppler. Amplifikim deri ne 100dB. Perthyerje e kendit te skanimit ne te pakten 6 nivele dhe kend maksimal $\pm 20^\circ$. Mundesi selektimi deri ne 9 ose me shume harta ngjyre.
- Shpejtesia: min. 2 - 400 cm/s Eshte paraqitur 1-148.9 cm/s
- PRF: min. 0.3-19 kHz Eshte paraqitur 0.1-14.3 KHZ
- PW Spectral Doppler. Intervali i PRF jo me pak se 0.3 –30 kHz. Eshte PW PRF: 0.7 kHz – 20 kHz
- Shpejtesia: min. 3 -680 cm/s. Eshte Speed: 25mm/s, 35mm/s, 50mm/s, 65mm/s, 100mm/s, 200mm/s
- Amplifikimi deri ne 100 dB.
- Mundesi selektimi deri ne 20 ose me shume harta gri. Gray map: 1 – 10, 1/step
- Mundesi selektimi deri ne 40 ose me shume harta ngjyre.

- Software per administrimin e te dhenave te pacienteve
- Software per permiresimin e kontureve te imazhit, diferencimin indor dhe reduktimin e artifakteve

- Formatet e ruajtjes se imazhit: BMP, TIF, JPEG, DICOM, MPEG, AVI

Te perfshije Sondat:

- Sonde Konvekse, multifrekuence 1-7 MHz, fushepamje min. 60°, Numri minimal i elementeve 192. Bandwidth: 1.2 – 6.0 MHz • Depth: 4.0 – 40.0 cm • Number of Elements: 128 • FOV (max): 61

- Sonde Lineare, multifrekuence 3-18 MHz, fushepamje min. 38mm, numri minimal i elementeve 192. Bandwidth: 3.0 – 12.8 MHz • Depth: 1.5 – 35.0 cm • Number of Elements: 192 • Field of View (max): 3.80 cm

- Te kete memorje te brendshme SSD min. 500GB Eshte paraqitur SSD: – 256 GB

Nuk gjenden ne katalog specifikimet teknike:

- Frekuencat e funksionimit te sistemit: 1 deri ne 25 MHz

- Me bateri per autonomi pune min. 60 minuta.

- Shfaqja e imazhit: single/dual.

- Intervali Dinamik maksimal 320 dB

- Thellesia e fushes se skanimit: min. 0-42 cm

- Funksione Cine me memorizim te shume cikleve jo me pak se 68000 frame.

- Min. 10 shpejtesi te rishikimit te imazhit.

- Funksione automatike per permiresimin e rezolucionit, kontrastit dhe per rregullimin automatik te spektrit doppler (linja baze, frekuenca PRF, etj.)

- Pozicionim fokusi min. 30

- Shfaqja e imazhit: 2D-Mode, M-Mode, Color M Mode, Color Doppler, Doppler fuqie (PD), Doppler Spektral (PWD), Harmonic Imaging.

- 2D.Amplifikim deri ne 100dB. Perthyerje e kendit te skanimit ne te pakten 6 nivele dhe kend maksimal $\pm 30^\circ$. Mundesi selektimi deri ne 25 ose me shume harta ngjyre, 45 ose me shume harta gri.

- Frekuenca min. 8 shkalle.

- RAM: min. 16GB

- Pajisur me cante mbajttese per transport.

- Pajisur me printer termik filmik bardhe e zi.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BIOMETRIC ALBANIA Shpk – me adrese: Tirane Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b,Tiranë], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **3,970,000.00 (Tre milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH** / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traumës, Adresa Rr. “Lord Bajron” Laprakë, Tiranë, Tel/Fax +355 4 2 357356, E-mail spitalitraumes@shendetesia.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _pese_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [nuk ka], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JOX

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___ nuk ka

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)_____

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Edlira BODE