



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I MINISTRAVE  
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË  
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.  
më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019

Tiranë

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

Për: **Shoqerine "BIOMETRIC ALBANIA" Shpk, NIUS: J61827062E**  
Adresa: Tirane, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1,  
kati 6,ap 25.

Procedura e prokurimit: **"Kërkesë për propozim"**

Numri i referencës së procedurës: REF-34642-08-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **"Furnizim vendosje Injektor Kontrasti me aksesorët përkatës për shërbimet mjekësore"**

**Fondi limit: 3 926 047** (tre milion e nëntëqind e njëzet e gjashtë mijë e dyzetë e shtatë) **lekë pa TVSH** dhe **4 711 256,4** (katër milion e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e gjashtë presje katër) **lekë me TVSH.**

**Kohëzgjatja e kontratës:** 45 (dyzet e pesë) ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Date 09.09.2019 ] [Nr. 36 ]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:

**1. "BIOMETRIC ALBANIA" Shpk J61827062E**  
**Vlera: 1,387,000** (një milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **1,664,400** (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind) **lekë me TVSH.**

**2. "EUROMED" Shpk K71718012P**  
**Vlera: 1,920,000** (një milion e nëntëqind e njëzet mijë) **lekë pa TVSH** dhe **2,304,000** (dy milion e treqind e katër mijë) **lekë me TVSH.**

**3. "T B S 96" Shpk K71407001F**  
**Vlera: 2,160,000** (dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **2,592,000** (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) **lekë me TVSH.**

**4. "O.E.S DISTRIMED" Shpk K31520054N**  
**Vlera: 2,498,000** (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **2,997,600** (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) **lekë me TVSH.**

**5. "Health & Light" Shpk L42231011L**  
**Vlera: 2,600,000** (dy milion e gjashtëqind mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,120,000** (tre milion e njëqind e njëzet mijë) **lekë me TVSH.**

**6. "FEDOS Shpk" K01514009I**  
**Vlera: 2,650,000** (dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,180,000** (tre milion e njëqind e tetëdhjetë mijë) **lekë me TVSH.**

**7. “Farma Net Albania” Shpk**

**K92201080V**

Vlera: 2,750,000 (dy milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH dhe 3,300,000** (tre milion e treqind mijë) **lekë me TVSH.**

**8. “MEDFAU” Shpk**

**J93610823R**

Vlera: 2,900,000 (dy milion e nëntëqind mijë) **lekë pa TVSH dhe 3,480,000** (tre milion e katërqind e tetëdhjetë mijë) **lekë me TVSH.**

**9. “MONTAL” Shpk**

**J62009007F**

Vlera: 3,496,000 (tre milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) **lekë pa TVSH dhe 4,195,200** (katër milion e njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e dyqind) **lekë me TVSH.**

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

**1. “T B S 96” Shpk**

**K71407001F**

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga verifikimi i dokumentacionit tekniko ligjor të administruar nga OE në SPE, rezulton se dokumentacioni i paraqitur për të përmbushur kërkesat e përcaktuara në DST rezulton se: Pajisja mjekësore e ofruar nga OE, nuk përmbush kriteret e përcaktuara nga AK në DST, Shtojca 9, Specifikimet Teknike, ku kërkohet që: Injektori i kontrastit duhet të jete i pajisur me sistem monitorimi dhe komandimi ne distance nga dhoma e përdoruesit te Skanerit;..dhe: Injektori i kontrastit duhet të komandohet si në distance ashtu edhe ne vend. KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar

**2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk**

**K31520054N**

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga verifikimi i dokumentacionit tekniko ligjor të administruar nga OE në SPE, rezulton se OE nuk ka paraqitur dokumentacion për të përmbushur kërkesat e përcaktuara në DST, Pika 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, germa d): Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; Për këtë arsye si dhe referuar nenit 46, paragrafi i parë ku citohet: *Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese.* Për këtë arsye KVO vlerëson se OE nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK, sipas përcaktimeve të nenit 53, pika 3, 4, 5/c, dhe nenit 54 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga **Shoqëria “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk**, me nipt **J61827062E**, adresa: *Tirane, Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25*, me ofertë ekonomike: **1,387,000** (një milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) **lekë pa TVSH dhe 1,664,400** (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind) **lekë me TVSH**, është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë**, me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën:

- Klasifikimi i parë i ofertave është bërë në datën 02.10.2019
- Riklasifikimi i ofertave është bërë në datën 29.10.2019

Ankesa: Ka patur ankesë nga OE “Biometric Albania” Shpk, ankesa me nr. 3471 prot, datë 08.10.2019, i cili ka ngritur pretendimet e tij në lidhje me refuzimin/skualifikimin e ofertës së tij nga ana e KVO-së. Komisioni i shqyrtimit të ankesës (KSHA) ngritur për shqyrtimin e ankesës së mësipërme, pas shqyrtimit ka vendosur pranimin e pretendimeve të ngritura në ankesën e tij, ku në lidhje me këtë vendimarrje AK me shkresën nr. 3471/4 prot, datë 22.10.2019 i ka kthyer përgjigje OE “Biometric Albania”. Sa më sipër, në zbatim të vendimit të KSHA-së, komisioni i vlerësimit të ofertave bëri riklasifikimin e ofertave duke kualifikuar OE ankimues. Pas rivlerësimit të ofertave nuk ka patur ankesa.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Enkelejdi JOTI**