

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
QËNDRA KOMBËTARE E TRANSFUZIONIT TË GJAKUT

Rr. Lord Bajron, Laprake, Tirane, Tel&Fax. +355 4 2389927, 2389900 e-mail: qktgj@shendetesia.gov.al

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më ____ . ____ . 2020.

Shtojca 14

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 05.05.2020]

Për: **“BIOMETRIC ALBANIA” SHPK** [Rruga: Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, Njesia bashkiake nr 2, Tiranë].

Procedura e prokurimit: **“Procedurë e Hapur”**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **/REF-54644-03-19-2020/**

Loti Nr. 1 – “Qese Gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut” REF-54646-03-19-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër me një operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, e ndarë në 4 lote: **"Blerje qese gjaku, filtra deleukocitar, sete dhe materiale te ndryshme mjeksore per QKTGj e ndare ne 4 lote"** - Marrveshje kuader me disa operatore ekonomike (nje OE per secilin lot) ku te gjitha kushtet jane te percaktuara per nje periudhe 12 mujore.

Loti Nr. 1 – “Qese Gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut” Fondi limit per lotin nr. 1: **21,326,600** (Njëzetë e një milionë e treqind e njëzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) Lekë pa TVSH.
REF-54646-03-19-2020.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike **/REF-54646-03-19-2020/**

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK

J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: **16,177,500** [gjashtëmbëdhjetë milion e njëqindë e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqindë] **Lekë pa TVSH.**

2. ”FEDOS” SHPK

K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: **16,500,000** [gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqindë mijë] **Lekë pa TVSH.**

3. "LASER MED" SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

K12128004G

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: **19,689,000** [nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqindë e tetëdhjetë e nëntë mijë] **Lekë pa TVSH.**

4. "MONTAL" SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

J62009007F

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

5. "ISOMETRIC" SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

L92207009A

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. "LASER MED" SHPK K12128004G

Vlera totale e ofertuar: **19,689,000** [nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqindë e tetëdhjetë e nëntë mijë] Lekë pa TVSH.

2."MONTAL" SHPK J62009007F

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

3. "ISOMETRIC" SHPK L92207009A

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. "LASER MED" SHPK K12128004G

- Nuk janë sjellë mostra për të gjitha qeset e gjakut të ofruara. Mungojnë mostrat për artikujt: qese gjaku treshe, qese gjaku katërshe dhe solucion ruajtës për trombocitet. Pika 2.3 (h) e kritereve të kualifikimit "Kapaciteti teknik" dhe tabela përkatëse kërkon që "ofertuesit të dorëzojnë mostra për këto artikuj".

- Nuk referohet lloji i materialit plastik të qeses së gjakut. Nuk arrijmë të gjejmë informacion mbi materialin plastik të qeseve të gjakut të ofruara as në katalog dhe as në ndonjë dokument tjetër. Në pjesën e specifikimeve të përgjithshme teknike pika 2 kërkohet "referimi në ofertë i llojit të materialit plastik të qeses së gjakut".

- Mungon në katalog informacioni mbi agen e dhurimit, duke mos plotësuar kështu pikën a, të specifikimeve teknike "pjesa e dhurimit". Ky informacion gjithashtu nuk mund të nxirret nga mostra e paraqitur në ofertë.

- Mungon informacioni mbi procedurën e sterilizimit të qeseve të gjakut të ofruara. Në këto kushte ne nuk mund të nxjerrim përfundim mbi plotësimin ose jo të pikës 5 të specifikimeve teknike e cila kërkon "qese gjaku të sterilizuara e pasterizuara".

- Në provat e kryera mbi mostrat e qeseve të gjakut të ofruara nga ky OE, rezulton që qesja e gjakut "katërshe top and bottom"(e vetmja mostër në dispozicion për qeset e mbledhjes së gjakut të plotë) ka etiketë letre, që grisat lehtësisht. Pika 7 e specifikimeve teknike kërkon qartësisht "Materiali i etiketës së qeses duhet të ketë përbërje PVC". Nga këqyrja e katalogut të paraqitur nga ky OE vërejmë që nuk ka asnjë informacion mbi materialin e etiketës së qeses së gjakut të ofruar. Ky është një element teknik tejet i rëndësishëm, pasi grisja e etiketës së qeses do të thotë humbje e informacionit të dhurimit dhe për pasojë demtim në zinxhirin e gjurmimit të informacionit dhurues pacient. Komponentët e gjakut ruhen në frigorifer 2-6°C (masa eritrocitare) ose në ngrirje -25°C (plazma). Këto kushte ruajtje ndikojnë në integritetin e etiketës dhe një etiketë letre grisat lehtësisht. Kjo është arsyeja pse specifikimet tona teknike kërkojnë

qartësisht një etiketë PVC.

- Solucioni aditiv për ruajtjen e trombociteve PAS nuk është paraqitur si mostër dhe nuk ka asnjë informacion në katalog mbi të dhe mbi përbërjen kimike të tij, elemente këto që kërkohen qartësisht në specifikimet teknike. Po kështu KVO nuk arriti të gjejë as certifikatë e as deklaratë CE lidhur me këtë produkt.

2. "MONTAL" SHPK J62009007F

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

Nuk ka paraqitur dokumentacion.

3. "ISOMETRIC" SHPK L92207009A

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

Nuk ka paraqitur dokumentacion.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "**BIOMETRIC ALBANIA**" SHPK me Nr. Nipti **J61827062E** [Rruga: Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, Njesia bashkiake nr 2, Tiranë], se oferta e paraqitur: **16,177,500** [gjashtëmbëdhjetë milion e njëqindë e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqindë] **Lekë pa TVSH**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **27.04.2020**.

Ankesa: **Jo** (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Kristo Raca