



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Nr. 655/ Prot.

Tiranë, më ____/____/2017

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: **MONTAL Shpk** me NIPT **J62009007F** Adresa : **Tiranë, Dervish Hima – 3 Kullat, K.3, AP9/2**

* * *

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: **57/06.02.2017**;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe hotelerie për godinën e Maternitetit të Spitalit Sarandë”**
Fondi limit në total: **66.666.667 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH** nga buxheti i shtetit 2017/investime.

Data e zhvillimit të tenderit: 03.03.2017



Kohëzgjatja e kontratës: **brenda 45 ditëve nga data e lidhjes së kontratës ,**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Public Health Sector

1. **Fedos Shpk** me NIPT K01514009I me ofertë **50,794,000.0** Lekë pa TVSH.
2. **MONTAL Shpk** me NIPT J62009007F me ofertë **49,494,000.0** Lekë pa TVSH.
3. **O.E.S Distrimed Shpk** me NIPT K31520054N me ofertë **45,744,660.0** Lekë pa TVSH.
4. **Gen-Alb Shpk** – Pa ofertë.
5. **Paera Shpk** – Pa ofertë.
6. **Biometric Albania Shpk** – Pa ofertë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **Gen-Alb Shpk** - Nuk ka dorëzuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar sipas kriterëve të DST
2. **Paera Shpk** - Nuk ka dorëzuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar sipas kriterëve të DST.
3. **Biometric Albania Shpk** - Nuk ka dorëzuar oferte dhe dokumentacion e kerkuar sipas kriterëve të DST.
4. **Fedos Shpk me NIPT K01514009I për arsyet si më poshtë:**

- Artikulli 49 Peshore dixhitale për bebe nuk ka ne specifikimet e ofruara mates gjatesie.

- Per artikullin 50 Sistem histeroskopie nuk eshte paraqitur autorizim, ISO dhe Certifikim Ce nga prodhuesi Maxerendoscopy/Gjermani. Gjithashtu ky artikull nuk ploteson specifikimet teknike pasi pajisja e ofruar nuk ofron mundesi aspirimi.
- Per artikullin 33 Karrel Instrumentash kirurgjikale ka paraqitur deklarate konformiteti e cila nuk permend modelin e ofruar.
- Per artikullin 41 Ventilator Pacienti eshte ofruar nje model ventilator e cila nuk eshte per neonat pasi pasha minimale e ventilimit eshte 30 kg.

5. O.E.S Distrimed Shpk me NIPT K31520054N për arsyet si më poshtë:

- **Artikulli 1 Eko Obsetrike Gjinekologjike nuk ploteson specifikimet teknike pasi :**
 1. Nuk ka funksion per parametrizimin dinamik te zhvillimit te fetusit.
 2. Nuk specifikohet “Intervali I frekuencave te funksionimit: 2 deri ne 18MHz”
- **Artikulli 3 Makine anestezie nuk ploteson specifikimet teknike pasi:**
 1. Nuk ka sistem sigurie per te garantuar perzjerje O2/N2O me min. 23% O2.
 2. Nuk eshte e pajisur me dalje vakumi te integruar ne makine me sistem venturi.
 3. Per monitorin e pacientit nuk eshte ofruar asnje nga modulet e kerkuar per matjen e parametrave hemodinamike, CO2 dhe te agjenteve anestetike
- **Artikulli 10 Elektrobisturi nuk ploteson specifikimet teknike pasi ofrohet me 9 programe nga 10 te kerkuara:**
- **Artikulli 20 Panel per reanimacionin neonatal nuk ploteson specifikimet teknike pasi nuk permbushet kerkesa qe “Daljet e gazit perfshijne gaz mjekesor oksigjen 4cp, ajer 3cp, vakum 1cp, rrjet, sistem lajmerim infermiere etj me standarte gjermane ose AFNOR”. Modeli I ofruar parashikon vetem 2 dalje O2.**
- **Artikulli 21 Pompe infuzioni nuk ploteson specifikimet pasi:**
 1. Nuk ploteson kerkesen” kohezgjatja e baterise ne regjim pune; deri ne 8 ore ne 125ml/h”. Maksimumi I ofruar eshte 8 ore 25ml.
 2. Nuk ploteson kerkesen “Koha e infuzionit: 1 s – 159 ore 59 minuta” . Modeli i ofruar e ka 99 ore 59 minuta.
 3. Nuk ploteson kerkesen “KVO e rregullueshme 1 – 20.0 ml/ore”. Modeli i ofruar eshte “KVO 0.1 - 5 ml/h”
- **Artikulli 24 Inkubator per neonate me servo kontroll nuk ploteson specifikimet pasi:**
 1. Nuk specifikohet qe ka peshore te integruar.
 2. Nuk specifikohet kapaku me mure transparente dopio
 3. Nuk ka funksionin automatik te kompensimit te temperatures
 4. Nuk ka komandim elektronik i kendit te shtratit nga paneli i komandimit
 5. Kerkohet “Niveli i Zhurmes brenda inkubatorit me pak se 40dB”. Modeli I ofruar eshte 45 dB
- **Artikulli 34 Llampe ngrohese per neonate (radiant) nuk ploteson specifikimet pasi:**
 1. NUK ploteson kerkesen “Ne modalitet Manual Intensiteti i energjise ngrohese duhet te rregullohet manualisht nga operatori ne te pakten 20 nivele energjie nga 0-100%.”. Modeli I ofruar eshte me 10 nivele

2. Nuk ploteson kerkesen “Platforma e pacientit duhet te mundesoje pozicionim horizontal ne kendet $0^{\circ} \pm 15^{\circ}$ ”. Modeli I ofruar eshte $\pm 10^{\circ}$.
 3. Nuk ploteson kerkesen “Mundesori rrotullimi te kokes se radiantit $\pm 90^{\circ}$ per te mundesuar vendosjen e pajisjeve te tjera (njesi portative x-ray, njesi fototerapie, etj.)”. Modeli I ofruar deri ne $\pm 60^{\circ}$.
 4. Nuk ploteson kerkesen “Intervali i rregullimit te temperatures: $30 \div 38^{\circ}\text{C}$ me rezolucion 0.1°C ”. Modeli I ofruar eshte $34.5 \div 37.5^{\circ}\text{C}$, saktesia $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$.
- **Artikulli 35 Llampe ngrohese per neonate (radiant) me njesi reanimimi paraqet te njejtat problem si artikulli 34.**
 - **Artikulli 36 Pajisje Fototerapie nuk ploteson specifikimet pasi nuk ka te perfshire pajisje UV-Meter**
 - **Artikulli 39 Ngrohesh intravenoz) nuk ploteson specifikimet pasi nuk ka asnje te dhene per kerkesen “Administrimi I fluideve me gravitet me nje fluks prej te pakten 5 litra ne ore.”**
 - **Artikulli 41 Ventilator Pacienti nuk ploteson specifikimet pasi:**
 1. Mungon pajisja nebulizator
 2. Nuk ka mundesi monitorimi te CO_2 .
 3. Mungojne modalitetet SIMV-PC dhe SIMV-VC si dhe APNEA backup
 4. Mungon specifikimi “ Regjistrim i trendit te parametrave (kurba dhe vlera numerike) te ventilimit per te pakten 48 ore”
 5. Mungon komponenti Lageshtues.
 6. Nuk ploteson kerkesen “Trigger Fluksi dhe Presioni. $0.2 \div 9$ Litra/h dhe $(-10) \div (-0.25)$ cm H_2O ”. Modeli i ofruar eshte $0.1-2$ litra/h pediatriku dhe $6-2$ litra/h adult.
 - **Mungon certifikata CE per modelin e ventilatorit te paraqitur ne catalog.**
 - **Artikulli 52 Aparat Kolonoskopie nuk ploteson specifikimet pasi:**
 1. Ofrohet monocular nga trinokular qe eshte kerkuar.
 2. Nuk permbush kerkesen “Nje nga okularet te jete i pajisur me sistem shkallezimi per matje te indeve”
 - **Artikulli 54 ” Inkubator transporti per neonate” nuk ploteson specifikimet pasi:**
 1. Eshte ofruar me akumulator te karikueshem me autonomi 90 min nga 4 ore qe eshte kerkuar.
 2. Nuk ka te paraqitur rregullim oksigjeni.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **MONTAL Shpk** me NIPT **J62009007F Adresa : Tiranë, Dervish Hima – 3 Kullat, K.3, AP9/2**, se për ofertën e paraqitur me vlerë në total **49,494,000.0 (dyzet e nëntë milion e katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë) Lekë pa TVSH.**

, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.03.2017

Ankesa: (Jo)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ILIR BEQAJ

