



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E SHËNDETËSISË**  
**SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK**  
**“MBRETËRESHA GERALDINE”**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.,

Datë 25.04.2017

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT**

Për: **Montal sh.p.k, Rr. Dervish Hima-3kullat K.3 Ap9/2. Tirane**

\* \* \*

Procedura e prokurimit: **Kerkese per Propozim**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Blerje aparatura mjekesore**

Fondi limit: **4.603.000 (kater milion e gjashtëqind e tre mije leke pa tvsh)**

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit  Te ardhura + Grante, donacione etj

Investim + Shpenzim operativ

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: **30.03.2017 Ora: 11:00**

**Public Health Sector**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. **Fedos sh.p.k. me NIPT: K 01514009 I**  
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh
2. **Bylis Pharma sh.p.k. me NIPT: K12929401M**  
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh
3. **Genius sh.p.k. me NIPT: K63121801C**  
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh
4. **Biometric Albania sh.p.k. me NIPT: J 61827062 E**  
Vlera: **3,698,500 (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e pesëqind leke pa tvsh)**
5. **O.E.S. Distrimed sh.p.k. me NIPT: K 31520054 N**  
Vlera: **3,724,000 (tre milion e shtatëqind e njëzetë e katërmijë lekë pa tvsh)**

6. **DNS MEDIKAL sh.p.k.NIPT: K 91726001 T**  
Vlera: **3,962,250** (tre milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e dyqind pesëdhjetë lekë pa tvsh)
7. **MONTAL sh.p.k. me NIPT: J 62009007 F**  
Vlera: **4,150,000** (katër milion e njëqind e pesëdhjetë mijë lekë pa tvsh)
8. **ALMedical sh.p.k. me NIPT: K 21511002 I**  
Vlera: **4,390,000** (katër milion e treqind e nëntëdhjetë mijë lekë pa tvsh)

Jane s'kualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

1. **Fedos sh.p.k. me NIPT: K 01514009 I**  
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh  
*perkatesisht per arsyet e mëposhtme:*

O.E **Fedos sh.p.k. me NIPT: K 01514009 I**, pervec dokumentit “*Certifikates ISO*”, nuk ka paraqitur asnje dokument, ne perputhje me kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 7 e DST.

O.E. nuk ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder kerkohe.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike “*Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara*”

2. **Bylis Pharma sh.p.k. me NIPT: K12929401M**  
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh  
*perkatesisht per arsyet e mëposhtme:*

O.E **Bylis Pharma sh.p.k. me NIPT: K12929401M**, pervec dokumentit “*Formular oferte*” te pa plotesuar, nuk ka paraqitur asnje dokument, ne perputhje me kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 7 te DST-ve.

O.E ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder kerkohe, por me vlere 0 (zero) leke.

O.E. nuk ploteson piken 8, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike “*Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara*”.

3. **Genius sh.p.k. me NIPT: K63121801C**  
Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh  
*perkatesisht per arsyet e mëposhtme:*

O.E **Genius sh.p.k. me NIPT: K63121801C**, pervec dokumentit “*Certifikates ISO*”, nuk ka paraqitur asnje dokument, ne perputhje me kerkesat e pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim te percaktuara ne shtojcen 7 e DST.

O.E ka paraqitur oferte ekonomike, sikunder kerkohej, por me vlere 0 (zero) leke.

O.E. nuk ploteson piken 10, te Shtojces 9, te Specifikimeve Teknike “*Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara*”.

4. **Biometric Albania sh.p.k. me NIPT: J 61827062 E**

Vlera: **3,698,500** (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e pesëqind leke pa tvsh) perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Referuar Proces Verbalit nr.2, gjate shqyrtimit te katalogeve u konstatua se **Biometric Albania sh.p.k. me NIPT: J 61827062 E**, nuk ka paraqitur dokumentacion te plote, me dokumentat e dorezuara nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha specifikimet teknike, si me poshte:

1. Kataloget per paisjen “Kardiotokograf”, Prodhues Medical Econet, Smart - 3, KE - te markuara – **Ploteson** specifiket teknike sipas DST-se se kerkuar.
2. Kataloget per paisjen “Monitor pacienti “Prodhues MINDRAY, uMec 12, KINE - te markuara – **Ploteson** specifiket teknike sipas DST-se se kerkuar.
3. Kataloget per paisjen “Ultrasound system, ekografi 4D”, Prodhues Alpinion, Model Ecube 11, KORE E JUGUT- te markuara – **nuk ploteson** specifiket teknike sipas DST-se se kerkuar, si me poshte:
  - a) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon “*ka deri ne 147,456 kanale perpunimi dixhital per perfimin e imazheve me cilesi te larte*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Te kete mbi 200,000 kanale perpunimi dixhital per perfimin e imazheve me cilesi te larte*”
  - b) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon “*Thellesia e fushes se skanimit garantohet deri ne min. 30 cm*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Thellesia e fushes se skanimit duhet te garantohet deri ne min. 33 cm me hap jo me te larte se 1cm*”
  - c) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon “*Ekografi ka dipazon te larte deri ne 192 decibel*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Ekografi te kete dipazon te larte dinamik mbi 260 decibel*”
  - d) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon “*mundesia selektimi eshte deri ne 3 shkalle frekuencash*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Te kete te mundesi selektimi per min. 10 shkalle frekuencash*”
  - e) Katalogu i ofruar nga O.E. per Color Doppler, specifikon “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.11.55KHz*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.25KHz me te pakten 18 nivele*”
  - f) Katalogu i ofruar nga O.E. per Power Doppler, specifikon “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.11.55KHz*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.25KHz me te pakten 18 nivele*”

- g) Katalogu i ofruar nga O.E. per Doppler Spektral PW, specifikon *“Frekuenca doppler ne dapazon eshte deri ne 26 KHz”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Frekuenca doppler ne dapazon jo me pak se 0.3 – 28.0 KHz”*
- h) Katalogu i ofruar nga O.E. per Doppler Spektral PW, specifikon *“Korrigjimi i kendit eshte nga -89 deri +89”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Korrigjimi i kendit: -90 deri +90. Rregullimi bazes se spektrit ne te pakten 10 nivele”*
- i) Katalogu i ofruar nga O.E. per 3D / 4D, nuk specifikon, specifikimin e kerkuar *“Gjenerim deri ne 18 prerje terthore me distance te ndryshueshme nga 0.5mm deri ne 4cm”*

5. **O.E.S. Distrimed sh.p.k. me NIPT: K 31520054 N**

Vlera: **3,724,000** (tre milion e shtatëqind e njëzetë e katërmijë lekë pa tvsh)  
perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Referuar Proces Verbalit nr.2, gjate shqyrtimit te katalogeve u konstatua se **O.E.S. Distrimed sh.p.k. me NIPT: K 31520054 N, nuk ka paraqitur** dokumentacion te plote, me dokumentat e dorezuara nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha specifikimet teknike, si me poshte:

1. Kataloget per paisjen “Kardiotokograf”, Prodhues EDAN, MODEL F6, KINE - *te markuara markuara – nuk ploteson* specifiket teknike sipas DST-se se kerkuar, si me poshte:
  - a) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon *“mundesia e ruajtjes te te dhenave eshte deri ne 60 ore”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Te kete mundesi ruajtje te te dhenave per te pakten 72 ore”*
2. Kataloget per paisjen “Monitor pacienti “Prodhues, EDAN, MODEL 1M70, KINE - *te markuara – Ploteson* specifiket teknike sipas DST-se se kerkuar.
3. Kataloget per paisjen “Ultrasound system, ekografi 4D”, Prodhues MINDRAY, MODEL DC-40, KINE - *te markuara – nuk ploteson* specifiket teknike sipas DST-se se kerkuar, si me poshte:
  - a) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon *“ka deri ne 27,648 kanale perpunimi dixhital per perftimin e imazheve me cilesi te larte”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Te kete mbi 200,000 kanale perpunimi dixhital per perftimin e imazheve me cilesi te larte”*
  - b) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon *“Fushepamje e rregullueshme e kendit te imazhit eshte deri ne 140° ne varesi te protokollit dhe sondes”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Fushepamje e rregullueshme e kendit te imazhit deri ne mbi 160° ne varesi te protokollit dhe sondes”*
  - c) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon *“Pajisja mundeson funksionimin ne multi-frekuenca ultrasonike ne diapazonin min. 2 - 16 MHz”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Pajisja duhet te mundesoje funksionimin ne multi-frekuenca ultrasonike ne diapazonin min. 2 - 17.5 MHz”*
  - d) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon *“Ekografi ka dipazon te larte deri ne 240 decibel”* dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar *“Ekografi te kete dipazon te larte dinamik mbi 260 decibel”*

- e) Katalogu i ofruar nga O.E. per Color Doppler, specifikon “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.14.8KHz*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.25KHz me te pakten 18 nivele*”
- f) Katalogu i ofruar nga O.E. per Power Doppler, specifikon “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.14.8KHz*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Shkalla PRF e ngjyres: 0.1 deri ne min.25KHz me te pakten 18 nivele*”
- g) Katalogu i ofruar nga O.E. per Doppler Spektral PW, specifikon “*Frekuenca doppler ne dapazon eshte deri ne 24 KHz*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Frekuenca doppler ne dapazon jo me pak se 0.3 – 28.0 KHz*”
- h) Katalogu i ofruar nga O.E. per Doppler Spektral PW, specifikon “*Shkalla e shpejtesise: 0.1 - 369 cm/s*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Shkalla e shpejtesise: 0.1 - 3600 cm/s*”

Katalogu i ofruar nga O.E. per 3D / 4D, specifikon “*Mundesit perpunimi te imazhit 3D, pastrim i artefakteve dhe rrotullim eshte deri ne 270°*” dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Mundesit perpunimi te imazhit 3D, pastrim i artefakteve dhe rrotullim deri ne 360°*”

#### 6. DNS MEDIKAL sh.p.k.NIPT: K 91726001 T

Vlera: **3,962,250** (tre milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e dyqind pesëdhjetë lekë pa tvsh)

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E **DNS MEDIKAL sh.p.k. me NIPT: K 91726001 T**, plotesonte kriteret e pergjithshme por jo kriteret e vecanta te cilat rezultojne me mangesi si me poshte:

- O.E. nuk ka paraqitur dokument per kriterin “*Autorizim per tregtim me shumice te pajisjeve mjekesore, bazuar ne Ligjin 89/2014 “Per pajisjet mjekesore”*”.

Referuar Proces Verbalit nr.2, gjate shqyrtimit te katalogeve u konstatua se **DNS MEDIKAL sh.p.k. me NIPT: K 91726001 T**, nuk ka paraqitur dokumentacion te plote, me dokumentat e dorezuara nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha specifikimet teknike, si me poshte:

1. Kataloget per paisjen “Kardiotokograf”, Prodhues EDAN, MODEL MS 800A,
  - a) Katalogu I ofruar nga O.E. nuk ka markuar specifikimet e kerkuara ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara*”.
2. Kataloget per paisjen “Monitor pacienti “Prodhues, EDAN, MODEL MS 8600, KINE
  - a) Katalogu I ofruar nga O.E. nuk ka markuar specifikimet e kerkuara ne perputhje me specifikimin e kerkuar “*Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara*”.
2. Kataloget per paisjen “Ultrasound system, ekografi 4D”, Prodhues MINDRAY, MODEL vinno X2, KINE

- a) Katalogu I ofruar nga O.E. nuk ka markuar specififikimet e kerkuara ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specififikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara”***.

**7. ALMedical sh.p.k. me NIPT: K 21511002 I**

Vlera: **4,390,000** (katër milion e treqind e nëntëdhjetë mijë lekë pa tvsh)  
perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Referuar Proces Verbalit nr.2, gjate shqyrtimit te katalogeve u konstatua se **ALMedical sh.p.k. me NIPT: K 21511002 I, ka paraqitur** dokumentacion te plote,me dokumentat e dorezuara nga kjo shoqeri nuk plotesohen te gjitha specififikimet teknike, si me poshte:

1. Kataloget per paisjen “Kardiotokograf”, Prodhues GIMA spa, Model 29551 PC-8000 PRO TWINS FEOTAL MONITOR, ITALI - te markuara
  - a) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon ***“Shkalla e detektimit te rrahjeve te zemres se fetusit eshte me diapazonin minimal 65-210 rrahje per minute.”*** dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“Shkalla e detektimit te rrahjeve te zemres se fetusit ne diapazonin minimal 50-210 rrahje per minute.”***
  - b) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon ***“mundesia e ruajtjes te te dhenave eshte deri ne 48 ore”*** dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“Te kete mundesi ruajtje te te dhenave per te pakten 72 ore”***
2. Kataloget per paisjen “Monitor pacienti”, Prodhues GIMA spa, Model 33775 BM7 PREMIUM PATIENT MONITOR FOR INTENSIVE CARE, ITALI - te markuara
  - a) Katalogu i ofruar nga O.E. specifikon ***“shfaq deri ne 6 forme vale.”*** dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“1 afte te shfaqe te pakten 8 forme vale.”***
  - b) Katalogu i ofruar nga O.E. per Respirimin, specifikon ***“Diapazoni eshte nga 5-120 rpm (te rritur); 5-150 rpm (te sapolindur)”*** dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“Diapazoni: 1-120 rpm (te rritur); 1-150 rpm (te sapolindur).”***
  - c) Katalogu i ofruar nga O.E. per Temp, specifikon ***“Diapazoni i matjes: 10-45°C.”*** dhe jo ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“Diapazoni i matjes: 1-50°C.”***
3. Kataloget per paisjen “Ultrasound system, ekografi 4D”, Prodhues CHISON, Model i3 Ultrasound systems, KINE - te markuara

Katalogu i ofruar nga O.E. nuk ka markuar specififikimet e kerkuara ne perputhje me specifikimin e kerkuar ***“Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget origjinale te pajisjeve qe ofron, ne katalog specififikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara”***.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Montal sh.p.k, Rr. Dervish Hima-3kullat K.3 Ap9/2. Tirane**, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **4,150,000** (katër milion e njëqind e pesëdhjetë mijë lekë pa tvsh) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **S.U.O.GJ “Mbretresha Geraldine”** kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date **14.04.2017**

Ankesa: s’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

#### **TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

