SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	cmimi/njesi	TOTALI	Fondi limit	QSUT	SUSN
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope		50	-	50	
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope		100	-	70	30
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope		100	-	70	30
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope		100	-	70	30
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale		1,100	-	130	130
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti		100	-	70	30
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope		120,000	-	20,000	10,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope		1,000	-	400	180

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	cmimi/njesi	TOTALI	Fondi limit	QSUT	SUSN
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope		25,000	-	18,000	7,000
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope		1,000	-	600	400
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope		62,000	-	5,000	8,000
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope		2,000	-	1,000	1,000
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope		170,000	-	10,000	8,000

-

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	SUT	SUOGJ1	SUOGJ2	Spitali Durres	Spitali Shkoder
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope					
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope					
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope					
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope					
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	10	10	10	50	50
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti					
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	3,000	2,000	2,000	3,500	3,500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	43	10	10	10	10

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	SUT	SUOGJ1	SUOGJ2	Spitali Durres	Spitali Shkoder
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope					
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope					
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	5,000	1,000	1,000	5,000	5,000
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope					
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	8,000	3,000	3,000	5,000	5,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Kruje	Spitali Berat	Spitali Diber	Spitali Elbasan	Spitali Gjirokaster
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope					
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope					
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope					
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope					
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale		20	20	30	20
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti					
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	5	8	8	8	8

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Kruje	Spitali Berat	Spitali Diber	Spitali Elbasan	Spitali Gjirokaster
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope					
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope					
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	5,000	4,500	500	2,000	2,000
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope					
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Fier	Spitali Lezhe	Spitali Lushnje	Spitali Korce	Spitali Kukes
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope					
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope					
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope					
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope					
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	20	20	20	20	20
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti					
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	*8*	8	8	8	8

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Fier	Spitali Lezhe	Spitali Lushnje	Spitali Korce	Spitali Kukes
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope					
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope					
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	*2,000*	2,000	1,000	2,000	2,000
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope					
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Vlore	Spitali Sarande	Spitali Bulqize	Spitali Delvine	Spitali Devoll	Spitali Gramsh
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	20		20		20	10
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	2,000	2,000	2,000	*2,000*		2,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	8	5	5	*5*	*5*	5

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Vlore	Spitali Sarande	Spitali Bulqize	Spitali Delvine	Spitali Devoll	Spitali Gramsh
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	5,000		-	*100*	*100*	100
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Has	Spitali Kavaje	Spitali Kolonje	Spitali Kucove	Spitali Kurbin	Spitali Librazhd
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	20		10	20		
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	2,000	2,000	*2,000*	1,000	3,000	2,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	5	5	*5*	5	5	5

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Has	Spitali Kavaje	Spitali Kolonje	Spitali Kucove	Spitali Kurbin	Spitali Librazhd
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	100	100	*100*	100	200	100
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Malesi e Madhe	Spitali Mallakaster	Spitali Mat	Spitali Mirdite	Spitali Peqin	Spitali Permet
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	20		10	20	20	20
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	*1,000*	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	*5*	5	5	5	5	5

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Malesi e Madhe	Spitali Mallakaster	Spitali Mat	Spitali Mirdite	Spitali Peqin	Spitali Permet
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	*50*	50	100	100	100	100
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Pogradec	Spitali Puke	Spitali Skrapar	Spitali Tepelene	Spitali Tropoje
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope					
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope					
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope					
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope					
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale		20	10	20	
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti					
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	5	5	5	5	5

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Pogradec	Spitali Puke	Spitali Skrapar	Spitali Tepelene	Spitali Tropoje
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope					
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope					
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	100	100	100	100	100
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope					
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Psik Vlore	Spitali Psik Elbasan	ISHP	QKUM	KSU	QKTGJ
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale					-	
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	300			*1,000*	
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	5	5	*5*	5	*5*	

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	Spitali Psik Vlore	Spitali Psik Elbasan	ISHP	QKUM	KSU	QKTGJ
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope					*50*	
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	2,000					

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	DROSHK Shkoder	DROSHK Vlore	DROSHK Elbasan	DROSHK Tirane	NJVKSH Berat	NJVKSH Diber
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	-				10	10
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	500	500	500	500	500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	3	3	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	DROSHK Shkoder	DROSHK Vlore	DROSHK Elbasan	DROSHK Tirane	NJVKSH Berat	NJVKSH Diber
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Durres	NJVKSH Elbasan	NJVKSH Fier	NJVKSH Gjirokaster	NJVKSH Korce	NJVKSH Kukes
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale		10	10	10	10	10
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	500	500	500	500	500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	3	3	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Durres	NJVKSH Elbasan	NJVKSH Fier	NJVKSH Gjirokaster	NJVKSH Korce	NJVKSH Kukes
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Lezhe	NJVKSH Lushnje	NJVKSH Shkoder	NJVKSH Vlore	NJVKSH Bulqize	NJVKSH Delvine
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale		-	-	10	10	
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	500	1,000	500	500	500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	3	3	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Lezhe	NJVKSH Lushnje	NJVKSH Shkoder	NJVKSH Vlore	NJVKSH Bulqize	NJVKSH Delvine
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Devoll	NJVKSH Gramsh	NJVKSH Has	NJVKSH Kavaje	NJVKSH Kolonje	NJVKSH Kruje
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	10	10	10	10		10
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	500	700	500	500	1,000
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	3	3	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Devoll	NJVKSH Gramsh	NJVKSH Has	NJVKSH Kavaje	NJVKSH Kolonje	NJVKSH Kruje
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Kucove	NJVKSH Kurbin	NJVKSH Librazhd	NJVKSH Malesi e madhe	NJVKSH Mallakaster
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope					
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope					
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope					
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope					
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	-	10	10	10	10
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti					
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	1,000	500	500	500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	3	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Kucove	NJVKSH Kurbin	NJVKSH Librazhd	NJVKSH Malesi e madhe	NJVKSH Mallakaster
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope					
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope					
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope					
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Mat	NJVKSH Mirdite	NJVKSH Peqin	NJVKSH Permet	NJVKSH Pogradec	NJVKSH Puke
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope						
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope						
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope						
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope						
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	10	10	10	10	-	10
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti						
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	500	500	500	500	500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	*3*	3	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Mat	NJVKSH Mirdite	NJVKSH Peqin	NJVKSH Permet	NJVKSH Pogradec	NJVKSH Puke
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope						
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope						
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope						
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1000	1,000	1,000	1,000

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Sarande	NJVKSH Skrapar	NJVKSH Tepelene	NJVKSH Tropoje
1	Helmete CPAP (Hood for CPAP therapy S.M.L)	Prodhuar me materiale biokompatibel. I pajisur me mates presioni (mat presionin e ajrit). I pershtatshemdhe komod kur rripat lidhen ne krahe. Pajisje te tjera per tu lidhur (Opsionale). 2 porta hyrje. Pajisur me valve antasfiksimi	Cope				
2	Maske nazale CPAP (Fleksibile and Lightweight nasal CPAP S.M.L)	Jasteku mbeshtetes ne hunde te kete me mure te dyfishta dhe te jete komod. Me tub ventilimi fleksibel per tu akomoduar ne te gjitha pozicionet. Te siguroj nje pershtatje dhe pastrim te lehte	Cope				
3	Maske oronazale CPAP (Full face CPAP mask with headgear S.M.L)	Te lehta, Hapesire e vdekur e vogel, Te marre formen anatomike faciale, Me ngjyren perkatese sipas madhesise se maskes. Material biokompatibel. Te kene te integruar pjesen ku stabilizohet mjekra. Te kene te integruar rripa per tu fiksuar ne pjesen e kokes. Te kete porte per hyrje endoskopie	Cope				
4	Sistem manual Ventilimi AMBU (AMBU Bag)	Kapacitet 1500 ml, Material PVC ose silikon, Valvul sigurie 60 cm H2O. Maske faciale 4, 5	Cope				
6	Cizme plastike mbrojtese	Cizme plastike mbrojtese	Pale	10	10	10	-
7	Doreza Nitrili madhesia M pa puder	sterile, pa puder ngjyre blu ose lejla me trashesi 0.12 mm (kuti me 100 cope), duhet te jene me te trasha se sa normalet per pune ne laborator Masa M/L	Kuti				
9	Maska respiratore FFP3/FFP2 (N95)	Maske respiratore FFP2 (N95)/FFP3, me nje perdorim, hipoalergjike, pa fibra qelqi, pershkueshmeri te mire te ajrit, me nivel filtrimi te ajrit >= 95%, e perputhshme me fytyren dhe hunden, e certifikuar NIOSH 95 ose te plotesojne EN 149:2001	Cope	500	500	500	500
10	Syze mbrojtëse	Material polietilen me densitet të lartë, me kornizë fleksibël PVC që përshtatet lehtësisht me të gjitha konturet e fytyrës me presion të barabartë, për mbrojtjen e syve dhe zonën përreth tyre, që puthitet me lëkurën e fytyrës, lehtësisht I pastrueshëm, rezistent ndaj gërvishjeve dhe avujve, me shirit rregullues për tu siguruar shtrëngimin në mënyrë që të mos lirohet gjatë veprimtarisë klinike, Të ripërdorshme kundrejt kundrejt ndjekjes së rregullave përkatëse për dekontaminimin. Të jetë në përputhje me EN 166/ ANSI/ISEA Z87.1 ose ekuivalent.	Cope	3	3	3	3

SHPERNDARJA

Nr	Emertimi	Specifikime	Njesia	NJVKSH Sarande	NJVKSH Skrapar	NJVKSH Tepelene	NJVKSH Tropoje
11	Veshje e padepërtueshme brendshme/jashtme me një përdorim	Veshje personale, jo të endura, me nje përdorim, e perbere nga bluza dhe pantallonat. Bluza duhet te jete me menge te shkurtra , pa kopsa ndersa pantallonat duhet te jene te gjata deri tek kycet dhe me lidhese rreth belit.	Cope				
12	Kapuc mbulues i kokës, qafës	Perdoret per mbrojtjen e kokes, qafes dhe te supeve. Me një përdorim, rezistent ndaj lëngjeve të ndryshem te trupit. Të garantojë mbrojtje kunder lengjeve dhe produkteve biologjike dhe kimike te rrezikshme dhe agjenteve viralë dhe mikrobiale. Të jetë lehtesisht e adoptueshme ne kokë dhe e palevizshme. Pjesa e pasme dhe anesore te kapuçit te mbuloje shpatullat. Pjesa e përparme e kapuçit të arrijë deri në pjesen e siperme te perpareses ose kominosheve dhe të jetë e hapur ne pjesen e fytyrës.	Cope				
13	Kostum veshje spitalore	Veshje komplet me kapuc (kominoshe-tyvek) me masa XL dhe L.	Cope	50	50	50	50
14	Ekran mbrojtes i fytyrës	Ekran mbrojtes për fytyrën. Materiali i ekranit duhet të lejoje nje shikim te qarte, te ketë mundësi rregullimi që të mund të pershtatet dhe ngjeshet mire me koken. Te mbuloje plotesisht fytyren dhe pjesët anësore të saj. Të jetë një perdorimëshe. Të plotësojë standartin EN 166/2002	Cope				
15	Doreza të gjata jo sterile, nitrile	Doreza të gjata jo sterile, nitrile me gjatësi jo më pak se 230 mm, me ngjyrë	cope	1,000	1,000	1,000	1,000