

Shtojca 10

Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

Data 17 Korrik 2024

Drejtuar:EUROMED SH.P.K.NIPT:K71718012P me adrese:Bulevardi “Bajram Curri”,Pallati 298,Hyrja 16,KP 1004,Tiranë

Procedura e prokurimit/lotit:E Hapur -Me Mjete Elektronike –Mallra

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-05138-05-17-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje dhe instalim i pajisjeve mjeksore per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec.

Fondi Limit:10,928,333 leke(dhjetemilioneqindenezetetetemijeetreqindetridhjetet) leke pa tvsh

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka.

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]:

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1.EUROMED SH.P.K.

(Emri i plote i shoqerise)

NIPT:K71718012P

(Numri i nipt-it)

Vlera e ofruar eshte : 9,880,000 leke(nentemilioneqindetetedhjet)pa tvsh.

2.BIOMETRIC ALBANIA SH.P.K.

(Emri i plote i shoqerise)

NIPT:J61827062E

(Numri i nipt-it)

Vlera e ofruar eshte: 9,400,000 leke(nentemilioneqaterqindmije) pa tvsh.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1.BIOMETRIC ALBANIA SH.P.K.

(Emri i plote i shoqerise)

NIPT:J61827062E

(Numri i nipt-it)

Per arsyet e meposhteme:

Nga verifikimi i dokumentacionit te ngarkuar ne SPE nga ofertuesi "Biometric Albania " Sh.p.k. me nr.nipt-i J61827062E vihet re se per artikullin me emertimin:**APARAT EKOGRAFIE ME DY SONDA (KONVEKSE DHE ENDOVAGINALE)** nuk plotesohen specifikmet teknike si me poshte:

1. Te dy sondat konvekse te paraqitura ne katalogun e ofertuesit (faqja 18 dhe 40 e katalogut me emertimin "Katalog_Art_1")te markuara me ngjyre te verdhe nuk i plotesojne specifikimet teknike te DST-ve me arsyetimin si me poshte vijon:

- Sonda konvekse me frekuence skanimit 1-7 MHz e paraqitur ne katalog (ne faqen 18 dhe 40 te katalogut me emertimin "Katalog_Art_1") e markuar me ngjyre te verdhe nuk ploteson frekuencen e skanimit, ne shtojcen 5, "Formulari i Specifikimeve Teknike "" te DST-ve eshte e percaktuar qarte se sonda konvekse duhet **te kete Frekuencen e skanimit minimum 2 deri ne 8MHz.**
- Sonda konvekse me frekuence skanimit 2-11 MHz e paraqitur ne katalog (ne faqen 18 dhe 40 te katalogut me emertimin "Katalog_Art_1") e markuar me ngjyre te verdhe nuk ka mundesi per biopsi,pasi ne shtojcen 5, "Formulari i Specifikimeve Teknike " te DST-ve eshte e percaktuar qarte se sonda konvekse duhet **te kete mundesi biopsie.**

Pra nisur nga fakti qe nuk plotesohen specifikimet teknike te kerkuara ne shtojcen nr.5 "Formulari i Specifikimeve Teknike" te DST-ve per aparatin e EkoGrafise me dy sonda (konvekse dhe endovaginale)operatori ekonomik ofertues s'kualifikohet nga kjo procedure prokurimi.

II

Nga verifikimi i dokumentacionit te ngarkuar ne SPE nga ofertuesi "Biometric Albania"Sh.p.k. me nr.nipt-i J61827062E vihet re se per artikullin me emertimin: **KABINETIT TE ENDOSKOPISE** nuk plotesohen specifikimet teknike si me poshte:

1. Ne katalogun te paraqitur nga ofertuesi "Biometric Albania" Sh.p.k. dhe Deklaraten e Prodhuesit te "*Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope CO.,Ltd*, citohet:**Ne pjesen e pasme te video procesorit ka nje dalje DVI-D** (paraqitur faqen 37 te katalogut me emertimin "Katalog_Art_2")

Pra video procesori i ofruar nga ofertuesi "Biometric Albania" Shp.k. me nr,nipti J61827062E ka vetem 1(nje) dalje DVI-D ,nderkohe ne shtojne 5 "Formulari i Specifikimeve Teknike" te DST-ve eshte percaktuar qarte si vijon: **Në pjesën e pasme të pajisjes së videoprosesorit duhet të ketë dalje të broadcastit të dritës dhe 2 dalje DVI-D.**

Pra nga ofertuesi "Biometric Albania" Sh.p.k. me nr,nipt-i J61827062E nuk permbushet specifikimi teknik i siperpermendur prandaj skualifikohet nga kjo procedure.

2. Ne shtojcen 5 "Formulari i Specifikimeve Teknike" te DST-ve eshte e percaktuar qarte se Video Procesori dhe burimi i drites **Duhet të ketë një pedal të dyfishtë për regjistrim dixhital të fotove dhe videove, i cili mund të lidhet tek videoprosessori ose regjistruesi (video-recorder) i sistemit,**ky specifikim teknike nuk gjendet ne catalog,por nuk gjendet i plote as tek deklarata e prodhuesit"TEACH Europe GmbH" e cila cileson vetem qe pajisja do te kete nje pedal per regjistrimin dixhital te fotove dhe videove,por jo qe te jete i dyfishte .

Pra nga ofertuesi "Biometric Albania" Sh.p.k. me nr,nipt-i J61827062E nuk permbushet specifikimi teknik i siperpermendur,prandaj skualifikohet nga kjo procedure.

3. Ne shtojcen 5"Formulari i Specifikimeve Teknike" " te DST-ve eshte e percaktuar qarte se: **Gjatesia e dobishme e punës së video gastroskopit duhet të jetë sa paku 1050 mm, dhe gjatesia totale duhet të jetë së paku 1.400 mm.**

Ne artikullin e ofertuar ne catalog nga ofertuesi "Biometric Albania" Sh.p.k. gjendet gjatesia e dobishme e punes **së video gastroskopit** 1050 mm, ndersa gjatesia totale prej 1400 mm nuk gjendet as ne catalog dhe as ne deklaraten e prodhuesit .

Pra nga ofertuesi "Biometric Albania" Sh.p.k. me nr,nipt-i J61827062E nuk permbushet specifikimi teknik i siperpermendur,prandaj skualifikohet nga kjo procedure.

Pra bazuar sa me lart nga OE ofertues " ***Biometric Albania" Sh.p.k. me nr,nipt-i J61827062E*** nuk jane permbushur specifikimet teknike te percaktuara shtojcen 5"Formulari i Specifikimeve Teknike' si per aparatit e ekografise me dy sonda(konvekse dhe endovaginale) ashtu dhe per pajisjet e kabinetit te endoskopise,prandaj ai skualifikohjet nga kjo procedure.

Ne kriteret e vecanta te kualifikimit piken 2.3, "Kapaciteti teknik", nenpika 2.3.3, e DST-ve ne citohet si vijon:

*Për të gjithë artikujt e kerkuar sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi (Specifikimet teknike) te paraqiten katalogje, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike te hollësishme për secilin artikull (pjeset e katalogut qe permbajne emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike te artikullit qe ofertohe, nese nuk jane ne gjuhen shqipe, te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen). Operatori ekonomik duhet te martoje me ngjyre te ndezur te verdhe ne katalogun perkates produktet qe ofron sipas numrit rendor (te **markuara sipas artikullit**) te percaktuar ne formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit.*

Pra nisur nga fakti i mospermbushjes te specifikimeve teknike te percaktuara ne shtojcen 5 "Formulari i Specifikimeve Teknike" " te DST-ve, dhe i mospermbushjes te kriterave te vecanta te kualifikimit, pika 2.3, "Kapaciteti teknik", nenpika 2.3.3, te DST-ve te siperpermendura operatori ekonomik ofertues "***Biometric Albania" Sh.p.k. me nr,nipt-i J61827062E skualifikohet nga kjo procedure.***

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE:EUROMED Sh.p.k.NIPT:K71718012P me adrese:Bulevardi "Bajram Curri",Pallati 298,Hyrja 16,KP 1004,Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 9,880,000 leke(nentemilioneqindetetedhjet) pa tvsh, është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110, të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik",te ndryshuar

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

(emri, mbiemri, firma, vula)