



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. 3384 / ____ Prot.

Tiranë, më ____ . ____ . 2024

Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR (i korrigjuar Njoftimi Nr. 3384/77 Prot., datë 11.12.2024)**

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

Data: ____ / ____ 2024

Drejtuar: MONTAL me NIPT J62009007F dhe adresë TIRANE DERVISH HIMA-3KULLAT
K.3 AP9/2.

* * *

Procedura e prokurimit: e hapur mbi kufirin e lartë monetar - prokurim me mjete elektronike - mallra.

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-15515-08-06-2024

Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike	REF-15528-08-06-2024
--	----------------------

“Blerje pajisje të teknologjisë së lartë për spitalet”, ndarë në 10 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 36 muaj” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave në total prej 259,380,166 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH, ndare në lote:

- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024: 2,588,882** Euro pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Kontratat mund të lidhen nga AK përfituese brenda afatit 36 muaj nga data e nënshkrimit të MK nga palët, për secilin lot.

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 47 Datë 12.08.2024

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.
- 1. **BIOMETRIC ALBANIA** me NIPT **J61827062E** dhe adresë Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b, Tiranë. ofertuar në vlerën 25,227,000 Leke
- 2. **MONTAL** me NIPT **J62009007F** dhe adresë TIRANE DERVISH HIMA-3KULLAT K.3 AP9/2 ofertuar në vlerën 15,840,000 Leke
- 3. **MSE** me NIPT **L82001005A** dhe adresë TIRANE Rruga Diga e Liqenit, nr. pasurie 8/312, vol. 25, fq. 40, zona kadastrale 8270. ofertuar në vlerën 20,700,000 Leke
- 4. **Pegasus sh.p.k.** me NIPT **J62903750A** dhe adresë Rr."Siri Kodra",Nr.149, Tiranë ofertuar në vlerën 20,970,000 Leke
- 5. **Health & Light** me NIPT **L42231011L** dhe adresë Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Themistokli Gërmenji" Nd. 11, H. 4, Ap.4, ofertuar me vleren 26,757,000 Leke
- 6. **BNT ELECTRONICS sh.p.k** me NIPT: **J61817047D**, Adresa: Bulevardi Zhan D'ark, Nd. 32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë ofertuar në vlerën 29,867,472 Leke
- 7. **BLUE-PHARMA** me NIPT **L82008020I** dhe adresë TIRANE Casa Italia, Kati i pare, pa ofertë ekonomike.
- 8. **INCOMED** me NIPT **K91530017T** dhe adresë Tirane Vaqarr LALM Zona Kadstrale 2376, Nr. pasurie 103/17-ND dhe 103/17. ofertuar në vlerën 28,017,000 Leke
- 9. **O.E.S DISTRIMED SH.P.K** me nipt NIPT: **K31520054N**, Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Pallati "Kastrati", ofertuar në vlerën 22,860,000 Leke
- 10. **BOE GLOTED sh.p.k.** me nipt M31920010N me adrese Rruga "Todi Shkurti" 72,1004, Tiranë me pjesë takuese 50% dhe "Ardian Terefiçi" PF me nipt K62812803P me adrese Rruga "Dritan Hoxha" 171 1000 Tiranë me pjesë takuese 50% dhe përfaqësuar me akt marrëveshje nga **GLOTED sh.p.k.** me nipt M31920010N me adrese Rruga "Todi Shkurti" 72,1004, Tiranë me oferte ekonomike 18,900,000 Leke.

11. MEDFAU sh.p.k. me NIPT J93610823R me adrese Rruga 4 Deshmoret Nr 195 Tirane me oferte ekonomike 26,100,000 leke.

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. BOE GLOTED sh.p.k. me nipt M31920010N me adrese Rruga “Todi Shkurti” 72,1004, Tiranë me pjesë takuese 50% dhe “Ardian Terefiçi” PF me nipt K62812803P me adrese Rruga “Dritan Hoxha” 171 1000 Tiranë me pjesë takuese 50% dhe përfaqësuar me akt marrëveshje nga **GLOTED sh.p.k.** me nipt M31920010N me adrese Rruga “Todi Shkurti” 72,1004, Tiranë me oferte ekonomike 18,900,000 Leke me arsyet si me poshte :

- Mungon autorizimi per tregtimin e pajisjeve mjekesore nga MSHMS per OE Ardian Teferici PF
- Ne shtojcen 8 nuk jane deklaruar personi/personat,administratoret,ortaket dhe pronaret te cilet kane te drejta vendimmarrëse,perfaqesuese dhe kontrolluese brenda operatorit ekonomik
- Mungon vertetimi i xhiros vjetore per OE Gloted sh.p.k.
- Ne katalog permendet mundesia e lidhjes se nje printeri inkjet por nuk specifikohet nese ky printer eshte i integruar
- Frame rate eshte 6667 fps por e pa specifikuar nese eshte gjate gjithë modeleve te imazhit
- Ne katalog permendet Auto EF dhe analize strain, por jo matje specifike automatike per te gjitha strukturat kardiake dhe vlerat Doppler te kerkuara ne dt.
- Nuk eshte specifikuar fusha pamjes per imazhin panoramik Vpan per sonden konvekse.
- Nuk eshte specifikuar nese ka media instalimi te pavarur per rikuperim ose riinstalim, thuhet vetem qe sistemi bazohet ne windows 10 me softuer te parainstaluar.
- Te kete te pershire opsionin e ‘software’ per te zbuluar anatomine e ngadalte dhe te dobet te rrjedhes se gjakut ne inde (vizualizimi i rrjedhes me shpejtesi te ulet ne mikrovaskulaturen e strukturave). Nuk percaktohet specifikisht softuer per zbulimin e anatomise.

2. BIOMETRIC ALBANIA me NIPT J61827062E dhe adresë Bulevardi Zhan D'ark, Pallati 53, Ap 6b, Tiranë. ofertuar në vlerën 25,227,000 Leke me arsyet si me poshtë:

XC70

- Nuk specifikohet printeri termal i inkorporuar
- Nuk specifikohen pikat fokale
- Nuk specifikohen te dhena per memorien
- Nuk ka te dhena per baterine
- Nuk specifikohen mbajtësit, xhelin
- Nuk jepen te dhena per penetrimin dhe rezolucionin

- Sistemi ka 2800 fps por pa specifikuar ne cilat kushte i ka
- Fushepamja e pa specifikuar
- Sonda SC1-7H eshte ne rangun 1.0 - 7.0 MHz
- Sonda L3-8H ka fushepamje 38.4 mm
- Sonda L3-8H operaon ne rangun 3.0 - 8.0 MHz
- **XC60**
- Frame rate per te gjitha menytrat nuk specifikohet psh 2D arrin 2800 HZ por nuk specifikohet nese arrihet ne te gjitha modalitetet
- Manuali thote qe mund te te mbaje bateri 22 ore ne sleep mode por pa specifikuar ne kushte pune
- Kapacitetet post processing permenden por te pa specifikuara me detaje
- Ka mundesi gjenerimi raportesh por nuk percakton kostumizimin e raporteve
- Katalogu thote qe eshte ne windows 10 por pa specifikuar full apo embedded
- Per sonden konvekse nuk jepen te dhena per fushepamjen
- Katalogu nuk jep te dhena per fushepamjen e sondes lineare, sondes kardiake dhe sondes gjinekologjike

3.BNT ELECTRONICS sh.p.k me NIPT: J61817047D, Adresa: Bulevardi Zhan D'ark, Nd. 32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë ofertuar në vlerën 29,867,472 Leke

- Oferta ekonomike nuk ka te percaktuar cmimet per sondat sic eshte percaktuar ne DT
- Te mundesoje opsionet e kombinuara si duplex dhe triplex (color-flow) ne kohe reale. Vetem me PW me puls jo te vijueshem
- Te shoqerohet me printer monokrom termik te integruar. OE ka paraqitur printer periferik dhe jo te integruar.
- Frekuenca e aparatit te mundesohet afersisht ne intervalin nga 1 deri me 15 MHz. Ne katalog jane disa sonda, sonda e specifikuar L20-5S nuk e kapin brezin 1 dhe 2 por fillojne nga 3 MHz e lart
- Te jete e pajisur me opsionet per ekzaminimin Elastografik per gjirin, tiroiden, etj. E ka si opsion STE por pa specifikuar per gjirin dhe teroiden
- Te kete te pershire opsionin e 'software' per te zbuluar anatomine e ngadalte dhe te dobet te rrjedhes se gjakut ne inde (vizualizimi i rrjedhes me shpejtesi te ulet ne mikrovaskulaturen e strukturave) e selektuar HR flow e cila eshte High resolution flow por qe nuk specifikon gje per anatomine.
- Te shoqerohet me sonde lineare 2D L14-3Ws
 - Te ofroje aplikime si Vaskulare, Muskuloskeletale, **Tiroide**, Intervencionuese dhe Pediatrike.- nuk ka te percaktuar **Tiroide**
- Te shoqerohet me sonde kardiake 2D SP5-1s
 - Te ofroje aplikime si Vaskulare, Kardiak, **Toraks**, Intervencionuese, Abdomen,

Transcranial- nuk ka te percaktuar **Toraks**

- Te kete sistem operativ me te pakten Windows 10 ose me mire –Sistemi operativ nuk eshte i percaktuar
- Te shoqerohet me te gjithë programet e nevojshme mbi aplikimet mjekesore sipas kerkesave te operatorit.--- Pa specifikuar ne katalog
- Programet / aplikacionet si dhe sistemi operativ duhet te dorezohet me versionin e tyre te instalimit ne USB apo media ekuivalente. Pa specifikuar

4.INCOMED me **NIPT K91530017T** dhe adresë Tirane Vaqarr LALM Zona Kadstrale 2376, Nr. pasurie 103/17-ND dhe 103/17. ofertuar në vlerën 28,017,000 Leke me arsyet si me poshte :

- Sigurimi i ofertes date 06.09.2024
- Faturat jane per barna dhe materiale mjekesore por jo per pajisje mjekesore
- Katalogu i pa markuar
- Nuk ka te dhena per UPS
- Ka vetem nje monitor
- Nuk ka te dhena per printerin
- Nuk ka te dhena per sondat
- Shume specifikime nuk jane ne katalog

5.MEDFAU sh.p.k. me **NIPT J93610823R** me adrese Rruga 4 Deshmoret Nr 195 Tirane me oferte ekonomike 26,100,000 leke me arsyet si me poshte :

- Te mundesoje metodat e imazhit si 2D, 3D, 4D, M, CD - Color Doppler, PD - Power Doppler, PWD - Pulse Wave Doppler, CW – Continuous Wave, TDI – Tissue doppler imaging, etj ne gjinekologji dhe obstetrike nuk cilesohet nese e ka funksionalitetin 4D por permendet vetem 2D dhe 3D dhe ne karidologji nje pjese te specifikimeve nuk gjenden ne katalog
- Te shoqerohet me printer monokrom termik te integruar. Printeri nuk thuhet qe eshte i integruar por vetem qe eshte supported
- Frekuenca e aparatit te mundesohet afersisht ne intervalin nga 1 deri me 15 MHz. Nuk jepet rangi i frekuencave v etem thuhet qe mund te ndryshohet kollaj
- Te mundesoje post - procesim te imazheve ne modalitete te ndryshme (psh: B-Mode, M-Mode, PW/CW, Color Doppler, 3D etj). -- Specifikuar vetem per 2D
- Te kete kapacitete memorie brendshme/jashtme jo më pak se 1 TB ku te pakten 128GB te jete SSD ose me mire ne – Eshte ofertuar ne total 500GB SSD
- Te mundesoje raporte te editueshme ku mund te perfshihen imazhet dhe komentet e mjekut / operatorit si dhe te ofroje mundesi printimi ne leter me fomate A4. Nuk thuhet qe mund te printojte por vetem qe mund te ruaj te dhena ne cd, dvd dhe memorie te jashtme

- Te mund te lidhet ne rrjetin spitalor duke suportuar mundesite e lidhjes ‘wireless’, ethernet, DICOM etj opsioni wireless nuk eshte percaktuar ne katalog

6.O.E.S DISTRIMED SH.P.K me nipt **NIPT: K31520054N**, Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, Pallati "Kastrati", ofertuar në vlerën 22,860,000 Leke me arsyet si me poshte :

- Te shoqerohet me printer monokrom termik te integruar. Printimi eshte periferik
- Frekuenca e aparatit te mundesohet afersisht ne intervalin nga 1 deri me 15 MHz. Pa specifikuar
- Te kete thellesi imazhi ne varesi te sondave dhe preseteve perafersisht ne intervalin nga 1.5 ± 0.5 cm deri ne 40 ± 0.5 cm ose me mire. Sonda konvekse thuhet me shume ose baras 30cm fazqe 16
- Te mundesoje te pakten nje “ frame rate” ne jo me pak se 1,400 fps (Hz) per nje rezultat dhe imazh sa me cilesor Faqe 11, 16.56 fps ne 4D
- Te jete e pajisur me opsionet per ekzaminimin Elastografik Searware tw heparit Pa percaktuar
- Te shoqerohet me sonde konvekse 2D,
 - Te ofroje aplikime si Abdomen, OB-GYN, Urologji, Torakale, Intervencionuese, Muskuloskeletale dhe Pediatrike.
- Te kete sistem operativ me te pakten Windows 10 ose me mire--- Ofertuar faqe 160 eshte me sistem operimi windows 7
- Te shoqerohet me te gjithë programet e nevojshme mbi aplikimet mjekesore sipas kerkesave te operatorit. --Pa percaktuar
- Programet / aplikacionet si dhe sistemi operativ duhet te dorezohet me versionin e tyre te instalimit ne USB apo media ekuivalente. Pa percaktuar

7. BLUE-PHARMA me **NIPT L82008020I** dhe adresë TIRANE Casa Italia, Kati i pare, pa ofertë ekonomike.

Skualifikohet për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

- 1. MONTAL** me **NIPT J62009007F** dhe adresë TIRANE DERVISH HIMA-3KULLAT K.3 AP9/2 ofertuar në vlerën 15,840,000 (pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet mijë) lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [AK/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me adresë Rruga e Kavajës, Nr 1001, Tiranë] brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

LAVDRIM SAHITAJ