



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SOCIO-SHËNDETËSORE NR.7

Shtojca 11.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË  
AFATET E ANKIMIMIT

[Data: 05.12.2024]

Drejtuar: Operatorit Ekonomik (OE)

["MEDFAU" SHPK me Nr. Nipti J93610823R me adrese: Lagja 5, Kavajë]

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

ose

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: E hapur e Thjeshtuar

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: REF-26564-10-28-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: "Blerje aparat Ekografje me dy sonda". Fondi limit: 2,444,444 (dy milion e katërqind e dyzet e katër mijë e katërqind e dyzet e katër) lekë pa TVSH]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 29.10.2024

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike [4 Nëntor 2024] [Nr. 75]

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

**1. “MEDFAU” SHPK**

**J93610823R**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera: **2,100,000** (dy milionë e njëqind mijë) Lekë pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

**2. “Health & Light” SHPK**

**L42231011L**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera: **1,873,380** (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë treqind e tetëdhjetë) Lekë pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

**3. “BNT ELECTRONICS” SHPK**

**J61817047D**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera: **1,890,000** (një milion tetëqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

**4. B.OE “GLOTED” SHPK 50%**

**M31920010N**

**“Ardian Teferici” PF 50%**

**K62812803P**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

Vlera: **1,340,000** (një milion e treqind e dyzet mijë) Lekë pa TVSH

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO

JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:**

**1. “Health & Light” SHPK**

**L42231011L**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

arsyet e meposhtme:

OE "HEALTH & LIGHT" Shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit Kapaciteti teknik, pika 2.3.10 për specifikimet teknike në katalogët e paraqitur si më poshtë:

- Aplikimet që duhet të ofrojnë sistemi: Abdominal, Obstetrik, Gjinekologjik, Kardiak, Urologji, Vaskular, pjesë me Madhësi të vogël, Pediatri, Mjekësi emergjence.
- Minimumi i modalitetit të skanimit: B, M, THI, PD, PWD, Color Doppler, CW, B Trapezoid, Anatomik M.
- Sistemi duhet të ketë një kufi dinamik (dynamic range) minimalisht 10-350dB për të arritur të kape dhe analizojë reflektimet e dobëta.
- Monitori për interpretim të ECHO-s duhet të jetë me ngjyra dhe minimalisht 23". Duhet të plotësojë konditat e rezolucionit të lartë, që duhet të jetë mbi ose 1920x1080 pixel, standarti HD.
- Paneli i kontrollit duhet të jetë minimalisht 13" dhe komandim me prekje (touch screen) dhe të ketë të paktën 2 porta USB.
- Pajisja duhet të ketë një bateri të përfshirë për të mundësuar punën në mungesë të energjisë elektrike. Echo duhet të punojë minimalisht 1h në mënyrë të vazhduar skanimin në mënyrë autonome pa energji elektrike.
- Doppler spectral: Frekuenca e perseritjes minimalisht 15 kHz në PW (pulse doppler) dhe në regjimin e CW (continues wave) jo më e vogël se 50kHz.
- Sonda konvekse me frekuencë pune mbi 2,5 MHz deri në 6.0 MHz. Fusha e skanimit mbi 70 °.
- Pajisja duhet të disponojë hard disk për hapësirë ruajtëse minimalisht 500 GB dhe minimalisht memorije 30,000 imazhe.
- Pajisja duhet të suportojë formate për imazhe të tipit JPG, TIFF, ndërsa për cine formate të tipit AVI për të mundësuar egzaminime offline.

**2. "BNT ELECTRONICS" SHPK**

**J61817047D**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

arsyet e meposhtme:

OE "BNT ELECTRONICS" Shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit Kapaciteti teknik, pika 2.3.10 për specifikimet teknike në katalogët e paraqitur si më poshtë:

- Minimumi i modalitetit të skanimit: B, M, THI, PD, PWD, Color Doppler, CW, B Trapezoid, Anatomik M.
- Sistemi duhet të ketë një kufi dinamik (dynamic range) minimalisht 10-350dB për të arritur të kape dhe analizojë reflektimet e dobëta.

- Paneli i kontrollit duhet te jete minimalisht 13" dhe komandim me prekje ( touch screen) dhe te kete te pakten 2 porta USB.

- Doppler spectral: Frekuenca e perseritjes minimalisht 15 kHz ne PW ( pilse doppler) dhe ne regjimin e CW (continues wave) jo me e vogesl se 50kHz.

- Paisja duhet te mundesoje fluks me rezolucion te larte hapsinor per profilizim te sakte te eneve te gjakut.

- Frekuenca e punimit te sondave duhet te suportoje nga min.1,5 -12 MHz.

- Sonda konvekse me frekuence pune mbi 2,5 MHz deri ne 6.0 MHz. Fusha e skanimit mbi 70 °.

- Sonda Lineare ne frekunce pune mbi 4 MHz deri ne 12 MHz. Fusha e pamjes minimalisht 35mm.

### 3. "B.OE "GLOTED" SHPK

**M31920010N**

**"Ardian Teferici" PF**

**K62812803P**

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

#### arsyet e meposhtme:

*B.OE "GLOTED" Shpk & Ardian Teferici" PF, nuk ploteson kriteret e veçanta te kualifikimit si me poshte:*

1. *B.OE "GLOTED" Shpk & Ardian Teferici" PF nuk kane paraqitur oferten ekonomike ne përputhje me LPP 162 dhe VKM 285 pasi rezulton anomalisht e ulet.*

2. *B.OE nuk ka paraqitur katalogun e perkthyer ne gjuhen shqipe dhe specifikimet teknike nuk perputhen me kërkesat e AK*

3. *B.OE nuk plotëson kriteret e veçanta te kualifikimit per pikat 2.3.4; 2.3.5; 3.3.6; 2.3.7, pasi dokumentacioni duhet te paraqitet nga ana e te dy OE si pjese e kontratës se bashkëpunimit mes tyre. -*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“MEDFAU” SHPK me Nr. Nipti J93610823R me adrese: Lagja 5, Kavajë], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej [2,100,000 (dy milionë e njëqind mijë) Lekë pa TVSH] / totali i pikëve të marra [] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Klodjana SHAHAJ**