

Data 04/10/2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

“Blerje gaz-Oksigjen per nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë” ndarë në lote, gjithsej 2 (dy) - Marrëveshje Kuadër me nje operatorë ekonomik-- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjecar (12 muaj)

REF-23226-10-08-2024

FONDI LIMIT : FONDI LIMIT 9 839 232 (nente milion e teteqind e tridhjete e nente mije e dyqind e tridhjete e dy) Lek pa TVSH Lek pa TVSH

Loti 1 Oksigjen leng – REF- 23230-10-08-2024

Objekti: Blerje “Oksigjen Leng per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore”

Fondi limit/vlera e pritshme e kontrates 9 175 680 (nente milion e njeqind e shtatedhjete e pese mije e gjashteqind e tetedhjete)

Loti 2 Oksgjen Gaz -REF-23233-10-08-2024

Objekti: Blerje “Oksigjen gaz per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore”

Fondi limit/vlera e pritshme e kontrates 663 552 (gjashteqind e gjashtedhjete e tre e pesedhjet e dy)

**KODI SIPAS FJALORIT TË PËRBASHKËT TË PROKURIMIT: 24111900—4 (FPP)
(Oksigjen)**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Spitali Rajonal Vlore ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 9**;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4**;

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për tre vitet e fundit financiare, (2021,2022,2023) ku vlera e xhiros minimale për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit/vlera e pritshme e kontratave **per secilin prej loteve / shumatores se loteve per te cilat konkurron.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme përfshirjen e kriterit të cituar më lart, në mënyrë që t'i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të mundshëm si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Bazuar në nenin 43 pika 2/b dhe pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet:

Neni 43 pika 2/b

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohë:

b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Neni 43 pika 5

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në *nenin 29, te Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", I ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministririt te Financave ne zbatim te ketij ligji.*

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limit dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një autoritet / ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës së bashku me kontratën e lidhur ose / dhe fatura tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, **ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.**

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10 / 2.14.**

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Per Prokurimin Publik", ne te cilin gjejme te percaktuar se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e percaktuar se: *[...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të**

fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 4 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën sa **20 %** të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim të bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese/MAH, kjo të plotësohet në Shtojcën 2. Listat e Çmimeve të artikujve të DST.

Argumentimi: Kjo kërkesë vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion. Ky kriter është në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe kjo kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

2.3.3 Kërkohet të paraqitet dokumenti i cili konfirmon se bari i ofertuar, është i pajisur me autorizim për tregtim në Republikën e Shqipërisë, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore/ose/autorizimi për tregtim i barit, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, brenda afatit të tij të vlefshmërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë Autorizim prodhuesi për tregtim të materialeve objekt

prokurimi, që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/ shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.4 Kërkohej Autorizim (i vlefshëm për periudhën 2024 - 2025), lëshuar nga MAH (mbajtësi i autorizimit të tregtimit), nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat e tij në vendin tonë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë Autorizim prodhuesi për tregëtim të materialeve objekt prokurimi, që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/ shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.

2.3.5 Certifikate ISO 9001-2015 ose ekuivalent, të vlefshme, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, për fushën e aktivitetit të OE/ që perkon/ perputhet me objektin e Prokurimit

2.3.6 Certifikate ISO 4500:2018, të vlefshme, për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.7 Certifikatë ISO 14001:2015 –Sistemi i menaxhimit mjedisor ose ekuivalent, të vlefshme, për distribucionin e gazrave mjeksore, të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa për pikat e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.

Gjithashtu ky kriter gjen mbështetje dhe në rekomandimin e APP dhe Drejtorisë së përgjithshme të Akreditimit nr. 3330 prot, datë 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, datë 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësive”.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të provojë se nëse shpallet fitues, është në gjendje të sigurojë tankera oksigjeni për ti instaluar brenda 10 diteve nga lidhja e minikontrates, se marreveshjes kuader pranë Autoriteteve Kontraktore, spitaleve përkatëse, të cilët nuk disponojnë tankera. Kërkohen 1 tanker sipas nevojave aktuale të Spitalit Rajonal Vlore.

- Në rastin kur OE i ka në pronësi, duhet të paraqesë një dëshmi për pronësinë mbi këto tankera (fature blerje ose dokument doganor për importimin e tankerave të oksigjenit ose cdo lloj dokumenti tjetër ligjor i cili dëshmon disponimin në pronësi të këtyre tankerave) dhe Vërtetimin e lëshuar, i vlefshëm për vitin 2024 nga organet kompetente për regjistrimin, kontrollin e kushteve teknike dhe të sigurisë, për enët nën presion tankera/serbatore/cisterna, konform legjisllacionit në fuqi, ku të jenë përcaktuar numri dhe kapaciteti i tyre, data e kontrollit, organi inspektues dhe plotesimi i standarteve, kushteve teknike dhe të sigurisë.
- Në rast se tankerat e oksigjenit do të merren me qira, duhet të paraqitet kontrata ose marrveshja paraprake e qirase, shoqëruar me dokumentacionin që vërteton pronësinë e pronarit të tankerave të oksigjenit si dhe i vlefshëm për vitin 2024 nga organet kompetente për regjistrimin, kontrollin e kushteve teknike dhe të sigurisë, për enët nën presion tankera/serbatore/cisterna, konform legjisllacionit në fuqi, ku të jenë përcaktuar numri dhe kapaciteti i tyre, data e kontrollit, organi inspektues dhe plotesimi i standarteve, kushteve teknike dhe të sigurisë.

Argumentimi: Ky kriter vendoset në mbështetje të pikës 2 dhe 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” dhe behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet pasjes së burimeve/kapaciteteve të mjaftueshme për furnizimin me sasinë dhe llojin e kërkuar nga AK dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontrates siç është parashikuar në DST.

2.3.9 Gjatë periudhës nga nënshkrimi i kontrates deri në instalimin e tankerave, Operatori i suksesshem duhet të furnizojë AK përfitues me bombula oksigjeni mjeksor të gazte të cilat do të konvertohen me sasinë e Oksigjenit mjeksor të lëngët. Oksigjeni mjeksor gaz i përdorur në bombula duhet të jetë i regjistruar.

Argumentimi: Ky kriter vendoset në mbështetje të pikës 2 dhe 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik” dhe behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet pasjes së burimeve/kapaciteteve të mjaftueshme për furnizimin me sasinë dhe llojin e kërkuar nga AK dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontrates siç është parashikuar në DST.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të vetedeklarojë se gjatë gjithë kohës së afatit të MK, do të ketë gjendje brenda territorit të Shqipërisë një sasi rezerve oksigjeni mjeksor të lëngshëm, jo më pak se 3.000 litra, për mbulimin e nevojave emergjente të spitaleve. Duke qenë se oksigjeni i lëngshëm është jetik, dhe shërben si terapi për pacientet, dhe për të garantuar vazhdimësinë me

furnizim ne rast te ndonje situatë te jashtezakonshme (pandemi, problem ne fabriken e prodhimit, etj.), duhet qe subjekti duhet te kete sasi rezerve per furnizim per minimumi 15 dite.

*Kjo sasi Percaktohet duke iu referuar konsumit minimal mesatar mujor

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne mbeshtetje te pikes 2 dhe 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” dhe behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pasjes se burimeve/kapaciteteve te mjaftueshme per furnizimin me sasine dhe llojin e kerkuar nga AK dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar ne DST.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet te vertetoje se bombolat e oksigjenit, qe do te furnizohen prej tij, plotesojne kushtet teknike te pajisjeve nen presion. Per kete duhet te paraqese vërtetim te leshuar, i vlefshem per vitin 2024, nga organet kompetente për regjistrimin, kontrollin e kushteve teknike dhe te sigurisë, per enët nën presion tankera/serbatore/cisterna, konform legjislacionit ne fuqi, ku të jene përcaktuar numri dhe kapaciteti i tyre, data e kontrollit, organi inspektues dhe plotesimi i standarteve, kushteve teknike dhe te sigurisë.

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne mbeshtetje te pikes 2 dhe 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” dhe behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pasjes se burimeve/kapaciteteve te mjaftueshme per furnizimin me sasine dhe llojin e kerkuar nga AK dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar ne DST.

2.3.12 Operatori ekonomik duhet te provoje se, ne se shpallet fitues, do te kete ne dispozicion minimumi **100** bombola oksigjeni mjeksor / pako bombola, ne pronesi ose me qira. Per te vertetuar kete kriter, operatori ekonomik duhet te deklaroje se ka ne pronesi kete sasi bombolash.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e nje vetëdeklarimi

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne mbeshtetje te pikes 2 dhe 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” dhe behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pasjes se burimeve/kapaciteteve te mjaftueshme per furnizimin me sasine dhe llojin e kerkuar nga AK dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar ne DST

2.3.13 Automjetet

Furnizimi të bëhet me autobotët e furnizuesit të pajisur me :

1. Leje për Transport gazra mjekësore nën presion, të lëshuar nga Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial.
2. Leje për Transport gazra mjekësore nën presion të lëshuar nga MNZSH.
3. Certifikatë miratimi ADR të lëshuar nga DPSHTRR.

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne mbeshtetje te pikes 2 dhe 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” dhe behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti

Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pasjes se burimeve/kapaciteteve te mjaftueshme per furnizimin me sasine dhe llojin e kerkuar nga AK dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar ne DST.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Argumentimi i Specifikimeve Teknike

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

Specifikimi i Materialeve:

Nr	Sistemi	Lot/Principi aktiv	Forme-doza	Njesia	Sasia e planifikuar per 12 muaj
1	Anestezi reanimacion	Lot1 Oxygen I gazte	Gaz per perdorim mjeksor,I kompresuar x 100%	litra	72 000
2	Anestezi reanimacion	Lot2 Oksygen I lengte	Gaz per perdorim mjeksor,I lengshem x 100%	Litra	19 200

1. Oksigjen i gazet

Oksigjen	O ₂	99,50 %
Monoksid karboni	CO	0.13 vmp (volum për milion)
Bioksid Karboni	CO ₂	0.11 vpm
Ujë	H ₂ O	0.06 vpm

Kushtet e furnizimit. OKSIGJEN GAZ do behet me bombola 40 litra sipas kerkeses se Autoritetit Kontraktor.

Presioni i mbushjes së bombulave të jetë jo më pak se 125 bar.

Sasia e oksigjenit në bombula të jetë 40 litra për presion 125 bar.

Ambalazhimi të jetë në vellim 40 litra.

Ambalazhimi i oksigjenit për përdorim mjeksor të jetë në bombulat e OE

Bombulat të kenë shenjën dalluese “ për përdorim spitalor” (O₂)

Kushtet e furnizimit.

Bombolat e oksigjenit duhet të shoqërohen me vërtetimin e kryerjes së kontrolleve periodike të **Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial** (Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion) ose/ **organet kompetente për regjistrimin, kontrollin e kushteve teknike dhe të sigurisë, për enët nën presion tankera/serbatorë/cisterna**, sipas percaktimeve ligjore.

Transporti i bombolave të oksigjenit mjekësor, i kompresuar, duhet të bëhet me automjete të pajisur me :

- Leje për Transport gazra mjekësore nën presion, të lëshuar nga Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial.
- Leje për Transport gazra mjekësore nën presion të lëshuar nga MNZSH.
- Certifikatë miratimi ADR të lëshuar nga DPSHTRR.
- Transportimi dhe shkarkimi i mallit është pergjegjesi e shitesit
- Furnizimi bëhet sipas kërkesave dhe nevojave faktike të Autoritetit Kontraktor për këtë artikull, bazuar në kontratat e lidhura gjate gjithë periudhës së vlefshmerisë së Marrveshjes Kuadër.

Për arsye të krijimit të një sigurie në kryerjen e furnizimit pa krijuar vonesa dhe mbulimin ne kohe dhe pa probleme te nevojave per oksigjen nisur dhe nga pervojat e meparshme, Autoriteti Kontraktor do te lidhe me operatorin ekonomik fitues të dalë nga proçedura e prokurimit, kontratë bazuar në nevojat e Autoritetit Kontraktor.

Furnizimi do bëhet me bombola 40 lit.

Operatori duhet të garantojë mbajtjen e një sasive rezerve brenda vendit, 100 bombola, minimalisht.

Shënim: Oksigjeni i bombolave që do të perdoren duhet të jetë i regjistruar në AKBPM për tregtim në Republikën e Shqipërisë.

2. OKSIGJEN I LËNGËT - Kërkesat për furnizimin janë si më poshtë

Kushtet e furnizimit

Automjetet

Furnizimi të bëhet me autobotët e furnizuesit të pajisur me :

- Leje për Transport gazra mjekësore nën presion, të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial.
- Leje për Transport gazra mjekësore nën presion të lëshuar nga MNZSH.
- Certifikatë miratimi ADR të lëshuar nga DPSHTRR.

Tankerat e Oksigjenit

Tankerat duhet të certifikohen nga **Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial** (Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion) dhe duhet të nënshtrohen inspektimeve sipas afateve të përcaktuara ligjore.

Furnizimi dhe depozitimi i Oksigjenit të lëngët do të bëhet në përputhje me kushtet teknike dhe të sigurisë, në tankerat e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor Spitali Rajonal Vlorë.

-Kapaciteti i Tankerit 10 000 litra për godinën e Spitalit i cili të paiset me litërmatës 5 shifror.

Gaz për përdorim mjekësor, i lëngshëm,

Mbështetur në detyrimin për të furnizuar mallin (oksigjen i lëngët) të ambalazhuar sipas kushteve teknike, Operatori Ekonomik duhet të furnizojë dhe montojë pranë AK, tankerat , të cilët do të jetë në përdorim të AK deri në përfundimin e Marrëveshjes Kuadër.

OE ka detyrimin për certifikimin e Tankerave në Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial (Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion), rregjistrimin dhe ndjekjen e kryerjes së inspektimeve sipas afateve të përcaktuara ligjore.

Operatori Ekonomik është përgjegjës për pajisjen e Ak me tanker, montimin, lidhjen e tij me rrjetin e oksigjenit të ospitalit, kontrollin dhe mirembajtjen në përputhje me kushtet teknike dhe legjislacionin në fuqi.

Kërkesa të veçanta

1. Brenda 10 ditëve nga lidhja e Minikontrates ne baze te Marreveshjes Kuader , Operatori Ekonomik fitues, në marreveshje me AK, duhet të realizojë furnizimin dhe montimin e tankerave pranë AK Pas instalimit të tankerit, OE fitues duhet të kryejë regjistrimin dhe certifikimin e tij pranë **Inspektoratit Shteteror Teknik dhe Industrial**.
2. Per periudhen e zgjatjes se punimeve, kontraktori duhet te marrë masat për të mos nderprerë furnizimin me oksigjen të shërbimeve spitalore, duke furnizuar më parë me oksigjen të gaztë me bombola 40 litershe me presion 125 bar, sipas nevojave te spitalit. Sasia e oksigjenit mjeksor të gaztë të konsumuar gjatë ditëve të instalimit të tankerave do të konvertohet në oksigjen të lëngët sipas normativave teknike.
3. Operatori ekonomik duhet të sigurojë, në rast avarie të tankerit të oksigjenit lëng, furnizimin me tanker rezervë ose me bombola oksigjeni mjeksor gaz, për të siguruar gadishmërinë e furnizimit me oksigjen të shërbimeve spitalore. Sasia e oksigjenit mjeksor të gaztë të konsumuar gjatë kesaj periudhe do të konvertohet në oksigjen të lëngët sipas normativave teknike.

Shënim: Oksigjeni i bombolave që do të përdoren sipas pikes 2 duhet të jetë i regjistruar në AKBPM për tregtim në Republikën e Shqipërisë.

Për arsye të krijimit të një sigurie në kryerjen e furnizimit pa krijuar vonesa dhe mbulimin ne kohe dhe pa probleme te nevojave per oksigjen nisur dhe nga pervojat e meparshme, Autoriteti Kontraktor do te lidhe me operatorin ekonomik fitues të dalë nga procedura e prokurimit, kontratë bazuar në nevojat e Autoritetit Kontraktor.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :

Data: 21/10/2024 Ora 10:00

NJESIA E PROKURIMIT