



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
QËNDRA SPITALORE RAJONALE E TIRANËS “SHEFQET NDROQI”
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.,

Tiranë më 11.03.2025.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

Drejtuar: “MONTAL” shpk

NIPT J62009007F

Adresa : Rruga “Dervish Hima” 3 Kullat, K3, ap9/2, Tirane

Operatorit Ekonomik (OE) X ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi Kufinj të Lartë Monetar - Mallra – Prokurim me mjete elektronike”-Marrëveshje kuadër me afat 24 muaj, me disa operatorë ekonomik (një OE të suksesshëm fitues për secilin lot), ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”.

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: **REF-35781-01-22-2025**

Loti :	Nr. Reference :
Loti 2	REF-35785-01-22-2025

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: *[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]:*” **“Blerje të materialeve të konsumit për përdorim mjekësor në shërbimin e hemodinamikës në QSRT “Shefqet Ndroqi”, e ndarë në 2(dy) lote, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për secilin lot) - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj” Loti 1 Materiale Hemodinamike për koronarografi , PCI dhe Pacing dhe Loti 2 Materiale Hemodinamike për lezione të kalcifikuara.**

Loti 2 Materiale Hemodinamike për lezione të kalcifikuara.

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Sterile set for active rotating atherectomy. Including rotating unit compatible with the guiding catheter and control mechanism for the positioning and advancement of the rotating unit. The set must include all the necessary connections to the atherectomy unit. Including safety mechanism for rotation interruption in case of failure. Included with the above set must be included also one compatible guide-wire suitable with active rotating atherectomy including the respective torque device. The supplier must guarantee the supply of a new active atherectomy equipment suitable for the use of the above described set for all the contract duration. The equipment will be used by the hospital till the end of the contract. Set steril me nje perdorim per atherektomi rrotulluese aktive. Perfshihet freze kompatibel me kateter drejtues dhe mekanizem kontrolli per pozicionimin dhe avancimin e frezes. Seti i atherektomise duhet te disponoje lidhjet e pershtatshme me njesine e kontrollit te atherektomise. Te jete e pajisur me mekanizem sigurie per c’aktivizimin e rrotullimit ne rast keqfunksionimi. Sebashku me setin e mesiperme duhet te perfshihet edhe nje gide e pershtatshme per sistemin e atherektomise aktive rrotulluese sebashku me torque perkates. Furnitori duhet te siguroje nje pajisje te re te atherektomise aktive te pershtatshme per perdorimin e seteve te mesiperme per gjithë kohezgjatjen e kontrates. Pajisja do te mbetet ne perdorim te spitalit deri ne perfundim te kontrates. Rotating head diameter 1.25mm. Kompatible with 6Fr guiding catheter. Minimal rotating speed $\geq 150,000$ rpm. Including the atherectomy guide-wire Floppy/Extra Support. Diametri i Frezes 1.25mm. Kompatible me kateter drejtues 6Fr. Shpejtesia minimale e rrotullimit $\geq 150,000$ rpm. Perfshihet gida e atherektomise Floppy/Extra Support.	15	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

2*	Sterile set for active rotating atherectomy. Including rotating unit compatible with the guiding catheter and control mechanism for the positioning and advancement of the rotating unit. The set must include all the necessary connections to the atherectomy unit. Including safety mechanism for rotation interruption in case of failure. Included with the above set must be included also one compatible guide-wire suitable with active rotating atherectomy including the respective torque device. The supplier must guarantee the supply of a new active atherectomy equipment suitable for the use of the above described set for all the contract duration. The equipment will be used by the hospital till the end of the contract. Set steril me nje perdorim per atherektomi rrotulluese aktive. Perfshihet freze kompatibel me kateter drejtues dhe mekanizem kontrolli per pozicionimin dhe avancimin e frezes. Seti i atherektomise duhet te disponoje lidhjet e pershtatshme me njesine e kontrollit te atherektomise. Te jete e pajisur me mekanizem sigurie per c'aktivizimin e rrotullimit ne rast keqfunksionimi. Sebashku me setin e mesiperme duhet te perfshihet edhe nje gide e pershtatshme per sistemin e atherektomise aktive rrotulluese sebashku me torque perkates. Furnitori duhet te siguroje nje pajisje te re te atherektomise aktive te pershtatshme per perdorimin e seteve te mesiperme per gjithë kohezgjatjen e kontrates. Pajisja do te mbetet ne perdorim te spitalit deri ne perfundim te kontrates. Rotating head diameter 1.50mm. Compatible with 6Fr guiding catheter. Minimal rotating speed $\geq 150,000$ rpm. Including the atherectomy guide-wire Floppy/Extra Support. Diametri i Frezes 1.50mm. Kompatible me kateter drejtues 6Fr. Shpejtesia minimale e rrotullimit $\geq 150,000$ rpm. Perfshihet gida e atherektomise Floppy/Extra Support.	15	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
----	---	----	---	--

3	Sterile set for active rotating atherectomy. Including rotating unit compatible with the guiding catheter and control mechanism for the positioning and advancement of the rotating unit. The set must include all the necessary connections to the atherectomy unit. Including safety mechanism for rotation interruption in case of failure. Included with the above set must be included also one compatible guide-wire suitable with active rotating atherectomy including the respective torque device. The supplier must guarantee the supply of a new active atherectomy equipment suitable for the use of the above described set for all the contract duration. The equipment will be used by the hospital till the end of the contract. Set steril me një përdorim për atherektomi rrotulluese aktive. Përfshihet freze kompatibel me kateter drejtues dhe mekanizëm kontrolli për pozicionimin dhe avancimin e frezes. Seti i atherektomise duhet të disponojë lidhjet e përshtatshme me njesinë e kontrollit të atherektomise. Të jetë e pajisur me mekanizëm sigurie për c'aktivizimin e rrotullimit në rast keqfunksionimi. Sepse me setin e mesipër duhet të përfshihet edhe një guide e përshtatshme për sistemin e atherektomise aktive rrotulluese sepse me torque perkates. Furnitori duhet të sigurojë një pajisje të re të atherektomise aktive të përshtatshme për përdorimin e seteve të mesipër për gjithë kohezgjatjen e kontratës. Pajisja do të mbetet në përdorim të spitalit deri në përfundim të kontratës. <i>Rotating head diameter 1.75mm. Compatible with 7Fr guiding catheter. Minimal rotating speed $\geq 150,000$ rpm. Including the atherectomy guide-wire Floppy/Extra Support.</i> <i>Diametri i Frezes 1.75mm. Kompatibel me kateter drejtues 7Fr. Shpejtësia minimale e rrotullimit $\geq 150,000$ rpm. Përfshihet gida e atherektomise Floppy/Extra Support.</i>	15	QSRT "Shefqet Ndroqi", Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes së MK
---	--	----	---	--

4*	Sterile set for active rotating atherectomy. Including rotating unit compatible with the guiding catheter and control mechanism for the positioning and advancement of the rotating unit. The set must include all the necessary connections to the atherectomy unit. Including safety mechanism for rotation interruption in case of failure. Included with the above set must be included also one compatible guide-wire suitable with active rotating atherectomy including the respective torque device. The supplier must guarantee the supply of a new active atherectomy equipment suitable for the use of the above described set for all the contract duration. The equipment will be used by the hospital till the end of the contract. Set steril me nje perdorim per atherektomi rrotulluese aktive. Perfshihet freze kompatibel me kateter drejtues dhe mekanizem kontrolli per pozicionimin dhe avancimin e frezes. Seti i atherektomise duhet te disponoje lidhjet e pershtatshme me njesine e kontrollit te atherektomise. Te jete e pajisur me mekanizem sigurie per c'aktivizimin e rrotullimit ne rast keqfunksionimi. Sebashku me setin e mesiperme duhet te perfshihet edhe nje guide e pershtatshme per sistemin e atherektomise aktive rrotulluese sebashku me torque perkates. Furnitori duhet te siguroje nje pajisje te re te atherektomise aktive te pershtatshme per perdorimin e seteve te mesiperme per gjithë kohezgjatjen e kontrates. Pajisja do te mbetet ne perdorim te spitalit deri ne perfundim te kontrates. <i>Rotating head diameter 2.00mm. Compatible with 8Fr guiding catheter. Minimal rotating speed $\geq 150,000$ rpm. Including the atherectomy guide-wire Floppy/Extra Support.</i> <i>Diametri i Frezes 2.00mm. Kompatible me kateter drejtues 8Fr. Shpejtesia minimale e rrotullimit $\geq 150,000$ rpm. Perfshihet guide e atherektomise Floppy/Extra Support.</i>	15	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
	Cutting balloon for hard lesions / Kateter me Balon prerës për lezime të forta		QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
5*	Low pressure balloon equipped with cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equipped with hydrophilic coating and two markers. Balon me presion të ulët i pajisur me pjesë prerëse për të mundësuar zgjerimin e lezioneve të forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofiliqe dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.00mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit prerës 6-7mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
6	Low pressure balloon equipped with cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equipped with hydrophilic coating and two markers. Balon me presion të ulët i pajisur me pjesë prerëse për të mundësuar zgjerimin e lezioneve të forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofiliqe dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.00mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit prerës 9-10mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

7	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.00mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 15-16mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
8*	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.25mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 6-7mm.</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
9	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.25mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 9-10mm.</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
10	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.25mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 15-16mm.</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
11*	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.50mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 6-7mm.</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
12	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.50mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 9-10mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

13	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.50mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 15-16mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
14	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.75mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 6-7mm.</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
15*	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.75mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 9-10mm.</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
16	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 2.75mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 15-16mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
17	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 3.00mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 6-7mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
18*	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 3.00mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit preres 9-10mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

19	Loë pressure balloon equipped ëith cutting units in order to expand the hard lesions. Catheter length 90-100cm. Equiped ëith hydrophilic coating and tëo markers. Balon me presion te ulet i pajisur me pjese prerëse per te mundesuar zgjerimin e lezioneve te forta. Gjatesia e kateterit 90-100cm. Pajisur me veshje hidrofilike dhe me dy markues. <i>Balloon Diameter / Diametri i balonit: 3.00mm. Cutting unit length / Gjatesia e segmentit prerës 15-16mm.</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
	Microcatheter / Mikrokater		QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
20*	Entry profile: 1.4-1.5 Fr. Crossing profile: 2.0-2.1 Fr. Radiopaque distal marker. Hidrophilic coating. Catheter length 135-150cm. Guideëire compatibility: 0.014 inch. Profili i Hyrjes: 1.4-1.5 Fr. Profili i kalimit: 2.0-2.1 Fr. Marker Distal radio-opak. Veshje hidrofilike. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Perpuethshmeria e gides0.014 inch. <i>Microcatheter for tortuous lesions / Mikrokater per lezione te perdredhura</i>	10	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
21	Entry profile: 1.4-1.5 Fr. Crossing profile: 2.0-2.1 Fr. Radiopaque distal marker. Hidrophilic coating. Catheter length 135-150cm. Guideëire compatibility: 0.014 inch. Profili i Hyrjes: 1.4-1.5 Fr. Profili i kalimit: 2.0-2.1 Fr. Marker Distal radio-opak. Veshje hidrofilike. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Perpuethshmeria e gides0.014 inch. <i>Microcatheter for support / Mikrokater per mbështetje</i>	10	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
22*	Entry profile: 1.4-1.5 Fr. Crossing profile: 2.0-2.1 Fr. Radiopaque distal marker. Hidrophilic coating. Catheter length 135-150cm. Guideëire compatibility: 0.014 inch. Profili i Hyrjes: 1.4-1.5 Fr. Profili i kalimit: 2.0-2.1 Fr. Marker Distal radio-opak. Veshje hidrofilike. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Perpuethshmeria e gides0.014 inch. <i>Microcatheter for retrograde application / Mikrokater per aplikim retrograde</i>	10	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
	Over the Ëire Balloon catheter / Kateter me Balon OTË		QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
23	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.20 mm. Length/Gjatesia 6-8mm</i>	5	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

24	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.20 mm. Length/Gjatesia 10-12mm</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
25	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.20 mm. Length/Gjatesia 15-16mm</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
26	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.20 mm. Length/Gjatesia 18-20mm</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
27	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.50 mm. Length/Gjatesia 6-8mm</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
28	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.50 mm. Length/Gjatesia 10-12mm</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
29*	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.50 mm. Length/Gjatesia 15-16mm</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
30	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 1.50 mm. Length/Gjatesia 18-20mm</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

31	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 2.00 mm. Length/Gjatesia 6-8mm</i>	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
32*	Over-the-ëire balloon catheter. Equiped ëith marker bands. Catheter length 135-150cm. Pressure 18-20 ATM. Distal catheter diameter 2.3-2.5Fr. Balon dilatacioni PTCA Over-the-Ëire. Pajisur me shirita markues. Gjatesia e kateterit 135-150cm. Presioni 18-20 ATM. Diametri distal i kateterit 2.3-2.5 Fr. <i>Diameter 2.00 mm. Length/Gjatesia 10-12mm</i>	3	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK
33*	Normal sheath introducer ëith mini-guide ëire (Sheath me gjatesi normale dhe gide te vogel) 8 F	2	QSRT “Shefqet Ndroqi”, Tiranë.	24 muaj nga data e lidhjes se MK

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit **Nuk ka njoftim fituesi paraprak ne zbatim të ligji nr 162/2020 i ndryshuar neni 96 pika 2 nenpika b ...**”ne rastin e procedurave me një ofertues të vetëm,i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues.”.

¹Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, **Nuk ka njoftim fituesi paraprak ne zbatim të ligji nr 162/2020 i ndryshuar neni 96 pika 2 nenpika b ...**”ne rastin e procedurave me një ofertues të vetëm,i cili është kualifikuar dhe shpallur fitues.”.

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. “MONTAL ” shpk

NIPT J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **28,995,900 (njetzet e tete milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e nenteqind)Lekë pa TVSH**

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

¹ Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka OE te skualifikuar për këtë procedurë .

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. “MONTAL ” shpk

NIPT J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **28,995,900 (njetzet e tete milion e nenteqind e nentdhjete e pese mije e nenteqind)Lekë pa TVSH**

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra _____

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek Q.S.R.T “Shefqet ndroqi”, me adresë Rruga “Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tirane, brenda 5(pesë) ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO X

Nëse Po (Nr. __ Datë __ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Prof. Dr. Silvana BALA