

Datë 14.04.2025

## PROCESVERBAL – Lloji i kontratës – Mallra

### PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE TË KUALIFIKIMIT

**OBJEKTI I PROCEDURËS:** Blerje materiale mjeksore specifike per QSUNT per 24 muaj..

#### **KODI SIPAS FJALORIT TË PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

Materiale mjekësore të konsumueshme, 33140000-3

Materiale mjekësore të konsumueshme jo-kimike dhe hematologjike, 33141000-0

**VLERA E FONDIT LIMIT: 175,907,873.33** (njqind e shtatedhjetë e pese milion e nenteqind e shtate mije e tetëqind e shtatëdhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) **lekë pa TVSH** dhe **209 831 648,00** (dyqind e nente milion e teteqind e tridhjetë e nje mije e gjashteqind e dyzete e tete) **Lekë me TVSH**, të konvertuara në euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të datës 14.04.2025: **1,767,740.66** (një milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzetë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) **Euro pa TVSH.**

**Çmimi total për njësi: 3,265,613** (tre milion e dyqind e gjashtedhjetë e pese mije e gjashteqind e trembedhjetë) **lekë pa TVSH**, e konvertuar në Euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të datës 14.04.2025: **32,816.93** (tridhjetë e dy mije e teteqind e gjashtembdhjetë mije pike nentedhjetë e tre) **Euro pa TVSH.**

Në mbështetje të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr. 162, datë 23 dhjetor 2020 "Për prokurimin publik", I ndryshuar; nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2 të VKM nr. 285, datë 19 maj 2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ndryshuar, autoriteti kontraktor Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë ka përgatitur procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve të kualifikimit për procedurën e sipërpërmendur, me përmbajtje si më poshtë:

## I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

### 1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos me mbështetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar; dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar; ne te cilen eshte e percaktuar se: "1. *Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta,*

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit

Data: \_\_.04.2025

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas **Shtojcës 4**;

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar; ne te cilen eshte e parashikuar se:

*Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.*

*Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:*

*a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlogaritur të kontratës;*

*b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”*

## **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

a) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi “*Sistemet e menaxhimit të cilësisë*”, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

b) Operatori ekonomik ekonomik ofertues duhet të paraqesë autodeklaratë për certifikimin **ISO 13485:2016** “Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore” ose ekuivalent, të prodhuesit, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

**Shënim:** OE, në rastin e renditjes i pari dhe përpara njoftimit të fituesit, duhet të paraqesë certifikatën përkatëse të prodhuesit sipav vetëdeklarimit të bërë. AK rezervon të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit në procesin e vlerësimit të dokumentacionit.

**Argumentimi:** Ky kriter eshte vendosur ne perputhje ne pikat 1/a dhe 2, të LPP, i ndryshuar; nenit 40, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar; si dhe nenit 1. *Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në:*

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit

Data: \_\_.04.2025

- a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale;
- b) gjendjen ekonomike dhe financiare;
- c) aftësinë teknike dhe profesionale.

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë tneni ë përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.

2. Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë.

Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t'u kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim.

si dhe ky kriter i percaktuar ne piken a) dhe b) është vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se: 1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise”.

Gjithashtu ky kriter u percaktua ne baze te Relacionit me nr.271/10 prot., date12.03.2025, per argumentimin e nevojave, fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike per proceduren me objekt: “Blerje materiale mjeksore specifike për QSUNT për 24 muaj”, i ngritur me urdherin nr.39, me nr.271/2 prot., datë 28.01.2025.

## 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate **3 (tre) viteve** te fundit (**2022, 2023, 2024**), ku vlera e xhiros **për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo me e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit\* të kontratës që prokurohet.**

*Shënim\**: Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit për të cilin ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10.

Nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

**Argumentim:** Ky kriter, është vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162, datë 23.12.2020, “Per Prokurimin Publik”, ne te cilin gjejmë te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, i n dryshuar, ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.*

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Legjislatori në ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku percaktohet; Pika2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Referuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure AK ka menduar se vendosja e nje vlere minimale te xhiros jo me e vogel se **40 % e vlerës së fondit limit\* për të cilat konkurron operatori, është një deshmi e mjaftueshme**

**per te krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operoret Ekonomike ofertues zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

**Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore** është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 'Mbi Rregullat e Prokurimit Publik' ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;* si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave;

### **2.3Kapaciteti teknik:**

a) Dëshmi nga operatori ekonomik per furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **jo më e vogël 20% e vlerës së fondit limit dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me nje ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një autoritet / ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës së bashku me kontratën e lidhur ose / dhe fatura tatimore të shitjes,** të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes,** të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, **ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.**

**Shënim\*:** Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10.**

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Per Prokurimin Publik", ne te cilin percaktohet se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të*

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

*shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: [...].4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:**

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më e vogël se **20 %** të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Autoriteti Kontraktor QSU “Nënë Tereza” Tiranë është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

**b) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga firma prodhuese / MAH / distributori i autorizuar, (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) per tregtimin e mallrave objekt prokurimi.** Autorizimi duhet të jetë origjinal dhe nëse nuk është në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehet në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohet.

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkreses per Argumentimin e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike nr.49/5 prot., date 28.02.2025 për “Blerje materiale mjekimi për

**Shërbimin e Okulistikës për 24 muaj**”, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesës “Për hapje procedure” nr. 49/6 prot, datë 06.03.2025, të Drejtorise se Sherbimit Farmaceutik. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: *5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues (*ref. Vendimit te KPP nr. 353/2014*). Si dhe gjithashtu ky kriter u vendos ne mbeshtetje te **Rekomandimit nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **”Rekomandim mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentet e tenderit te procedurave te prokurimit publik”**.

c) Kerkohet **Autodeklaratë** për materialet mjekesore nga ofertuesi (distributori / prodhuesi) per konformitetin me normat MDD 93/42/EEC (sipas aplikimit të vlefshmërisë), ose EU Regulation 2017/745 (me amendimet përkatëse) ose 98/79/EC (sipas aplikimit të vlefshmërisë) ose 98/34 EC (sipas aplikimit të vlefshmërisë), bashkelidhur me kopjet e çertifikatave përkatëse FDA ose CE/DC (Deklaratë Konformiteti) kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Bashkimit European, origjinale ose fotokopje dhe nëse nuk janë në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehen në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohen.

**Argumentim:** Ky kriter, i përcaktuar në pikën c), është vendosur në përputhje me **pikën 1 të nenit 79 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”**, ku parashikohet se: *“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Ky kriter mbështetet në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”* Gjithashtu, ky kriter mbështetet në: **Rekomandimin e APP-së nr. prot. 3341/1, datë 20.03.2018**, “Për hartimin e

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

kritereve të kualifikimit në dokumentet e tenderit të procedurave të prokurimit publik”; **Rekomandimin e përbashkët të APP-së dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit**, të administruar nga APP me nr. prot. 3330, datë 20.03.2018 dhe nga DPA me nr. prot. 145, datë 16.03.2018, me titull “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”. Ky kriter bazohet gjithashtu në **Relacionin nr. 271/10 prot., datë 12.03.2025**, “Argumentimi i nevojave, specifikimeve teknike dhe përlllogaritja e fondit limit për procedurën “Blerje materiale mjeksore specifike për QSUNT për 24 muaj”, hartuar nga Komisioni i Argumentimit, në kuadër të kërkesës për hapjen e procedurës nga **Drejtoria e Shërbimeve Farmaceutike**.

ç) Per artikujt objekt prokurimi të shenjuar me asterisk (\*), ofertuesi duhet të paraqesë mostra në ditën e hapjes/dorëzimit të ofertave, me date    .   .**2025** në orën **10:00**. Dorezimi i Kampioneve/mostrave, të behet pranë Drejtorisë Juridike/Sektori Prokurimeve, QSU ”Nene Tereza”, të mbyllura në një zarf /kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shenohet:

- “*Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit «Blerje materiale mjeksore specifike për QSUNT për 24 muaj. » dhe jo para datës    .   /2025, ora 10:00 (\*Data e hapjes/dorëzimit të Ofertave).*
- *Se bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.*
- *Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të çmimit.*
- *Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qarte origjina e mallit, e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.*

***Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.***

***Argumentim:*** Ky kriter është përcaktuar në mbështetje të **Relacionit me nr. prot.271/10 , datë 12.03.2025**. Ky kriter është vendosur duke marrë në konsideratë që ai mbështetet në **pikën 6 të nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”**, ku përcaktohet se: “6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar, si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data:    .04.2025



vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.” Ky kriter gjen mbështetje gjithashtu në Udhëzimin nr. 3, datë 12.04.2022 të Agjencisë së Prokurimit Publik, me titull “Për procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë”. Paraqitja e mostrave për artikujt që janë objekt i prokurimit kërkohet për qëllime të verifikimit të përputhshmërisë në terren të materialeve që ofertohej nga operatori ekonomik me specifikimet teknike të përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit (Shtojca 6). Duke qenë se artikujt kanë natyrë të veçantë, për të bërë të mundur vlerësimin e tyre teknik, **prezenca fizike e mostrave është e domosdoshme.**

**d)** Për të gjithë artikujt (materiale mjekësore, konsumablet etj.) e ofruar dhe që janë pjesë e tabelave të pasqyruara në këto Dokumente Tenderi (*Specifikimet teknike /specifikimi i materialeve*), **duhet të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull** (pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohej) nëse katalogjet e paraqitura nuk janë në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehen në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohen. Operatori ekonomik **duhet të markojë në katalogun perkates produktet për të cilat oferton**, sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nepermjet sistemit elektronik të prokurimit

*Argumentim:* Ky kriter është përcaktuar në mbështetje të **Relacionit me nr. prot.271/10 , datë 12.03.2025, dhe është në përputhje me nenet 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe pikën 6/b të nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se**“6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar, si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”

Paraqitja e katalogëve për të gjithë artikujt që janë objekt i prokurimit kërkohet me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së pajisjeve mjekësore të ofruara nga operatori ekonomik me specifikimet teknike të përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit, Shtojca 6

**dh) Operatori ekonomik** duhet të paraqesë **oferten teknike** për artikujt e kërkuar, në formë tabelle, ku të plotësohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanisë prodhuese, Origjina e mallit,

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

Skadenca e mallit, Emertimi i katalogut të artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe certifikimet perkatese për produktet.

**Argumentim:** Ky kriter është vendosur nga **anëtari i Njësisë së Prokurimit me specializimin përkatës në lidhje me kriteret teknike dhe është në përputhje me pikën 1 të nenit 36 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”,** ku përcaktohet se: “1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet. Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj. Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuar plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi”. Gjithashtu, ky kriter është në përputhje me **pikën 2 të nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,** ku përcaktohet se: “2.Për mallrat që do të prokurohen, autoritetet/entet kontraktore parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara”. Në këtë kontekst, kërkohet edhe **oferta teknike, e cila do të mundësojë verifikimin sa më të saktë të artikujve të ofruar, specifikimeve të tyre, origjinës, pajtueshmërisë, etj., me dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga ofertuesi.**

**\*Shënim:** KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

### Shënim për operatorët ekonomikë:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike<sup>1</sup>. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit përmbushës për këto pika do të jetë kusht skualifikimi.

---

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose t'i kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike.

### Shtojca 6.

#### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njësia
1	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope
2	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh
3*	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope
4*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh
5*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
6	Stepler rrethor me tre rrjeshta	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapesesh me lartesi 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
7*	Stepler rrethor me tre rrjeshta ekstra i trashë	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapesesh me lartesi 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
8	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anviit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope
9	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
10	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

11*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rreshta ne secilen ane	cope
12*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rreshta ne secilen ane	cope
13	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rreshta ne secilen ane	cope
14	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rreshta ne secilen ane	cope
15	Stepler prerës transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapese/staples/4 rreshta stepler I drejte,perrije transverse/lineare,gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkreptes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rreshta kapesesh dhe thika prerese.	cope
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerës 19-20mm Kartrixh me 24 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope
17	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerës 23-24mm, Kartrixh me 28 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope
18*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cm me artikulacion 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope
19	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
20*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
21	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me majte te harkuar 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
22*	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
23	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
24	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
25*	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope

Përpiluar nga: Njëësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

26*	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembëzuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe
27	Klip ligature ML	Titani me dhembë paralele dysh. Hapesire ndërmjet dhembëve për të kompresuar dhe grip për të shmangur spostimin aksial, ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe
28*	Klip ligature XL	Titani me dhembë paralele dysh. Hapesire ndërmjet dhembëve për të kompresuar dhe grip për të shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe
29	Fiksues meshe	Fiksues për meshe, me bosht me diametër 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksues spirale titani	cope
30*	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues për meshe, me bosht me diametër 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksues spirale PGLA të absorbueshme	cope
31	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashësi 0.9-1.1 mm	cope
32	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni të absorbueshem	cope
33*	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolageni	cope
34*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan një përdorimesh për aplikator pneumatik automatik, profili I brendshëm I klipit të këte sipërfaqe të dhembëzuar për kontakt optimal për enët e gjakut. Dhembët e klipit të evitohen rreshkitjen/spostimin. Medium-Large për aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit është me ngjyrë identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra
35	Stepler lekure kendor	Stepler lekure një përdorimesh për mbylljen e plagëve. Koke kendore me 35 kapese celiku, dimensionet e kapesës : gjerësi 6.9 mm x lartësi 4.2 mm	cope
36*	Komprese hemostatike hepatike	Sipërfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trily sine dhe PEG	cope
37	Komprese hemostatike hepatike	Sipërfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trily sine dhe PEG	cope
38	Ngjites n-bytul 2 - cyanoacrylate	Ngjites për varicet ezofageale dhe gastrike. Përberje n-bytul 2 - cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope
39	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diametër 4.8-5.2 mm, gjatësi 100-110 mm	cope
40*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diametër 12-13 mm, gjatësi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope
41	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diametër 15-16 mm, gjatësi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope
42*	Elektroda të integrueshme në klampin e meposhtëm, për mbylljen e enëve të gjakut deri në 7 mm.	Të këte thike të integruar të pavarur nga ngjitja, të këte buton për aktivizimin e energjisë kur mbyllet klampi.	cope

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

43	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektrodën e mesiperme shume perdorimesh	cope
44*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoskop	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope
45	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope
46*	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope
47	Elektrode me nano-veshje	Me nofulla jo ngjitese HMDSO 36mm, gjatesi boshti 18cm, me rrotullim 180grade, gjatesi prerje 34-35mm	cope
48*	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope
49*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope
50	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope
51*	Hemostatik I absorbueshem 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope
52	Hemostatik I absorbueshem 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope
53	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope
54*	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon/polyurethane, volumi 220-280 mm, 10 mm	cope
55*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoskop, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope
56	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gjatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope
57	Mbrojtjes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope
58	Pinceta	Per heqjen e klipëve te lekures	cope
59	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope
60	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope
61*	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope
62	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku.gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

63*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni,gjeresi 2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope
64	Sfungjer endoluminal	Per trajtim mini invaziv te rrjedhjes se anastomozes ne rektum.	Cope
65	Lak Endoskopik 2-0	Pajisje endoskopike me lak 2-0. Gjatesia e lakut 53-54cm, I absorbueshem, 2-0 , me sistem dergimi endoskopik.	Copë
66	Lak Endoskopik 0	Pajisje endoskopike me lak 0. Gjatesia e lakut 53-54cm, I absorbueshem, 0 , me sistem dergimi endoskopik.	Copë
67	Suture e absorbueshm 40-50dite, 6/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 11mm, USP 6-0, gjatesia 45 - 47 cm, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë
68	Suture e absorbueshm 40-50dite, 5/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 13mm, USP 5-0 , gjatesia 45 - 47 cm, pa ngjyre, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë
69	Suture e absorbueshm 40-50dite, 4/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 13mm, USP 4-0 , gjatesia 45 - 47 cm, pa ngjyre, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë
70	Suture e absorbueshm 40-50dite, 4/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 16mm, USP 4-0, gjatesia 75 - 90 cm, pa ngjyre, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë
71	Suture e absorbueshm 56-70dite, 7/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga kolipolimer glikolik / laktide , me age shpatull 140 grade, 3/8 rrethore 6.3 mm, USP 7-0, gjatesia 30-33 cm, e veshur me kopolimer kaprolakton/glikolid dhe stearoil laktilat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 56-70dite.	Copë
72	Suture e absorbueshm 56-70dite, 6/0	Fije e thurur, e absorbueshme, perbere nga kolipolimer glikolik / laktide, me dopje age shpatull 145 grade, 1/2 rrethore 7-7.4 mm, USP 6-0, gjatesia 42-45 cm, e veshur me kopolimer kaprolakton/glikolid dhe stearoil laktilat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 56-70dite	Copë
73	Suture e absorbueshm 56-58dite, 6/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 11 mm, USP 6-0, gjatesia 45 - 47cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë
74	Suture e absorbueshm 56-58dite, 5/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 11 mm, USP 5-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë
75	Suture e absorbueshm 56-58dite, 6/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 13 mm, USP 6-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë
76	Suture e absorbueshm 56-58dite, 5/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 13 mm, USP 5-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

77	Suture e absorbueshm 56-58dite, 4/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 13 mm, USP 4-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë
78	Suture e absorbueshm 90-110dite, 4/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid, diaksonone dhe karbonat trimetileni, me age prerese 1/2 rrethore 24 mm, USP 4-0, gjatesia 75-78 cm, absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë
79	Suture e absorbueshm 90-110dite, 3/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid, diaksonone dhe karbonat trimetileni, me age prerese 1/2 rrethore 24 mm, USP 3-0 , gjatesia 75-78cm absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë
80	Suture e absorbueshm 90-110dite, 3/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid, diaksonone dhe karbonat trimetileni, me age prerese 1/2 rrethore 24 mm, USP 3-0, gjatesia 5*45-47cm absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë
81	Suture e absorbueshm 90-110dite, 6/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 11 mm, USP 6-0, gjatesia 45-58 cm, absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë
82	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 4-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 16 mm, USP 4-0, gjatesia 30-35 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë
83	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 4-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 19 mm, USP 4-0, gjatesia 15-20 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë
84	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 4-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 19 mm, USP 4-0, gjatesia 30-35 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë
85	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 24 mm, USP 3-0, gjatesia 45-58 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025



86	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithë trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 15-23cm, age 1/2, 27-30mm, taper point	Copë
87	Trokar 3.5mm	Insertues 3.4-3.5mm, gjatesia 70-72mm, te valvol (seal) te integruar	Copë
88	Kanjule	Kanjule insertuesi 3.4-3.5mm, i riperdorshem	Copë
89	Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesi 60-62mm, i rikarikueshem me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm	Copë
90	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesia 60-62mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm, thike e integruar ne kasete	Copë
91	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesia 60-62mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 4mm/4.5mm/5.0mm, thike e integruar ne kasete	Copë
92	Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesia 80-82mm, i rikarikueshem me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm	Copë
93	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesi 80-82mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm, thike e integruar ne kasete	Copë
94	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesi 80-82mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 4mm/4.5mm/5.0mm, thike e integruar ne kasete	Copë
95	Kartrixh mbushes 29-30 mm	Gjatesia 29-30mm per pajisje anastomose gastrointestinale laparoskopike me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm	Copë
96	Hemostatik kolagjeni	Plotësisht natyror nga kolagjeni (art 2)	Copë
97	Lama Dermatomi Elektrike\	Nje perdorimeshme, kompatibel per aparatit Dermatome elektrike Acculan ose ekuivalent	Copë
98	Lama Dermatomi Manuale	Sterile, kompatibel per instrumentin dermatome manual	Copë
99	Mbartës për transplant lëkure	Mbartes për transplant lekure me permasa te ndryshme per mesherin Aesculap ose ekuivalent me 3.1,4.1,5.1	Copë

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

- **Afati i skadencës:** Data e skadencës në ditën e lëvrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës;
- Materialet Mjekësore duhet të jenë të markuara **CE**.

**Argumentim:** Specifikimet teknike janë miratuar nga anëtarët e Njesisë së Prokurimit me specializimin përkatës, në bazë **Relacionit me nr. prot.271/10**, datë **12.03.2025** me objekt: “Argumentimi i nevojave, specifikimeve teknike dhe përllogaritja e fondit limit për procedurën ‘Blerje materiale mjeksore specifike për QSUNT për 24 muaj’”. Ky argumentim është mbështetur në **nr.39**, **28.01.2025 (nr. 271/2 prot.)**, të bashkëlidhur me shkresën nga **Drejtoria e shërbimit farmaceutik me objekt: Kërkesës për ngritje grup pune me nr.3017/1 prot., date 24.12.2024**, dhe është miratuar nga **Titullari i Autoritetit Kontraktor, në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe me VKM nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.**

#### Shtojca 7.

### FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Nr.	Emertimi	Specifikime	Njësia	Sasia totale e parashikuar per 24 muaj
1	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope	70
2	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh	200
3*	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope	60
4*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh	130
5*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	210
6	Stepler rrethor me tre rrjeshta	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapeshesh me lartesi 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	50
7*	Stepler rrethor me tre rrjeshta ekstra i trashe	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapeshesh me lartesi 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	40

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

8	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anviit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope	2
9	Stepler preres linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	80
10	Kartrixh mbushes	Per stepler preres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	300
11*	Stepler preres linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	80
12*	Kartrixh mbushes	Per stepler preres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	300
13	Stepler preres linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	20
14	Kartrixh mbushes	Per stepler preres linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	40
15	Stepler preres transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapese/staples/4 rrjeshta stepler I drejte,perje transverse/lineare,gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkrepjes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.	cope	10
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 19-20mm Kartrixh me 24 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope	10
17	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 23-24mm, Kartrixh me 28 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope	10

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

18*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cm me artikulation 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope	24
19	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	66
20*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	126
21	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rrjeshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	8
22*	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	66
23	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	36
24	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	36
25*	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope	40
26*	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembezuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe	10500
27	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin aksial,ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe	1700
28*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe	98
29	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope	40
30*	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	cope	30
31	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope	4
32	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope	4

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

33*	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolagjeni	cope	20
34*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete siperfaqe te dhembzuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra	360
35	Stepler lekure kendor	Stepler lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapese celiku, dimensionet e kapeses : gjeresi 6.9 mm x lartesi 4.2 mm	cope	200
36*	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilyesine dhe PEG	cope	8
37	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trilyesine dhe PEG	cope	18
38	Ngjites n-bytul 2 - cyanoacrylate	Ngjites per varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 -cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope	4
39	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatesi 100-110 mm	cope	42
40*	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope	56
41	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope	26
42*	Elektroda te integrueshme ne klampin e meposhtem, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7 mm.	Te kete thike te integruar te pavarur nga ngjitja, te kete buton per aktivizimin e energjise kur mbyllet klampi.	cope	70
43	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektrodën e mesiperme shume perdorimesh	cope	3
44*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoskopi	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope	105
45	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te	cope	22

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

		kete thike te integruar me komandim te pavarur.		
46*	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope	105
47	Elektrode me nano-veshje	Me nofulla jo ngjitese HMDSO 36mm, gjatesi boshti 18cm, me rrotullim 180grade, gjatesi prerje 34-35mm	cope	20
48*	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope	1800
49*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope	80
50	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope	40
51*	Hemostatik I absorbueshem 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope	450
52	Hemostatik I absorbueshem 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope	250
53	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope	350
54*	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon/polyurethane, volumi 220-280 mm, 10 mm	cope	20
55*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoscopi, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope	12
56	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gjatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope	130
57	Mbrojtjes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope	20
58	Pinceta	Per heqjen e klipeve te lekures	cope	100
59	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope	180
60	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope	360
61*	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope	216
62	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku, gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope	550
63*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikon, gjeresi 2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope	550
64	Sfungjer endoluminal	Per trajtim mini invaziv te rrjedhjes se anastomozes ne rektum.	Cope	10

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

65	Lak Endoskopik 2-0	Pajisje endoskopike me lak 2-0. Gjatesia e lakut 53-54cm, I absorbueshem, 2-0 , me sistem dergimi endoskopik.	Copë	20
66	Lak Endoskopik 0	Pajisje endoskopike me lak 0. Gjatesia e lakut 53-54cm, I absorbueshem, 0 , me sistem dergimi endoskopik.	Copë	20
67	Suture e absorbueshm 40-50dite, 6/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 11mm, USP 6-0, gjatesia 45 - 47 cm, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë	600
68	Suture e absorbueshm 40-50dite, 5/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 13mm, USP 5-0 , gjatesia 45 - 47 cm, pa ngjyre, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë	200
69	Suture e absorbueshm 40-50dite, 4/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 13mm, USP 4-0 , gjatesia 45 - 47 cm, pa ngjyre, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë	400
70	Suture e absorbueshm 40-50dite, 4/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga glikolide dhe laktide, me age prerese 3/8 rrethore 16mm, USP 4-0, gjatesia 75 - 90 cm, pa ngjyre, veshja e sutures te kete ne permbajtje stearat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 40-50dite	Copë	400
71	Suture e absorbueshm 56-70dite, 7/0	Fije e thurur, e absorbueshme, e perbere nga kolipolimer glikolik / laktide , me age shpatull 140 grade, 3/8 rrethore 6.3 mm, USP 7-0, gjatesia 30-33 cm, e veshur me kopolimer kaprolakton/glikolid dhe stearoil laktilat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 56-70dite.	Copë	48
72	Suture e absorbueshm 56-70dite, 6/0	Fije e thurur, e absorbueshme, perbere nga kolipolimer glikolik / laktide, me dopje age shpatull 145 grade, 1/2 rrethore 7-7.4 mm, USP 6-0, gjatesia 42-45 cm, e veshur me kopolimer kaprolakton/glikolid dhe stearoil laktilat kalciumi, absorbim i plote te kryhet ne 56-70dite	Copë	24
73	Suture e absorbueshm 56-58dite, 6/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 11 mm, USP 6-0, gjatesia 45 - 47cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë	400
74	Suture e absorbueshm 56-58dite, 5/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 11 mm, USP 5-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë	200

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

75	Suture e absorbueshm 56-58dite, 6/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 13 mm, USP 6-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë	400
76	Suture e absorbueshm 56-58dite, 5/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 13 mm, USP 5-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë	200
77	Suture e absorbueshm 56-58dite, 4/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolide, kaprolakton, laktide dhe trimetilen karboni, me age prerese 3/8 rrethore 13 mm, USP 4-0, gjatesia 45 - 47 cm, absorbim i plote ne 56-58 dite	Copë	400
78	Suture e absorbueshm 90-110dite, 4/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid, diaksonone dhe karbonat trimetileni, me age prerese 1/2 rrethore 24 mm, USP 4-0, gjatesia 75-78 cm, absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë	200
79	Suture e absorbueshm 90-110dite, 3/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid, diaksonone dhe karbonat trimetileni, me age prerese 1/2 rrethore 24 mm, USP 3-0 , gjatesia 75-78cm absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë	200
80	Suture e absorbueshm 90-110dite, 3/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid, diaksonone dhe karbonat trimetileni, me age prerese 1/2 rrethore 24 mm, USP 3-0, gjatesia 5*45-47cm absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë	200
81	Suture e absorbueshm 90-110dite, 6/0	Fije monofilament e absorbueshme, te kete ne perberje glikolid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 11 mm, USP 6-0, gjatesia 45-58 cm, absorbim i plote ne 90-110 dite	Copë	200
82	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 4-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 16 mm, USP 4-0, gjatesia 30-35 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë	12
83	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 4-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 19 mm, USP 4-0, gjatesia 15-20 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë	12
84	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 4-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 19 mm, USP 4-0, gjatesia 30-35 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë	12

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025



85	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Fije qepje me luspa ne nje drejtim dhe lak ne njerin skaj, te kete ne perberje kopolimer te glikolid acid dhe karbonat trimetileni, me age prerese premium 3/8 rrethore 24 mm, USP 3-0, gjatesia 45-58 cm absorbim i plote ne 180-190dite	Copë	12
86	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithë trupit te fijos dhe me lak ne fund, gjatesi 15-23cm, age 1/2, 27-30mm, taper point	Copë	12
87	Trokar 3.5mm	Insertues 3.4-3.5mm, gjatesia 70-72mm, te valvol (seal) te integruar	Copë	12
88	Kanjule	Kanjule insertuesi 3.4-3.5mm, i riperdorshem	Copë	2
89	Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesi 60-62mm, i rikarikueshem me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm	Copë	20
90	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesia 60-62mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm, thike e integruar ne kasete	Copë	60
91	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesia 60-62mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 4mm/4.5mm/5.0mm, thike e integruar ne kasete	Copë	60
92	Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesia 80-82mm, i rikarikueshem me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm	Copë	20
93	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesi 80-82mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm, thike e integruar ne kasete	Copë	60
94	Kartrixh per Stapler Preres me 3 rrjeshta	Gjatesi 80-82mm, me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 4mm/4.5mm/5.0mm, thike e integruar ne kasete	Copë	20
95	Kartrixh mbushes 29-30 mm	Gjatesia 29-30mm per pajisje anastomose gastrointestinale laparoskopike me tre rrjeshta kapesesh ne te dy anet me lartesi te ndryshme 3mm/3.5mm/ 4mm	Copë	6
96	Hemostatik kolagjeni	Plotësisht natyror nga kolagjeni (art 2)	Copë	40
97	Lama Dermatomi Elektrike\	Nje perdorimeshme, kompatibel per aparatin Dermatome elektrike Acculan ose ekuivalent	Copë	200

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025

98	Lama Dermatomi Manuale	Sterile, kompatibel per instrumentin dermatome manual	Copë	200
99	Mbartës për transplant lëkure	Mbartës për transplant lëkure me permasa të ndryshme për mesherin Aesculap ose ekuivalent me 3.1,4.1,5.1	Copë	80

- **Afati: 24 muaj nga lidhja e marrëveshjes kuadër.**

**Afatet e lëvrimit të minikontratave: AK do të lidhë kontratë sipas nevojave. Për çdo kontratë të lidhur brenda marrëveshjes kuadër, afati i lëvrimit do të jetë:**

- 15% e sasisë totale do të lëvrohet brenda 30 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Përbërësit, AK përcakton artikujt, sasia e të cilëve do të lëvrohet e plotë brenda afatit prej 30 ditësh.
- pjesa e sasisë së mbetur duhet të lëvrohet deri në përfundim të kontratës dhe sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

*Argumentim: Specifikimet teknike janë miratuar nga anëtarët e Njësisë së Prokurimit me specializimin përkatës, në Relacionit me nr. prot.271/10 , datë 12.03.2025 me objekt: “Argumentimi i nevojave, specifikimeve teknike dhe përllogaritja e fondit limit për procedurën ‘Blerje materiale mjeksore specifike për QSUNT për 24 muaj’”. Ky argumentim është mbështetur në nr.39 , 28.01.2025 (nr. 271/2 prot.), të bashkëlidhur me shkresën nga Drejtoria e shërbimit farmaceutik me objekt: Kërkesës për ngritje grup pune me nr.3017/1 prot., date 24.12.2024, dhe është miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor, në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, si dhe me VKM nr. 285/2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.*

*Ky përcaktim është bërë gjithashtu në përputhje me nenin 4, pika 38/b të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 2, dhe pikën 1 të nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.*

**Kriteri i vlerësimit: Çmimi më i ulët.**

**NJËSIA E PROKURIMIT:**

Përpiluar nga: Njësia e Prokurimit  
Data: \_\_.04.2025