



**MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR POGRADEC
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ Prot.

Pogradec , më 29 / 04 /2025

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës – Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE, TERMAT E
REFERENCES DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: Evadim, trajtim dhe asgjësim i mbetjeve të rrezikshme spitalore për nevojat e Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec” _Marreveshje kuader me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 24 muaj.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):90524400-0

VLERA E FONDIT LIMIT: Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave: 8,935,200 leke (tetë milion e tetëqind e dhjetë pesë mijë e dyqind) pa tvsh.

Fondi limit është përllëguar bazuar në pikën 1, të nenit 76, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar në të cilin përcaktohet: *Në përllëguarjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë alternativave të renditura, si më poshtë vijon: germa b) studimi i tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim.* Përllëguarja e fondit limit është dokumentuar në relacionin mbi argumentimin e përllëguarjes së fondit limit, miratimin e specifikimeve teknike, termave të referencës dhe kriterëve për kualifikim nga njësi e prokurimit në datën 25 Mars 2025.

Burimi i Financimit : Me të ardhurat e Buxhetit të Shtetit.

Forma juridike e finalizimit të procesit të prokurimit do të jetë; **Marrëveshje Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara.** Duke qënë se objekti i prokurimit është një shërbim që përdoret në mënyrë të përsëritur, i rëndësishëm, i cili do të zgjasë për një kohë të gjatë, dhe ka ndikim direkt në mbarëvajtjen e punës së AK., të gjitha kushtet e kontratës do të jenë të përcaktuara ashtu si dhe çmimet e ofertës fituese dhe shërbimi do të kryhet bazuar në këto kushte e çmime. Sasitë do të jenë variabël nga kërkesat e AK së, duke mos tejkaluar vlerën dhe afatin e marrëveshjes kuadër.

Në bazë të nenit 21, pika 2, dhe nenit 52 “Marrëveshja Kuadër” të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Bazuar në nenin 39 të LPP-së i ndryshuar dhe në nenin 42 të V.K.M. nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Autoriteti Kontraktor vendos të mos e ndajë procedurën e prokurimit në lote për arsye sepse kjo garanton dhe siguron efektivitetin në lidhje me shpejtësinë e kryerjes së shërbimeve. Mos-ndarja në lote garanton sigurinë e shërbimeve të kërkuara sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK. Gjithashtu procedura jo e ndare në lote krijon lehtësi dhe efektivitet të kryerjes së shërbimit pasi rrymat e mbetjeve objekt prokurimi terhiqen në të njëjtën kohë dhe nuk krijon konfuzion si tek OE ashtu dhe tek AK nisur kjo dhe nga eksperiencat e mëparshme të vetë AK

Në bazë të nenit 21, pika 2, dhe nenit 52 “Marrëveshja Kuader” të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe në përputhje me legjislacionin e posaçëm për objektin e prokurimit, si më poshtë:

- Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar;
- Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar,
- Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar;
- VKM nr. 178, datë 6.3.2012, “Për incinerimin e mbetjeve”;
- VKM nr. 452, datë 11.7.2012, “Për lëndfillet e mbetjeve”, i ndryshuar;
- VKM nr. 798, datë 29.09.2010, “Për miratimin e rregullores, ‘Për administrimin e mbetjeve spitalore’”;
- Udhëzuesin Kombëtar për Administrimin e Sigurt të Mbetjeve Spitalore;
- VKM nr. 229, datë 23.04.2014, “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit”;
- VKM nr. 371, datë 11.06.2014, “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”;
- VKM nr. 418, datë 25.06.2014, “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”;
- VKM Nr. 418, datë 27.05.2020 “Për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të Planit kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve 2020–2035”;
- VKM Nr. 402, datë 30.06.2021, “Për miratimin e katalogut të mbetjeve”;

Njesia e prokurimit pranë Autoriteti/enti Kontraktor-**Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec** ka hartuar relacionin mbi argumentimin e përlogaritjes së fondit limit, miratimin e specifikimeve teknike, termave të referencës dhe kriterëve për kualifikim në datën 25 Mars 2025.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.*

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76, 82, të Ligjit nr. 162 dt.23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26, të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: *“1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 83, të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën është e përcaktuar se:

1. Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, ndërkohë që mund të kërkojë paraqitjen e këtij sigurimi edhe në procedurat nën kufirin e lartë monetar, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

2. Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës.

2. Kandiarti/Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

a) Operatori duhet të ketë certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Certifikata kërkohej të jetë origjinale ose e perkthyer në gjuhën shqipe dhe e noterizuar.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të disponojë certifikatat sipas zerave të punimeve/sherbimeve/mallit që do të marre persiper të realizojë sipas aktmarrveshjes së lidhur.

b) Operatori, duhet të ketë certifikatën ISO45001:2018 mbi “Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë” ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Certifikata kërkohej të jetë origjinale ose e perkthyer në gjuhën shqipe dhe e noterizuar.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të disponojë certifikatat sipas zerave të punimeve/sherbimeve/mallit që do të marre persiper të realizojë sipas aktmarrveshjes së lidhur.

c) Operatori, duhet të ketë certifikatën ISO14001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të mjedisit” ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vleresimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Certifikata kërkohej të jetë origjinale ose e perkthyer në gjuhën shqipe dhe e noterizuar.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të disponojë certifikatat sipas zerave të punimeve/sherbimeve/mallit që do të marre persiper të realizojë sipas aktmarrveshjes së lidhur.

Argumentimi: Kriteret **a, b dhe c** janë vendosur në përputhje me pikën 1/a, dhe 2 të nenit 77, dhe nenin 79 pika 1, dhe 2, të Ligjit nr. 162 datë 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe nenit 44, pika 1, të VKM nr. 285 dt.19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, datë 20.03.2018 ‘Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik’, rekomandimin e APP dhe Drejtorisë së Pergjithshme të Akreditimit nr.3330 prot, datë 20.03.2018 dhe nr.145 prot, datë 16.03.2018 ‘Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë’ dhe mbështetur në relacionin e njesisë së prokurimit datë 25 mars 2025” Argumentimi i fondit limit, specifikimeve teknike, termave të referencës dhe kriterëve për kualifikim “për procedurën e prokurimit me objekt: : **Evadim, trajtim dhe asgjësim i mbetjeve të rrezikshme spitalore për nevojat e Drejtorisë së**

Sherbimit Spitalor Pogradec”_Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 24 muaj.

- ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime me të ulta. ISO 9001:2015 përfaqeson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti qe i perket kerkesave per nje sistem manaxhimi te cilesise. Ky standart aplikohet per cdo shoqeri pavaresisht madhesise ose fushes se aktivitetit.
- ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i shërbimit objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjes me sukses të kontratës së shërbimit objekt prokurimi.
- ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i shërbimit objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit. AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e shërbimeve duke patur parasysh se shërbimi i kërkuar është një shërbim tepër sensitiv dhe ka impakt në mjedis. Gjithashtu të gjitha certifikatat ISO të sipercituara janë vendosur konform pikes 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nën titullin “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” ku percaktohet se “1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

d)Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve me kodin 18.01.01,18.01.02 dhe 18 01 03 duhet të realizohet nga impiante të miratuara nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit (ish Ministria e Mjedisit) për kryerjen e këtij shërbimi.

e) Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve me kodin 18.01.01,18.01.02 dhe 18 01 03 duhet të realizohet me një prej metodave për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të percaktuara në VKM-ne nr. 798 datë 29.09.2010 Për miratimin e rregullores " Për administrimin e mbetjeve spitalore", konkretisht si me poshte vijon:

- **18 01 01 “Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 03)” do të asgjësohen me sterilizim.**

- **18 01 02**"Pjesë të trupit e organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03) do të asgjësohen me incinerim
- **18 01 03** "Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave u nënshtrohen kërkesave të veçanta për të parandaluar infeksionet" do të asgjësohen me sterilizim ose incinerim.

Argumentimi: Kriteret e mëposhtme **d)** dhe **e)** janë miratuar dhe vendosur nga Njësia e Prokurimit në zbatim të nenit 77 pika pika 1/a dhe 2 të LPP, dhe nenit 41, pika 4/a dhe 5/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar, si dhe në mbështetje të ligjit Nr. 10431 datë 09.06.2011, "Për mbrojtjen e mjedisit", ligjit Nr.9537, datë 18.5.2006 "Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme, ligjit Nr. 10448, datë 14.07.2011, "Për lejet e mjedisit" i ndryshuar, ligjit nr.9010, datë 13.2.2003 "Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta", ligjit nr.10081, datë 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011, "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" të ndryshuar, VKM-ne nr.798, datë 29.9.2010 "Për Miratimin e Rregullores "Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore", VKM Nr. 402, datë 30.06.2021, "Për miratimin e katalogut të mbetjeve VKM Nr. 99, dt.18 shkurt 2005 "Për miratimin e katalogut shqiptar të mbetjeve"; VKM-ne Nr. 538, date 26.05.2009, "Për licencat dhe lejet, që trajtohen nga/apo nëpërmjet QKB dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta" e ndryshuar, Udhëzimin Kombëtar "Për Menaxhimin e Mbetjeve të Rrezikshme Spitalore" dhe sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzuesin Kombëtar "Administrimi i sigurt i Mbetjeve Spitalore", dhe mbështetur në relacionin e njesise se prokurimit date 25 mars 2025" Argumentimi i fondit limit, specifikimeve teknike, termave të references dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e prokurimit me objekt "Evadim-trajtim dhe asgjësim i mbetjeve të rrezikshme spitalore për 24 muaj (kodet 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03)

f) Operatori Ekonomik duhet të disponojë **Leje Mjedisore e tipit A** (me kod III.1.C) **te shoqerura me akt miratimin perkates dhe Leje Mjedisore e tipit B** (me kod III.1.B) **te shoqerura me akt miratimin perkates**, lëshuar nga Ministria e Mjedisit, ku të përfshihen kodet e mbetjeve si më poshtë:

- **18 01 01** "Bisturitë, shiringa, instrumente të mpërhta (përveç 18 01 03)"
- **18 01 02**"Pjesë të trupit e organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03)
- **18 01 03** "Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave u nënshtrohen kërkesave të veçanta për të parandaluar infeksionet"

si dhe licensën me Kod **III.2.B** (Për grumbullim, transportim, ruajtje, perpunim dhe asgjësim i mbetjeve të rrezikshme spitalore).

Argumentimi:Kriteri **f)** u vendos në mbështetje të Nenit 41, pika 4/a dhe 5/c e VKM-se nr. 285 dt.19.05.2021, Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, si dhe nenit 77 pika 1) germa a) dhe c) dhe pika 2 e nenit 77, e ligjit nr. 162 datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe në ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 "Për Lejet e Mjedisit" të ndryshuar.

Referuar Katalogut Shqiptar të Mbetjeve, të miratuar me VKM Nr. 402, datë 30.06.2021, "Për miratimin e katalogut të mbetjeve, këto mbetje janë konsideruar si Kod 18.01.01 dhe 18.01.02, dhe 18.01.03 metoda më e mirë dhe më efikase për të pasur një mbrojtje maksimale dhe për të shmangur pasojat qoftë mjedisore qoftë në popullatë, është metoda me sterilizimi (hidroklavim/autoklavim) dhe incinerim. Nisur dhe nga vetë titulli i procedurës që është: **Trajtim dhe Asgjësim...**referuar VKM Nr. 452, datë 11.7.2012 "Për Lendfillet e Mbetjeve", Pika II/f) ku citohet që: f) "*Trajtim*" nënkupton proceset (fizike, termike, kimike ose biologjike, përfshirë edhe ndarjen) të cilat ndryshojnë karakteristikat e mbetjeve me qëllim që të pakësojnë vëllimin dhe natyrën e rrezikshme të tyre, të lehtësojnë trajtimin ose të rrisin rikuperimin e tyre., pra nevojitet trajtimi dhe më pas asgjësimi final i tyre, dhe mbështetur në relacionin e njesise se prokurimit date 25 mars 2025" Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim dhe termave të

references për procedurën e prokurimit me objekt “Evadim-trajtim dhe asgjësim i mbetjeve të rrezikshme spitalore për 24 muaj (kodet 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03)

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2022,2023,2024) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të perlllogaritur.

Nëse operatorët ekonomikë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi:Ky kriter, është vendosur në përputhje me pikën 3, të nenit 77 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, ”Për prokurimin publik”, i ndryshuar, [...]: Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën

Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Xhironja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës,.....,si dhe pika 1 ,2,3 dhe 5 e nenit 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatoriekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:**a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme. 3.Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.5. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.**

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43/1 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 ”Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ku përcaktohet se: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;** si dhe nenit 13 të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 ”Për Tatimin Mbi të Ardhurat” i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për deklaratat individuale vjetore të ardhurave.Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 13, të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për Tatimin Mbi të Ardhurat” i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore të ardhurave; si dhe në nenin 29, të Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 ”Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues për gatit deklaratën vjetore të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, vlerësojmë se vërtetimin për xhiron vjetore të certifikuar të vitit 2024,

operatorët ekonomikë mund ta disponojnë pas paraqitjes së deklaratës vjetore në organet tatimore, për të cilën kanë patur afat deri më 31.03.2025.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Në nenin 43 pika 2/c të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku përcaktohet: *2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posacme*

Në nenin 43 pika 3 ku përcaktohet:

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Në neni 43 pika 5 ku përcaktohet:

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Vendosja e ketyre kriterëve behet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nepermjet paraqitjes së kërkuara me lartë, se zoterojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit (2022,2023,2024) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më e vogël se 20 % e vlerës të fondit të limit të përlogaritur që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4, të nenit 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “*Per Prokurimin Publik*”, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.* Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 3, të nenit 41, të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: [...]3 Për të provuar përvojën e mëparshme,

autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme kërkohej për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK. duke shërbyer kështu si një garanci për AK-ne që ofertuesit zotërojnë kapacitete dhe eksperiencë për të zbatuar marrëveshjen kuadër, me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie dhe në përmbushje të specifikimeve teknike.

Autoriteti Kontraktor është institucion Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendorsja e këtij kriteri behet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.2 OE duhet të disponojë Akt-Miratim Higjeno-Sanitar të impiantit ky kryhet aktiviteti të lëshuar nga ISHSH, (Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor) detyrim që buron nga pika 10.3, kreu IV, VKM-ja nr..798, datë 29.9.2010 Për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve spitalore".

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me germen "c", të pikës 1, të nenit 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, në nenin 41, pika 4, germa a, dhe pika 5, germa c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, bazuar në nenin 12 të ligjit nr. 7643, datë 02.12.1992 "Për inspektimin sanitar", i ndryshuar, në pikën 10.3, kreu IV, të VKM-se Nr.798, datë 29.9.2010 "Për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve spitalore", si dhe rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, datë 20.03.2018 "Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik". Vendorsja e këtij kriteri behet me qëllim krijimin e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet dokumentacionit vërtetues, që tregon se kushtet janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.3 Operatori duhet të ketë në pronësi ose me qera/përdorim, apo nëpërmjet cdo mënyre posedimi të njohur nga ligji, impiant/makineri që të mbulojë trajtimin e mbetjeve objekt i ketyre DST-ve, sipas Ligjit Nr. 10463, datë 22.09.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve" i ndryshuar, si dhe të VKM-së nr.798 datë 29.09.2010 për miratimin e rregullores "Për administrimin e mbetjeve spitalore për menaxhimin e mbetjeve spitalore" si dhe makineri për larjen dhe dezinfektimin e kontenierëve të ripërdorshëm, si më poshtë:

- a. Impiant për trajtimin me sterilizim (teknologji autoklavim ose ekuivalent)
- b. Impiant për asgjësimin me incenerim si dhe ;
- c. Makineri për larjen e kontenierëve (në rastet kur përdoren kontenier të ripërdorshëm)

Per të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik duhet të disponojë dokumentat e mëposhtme provuese:

- a) Dokumentacionin për vërtetimin e pronësisë, huapërdorjes ose të marrjes me qera të pajisjes (ku afati i marrjes me qera/përdorimit të jetë minimalisht me afatin e ekzekutimit të këtij objekti prokurimi);
- b) Të jenë të pasqyruar në akt miratimet e lëshuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të paraqitura në përmbushje të kriterit në pikat **d,e,f**, më sipër;
- c) Katalog ose skedë teknike ose çdo dokument tjetër teknik i secilit impiant dhe makinerise;
- d) Deklaratë Konformiteti CE i secilit impiant dhe makinerisë.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e te dhenave per secilen pajisje nepermjet formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shenim:

*Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.***

Argumentimi: Kriteri 2.3.3. u vendos në përputhje me germen c, te pikes 1,dhe pikes 4, te nenit 77, te Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, ”Për prokurimin publik”, të ndryshuar, në nenin 41, pika 4, gërma **ç**) të VKM-se nr 285 date 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, si dhe rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Impjanti është një nga pajisjet baze për realizimin me sukses të këtij shërbimi bazuar në përshkrimin e rrymave që do të trajtohen dhe mënyrën e trajtimit për çdo rrymë .

Vendosja e këtyre kriterëve behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë se ka numrin e nevojshëm të punonjësve për realizimin dhe zbatimin e kontratës. Numri mesatar i punonjësve të siguruar për muajin e fundit nga data e zhvillimit të tenderit duhet të jetë jo më pak se 3(tre) punonjës. Në numrin e punonjësve duhet të përfshihet 1(një) Inxhinier Mjedisit ose 1 (Ekspert në fushën e Mjedisit).

- a) Për të 3(tre) punonjesit duhet të paraqese:

- Vertetim të lëshuar nga Dega e Tatim Taksave ose Dega e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetsores në të cilin të jetë i përcaktuar numri i punonjësve të siguruar për muajin e fundit nga data e zhvillimit të tenderit.
- Listë-pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohej nga legjislacioni në fuqi për muajin e fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

b) Për Inxhinierin e Mjedisit ose Ekspertin në fushën e Mjedisit duhet të paraqesë:

- Listë-pagesat e deklaruara në organet tatimore (formularët E-sig 025) në muajin e fundit nga data e zhvillimit të tenderit për inxhinierin bazuar në VKM nr 514 datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve”.
- Kontrate pune të vlefshme gjatë periudhës së ekzekutimit të kontratës të noterizuar.
- Diplomë për Inxhinier Mjedisit të Noterizuar.
- Çertifikatë (Eksperti Mjedisor) të noterizuar

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shenim:

*Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësura me origjinalin”.***

Argumentimi: Kriteri 2.3.5 është miratuar dhe vendosur nga anetaret e Njesisë së Prokurimit në lidhje me Kërkesat për kualifikim, në përputhje me Nenin 77 pika 4, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, ku është përcaktuar se “Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”. Ky kriter mbështetet edhe në Rekomandimin e APP Nr. 8197, datë 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit mallra, pune, shërbime”. Ky kriter gjen mbështetje në VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, pikën 4, ku përcaktohet se: Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: **b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose, c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Është vendosur minimalisht 3(tre) punonjës, duke parë parasysh që janë kërkuar 1 automjete, automjeti përgjithsisht kanë 2**

punonjës shofer+punëtor ngarkim shkarkimi, si dhe Eksperti mjedisor që është kriter ligjor për operatorët që merren me mbetjet spitalore.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Numri i punonjesve është vendosur duke marrë edhe në konsideratë natyrën e shërbimit dhe përlllogaritjen e burimeve njerëzore minimale të nevojshme për realizimin e elementeve të shërbimit si dhe fakti që punonjësit janë objekt i Kodit të Punes, pra duhet të punëtojnë 40 ore pune në javë si dhe gëzojnë të drejtën e pushimeve vjetore 22 ditë pune në vit. Në këtë kusht një OE në këtë lloj shërbimi me kapacitete optimale, që të ofrojë në mënyrë të qëndrueshme shërbimin e kërkuar duhet të ketë një punësim mesatar mujor prej minimalisht 3 (tre) persona.

2.3.5 Mbetjet do të merren nga sipërmarrësi pranë ambjentit të shërbimit që do të vendoset nga Autoriteti Kontraktor me automjet të posaçëm në pronësi/qira të Kontraktuesit, lehtësisht të identifikueshëm gjatë transportit të mbetjeve me shenjën dalluese ndërkombëtare të rrezikut të mbetjeve të rrezikshme spitalore në përputhje me pikat 8.8/c, dhe shtojcën nr.4, të VKM-së Nr.798 dt.29.09.2010 Për miratimin e rregullores, “Për administrimin e mbetjeve spitalore” dhe sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzuesin Kombëtar “Administrimi i sigurtë i Mbetjeve të Rrezikshme Spitalore”.

Operatori ekonomik duhet të ketë në pronësi, huapërdorje ose me qira, apo nëpërmjet cdo mënyre posedimi të njohur nga ligji, minimalisht 1(një) automjet të llojit furgon,

- Për automjete që shenohen në regjistra publike duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin (çertifikatën e pronësive, leje qarkullimi (lëshuar nga DPSHTRR), Çertifikatë e kontrollit teknik (i vlefshëm), Sigurim i përgjegjësisë ndaj palëve të treta (TPL), taksat vjetore (DPSHTRR), Leje Higjieno – Sanitare e Mjetit dhe Foto të Mjetit (brenda dhe jashtë) ku të duket qartësisht targa dhe sinjalistika e detyrueshme sipas kërkesave të VKM 798, datë 29.09.2010, Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”.
- Në rast eksporti të mbetjeve kërkohet edhe leja e qarkullimit ndërkombëtar dhe çertifikatë trajnimi profesional ADR për shoferin që do të drejtojë mjetin e kërkuar, për transport mallrash të rrezikshme, të vlefshëm, si dhe çertifikatën e pronësive së mjetit së bashku me kontratën e qirasë/huapërdorjes kur mjeti është i marrë me qira.

****Sqarim:*** Mjetet e kërkuara si më sipër, duhet të jenë sipas përshkrimit: “***plotësisht i mbyllur që ka një kabinë të ndarë, ose një automjet unitar në të cilën kabina e shoferit është e veçuar plotësisht nga ndarja ku vendosen mbetjet nga një paret i mbyllur i fiksuar***”, sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzuesin Kombëtar “Administrimi i Sigurtë i Mbetjeve Spitalore”, Seksioni: 9.3.3 ‘Automjetet/anijet e grumbullimit’;

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shenim:

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “***Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e***

tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Duke marrë në konsideratë faktin se shërbimi objekt i kësaj procedure prokurimi parashikon ndër elementet e tij edhe transportin nga AK në ambientet e trajtimit të operatorit ekonomik, si dhe te produktit final nga ambientet e operatorit drejt landfillit, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’u vihen në dispozicion mjeti i nevojshëm për të përmbushur kontratën me qëllim ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Nga sa me sipër nevojiten minimalisht 1(nje) automjet për të kryer shërbimin objekt të Marreveshjes Kuader. Gjithashtu është lene dhe opsioni i marrjes se mjeteve me qira ne menyre qe te mos penalizojte asnje operator ekonomik te interesuar.

2.3.6 Operatori ekonomik do të kryejë furnizimin me kontenier dhe qeset përkatëse të ambalazhimit sa herë që tërheq sasi të gjeneruara të mbetjeve dhe sa herë kërkohet nga Autoriteti Kontraktor. Materialet e furnizuara nga kontraktori duhet të jenë si më poshtë:

a. Kontenierët plastikë ose kuti kartoni me qese plastmase duhet të jenë sipas standarteve dhe kërkesave të VKM Nr.798 datë 29.09.2010 Për miratimin e rregullores, “Për administrimin e mbetjeve spitalore” “Pika 8/4 dhe 8/5 të Kreut III, Trajtimi i mbetjeve spitalore.

- Kutit plastikë njëpërdorimësh për të mprehtat (18 01 01), përmasa që fillon nga 3-12 litra, me ngjyrë të verdhë apo kombinim i të bardhës dhe të verdhës.
- Kutit plastike një ose shumëpërdorimësh me qese plastike njëpërdorimeshe me ngjyrë të verdhë, për mbetjet infektive 18 01 03, dhe për mbetjet anatomike me kod 18 01 02, me përmasa nga 40-60 L, të cilat për çdo përdorim duhet të nënshtrohen pastrimit dhe larjes në makinerinë e posaçme të operatorit.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shenim:

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe pikës 4/ç, nenit 41, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion mjetet dhe pajisjet për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Në bazë të Ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, Ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar, VKM nr. 798, datë 29.09.2010, Për miratimin e rregullores, “Për administrimin e mbetjeve spitalore”, VKM Nr. 402, datë

30.06.2021, “Për miratimin e katalogut të mbetjeve”, kontenitorët e mbetjeve spitalore janë elemente të domosdoshme në proceset e menaxhimit të evadimit të mbetjeve spitalore si për mbledhjen, izolimin, grumbullimin, dhe transportimin e tyre. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion mjetet dhe pajisjet për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.3.7 Autoriteti kontraktor do të verë në dispozicion të OE, një ambient të pershtatshëm brenda Drejtorisë së Sherbimit Spitalor Pogradec për të vendosur frigorifer ose çdo pajisje frigoriferike tjetër, të nevojshme, ashtu siç kërkon kuadri rregullator ligjor, për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore në RSH.

Frigoriferi ose pajisja frigoriferike të vendosur nga OE për ruajtjen e mbetjeve anatomike, duhet të ketë një kapacitet **jo më pak 150 kg**, në një temperaturë **jo më të lartë se 10° C** deri në momentin e marrjes në dorëzim nga kontraktori.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shënim:

*Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësura me origjinalin”***

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe pikës 4/ç nenit 41, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion mjetet dhe pajisjet për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit..

2.3.8 Operatori Ekonomik do të vejë në dispozicion 2(dy) peshore elektronike për çdo vend grumbullimi të perkoheshëm, me kapacitet jo më pak se 100kg, të cilat duhet të jenë të kalibruara (kolauduar) nga Drejtoria e Metrologjisë.

Shënim: për peshoret me kapacitet deri në 100 kg duhet të paraqitet dokumenti i kalibrimit (kolaudimit)

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shënim:

*Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit,***

autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”

Autoriteti kontraktor ka kërkuar 2(dy) peshore elektronike nisur nga fakti se AK-ja ka dy vendgrumbullimeve të mbetjeve spitalore.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe pikës 4/ç nenit 41, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion mjetet dhe pajisjet për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit..

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të disponojë kontratë të lidhur me një subjekt të lejuar nga AKM për depozitimin e produktit final që del nga asgjësimi/trajtimi, e cila duhet të jetë aktive dhe e vlefshme në momentin e dorëzimit të dokumentave të paraqitura si pjesë e ofertes në rrugë elektronike si dhe dokumentat mbështetëse në origjinal ose kopje të noterizuara për vetdeklarimet e dhëna. Subjekti në fjalë duhet të jetë i autorizuar në Lejen Mjedisore përkatëse për të pranuar produktin final që del nga procesi i trajtimit me teknologjinë pa djegie me kodin 19 03 dhe produktin final që del nga procesi i trajtimit me teknologji me djegie (incenerimit) me kodin 19 01. Për përmbushjen e këtij kriteri ofertuesit duhet të paraqesin:

- Kontratë me subjektin e licensuar për depozitimin e produktit final që del nga asgjësimi/trajtimi brenda afatit të vlefshmerisë së marrveshjes kuader.

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 10 të DST.**

Shenim:

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”**

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, në VKM Nr. 402, datë 30.06.2021, “Për miratimin e katalogut të mbetjeve”, si dhe duke qenë se në bazë të VKM nr. 798, datë 29.09.2010, “Për miratimin e rregullores, ‘Për administrimin e mbetjeve spitalore’”, strukturat spitalore si krijues të mbetjeve janë përgjegjës deri në hallkën e fundit të asgjësimit të mbetjeve spitalore që krijojnë, AK kërkon që operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë të lidhur me subjekt të autorizuar sipas ligjit për depozitimin e produktit final respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjësimit, e cila duhet të jetë aktive dhe e vlefshme në momentin e dorëzimit të dokumentave të paraqitura si pjesë e ofertes në rrugë elektronike si dhe dokumentat mbështetëse në origjinal ose kopje të noterizuara për vetdeklarimet e dhëna

Per kete arsye, duke qene se AK eshte prodhuesi i mbetjeve dhe ka pergjegjesi direkte per menaxhimin ne perputhje me ligjin nga operatorët private tek te cilet e kontraktën kete shërbim, ka edhe pergjegjesine te sigurohet qe cdo OE konkurues i ka te gjitha kapacitetet minimale per te operuar normalisht dhe ne perputhje me ligjet e aktet normative. Mospasja e nje marredhenie te tille vijuese e te qendrueshme me nje landfill te licencuar, eshte nje tregues se nje OE eshte sporadik ne aktivitetin e vet dhe nuk i jep asnje garanci AK qe kjo mund te realizohet pas lidhjes se kontrates, cka ne rastin me te mire mund te coje ne deshtim te kontrates nese OE e raporton pamundesine per te kontraktuar me nje landfill te licensuar, dhe ne rastin me te keq, nese kjo pamundesi nuk raportohet fare nga OE, mund te shpjegohet ne dem mjedisor (pra shkarkim te produktit te mbetjeve ne menyre te pakontrolluar ne natyre) cka do te ngarkonte me pergjegjesi edhe AK si prodhues i mbetjeve. Ne kete kontekst kontrata vijuese me landfillin nuk eshte ne vetvete nje kerkese qe lidhet vetem me momentin pas lidhjes se kontrates, por i perket besueshmërise, kapaciteteve teknike dhe organizative qe OE duhet te deshmojne ne kuptim te nenit 77 te LPP, pasi nje OE qe nuk ka nje kontrate ekzistuese dhe vijuese me nje landfill te licensuar, nuk arrin te tregojë se me cfare standartesh dhe perputhshmerie ligjore e kryen aktivitetin e vet ne vijimesi. Pra ky kriter eshte vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qellim besueshmerine e te gjithë procesit te menaxhimin e mbetjeve spitalore duke filluar nga trajtimi i tyre dhe deri ne depozitim te produktit respektiv që del nga proceset e trajtimit/asgjesisimit. Gjithashtu eshte kerkuar qe landfill te jete i licensuar per arsye se landfillimi i mbetjeve eshte nje proces i cili ka ndikim ne mjedis dhe si i tille i nenshtrohet Vendimit nr.538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl/qkb) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” me gjithë ndryshimet.

Shënim për operatorët ekonomik:

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: *“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”,* si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: *“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësura me origjinalin.*

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.

Gjithashtu risjellim ne vemendje se:

- Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 9 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.
- KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit si dhe rezervon te drejten e verifikimit ne terren lidhur me funksionimin e proceseve te punes per pajisjet që do të paraqiten nga operatorët ekonomik.

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Shtojca 6 .

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të shërbimeveobjekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohej nga ligji në fuqi

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës fuqi.

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj:

A. Specifikimi i materialeve

- Mbetje KODI 18 01 01 (Instrumente të mprehta (përveç 18 01 03) Instrumenta të mprehta të përdorur, si për shembull age,shiringa, bisturi, brisqe, pajisje të përziera, qelqe të thyer dhe të ndotur, tuba reanimacioni dhe materiale të tjera të ngjashme).
- Mbetje KODI 18 01 02 (Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03), produktet e gjakut; sende të ndotura me gjak serumedhe plazëm; kultura dhe grumbullime të agentëve infektues që krijohen nga laboratorë kërkimore dhe diagnostikimi dhe materiale të ndotura me agentë të tillë; mbetje izolimi nga pacientë me koeficient infektimi të lartë; mbetje të mjekimeve dhe të vaksinave; mbetje, shtresa dhe materiale të tjera të infektuara me patogjenë trupore.),
- Mbetje KODI 18 01 03 (mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i te cilave kerkon trajtim tevecante per te parandaluar infeksionet),

B. Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

1. Asgjësimi duhet të realizohet nga OE me një prej metodave për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore të përcaktuara në VKM nr.798 datë 29.09.2010 “*Për Miratimin e Rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”*”.

2. Autoriteti kontraktor do të verë në dispozicion të OE, një ambient të përshtatshëm brenda Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec për të vendosur frigorifer ose cdo pajisje frigoriferike tjetër, të nevojshme, ashtu siç kërkon kuadri rregullator ligjor, për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore në RSH. Frigoriferi ose pajisja frigoriferike të vendosur nga OE për ruajtjen e mbetjeve anatomike, duhet të ketë një kapacitet **jo më pak 150 kg**, në një temperaturë **jo më të lartë se 10° C** deri në momentin e marrjes në dorëzim nga kontraktori.

3. Pas marrjes në dorëzim të ambienteve të depozitimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore, OE, është përgjegjës për të bërë dezinfektimin e ambientit sipas kuadrit rregullator ligjor në RSH.

C. Terheqja e mbetjeve nga vendgrumbullimi dhe transportin deri në vend trajtim.

Operatori ekonomik duhet të sigurojë grumbullimin e konteniereve me mbetje në pikat e perkohshme të magazinimit të autoriteteve shëndetësore si dhe transportin e tyre në impiantin e trajtimit me mjetet e posaçme të transportit.

Njekohesisht me grumbullimin e konteniereve duhet të vihen në dispozicion konteniere të rinj të gatshëm për tu përdorur.

AK, i dorezon përfaqësuesit të autorizuar të OE, me proces-verbal, mbetjet e rrezikshme spitalore. Mbetjet e gjeneruara nga shërbimet spitalore, do të peshohen në praninë e përfaqësuesit të OE dhe përfaqësuesit të AK, ku do hartohet proces-verbali për sasinë e peshuar, pa përfshirë kutitë e ambalazhimit (pesha e tyre zbritet). Shpenzimet e ambalazhimit (kontenieret, kutitë, qeset, etj.) do të mbulohen nga OE.

Peshimi i mbetjeve do të kryhet nga një peshorë e kalibruar (kollauduar) nga Drejtoria e Metrologjisë që do të vihet në dispozicion nga OE (OE të paraqes dokumentin e kalibrimit (kollaudimit)).

Përfaqësuesi i OE, në prani të komisionit të AK, kryhen marrjen e mbetjeve të rrezikshme spitalore, me automjet dhe ben transportimin e tyre për në vendin e trajtimit të tyre.

Automjeti i OE, të jenë lehtësisht të identifikueshëm gjatë transportit të mbetjeve të rrezikshme spitalore, me shenjen dalluese ndërkombëtare të rrezikut të mbetjeve të rrezikshme spitalore në përputhje me pikat 8.8/c dhe shtojcën nr.4 të VKM nr.798 datë 29.09.2010 dhe sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzuesin Kombëtar “Administrimi i sigurtë i mbetjeve të rrezikshme spitalore”.

Nga të pranishmit të AK dhe OE, mbahet proces-verbal për këtë qëllim.

Transporti i konteniereve duhet të kryhet në mënyrë që të sigurohet integriteti dhe pastërtia e tyre, në përputhje me rregullat e higjenes dhe sigurisë.

Automjeti i përdorur për transportin e mbetjeve spitalore duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme:

Çdo automjet që transporton mbetje spitalore të rrezikshme:

1. Duhet të jetë lehtësisht i identifikueshëm gjatë transportimit të mbetjeve me simbolin dallues ndërkombëtar të rrezikut të mbetjeve spitalore që transportohet. Simboli të mos jetë më i vogël se 250 mm X 250 mm.
2. Duhet të ketë një panel paralajmërues, të vendosur dukshëm në anën e përparme dhe të pasme të automjetit për të treguar transportin e mbetjeve spitalore. Paneli paralajmërues i rrezikut (Varianti A ose B më poshtë) të jetë në pjesën e përparme dhe të pasme të automjetit të transportit të mbetjeve spitalore në një pozicion që nuk mbulon asnjë dritë, targën ose shënime apo shenja të tjera të kërkuara ligjërisht. Të dy variantet janë të pranueshme dhe zgjedhja varet kryesisht nga hapësira në dispozicion.

Specifikimet:

- **Materiali:** pjatë alumini (1-2 mm e trashë)
- **Veshja:** sfond reflektues
- **Ngjyrat:** konturi – i zi
sfondi – i verdhë
fjalët – të zeza
- **Përmasat:** fjalët ≥ 40 mm në lartësi
- **pjata (Versioni A):** gjatësia ≥ 200 mm; gjerësia ≥ 750 mm
- **pjata (Versioni B):** gjatësia ≥ 340 mm; gjerësia ≥ 500 mm

Varianti A

Varianti B

CAUTION! CLINICAL WASTE
KUJDES! MBETJE SPITALORE

CAUTION!
CLINICAL WASTE

KUJDES!
MBETJE
SPITALORE

3. Të sigurojë kontakt minimal të njeriut me kontenierët e mbetjeve spitalore gjatë ngarkim-shkarkimit të tyre.
4. Të ketë një ndarje midis kabinës së shoferit dhe trupit të automjetit.
5. Të ketë një sistem të përshtatshëm për sigurimin e ngarkesës gjatë transportit.
6. Të mbahet i kyçur përveç kur ngarkohet dhe shkarkohet.
7. Të jetë projektuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos lejojë derdhjet e mbetjeve të ngurta dhe të lëngta

Gjithashtu Operatori Ekonomik duhet të realizojë ngarkimin dhe shkarkimin e koshave/kontenierëve në dhe nga makina e grumbullimit. Personeli i trajnuar dhe caktuar për këto qëllime duhet të përdorë veshje të përshtatshme mbrojtëse si doreza, çizme, përparëse dhe maskat.

Për realizimin e shërbimit për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve spitalore, bazuar në kërkesat e legjislativës në fuqi, operatori ekonomik duhet të sigurojë:

1- Furnizimin me bazën materiale të nevojshme për realizimin e ndarjes në burim dhe magazinimin provizor të mbetjeve spitalore deri në tërheqjen e tyre, sipas kërkesave për secilin kod të mbetjeve spitalore.

Për këtë qëllim, Operatori Ekonomik duhet të vërë në dispozicion të AK, konteniere plastikë, qese plastike, kuti për të mprehtat, për përmbushjen e ambalazhimit referuar tipologjive të mbetjeve. Baza materiale duhet të jetë sipas standardeve dhe kërkesave të VKM nr. 798 datë 29.09.2010 "Për administrimin e mbetjeve spitalore", të Udhëzuesit Kombëtar për Administrimin e Sigurt të Mbetjeve Spitalore si dhe të përmbushin kërkesat e përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

Kompania duhet të realizojë një furnizim të përshtatshëm në çdo kohë me materiale ndihmëse të nevojshme për grumbullimin e përkohshëm të mbetjeve.

I. Materialet ndihmëse duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme:

Kuti për të mprehtat (brenda diapazonit 3 – 12 Litra)

- Të jenë në përputhje me standardin SSH EN ISO 23907 – në variantin më të fundit të përditësuar (ose ekuivalent) "Mbrotja nga dëmtimi prej objekteve të mprehta - Kërkesat dhe metodat e testimit - Kontenierët (enët) e objekteve të mprehta".
- Hapja të jetë aq e gjerë sa të lejojë që mbetjet spitalore të hidhen në kuti duke vepruar vetëm me një dorë. Në varësi nga masa e mbetjes spitalore për të cilën është projektuar kutia për të mprehtat, hapja në kushte normale të përdorimit, të pengojë daljen/nxjerrjen e përmbajtjes;
- Nëse janë të pajisur me kapakë të lëvizshëm, të jenë të projektuar në mënyrë të tillë që të mos jetë e nevojshme shtyrja me dorë e materialeve në kuti;
- Të jenë të tilla që të mbyllën në mënyrë të sigurt dhe të mbeten të mbyllura gjatë transportit;
- Pasi janë mbyllur, të gjithë llojet e kutive për të mprehtat të mos lejojnë rrjedhje;
- Të jenë të pajisura me dorezë që nuk është pjesë e pajisjes mbyllëse;
- Të jenë pa përbërje polivinilkloridi (PVC), të ndezshme dhe të djegshme në mënyrë të sigurt (Polypropilene);
- Të jetë e shënuar në mënyrë të dukshme me një vijë horizontale për të treguar kur kutia e të mprehtave është e mbushur ndërmjet 70% dhe 80% të vëllimit të saj maksimal, së bashku me fjalët "KUJDES - MOS E MBUSHNI MBI VIJË";

- Të jenë me ngjyrë të verdhë apo kombinim i të bardhës dhe të verdhës; dhe për të mprehtat e ndotura nga citotoksikë, me kapak ngjyrë të kuq ose të purpurt me simbolin e mbetjeve citotoksike;
- Të shkruhet qartë në to me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt etiketa, ku të lexohen qartë fjalët "RREZIK: TË MPREHTA TË NDOTURA" dhe të përmbajnë simbolin e biohazardit në etiketë.

Koshat plastikë (brenda diapazonit 40 – 60 Litra)

- Të jenë në përputhje me standardin SSH EN ISO 23907 – në variantin më të fundit të përditësuar (ose ekuivalent)
- Të tillë që të mbyllen në mënyrë të sigurtë;
- Rezistent ndaj rrjedhjes, thyerjes nga goditja dhe shpimet;
- Të jenë pa përbërje polivinilkloridi (PVC), të ndezshme dhe të djegshme në mënyrë të sigurt (Polypropilene);
- Të shkruhet qartë në to me bojë që nuk fshihet dhe të ngjitet në mënyrë të sigurt etiketa përkatëse sipas pikës II të këtyre Specifikimeve "ETIKETIMI".

Shënim: Në rastin e koshave plastikë shumëpërdorimësh, duhet të garantohej larja dhe dezinfektimi i tyre në makinerinë përkatëse të specializuar dhe të vijnë të shoqëruar me qeset plastike përkatëse.

II. ETIKETIMI

Çdo enë e mbetjeve spitalore duhet të ketë në pjesën e jashtme të saj një etiketë e cila të përmbajë shenjën ndërkombëtare të Biohazardit sipas modelit me përmasat e specifikuara në më poshtë:

Etiketa të prodhohet me material që u reziston rrezeve UV, ujit dhe të jetë ngjyeshme, ose të jetë e stampuar në një pozicion të dallueshëm të enës që lejon që të dhënat në etiketë të lexohen lehtë.

PËRMASAT E SIMBOLIT

Tipi i kontenierit të mbetjeve spitalore

Për të mprehtat:

- me kapacitet prej më pak se 2 litra
- me kapacitet prej 2 litra ose më shumë
- të tjerë:

Përmasat e simbolit

- jo më pak se 40 mm x 40 mm
- jo më pak se 75 mm x 75 mm
- jo më pak se 150 mm x 150 mm



SIMBOLI NË ETIKETË

Ngjyrat e simbolit të jenë si më poshtë:

Konturet – ngjyrë e zezë

Fusha – ngjyrë e bardhë ose ngjyra parësore e enës

Fjalët dhe karakteret – ngjyrë e zezë

PËRMBAJTJA E ETIKETËS

Çdo kontenier i mbetjeve spitalore, pasi mbyllet dhe vulozet, të identifikohet me një etiketë që të vendoset në pjesën e përparme të kontenierit dhe që të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

- i. Identifikimin: Mbetje Spitalore
- ii. përcaktimin: “Infektuese”
- iii. fjalën sinjalizuese: Rrezik
- iv. njoftimin e rrezikshmërisë: “Mund të shkaktojë infeksion”
- v. Kodin sipas Katalogut Shqiptar të Mbetjeve: 18.
- vi. Gjendjen: e ngurtë ose të lëngët;
- vii. Datën e fillimit dhe përfundimit të grumbullimit;
- viii. Sasinë në kg ose litra;
- ix. Prodhuesin / Kodin Unik / Adresën / Personin përgjegjës (Emër/mbiemër/firmë / nr.telefoni

PËR ORIENTIM-MODEL ETIKETE:

MBETJE SPITALORE	Infektuese
RREZIK! Mund të shkaktojë infeksion	
RRYMA E MBETJEVE: 18. (sipas Katalogut Shqiptar të Mbetjeve)	
GJENDJA: NGURTE	☐
LËNGSHME	☐
GRUMBULLIMI I MBETJEVE:	
DATA E FILLIMIT: ... / ... / 20 ...	
DATA E PËRFUNDIMIT: ... / ... / 20 ...	
SASIA: (.....) (kg ose l)	
PRODHUESI:	
KODI UNIK:	
ADRESA:	
PERSONI PËRGJEGJËS: (emër/mbiemër/firmë)	
Nr. Telefoni:	



Etiketat për vendin e magazinimit të AK

Kontraktori duhet të sigurojë për AK etiketat që duhet të vendosen dukshëm si shenja e rrezikut në dyer, porta ose mbulesa, sipas modelit të mëposhtëm:

KUJDES! MBETJE SPITALORE



Specifikimet

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Materiali: | I durueshëm, rezistent ndaj faktorëve atmosferikë, i padeformueshëm kur vendoset në pozicionin vertikal | |
| 2. Ngjyrat: | Sfondi
Shenja e Biohazardit
Germat | i verdhë
e zezë
të zeza |
| 3. Përmasat: | Pllaka

Shenja e biohazardit
Germat | lartësia ≥ 500 mm
gjatësia ≥ 600 mm
lartësia ≥ 150 mm
lartësia ≥ 40 mm |

III. Dezinfektimin

Operatori Ekonomik duhet të realizoj dezinfektimin:

- Të kontenierëve për magazinimin e përkohshëm të mbetjeve spitalore duhet të dezinfektohen para dhe pas çdo tërheqje.
- Mjedisëve për magazinimin e përkohshëm të mbetjeve të caktuara nga AK ku realizohet tërheqja e kontenierëve, të cilët duhet të dezinfektohen në intervale të rregullta.

IV. Trajtimin e mbetjeve spitalore dhe asgjësimin final të produktit të trajtimit, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi

Transportimi i Mbetjeve të rrezikshme spitalore, (nga një person fizik apo juridik tek një tjetër), nga ambientet e Spitalit Pogradec, për në ambientet e OE, ku bëhet trajtimi i tyre, shoqërohen me dokument transferimi nga OE, sa herë që do të bëhet evadimi, transporti, trajtimi i këtyre mbetjeve, dhe një kopje e tij, i dorëzohet komisionit të ndjekjes së zbatimit të kontratës të AK dhe bëhet pjesë e procesverbalit të përbashkët.

Kontraktori, në cilësinë e marrësit të mbetjeve spitalore duhet të jetë i pajisur gjatë gjithë kohëzgjatjes së shërbimit me Licencë me kodin III 2 B, Leje të Mjedisit të tipit A dhe/ose B sipas kategorise së mbetjeve të shoqëruar me aktmiratimet përkatëse si dhe dhe Akt-Miratim Higjieno-Sanitar, sipas kërkesave ligjore në fuqi.

Trajtimi i mbetjeve spitalore kryhet nga subjektet e licencuar, në impiantet për trajtimin e mbetjeve spitalore të rrezikshme, që duhet të jenë të licensuar dhe të respektojnë kërkesat sipas legjislacionit në fuqi për lejet dhe licencat.

Pajisja me leje mjedisore dhe licensë përkatëse e operatorëve ekonomik dhe impianteve për trajtimin e mbetjeve është kusht për kualifikimin. Lejet Mjedisore përkatëse duhet të përmbajnë të dhëna të detajuara që identifikojnë qartë: metodën e trajtimit, teknologjinë e impianteve, llojin dhe tipin e impiantit, vendndodhjen, kapacitetet, ciklet dhe proceset e punës së impianteve.

A. Trajtimi i mbetjeve spitalore të kryhet me metoda të standartizuara. Proceset bazë për trajtimin e mbetjeve spitalore janë si vijon:

- termik: ky proces përdor energjinë termike për të shkatërruar patogjenët në mbetje.
- kimik: ky proces përdor dezinfektantë si dioksid klori i tretur, hipoklorit natriumi, acid peracetik, solucion gëlqereje, gaz ozoni ose kimikate të thata inorganike (p.sh. pluhur oksid kalciumi) për të shkatërruar patogjenët në mbetje.

- iii. mekanik: ky proces përfshin copëtimin, bluarjen, përzierjen dhe ngjeshjen me qëllim përmirësimin e shkallës së transferimit të nxehtësisë, depërtimit të avullit dhe kontaktit me dezinfektantin kimik si dhe për të zvogëluar vëllimin e mbetjeve, për t'i bërë mbetjet e trajtuara të panjohshme ose për të shmangur dëmtimin fizik në rastin e mbetjeve të mprehta të trajtuara. Ky proces nuk mund të shkatërrojë patogjenët, por plotëson proceset e tjera të trajtimit të mbetjeve spitalore të rrezikshme.

B. Llojet e pranueshme të teknologjive për trajtimin e mbetjeve spitalore

- a. Teknologjitë termike pa djegie
 - i. Autoklavat – trajtimi kryhet përmes nxehjes së mbetjeve nga avulli nën presion.
 - ii. Sistemet e integruara (ose autoklava të avancuara apo autoklava hibride) - kombinojnë trajtimin me avull me procese të tjera mekanike si ngjeshje, copëtim, grirje, para, gjatë ose pas trajtimit;
 - iii. Trajtimi me nxehtësinë e fërkimit - përdor nxehtësinë e fërkimit të plotësuar nga ngrohësit me rezistencë për të nxehur mbeturinat, ndërkohë mbetjet coptohen në kokrriza të thata.
 - iv. Sistemet e nxehtësisë së thatë – nxehtësia aplikohet pa shtuar avull ose ujë. Mbetjet nxehen nëpërmjet përçimit, konveksionit natyror ose të detyruar dhe/ose rrezatimit termik.
- b. Teknologjitë kimike
 - i. Hidroliza alkaline - shndërron mbetjet patologjike në një tretësirë ujore të dekontaminuar.
- c. Teknologjitë me djegie
 - i. Inceneratorët – trajtimi bazohet në procesin e oksidimit të thatë dhe temperaturës së lartë që kthen mbetjet organike dhe të djegshme në lëndë inorganike dhe të padjegshme dhe që rezulton në një reduktim të ndjeshëm të vëllimit dhe peshës së mbetjeve”.

Për procesin e trajtimit të mbetjeve spitalore, kontraktori dokumenton dhe regjistron në një regjistër të posaçëm, transferimet e mbetjeve siç përcaktohet në VKM nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” i ndryshuar, VKM nr. 229, datë 23.4.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit” i ndryshuar si dhe në Urdhërin e Ministrit të Mjedisit nr.135, datë 16.4.2015 “Për miratimin e mënyrës së administrimit të formatit të regjistrit të transfertave individuale dhe të regjistrit kombëtar të transfertave, si dhe mënyrën e administrimit të tyre”.

C. Asgjësimi i tepricave që rezultojnë nga trajtimi i mbetjeve spitalore

Kontraktori është përgjegjës për tu siguruar për evadimin përfundimtar me asgjësim të tepricave që rezultojnë pas trajtimit të mbetjeve spitalore të rrezikshme sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi. Procesi i asgjësimit të tepricave, mund të realizohet nga vetë Kontraktori, nëse është i pajisur me Leje Mjedisore dhe Liçensën përkatëse për këtë proces, ose nga subjekte të tjera të pajisur me Leje Mjedisore e Liçensë përkatëse, me të cilët Kontraktori duhet të ketë kontratë aktive në momentin e dorëzimit të ofertave dhe gjatë gjithë kohëzgjatjes së Marrëveshjes Kuadër do të jetë përgjegjës që të mundësojë që ky shërbim të vazhdojë sipas standarteve dhe rregullave në fuqi.

Tepricat e gjeneruara pas trajtimit të mbetjeve spitalore, që rezultojnë të sterilizuara:

- a) mund të dërgohen për rikuperim në impiantet termike të prodhimit të energjisë;
- b) mund të asgjësohen në impiantet e djegies së mbetjeve urbane ose në impiantet speciale të djegies së mbetjeve;
- c) nëse nuk ka impiante sipas germës a) dhe b), mund asgjësohen në landfille për mbetjet jo të rrezikshme.

Tepricat e gjeneruara pas trajtimit të mbetjeve spitalore, që rezultojnë HI

Hiri nga incineratori dhe tepricat e tjera të ngurta të prodhuara, depozitohen në landfille për mbetje jo të rrezikshme, nëse testet vërtetojnë se nuk paraqesin rrezik sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për mbetjet. Në të kundërt, trajtohen si mbetje të rrezikshme dhe mund të depozitohen në landfille për mbetje të rrezikshme, ose të magazinohen nga Kontraktori deri sa të kontraktojë landfillin e mbetjeve të rrezikshme, ose në pamundësi të disponueshmërisë së një landfilli të mbetjeve të rrezikshme, të realizojë procedurat e nevojshme për eksportin e tyre, dhe të dokumentojë procesin.

Autoriteti Kontraktor për procesin e asgjësimit të tepricave të mbetjeve spitalore, kur asgjësuesi i tyre është i ndryshëm nga Kontraktori, dokumenton dhe regjistrohen në një regjistër minimalisht të dhënat e mëposhtme:

- Të dhënat e kontaktit (emër, mbiemër, adresë, nr. telefoni) të dorëzuesit të mbetjeve spitalore;
- Llojin e mbetjeve të trajtuara dhe kodin përkatës sipas katalogut shqiptar të mbetjeve;
- Sasinë e dorëzuar të tepricave të mbetjeve (në kg);
- Datën e dorëzimit;
- Numrin e lejes së mjedisit, numrin e licencës III.2.B dhe Kodin unik të dorëzuesit të tepricave të mbetjeve spitalore të trajtuara të dorëzuara për asgjësim;

Në çdo rast të sipërpërmendur mbahet parasysh parashikimi i nenit 44, të ligjit nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, për të përjashtuar nga depozitimi në landfill mbetjet spitalore të patrajtuara fillimisht në impiante të trajtimit të mbetjeve spitalore.

Pershkrimi i mbetjeve qe prodhohen ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Pogradec per cdo rryme:

Nr.	Pershkrimi i Sherbimit	Kodi per cdo rryme te mbetjeve	Njesia e matjes	Sasia e priteshme per 24-muaj	Menyra e trajtimit
1	Evadim, trajtim dhe asgjësimi i mbetjeve te rrezikeshme spitalore si: Bisturitë, shiringa, instrumenta të mprehtë (përveç 18 01 03)	18 01 01	Kg	1,513	Sterilizim
2	Evadim, trajtim dhe asgjësimi i mbetjeve te rrezikeshme spitalore si :Pjesë të trupit e organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03)	18 01 02	Kg	339	incinerim
3	Evadim, trajtim dhe asgjësimi i mbetjeve te rrezikeshme spitalore si :Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet	18 01 03	Kg	16,763	sterilizim ose incinerim
	Sasia Totale			18,615	

Argumentimi: Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, “b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrimi i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuara dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzim i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”

Argumentimi: Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, “b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrimi i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuara dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzim i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për

vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuarçdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Shtojca 7.

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimet që kërkohen: **Evadim, trajtim dhe asgjësim i mbetjeve te rrezikeshme spitalore per nevojat e Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec” _Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 24 muaj.**

Afatet e ekzekutimit: 24 (njetete e kater) muaj pas nenshkrimit te Marrëveshje Kuadër

Nr.	Pershkrimi i Sherbimit	Kodi per cdo rryme te mbetjeve	Njesi a e matjes	Sasia e priteshme per 24-muaj	Menyra e trajtimit	Vendi i ekzekutimit	Afati i ekzekutimit
1	Evadim, trajtim dhe asgjësimi i mbetjeve te rrezikeshme spitalore si: Bisturitë, shiringa, instrumenta të mprehtë (përveç 18 01 03)	18 01 01	Kg	1,513	sterilizim	DSHS Pogradec	24 (njetete e kater) muaj pas nenshkrimit te Marrëveshje Kuadër
2	Evadim, trajtim dhe asgjësimi i mbetjeve te rrezikeshme spitalore si :Pjesë të trupit e organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03)	18 01 02	Kg	339	incinerim	DSHS Pogradec	24 (njetete e kater) muaj pas nenshkrimit te Marrëveshje Kuadër

3	Evadim, trajtim dhe asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore si : Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet	18 01 03	Kg	16,763	sterilizim ose incinerim	DSHS Pogradec	24 (njetete e kater) muaj pas nenshkrimit të Marrëveshje Kuadër
	Sasia Totale			18,615			

Sasia e mbetjeve të rrezikshme spitalore të parashikuara për 24 muaj është 18,615 kg

Argumentimi: Sasia dhe afati i ekzekutimit janë vendosur në bazë të relacionit datë 25 mars 2025 "Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike, kritereve për kualifikim për procedurën e prokurimit me objekt "Trajtim dhe asgjësim i mbetjeve spitalore të rrezikshme për 24 muaj (kodet 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03)", të miratuara dhe nga Titullari i Autoritetit Kontraktor, si dhe në përputhje me **piken 1 të nenit 41 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021** "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", në të cilën gjejmë të përcaktuar se: 1. "Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet."

Shtojca 8.

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCES

OBJEKTI DHE QËLLIMI I SHËRBIMEVE:

Objekti: Evadim, trajtim dhe asgjësim i mbetjeve të rrezikshme spitalore për nevojat e Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec".

Qëllimi i shërbimit: Realizimi i proceseve të grumbullimit, transportit, magazinimit të përkohshëm, trajtimit të mbetjeve spitalore si dhe evadimit për asgjësim të tepërive që rezultojnë nga trajtimi, me qëllim që i gjithë procesi i menaxhimit të mbetjeve spitalore të sigurojë zvogëlimin e rrezikshmërisë së tyre dhe optimizimin e grumbullimit, transportit dhe trajtimit të tyre deri në evadimin përfundimtar me asgjësim të tepërive.

DETYRAT:

Operatori Ekonomik fitues duhet të realizojë shërbimin e menaxhimit të integruar të mbetjeve spitalore, sipas kontratave përkatëse të shërbimit që do të lidhen nga AK.

Elementët përbërës të shërbimit dhe detyrat specifike që duhet të kryhen nga Operatori Ekonomik fitues (Kontraktori), janë si vijon:

1. Sigurimi për Autoritetin Kontraktor i bazës materiale për Mbetjet Spitalore

Kontraktori do të jetë përgjegjës, që gjatë të gjithë periudhës së shërbimit dhe sipas nevojës së AK, të furnizojë AK me bazën materiale të nevojshme që do të përdoren nga AK për ambalazhimin etiketimin dhe grumbullimin e veçantë dhe e mbetjeve spitalore të prodhuara sipas rrymave përkatëse.

Grumbullimi i veçantë është ndarja në burim nga vetë AK e mbetjeve spitalore të rrezikshme nga ato të parrezikshme, dhe të mbetjeve të rrezikshme në rryma të vecanta sipas kodeve të paragrafit 18, të VKM nr.402,

datë 30.06.2021 "Për miratimin e katalogut të mbetjeve". Mbetjet spitalore të parrezikshme, që në mënyrë të vullnetshme apo të pavullnetshme përzihen me mbetje spitalore të rrezikshme, trajtohen si mbetje të rrezikshme. Baza materiale për ambalazhimin e mbetjeve spitalore duhet:

- i. Të mos lejojnë rrjedhjen, të jenë të papërshkueshme ndaj lagështirës dhe të forta për të parandaluar grisjen, çarjen apo shpimin në kushte normale përdorimi.
- ii. Të mos ripërdoren nëse janë një përdorimëshe dhe të pastrohen dhe dezinfektohen pas çdo përdorimi nëse janë disa përdorimshe apo në rast ndotje me ndonjë mbetje spitalore.
- iii. Të sigurojnë mbyllje të sigurtë, në një mënyrë që të parandalohet derdhja e mbetjeve spitalore gjatë transportit.
- iv. Të jenë të padëmtuara dhe pa ndonjë defekt tjetër që mund të çënojnë përdorimin e tyre të sigurt.

Kodi i ngjyrave të bazës materiale për mbetjet spitalore duhet të jenë si më poshtë:

Mbetja (Kodi)	Ena mbajtëse
18 01 01	Kuti të posaçme për të mprehtat njëpërdorimshe – kombinim i të verdhës me të bardhën. Me kapak të kuq ose lejla për të mprehtat të ndotura me citotoksike
18 01 02	Kosh i verdhë një ose shumëpërdorimësh i pajisur me qese të verdha me mbyllje hermetike.
18 01 03	Kosh i verdhë një ose shumëpërdorimësh i pajisur me qese të verdha me mbyllje hermetike

Baza materiale për ambalazhimin e mbetjeve spitalore duhet të plotësojnë kërkesat përkatëse të përcaktuara në Specifikimet Teknike. Para magazinimit të përkohshëm nga AK në pritje të tërheqjes nga kontraktori, kontenierët e mbetjeve spitalore të rrezikshme mbyllen dhe etiketohen sipas rrymave të veçanta. Materialet etiketuese duhet të vihen në dispozicion nga kontraktori dhe duhet të plotësojnë kërkesat e përcaktuara për to në Specifikimet Teknike.

Magazinimi i përkohshëm nga AK i mbetjeve spitalore të rrezikshme bëhet në një vend të caktuar, që përmbush kërkesat e posaçme të përcaktuara në legjislacionin në fuqi dhe të etiketuar posaçërisht për këtë qëllim. Materialet etiketuese duhet të vihen në dispozicion nga Kontraktori dhe duhet të plotësojnë kërkesat e përcaktuara për to në Specifikimet Teknike.

2. Marrja në dorëzim dhe transportimi i Mbetjeve Spitalore

2.1 Frekuenca

Frekuenca e tërheqjes dhe marrjes në dorëzim të mbetjeve nga Kontraktori sipas rrymave përkatëse do të jetë sipas nevojave të AK.

Kontraktori në momentin e marrjes në dorëzim duhet të pranojë për transportim vetëm mbetjet spitalore që janë ambalazhuar, etiketuar me materialet e dorëzuara nga Kontraktori në përputhje me kërkesat e Specifikimeve Teknike, si dhe janë magazinuar nga AK në përputhje me kërkesat e VKM të posaçme për rregullat e menaxhimit të mbetjeve spitalore.

Pas verifikimit si më sipër të plotësimit të kërkesave për ambalazhimin, etiketimin e mbetjeve spitalore të rrezikshme, si dhe kushtet e magazinimit nga AK, Kontraktori merr në dorëzim mbetjet spitalore për t'i transportuar në vendin e trajtimit.

2.2 Peshimi

Peshimi i mbetjeve do të kryhet nga një peshore të kalibruar (kolauduar) nga Drejtoria e Metrologjisë, që duhet të vihet në dispozicion nga ana e Kontraktorit, i cili duhet gjithashtu ta shoqërojë me dokumentin e kalibrimit (kolaudimit) përkatës. Mbetjet e destinuara për tu dorëzuar, do të peshohen në praninë e përfaqësuesit të Kontraktorit dhe përfaqësuesit të AK dhe do hartohet proces-verbali për sasinë e peshuar.

2.3 Dezinfektimi

Kontenierët e mbetjeve spitalore të ripërdorshëm dhe kontenierët për magazinimin e përkohshëm të mbetjeve spitalore të dezinfektohen pas çdo zbrazjeje. Pas marrjes në dorëzim të mbetjeve, nga ana e Kontraktorit do të bëhet dezinfektimi i ambientit nga ku do të tërhiqen mbetjet spitalore të magazinuar prej AK, përfshirë dezinfektimin e frigoriferit dhe ambientit përreth kur është rasti.

2.3 Marrja në dorëzim

Dorëzuesi dhe marrësi i mbetjeve spitalore plotësojnë dhe mbajnë nga një kopje të firmosur të Dokumentit të Dorëzimit të Mbetjeve (DDM) sipas VKM nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”; VKM nr. 229, datë 23.4.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit”; dhe Urdhrit të Ministrit të Mjedisit të nxjerrë në zbatim të tyre nr. 135, datë 16.4.2015 “Për miratimin e mënyrës së administrimit të formatit të regjistrit të transfertave individuale dhe të regjistrit kombëtar të transfertave, si dhe mënyrën e administrimit të tyre”.

2.4 Transportimi

Transportimi i mbetjeve spitalore kryhet me mjete të cilat përmbushin dhe respektojnë kërkesat dhe rregullat mbi qarkullimin rrugor, kushtet higjienike, shëndetësore dhe kushtet mjedisore, sipas përcaktimeve të detajuara në Specifikimet Teknike. Mjetet e transportit të mbetjeve spitalore të rrezikshme të jenë të pajisur me Akt-Miratimi Higjeno-Sanitar.

Çdo automjet duhet të pastrohet dhe dizinfektohet tërësisht në pjesën e brendshme të trupit të automjetit pas çdo dite pune si dhe në rast derdhje ose ndotje me ndonjë mbetje spitalore.

Automjetet duhet të mos përdoren për qëllim tjetër përveç transportimit të mbetjeve spitalore. Gjatë transportimit të mbetjeve spitalore të rrezikshme, automjetet të mbajnë me vete veshje të mjaftueshme të sigurinë, pajisje të dekontaminimit dhe pastrimit dhe materiale për trajtimin e derdhjeve (p.sh. veshjet mbrojtëse personale, qese plastike dhe kuti të mprehtash rezervë, dezinfektues, kokrriza absorbuese, furça, fshesa lecke, lopatë dhe kova).

2.5 Trajtimi i mbetjeve spitalore të rrezikshme

Kontraktori, në cilësinë e marrësit të mbetjeve spitalore duhet të jetë i pajisur gjatë gjithë kohëzgjatjes së shërbimit me Licencë të kategorisë III.2.B. Leje të Mjedisit të shoqëruar me akt miratimet perkatese si dhe Akt-Miratim Higjieno-Sanitar, sipas kërkesave ligjore në fuqi.

Trajtimi i mbetjeve spitalore kryhet nga subjektet e licencuar, në impiantet për trajtimin e mbetjeve spitalore të rrezikshme, që duhet të jenë të licensuar dhe të respektojnë kërkesat sipas legjislacionit në fuqi për lejet dhe licencat.

Pajisja me leje mjedisore dhe licensë përkatëse e operatorëve ekonomik dhe impianteve për trajtimin e mbetjeve është kusht për kualifikimin. Lejet Mjedisore përkatëse duhet të përmbajnë të dhëna të detajuara që identifikojnë qartë: metodën e trajtimit, teknologjinë e impianteve, llojin dhe tipin e impiantit, vendndodhjen, kapacitetet, ciklet dhe proceset e punës së impianteve.

A. Trajtimi i mbetjeve spitalore të kryhet me metoda të standartizuara. Proceset bazë për trajtimin e mbetjeve spitalore janë si vijon:

- iv. termik: ky proces përdor energjinë termike për të shkatërruar patogjenët në mbetje.
- v. kimik: ky proces përdor dezinfektantë si dioksid klori i tretur, hipoklorit natriumi, acid peracetik, solucion gëlqereje, gaz ozoni ose kimikate të thata inorganike (p.sh. pluhur oksid kalciumi) për të shkatërruar patogjenët në mbetje.

- vi. mekanik: ky proces përfshin copëtimin, bluarjen, përzierjen dhe ngjeshjen me qëllim përmirësimin e shkallës së transferimit të nxehtësisë, depërtimit të avullit dhe kontaktit me dezinfektantin kimik si dhe për të zvogëluar vëllimin e mbetjeve, për t'i bërë mbetjet e trajtuara të panjohshme ose për të shmangur dëmtimin fizik në rastin e mbetjeve të mprehta të trajtuara. Ky proces nuk mund të shkatërrojë patogjenët, por plotëson proceset e tjera të trajtimit të mbetjeve spitalore të rrezikshme.

B. Llojet e pranueshme të teknologjive për trajtimin e mbetjeve spitalore

d. Teknologjitë termike pa djegie

- v. Autoklavat – trajtimi kryhet përmes nxehjes së mbetjeve nga avulli nën presion.
- vi. Sistemet e integruara (ose autoklava të avancuara apo autoklava hibride) - kombinojnë trajtimin me avull me procese të tjera mekanike si ngjeshje, copëtim, grirje, para, gjatë ose pas trajtimit;
- vii. Trajtimi me nxehtësinë e fërkimit - përdor nxehtësinë e fërkimit të plotësuar nga ngrohësit me rezistencë për të nxehur mbeturinat, ndërkohë mbetjet coptohen në kokrriza të thata.
- viii. Sistemet e nxehtësisë së thatë – nxehtësia aplikohet pa shtuar avull ose ujë. Mbetjet nxehen nëpërmjet përçimit, konveksionit natyror ose të detyruar dhe/ose rrezatimit termik.

e. Teknologjitë kimike

- ii. Hidroliza alkaline - shndërron mbetjet patologjike në një tretësirë ujore të dekontaminuar.

f. Teknologjitë me djegie

- ii. Inceneratorët – trajtimi bazohet në procesin e oksidimit të thatë dhe temperaturës së lartë që kthen mbetjet organike dhe të djegshme në lëndë inorganike dhe të padjegshme dhe që rezulton në një reduktim të ndjeshëm të vëllimit dhe peshës së mbetjeve”.

Për procesin e trajtimit të mbetjeve spitalore, kontraktori dokumenton dhe regjistron në një regjistër të posaçëm, transferimet e mbetjeve siç përcaktohet në VKM nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” i ndryshuar, VKM nr. 229, datë 23.4.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit” i ndryshuar si dhe në Urdhërin e Ministrit të Mjedisit nr.135, datë 16.4.2015 “Për miratimin e mënyrës së administrimit të formatit të regjistrit të transfertave individuale dhe të regjistrit kombëtar të transfertave, si dhe mënyrën e administrimit të tyre”.

C. Asgjësimi i tepricave që rezultojnë nga trajtimi i mbetjeve spitalore

Kontraktori është përgjegjës për tu siguruar për evadimin përfundimtar me asgjësim të tepricave që rezultojnë pas trajtimit të mbetjeve spitalore të rrezikshme sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi. Procesi i asgjësimit të tepricave, mund të realizohet nga vetë Kontraktori, nëse është i pajisur me Leje Mjedisore dhe Liçensën përkatëse për këtë proces, ose nga subjekte të tjera të pajisur me Leje Mjedisore e Liçensë përkatëse, me të cilët Kontraktori duhet të ketë kontratë aktive në momentin e dorëzimit të ofertave dhe gjatë gjithë kohëzgjatjes së Marrëveshjes Kuadër do të jetë përgjegjës që të mundësojë që ky shërbim të vazhdojë sipas standarteve dhe rregullave në fuqi.

Tepricat e gjeneruara pas trajtimit të mbetjeve spitalore, që rezultojnë të sterilizuara:

- d) mund të dërgohen për rikuperim në impiantet termike të prodhimit të energjisë;
- e) mund të asgjësohen në impiantet e djegies së mbetjeve urbane ose në impiantet speciale të djegies së mbetjeve;
- f) nëse nuk ka impiante sipas germës a) dhe b), mund asgjësohen në landfille për mbetjet jo të rrezikshme.

Tepricat e gjeneruara pas trajtimit të mbetjeve spitalore, që rezultojnë HI

Hiri nga incineratori dhe tepricat e tjera të ngurta të prodhuara, depozitohen në landfille për mbetje jo të rrezikshme, nëse testet vërtetojnë se nuk paraqesin rrezik sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për mbetjet. Në të kundërt, trajtohen si mbetje të rrezikshme dhe mund të depozitohen në landfille për mbetje të rrezikshme, ose të magazinohen nga Kontraktori deri sa të kontraktojë landfillin e mbetjeve të rrezikshme, ose në pamundësi të disponueshmërisë së një landfilli të mbetjeve të rrezikshme, të realizojë procedurat e nevojshme për eksportin e tyre, dhe të dokumentojë procesin.

Autoriteti Kontraktor për procesin e asgjësimit të tepricave të mbetjeve spitalore, kur asgjësuesi i tyre është i ndryshëm nga Kontraktori, dokumenton dhe regjistrohen në një regjistër minimalisht të dhënat e mëposhtme:

- f. Të dhënat e kontaktit (emër, mbiemër, adresë, nr. telefoni) të dorëzuesit të mbetjeve spitalore;
- g. Llojin e mbetjeve të trajtuara dhe kodin përkatës sipas katalogut shqiptar të mbetjeve;
- h. Sasinë e dorëzuar të tepricave të mbetjeve (në kg);
- i. Datën e dorëzimit;
- j. Numrin e lejes së mjedisit, numrin e licencës III.2.B dhe Kodin unik të dorëzuesit të tepricave të mbetjeve spitalore të trajtuara të dorëzuara për asgjësim;

Në çdo rast të sipërpërmendur mbahet parasysh parashikimi i nenit 44, të ligjit nr.10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, për të përjashtuar nga depozitimi në landfill mbetjet spitalore të patrajuara fillimisht në impiante të trajtimit të mbetjeve spitalore.

5. Monitorimi

Autoriteti kontraktor gjatë zbatimit të kontratës së lidhur me OE fitues është përgjegjës për plotësimin e kërkesave për monitorimin e respektimit të detyrimeve nga OE. Për këtë, subjekti i licencuar i kontraktuar detyrohet t’i dorëzojë prodhuesit të mbetjeve, raportimet e depozituara në mënyrë periodike sipas kushteve të lejes në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM).

Shpërndarja: 24 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec

Argumentimi: Termat e referencës janë vendosur në bazë të relacionit date 25 mars 2025 “Argumentimi i fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike, kriterëve të kualifikimit dhe termat e referencës për procedurën e prokurimit me objekt ” Evadim trajtim dhe asgjësim i mbetjeve spitalore të rrezikshme për 24 muaj (kodi 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03)”, të miratuara dhe nga Titullari i Autoritetit Kontraktor, si dhe në përputhje me **pikën 1 të nenit 41 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021** “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën gjejmë të percaktuar se: 1. “Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”

NJESIA E PROKURIMIT

Sefer Xhyra

Anhela Kuqo

Rexhina Adri

MIRATOI
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Erion Thengjilli