

**Data 07.07.2025**

**PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROCEDURËS: “Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**Shërbime Mirëmbajtje dhe Riparimi: 50000000-5;**

**Shërbime të ndryshme për Riparim dhe Mirëmbajtje: 50800000-3**

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

- **370,329,358.63** (treqind e shtatëdhjetë milion e treqind e njëzet e nëntë mijë e treqind e pesëdhjetë e tetë pikë gjashtëdhjetë e tre) **lekë pa TVSH.**, dhe **444,395,230.36** (këtrëqind e dyzetë e katër milion e treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyqind e tridhjetë pikë tridhjetë e gjashtë) **lekë me TVSH.**
- **E kovertuar në euro sipas kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë (bazuar në kursin 97,90 euro, datë: 07.07.2025). 3,782,730.94 euro pa TVSH dhe 4,539,277.12 euro me TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **”Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**(TE NJEJTA PER TE GJITHA LOTET)**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10;

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”.

**b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;**

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën është e parashikuar se:

*Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.*

*Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:*

*a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;*

*b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”*

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

**a)** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë *Certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”*, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. **Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në momentin e hapjes së ofertave.**

**b)** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë *Certifikatën ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”*, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. **Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në momentin e hapjes së ofertave.**

**c)** OE duhet të jetë i autorizuar nga MSHMS për tregëtim të pajisjeve mjekësore

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Gjithashtu ky kriter gjen mbështetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave te cilesise”.

## 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit financiare (2022, 2023 dhe 2024) ku vlera e tyre te jete jo me vogël se **40% e vlerës së fondit limit\* të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron operatori.**

***Shënim\*:** Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/loteve për të cilen ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10 /ose/ 2.14*

**Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur**

**Argumentimi:** Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020,”Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se: **3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.**; ne piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se:**Pika 1.Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika2/b: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:b)vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;**

Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me

poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Legjislatori në piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohe në Procedurën e Hapur, ku percaktohet; Pika2/b: **2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohe operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;** Duke qene se kjo procedure prokurimi bazuar ne vleren e fondit limit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. AK është e vetmja qendër terciare në RSH për këtë arsye praktika e vendosur ndër vite e cila ka rezultuar e suksesshme, është ajo e marzheve maksimale të përcaktuara nga legjislatori në Rregullat e Prokurimit Publik si dhe në Legjislacionin e Prokurimit Publik në tërësi.

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohe, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

**Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore** është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 ‘Mbi Rregullat e Prokurimit Publik’ ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;* si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ‘Për Tatimin Mbi të Ardhurat’ i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; *(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

- a) **Dëshmi nga operatori ekonomik për shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 20% e vlerës së fondit limit\* të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron operatori dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohe **vërtetime\* të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, së bashku me kontratën përkatëse, ku të shënohe vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe/ose fatura tatimore të shitjes ku të evidentohen shërbimet.**

Në rastin e përvojes së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore,** ku shënohe datat, shumat dhe sasi të shërbimeve të ofruara.

**Shënim\*:** Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/loteve për të cilën ofertohet, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” në piken 2.10 / 2.14.**

**Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, 20% do te aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.**

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", ne te cilin gjejmë te percaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe nenit 41 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ne te cilen eshte e percaktuar se: [...]3. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e procedurave të prokurimit "Shërbim konsulence", si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.

Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" nenit 41 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo me te vogel se 20 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Autoriteti Kontraktor QSU "Nënë Tereza" Tiranë është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik.Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet

pervojava te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

- b) Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë që ka të paktën **2(dy)\* Inxhinierë/Specialistë** në stafin e vet të trajnuar për pajisjet mjekësore të cilët do të kryejnë shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes së pjesëve të këmbimit, të vërtetuar nëpërmjet: diplomës, çertifikatës së trajnimit, CV-së, kontratës individuale të punës. Vetëm ky staf do të kryejë ndërhyrjet e mirëmbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese të pajisjeve mjekësore.

***\*Shënim:** Me këtë numër minimal të kërkuar synohet të garantohet gjatë gjithë kohës ofrimi i shërbimit dhe parandalohen rastet e pamundësisë së prezencës së stafit për arsye të ndryshme objektive (leje vjetore, raport mjekësor, trajnime etj).*

***\*Shënim:** Ky kriter ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik do te konsiderohet i permbushur me dorezimin/paraqitjen e formularit permbledhes te vetdeklarimit sipas shtojces 10 te DST. Ne rastet kur OE do te shpallet fitues duhet te paraqese dokumentacionin provues sipas ketij kriteri.*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkreses shkresës nr. 406/29 prot..., datë 06.05.2025 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 406/28 prot..., datë 15.04.2025 “Relacion për argumentimin nevojave, hartimin e specifikimeve teknike dhe llogaritjen fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt: **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**, me Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me nr. 489 datë 04.11.2024, “Për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e nevojave për procedurën e prokurimit me objekt **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**. Saktësuar me relacionin nr. 406/31 prot., datë 10.06.2025, u argumentua/hartuar nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetet perkatese ne lidhje me kriteret teknike, si kriter i vendosur ne perputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, ne nenit 41, të VKM 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Për këtë procedure objekti i prokurimit eshte: **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**. Ky kriter konkretisht, është vendosur në mënyrë që e gjithë procedura të bëhet nga persona të kualifikuar të cilët garantojnë zbatimin e kontratës plotësisht dhe në mënyrën e duhur, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj. Ky kriter eshte miratuar dhe vendosur nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me Kërkesat për kualifikim, në përputhje me Nenin 77 pika 4, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. Ky kriter mbeshtetet edhe ne Rekomandimin e APP Nr. 8197, date 03.09.2018 Prot

*“Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim për procedurat e prokurimit mallra, pune, shërbime”.* Ky kriter gjë mbeshtetje në VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, pikën 4, ku përcaktohet se: *Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose, b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose, c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose, ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.*

- c) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqes **Autorizim nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin)**, për të garantuar mirëmbajtjen cilësore, të sigurtë dhe pjesë origjinale të pajisjeve mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi. Autorizimi duhet të jetë origjinal ose kopje e perkthyer dhe noterizuar si dhe i vlefshëm në momentin e hapjes së ofertave.

**Argumentimi:** Ky kriter, u miratua nga anëtarët e Njësise së Prokurimit që kanë specialitetin përkatës në lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu ky kriter gjë mbeshtetje në pikat 2 dhe 4 të nenit 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 5 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku është e cituar: 5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkak që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojnë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Autorizimi për OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokumenti domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues (**ref. Vendimit të KPP nr. 353/2014**). Ky kriter u mbështet edhe në **Rekomandimin nr. 3341/1 prot. Datë 20.03.2018 të Agjensisë së Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **”Rekomandim mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentet e tenderit të procedurave të prokurimit publik”**.

D) OE duhet të paraqesë **Autodeklarate që merr përsipër furnizimi/zevendësimin me pjesë këmbimi dhe aksesore dhe se:**

- Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të çertifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
- Të jenë të certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara në tregun European.
- Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesoret duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)\* vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre. *(Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit.)*

E) OE duhet të paraqesë **Autodeklarate ku deklaron se do të bëjë inspektimin e sigurisë së pajisjeve mjekësore, të paktën** 1(një) një inspektim sigurie sipas standartit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore MDD (ose MDR) 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745, kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Keshillit të Europës, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj gjatë periudhës së kësaj kontrate, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe çertifikuar, kur kjo është e zbatueshme. Inspektimi përfshin:

- a. Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
- b. Operatori Ekonomik duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
- c. Në përfundim të cdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë (OE) që kryen testin.
- d. Pas cdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
- e. Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
- f. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të veçanta, në kushte apo sipas nevojave të veçanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.



**Argumentimi:** Ky kriter është hartuar nga anetari i Njesise se Prokurimit që ka specialitetin perkatese ne lidhje me kriteret teknike dhe u vendosur referuar kërkesës me nr. 406/29 prot., datë 06.05.2025 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 406/28 prot., datë 15.04.2025 “Relacion për argumentimin nevojave, hartimin e specifikimeve teknike dhe llogaritjen fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt: **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT** , me Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me nr. 489 datë 04.11.2025, “Për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e nevojave për procedurën e prokurimit me objekt **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**. Saktësuar me relacioninin nr. 406/31 prot., datë 10.06.2025. Gjithashtu vendosja e këtij kriteri gjen si dhe është ne përputhje me nenin 38, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne nenin 41 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“,i ndryshuar, rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentat e tendernt te procedurave te prokurimit publik”, rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise“,Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të reja dhe origjinale dhe ne përputhje me ato te përdorura fillimisht (te garantuara nepermjet certifikimit CE ose FDA) është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që do te kryeje shërbimin e mirembajtje/riparimit, jep garancinë e riparimit te ketyre pajisjeve, ne rastet e nevojshme, sipas kerkesave te percaktuara ne dokumentat e tenderit. Theksojme se pajisjet mjekesore jane shume specifike dhe riparimi i tyre kerkon pjese specifike origjinale te vete pajisjes, per nje funksionimin te plote, te certifikuar me CE per te garantuar cilesia e tyre te plote.

- f) OE duhet të paraqesë Autodeklarate ku garanton se në rast të shpalljes fitues, do të kryejë **shërbimin e mirëmbajtjes**, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjesë të mundshme/gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve **të cilat janë të lidhura me pajisjen**, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- g) Ofertuesi (Operatori Ekonomik) duhet të lëshojë një Deklaratë me anë të së cilës **merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij** gjatë kohës së punës në ambientet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura punonjësve të Operatorit Ekonomik në ambientet e saj.
- h) OE duhet të paraqesë **Autodeklarate** me anë të së cilës **të përcaktojë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve** dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email). Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve. Stafi (i të Kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambjentet e Kontraktuesit dhe te shoqerohet nga stafi i Sektorit te Inxhinierise Klinike.

**Argumentimi:** Kriteret e vendosura ne DST ne pikat f), g), dhe h) jane vendosur nga anetaret e NjP qe kane specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike si dhe eshte ne perputhje me nenin 38, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne nenin 41 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentat e tenderit te procedurave te prokurimit publik”, rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise“, si dhe referuar Relacion per argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike nr. 406/28 prot.,date 15.04.2025 për **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**, nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesës “Për hapje procedure” nr. 406/29 prot, datë 06.05.2025 të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierise Klinike. Saktësuar me relacioninin nr. 406/31 prot., datë 10.06.2025. Deklarata e garancise per, **shërbimin e mirëmbajtjes**, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshme/gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesoreve **të cilat janë të lidhura me pajisjen**, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi, është përcaktuar sipas përcaktimit te specifikimeve teknike, kërkesave ne menyre qe te garantohet permbushja e kerkesave te AK te specifikuar ne relacionin nr. 406/28 prot.,date 15.04.2025.

### **Shenim për operatorët ekonomik:**

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike<sup>1</sup>. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.

- Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit permbushes per keto pika do te jete kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht skualifikimi.

- ## II. Argumentimi i specifikimeve teknike

**“Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të OSUNT”**

| Loti 2 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Aesculap/ B-Broun /ose ekuivalent |                        |                   |                |            |                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                             | Emri Pajisjes          | Prodhuesi         | Modeli         | Nr. Serisë | Vendodhja               | Shërbimi           |
| 11705                                                                                     | Sharrë Oshilante       | Aesculap/ B-Braun | Microspeed Uni | 4245       | Spitali Neurokirurgjise | Salle              |
| 21465                                                                                     | Kullë Neuro Endoskopie | Aesculap/B-Braun  | PV 890         | 1216       | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |

**Loti 3 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alsa/ose ekuivalent**



| Nr. Inventari | Emri Pajisjes     | Prodhuesi  | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                       |
|---------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 31507         | TreadMill         | Cardioline | XR600M | 6312000    | Qendra e Konsultave Ambulatore | Qendra e Konsultave Ambulatore |
| 21800         | Prove ushtri more | Cardioline | XR600R | 6412007    | Spitali Polivalent             | Sherbimi i Kardiologjise 1     |
| 21958         | Prove ushtri more | Cardioline | XR600R | 6412009    | Spitali Polivalent             | Mjekesia Interne HTA           |

| Loti 7 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Chest /ose ekuivalent |               |           |             |            |                          |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja                | Shërbimi                                        |
| 31067                                                                         | Spiro metër   | CHEST     | CHEST GRAPH | 1451856    | Godina e Pediatrie se Re | Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |

| Loti 8 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Carl Zeiss /ose ekuivalent |                       |            |        |            |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------|----------------|
| Nr. Inventari                                                                      | Emri Pajisjes         | Prodhuesi  | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi       |
| 19900                                                                              | Mikroskop Kirurgjikal | CARL ZEISS | S7     | 1938       | Francez   | Sherbimi i ORL |
| 19881                                                                              | Mikroskop Kirurgjikal | CARL ZEISS | S88    | 6213       | Francez   | Sherbimi i ORL |
|                                                                                    | Autoperimeter         | CARL ZEISS |        | 720/1      | Francez   | Sherbimi i ORL |

| Loti 9 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Comen /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                      |       |    |             |              |              |
|-------|----------------------|-------|----|-------------|--------------|--------------|
| 34757 | Defibrilator/Monitor | COMEN | S8 | S8200613024 | PAI Infektiv | PAI Infektiv |
| 34756 | Defibrilator/Monitor | COMEN | S8 | S8200613041 | PAI Infektiv | PAI Infektiv |

| Loti 10- Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alvo /ose ekuivalent |                     |           |        |               |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                | Emri Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë    | Vendodhja                  | Shërbimi                   |
| 32666                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326577 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32693                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326587 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32678                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326576 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33642                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326579 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33619                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326382 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33601                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326580 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33720                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326578 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 11 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Atom Medical /ose ekuivalent |                       |              |           |            |                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                         | Emri Pajisjes         | Prodhuesi    | Modeli    | Nr. Serisë | Vendodhja                 | Shërbimi                               |
| 19394                                                                                 | Inkubator             | ATOM MEDICAL | V-850     | 10605      | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 20946                                                                                 | Inkubator Kirurgjikal | ATOM MEDICAL | V-88      | 1163377    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 20963                                                                                 | Inkubator Kirurgjikal | ATOM MEDICAL | V-88      | 1163378    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 21234                                                                                 | Inkubator             | ATOM MEDICAL | INCUBATOR | 26X0783    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |

|       |           |                 |         |         |                              |                                           |
|-------|-----------|-----------------|---------|---------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 21243 | Inkubator | ATOM<br>MEDICAL | INCUB i | 26X0759 | Godina e re e<br>Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë<br>Pediatrike (REA) |
|-------|-----------|-----------------|---------|---------|------------------------------|-------------------------------------------|

| Loti 12 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Comecer /ose ekuivalent |                                       |               |         |                       |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                                 | Emri<br>i<br>Pajisjes                 | Prodhu<br>esi | Modeli  | Nr.<br>Serisë         | Vendodhja       | Shërbimi          |
| 21551                                                                            | Kape<br>radio<br>farm<br>aceut<br>ike | Comecer       | FGH LAF | 40C1F/0111/V112<br>88 | Spitali Qendror | Mjekesia Nukleare |

| Loti 13 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic /ose ekuivalent |                          |               |        |               |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                                                      | Emri<br>Pajisjes         | Prodhu<br>esi | Modeli | Nr.<br>Serisë | Vendodhja              | Shërbimi                      |
| 34010                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e-360T | G172030271    | Medtronic-<br>Covidien | Pediatri                      |
| 34011                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e-360T | G172030266    | Medtronic-<br>Covidien | Pediatri                      |
| 34012                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e-360T | G172030280    | Medtronic-<br>Covidien | Pediatri                      |
| 34661                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360-T | G172030277    | Medtronic-<br>Newport  | Semundjet e<br>Brendshme      |
| 34662                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360-T | G172030270    | Medtronic-<br>Newport  | Semundjet e<br>Brendshme      |
| 34663                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360-T | G172030276    | Medtronic-<br>Newport  | Semundjet e<br>Brendshme      |
| 20965                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360e  | N11360117608  | NEW<br>PORT            | Godina e Pediatrie se<br>Re   |
| 20986                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360e  | N11360117607  | NEW<br>PORT            | Godina e Pediatrie se<br>Re   |
| 19762                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360   | N6361110580   | NEW<br>PORT            | Kardiokirurgjia               |
| 19774                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360   | N60630910392  | NEW<br>PORT            | Kardiokirurgjia               |
| 21267                                                                                                 | Respirator               | NEW PORT      | e360   | G142090005    | NEW<br>PORT            | Godina e Pediatrie se<br>Re   |
| 32664                                                                                                 | Ligasure, 3<br>funksione | Ligasur       | LS10   | L15E0918GX    | Covidien               | Sallat e reja<br>Kirurgjikale |
| 32698                                                                                                 | Ligasure, 3<br>funksione | Ligasur       | LS10   | L19C0302GX    | Covidien               | Sallat e reja<br>Kirurgjikale |

|       |                               |                    |        |            |                            |                            |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 31059 | Pajisje për ngjitjen e venave | Covidien-Medtronic | VLFT10 | T3F52202DX | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33587 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172030272 |                            |                            |
| 34000 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172030268 |                            |                            |
| 33588 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172020259 |                            |                            |
|       | Motorr kraniotomie            | MEDTRONIC          | EC300  | NTC76134   |                            | Salla e Neurokirurgjisë    |

| Loti 14 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues De Souter /ose ekuivalent |                  |           |         |            |                 |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                      | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                                      |
| 31059                                                                              | Sharrë Oshilante | De Souter | DBR-700 | 14/00519   | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise(Salle Operacioni) |

| Loti 15 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Drager /ose ekuivalent |                  |           |                   |               |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli            | Nr. Serisë    | Vendodhja               | Shërbimi           |
| 11729                                                                           | Aparat Anestezie | DRAGER    | FABIUS PLUS       | ASBL-0308     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 11791                                                                           | Monitor pacienti | DRAGER    | INFINITY DELTA XL | 5308000000000 | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 11796                                                                           | Aparat Anestezie | DRAGER    | FABIUS PLUS       | ASBL-0309     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19270                                                                           | Respirator       | DRAGER    | EVITA XL          | ASBL-0353     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19272                                                                           | Respirator       | DRAGER    | EVITA XL          | ABSL-0351     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19349                                                                           | Respirator       | DRAGER    | EVITA XL          | ASBL-0350     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |



|       |                     |        |                         |                         |                                   |                                |
|-------|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 19352 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL | 6003000000000           | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19355 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19361 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19362 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19363 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19364 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19411 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19735 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASCD-0094               | Shërbimi I<br>Djegje<br>Plastikës | Salle, Reanimacion             |
| 19760 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | ASCD-0085               | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit    |
| 19788 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | 8414000-07<br>ARRD-0035 | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit    |
| 19794 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | 8414000-07              | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit    |
| 19808 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19809 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19815 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASBL-0310               | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19935 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19936 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion             |
| 19947 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASCF-0026               | Godina e<br>Djegje<br>Plastikes   | Shërbimi I Djegje<br>Plastikës |
| 19948 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASCF-0027               | Godina e<br>Djegje<br>Plastikes   | Shërbimi I Djegje<br>Plastikës |

|       |                  |        |                   |                      |                         |                                          |
|-------|------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 19949 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCE-0131            | Spitali Infektiv        | Shërbimi I Reanimacionit                 |
| 21157 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0072            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21158 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0078            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21166 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0081            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21189 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0074            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21371 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0077            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21682 | Respirator       | DRAGER | EVITA XL          | ASBL -0352           | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion                       |
| 21683 | Monitor pacienti | DRAGER | INFINITY DELTA XL |                      | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion                       |
| 30991 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | 8414000-07 ARRD-0033 | Spitali Infektiv        | Shërbimi I Reanimacionit                 |

| Loti 16 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alpinion /ose ekuivalent |               |           |             |            |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi                        |
| 31651                                                                             | Eko           | ALPINION  | ECUBE 15-EX | D012 22    | Neuroshkence          | Stroke Unit per Neurokirurgjine |
| 34660                                                                             | Eko           | ALPINION  | E-CUBE 9    | S042 85    | Semundjet e Brendshme | Semundjet e Brendshme           |

| Loti 17 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Esaote /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |     |        |                     |       |            |                             |
|-------|-----|--------|---------------------|-------|------------|-----------------------------|
| 19445 | Eko | ESAOTE | MYLAB 50<br>XVISION | 1524  | ESA<br>OTE | Kirurgjia e Pergjithshme    |
| 20768 | Eko | ESAOTE | MEGAS<br>GPX        | 1089  | ESA<br>OTE | Spitali Polivalent          |
| 30930 | Eko | ESAOTE | MyLAB30<br>CV       | 30930 | ESA<br>OTE | Sherbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 18 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues FUJI /ose ekuivalent |                                                     |           |         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes                                       | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja  | Shërbimi   |
| 20457 -<br>20350                                                              | PACS<br>Server<br>& 10<br>klente<br>Dicom<br>Viewer | FUJI      | Synapse |            | Spitali A1 | Spitali A1 |

| Loti 19 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Fujinon/ose ekuivalent |                                    |             |        |            |                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes                      | Prodhuesi   | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                      |
|                                                                                 | Kullë<br>Endosko<br>pie<br>komplet | Fujin<br>on |        |            | Spitali<br>Qendror | Sherbimi i Gastrohepatolgjise |

| Loti 20 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues GE Healthcare /ose ekuivalent |                     |                      |                |            |                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes       | Prodhuesi            | Modeli         | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi                                                  |
|                                                                                        | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Versana Active | 6128425WXO | Spitali<br>Polivalent | Radiologjia<br>Diagnostikues<br>e<br>Intervencionu<br>ese |
|                                                                                        | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Vivid T8       | 6167298WXO | Spitali<br>Polivalent | Sherbimi i<br>Kardiologjise<br>1                          |
|                                                                                        | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Vivid T8       | 6167400WXO | Spitali<br>Polivalent | Sherbimi i<br>Kardiologjise<br>1                          |
|                                                                                        | Prove<br>ushtrimore | GE<br>Healthcar<br>e | T2100-ST2      | GEDC-6786  | Spitali<br>Patologjik | Sherbimi i<br>Kardiologjise<br>1                          |

|       |                  |               |                            |            |                         |                                     |
|-------|------------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 19262 | Eko              | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167405WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 1          |
| 20953 | Ekografi + TEE   | GE Healthcare | Vivid T8 + TEE             | 6167298WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 20979 | Ekografi + TEE   | GE Healthcare | Vivid T8 + TEE             | 6167420WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 21037 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167405WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 21970 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167400WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 31380 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167409WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 34670 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167309WXO | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 34671 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear Advance) | LP9400842  | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 33652 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear)         | LP9440053  | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 33653 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear )        | LP9440043  | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 33846 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear )        | LP9440050  | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 32712 | Prove ushtrimore | GE Healthcare | T2100-ST Treadmill         | GEDC-6785  | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 32711 | Ergometer        | GE Healthcare | Ebike                      | 2021005248 | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2          |
| 19262 | Aparat Anestezie | GE Healthcare | AESPIRE VIEW               | APHR00580  | Spitali Pediatrik       | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike    |
| 19657 | EKO Kardiake     | GE Healthcare | Vivid S5                   | 0523VS 5   | Godina e Pediatri se Re | Sherbimi i Pediatri se Pergjithshme |
| 20953 | INKUBATOR        | GE Healthcare | Giraffe Incubator          | HDHR 52844 | Godina e Pediatri se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike    |

|       |                  |               |                   |                |                            |                                      |
|-------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 20979 | INKUBATOR        | GE Healthcare | Giraffe Incubator | HDHR52731      | Godina e Pediatrie se Re   | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike     |
| 21037 | EKO              | GE Healthcare | Vivid S5          | 1428VS5        | Spitali I Urgjencë Pranimi | Urgjences e Sëmundjeve të Brendëshme |
| 21970 | EKO Kardiakë     | GE Healthcare | Vivid E9          | GA314938-02    | Spitali I Urgjencë Pranimi | Mjekësia Interne (HTA)               |
| 31380 | EKO Kardiakë     | GE Healthcare | Vivid T8          | 606348WX0      | Godina e Pediatrie se Re   | Sherbimi i Pediatrie se Përgjithshme |
| 34670 | ECG              | GE Healthcare | MAC 600           | SS519380002PA  | Pediatri                   | Reanimacioni Pediatri                |
| 33652 | ECG              | GE Healthcare | MAC 600           | SS519370099PA  | Infektiv                   | REA Infektiv                         |
| 33653 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200021W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 33846 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200020W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 34829 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200016W A | Reanimacioni               | Reanimacioni                         |
| 32712 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200022W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 32682 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200019W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 32711 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200013W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 33636 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200014W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 33624 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200018W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 33739 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200017W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |
| 33728 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620   | SM619200015W A | Salle Kirurgjikale         | Salle Kirurgjikale                   |

|       |                                                                                                                                                                                                     |               |                 |            |                                             |                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 33755 | Njësia e ultrasound, intraoperativ e Eko inv 33755, shoqerohet me sondat: model C15RS, serial 759609WX1 inv 33754, model L39IRS serial BP190002 inv 33753, model L818IRS serial 278312YP4 inv 33752 | GE Healthcare | Logiq P9 R3     | LP9004077  | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale |
| 33797 | Njësia e ultrasound, reanimacioni Eko inv 33797, shoqerohet me sondat: model L6-12-RS, serial 748724WX2 inv 33798, model 4C-RS serial 762788WX8 inv 33799, model 3SC-RS serial 764890WX0 inv 33800  | GE Healthcare | Logiq V5 Expert | 6043516WXo | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale |

|       |               |                      |                       |               |            |                         |
|-------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 34638 | Eko Fikse     | GE<br>Healthcar<br>e | Versana<br>Premium VS | Sn 6036855WXO | Polivalent | REA e<br>Kardiologjise  |
| 34545 | Eko Fikse     | GE<br>Healthcar<br>e | Versana<br>Premium VS | Sn 6036837WXO | Polivalent |                         |
| 34640 | Eko portative | GE<br>Healthcar<br>e | Versana Active        | Sn 6054210WXO | Polivalent | Reanimacion             |
| 34630 | Eko portative | GE<br>Healthcar<br>e | Versana Active        | Sn 6054221WXO | Polivalent | Reanimacion             |
| 34828 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02303     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34829 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02313     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34825 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBR02307      | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34826 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02312     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34827 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02295     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34823 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | CBRZ80022     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34822 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02300     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34820 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02302     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34830 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02306     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34831 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02296     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34832 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02316     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34833 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02137     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34834 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02314     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34849 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02310     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |

|       |            |                      |                                              |                      |            |                         |
|-------|------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| 34835 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02304            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34851 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02299            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34850 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02294            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34852 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02308            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34837 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02297            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34836 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02301            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34838 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02298            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34839 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02305            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34840 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02311            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34841 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02315            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
|       | Eko        | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210300<br>10 | Infektiv   | Covid 3                 |
|       | Eko        | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210200<br>00 | Onkologjik | Imazheri                |
|       | Eko        | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210200<br>20 | Pediatri   | Urgjenca                |



|       |                     |                      |                                              |                      |                                 |                          |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
|       | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210300<br>00 | Pediatri                        | Imazheri                 |
|       | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210300<br>20 | Pediatri                        | Reanimacioni             |
|       | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 6054221WXO           | Shërbimi i<br>Imazherisë        | Shërbimi i<br>Imazherisë |
|       | Eko                 | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound |                      | Shërbimi i<br>Imazherisë        | Shërbimi i<br>Imazherisë |
| 35021 | EKO                 | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 6128344WXO           | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | REA Pediatri             |
| 20090 | Aparat<br>Anestezie | GE<br>Healthcar<br>e | Datex-Ohmeda<br>AESTIVA/5/71<br>00           | AMVE00353            | Spitali<br>Onkologjik           | Shërbimi<br>Onkologjik   |
| 34714 | Respirator          | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | CBRZ80315            |                                 |                          |
| 34775 | Respirator          | GE<br>Healthcar<br>e | CARESCAPE<br>R860                            | CBRZ06790            |                                 |                          |

| Loti 21 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Geister /ose ekuivalent |                  |           |              |                |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                                 | Emri<br>Pajisjes | Prodhuesi | Modeli       | Nr.<br>Serisë  | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 40573                                                                            | Elektrobisturi   | Geister   | Esu-<br>x350 | 19UG-<br>06/01 | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
| 40574                                                                            | Elektrobisturi   | Geister   | Esu-<br>x350 |                | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

|       |                |         |          |  |                    |                     |
|-------|----------------|---------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 40575 | Elektrobisturi | Geister | Esu-x350 |  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
|-------|----------------|---------|----------|--|--------------------|---------------------|

| Loti 22 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Glove Fast Cyto /ose ekuivalent |                   |                       |           |              |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Inventari                                                                            | Emri Pajisjes     | Prodhuesi             | Modeli    | Nr. Serisë   | Vendodhja         | Shërbimi          |
|                                                                                          | Kapë Farmaceutike | Glove Fast Cyto 2-6-4 | MP-B 3573 | SP-A2417 123 | Farmacia Qendrore | Farmacia Qendrore |
|                                                                                          | Kapë Farmaceutike | Glove Fast Cyto 2-6-4 | MP-B 3574 | SP-A2418 124 | Farmacia Qendrore | Farmacia Qendrore |
|                                                                                          | Kapë Farmaceutike | Glove Fast Cyto 2-6-4 | MP-B 3575 | SP-A2419 125 | Farmacia Qendrore | Farmacia Qendrore |

| Loti 23 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Hospivac /ose ekuivalent |               |           |        |            |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 40078                                                                             | Aspirator     | Hospivac  | CA-MI  | 25793      | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

| Loti 24 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues IMS /ose ekuivalent |               |           |            |            |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 19853                                                                        | Mamograf      | IMS       | Giotto 3DL |            | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

| Loti 25 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Infimed /ose ekuivalent |                |           |           |            |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes  | Prodhuesi | Modeli    | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 31963                                                                            | Shtrat Operimi | Infimed   | OT-02-552 | OT-02-552  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

| Loti 26 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Innomed Medical /ose ekuivalent |                      |                 |                  |            |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                            | Emri Pajisjes        | Prodhuesi       | Modeli           | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                           |
| 34743                                                                                    | Defibrilator         | Innomed Medical | Cardio Aid 360 B | 19206332   | Spitali Polivalent | Reparti i Hemodinamikës            |
| 34742                                                                                    | Defibrilator         | Innomed Medical | Cardio Aid 360 B | 19206336   | Spitali Patologjik | Reanimacioni i Kardiologjise       |
| 31386                                                                                    | Defibrilator Bifazik | Innomed Medical | Cardio-Aid 360-B | 19206335   | Urgjence Pranimi   | Mjekesia Interne (HTA)             |
| 34740                                                                                    | Defibrilator Bifazik | Innomed Medical | Cardio-Aid 360-B | 19206334   | Urgjence Pranimi   | Urgjenca e Semundjeve te Brendshme |
| 34741                                                                                    | Defibrilator Bifazik | Innomed Medical | Cardio-Aid 360-B | 19206333   | Patologjik         | Kardiologji I                      |

| Loti 27 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Interacustics /ose ekuivalent |               |               |                    |            |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes | Prodhuesi     | Modeli             | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi     |
| 35023                                                                                  | Audiometer    | Interacustics | Eclips e EP15 ASSR | 954575     | Spitali Francez | Shërbimi ORL |
| 35024                                                                                  | Timpanometer  | Interacustics | Intertek (titan)   | 4005727    | Spitali Francez | Shërbimi ORL |

| Loti 28 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Italray /ose ekuivalent |                             |           |                  |                 |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes               | Prodhuesi | Modeli           | Nr. Serisë      | Vendodhja | Shërbimi    |
| 33827                                                                            | Njësia rreze X, e lëvizshme | Italray   | Corsix 32 Energy | 260619-19-00001 | A1        | Reanimacion |
| 33804                                                                            | Njësia rreze X, e lëvizshme | Italray   | Corsix 32 Energy | 260619-19-00002 | COVID 3   | COVID 3     |

|           |                                                                                                                                                                                    |         |               |                     |                       |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 3371<br>9 | C-ARM me pjesët<br>perberese : Tubi serial<br>1607475 dhe inv<br>33718, Monitori 1<br>serial 721908320575<br>dhe inv 33717,<br>Monitori 2 serial<br>7821908320584 dhe<br>inv 33716 | Italray | Carmex<br>12F | 190719-<br>19-00001 | Salle<br>Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

| Loti 29 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Karl Storz /ose ekuivalent |                                                      |            |                               |               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                                    | Emri<br>Pajisjes                                     | Prodhuesi  | Modeli                        | Nr.<br>Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                            |
| 11669                                                                               | Litotriptor<br>Ultrasonic                            | Karl Storz | Calcuson                      | BK1547        | Kirurgjia e<br>Pergjithshme    | Sherbimi i Urologjise               |
| 19265                                                                               | Gastro-<br>Kolonoskop                                | Karl Storz | XENON<br>100/20136220         | NX1722        | Spitali<br>Pediatrik           | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 19436                                                                               | Litotriptor<br>Pneumatic ( koka e<br>Lithotripterit) | Karl Storz | Calcusplit                    | GF2916        | Kirurgjia e<br>Pergjithshme    | Sherbimi i Urologjise               |
| 19576                                                                               | Fibro-<br>Bronkoskop                                 | Karl Storz | Telepack-X                    | WX2882        | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re | Sherbimi i<br>Endokrinologji        |
| 19234                                                                               | Gastro-<br>Kolonoskop                                | Karl Storz | XENON<br>20132620             | UX1843        | Spitali<br>Infektiv            | Shërbimi Infektiv                   |
| 31218                                                                               | Sistem<br>Laparoskopie                               | Karl Storz | XENON<br>NOVA<br>300/20134020 | PX<br>0679630 | Spitali<br>Pediatrik           | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |

| Loti 30 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medec /ose ekuivalent |                     |           |         |               |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                               | Emri<br>Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli  | Nr.<br>Serisë | Vendodhja                  | Shërbimi           |
| 11640                                                                          | Aparat<br>Anestezie | Medec     | NEPTUNE | 12/27519      | Spitali Francez            | Sherbimi i ORL     |
| 19817                                                                          | Aparat<br>Anestezie | Medec     | NEPTUNE | 12-<br>04140  | Spitali<br>Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19837                                                                          | Aparat<br>Anestezie | Medec     | NEPTUNE | 12-<br>05440  | Spitali Francez            | Sherbimi i ORL     |

|       |                  |       |         |          |                 |                             |
|-------|------------------|-------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|
| 19838 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 12-05439 | Spitali Francez | Sherbimi i ORL              |
| 19839 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 12-05441 | Spitali Francez | Sherbimi i ORL              |
| 19840 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 18-05487 | Spitali Francez | Sherbimi i Okulistikes      |
| 30701 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 10/17042 | Spitali Qendror | Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 30948 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 12/28972 | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 31 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medici Medical /ose ekuivalent |                    |                |             |            |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                           | Emri Pajisjes      | Prodhuesi      | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                       |
| 40081                                                                                   | Vide o Dermatoskop | Medici Medical | Dermasc ope | D00508     | Qendra e Konsultave Ambulatore | Qendra e Konsultave Ambulatore |

| Loti 32 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medivators /ose ekuivalent |                  |           |         |            |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|------------|-----------|----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                       | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi                   |
| 33661                                                                               | Endoskop, single | SSD-102   | SSD-102 | 13099156   | A1        | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33745                                                                               | Endoskop, single | SSD-102   | SSD-102 | 13099934   | A1        | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 33 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Merivara /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                 |          |       |  |                    |                     |
|-------|-----------------|----------|-------|--|--------------------|---------------------|
| 40082 | Shtrat Operator | Merivara | Opera |  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
|-------|-----------------|----------|-------|--|--------------------|---------------------|

| Loti 34 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Micromed /ose ekuivalent |                     |           |            |                |                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Inventar i                                                                    | Emri Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë     | Vendodhja               | Shërbimi                             |
|                                                                                   | Elektroencefalogram | Micromed  | BRAINQUICK |                | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
|                                                                                   | Elektromiogram      | Micromed  | MYOQUICK   |                | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 21690                                                                             | Elektromiogram      | Micromed  | MYOQUICK   | MX3-0016/02-08 | SPITALI Neorokirurgjise | Reparti I Konsultave Neurokirurgjike |

| Loti 35 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Mindray /ose ekuivalent |               |           |                        |              |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli                 | Nr. Serisë   | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 40083                                                                            | Defibrilator  | Mindray   | Beneheart D6           | DG-12002952  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
| 33668                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-70 | A1                 | Reanimacion         |
| 33684                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-72 | A1                 | Reanimacion         |
| 33905                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-73 | A1                 | Reanimacion         |
| 33904                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-74 | A1                 | Reanimacion         |
| 33769                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-77 | A1                 | Reanimacion         |
| 33825                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-69 | A1                 | Reanimacion         |

|       |              |         |                        |              |                         |                                       |
|-------|--------------|---------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 33820 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-71 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33840 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-75 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33809 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-76 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33802 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-78 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33670 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-79 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33832 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-80 | A1                      | Reanimacion                           |
| 32695 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004825  | A1                      | Salla 1                               |
| 32681 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004828  | A1                      | Salla 2                               |
| 32661 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004822  | A1                      | Salla 3                               |
| 33643 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004823  | A1                      | Salla 4                               |
| 33615 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004824  | A1                      | Salla 5                               |
| 33614 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004826  | A1                      | Salla 6                               |
| 33723 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004827  | A1                      | Salla 7                               |
| 33688 | Defibrilator | Mindray | Beneheart D6           | DZ-96004824  | A1                      | Sallat e reja Kirurgjikale            |
|       | Defibrilator | Mindray | Beneheart D6           |              | A1                      | Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme |
|       | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004821  | A1                      | Klinika III                           |
|       | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           |              | A1                      | Klinika III                           |
| 35013 | Respirator   | Mindray | SV600                  | AA6-24015649 | Godina e Pediatri se Re | REA Pediatri                          |
| 20033 | Respirator   | Mindray | SV600                  | AA6-24015650 | Godina e Pediatri se Re | REA Pediatri                          |
| 20034 | Respirator   | Mindray | SV600                  | AA6-24015652 | Godina e Pediatri se Re | REA Pediatri                          |

|       |                     |         |                              |              |                                 |                                     |
|-------|---------------------|---------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 20015 | Respirator          | Mindray | SV600                        | AA6-24015648 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | REA Pediatri                        |
| 21226 | Respirator          | Mindray | SV600                        | AA6-24015651 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | REA Pediatri                        |
| 21202 | Aparat<br>Anestezie | Mindray | WATO<br>EX-65                | AT3-1B000140 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 21200 | Aparat<br>Anestezie | Mindray | WATO<br>EX-65                | AT3-1B000141 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 21221 | Aparat<br>Anestezie | Mindray | WATO<br>EX-65                | AT3-1B000157 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 33669 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046786  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33688 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046784  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33689 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046785  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33690 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046782  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33691 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046781  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33821 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046789  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33816 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046790  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33824 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046791  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33803 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046792  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33817 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046793  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33806 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046794  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |



|       |                  |         |                        |             |    |                            |
|-------|------------------|---------|------------------------|-------------|----|----------------------------|
| 33842 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046795 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33791 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046796 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33841 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046797 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33794 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046798 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33847 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046799 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33848 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046800 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33830 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046801 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 32703 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007034 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32683 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007039 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32677 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007033 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33637 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007036 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33620 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007037 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33610 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007035 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33725 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007038 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 36 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Fukuda Denshiv /ose ekuivalent |                  |               |           |            |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| Nr. Inventari                                                                           | Emri Pajisjes    | Prodhuesi     | Modeli    | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi              |
| 21235                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300728   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21236                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300725   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21239                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300729   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21240                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300726   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21241                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300727   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |

|       |                  |               |           |          |          |                       |
|-------|------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| 21242 | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300724 | Pediatri | Reanimacioni Pediatri |
|-------|------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------------------|

| Loti 37 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Nidek /ose ekuivalent |               |           |         |            |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                |
| 20103                                                                          | Laser Syri    | Nidek     | YC 1800 | 83035      | Spitali Francez | Shërbimi i Okulistiskës |

| Loti 38 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Nihon Kohden /ose ekuivalent |                  |              |                      |            |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                         | Emri Pajisjes    | Prodhuesi    | Modeli               | Nr. Serisë | Vendodhja                                  | Shërbimi                                  |
| 20922                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM - 4101K          | 85         | Pediatri                                   | Reanimacioni Pediatri                     |
| 30855                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM 3763             | 855        | Semundjet e Brendshme                      | Sherbimi i Kardiokirurgjise/ Salla        |
| 30944                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | LIFE SCOPE BSM 3663K | 334        | Semundjet e Brendshme                      | Sherbimi i Kardiokirurgjise/ Salla        |
| 11513                                                                                 | Defibrilator     | Nihon Kohden | CARDIOLIFE TEC-7721K | 80547      | Godina e Djegie Plastikes                  | Shërbimi I Djegie Plastikës               |
| 18773                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM-4113K            | 1627       | Kardiokirurgjia                            | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 19723                                                                                 | Defibrilator     | Nihon Kohden | TEC-7721K            | 80551      | Kirurgjia e Pergjithshme (djegie Plastika) | Shërbimi I Djegie Plastikës               |
| 19753                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM-4113K            | 1628       | Kardiokirurgjia                            | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 19754                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM-3763K            | 675        | Kardiokirurgjia                            | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |

|       |                     |                 |                         |            |                                  |                                                 |
|-------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 19766 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-3763K               | 890        | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19775 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4113K               | 1726       | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19778 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4113K               | 1629       | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19787 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-5105K               | 1720       | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19793 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-3763K               | 859        | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19796 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-3763K               | 60946<br>V | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 20958 | Defibrilator        | Nihon<br>Kohden | CARDIOLIFE<br>TEL-7521K | 2930       | Spitali<br>Pediatrik             | Sherbimi i Pediatrie se<br>Pergjithshme(Rea)    |
| 20984 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4101K               | 93         | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re   | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike             |
| 20988 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4101K               | 19         | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re   | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike             |
| 20999 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4101K               | 88         | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re   | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike             |
| 21981 | Defibrilator        | Nihon<br>Kohden | CARDIOLINE<br>TEC7721K  | 80548      | Spitali I<br>Urgjencë<br>Pranimi | Mjekesia Interne HTA                            |
| 31057 | Defibrilator        | Nihon<br>Kohden | TEC-SS21K               | 87092      | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise                  |

|       |              |              |                                         |       |                 |                                |
|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| 31292 | Defibrilator | Nihon Kohden | CARDIOLIFE<br>ACTIBIPHASIC<br>TEC 5521K | 11467 | Kardiokirurgjia | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise |
|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|

| Loti 39 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Bebig /ose ekuivalent |               |           |        |            |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi           |
| 40084                                                                          | Ortovoltazh   | Bebig     |        |            | Spitali<br>Onkologjik | Spitali Onkologjik |

| Loti 40 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Philips /ose ekuivalent |                  |           |                    |                            |                                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli             | Nr. Serisë                 | Vendodhja                         | Shërbimi                                              |
| 11635                                                                            | C-Arm            | Philips   | BV LIBRA           | 118                        | Kirurgjia e<br>Pergjithshme       | Sherbimi i Kirurgjise<br>Digjestive                   |
| 11676                                                                            | C-Arm            | Philips   | BV LIBRA           | 121                        | Kirurgjia e<br>Pergjithshme       | Sherbimi i Urologjisë                                 |
| 19763                                                                            | Grafi Portative  | Philips   | Practix 160        | P3-438<br>(9890-010-83711) | Kardiokirurgji<br>a               | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion)       |
| 19942                                                                            | C-Arm            | Philips   | BV LIBRA           | 120                        | Spitali<br>Neurokirurgjis<br>e    | Shërbimi I<br>Neurokirurgjise (salle,<br>Reanimacion) |
| 20096                                                                            | Defibrila<br>tor | Philips   | HEARTSTA<br>RT MRX | US<br>00559537             | Spitali<br>Patologjik             | Hemodinamika                                          |
| 21471                                                                            | Defibrila<br>tor | Philips   | HEARTSTA<br>RT MRX | US<br>00559532             | Spitali<br>Patologjik             | Hemodinamika                                          |
| 21488                                                                            | C-Arm            | Philips   | BV LIBRA           | 119                        | Spitali I<br>Kardiokirurgji<br>se | Shërbimi I Kirurgjise<br>Vaskulare                    |
| 21489                                                                            | Grafi Portative  | Philips   | Practix 300        | 0.0000002<br>54            | Spitali<br>Neurokirurgjis<br>e    | Sherbimi Neurovaskular<br>(Stroke)                    |
| 21747                                                                            | Defibrila<br>tor | Philips   | HEARTSTA<br>RT MRX | US<br>00559534             | Spitali<br>Patologjik             | Kardiologji Kati 2                                    |

|       |                                                                                |         |                      |             |                         |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 21751 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559533 | Spitali Patologjik      | Kardiologji Kati 2         |
| 21790 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559535 | Spitali Patologjik      | Kardiologji Kati 1         |
| 21797 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559530 | Spitali Patologjik      | Kardiologji Kati 1         |
| 21900 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559531 | Spitali Patologjik      | Reanimacion Kardiologjise  |
| 21975 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559536 | Spitali Patologjik      | Reanimacion Kardiologjise  |
| 21976 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559538 | Spitali Patologjik      | Reanimacion Kardiologjise  |
| 21976 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559539 | QKA                     | Prova Ushtrimore Ambulator |
| 31502 | Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti+infrastruktura rrjeti) | Philips | UT4800               | UT4800      | Spitali Patologjik      | Reanimacioni Kardiologjise |
| 34718 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100352752   | Infektiv                | Covid1                     |
| 34716 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100354470   | Infektiv                | Covid1                     |
| 34717 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100384903   | Infektiv                | Covid1                     |
| 19958 | Grafi/Skopi                                                                    | Philips | Kabineti Grafi-Skopi |             | Spitali Infektiv        | Spitali Infektiv           |
| 20219 | Grafi/Skopi                                                                    | Philips | Kabineti Grafi-Skopi |             | Spitali Neurokirurgjise | Spitali Neurokirurgjise    |
| 40085 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100354470   |                         |                            |
|       | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             |             |                         |                            |

| Loti 41 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Osteosys /ose ekuivalent |                 |           |        |            |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------|------------|-------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes   | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja  | Shërbimi          |
| 34693                                                                             | Aparat Osteosys | Osteosys  | DEXA   | 2100119    | Spitali A1 | Mjekesia Nukleare |

| Loti 42 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Progetti Medical /ose ekuivalent |               |           |             |             |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Nr Inventari                                                                              | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli      | Nr Serisë   | Vendodhja | Shërbimi        |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104024 | RL-20104024 | QSUT      | Ambulancat QSUT |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104057 | RL-20104057 | QSUT      | Ambulancat QSUT |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104056 | RL-20104056 | QSUT      | Ambulancat QSUT |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104052 | RL-20104052 | QSUT      | Ambulancat QSUT |

| Loti 43 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Siemens /ose ekuivalent |               |                      |                  |            |                    |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi            | Modeli           | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                     |
| 21757                                                                            | Eko           | Siemens Healthineers | ACUSON NX3 Elite | 21504930   | Spitali Patologjik | Reanimacioni i Kardiologjise |

|       |                 |                      |                     |             |                       |                                        |
|-------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 31051 | Eko kardiake    | Siemens Healthineers | Acuson X300 PE      | 25978330/12 | Kardiokirurgjia       | Sherbimi i Kardiokirurgjise            |
| 31957 | Eko kardiake    | Siemens Healthineers | Acuson X300 PE      | 25978330/12 | Kardiokirurgjia       | Sherbimi i Kardiokirurgjise            |
| 21879 | Eko             | Siemens Healthineers | Acuson sc2000       | 400395      | Spitali Polivalent    | Sherbimi i Kardiologjise 1             |
| 21784 | Eko             | Siemens Healthineers | Acuson x300 premium | 342739      | Spitali Patologjik    | Sherbimi i Kardiologjise 1             |
| 20228 | EKO             | Siemens Healthineers | ACUSON X300 PE      | 317447      | Spitali Neuroshkences | Reparti I Konsultave Neurokirurgjikale |
| 40086 | Eko             | Siemens Healthineers | NX3 elite           | (21)506669  | Spitali I Pediatrie   | Sherbimi I Imazherise                  |
| 21449 | Grafi portative | Siemens Healthineers | Arcadis             |             | Spitali Neuroshkences | Salle                                  |

| Loti 44 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medison/Sonoace /ose ekuivalent |               |                 |            |            |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. Inventari                                                                            | Emri Pajisjes | Prodhuesi       | Modeli     | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi              |
|                                                                                          | Eko           | Medison/Sonoace | Sonoace X4 | SAX4-GER   | Spitali Polivalent | Shërbimi i Imazherisë |

| Loti 45 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Terumo /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                      |        |                 |             |                 |                             |
|-------|----------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 30854 | Ekstrakorporal       | Terumo | Sarns 8000      | 30851152/53 | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 30951 | Ngrohës/Ftohës Gjaku | Terumo | Hemotherm 400MR | 064-12586M  | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 19651 | Ngrohës/Ftohës Gjaku | Terumo | Hemotherm 400MR | 064-12585M  | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 46 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Tomev /ose ekuivalent |                                   |           |         |            |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes                     | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                |
| 40088                                                                          | Perimetri e Syrit i Fushes Vizive | Tomev     | AP-2500 | WGAE001C   | Spitali Francez | Shërbimi i Okulistiskës |

| Loti 47 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues GMM /ose ekuivalentt |                        |           |              |                |                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes          | Prodhuesi | Modeli       | Nr. Serisë     | Vendodhja                         | Shërbimi                                    |
| 20691                                                                         | Sistem Radiografi e DR | GMM       | Calypso      | Calypso        | Spitali I Urgjencë Pranimi Kati-0 | Shërbimi I Imazherisë                       |
| 31235                                                                         | C-ARM                  | GMM       | MCA PRIME    | 65-12-04-08    | Spitali Pediatrik                 | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike            |
| 20669                                                                         | Sistem Radiografi e DR | GMM       | GMM          | Calypso        | Shërbimi I Imazherisë             | Shërbimi I Imazherisë                       |
|                                                                               |                        |           |              |                |                                   |                                             |
| 34624                                                                         | Grafi Portative        | GMM       | ACCOR D DR40 | 972-20-057-147 | Polivalent                        | Reanimacioni i sallave te reja kirurgjikale |



|       |                 |     |              |                |            |                      |
|-------|-----------------|-----|--------------|----------------|------------|----------------------|
| 34625 | Grafi Portative | GMM | ACCOR D DR40 | 972-20-056-146 | Polivalent | Reanimacioni Qendror |
|-------|-----------------|-----|--------------|----------------|------------|----------------------|

| Loti 48 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Koushin /ose ekuivalent |               |           |                   |            |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli            | Nr. Serisë | Vendodhja         | Shërbimi     |
| 19541                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106003     | Spitali Pediatrik | Urgjence     |
| 20925                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106018     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20927                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106015     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20928                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106013     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20987                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106012     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20948                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106017     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20926                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106014     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 31073                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106011     | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |
| 31075                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106008     | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |
| 31064                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106009     | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |

|       |             |         |                   |        |                   |              |
|-------|-------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------------|
| 31060 | Nebulizator | Koushin | CONFORT 2000KU401 | 106005 | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |
|-------|-------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------------|

| Loti 49 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Toshiba /ose ekuivalent |                       |           |                          |             |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes         | Prodhuesi | Modeli                   | Nr. Serisë  | Vendodhja                 | Shërbimi              |
| 21660                                                                            | Eko Doppler           | Toshiba   | Power vision 6000        | A1562 817   | Godina e Pediatrise se Re | Shërbimi I Imazherisë |
| 31986                                                                            | Eko Doppler           | Toshiba   | XARIO 200                | W5D17 62940 | Godina e Pediatrise se Re | Shërbimi I Imazherisë |
| 31995                                                                            | Sistem Radiografie DR | Toshiba   | Plessart VIVO DREX-PV 50 | E2C17 62060 | Godina e Pediatrise se Re | Shërbimi I Imazherisë |

| Loti 50 - Shërbim mirëmbajtje Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Sockert /ose ekuivalent |               |           |        |            |                       |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                                        | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi                           |
| 30998                                                                                                | Ekstraktor    | Sockert   |        | 45458      | Semundjet e Brendshme | Shërbimi i Kardiokirurgjise/ Salla |

| Loti 51 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Sonosite /ose ekuivalent |               |           |         |            |                                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                |
| 21402                                                                             | EKO Kardiake  | Sonosite  | M-TURBO | WR 1290    | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Reparti i Hemodinamikës |

| Loti 52 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Heyer /ose ekuivalent |                  |           |            |                |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë     | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 32655                                                                          | Aparat Anestezie | Heyer     | Medical AG | 0835-0718-1167 | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
| 32660                                                                          | Aparat Anestezie | Heyer     | Medical AG | 0835-0718-1166 | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

|  |                  |       |            |                |    |                          |
|--|------------------|-------|------------|----------------|----|--------------------------|
|  | Aparat anestezie | Heyer | Medical AG | 0835-0718-1165 | A1 | Spitali Urgjencë pranimi |
|--|------------------|-------|------------|----------------|----|--------------------------|

| Loti 53 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Axcent Medical/ose ekuivalent |               |                |          |            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes | Prodhuesi      | Modeli   | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi           |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00328  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00335  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00340  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00360  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00370  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |

| Loti 54 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Storz /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 32679 | Paketa e<br>endoskopisë, e<br>plotë, me<br>Video<br>Identifikues<br>Burimi i<br>Drites serial<br>SQ05383 dhe<br>inv 32679,<br>pjeset<br>perberese te<br>tjera jane:<br>Procesor<br>Imazhi serial<br>OQ1872 dhe<br>inv 32671,<br>Printer serial<br>740496 dhe<br>inv 32674,<br>Pompe<br>Irrigimi serial<br>RQ01354 dhe<br>inv 32702,<br>Koka e<br>Kameres serial<br>RQ806073 - P<br>dhe inv 32680,<br>Monitori serial<br>8002589 dhe<br>inv 32673,<br>Karreli<br>mbajtes serial<br>PQ02275 dhe<br>inv 32672,<br>Endoflator<br>serial<br>RQ03326 dhe<br>inv 32670 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02275+RQ1006<br>691+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002589+80607<br>3-P+OQ006845-<br>k+RQ03326+RQ01<br>354+SQ05383+LO<br>TOQ17+OQ1872+7<br>40496+121ADE+S<br>Q01/RQ13/SQ12/R<br>Q02+RQ19/RQ19/<br>SQ02/RQ04+SQ04/<br>RQ01/SQ01+SQ05/<br>SQ19/RQ44 | PAI<br>Polivalent | PAI<br>Polivalent |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 32669 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me VideoIdentifikues Burimi i Dritës serial SQ05378 dhe inv 32669, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1865 dhe inv 32707, Printer serial 740514 dhe inv 32688, Pompe Irrigimi serial RQ01358 dhe inv 32692, Koka e Kameres serial RQ806075 - P dhe inv 32668, Monitori serial 8002532 dhe inv 32708, Karreli mbajtes serial PQ02256 dhe inv 32687, Endoflator serial RQ03324 dhe inv 32696 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02256+RQ1006<br>692+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002532+80607<br>5-<br>P+OQ005599+RQ0<br>3324+RQ01358+S<br>Q05378+LOTOQ1<br>7+OQ1865+740514<br>+121AJQ+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 32690 | Paketa e<br>endoskopisë, e<br>plotë, me<br>Video<br>Identifikues<br>Burimi i<br>Drites serial<br>SQ05375 dhe<br>inv 32690,<br>pjeset<br>perberese te<br>tjera jane:<br>Procesor<br>Imazhi serial<br>OQ1871 dhe<br>inv 33649,<br>Printer serial<br>740516 dhe<br>inv 33645,<br>Pompe<br>Irrigimi serial<br>RQ01355 dhe<br>inv 33650,<br>Koka e<br>Kameres serial<br>RQ806072 - P<br>dhe inv 33648,<br>Monitori serial<br>8002594 dhe<br>inv 33644,<br>Karreli<br>mbajtes serial<br>PQ02276 dhe<br>inv 33646,<br>Endoflator<br>serial<br>RQ03337 dhe<br>inv 32689 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02276+RQ1006<br>711+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002594+80607<br>2-P+PQ006846-<br>K+RQ03337+RQ01<br>355+SQ05375+LO<br>TOQ17+OQ1871+7<br>40516+121AK1+S<br>Q01/RQ13/SQ12/R<br>Q02+RQ19/RQ19/<br>SQ02/RQ04+SQ04/<br>RQ01/SQ01+SQ05/<br>SQ19/RQ44 | Storz | Sallat e<br>reja<br>Kirurgjikal<br>e |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 33627 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me Video Identifikues Burimi i Drites serial SQ05385 dhe inv 33627, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1885 dhe inv 33626, Printer serial 740510 dhe inv 33635, Pompe Irrigimi serial RQ01357 dhe inv 33629, Koka e Kameres serial RQ806081 - P dhe inv 33628, Monitori serial 8002523 dhe inv 33634, Karreli mbajtes serial PQ02258 dhe inv 33631, Endoflator serial RQ03335 dhe inv 33633 |  | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02258+RQ1006<br>699+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002523+RQ80<br>6081-<br>P+PQ006839K+RQ<br>03335+RQ01357+S<br>Q05385+LOTOQ1<br>7+OQ1885+740510<br>+121AC3+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44+ | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 33609 | Paketa e<br>endoskopisë, e<br>plotë, me<br>Video<br>Identifikues<br>Burimi i<br>Drites serial<br>SQ05380 dhe<br>inv 33609,<br>pjeset<br>perberese te<br>tjera jane:<br>Procesor<br>Imazhi serial<br>OQ1869 dhe<br>inv 33613,<br>Printer serial<br>740520 dhe<br>inv 33604,<br>Pompe<br>Irrigimi serial<br>RQ01352 dhe<br>inv 33608,<br>Koka e<br>Kameres serial<br>RQ806078 - P<br>dhe inv 33612,<br>Monitori serial<br>8002570 dhe<br>inv 33605,<br>Karreli<br>mbajtes serial<br>PQ02277 dhe<br>inv 33606,<br>Endoflator<br>serial<br>RQ03327 dhe<br>inv 33607 |  | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02277+RQ1006<br>690+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002570+80607<br>8-<br>P+OQ006097+RQ0<br>3327+RQ01352+S<br>Q05380+LOTOQ1<br>7+OQ1869+740520<br>+121AAQ+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44 | Storz | Sallat e<br>reja<br>Kirurgjikal<br>e |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 33733 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me Video Identifikues Burimi i Drites serial SQ05386 dhe inv 33733, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1895 dhe inv 33735, Printer serial 740506 dhe inv 33736, Pompe Irrigimi serial RQ01356 dhe inv 33732, Koka e Kameres serial RQ806080 - P dhe inv 33731, Monitori serial 8002593 dhe inv 33737, Karreli mbajtes serial PQ02278 dhe inv 33738, Endoflator serial RQ03334 dhe inv 33734 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02278+RQ1006<br>702+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002593+80680<br>-P+PQ006841-<br>K+RQ03334+RQ01<br>356+SQ05386+LO<br>TOQ17+OQ1895+7<br>40506+121ABY+S<br>Q01/RQ13/SQ12/R<br>Q02+RQ19/RQ19/<br>SQ02/RQ04+SQ04/<br>RQ01/SQ01+SQ05/<br>SQ19/RQ44 | Storz | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 33712 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me Video Identifikues Burimi i Dritës serial SQ05382 dhe inv 33712, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1896 dhe inv 33714, Printer serial 740495 dhe inv 33713, Pompe Irrigimi serial RQ01362 dhe inv 33709, Koka e Kameres serial RQ806076 - P dhe inv 33711, Monitori serial 8002521 dhe inv 33708, Karreli mbajtes serial PQ02257 dhe inv 33715, Endoflator serial RQ03321 dhe inv 33710 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02257+RQ1006<br>698+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002521+80607<br>6-<br>P+PQ006838R+RQ<br>03321+RQ01362+S<br>Q05382+LOTOQ1<br>7+OQ1896+740495<br>+121ABT+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

| Loti 55 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Shimadzu /ose ekuivalent |                  |           |          |              |                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|--------------|------------------|----------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli   | Nr. Serisë   | Vendodhja        | Shërbimi                         |
| 19912                                                                             | Grafi Portative  | Shimadzu  | MUX10    | 0462P81610   | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv |
|                                                                                   | Grafi Stacionare | Shimadzu  | RADspeed | MP41EEEC6002 | PAI Pediatriisë  | Sherbimi I Imazherisë            |

| Loti 56 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Integra LifeScience /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                                | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                         |                              |                         |            |                      |                            |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 19431 | Aspirator<br>UltraSonic | AspUltraSonic<br>Kirurgjikal | INTEGRA<br>LifeSciences | FCL1000103 | PAI<br>Neuroshkences | Spitali<br>Neurokirurgjise |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------|

| Loti 57 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Zoll /ose ekuivalent |                        |           |               |               |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                              | Emri<br>Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli        | Nr.<br>Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                   |
| 34954                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031574   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34947                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H027903   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34946                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033821   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34958                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H032251   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34951                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H027598   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34950                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031537   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34952                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H029827   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34943                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H029824   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34942                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034539   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34949                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034657   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34944                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034679   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34940                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033384   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34945                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031531   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34948                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031547   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34991                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H0029422  | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34992                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034513   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34959                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033630   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34956                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033753   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34955                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H032321   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34953                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H032623   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34941                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033847   | PAI<br>Pediatrik   | Reanimacioni I Pediatriisë |

|  |              |      |   |             |                 |                 |
|--|--------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|
|  | Defibrilator | Zoll | R | AF16L061689 | Spitali Qendror | Spitali Qendror |
|--|--------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|

| Loti 58 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekesore prodhues Mizuho /ose ekuivalent |                    |           |        |            |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|------------|-----------------|---------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes      | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                  |
| 19577                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514509     | PAI Pediatriisë | Urgjenca                  |
| 19560                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514506     | PAI Pediatriisë | Urgjenca                  |
| 31196                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514506     | PAI Pediatriisë | Salle                     |
| 31198                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514511     | PAI Pediatriisë | Salle                     |
| 31197                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514501     | PAI Pediatriisë | Salle                     |
| 20917                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514507     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20918                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514489     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20943                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514491     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20923                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514498     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20924                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514504     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 19983                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514496     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni I kirurgjise |
| 19393                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514500     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni I kirurgjise |
| 19388                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514492     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-11              |
| 19792                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514487     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-12              |
| 19348                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514505     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-13              |
| 19674                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514510     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-14              |
| 19660                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514499     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-15              |

| Loti 59 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Nakamura /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |



| <b>Nr. Inventari</b> | <b>Emri Pajisjes</b>                            | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b>       | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b>         | <b>Shërbimi</b>     |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 19241                | Lithotriptor C-Arm                              | Storz Medical    | Modulith SLX-F2     | OR.547            | Kirurgjia e Pergjithshme | Shërbimi Urologjisë |
|                      | Zëvendësim koke goditëse për Lithotriptor C-Arm | Storz Medical    | Për Modulith SLX-F2 |                   | Kirurgjia e Pergjithshme | Shërbimi Urologjisë |

| <b>Loti 63 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Mediso /ose ekuivalent</b> |                        |                  |               |                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr. Inventari</b>                                                                   | <b>Emri Pajisjes</b>   | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b> | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b> | <b>Shërbimi</b>  |
| 19241                                                                                  | Gama Kamera e Tiroides | Mediso           | Nulline       |                   | Mjeksia Nukleare | Mjeksia Nukleare |

| <b>Loti 64 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues JPI/ose ekuivalent</b> |                      |                  |               |                   |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nr. Inventari</b>                                                               | <b>Emri Pajisjes</b> | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b> | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b> | <b>Shërbimi</b> |
| 34689                                                                              | Digital X-Ray        | JPI              | DRE 150       | DRE 1502103002    | Onkologjik       | Imazheri        |

| <b>Loti 65 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Aeonmed/ose ekuivalent</b> |                      |                  |               |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nr. Inventari</b>                                                                   | <b>Emri Pajisjes</b> | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b> | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b> | <b>Shërbimi</b> |
| 34600                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZV1826   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34076                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZU3172   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34110                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZV1811   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34038                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZV1887   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34033                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZU3091   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |

| Loti 66 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Maquet/ose ekuivalent |                      |           |                         |            |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes        | Prodhuesi | Modeli                  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi        |
| 20171                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 1131,12                 | 94         | Spitali Francez | Spitali Francez |
| 20180                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 1131.12BO               | 0.00095    | Spitali Francez | Spitali Francez |
| 30703                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | DELTA CLASSIC 1115.01CO | 8057       | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 30949                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 111501CO                | 8059       | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 31278                                                                          | Ekstrakorporal       | MAQUET    | HL 20                   | 94004211   | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 31280                                                                          | Ngrohës/Ftohës Gjaku | MAQUET    | HCU30                   | 101689     | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 31283                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 1115.01CD               | 1115.01CD  | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |

| Loti 67 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Olympus/ose ekuivalent |                     |           |            |            |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                 |
| 11953                                                                           | Sistem Laparoskopie | OLYMPUS   | CLV-180    | 7110397    | Spitali Polivalent | Kirurgjia e Përgjithshme |
| 30900                                                                           | Gastro-Fibroskop    | OLYMPUS   | EVIS EXERA | 7011515    | Spitali Polivalent | Kirurgjia e Përgjithshme |

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCËS:**

### ***(TË NJEJTA PËR TË GJITHA LOTET)***

#### **Specifikimet Teknike të Përgjithshme**

1. Operatori ekonomik duhet të ketë më shumë se një numër kontakti për raportimin e defekteve dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëjë me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe/ose e-mail).
2. Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve.
3. Stafi (i të kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambientet e Kontraktuesit dhe të shoqërohet nga stafi i Sektorit të Inxhinierisë Klinike.
4. Stafi teknik i operatorit ekonomik që do të punojë në QSUNT për kryerjen e shërbimit të mirëmbajtjes duhet të jetë i siguar pasi kjo e fundit (QSUNT) nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura punonjësve të operatorit ekonomik në ambientet e saj.

#### **Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore**

1. Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit përkatës për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e tyre dhe pjesëve përbërëse, për të ruajtur pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetërsimi apo përkeqësimi i performancës.
2. Shërbimi për ndërhyrjet e mirëmbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese të pajisjeve mjekësore duhet të kryhet nga 2 (dy) Inxhinierë/Specialistë të certifikuar dhe të trajnuar për pajisjet mjekësore objekt prokurimi.
3. Operatori Ekonomik (Ofertuesi) duhet të paraqesë Rekomandimet nga prodhuesi i pajisjes/ve dhe një plan veprimesh të mirëmbajtjes parandaluese që përcakton periodicitetin, procedurat operative dhe protokollet që synon të përdorë, përfshirë kalibrimet.

#### **Mirëmbajtja korrigjuese e pajisjeve mjekësore**

1. Ndërhyrjet e mirëmbajtjes korrigjuese konsistojnë në përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionimi, në identifikimin e shkaqeve, eliminimin e tyre dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, për garantimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe sigurisë së saj.



2. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjesë të mundshëm/e gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me të, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor si: Tuba X-ray, Dedektorë, Komputera, Hard Drive, DVD-CD, Keyboard, Monitor, RAM, UPS, Bllok ushqimi, printer, infrastrukture rrjeti, fisha, sonda, mansheta, sensorë, elektroda, Ingranazhe, pjesë elektronike, elektrike, mekanike, hidraulike, valvula, pjesë mekanike, rrota, pistona, motorrë etj, që ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi përkatës.
3. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar/verifikuar/konstatuar problematikën brenda 2 (dy) orëve nga marrja e njoftimeve (me e-mail dhe/ose telefon te të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Autoriteti Kontraktor për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme, konfigurime, sinjalizime apo defekte të pajisjes.
4. Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korrigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 48 orë pas konstatimit.
5. Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike.
6. Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorësh, shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë kalibrimet e nevojshme, verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
7. Shoqëria e kontraktuar do mundësojë të paktën një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.
8. Lëvizja, spostimi, çmontimi dhe rimontimi i pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes korrigjuese është në ngarkim dhe përgjegjësi të të Kontraktuarit.

### **Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë**

1. Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të certifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
2. Të jenë të certifikuara me CE sipas standardeve dhe direktivave të aprovuara në tregun European.
3. Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
4. Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)\* vit garanci nga rikthimi në gjendje të plotë funksionale të pajisjes, ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

*(\*Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kontratës/marrëveshjes së lidhur. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arritjen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)*

### **Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore**

1. Operatori Ekonomik duhet të kryejë të paktën 1(një) inspektim sigurie sipas standardit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore MDD (ose MDR) 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745 dhe azhurnimet përkatëse, sipas aplikueshmërisë dhe Direktivave dhe klasifikimit të Këshillit të Evropës, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj gjatë periudhës së kësaj kontrate, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe certifikuar, sipas nevojave të AK.
2. Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara, në bashkëpunim me stafin e AK bazuar në specifikimet e prodhuesit.
3. Në përfundim të çdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e AK dhe Inxhinieri/Specialisti i kompanisë (OE) që kryen testin.
4. Pas çdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese ( të standardizuar nga AK) e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
5. Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
6. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të veçanta, në kushte apo sipas nevojave të veçanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos ne mbështetje te Shkreses nr. 406/29 prot., datë 06.05.2025 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 406/28 prot., datë 15.04.2025 “Relacion për argumentimin nevojave, hartimin e specifikimeve teknike dhe llogaritjen fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt: **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**, me Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me nr. 489 datë 04.11.2024, “Për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e nevojave për procedurën e prokurimit me objekt **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**, Saktësuar me relacioninin nr. 406/31 prot., datë 10.06.2025, si dhe ne perputhje me nenin 4, pika 38 të Ligjin nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, nenin 41, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

### **Shtojca 7.**

**FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT****(TË NJEJTA PËR TË GJITHA LOTET)**

**Shërbimi që kërkohet:** Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 67 lote.

**Shërbimi që kërkohet:**

| Loti 1 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alcon /ose ekuivalent |               |           |           |             |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli    | Nr. Serisë  | Vendodhja       | Shërbimi                |
| 20149                                                                         | Fako          | Alcon     | Infiniti  | 1202711301X | Spitali Francez | Sherbimi Okulistiskës   |
| 20010                                                                         | Lazer Retines | Alcon     | Purepoint | 1202755401X | Spitali Francez | Shërbimi i Okulistiskës |
| 40077                                                                         | Fako          | Alcon     | Centurion | 1403373101X | Spitali Francez | Blloku operator         |

| Loti 2 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Aesculap/ B-Broun /ose ekuivalent |                        |                   |                |            |                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                             | Emri Pajisjes          | Prodhuesi         | Modeli         | Nr. Serisë | Vendodhja               | Shërbimi           |
| 11705                                                                                     | Sharrë Oshilante       | Aesculap/ B-Braun | Microspeed Uni | 4245       | Spitali Neurokirurgjise | Salle              |
| 21465                                                                                     | Kullë Neuro Endoskopie | Aesculap/B-Braun  | PV 890         | 1216       | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |

| Loti 3 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alsa/ose ekuivalent |                          |           |                 |            |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------------------|
| Nr. Inventar i                                                              | Emri Pajisjes            | Prodhuesi | Modeli          | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi                   |
|                                                                             | Njësia elektrokirurgjike | Alsa      | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5996  | A1        | Sallat e reja Kirurgjikale |
|                                                                             | Njësia elektrokirurgjike | Alsa      | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5993  | A1        | Sallat e reja Kirurgjikale |

|       |                          |      |                 |           |    |                            |
|-------|--------------------------|------|-----------------|-----------|----|----------------------------|
|       | Njësia elektrokirurgjike | Alsa | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5994 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
|       | Njësia elektrokirurgjike | Alsa | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5999 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
|       | Njësia elektrokirurgjike | Alsa | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5995 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
|       | Njësia elektrokirurgjike | Alsa | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5998 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
|       | Njësia elektrokirurgjike | Alsa | EXCELL 400 MCDS | 4/19/5997 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33666 | Njësia e radiofrekuencës | Alsa | EXCELL 350 MCDS | 2530055   | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33667 | Njësia e radiofrekuencës | Alsa | EXCELL 350 MCDS | 2530420   | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 4 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Arrow Teleflex /ose ekuivalent |                    |                |             |            |                 |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes      | Prodhu esi     | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                    |
| 19796                                                                                  | Pompe Intraaortike | Arrow Teleflex | AUTO CAT II | 60946V     | Kardiokirurgjia | Shërbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 5 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Bowa /ose ekuivalent |                 |            |         |            |                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                | Emri Pajisjes   | Prodhu esi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                    |
| 34734                                                                        | Elektroobisturi | Bowa       | ARC 350 | 900-351    | Kardiokirurgjia | Shërbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 6 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Cardioline /ose ekuivalent |               |            |        |            |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                      | Emri Pajisjes | Prodhu esi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                       |
| 31507                                                                              | TreadMill     | Cardioline | XR600M | 6312000    | Qendra e Konsultave Ambulatore | Qendra e Konsultave Ambulatore |

|       |                   |            |        |         |                    |                            |
|-------|-------------------|------------|--------|---------|--------------------|----------------------------|
| 21800 | Prove ushtri more | Cardioline | XR600R | 6412007 | Spitali Polivalent | Sherbimi i Kardiologjise 1 |
| 21958 | Prove ushtri more | Cardioline | XR600R | 6412009 | Spitali Polivalent | Mjekesia Interne HTA       |

| Loti 7 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Chest /ose ekuivalent |               |           |             |            |                          |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja                | Shërbimi                                        |
| 31067                                                                         | Spirometër    | CHEST     | CHEST GRAPH | 1451856    | Godina e Pediatrie se Re | Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |

| Loti 8 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Carl Zeiss /ose ekuivalent |                       |            |        |            |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------|----------------|
| Nr. Inventari                                                                      | Emri Pajisjes         | Prodhuesi  | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi       |
| 19900                                                                              | Mikroskop Kirurgjikal | CARL ZEISS | S7     | 1938       | Francez   | Sherbimi i ORL |
| 19881                                                                              | Mikroskop Kirurgjikal | CARL ZEISS | S88    | 6213       | Francez   | Sherbimi i ORL |
|                                                                                    | Autoperimeter         | CARL ZEISS |        | 720/1      | Francez   | Sherbimi i ORL |

| Loti 9 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Comen /ose ekuivalent |                      |           |        |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------|--------------|--------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes        | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë  | Vendodhja    | Shërbimi     |
| 34757                                                                         | Defibrilator/Monitor | COMEN     | S8     | S8200613024 | PAI Infektiv | PAI Infektiv |
| 34756                                                                         | Defibrilator/Monitor | COMEN     | S8     | S8200613041 | PAI Infektiv | PAI Infektiv |

| Loti 10- Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alvo /ose ekuivalent |                     |           |        |               |                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                | Emri Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë    | Vendodhja                  | Shërbimi                   |
| 32666                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326577 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32693                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326587 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32678                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326576 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33642                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326579 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33619                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326382 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33601                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326580 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33720                                                                        | Tavolinë Operacioni | Alvo      | SONATA | S190000326578 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 11 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Atom Medical /ose ekuivalent |                       |              |        |            |                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                         | Emri Pajisjes         | Prodhuesi    | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja                 | Shërbimi                               |
| 19394                                                                                 | Inkubator             | ATOM MEDICAL | V-850  | 10605      | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 20946                                                                                 | Inkubator Kirurgjikal | ATOM MEDICAL | V-88   | 1163377    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 20963                                                                                 | Inkubator Kirurgjikal | ATOM MEDICAL | V-88   | 1163378    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 21234                                                                                 | Inkubator             | ATOM MEDICAL | INCUI  | 26X0783    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |
| 21243                                                                                 | Inkubator             | ATOM MEDICAL | INCUI  | 26X0759    | Godina e re e Pediatriisë | Shërbimi i Kirurgjisë Pediatrike (REA) |

| Loti 12 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Comecer /ose ekuivalent |                         |           |         |                   |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes           | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë        | Vendodhja       | Shërbimi          |
| 21551                                                                            | Kape radio farmaceutike | Comecer   | FGH LAF | 40C1F/0111/V11288 | Spitali Qendror | Mjekesia Nukleare |

| Loti 13 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic /ose ekuivalent |                               |                    |        |              |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                                         | Emri Pajisjes                 | Prodhuesi          | Modeli | Nr. Serisë   | Vendodhja                  | Shërbimi                   |
| 34010                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172030271   | Medtronic-Covidien         | Pediatri                   |
| 34011                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172030266   | Medtronic-Covidien         | Pediatri                   |
| 34012                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172030280   | Medtronic-Covidien         | Pediatri                   |
| 34661                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360-T | G172030277   | Medtronic-Newport          | Semundjet e Brendshme      |
| 34662                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360-T | G172030270   | Medtronic-Newport          | Semundjet e Brendshme      |
| 34663                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360-T | G172030276   | Medtronic-Newport          | Semundjet e Brendshme      |
| 20965                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360e  | N11360117608 | NEW PORT                   | Godina e Pediatrie se Re   |
| 20986                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360e  | N11360117607 | NEW PORT                   | Godina e Pediatrie se Re   |
| 19762                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360   | N6361110580  | NEW PORT                   | Kardiokirurgjia            |
| 19774                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360   | N60630910392 | NEW PORT                   | Kardiokirurgjia            |
| 21267                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e360   | G142090005   | NEW PORT                   | Godina e Pediatrie se Re   |
| 32664                                                                                                 | Ligasure, 3 funksione         | Ligasur            | LS10   | L15E0918GX   | Covidien                   | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32698                                                                                                 | Ligasure, 3 funksione         | Ligasur            | LS10   | L19C0302GX   | Covidien                   | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 31059                                                                                                 | Pajisje për ngjitjen e venave | Covidien-Medtronic | VLFT10 | T3F52202DX   | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33587                                                                                                 | Respirator                    | NEW PORT           | e-360T | G172030272   |                            |                            |

|       |                       |           |        |            |  |                            |
|-------|-----------------------|-----------|--------|------------|--|----------------------------|
| 34000 | Respirator            | NEW PORT  | e-360T | G172030268 |  |                            |
| 33588 | Respirator            | NEW PORT  | e-360T | G172020259 |  |                            |
|       | Motorr<br>kraniotomie | MEDTRONIC | EC300  | NTC76134   |  | Salla e<br>Neurokirurgjisë |

| Loti 14 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues De Souter /ose ekuivalent |                  |           |         |            |                 |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                      | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                                      |
| 31059                                                                              | Sharrë Oshilante | De Souter | DBR-700 | 14/00519   | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise(Salle Operacioni) |

| Loti 15 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Drager /ose ekuivalent |                  |           |                   |               |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli            | Nr. Serisë    | Vendodhja               | Shërbimi           |
| 11729                                                                           | Aparat Anestezie | DRAGER    | FABIUS PLUS       | ASBL-0308     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 11791                                                                           | Monitor pacienti | DRAGER    | INFINITY DELTA XL | 5308000000000 | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 11796                                                                           | Aparat Anestezie | DRAGER    | FABIUS PLUS       | ASBL-0309     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19270                                                                           | Respirator       | DRAGER    | EVITA XL          | ASBL-0353     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19272                                                                           | Respirator       | DRAGER    | EVITA XL          | ABSL-0351     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19349                                                                           | Respirator       | DRAGER    | EVITA XL          | ASBL-0350     | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19352                                                                           | Monitor pacienti | DRAGER    | INFINITY DELTA XL | 6003000000000 | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19355                                                                           | Monitor pacienti | DRAGER    | INFINITY DELTA XL |               | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |



|       |                     |        |                         |                         |                                   |                                                |
|-------|---------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 19361 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19362 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19363 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTAXL     |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19364 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19411 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19735 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASCD-0094               | Shërbimi I<br>Djegje<br>Plastikës | Salle, Reanimacion                             |
| 19760 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | ASCD-0085               | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit                    |
| 19788 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | 8414000-07<br>ARRD-0035 | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit                    |
| 19794 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | 8414000-07              | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit                    |
| 19808 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19809 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19815 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASBL-0310               | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19935 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19936 | Monitor<br>pacienti | DRAGER | INFINITY<br>DELTA<br>XL |                         | Spitali<br>Neurokirurgjise        | Salle, Reanimacion                             |
| 19947 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASCF-0026               | Godina e<br>Djegje<br>Plastikes   | Shërbimi I Djegje<br>Plastikës                 |
| 19948 | Aparat<br>Anestezie | DRAGER | FABIUS<br>PLUS          | ASCF-0027               | Godina e<br>Djegje<br>Plastikes   | Shërbimi I Djegje<br>Plastikës                 |
| 19949 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | ASCE-0131               | Spitali Infektiv                  | Shërbimi I<br>Reanimacionit                    |
| 21157 | Respirator          | DRAGER | SAVINA                  | ASCD-0072               | PAI Polivalent                    | Shërbimi I<br>Reanimacionit të<br>Pergjithshëm |

|       |                  |        |                   |                      |                         |                                          |
|-------|------------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 21158 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0078            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21166 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0081            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21189 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0074            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21371 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | ASCD-0077            | PAI Polivalent          | Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 21682 | Respirator       | DRAGER | EVITA XL          | ASBL -0352           | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion                       |
| 21683 | Monitor pacienti | DRAGER | INFINITY DELTA XL |                      | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion                       |
| 30991 | Respirator       | DRAGER | SAVINA            | 8414000-07 ARRD-0033 | Spitali Infektiv        | Shërbimi I Reanimacionit                 |

| Loti 16 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Alpinion /ose ekuivalent |               |           |             |            |                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi                        |
| 31651                                                                             | Eko           | ALPINION  | ECUBE 15-EX | D012 22    | Neuroshkence          | Stroke Unit per Neurokirurgjine |
| 34660                                                                             | Eko           | ALPINION  | E-CUBE 9    | S042 85    | Semundjet e Brendshme | Semundjet e Brendshme           |

| Loti 17 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Esaote /ose ekuivalent |               |           |                  |            |           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli           | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi                    |
| 19445                                                                           | Eko           | ESAOTE    | MYLAB 50 XVISION | 1524       | ESAOTE    | Kirurgjia e Pergjithshme    |
| 20768                                                                           | Eko           | ESAOTE    | MEGAS GPX        | 1089       | ESAOTE    | Spitali Polivalent          |
| 30930                                                                           | Eko           | ESAOTE    | MyLAB30 CV       | 30930      | ESAOTE    | Sherbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 18 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues FUJI /ose ekuivalent |                                       |           |         |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes                         | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja  | Shërbimi   |
| 20457 - 20350                                                                 | PACS Server & 10 kliente Dicom Viewer | FUJI      | Synapse |            | Spitali A1 | Spitali A1 |

| Loti 19 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Fujinon/ose ekuivalent |                           |            |        |            |                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes             | Prod huesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                      |
|                                                                                 | Kullë Endosko pie komplet | Fujin on   |        |            | Spitali Qendror | Sherbimi i Gastrohepatolgjise |

| Loti 20 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues GE Healthcare /ose ekuivalent |                  |                |                |            |                    |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes    | Prodhue si     | Modeli         | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                                      |
|                                                                                        | Eko              | GE Healthcar e | Versana Active | 6128425WXO | Spitali Polivalent | Radiologjia Diagnostikues e Intervencionu ese |
|                                                                                        | Eko              | GE Healthcar e | Vivid T8       | 6167298WXO | Spitali Polivalent | Sherbimi i Kardiologjise 1                    |
|                                                                                        | Eko              | GE Healthcar e | Vivid T8       | 6167400WXO | Spitali Polivalent | Sherbimi i Kardiologjise 1                    |
|                                                                                        | Prove ushtrimore | GE Healthcar e | T2100-ST2      | GEDC-6786  | Spitali Patologjik | Sherbimi i Kardiologjise 1                    |
| 19262                                                                                  | Eko              | GE Healthcar e | Vivid T8       | 6167405WXO | Spitali Patologjik | Sherbimi i Kardiologjise 1                    |
| 20953                                                                                  | Ekografi + TEE   | GE Healthcar e | Vivid T8 + TEE | 6167298WX0 | Spitali Patologjik | Sherbimi i Kardiologjise 2                    |
| 20979                                                                                  | Ekografi + TEE   | GE Healthcar e | Vivid T8 + TEE | 6167420WX0 | Spitali Patologjik | Sherbimi i Kardiologjise 2                    |

|       |                  |               |                            |             |                            |                                      |
|-------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 21037 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167405WX0  | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 21970 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167400WX0  | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 31380 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167409WX0  | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 34670 | Ekografi         | GE Healthcare | Vivid T8                   | 6167309WX0  | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 34671 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear Advance) | LP9400842   | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 33652 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear)         | LP9440053   | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 33653 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear )        | LP9440043   | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 33846 | Ekografi         | GE Healthcare | Logiq P9 (XDClear )        | LP9440050   | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 32712 | Prove ushtrimore | GE Healthcare | T2100-ST Treadmill         | GEDC-6785   | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 32711 | Ergometer        | GE Healthcare | Ebike                      | 2021005248  | Spitali Patologjik         | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 19262 | Aparat Anestezie | GE Healthcare | AESPIRE VIEW               | APHR00580   | Spitali Pediatrik          | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike     |
| 19657 | EKO Kardiake     | GE Healthcare | Vivid S5                   | 0523VS 5    | Godina e Pediatrie se Re   | Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme |
| 20953 | INKUBATOR        | GE Healthcare | Giraffe Incubator          | HDHR 52844  | Godina e Pediatrie se Re   | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike     |
| 20979 | INKUBATOR        | GE Healthcare | Giraffe Incubator          | HDHR52731   | Godina e Pediatrie se Re   | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike     |
| 21037 | EKO              | GE Healthcare | Vivid S5                   | 1428VS5     | Spitali I Urgjencë Pranimi | Urgjences e Sëmundjeve te Brendëshme |
| 21970 | EKO Kardiake     | GE Healthcare | Vivid E9                   | GA314938-02 | Spitali I Urgjencë Pranimi | Mjekesia Interne (HTA)               |

|       |                  |               |                 |                |                          |                                      |
|-------|------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 31380 | EKO Kardiake     | GE Healthcare | Vivid T8        | 606348WX0      | Godina e Pediatrie se Re | Sherbimi i Pediatrie se Pergjithshme |
| 34670 | ECG              | GE Healthcare | MAC 600         | SS519380002PA  | Pediatri                 | Reanimacioni Pediatri                |
| 33652 | ECG              | GE Healthcare | MAC 600         | SS519370099PA  | Infektiv                 | REA Infektiv                         |
| 33653 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200021W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 33846 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200020W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 34829 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200016W A | Reanimacioni             | Reanimacioni                         |
| 32712 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200022W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 32682 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200019W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 32711 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200013W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 33636 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200014W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 33624 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200018W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 33739 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200017W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |
| 33728 | Makinë anestezie | GE Healthcare | Carestation 620 | SM619200015W A | Salle Kirurgjikale       | Salle Kirurgjikale                   |

|       |                                                                                                                                                                                                     |               |                 |            |                                             |                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 33755 | Njësia e ultrasound, intraoperativ e Eko inv 33755, shoqerohet me sondat: model C15RS, serial 759609WX1 inv 33754, model L39IRS serial BP190002 inv 33753, model L818IRS serial 278312YP4 inv 33752 | GE Healthcare | Logiq P9 R3     | LP9004077  | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale |
| 33797 | Njësia e ultrasound, reanimacioni Eko inv 33797, shoqerohet me sondat: model L6-12-RS, serial 748724WX2 inv 33798, model 4C-RS serial 762788WX8 inv 33799, model 3SC-RS serial 764890WX0 inv 33800  | GE Healthcare | Logiq V5 Expert | 6043516WXo | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale |

|       |               |                      |                       |               |            |                         |
|-------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 34638 | Eko Fikse     | GE<br>Healthcar<br>e | Versana<br>Premium VS | Sn 6036855WXO | Polivalent | REA e<br>Kardiologjise  |
| 34545 | Eko Fikse     | GE<br>Healthcar<br>e | Versana<br>Premium VS | Sn 6036837WXO | Polivalent |                         |
| 34640 | Eko portative | GE<br>Healthcar<br>e | Versana Active        | Sn 6054210WXO | Polivalent | Reanimacion             |
| 34630 | Eko portative | GE<br>Healthcar<br>e | Versana Active        | Sn 6054221WXO | Polivalent | Reanimacion             |
| 34828 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02303     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34829 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02313     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34825 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBR02307      | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34826 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02312     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34827 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02295     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34823 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | CBRZ80022     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34822 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02300     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34820 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02302     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34830 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02306     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34831 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02296     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34832 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02316     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34833 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02137     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34834 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02314     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34849 | Respirator    | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860        | WBRZ02310     | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |

|       |            |                      |                                              |                      |            |                         |
|-------|------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|
| 34835 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02304            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34851 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02299            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34850 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02294            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34852 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02308            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34837 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02297            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34836 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02301            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34838 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02298            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34839 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02305            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34840 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02311            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
| 34841 | Respirator | GE<br>Healthcar<br>e | Carescape R860                               | WBRZ02315            | Polivalent | Reanimacioni<br>Qendror |
|       | Eko        | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210300<br>10 | Infektiv   | Covid 3                 |
|       | Eko        | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210200<br>00 | Onkologjik | Imazheri                |
|       | Eko        | GE<br>Healthcar<br>e | Ge Helthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210200<br>20 | Pediatri   | Urgjenca                |



|       |                     |                  |                                               |                      |                                  |                          |
|-------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
|       | Eko                 | GE<br>Healthcare | Ge Healthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210300<br>00 | Pediatri                         | Imazheri                 |
|       | Eko                 | GE<br>Healthcare | Ge Healthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 58209345210300<br>20 | Pediatri                         | Reanimacioni             |
|       | Eko                 | GE<br>Healthcare | Ge Healthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 6054221WXO           | Shërbimi i<br>Imazherisë         | Shërbimi i<br>Imazherisë |
|       | Eko                 | GE<br>Healthcare | Ge Healthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound |                      | Shërbimi i<br>Imazherisë         | Shërbimi i<br>Imazherisë |
| 35021 | EKO                 | GE<br>Healthcare | Ge Healthcare<br>Versana Active<br>Ultrasound | 6128344WXO           | Godina e<br>Pediatrikse<br>se Re | REA Pediatri             |
| 20090 | Aparat<br>Anestezie | GE<br>Healthcare | Datex-Ohmeda<br>AESTIVA/5/71<br>00            | AMVE00353            | Spitali<br>Onkologjik            | Shërbimi<br>Onkologjik   |
| 34714 | Respirator          | GE<br>Healthcare | Carescape R860                                | CBRZ80315            |                                  |                          |
| 34775 | Respirator          | GE<br>Healthcare | CARESCAPE<br>R860                             | CBRZ06790            |                                  |                          |

| Loti 21 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Geister /ose ekuivalent |                  |           |              |                |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                                 | Emri<br>Pajisjes | Prodhuesi | Modeli       | Nr.<br>Serisë  | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 40573                                                                            | Elektrobisturi   | Geister   | Esu-<br>x350 | 19UG-<br>06/01 | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
| 40574                                                                            | Elektrobisturi   | Geister   | Esu-<br>x350 |                | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

|       |                |         |          |  |                    |                     |
|-------|----------------|---------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 40575 | Elektrobisturi | Geister | Esu-x350 |  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
|-------|----------------|---------|----------|--|--------------------|---------------------|

| Loti 22 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Glove Fast Cyto /ose ekuivalent |                   |                       |           |              |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Inventari                                                                            | Emri Pajisjes     | Prodhuesi             | Modeli    | Nr. Serisë   | Vendodhja         | Shërbimi          |
|                                                                                          | Kapë Farmaceutike | Glove Fast Cyto 2-6-4 | MP-B 3573 | SP-A2417 123 | Farmacia Qendrore | Farmacia Qendrore |
|                                                                                          | Kapë Farmaceutike | Glove Fast Cyto 2-6-4 | MP-B 3574 | SP-A2418 124 | Farmacia Qendrore | Farmacia Qendrore |
|                                                                                          | Kapë Farmaceutike | Glove Fast Cyto 2-6-4 | MP-B 3575 | SP-A2419 125 | Farmacia Qendrore | Farmacia Qendrore |

| Loti 23 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Hospivac /ose ekuivalent |               |           |        |            |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 40078                                                                             | Aspirator     | Hospivac  | CA-MI  | 25793      | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

| Loti 24 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues IMS /ose ekuivalent |               |           |            |            |                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 19853                                                                        | Mamograf      | IMS       | Giotto 3DL |            | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

| Loti 25 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Infimed /ose ekuivalent |                |           |           |            |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes  | Prodhuesi | Modeli    | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 31963                                                                            | Shtrat Operimi | Infimed   | OT-02-552 | OT-02-552  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

| Loti 26 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Innomed Medical /ose ekuivalent |                      |                 |                  |            |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                            | Emri Pajisjes        | Prodhuesi       | Modeli           | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                           |
| 34743                                                                                    | Defibrilator         | Innomed Medical | Cardio Aid 360 B | 19206332   | Spitali Polivalent | Reparti i Hemodinamikës            |
| 34742                                                                                    | Defibrilator         | Innomed Medical | Cardio Aid 360 B | 19206336   | Spitali Patologjik | Reanimacioni i Kardiologjise       |
| 31386                                                                                    | Defibrilator Bifazik | Innomed Medical | Cardio-Aid 360-B | 19206335   | Urgjence Pranimi   | Mjekesia Interne (HTA)             |
| 34740                                                                                    | Defibrilator Bifazik | Innomed Medical | Cardio-Aid 360-B | 19206334   | Urgjence Pranimi   | Urgjenca e Semundjeve te Brendshme |
| 34741                                                                                    | Defibrilator Bifazik | Innomed Medical | Cardio-Aid 360-B | 19206333   | Patologjik         | Kardiologji I                      |

| Loti 27 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Interacustics /ose ekuivalent |               |               |                    |            |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes | Prodhuesi     | Modeli             | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi     |
| 35023                                                                                  | Audiometer    | Interacustics | Eclips e EP15 ASSR | 954575     | Spitali Francez | Shërbimi ORL |
| 35024                                                                                  | Timpanometer  | Interacustics | Intertek (titan)   | 4005727    | Spitali Francez | Shërbimi ORL |

| Loti 28 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Italray /ose ekuivalent |                             |           |                  |                 |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes               | Prodhuesi | Modeli           | Nr. Serisë      | Vendodhja | Shërbimi    |
| 33827                                                                            | Njësia rreze X, e lëvizshme | Italray   | Corsix 32 Energy | 260619-19-00001 | A1        | Reanimacion |
| 33804                                                                            | Njësia rreze X, e lëvizshme | Italray   | Corsix 32 Energy | 260619-19-00002 | COVID 3   | COVID 3     |

|           |                                                                                                                                                                                    |         |               |                     |                       |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 3371<br>9 | C-ARM me pjesët<br>perberese : Tubi serial<br>1607475 dhe inv<br>33718, Monitori 1<br>serial 721908320575<br>dhe inv 33717,<br>Monitori 2 serial<br>7821908320584 dhe<br>inv 33716 | Italray | Carmex<br>12F | 190719-<br>19-00001 | Salle<br>Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|

| Loti 29 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Karl Storz /ose ekuivalent |                                                      |            |                               |               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                                    | Emri<br>Pajisjes                                     | Prodhuesi  | Modeli                        | Nr.<br>Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                            |
| 11669                                                                               | Litotriptor<br>Ultrasonic                            | Karl Storz | Calcuson                      | BK1547        | Kirurgjia e<br>Pergjithshme    | Sherbimi i Urologjise               |
| 19265                                                                               | Gastro-<br>Kolonoskop                                | Karl Storz | XENON<br>100/20136220         | NX1722        | Spitali<br>Pediatrik           | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 19436                                                                               | Litotriptor<br>Pneumatic ( koka e<br>Lithotripterit) | Karl Storz | Calcusplit                    | GF2916        | Kirurgjia e<br>Pergjithshme    | Sherbimi i Urologjise               |
| 19576                                                                               | Fibro-<br>Bronkoskop                                 | Karl Storz | Telepack-X                    | WX2882        | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re | Sherbimi i<br>Endokrinologji        |
| 19234                                                                               | Gastro-<br>Kolonoskop                                | Karl Storz | XENON<br>20132620             | UX1843        | Spitali<br>Infektiv            | Shërbimi Infektiv                   |
| 31218                                                                               | Sistem<br>Laparoskopie                               | Karl Storz | XENON<br>NOVA<br>300/20134020 | PX<br>0679630 | Spitali<br>Pediatrik           | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |

| Loti 30 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medec /ose ekuivalent |                     |           |         |               |                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                               | Emri<br>Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli  | Nr.<br>Serisë | Vendodhja                  | Shërbimi           |
| 11640                                                                          | Aparat<br>Anestezie | Medec     | NEPTUNE | 12/27519      | Spitali Francez            | Sherbimi i ORL     |
| 19817                                                                          | Aparat<br>Anestezie | Medec     | NEPTUNE | 12-<br>04140  | Spitali<br>Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion |
| 19837                                                                          | Aparat<br>Anestezie | Medec     | NEPTUNE | 12-<br>05440  | Spitali Francez            | Sherbimi i ORL     |

|       |                  |       |         |          |                 |                             |
|-------|------------------|-------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|
| 19838 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 12-05439 | Spitali Francez | Sherbimi i ORL              |
| 19839 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 12-05441 | Spitali Francez | Sherbimi i ORL              |
| 19840 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 18-05487 | Spitali Francez | Sherbimi i Okulistikes      |
| 30701 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 10/17042 | Spitali Qendror | Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 30948 | Aparat Anestezie | Medec | NEPTUNE | 12/28972 | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 31 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medici Medical /ose ekuivalent |                    |                |             |            |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                           | Emri Pajisjes      | Prodhuesi      | Modeli      | Nr. Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                       |
| 40081                                                                                   | Vide o Dermatoskop | Medici Medical | Dermasc ope | D00508     | Qendra e Konsultave Ambulatore | Qendra e Konsultave Ambulatore |

| Loti 32 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medivators /ose ekuivalent |                  |           |         |            |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|------------|-----------|----------------------------|
| Nr. Inventari                                                                       | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi                   |
| 33661                                                                               | Endoskop, single | SSD-102   | SSD-102 | 13099156   | A1        | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33745                                                                               | Endoskop, single | SSD-102   | SSD-102 | 13099934   | A1        | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 33 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Merivara /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                 |          |       |  |                    |                     |
|-------|-----------------|----------|-------|--|--------------------|---------------------|
| 40082 | Shtrat Operator | Merivara | Opera |  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
|-------|-----------------|----------|-------|--|--------------------|---------------------|

| Loti 34 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Micromed /ose ekuivalent |                     |           |            |                |                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Inventar i                                                                    | Emri Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë     | Vendodhja               | Shërbimi                             |
|                                                                                   | Elektroencefalogram | Micromed  | BRAINQUICK |                | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
|                                                                                   | Elektromiogram      | Micromed  | MYOQUICK   |                | Spitali Patologjik      | Sherbimi i Kardiologjise 2           |
| 21690                                                                             | Elektromiogram      | Micromed  | MYOQUICK   | MX3-0016/02-08 | SPITALI Neorokirurgjise | Reparti I Konsultave Neurokirurgjike |

| Loti 35 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Mindray /ose ekuivalent |               |           |                        |              |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli                 | Nr. Serisë   | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 40083                                                                            | Defibrilator  | Mindray   | Beneheart D6           | DG-12002952  | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
| 33668                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-70 | A1                 | Reanimacion         |
| 33684                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-72 | A1                 | Reanimacion         |
| 33905                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-73 | A1                 | Reanimacion         |
| 33904                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-74 | A1                 | Reanimacion         |
| 33769                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-77 | A1                 | Reanimacion         |
| 33825                                                                            | Ventilator    | Mindray   | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-69 | A1                 | Reanimacion         |

|       |              |         |                        |              |                         |                                       |
|-------|--------------|---------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 33820 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-71 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33840 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-75 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33809 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-76 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33802 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-78 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33670 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-79 | A1                      | Reanimacion                           |
| 33832 | Ventilator   | Mindray | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-80 | A1                      | Reanimacion                           |
| 32695 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004825  | A1                      | Salla 1                               |
| 32681 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004828  | A1                      | Salla 2                               |
| 32661 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004822  | A1                      | Salla 3                               |
| 33643 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004823  | A1                      | Salla 4                               |
| 33615 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004824  | A1                      | Salla 5                               |
| 33614 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004826  | A1                      | Salla 6                               |
| 33723 | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004827  | A1                      | Salla 7                               |
| 33688 | Defibrilator | Mindray | Beneheart D6           | DZ-96004824  | A1                      | Sallat e reja Kirurgjikale            |
|       | Defibrilator | Mindray | Beneheart D6           |              | A1                      | Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme |
|       | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           | DZ-96004821  | A1                      | Klinika III                           |
|       | Defibrilator | Mindray | BeneHeart D6           |              | A1                      | Klinika III                           |
| 35013 | Respirator   | Mindray | SV600                  | AA6-24015649 | Godina e Pediatri se Re | REA Pediatri                          |
| 20033 | Respirator   | Mindray | SV600                  | AA6-24015650 | Godina e Pediatri se Re | REA Pediatri                          |
| 20034 | Respirator   | Mindray | SV600                  | AA6-24015652 | Godina e Pediatri se Re | REA Pediatri                          |

|       |                     |         |                              |              |                                 |                                     |
|-------|---------------------|---------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 20015 | Respirator          | Mindray | SV600                        | AA6-24015648 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | REA Pediatri                        |
| 21226 | Respirator          | Mindray | SV600                        | AA6-24015651 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | REA Pediatri                        |
| 21202 | Aparat<br>Anestezie | Mindray | WATO<br>EX-65                | AT3-1B000140 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 21200 | Aparat<br>Anestezie | Mindray | WATO<br>EX-65                | AT3-1B000141 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 21221 | Aparat<br>Anestezie | Mindray | WATO<br>EX-65                | AT3-1B000157 | Godina e<br>Pediatrise<br>se Re | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike |
| 33669 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046786  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33688 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046784  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33689 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046785  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33690 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046782  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33691 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046781  | A1                              | Sallat e reja Kirurgjikale          |
| 33821 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046789  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33816 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046790  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33824 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046791  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33803 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046792  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33817 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046793  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |
| 33806 | Monitor<br>Pacienti | Mindray | Imec12<br>Patient<br>monitor | Ev-96046794  | A1                              | Reanimacion Kirurgjikal             |



|       |                  |         |                        |             |    |                            |
|-------|------------------|---------|------------------------|-------------|----|----------------------------|
| 33842 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046795 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33791 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046796 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33841 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046797 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33794 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046798 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33847 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046799 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33848 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046800 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 33830 | Monitor Pacienti | Mindray | Imec12 Patient monitor | Ev-96046801 | A1 | Reanimacion Kirurgjikal    |
| 32703 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007034 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32683 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007039 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 32677 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007033 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33637 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007036 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33620 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007037 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33610 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007035 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |
| 33725 | Monitor Pacienti | Mindray | Benevision N15         | F5-96007038 | A1 | Sallat e reja Kirurgjikale |

| Loti 36 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Fukuda Denshiv /ose ekuivalent |                  |               |           |            |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| Nr. Inventari                                                                           | Emri Pajisjes    | Prodhuesi     | Modeli    | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi              |
| 21235                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300728   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21236                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300725   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21239                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300729   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21240                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300726   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |
| 21241                                                                                   | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300727   | Pediatri  | Reanimacioni Pediatri |

|       |                  |               |           |          |          |                       |
|-------|------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------------------|
| 21242 | Monitor Pacienti | Fukuda Denshi | DS 8100 N | 50300724 | Pediatri | Reanimacioni Pediatri |
|-------|------------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------------------|

| Loti 37 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Nidek /ose ekuivalent |               |           |         |            |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                |
| 20103                                                                          | Laser Syri    | Nidek     | YC 1800 | 83035      | Spitali Francez | Shërbimi i Okulistiskës |

| Loti 38 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Nihon Kohden /ose ekuivalent |                  |              |                      |            |                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                         | Emri Pajisjes    | Prodhuesi    | Modeli               | Nr. Serisë | Vendodhja                                  | Shërbimi                                  |
| 20922                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM - 4101K          | 85         | Pediatri                                   | Reanimacioni Pediatri                     |
| 30855                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM 3763             | 855        | Semundjet e Brendshme                      | Sherbimi i Kardiokirurgjise/ Salla        |
| 30944                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | LIFE SCOPE BSM 3663K | 334        | Semundjet e Brendshme                      | Sherbimi i Kardiokirurgjise/ Salla        |
| 11513                                                                                 | Defibrilator     | Nihon Kohden | CARDIOLIFE TEC-7721K | 80547      | Godina e Djegie Plastikes                  | Shërbimi I Djegie Plastikës               |
| 18773                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM-4113K            | 1627       | Kardiokirurgjia                            | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 19723                                                                                 | Defibrilator     | Nihon Kohden | TEC-7721K            | 80551      | Kirurgjia e Pergjithshme (djegie Plastika) | Shërbimi I Djegie Plastikës               |
| 19753                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM-4113K            | 1628       | Kardiokirurgjia                            | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 19754                                                                                 | Monitor pacienti | Nihon Kohden | BSM-3763K            | 675        | Kardiokirurgjia                            | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |

|       |                     |                 |                         |            |                                  |                                                 |
|-------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 19766 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-3763K               | 890        | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19775 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4113K               | 1726       | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19778 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4113K               | 1629       | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19787 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-5105K               | 1720       | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19793 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-3763K               | 859        | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 19796 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-3763K               | 60946<br>V | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion) |
| 20958 | Defibrilator        | Nihon<br>Kohden | CARDIOLIFE<br>TEL-7521K | 2930       | Spitali<br>Pediatrik             | Sherbimi i Pediatrie se<br>Pergjithshme(Rea)    |
| 20984 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4101K               | 93         | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re   | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike             |
| 20988 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4101K               | 19         | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re   | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike             |
| 20999 | Monitor<br>pacienti | Nihon<br>Kohden | BSM-4101K               | 88         | Godina e<br>Pediatrie se<br>Re   | Sherbimi i Kirurgjise<br>Pediatrike             |
| 21981 | Defibrilator        | Nihon<br>Kohden | CARDIOLINE<br>TEC7721K  | 80548      | Spitali I<br>Urgjencë<br>Pranimi | Mjekesia Interne HTA                            |
| 31057 | Defibrilator        | Nihon<br>Kohden | TEC-SS21K               | 87092      | Kardiokirurgjia                  | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise                  |

|       |              |              |                                         |       |                 |                                |
|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| 31292 | Defibrilator | Nihon Kohden | CARDIOLIFE<br>ACTIBIPHASIC<br>TEC 5521K | 11467 | Kardiokirurgjia | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise |
|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|

| Loti 39 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Bebig /ose ekuivalent |               |           |        |            |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi           |
| 40084                                                                          | Ortovoltazh   | Bebig     |        |            | Spitali<br>Onkologjik | Spitali Onkologjik |

| Loti 40 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Philips /ose ekuivalent |                    |           |                    |                                |                                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes      | Prodhuesi | Modeli             | Nr. Serisë                     | Vendodhja                         | Shërbimi                                              |
| 11635                                                                            | C-Arm              | Philips   | BV LIBRA           | 118                            | Kirurgjia e<br>Pergjithshme       | Sherbimi i Kirurgjise<br>Digjestive                   |
| 11676                                                                            | C-Arm              | Philips   | BV LIBRA           | 121                            | Kirurgjia e<br>Pergjithshme       | Sherbimi i Urologjisë                                 |
| 19763                                                                            | Grafi<br>Portative | Philips   | Practix 160        | P3-438<br>(9890-010-<br>83711) | Kardiokirurgji<br>a               | Sherbimi i<br>Kardiokirurgjise<br>(Reanimacion)       |
| 19942                                                                            | C-Arm              | Philips   | BV LIBRA           | 120                            | Spitali<br>Neurokirurgjis<br>e    | Shërbimi I<br>Neurokirurgjise (salle,<br>Reanimacion) |
| 20096                                                                            | Defibrila<br>tor   | Philips   | HEARTSTA<br>RT MRX | US<br>00559537                 | Spitali<br>Patologjik             | Hemodinamika                                          |
| 21471                                                                            | Defibrila<br>tor   | Philips   | HEARTSTA<br>RT MRX | US<br>00559532                 | Spitali<br>Patologjik             | Hemodinamika                                          |
| 21488                                                                            | C-Arm              | Philips   | BV LIBRA           | 119                            | Spitali I<br>Kardiokirurgji<br>se | Shërbimi I Kirurgjise<br>Vaskulare                    |
| 21489                                                                            | Grafi<br>Portative | Philips   | Practix 300        | 0.0000002<br>54                | Spitali<br>Neurokirurgjis<br>e    | Sherbimi Neurovaskular<br>(Stroke)                    |
| 21747                                                                            | Defibrila<br>tor   | Philips   | HEARTSTA<br>RT MRX | US<br>00559534                 | Spitali<br>Patologjik             | Kardiologji Kati 2                                    |

|       |                                                                                |         |                      |             |                         |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 21751 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559533 | Spitali Patologjik      | Kardiologji Kati 2         |
| 21790 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559535 | Spitali Patologjik      | Kardiologji Kati 1         |
| 21797 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559530 | Spitali Patologjik      | Kardiologji Kati 1         |
| 21900 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559531 | Spitali Patologjik      | Reanimacion Kardiologjise  |
| 21975 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559536 | Spitali Patologjik      | Reanimacion Kardiologjise  |
| 21976 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559538 | Spitali Patologjik      | Reanimacion Kardiologjise  |
| 21976 | Defibrilator                                                                   | Philips | HEARTSTART MRX       | US 00559539 | QKA                     | Prova Ushtrimore Ambulator |
| 31502 | Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti+infrastrukture rrjeti) | Philips | UT4800               | UT4800      | Spitali Patologjik      | Reanimacioni Kardiologjise |
| 34718 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100352752   | Infektiv                | Covid1                     |
| 34716 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100354470   | Infektiv                | Covid1                     |
| 34717 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100384903   | Infektiv                | Covid1                     |
| 19958 | Grafi/Skopi                                                                    | Philips | Kabineti Grafi-Skopi |             | Spitali Infektiv        | Spitali Infektiv           |
| 20219 | Grafi/Skopi                                                                    | Philips | Kabineti Grafi-Skopi |             | Spitali Neurokirurgjise | Spitali Neurokirurgjise    |
| 40085 | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             | 100354470   |                         |                            |
|       | Ventilatorë C-PAP                                                              | Philips | V60 Plus             |             |                         |                            |

| Loti 41 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Osteosys /ose ekuivalent |                 |           |        |            |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------|------------|-------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes   | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja  | Shërbimi          |
| 34693                                                                             | Aparat Osteosys | Osteosys  | DEXA   | 2100119    | Spitali A1 | Mjekesia Nukleare |

| Loti 42 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Progetti Medical /ose ekuivalent |               |           |             |             |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| Nr Inventari                                                                              | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli      | Nr Serisë   | Vendodhja | Shërbimi        |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104024 | RL-20104024 | QSUT      | Ambulancat QSUT |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104057 | RL-20104057 | QSUT      | Ambulancat QSUT |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104056 | RL-20104056 | QSUT      | Ambulancat QSUT |
|                                                                                           | Defribilator  | Progetti  | RL-20104052 | RL-20104052 | QSUT      | Ambulancat QSUT |

| Loti 43 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Siemens /ose ekuivalent |               |                      |                  |            |                    |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi            | Modeli           | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                     |
| 21757                                                                            | Eko           | Siemens Healthineers | ACUSON NX3 Elite | 21504930   | Spitali Patologjik | Reanimacioni i Kardiologjise |

|       |                 |                      |                     |             |                       |                                        |
|-------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 31051 | Eko kardiake    | Siemens Healthineers | Acuson X300 PE      | 25978330/12 | Kardiokirurgjia       | Sherbimi i Kardiokirurgjise            |
| 31957 | Eko kardiake    | Siemens Healthineers | Acuson X300 PE      | 25978330/12 | Kardiokirurgjia       | Sherbimi i Kardiokirurgjise            |
| 21879 | Eko             | Siemens Healthineers | Acuson sc2000       | 400395      | Spitali Polivalent    | Sherbimi i Kardiologjise 1             |
| 21784 | Eko             | Siemens Healthineers | Acuson x300 premium | 342739      | Spitali Patologjik    | Sherbimi i Kardiologjise 1             |
| 20228 | EKO             | Siemens Healthineers | ACUSON X300 PE      | 317447      | Spitali Neuroshkences | Reparti I Konsultave Neurokirurgjikale |
| 40086 | Eko             | Siemens Healthineers | NX3 elite           | (21)506669  | Spitali I Pediatrie   | Sherbimi I Imazherise                  |
| 21449 | Grafi portative | Siemens Healthineers | Arcadis             |             | Spitali Neuroshkences | Salle                                  |

| Loti 44 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Medison/Sonoace /ose ekuivalent |               |                 |            |            |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. Inventari                                                                            | Emri Pajisjes | Prodhuesi       | Modeli     | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi              |
|                                                                                          | Eko           | Medison/Sonoace | Sonoace X4 | SAX4-GER   | Spitali Polivalent | Shërbimi i Imazherisë |

| Loti 45 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Terumo /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                      |        |                 |             |                 |                             |
|-------|----------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 30854 | Ekstrakorporal       | Terumo | Sarns 8000      | 30851152/53 | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 30951 | Ngrohës/Ftohës Gjaku | Terumo | Hemotherm 400MR | 064-12586M  | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 19651 | Ngrohës/Ftohës Gjaku | Terumo | Hemotherm 400MR | 064-12585M  | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise |

| Loti 46 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Tomev /ose ekuivalent |                                   |           |         |            |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes                     | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                |
| 40088                                                                          | Perimetri e Syrit i Fushes Vizive | Tomev     | AP-2500 | WGAE001C   | Spitali Francez | Shërbimi i Okulistiskës |

| Loti 47 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues GMM /ose ekuivalentt |                        |           |              |                |                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                 | Emri Pajisjes          | Prodhuesi | Modeli       | Nr. Serisë     | Vendodhja                         | Shërbimi                                    |
| 20691                                                                         | Sistem Radiografi e DR | GMM       | Calypso      | Calypso        | Spitali I Urgjencë Pranimi Kati-0 | Shërbimi I Imazherisë                       |
| 31235                                                                         | C-ARM                  | GMM       | MCA PRIME    | 65-12-04-08    | Spitali Pediatrik                 | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike            |
| 20669                                                                         | Sistem Radiografi e DR | GMM       | GMM          | Calypso        | Shërbimi I Imazherisë             | Shërbimi I Imazherisë                       |
|                                                                               |                        |           |              |                |                                   |                                             |
| 34624                                                                         | Grafi Portative        | GMM       | ACCOR D DR40 | 972-20-057-147 | Polivalent                        | Reanimacioni i sallave te reja kirurgjikale |



|       |                 |     |              |                |            |                      |
|-------|-----------------|-----|--------------|----------------|------------|----------------------|
| 34625 | Grafi Portative | GMM | ACCOR D DR40 | 972-20-056-146 | Polivalent | Reanimacioni Qendror |
|-------|-----------------|-----|--------------|----------------|------------|----------------------|

| Loti 48 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Koushin /ose ekuivalent |               |           |                   |            |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli            | Nr. Serisë | Vendodhja         | Shërbimi     |
| 19541                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106003     | Spitali Pediatrik | Urgjence     |
| 20925                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106018     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20927                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106015     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20928                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106013     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20987                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106012     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20948                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106017     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 20926                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106014     | Spitali Pediatrik | Reanimacion  |
| 31073                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106011     | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |
| 31075                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106008     | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |
| 31064                                                                            | Nebulizator   | Koushin   | CONFORT 2000KU400 | 106009     | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |

|       |             |         |                   |        |                   |              |
|-------|-------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------------|
| 31060 | Nebulizator | Koushin | CONFORT 2000KU401 | 106005 | Spitali Pediatrik | Pneumologjia |
|-------|-------------|---------|-------------------|--------|-------------------|--------------|

| Loti 49 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Toshiba /ose ekuivalent |                       |           |                          |             |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes         | Prodhuesi | Modeli                   | Nr. Serisë  | Vendodhja                 | Shërbimi              |
| 21660                                                                            | Eko Doppler           | Toshiba   | Power vision 6000        | A1562 817   | Godina e Pediatrise se Re | Shërbimi I Imazherisë |
| 31986                                                                            | Eko Doppler           | Toshiba   | XARIO 200                | W5D17 62940 | Godina e Pediatrise se Re | Shërbimi I Imazherisë |
| 31995                                                                            | Sistem Radiografie DR | Toshiba   | Plessart VIVO DREX-PV 50 | E2C17 62060 | Godina e Pediatrise se Re | Shërbimi I Imazherisë |

| Loti 50 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Sockert /ose ekuivalent |               |           |        |            |                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                    | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja             | Shërbimi                           |
| 30998                                                                            | Ekstraktor    | Sockert   |        | 45458      | Semundjet e Brendshme | Shërbimi i Kardiokirurgjise/ Salla |

| Loti 51 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Sonosite /ose ekuivalent |               |           |         |            |                                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|--------------------------------|-------------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli  | Nr. Serisë | Vendodhja                      | Shërbimi                |
| 21402                                                                             | EKO Kardiake  | Sonosite  | M-TURBO | WR 1290    | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Reparti i Hemodinamikës |

| Loti 52 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Heyer /ose ekuivalent |                  |           |            |                |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë     | Vendodhja          | Shërbimi            |
| 32655                                                                          | Aparat Anestezie | Heyer     | Medical AG | 0835-0718-1167 | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |
| 32660                                                                          | Aparat Anestezie | Heyer     | Medical AG | 0835-0718-1166 | Spitali Onkologjik | Shërbimi Onkologjik |

|  |                  |       |            |                |    |                          |
|--|------------------|-------|------------|----------------|----|--------------------------|
|  | Aparat anestezie | Heyer | Medical AG | 0835-0718-1165 | A1 | Spitali Urgjencë pranimi |
|--|------------------|-------|------------|----------------|----|--------------------------|

| Loti 53 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Axcent Medical/ose ekuivalent |               |                |          |            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Inventari                                                                          | Emri Pajisjes | Prodhuesi      | Modeli   | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi           |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00328  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00335  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00340  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00360  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |
|                                                                                        | Respirator    | Axcent Medical | Lyra X 2 | GB3S00370  | REA e Pergjithshme | REA e Pergjithshme |

| Loti 54 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Storz /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 32679 | Paketa e<br>endoskopisë, e<br>plotë, me<br>Video<br>Identifikues<br>Burimi i<br>Drites serial<br>SQ05383 dhe<br>inv 32679,<br>pjeset<br>perberese te<br>tjera jane:<br>Procesor<br>Imazhi serial<br>OQ1872 dhe<br>inv 32671,<br>Printer serial<br>740496 dhe<br>inv 32674,<br>Pompe<br>Irrigimi serial<br>RQ01354 dhe<br>inv 32702,<br>Koka e<br>Kameres serial<br>RQ806073 - P<br>dhe inv 32680,<br>Monitori serial<br>8002589 dhe<br>inv 32673,<br>Karreli<br>mbajtes serial<br>PQ02275 dhe<br>inv 32672,<br>Endoflator<br>serial<br>RQ03326 dhe<br>inv 32670 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02275+RQ1006<br>691+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002589+80607<br>3-P+OQ006845-<br>k+RQ03326+RQ01<br>354+SQ05383+LO<br>TOQ17+OQ1872+7<br>40496+121ADE+S<br>Q01/RQ13/SQ12/R<br>Q02+RQ19/RQ19/<br>SQ02/RQ04+SQ04/<br>RQ01/SQ01+SQ05/<br>SQ19/RQ44 | PAI<br>Polivalent | PAI<br>Polivalent |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 32669 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me VideoIdentifikues Burimi i Dritës serial SQ05378 dhe inv 32669, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1865 dhe inv 32707, Printer serial 740514 dhe inv 32688, Pompe Irrigimi serial RQ01358 dhe inv 32692, Koka e Kameres serial RQ806075 - P dhe inv 32668, Monitori serial 8002532 dhe inv 32708, Karreli mbajtes serial PQ02256 dhe inv 32687, Endoflator serial RQ03324 dhe inv 32696 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02256+RQ1006<br>692+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002532+80607<br>5-<br>P+OQ005599+RQ0<br>3324+RQ01358+S<br>Q05378+LOTOQ1<br>7+OQ1865+740514<br>+121AJQ+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 32690 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me Video Identifikues Burimi i Dritës serial SQ05375 dhe inv 32690, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1871 dhe inv 33649, Printer serial 740516 dhe inv 33645, Pompe Irrigimi serial RQ01355 dhe inv 33650, Koka e Kameres serial RQ806072 - P dhe inv 33648, Monitori serial 8002594 dhe inv 33644, Karreli mbajtes serial PQ02276 dhe inv 33646, Endoflator serial RQ03337 dhe inv 32689 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02276+RQ1006<br>711+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002594+80607<br>2-P+PQ006846-<br>K+RQ03337+RQ01<br>355+SQ05375+LO<br>TOQ17+OQ1871+7<br>40516+121AK1+S<br>Q01/RQ13/SQ12/R<br>Q02+RQ19/RQ19/<br>SQ02/RQ04+SQ04/<br>RQ01/SQ01+SQ05/<br>SQ19/RQ44 | Storz | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 33627 | Paketa e<br>endoskopisë, e<br>plotë, me<br>Video<br>Identifikues<br>Burimi i<br>Drites serial<br>SQ05385 dhe<br>inv 33627,<br>pjeset<br>perberese te<br>tjera jane:<br>Procesor<br>Imazhi serial<br>OQ1885 dhe<br>inv 33626,<br>Printer serial<br>740510 dhe<br>inv 33635,<br>Pompe<br>Irrigimi serial<br>RQ01357 dhe<br>inv 33629,<br>Koka e<br>Kameres serial<br>RQ806081 - P<br>dhe inv 33628,<br>Monitori serial<br>8002523 dhe<br>inv 33634,<br>Karreli<br>mbajtes serial<br>PQ02258 dhe<br>inv 33631,<br>Endoflator<br>serial<br>RQ03335 dhe<br>inv 33633 |  | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02258+RQ1006<br>699+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002523+RQ80<br>6081-<br>P+PQ006839K+RQ<br>03335+RQ01357+S<br>Q05385+LOTOQ1<br>7+OQ1885+740510<br>+121AC3+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44+ | Sallat e reja<br>Kirurgjikale | Sallat e<br>reja<br>Kirurgjikale |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 33609 | Paketa e<br>endoskopisë, e<br>plotë, me<br>Video<br>Identifikues<br>Burimi i<br>Drites serial<br>SQ05380 dhe<br>inv 33609,<br>pjeset<br>perberese te<br>tjera jane:<br>Procesor<br>Imazhi serial<br>OQ1869 dhe<br>inv 33613,<br>Printer serial<br>740520 dhe<br>inv 33604,<br>Pompe<br>Irrigimi serial<br>RQ01352 dhe<br>inv 33608,<br>Koka e<br>Kameres serial<br>RQ806078 - P<br>dhe inv 33612,<br>Monitori serial<br>8002570 dhe<br>inv 33605,<br>Karreli<br>mbajtes serial<br>PQ02277 dhe<br>inv 33606,<br>Endoflator<br>serial<br>RQ03327 dhe<br>inv 33607 |  | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02277+RQ1006<br>690+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002570+80607<br>8-<br>P+OQ006097+RQ0<br>3327+RQ01352+S<br>Q05380+LOTOQ1<br>7+OQ1869+740520<br>+121AAQ+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44 | Storz | Sallat e<br>reja<br>Kirurgjikal<br>e |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |       |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 33733 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me Video Identifikues Burimi i Drites serial SQ05386 dhe inv 33733, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1895 dhe inv 33735, Printer serial 740506 dhe inv 33736, Pompe Irrigimi serial RQ01356 dhe inv 33732, Koka e Kameres serial RQ806080 - P dhe inv 33731, Monitori serial 8002593 dhe inv 33737, Karreli mbajtes serial PQ02278 dhe inv 33738, Endoflator serial RQ03334 dhe inv 33734 | Storz | UG230 + UG500 + 13991ET + UG631 + UG618 + 20400021 + 26400090 + LMD-2435MD + 20213011U + 20212030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495NE + WD100 + UP-25MD + 26003AA + 30103MP + 30160MP + 31331MLM + 34351MS | PQ02278+RQ1006702+LOT51085327+LOTZR01+LOTQ+8002593+80680-P+PQ006841-K+RQ03334+RQ01356+SQ05386+LOTOQ17+OQ1895+740506+121ABY+SQ01/RQ13/SQ12/RQ02+RQ19/RQ19/SQ02/RQ04+SQ04/RQ01/SQ01+SQ05/SQ19/RQ44 | Storz | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 33712 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me Video Identifikues Burimi i Dritës serial SQ05382 dhe inv 33712, pjeset perberese te tjera jane: Procesor Imazhi serial OQ1896 dhe inv 33714, Printer serial 740495 dhe inv 33713, Pompe Irrigimi serial RQ01362 dhe inv 33709, Koka e Kameres serial RQ806076 - P dhe inv 33711, Monitori serial 8002521 dhe inv 33708, Karreli mbajtes serial PQ02257 dhe inv 33715, Endoflator serial RQ03321 dhe inv 33710 | Storz | UG230 +<br>UG500 +<br>13991ET +<br>UG631 +<br>UG618 +<br>20400021 +<br>26400090 +<br>LMD-<br>2435MD +<br>20213011U +<br>20212030 +<br>UI400 +<br>UP210 +<br>TL300 +<br>495NE +<br>WD100 + UP-<br>25MD +<br>26003AA +<br>30103MP +<br>30160MP +<br>31331MLM +<br>34351MS | PQ02257+RQ1006<br>698+LOT51085327<br>+LOTZR01+LOTO<br>Q+8002521+80607<br>6-<br>P+PQ006838R+RQ<br>03321+RQ01362+S<br>Q05382+LOTOQ1<br>7+OQ1896+740495<br>+121ABT+SQ01/R<br>Q13/SQ12/RQ02+<br>RQ19/RQ19/SQ02/<br>RQ04+SQ04/RQ01<br>/SQ01+SQ05/SQ19<br>/RQ44 | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

| Loti 55 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Shimadzu /ose ekuivalent |                  |           |          |              |                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|--------------|------------------|----------------------------------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes    | Prodhuesi | Modeli   | Nr. Serisë   | Vendodhja        | Shërbimi                         |
| 19912                                                                             | Grafi Portative  | Shimadzu  | MUX10    | 0462P81610   | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv |
|                                                                                   | Grafi Stacionare | Shimadzu  | RADspeed | MP41EEEC6002 | PAI Pediatriisë  | Sherbimi I Imazherisë            |

| Loti 56 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Integra LifeScience /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                                | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |

|       |                         |                              |                         |            |                      |                            |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 19431 | Aspirator<br>UltraSonic | AspUltraSonic<br>Kirurgjikal | INTEGRA<br>LifeSciences | FCL1000103 | PAI<br>Neuroshkences | Spitali<br>Neurokirurgjise |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------------|

| Loti 57 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Zoll /ose ekuivalent |                        |           |               |               |                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Nr.<br>Inventari                                                              | Emri<br>Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli        | Nr.<br>Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                   |
| 34954                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031574   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34947                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H027903   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34946                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033821   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34958                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H032251   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34951                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H027598   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34950                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031537   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34952                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H029827   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34943                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H029824   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34942                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034539   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34949                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034657   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34944                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034679   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34940                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033384   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34945                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031531   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34948                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H031547   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34991                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H0029422  | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34992                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H034513   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34959                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033630   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34956                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033753   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34955                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H032321   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34953                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H032623   | Spitali<br>Qendror | Spitali Qendror            |
| 34941                                                                         | Respirator<br>portativ | Zoll      | 731<br>Series | AY20H033847   | PAI<br>Pediatrik   | Reanimacioni I Pediatriisë |

|  |              |      |   |             |                 |                 |
|--|--------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|
|  | Defibrilator | Zoll | R | AF16L061689 | Spitali Qendror | Spitali Qendror |
|--|--------------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|

| Loti 58 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekesore prodhues Mizuho /ose ekuivalent |                    |           |        |            |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------|------------|-----------------|---------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes      | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi                  |
| 19577                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514509     | PAI Pediatriisë | Urgjenca                  |
| 19560                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514506     | PAI Pediatriisë | Urgjenca                  |
| 31196                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514506     | PAI Pediatriisë | Salle                     |
| 31198                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514511     | PAI Pediatriisë | Salle                     |
| 31197                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514501     | PAI Pediatriisë | Salle                     |
| 20917                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514507     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20918                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514489     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20943                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514491     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20923                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514498     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 20924                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514504     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni              |
| 19983                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514496     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni I kirurgjise |
| 19393                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514500     | PAI Pediatriisë | Reanimacioni I kirurgjise |
| 19388                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514492     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-11              |
| 19792                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514487     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-12              |
| 19348                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514505     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-13              |
| 19674                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514510     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-14              |
| 19660                                                                           | Aspirator Elektrik | Mizuho    | 103    | 514499     | PAI Pediatriisë | Pavioni 8-15              |

| Loti 59 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Nakamura /ose ekuivalent |               |           |        |            |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|-----------|----------|
| Nr. Inventari                                                                     | Emri Pajisjes | Prodhuesi | Modeli | Nr. Serisë | Vendodhja | Shërbimi |



| <b>Nr. Inventari</b> | <b>Emri Pajisjes</b>                            | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b>       | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b>         | <b>Shërbimi</b>     |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 19241                | Lithotriptor C-Arm                              | Storz Medical    | Modulith SLX-F2     | OR.547            | Kirurgjia e Pergjithshme | Shërbimi Urologjisë |
|                      | Zëvendësim koke goditëse për Lithotriptor C-Arm | Storz Medical    | Për Modulith SLX-F2 |                   | Kirurgjia e Pergjithshme | Shërbimi Urologjisë |

| <b>Loti 63 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Mediso /ose ekuivalent</b> |                        |                  |               |                   |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr. Inventari</b>                                                                   | <b>Emri Pajisjes</b>   | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b> | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b> | <b>Shërbimi</b>  |
| 19241                                                                                  | Gama Kamera e Tiroides | Mediso           | Nulline       |                   | Mjeksia Nukleare | Mjeksia Nukleare |

| <b>Loti 64 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues JPI/ose ekuivalent</b> |                      |                  |               |                   |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nr. Inventari</b>                                                               | <b>Emri Pajisjes</b> | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b> | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b> | <b>Shërbimi</b> |
| 34689                                                                              | Digital X-Ray        | JPI              | DRE 150       | DRE 1502103002    | Onkologjik       | Imazheri        |

| <b>Loti 65 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Aeonmed/ose ekuivalent</b> |                      |                  |               |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Nr. Inventari</b>                                                                   | <b>Emri Pajisjes</b> | <b>Prodhuesi</b> | <b>Modeli</b> | <b>Nr. Serisë</b> | <b>Vendodhja</b> | <b>Shërbimi</b> |
| 34600                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZV1826   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34076                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZU3172   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34110                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZV1811   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34038                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZV1887   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |
| 34033                                                                                  | Respirator           | Aeonmed          | VG70          | VG70(E)XZZU3091   | PAI Infektiv     | PAI Infektiv    |

| Loti 66 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Maquet/ose ekuivalent |                      |           |                         |            |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Inventari                                                                  | Emri Pajisjes        | Prodhuesi | Modeli                  | Nr. Serisë | Vendodhja       | Shërbimi        |
| 20171                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 1131,12                 | 94         | Spitali Francez | Spitali Francez |
| 20180                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 1131.12BO               | 0.00095    | Spitali Francez | Spitali Francez |
| 30703                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | DELTA CLASSIC 1115.01CO | 8057       | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 30949                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 111501CO                | 8059       | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 31278                                                                          | Ekstrakorporal       | MAQUET    | HL 20                   | 94004211   | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 31280                                                                          | Ngrohës/Ftohës Gjaku | MAQUET    | HCU30                   | 101689     | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |
| 31283                                                                          | SHTRAT Operacioni    | MAQUET    | 1115.01CD               | 1115.01CD  | Kardiokirurgjia | Kardiokirurgjia |

| Loti 67 - Shërbim mirëmbajtje Pajisje mjekësore prodhues Olympus/ose ekuivalent |                     |           |            |            |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Nr. Inventari                                                                   | Emri Pajisjes       | Prodhuesi | Modeli     | Nr. Serisë | Vendodhja          | Shërbimi                 |
| 11953                                                                           | Sistem Laparoskopie | OLYMPUS   | CLV-180    | 7110397    | Spitali Polivalent | Kirurgjia e Përgjithshme |
| 30900                                                                           | Gastro-Fibroskop    | OLYMPUS   | EVIS EXERA | 7011515    | Spitali Polivalent | Kirurgjia e Përgjithshme |

### **Afatet e ekzekutimit:**

**Kohëzgjatja e kontratës:** 24 muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër (ose 730 ditë nga lidhja e MK).

Kontratat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE fitues për çdo lot, me afat përfundimtar, 24 muaj ose 730 nga lidhja e MK.

### **Shtojca 8**

#### **FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS**

#### ***(TË NJEJTA PËR TË GJITHA LOTET)***

**Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:** Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT e ndarë në 67 lote.

4. Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit përkatës për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e tyre dhe pjesëve përbërëse, për të ruajtur pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetërsimi apo përkeqësimi i performancës.
5. Shërbimi për ndërhyrjet e mirëmbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese të pajisjeve mjekësore duhet të kryhet nga 2 (dy) Inxhinierë/Specialistë të certifikuar dhe të trajnuar për pajisjet mjekësore objekt prokurimi.
6. Operatori Ekonomik (Ofertuesi) duhet të paraqesë Rekomandimet nga prodhuesi i pajisjes/ve dhe një plan veprimesh të mirëmbajtjes parandaluese që përcakton periodicitetin, procedurat operative dhe protokollet që synon të përdorë, përfshirë kalibrimet.

#### **Mirëmbajtja korrigjuese e pajisjeve mjekësore**

9. Ndërhyrjet e mirëmbajtjes korrigjuese konsistojnë në përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionimi, në identifikimin e shkaqeve, eliminimin e tyre dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, për garantimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe sigurisë së saj.
10. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjesë të mundshëm/e gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me të, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor si: Tuba X-ray, Dedektorë, Kompjutera, Hard Drive, DVD-CD, Keyboard, Monitor, RAM, UPS, Bllok ushqimi, printer, infrastrukture rrjeti, fisha, sonda, mansheta, sensorë,



elektroda, Ingranazhe, pjesë elektronike, elektrike, mekanike, hidraulike, valvula, pjesë mekanike, rrota, pistona, motorrë etj, që ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi përkatës.

11. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar/verifikuar/konstatuar problematikën brenda 2 (dy) orëve nga marrja e njoftimeve (me e-mail dhe/ose telefon te të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Autoriteti Kontraktor për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme, konfigurime, sinjalizime apo defekte të pajisjes.
12. Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korrigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 48 orë pas konstatimit.
13. Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike.
14. Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorësh, shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë kalibrimet e nevojshme, verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
15. Shoqëria e kontraktuar do mundësojë të paktën një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.
16. Lëvizja, spostimi, çmontimi dhe rimontimi i pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes korrigjuese është në ngarkim dhe përgjegjësi të të Kontraktuarit.

### **Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë**

5. Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të certifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
6. Të jenë të certifikuara me CE sipas standardeve dhe direktivave të aprovuara në tregun European.
7. Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
8. Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)\* vit garanci nga rikthimi në gjendje të plotë funksionale të pajisjes, ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

*(\*Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kontratës/marrëveshjes së lidhur. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës*

*ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arritjen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)*

### **Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore**

7. Operatori Ekonomik duhet të kryejë të paktën 1(një) inspektim sigurie sipas standardit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore MDD (ose MDR) 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745 dhe azhurnimet përkatëse, sipas aplikueshmërisë dhe Direktivave dhe klasifikimit të Këshillit të Evropës, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj gjatë periudhës së kësaj kontrate, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe certifikuar, sipas nevojave të AK.
8. Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara, në bashkëpunim me stafin e AK bazuar në specifikimet e prodhuesit.
9. Në përfundim të çdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e AK dhe Inxhinieri/Specialisti i kompanisë (OE) që kryen testin.
10. Pas çdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese ( të standardizuar nga AK) e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
11. Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
12. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të veçanta, në kushte apo sipas nevojave të veçanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

**Detyrat:** Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi, mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo defekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike, inspektimin e sigurisë elektrike të pajisjeve mjekësore, furnizim dhe ndërrimin e pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve si dhe transferimin dhe instalimin me kërkesë nga Autoriteti Kontraktues.

**Shpërndarja:** Në godinat e QSUT “Nënë Tereza” Tiranë, në të gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekësore të cilat janë përcaktuar në tabelat e detajuara dhe do të rifreskohen në momentin e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik fitues.

**Shënim:** Ndërprerja e Kontratës - Të parashikohet ndërprerja e kontratës për ato zëra kur përfundon supporti nga prodhuesi. Këto parashikime të jenë vetëm në rastet e paraqitjes së një dokumentacioni vërtetues nga prodhuesi. Afati i njoftimit të jetë jo më pak se 30 ditë.

**Vendi i kryerjes së shërbimeve:** Spitali Qendror në QSU “Nënë Tereza”

**Argumentimi: Sasia dhe Grafiku i levrim:** jane vendosur ne baze te Shkreses nr. 406/29 prot., datë 06.05.2025 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 406/28 prot., datë 15.04.2025 “Relacion për argumentimin nevojave, hartimin e specifikimeve teknike dhe llogaritjen fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt: **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**, me Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me nr. 489 (497/2 prot) datë 04.11.2024, i ndryshuar, “Për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e nevojave për procedurën e prokurimit me objekt **Mirëmbajtjen Full Risk për një periudhë 24 mujore të pajisjeve të vogla mjekësore të QSUNT**, Saktësuar me relacioninin nr. 406/31 prot., datë 10.06.2025, ne perputhje me **nenin 41 te VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021** “*Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik*”,të ndryshuar, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e levrimit të mallrave.*

**NJËSIA E PROKURIMIT:**