

PROCES-VERBAL – Tipi i kontratës - Mall**REF-52401-06-25-2025****PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM****OBJEKTI I PROCEDURËS****”BLERJE PAJISJE MJEKESORE TE NDRYSHME PER DSHS-KURBIN (sipas listes)”**

Nr	Emertimi I Pasjisjes	Sasia
1	AUTOKLAV	1
2	OXIMETER	2
3	FARINGOSKOPI	1
4	PULSOXIMETER	2
5	SHIRINGE ELEKTRIKE	1
6	ASTRUPOGRAM	1
7	ASPIRATOR	1
8	KOLPOSKOPI	1

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**Kodi : Pajisje mjekesore FPP – 33100000-1****”BLERJE PAJISJE MJEKESORE TE NDRYSHME PER DSHS-KURBIN (sipas listes)”****VLERA E FONDIT LIMIT: 3.951.767**(tre milion e nentëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) leke pa TVSH miratuar me të Ardhurat Dytesore nga MSHMS.**Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:(d/m/v) Ora: Datë: 07.07.2025 Ora: 10:00, pranë DSHS-Kurbin, adr.: Lagjia Nr. 4 Laç-Kurbin.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti kontraktor DSHS-KURBIN ka hartuar proces-verbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1:

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, në të cilën është e parashikuar se:

1. *Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH.*

2. *Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.*

b. Lista e cmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 3:

Argumentimi: Kjo shtojcë është pjesë e setit të dokumenteve standarte të tenderit për procedurën e prokurimit të sipërcituara.

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9:

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”.

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4:

Sigurimi i ofertës: 79 035,34 (shtatedhjetë e nentemijë e tridhjetë e pesë presje tridhjetë e kater) leke (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **79 035,34 (shtatedhjetë e nentemijë e tridhjetë e pesë presje tridhjetë e kater) leke monedha**(e shprehur me fjalë).

Autoriteti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit kontraktor _____ (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit kontraktor)

Autoriteti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150(shprehur në ditë)

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik“, në të cilin është e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) *vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës;*

b) *çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

a) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë **Autorizim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për tregtimin të pajisjeve mjekësore.**

b) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën **ISO 9001:2015** mbi “*Sistemet e menaxhimit të cilësisë*”, dhe nëse operatori ekonomik ofertues është prodhues i pajisjeve mjekësore duhet të paraqesë certifikatën **SSH EN ISO 13485:2016** “*Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore*”, ose **EN ISO 13485:2016** mbi “*Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore*” për tregtim të pajisjeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohej të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

c) Operatori ekonomik ofertues në rastet **kur nuk është prodhues** i artikujve objekt prokurimi, **duhet të paraqesë autodeklarate** që furnizuesi nga i cili siguron artikujt objekt prokurimi është konform standarteve të cilësisë **ISO 9001:2015** mbi “*Sistemet e menaxhimit të cilësisë*” ose **EN ISO 13485:2016** mbi “*Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore*” ose **SSH EN ISO 13485:2016** mbi “*Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore*”, të vlefshme, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

AK rezervon të drejtën për verifikimin e vetedeklarimit në procesin e vlerësimit të dokumentacionit dhe në rastin kur OE ofertues shpallet fitues, duhet të paraqesë certifikatën në fjalë.

Argumentimi: Këto kritere janë përcaktuar në piken 1 dhe në pikën 2/ b) dhe c) të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktues për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatat e lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Këto kritere gjejnë mbështetje në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktues, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatat e lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu këto kritere gjejnë mbështetje dhe në rekomandimin e APP dhe Drejtorisë së përgjithshme të Akreditimit nr. 3330 prot, datë 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, datë 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare (2022, 2023 dhe 2024) ku vlera mesatare e tyre të jetë **40 % e vlerës së fondit limit* të lotit për të cilat konkurron operatori.**

Nëse operatorët ekonomikë, për këtë procedure prokurimi arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Ky kriter, është vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020,”Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika2/b: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit e lartë dhe të ulët monetar; Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në ne piken 1 dhe piken 2 te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohej në Procedure e Hapur e Thjeshtuar, ku percaktohet; Pika2 /2 Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit e lartë dhe të ulët monetar; Referuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure AK ka menduar se vendosja e nje vlere minimale te xhiros jo me e vogel se **40 % e vlerës së fondit limit* të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron operatori, është një dëshmi e mjaftueshme për të krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operatorët Ekonomike ofertues zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 ”Mbi Rregullat e Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;* si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ’Për Tatimin Mbi të Ardhurat’ i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave;

2.3 Kapaciteti teknik:

a) Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **sa 20 % e vlerës së fondit limit* të kesaj procedure prokurimi për të cilën konkurron operatori dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes ku të evidentohen artikujt.**

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore****, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me piken 4 të nenit 40 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", në të cilin është e përcaktuar se: [...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe piken 4 të nenit 40 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik". Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën sa **20 %** të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Autoriteti Kontraktor DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KURBIN është institucion Shëndetësor Publik Bashkiak në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

b) Kërkohet **Autodeklarate** e ofertuesit mbi origjinën e mallit (**vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese**) për secilin artikull, afatin e garancisë 2- vjeçare, si dhe respektimit të specifikimeve teknike që oferton.

Argumentimi: Kriteri i vendosur në germën b) dhe c) është vendosur nga anetari i NjP që ka specialitetin përkatës në lidhje me kriteret teknike si dhe është në përputhje me nenin 4 pika 38/b, ku përcaktohet: “në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrimi i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuara dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzimi i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë”, nenin 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”. Deklarata mbi origjinën e mallit (kompaninë prodhuese dhe vendi i prodhimit) është kërkuar në mënyrë që me anë të saj të bëhet krahasimi i ofertes, materialeve që ofertohen nga OE me autorizimin e prodhuesit dhe dokumentacionin teknik që do të paraqitet në SPE.

c) Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten **Katalogje**, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (*pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohet, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen*). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (**te markuara sipas artikullit**) të përcaktuar në formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

d) Për artikujt e kërkuar që paraqiten me shenjë asterisko (*) në Shtojcën 6 të DST, duhet të paraqiten mostra ditën e hapjes së ofertave, me datë .2025 **ne orën 10:00**. Dorëzimi i kampioneve/ mostrave, të bëhet pranë Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Sekretaria DSHS-KURBIN, të mbyllura në një zarf /kuti jo transparente të vëlosur mbi të cilin të shenohet:

- “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « » dhe jo para datës .2025, **ora 10:00**.
- Se bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkrese të vëlosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënojë Nr.Rendor të Artikullit që përfaqëson.

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikuj të veçantë, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

Argumentimi: Ky kriter është referuar në Relacion për argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike Shkresës me nr. 151/1 *prot, datë 27.03.2025*, me lëndë **”BLERJE PAJISJE MJEKESORE TË NDRYSHME PËR DSHS-KURBIN (sipas listës)”**, si dhe nga anetari i Njesisë së Prokurimit që ka specialitetin përkatës në lidhje me kriteret teknike si dhe është në përputhje me nenin 4 pika 38, nenin 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik, si dhe me pikën 6/b të nenit 40 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se:[...] 6. *Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:[...] b. fotografitë apo katalogët teknikë; [...].*

Paraqitja e katalogjeve për të gjithë artikujt që janë objekt prokurimi, është kërkuar me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së paisjeve mjekesore që operatori ekonomik oferton, me specifikimet teknike të përcaktuara në DST në Shtojcën 6.

d) Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese **Autorizim te leshuar nga firma prodhuese ose distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi /MAH/ (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin)**, nëpërmjet te cilit konfirmohet se autorizohet të tregtoje materialet mjekesore objekt prokurimi. Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes dhe dorëzimit te ofertave; dhe origjinale ose fotokopje te perkthyer dhe te noterizuara.

Argumentimi: Ky kriter eshte referuar ne Relacion per argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike Shkreses me nr. **151/1 prot, datë 27.03.2025.** me lëndë **”BLERJE PAJISJE MJEKESORE TE NDRYSHME PER DSHS-KURBIN (sipas listes)”** si dhe nga anetari i Njesise se Prokurimit qe ka specialitet perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: 5. *Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.*

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokumenti domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues. Si dhe gjithashtu ky kriter u vendos ne mbeshtetje te **Rekomandimit nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **”Rekomandim mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentet e tenderit te procedurave te prokurimit publik”.**

dh) Operatori ekonomik duhet te paraqese **oferten teknike**, per artikujt e kerkuar ne forme tabele, ku te plotesohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanise prodhuese, Origjina e mallit, Skadenca e mallit, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur nga anetari i Njesise se Prokurimit qe ka specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike si dhe eshte ne perputhje me **piken 1 te nenit 36 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”**, ne tecileneshte e percaktuar se:

1. *Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurohet.*

Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.

Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi..

Gjithashtu ky kriter eshte ne perputhje me piken 2 te nenit 40 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: 2. *Për mallrat që do të prokurohen,*

autoritetet/entet kontraktore parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Ne kete kontekst eshte kerkuar dhe oferta teknike, me ane te se ciles do te behet e mundur verifikimi me i sakte i artikujve te ofertuar, specifikimeve te tyre, origjina, konformiteti etj me dokumentacionin mbeshtetes te paraqitur nga ofertuesi.

- e) Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autodeklarate për pajisjet mjekesore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) per konformitetin 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745, kur eshte e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit te Keshillit te Europes, bashkelidhur me kopjet e certifikatave perkatese CE/DC (Deklarate konformiteti) ose FDA, origjinale ose fotokopje te perkthyer dhe te noterizuara te vlefshme ne momentin e dorezimit te ofertave.

Argumentimi: Ky kriter i percaktuar ne piken e) eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

Ky kriter gjen mbeshetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu ky kriter gjen mbeshetje ne rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterave per kualifikim ne dokumentat e tenderit te procedurave te prokurimit publik“, rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise., si dhe referuar Relacion per argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike Shkreses me nr. **151/1 prot, datë 17.03.2025, me lëndë ”BLERJE PAJISJE MJEKESORE TE NDRYSHME PER DSHS-KURBIN (sipas listes)”**

- ë) Ofertuesi duhet te kete ne stafin teknik ose te paraqese nje kontrate bashkepunimi me minimum 1 (një) inxhinier: Të jenë Inxhinier Biomedikal/Klinikë/Elektonikë, i cili do te jetë pergjegjes per instalimin e pajisjeve, programimin sipas metodikave perkatese, trajnimin e personelit perdorues te pajisjeve dhe mirembajtjen e pajisjeve sipas garancise.

Per kete duhet te paraqese:

- Kopje e diplomës
- Vërtetim nga tatimet ku të figurojë në lispagesa e E-Sig sipas formularit E-SIG 025 per 3 muajt e fundit nisur nga data e hapjes se ofertave ose kontratë shërbimi/ bashkëpunimi te lidhur me inxhinierin.
- Certifikata /ose/ Dëshmi trajnimi per pajisjet mjekesore objekt prokurimi.

2.3.1 Ofertuesi duhet te paraqese Vetedeklarim qe merr persiper trajnimin e personelit perdorues te pakten per 5 dite.

2.3.2 Deklarate nga OE qe pajisjet e ofruara të jetë te reja, e nje prodhimi origjinal dhe e teknologjise se viteve 2022, 2023, 2024.

2.3.3 Deklarate per permbushjen e afatit te garancise e cila te jete sipas afateve te percaktuara ne DST Shtojcen Specifikimet Teknike përfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale gjate periudhes se garancise.

2.3.4 Pajisjet duhet te jene te çertifikuara nga CE.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme jane përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 40, pika 5, pika 6,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe _____.

(shënim- përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme osetë pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Nr	Emertimi I Pasjisjes	Pershkrimi	Sasia
1	AUTOKLAVE	Autoklave - Te jete me kapacitet 23 L - Te jete me funksion te lehte i tipit automatik me avull - Parametrat dhe kushtet e programit te shfaqen automatikisht ne ekran.	1(nje)

		- Nese ka ndonje problem te kete alarme qe te informoje perdoruesin - Nese tejkalon temperaturen ose presionin te kete mundesi te nderprese automatikisht punen ne menyre qe te garantoje sigurine e perdoruesit. - Te kete mundesi te beje ndarjen e ujrave te zeza per te mos ndotur tubat e brendshem te paster. - Temperatura e ambientit: 5-40°C - Presioni bakterial: >70kPa. - Presioni me i larte I presionit tepunes: 0.21~0.23MPa - Temperaturamë e lartë e vlerësuar e punës: 134~137°C - Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2 (dy) vite.	
2	OXIMETER	Oksimetër me gisht OXY-9 OXIMETER MULTIFUNKSIONOR - ME TELE Impuls oksimetër portativ duke adoptuar teknologji të avancuar. Kontrollon vlerën e SpO2 dhe PR përmes gishtit, për matjen e ngopjes së oksigjenit. E aplikueshme për disa përdorime brenda mjediseve të ndryshme (institucion mjekësor, familje, klube fitnesi...). - shfaqja e vlerës SpO2, vlerës PR dhe grafikut me shirita - Ekran automatik i orientuar nga pacienti - ruajtje automatike për vlerën SpO2 dhe PR - funksioni i orës së sinkronizimit - treguesi i baterisë së ulët - të dhënat e ruajtura mund të ngarkohen në aplikacionin PHMS me Bluetooth, aplikacioni do të ngarkojë të dhënat në platformën Cloud për analizë - lartësia dhe pesha mund të vendosen nga serveri. Furnizohet me litar, mbulesë të bardhë, bateri 2xAAA, manual shumëgjuhësh GB, FR, IT, ES, PT, DE Dimensioni: 58x32xh 34 mm Pesha: rreth 52 g (përfshirë bateritë 2xAAA) Specifikimet Teknike SpO2 diapazoni: 0~100% saktësia: 70~100% ± 2% 0~69%: e paspecifikuar PR diapazoni: 30-250 bpm saktësia: ± 2 bpm ose ± 2%, cilado qoftë më e madhe Rezolucioni: SpO2: 1% PR: 1 bpm Funksioni i memories: regjistro 1000 grupe të dhënash SpO2 Klasifikimi i sigurisë: pjesë e aplikuar e tipit BF Matja në gjendje mbushjeje të dobët: SpO2 dhe PR mund të tregohen saktë kur raporti i mbushjes së pulsit është 0.4%. Gabimi SpO2 është ±4, gabimi PR është ±2%, cilado që të jetë më e madhe. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1 (nje) vit.	2 (dy)
3	FARINGOSKOPI	ENDOSKOPI FLESKIBLE – PA FIBER OPTIKE Ky model endoskopi është menduar për përdorim në mjekësinë klinike:	1(nje)

		• EKZAMIN dhe ENDOTRAQUEA INTUBACION ose ENDOTRAQUEAL • Video e intubimit të hundës traqueal • Ekzaminim me pozicionim të tubave me dritë të dyfishtë • Succión de secretion traqueal • Video për anestezi topike • Intubimi i foshnjave Pikat kryesore të produktit • Teknologji fleksibël me fibra optike SIN • Çip në majë – LED i dyfishtë – Kamera – Sensori CMOS • Me portë për valvul thithëse • Kanali i punës • Monitorët e ekranit me prekje • Gama e gjerë e përsosjes Një monitor të madh për përdorim të jashtëm, i përshtatshëm për ekzaminimin e bronkoskopëve të mëdhenj. Dhe një monitor i vogël kompakt për intubimin, shëndetin dhe kushtet ose procedurat e urgjencës. MONITORËT • Monitor portativ 4.3” ose në dorë • Monitor 10” për hapësirë më të madhe shikimi ENDOSCOPIOS - Përmasat e disponueshme • 5.2 mm me kanal pune 2.6 mm Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 3 (tre) vite.	
4	PULSOXIMETER	OXY-100 OXIMETER PULSI Oksimetër kompakt i pulsit për aplikime spitalore dhe të shpëtimit për të monitoruar shkallën e pulsit SpO2, forcën e pulsit dhe indeksin e perfuzionit (PI). SpO2 mund të shfaqet në numra me bar-graf të pulsit si dhe me shfaqje të plotë të pletismogramit. Përfshin sensorin SpO2 për të rritur dhe kabllon zgjatuese. Karakteristikat: - saktësi dhe përsëritshmëri e lartë - alarm vizual dhe zanor, me kufij të rregullueshëm - Ruajtja dhe rishikimi i të dhënave 384-orëshe (regjistrimi çdo 1/2/4/8 sek.) - fikje automatike Manuali: GB, FR, IT, ES, PT. Specifikimet Teknike Mënyra e funksionimit: funksionimi i vazhdueshëm Modaliteti i ekranit: LCD me matricë me ngjyra SpO2 Gama e matjes: 35~100% Saktësia: Jo më shumë se 3% për SpO2 varion nga 70% në 100% Transformatori: sensor LED me gjatësi vale të dyfishtë me dritë të kuqe: 663 nm, dritë infra të kuqe: 890 nm Shkalla e pulsit Gama e matjes: 30-240 bpm Saktësia: ±2 bpm ose ±2% (cilado që është më e madhe) Gama e cilësimeve mbi kufirin: 25~250 bpm Kufiri i parazgjedhur i cilësimeve: I lartë 120 bpm, i ulët 50 bpm	2(dy)

		Gama e shfaqjes së indeksit të perfuzionit: 0,2%~20% Cilësimi i alarmit të diapazonit: Kufiri i poshtëm i SpO₂: 50% Kufiri i sipërm i SpO₂: 99% Kufiri i sipërm i pulsit: 100-240 bpm Kufiri i poshtëm i pulsit: 30-99 bpm Përditësimi i të dhënave 8 rrahje mesatare lëvizëse si për leximet e SpO₂ ashtu edhe për frekuencën e pulsit. Furnizimi me energji elektrike: d.c. 4.5V (3 bateri alkaline AA) Përmasat: 145×74×29 mm - 210 g (përfshirë bateritë) Klasifikimi Lloji i mbrojtjes kundër goditjes elektrike: Pjesë të aplikuara të tipit T BF. Shkalla e mbrojtjes nga lëngjet: I P22. Klasa B Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1 (nje) vite.	
5	SHIRINGE ELEKTRIKE	Shiringa Elektrike: Shiringe elektrike e avancuar e përshtatshme për të gjitha protokollet; Të ofrojë një diapason të gjerë të mënyrave të programimit si: doza e mbushjes, mikro-infuzion, bolus manual, bolus i programuar; Të ketë mundësi të rregjistrojë jo më pak se 19 profile me 200 medikamente secili; Shiringa të mund të programohet në shkalla e dozës të përkthehet në ml/h. Dhe në shumë njësi të shkallës së dozës për të gjitha rastet klinike; Volumi i infuzionit: 0,1-1200 mL; Diapazoni i shpejtësisë së rrjedhës: nga 0.1 mL /h ne 99.9 ml./h, me inkrementim të pakten 0.1 dhe nga 100 në 1200 mL/h in krementim me të paktën 1 mL/h; Saktësia e shpejtësisë së rrjedhës jo më shumë se +/- 1 % në mekanizem dhe +/- 2 % në shiringë. Kapaciteti i shiringës: minimum 5, 10, 20, 30/35, 50/60 cc. Jetëgjatësia e baterisë (ku rmgarkohet plotësisht) jo mëpak se 11 orë me 5 ml/h; Koha e rikarikimit kur shiringa është e fikur jo më shumë se 6 orë; Administrimi i bolus manualisht në intervalin 50 në 1200 ml/h dhe hap 50ml/h; Të ketë mënyrën e përdorimit të shpejt, pra të mund të përdoret pa qenë e detyrueshme të bëhet Prime; Të jetë e programuar dhe të sigurojë që bolus shpejtësia e programuar e rrjedhës të arrihet më shpejt; Numri eventeve jo me pak se 1500; Shkalla e KVO: e mbyllur ose 0.1-5.0ml/h; Njesitë e dozimit g, mg, Ag, ng, U, mmol, etj; Priming me tëpakten 3 mënyra: e detyrueshme, jo e detyrueshm edhe e këshilluar / Norma: 1200 mL/h; Kapaciteti i shiringave: 5-50/60 ml; Tipi i Ekranit të jetë monokrom min LCD afërsisht 66 mm × 33 mm; Furnizimi me energji elektrike: 100-240v, 25 VA, 50-60 Hz; Klasa e mbrojtjes ndaj ujit tepakten: IP22; Mbrojtje nga defibrilimi Class II CF; Nëpërputhje me standartet EN / IEC 60601-1 dhe EN / IEC 60601-2-24 / dhe në përputhje me EEC ne fuqi; Pajisja të jetë prodhim European dhe i viteve të fundit. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2 (dy) vite.	1(nje)

6	ASTRUPOGRAM	Specifikimet teknike ASTRUPOGRAM për analizuesin portativ të gazit në gjak (i-STAT) Analizuesi të jetë lehtësisht i lëvizshëm, portativ dhe peshoje më pak se 1.0 kg. Analizuesi ka aftësinë të përcaktojë parametrat: Na, K, Cl, Anion Gap, Glu, BUN, Hct, Hgb, Crea, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE, troponin I (cTnI), gonadotropinën korionike beta totale (beta-hCG) dhe faktorët e koagulimit. Analizuesi ka aftësinë e kontrollit cilësor elektronik automatic në çdo cikël matjeje. Analizuesi përdor një vëllim të vogël kampioni, deri në 100 µL gjak të plotë. Koha e matjes së testeve nuk duhet të jetë më e gjatë se 15 minuta (më pak se 5 minuta për matjen e gazit në gjak). Analizuesi duhet të shoqërohet me një bazë karikimi për baterinë e rikarikueshme dhe te kete aftësinë të lidhet me një kompjuter perms një kablloje USB, si dhe me sistemin LIS të spitalit. Analizuesi të mund të pajiset me një printer portativ, i cili duhet të funksionojë gjithashtu me bateritë rikarikueshme. Printimi i rezultateve nga printeri portativ i shoqëruar të shfaqë të gjitha të dhënat e nevojshme (ID e operatorit, ID e pacientit, numri i series së materialit të konsumueshëm, ID e materialit të konsumueshëm, numri serial i analizuesit, data dhe ora e testit, etj.), për të siguruar gjurmueshmërinë e plotë operator-pacient-test-analizues. Të gjitha testet e kërkuara duhet të kryhen në të njëjtin analizues me përdorimin e kartrixheve të ndryshme. Analizuesi nuk kërkon kalibrim shtesë dhe procedura mirëmbajtjeje. Materialet e konsumueshme/kartrixhet janë të gatshme për përdorim pa ndonjë përgatitje të mëtejshme (p.sh. përzierje, shkundje). Të jetë i pajisur me CE; do të vlerësohen certifikimet shtesë të analizuesit. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 3 (tre) vite.	1(nje)
7	ASPIRATOR	Aspirator kirurgjikal për Kirurgjinë Te jete i përshtatshëm për aspirimin Pompë vakumi me kapacitet afërsisht 90 kPa (675mm/Hg) Kapaciteti i thithjes minimalisht 60 L/min Te jete me rregullues vakumi Mates vakum per kontrollin e vakumit. Vakumi të jetë i kontrolluar dhe nga pedali Rezervuari: 2 enë me volum min 2 Litra secila (4 Lt min ne total) të autoklavueshme, me valvul sigurie E lëvizshme, me rrota ku dy prej tyre te jene me frena. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1 (nje) vit.	1(nje)
8	KOLPOKOPI	Kolposkopi - Te jete i pajisur me filter te fuqishem elektronik - Te kete te disponueshem fokusimin automatik dhe manual. - Zmadhimi dhe shfaqja e kohes se acidit acetik - Te kete burim te avancuar te dritës së bardhë LED - Moduli i imazhit te jete me te pakten 440 piksel me zmadhime te ndryshme per te siguruar cilesine perfundimtare te imazhit. - Te kete dalje te ndryshme duke perfshire S-video, video dhe USB - Kamera te jete akromatike e projektuar ne menyre profesionale me te pakten 8 butona funksioni. - Te kete mundesi te menaxhimit te bazes se te dhenave te reverit SQL - Funksioni i vlerësimit të RCI dhe analizës së krahasimit te jete i disponueshëm. - Te kete funksionin e shenimit dhe matjes se imazhit. - Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2 (dy) vite.	1(nje)

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

- Garancia e mallit duhet të jetë sipas përcaktimeve në Specifikimet teknike për secilen Pajisje Mjekësore.
- Kërket autodeklarate për pajisjet mjekësore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) për konformitetin me normat CE ose FDA, origjinale ose fotokopje të noterizuara të vlefshme në momentin e dorëzimit.
- Autorizim nga MAH/Prodhuesi/Distributori zyrtar
- Katalogje origjinale ose të noterizuara për të gjithë artikujt dhe të markohen artikujt që ofrohen.
- Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara nga shërbimet për çdo artikull.
- Të gjithë mallrat duhet të jenë sipas specifikimeve.

Sasia dhe Grafiku i levrimit:

Afati i levrimit për **30 Dite** nga Nenshkrimi i Kontrates.

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërket:

Sasia dhe Grafiku i levrimit:

Afati i levrimit të mallrave do të jetë për **30 Dite** nga Nenshkrimi i Kontrate në DSHS-KURBIN sipas sasive dhe specifikimeve teknike në DST.

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
AUTOKLAVE	Autoklave - Te jete me kapacitet 23 L - Te jete me funksion te lehte i tipit automatik me avull - Parametrat dhe kushtet e programit te shfaqen automatikisht ne ekran. - Nese ka ndonje problem te kete alarme qe te informoje perdoruesin - Nese tejkalon temperaturen ose presionin te kete mundesi te nderprese automatikisht punen ne menyre qe te garantoje sigurine e perdoruesit. - Te kete mundesi te beje ndarjen e ujrave te zeza per te mos ndotur tubat e brendshem te paster. - Temperatura e ambientit: 5-40°C - Presioni bakterial: >70kPa. - Presioni me i larte I presionit tepunes: 0.21~0.23MPa - Temperaturamë e lartë e vlerësuar e punës: 134~137°C - Garancia e mallit duhet të jetë jo	1(nje)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates

	më e vogël se 2 (dy) vite.			
OXIMETER	Oksimetër me gisht OXY-9 OXIMETER MULTIFUNKSIONOR - ME TELE Impuls oksimetër portativ duke adoptuar teknologji të avancuar. Kontrollon vlerën e SpO2 dhe PR përmes gishtit, për matjen e ngopjes së oksigjenit. E aplikueshme për disa përdorime brenda mjediseve të ndryshme (institucion mjekësor, familje, klube fitnesi...). - shfaqja e vlerës SpO2, vlerës PR dhe grafikut me shirita - Ekran automatik i orientuar nga pacienti - ruajtje automatike për vlerën SpO2 dhe PR - funksioni i orës së sinkronizimit - treguesi i baterisë së ulët - të dhënat e ruajtura mund të ngarkohen në aplikacionin PHMS me Bluetooth, aplikacioni do të ngarkojë të dhënat në platformën Cloud për analizë - lartësia dhe pesha mund të vendosen nga serveri. Furnizohet me litar, mbulesë të bardhë, bateri 2xAAA, manual shumëgjuhësh GB, FR, IT, ES, PT, DE Dimensioni: 58x32xh 34 mm Pesha: rreth 52 g (përfshirë bateritë 2xAAA) Specifikimet Teknike SpO2 diapazoni: 0~100% saktësia: 70~100% ± 2% 0~69%: e paspecifikuar PR diapazoni: 30-250 bpm saktësia: ± 2 bpm ose ± 2%, cilado qoftë më e madhe Rezolucioni: SpO2: 1% PR: 1 bpm Funksioni i memories: regjistro 1000 grupe të dhënash SpO2 Klasifikimi i sigurisë: pjesë e aplikuar e tipit BF Matja në gjendje mbushjeje të dobët: SpO2 dhe PR mund të tregohen saktë kur	2 (dy)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates

	raporti i mbushjes së pulsit është 0.4%. Gabimi SpO2 është ± 4, gabimi PR është $\pm 2\%$, cilado që të jetë më e madhe. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1 (nje) vit.			
FARINGOSKOPI	ENDOSKOPI FLESKIBLE – PA FIBER OPTIKE Ky model endoskopi është menduar për përdorim në mjekësinë klinike: • EKZAMIN dhe ENDOTRAQUEA INTUBACION ose ENDOTRAQUEAL • Video e intubimit të hundës traqueal • Ekzaminim me pozicionim të tubave me dritë të dyfishtë • Succión de secretion traqueal • Video për anestezi topike • Intubimi i foshnjave • Teknologji fleksibël me fibra optike SIN • Çip në majë – LED i dyfishtë – Kamera – Sensori CMOS • Me portë për valvul thithëse • Kanali i punës • Monitorët e ekranit me prekje • Gama e gjerë e përsosjes Një monitor të madh për përdorim të jashtëm, i përshtatshëm për ekzaminimin e bronkoskopëve të mëdhenj. Dhe një monitor i vogël kompakt për intubimin, shëndetin dhe kushtet ose procedurat e urgjencës. MONITORËT • Monitor portativ 4.3” ose në dorë • Monitor 10” për hapësirë më të madhe shikimi ENDOSCOPIOS - Përmasat e disponueshme • 5.2 mm me kanal pune 2.6 mm Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 3 (tre) vite.	1(nje)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates
PULSOXIMETER	OXY-100 OXIMETER PULSI Oksimetër kompakt i pulsit për aplikime spitalore dhe të shpëtimit për të monitoruar shkallën e pulsit SpO2, forcën e pulsit dhe indeksin e perfuzionit (PI). SpO2 mund të shfaqet në numra me bar-graf të pulsit si dhe me shfaqje të plotë të pletismogramit.	2(dy)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates

	Përfshin sensorin SpO2 për të rritur dhe kabllon zgjatuese. Karakteristikat: - saktësi dhe përsëritshmëri e lartë - alarm vizual dhe zanor, me kufij të rregullueshëm - Ruajtja dhe rishikimi i të dhënave 384-orëshe (regjistrimi çdo 1/2/4/8 sek.) - fikje automatike Manuali: GB, FR, IT, ES, PT. Specifikimet Teknike Mënyra e funksionimit: funksionimi i vazhdueshëm Modaliteti i ekranit: LCD me matricë me ngjyra SpO2 Gama e matjes: 35~100% Saktësia: Jo më shumë se 3% për SpO2 varion nga 70% në 100% Transformatori: sensor LED me gjatësi vale të dyfishtë me dritë të kuqe: 663 nm, dritë infra të kuqe: 890 nm Shkalla e pulsit Gama e matjes: 30-240 bpm Saktësia: ± 2 bpm ose $\pm 2\%$ (cilado që është më e madhe) Gama e cilësimeve mbi kufirin: 25~250 bpm Kufiri i parazgjedhur i cilësimeve: I lartë 120 bpm, i ulët 50 bpm Gama e shfaqjes së indeksit të perfuzionit: 0,2%~20% Cilësimi i alarmit të diapazonit: Kufiri i poshtëm i SpO2: 50% Kufiri i sipërm i SpO2: 99% Kufiri i sipërm i pulsit: 100-240 bpm Kufiri i poshtëm i pulsit: 30-99 bpm Përditësimi i të dhënave 8 rrahje mesatare lëvizëse si për leximet e SpO2 ashtu edhe për frekuencën e pulsit. Furnizimi me energji elektrike: d.c. 4.5V (3 bateri alkaline AA) Përmasat: 145×74×29 mm - 210 g (përfshirë bateritë) Klasifikimi Lloji i mbrojtjes kundër goditjes elektrike: Pjesë të aplikuara të tipit T BF. Shkalla e mbrojtjes nga lëngjet: I P22. Klasa B Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1 (nje) vite.			
--	---	--	--	--

SHIRINGE ELEKTRIKE	Shiringa Elektrike: Shiringe elektrike e avancuar e përshtatshme për të gjitha protokollet; Të ofrojë një diapason të gjerë të mënyrave të programimit si: doza e mbushjes, mikro-infuzion, bolus manual, bolus i programuar; Të ketë mundësi të rregjistrojë jo më pak se 19 profile me 200 medikamente secili; Shiringa të mund të programohet në shkallë e dozës të përkthehet në ml/h. Dhe në shumë njësi të shkallës së dozës për të gjitha rastet klinike; Volumi i infuzionit: 0,1-1200 mL; Diapazoni i shpejtësisë së rrjedhës: nga 0.1 mL /h ne 99.9 ml./h, me inkrementim të pakten 0.1 dhe nga 100 në 1200 mL/h in krementim me të paktën 1 mL/h; Saktësia e shpejtësisë së rrjedhës jo më shumë se +/- 1 % në mekanizem dhe +/- 2 % në shiringë. Kapaciteti i shiringës: minimum 5, 10, 20, 30/35, 50/60 cc. Jetëgjatësia e baterisë (ku rregullohet plotësisht) jo më pak se 11 orë me 5 ml/h; Koha e rikarikimit kur shiringa është e fiksuar jo më shumë se 6 orë; Administrimi i bolus manualisht në intervalin 50 në 1200 ml/h dhe hap 50ml/h; Të ketë mënyrën e përdorimit të shpejt, pra të mund të përdoret pa qenë e detyrueshme të bëhet Prime; Të jetë e programuar dhe të sigurojë që bolus shpejtësia e programuar e rrjedhës të arrihet më shpejt; Numri eventeve jo me pak se 1500; Shkallë e KVO: e mbyllur ose 0.1-5.0ml/h; Njesitë e dozimit g, mg, Ag, ng, U, mmol, etj; Priming me tepakten 3 mënyra: e detyrueshme, jo e detyrueshme edhe e këshilluar / Norma: 1200 mL/h; Kapaciteti i shiringave: 5-50/60 ml; Tipi i Ekranit të jetë monokrom min LCD afërsisht 66 mm × 33 mm; Furnizimi me energji elektrike: 100-240v, 25 VA, 50-60 Hz; Klasa e mbrojtjes ndaj ujit tepakten: IP22; Mbrojtje nga defibrilimi Class II CF; Nëpërputhje me standartet EN / IEC 60601-1 dhe EN / IEC 60601-2-24 / dhe në përputhje me EEC ne fuqi;	1(nje)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates
--------------------------------------	---	----------------------	--	--

	Pajisja të jetë prodhim European dhe i viteve të fundit. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2 (dy) vite.			
ASTRUPOGRAM	Specifikimet teknike ASTRUPOGRAM për analizuesin portativ të gazit në gjak (i-STAT) Analizuesi të jetë lehtësisht i lëvizshëm, portativ dhe peshoje më pak se 1.0 kg. Analizuesi ka aftësinë të përcaktojë parametrat: Na, K, Cl, Anion Gap, Glu, BUN, Hct, Hgb, Crea, pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE, troponin I (cTnI), gonadotropinën korionike beta totale (beta-hCG) dhe faktorët e koagulimit. Analizuesi ka aftësinë e kontrollit cilësor elektronik automatic në çdo cikël matjeje. Analizuesi përdor një vëllim të vogël kampioni, deri në 100 µL gjak të plotë. Koha e matjes së testeve nuk duhet të jetë më e gjatë se 15 minuta (më pak se 5 minuta për matjen e gazit në gjak). Analizuesi duhet të shoqërohet me një bazë karikimi për baterinë e rikarikueshme dhe te kete aftësinë të lidhet me një kompjuter perms një kabloje USB, si dhe me sistemin LIS të spitalit. Analizuesi të mund të pajiset me një printer portativ, i cili duhet të funksionojë gjithashtu me bateritë rikarikueshme. Printimi i rezultateve nga printeri portativ i shoqëruar të shfaqë të gjitha të dhënat e nevojshme (ID e operatorit, ID e pacientit, numri i series së materialit të konsumueshëm, ID e materialit të konsumueshëm, numri serial i analizuesit, data dhe ora e testit, etj.), për të siguruar gjurmueshmërinë e plotë operator-pacient-test-analizues. Të gjitha testet e kërkuara duhet të kryhen në të njëjtin analizues me përdorimin e kartrixheve të ndryshme. Analizuesi nuk kërkon kalibrim shtesë dhe procedura mirëmbajtjeje. Materialet e konsumueshme/kartrixhet janë të gatshme për përdorim pa ndonjë përgatitje të mëtejshme (p.sh. përzierje, shkundje). Të jetë i pajisur me CE; do të vlerësohen certifikimet shtesë të analizuesit. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 3 (tre) vite.	1(nje)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates
ASPIRATOR	Aspirator kirurgjikal për Kirurgjinë Te jete i përshtatshëm për aspirimin	1(nje)	Drejtoria e Sherbimit	30 dite nga Nenshkrimi I

	Pompë vakumi me kapacitet afërsisht 90 kPa (675mm/Hg) Kapaciteti i thithjes minimalisht 60 L/min Te jete me rregullues vakumi Mates vakum per kontrollin e vakumit. Vakumi të jetë i kontrolluar dhe nga pedali Rezervuari: 2 enë me volum min 2 Litra secila (4 Lt min ne total) të autoklavueshme, me valvul sigurie E lëvizshme, me rrota ku dy prej tyre te jene me frena. Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1 (nje) vit.		Spitalor Kurbin	Kontrates
KOLPOSKOPI	Kolposkopi - Te jete i pajisur me filter te fuqishem elektronik - Te kete te disponueshem fokusimin automatik dhe manual. - Zmadhimi dhe shfaqja e kohes se acidit acetik - Te kete burim te avancuar te dritës së bardhë LED - Moduli i imazhit te jete me te pakten 440 piksel me zmadhime te ndryshme per te siguruar cilesine perfundimtare te imazhit. - Te kete dalje te ndryshme duke perfshire S-video, video dhe USB - Kamera te jete akromatike e projektuar ne menyre profesionale me te pakten 8 butona funksioni. - Te kete mundesi te menaxhimit te bazes se te dhenave te reverit SQL - Funksioni i vlerësimit të RCI dhe analizës së krahasimit te jete i disponueshëm. - Te kete funksionin e shenimit dhe matjes se imazhit. - Garancia e mallit duhet të jetë jo më e vogël se 2 (dy) vite.	1(nje)	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates

Afatet e lëvrimit: 30 dite nga Nenshkrimi I Kontrates.

Sasia dhe Grafiku i levrimit: jane vendosur ne baze te shkreses se argumentimit te fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike Shkreses me nr. **151/1 prot, datë 27.03.2025,** me lëndë **”BLERJE PAJISJE MJEKESORE TE NDRYSHME PER DSHS-KURBIN (sipas listes)”** si dhe ne perputhje me nenin 4, pika 38/b të Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, nenin 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, si dhe **piken 1 te nenit 40 te VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021** “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.*

Bazuar në nenin 78 pika 2 të VKM nr. VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” seti përfundimtar i dokumentat të tenderit nënshkruhet në çdo faqe nga anëtarët e njësisë së prokurimit.

Të gjithë anëtarët e Njesisë së Prokurimit firmosën dokumentet e tenderit në çdo flete.

NJESIA E PROKURIMI

- | | | |
|------------|--------|---------|
| 1.Mimoza | Çokaj | Juriste |
| 2.Besmira | Prenga | Anetare |
| 3. Emirjan | Lika | Anetar |