



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL DURRËS

NR. Prot _____

Data _____.____.2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

Objekt i procedurës kryesore: “**Riparim, blerje pjese dhe aksesore per Aparaturat Mjekësore**” për SRD-në, ndare ne 3 lote – Marreveshje kuader me nje Operator Ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara”. me afat 12 muaj”

LOTI – 1: Blerje pjese kembimi mirembajtje parandaluese

LOTI - 2 : Blerje Aksesore per Aparaturat mjekesore

LOTI – 3 : Blerje pjese kembimi per Aparaturat Mjekesore

Fondi limit ne total/vlera e pritshme e kontratave ne total : **1.999.100** (nje milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e njeqind) Leke pa TVSH.

Fondi limit ne total/vlera e pritshme e kontratave Lot 1: 880.000 (teteqind e tetedhjete mije) leke pa tvsh

Fondi limit ne total/vlera e pritshme e kontratave Lot 2: 524.000 (peseqind e njezete e kater mije) leke pa tvsh

Fondi limit ne total/vlera e pritshme e kontratave Lot 3: 595.100 (peseqind e nentedhjete e pese mije) leke pa tvsh.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
331000000-1

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Spitali Rajonal Durres** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83/1 të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën është e parashikuar se: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël. Si dhe Nenit 83/2 ku përcaktohet se: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit: a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës; b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 **Kopje të deklaratave të xhiros vjetore** për 3 (tre) vitet e fundit (2022, 2023, 2024) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jete jo më e vogël se 40 % të fondit limit/vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron operatori ekonomik.

Argumentimi: Keto kritere, janë vendosur në përputhje me pikën 3 të nenit 77 të Ligjit nr 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 3. *Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një **xhiro vjetore minimale** të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në **bilancet** e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.”*; si dhe në pikën 1 dhe pikën 2/a të nenit 43 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të

*provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të **xhiros vjetore** të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40% te vleres se perlllogaritur te kontrates ose lotit ne procedurat e prokurimit nen kufirin e ulet monetar.*

Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në nenin 55/4 të VKM 285/2021 i ndryshuar ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohej në Procedurën e Hapur të Thjeshtuar, e cila është 40 % e Fondit Limit të kontratës së shpallur.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 'Mbi Rregullat e Prokurimit Publik' i ndryshuar ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;** si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave.*

2.3 KAPACITETI TEKNIK DHE ARGUMENTIMI :

Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizimin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për tregtim të pajisjeve mjekësore.

Argumentimi: Ky kriter vihet në përputhje me piken 2 te nenit 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" lidhur me kualifikimin profesional dhe aftësinë teknike: Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionale ose tregtarë.

Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t'u kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim.

2.3.2 Vetedeklarate ku Operatori deklaron se do të kryejë furnizimin, instalimin dhe testimin e aksesoreve të aparaturave me kostot e tij.

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me nenin 4 pika 38, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", ne pikat 5, 6 dhe 8 te nenit 40 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", te ndryshuar, rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 "Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentat e tenderit te procedurave te prokurimit publik", rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te

Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilesise”.

- **Afati i levrimit të mallit**

Afati i levrimit 45 dite.

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

I. Sasia per prokurim dhe Specifikimet Teknike

LOTI – 1: Blerje pjese kembimi mirembajtje parandaluese

Nr.	Aparatura	Prodhuesi	Modeli	Aksesorë/Shërbimi	Sasia/ copë
1	Sipap	Viasys Healthcare	Sipap Infant Flow	set mirëmb.parandaluese/ Bashkangjit Aneksi 1	2
2	Respirator	Viasys CARE FUSION	AVEA	set mirëmb.parandaluese/ Bashkangjit Aneksi 1	1
3	Respirator	Viasys CARE FUSION	VELA	set mirëmb.parandaluese/ Bashkangjit Aneksi 1	1

Pjeset e kembimit per Setin e mirembajtjes parandaluese

1 Sipap Infant Flow Viasys Healthcare

Nr	Emertimi pjeses	Sasia
1	Bateri	1
2	Filter oksigjeni	1
3	Banjo screw O-ring	1
4	Fuel Cell Filter /restrictor& O-Rings (set)	1 sete
5	Sensor O2	1

6	O-Ring on front panel	1
7	Filter Uji TRAP	1
8	Pilot Drive check Valves	1
9	Case Bleed Filtered Restrictor	1
10	Mufler filter	1

2 Respirator		VELA
Nr	Emertimi pjeses	Sasia
1	Sensor O2 I brendeshem	1
2	Bateri e brendeshme	1
3	Inlet assy O/Ring (2+1)	3
4	Duckbill Check valve	2
5	Derlin Washer	2
6	Umbrella Valve 11/4"	1
7	O2 Ilet Filters	2
8	Mufler filter core assy	1 sete
9	Rear inlet Filter	2
10	Fan filter media	1
11	Piston , Inspiratory valve	1
12	Compression Spring	1
13	Filter end cap O-ring	2
14	Insp Checkvalve cover O-ring	1
15	Insp piston O	1
16	Bateri 3V coin cell	1
17	Inspiratory Valve gasket	1

3 Respirator		AVEA
Nr	Emertimi pjeses	Sasia
1	Exhalation Diaphragm	1
2	Filter inlet Tube	1
3	Filter fan	1
4	Compressor Inlet filter (W/C)	1
5	Compressor Outlet filter (W/C)	1
6	Bateri	1
7	Senror O2	1

Specifikimet Teknike:

1. Pjeset e kembimit duhet të jenë origjinale ose kompatibël me pajisjet për të cilat kërkohen këto pjesë.
2. Për setin e mirembajtjes parandaluese kërkohet 6 (gjashte) muaj garanci nga data e instalimit në aparatura.
3. Seti i mirembajtjes parandaluese do të instalohet nga inxhinieri i OE dhe do të testohen dhe kalibrohen në aparatura përpara se të bëhen veprimet hyrje-dalje nga magazina.
4. Afati i lëvrim të mallit : 45 ditë

Loti 2 : Blerje Aksesore per Aparaturat mjekesore

Nr.	Aparatura	Prodhuesi	Modeli	Aksesore/Shërbimi	Sasia/ copë
1	EKG	Nihon Kohden	Cardiofax M	kabëll pacienti	10
2	EKG	Cardioline	100L	SET pompëza dhe mansheta	9
3	Monitor Pacienti	Mindray, CSI,Okuman, Zoncare, Sinohero,Edan, Fukuda Denshi	Beneview T5, N'Genuity, Okm500, PM700D, AcuitsignM8, IM8, DS7100	gisht oksimeter	14
4	Monitor Pacienti	Mindray, CSI,Okuman, Zoncare, Sinohero,Edan, Fukuda Denshi	Beneview T5, N'Genuity, Okm500, PM700D, AcuitsignM8, IM8, DS7100	kabell EKG	4
5	Monitor Pacienti	Mindray, CSI,Okuman, Zoncare, Sinohero,Edan, Fukuda Denshi	Beneview T5, N'Genuity, Okm500, PM700D, AcuitsignM8, IM8, DS7100	manshet	8

Specifikimet Teknike:

1. Aksesoret duhet të jenë origjinalë ose kompatibël me pajisjet për të cilat kërkohen këto pjesë.
2. Aksesoret do të instalohen nga inxhinieri i OE dhe do të testohen dhe kalibrohen në aparaturë përpara se të behen hyrje nga magazina.
3. Afati i lëvrim të mallit : 45 ditë

Loti 3: Blerje pjesë kembimi për Aparaturat Mjekësore

Nr .	Aparatura	Prodhesi	Modeli	Aksesorë/Shërbimi	Sasia / copë
1	Cardiotocograf	CONTEC Medical	CMS800G	set sonda	1
2	Aspirator			gota aspirimi me kapak 2 l	5
3	Aspirator			tub silikoni I autoklavueshem	11
4	Elektrobisturi	HEALTH-FORCE BIO-MEDICAL	EB 05	Kabell tokezimi me pllake	2
5	Fototerapi	Medela		llampa UW	12
6	Kaska hodd	neonat			5
7	Llampë qendrore salle	Bicaciklar		llampa halogjene 22,8V	5
8	Fototerapi	NOVOS TIBBI	BILILED MAXI+	llampa UW (pllakë set)	1

Specifikimet Teknike:

1. Pjesët e kembimit duhet të jenë origjinalë ose kompatibël me pajisjet për të cilat kërkohen këto pjesë.
2. Pjesët e kembimit do të instalohen nga inxhinieri i OE dhe do të testohen dhe kalibrohen në aparaturë përpara se të behen hyrje nga magazina.
3. Afati i lëvrim të mallit : 45 ditë

Argumentimi për specifikimet teknike janë vendosur në bazë të materialit të përgatitjes së specifikimeve teknike dhe përlogaritjes së fondit limit me nr. 989/8 prot., dt. 25.08.2025 të përgatitur nga grupi i punës i ngritur me urdherin e brendshëm me nr. 989/1 prot., dt. 23.07.2025, si dhe në përputhje me nenin 4, pika 38 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin

Publik”, nenin 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si dhe neneve 20 dhe 49 të Ligjit nr. 105/2014 “*Per Barnat dhe Sherbimin Farmaceutik*”.

U ngarkua ne sistemin e prokurimit elektronik nga njesia e prokurimit