

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### Monitori pacienti

- 1-Te jete I parametrave vital
- 2- Ekrani te jete te pakten 10" me ngjyra ,me prekje
- 3-Te shfaq te pakten 4 kurba dhe 5 vale ECG(3/6 lead ),Resp,SpO2,NIBP,Temp, IBP x1
- 4-Te jete I pershtashem per perdorim Adult/Pediatrik.
- 5-Bateria ,te pakten 3 ore rregjistrim te pavarura nga energjia elektrike
- 6-Te kete memorie per te pakten 100 ore rregjistrim te te gjithë parametrave (Full disclosure).
- 7-Te kete gjithë aksesoret per te filluar pune : Fisha ECG,Fishe te SpO2, temperature, bateri te inkorporuar,etj.
- 8- Te kete mundesi qe monitoret te komunikojne me njeri tjeterin nepermjet rrjetit.
- 9- Te kete mundesine e modulit CO2
- 10- Te kete mundesine e modulit te EEG.
- 11-Aparatura te jete e re dhe e teknologjise se fundit.
- 12- Garancia jo me pak se nje vit.

Public Health Sector

### SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Monitor pacienti	Cope	7		
	<b>Shuma pa tvsh</b>				
	<b>tvsh</b>				
	<b>Shuma me tvsh</b>				

Afatet e lëvrimit:

Me lidhjen e kontrates deri ne 5 dite