

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti 1 Seriologjia

Nr	Emertimi	Njesia
1	HBsAg	Test
2	anti-HBs	Test
3	HBeAg	Test
4	anti-HBe	Test
5	anti-HBc	Test
6	HCV	Test
7	HSV-1/2 IgG	Test
8	HSV-2 IgG	Test
9	HSV-1/2 IgM	Test
10	EBV EA IgG	Test
11	EBV EA IgA	Test
12	EB VCA IgG	Test
13	EB VCA IgM	Test
14	EB VCA IgA	Test
15	EBV NA IgG	Test
16	HIV	Test
17	SYPHILIS	Test

Open
Procurement
Albania

Public Health Sector

Specifikimet teknike:

1. **Teknologji të pranueshme:**CLIA (Chemiluminescence Immunoassay)/ELFA (Enzyme-linked fluorescence assay)
2. Firma fituese duhet të sjelli edhe aparatën për kryerjen e analizave.
3. Aparati duhet të ketë ngarkim të vazhdueshëm të mostrave, Dhoma frigoriferike për mostrat reagent.Mënyra e operimit Random, Batch dhe STAT.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti 1. Serilogjia

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia
1	HBsAg	Test	1300
2	anti-HBs	Test	200
3	HBeAg	Test	100
4	anti-HBe	Test	100
5	anti-HBc	Test	200
6	HCV	Test	1300
7	HSV-1/2 IgG	Test	200
8	HSV-2 IgG	Test	100
9	HSV-1/2 IgM	Test	200
10	EBV EA IgG	Test	100
11	EBV EA IgA	Test	100
12	EB VCA IgG	Test	100
13	EB VCA IgM	Test	100
14	EB VCA IgA	Test	100
15	EBV NA IgG	Test	100
16	HIV	Test	1000
17	SYPHILIS	Test	100

Afatet e lëvrimit:

- **Afati i skadencës për produktet që do të ofrohen:** Çdo artikull duhet të ketë skadencë $\frac{1}{2}$ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës në ditën e lëvrimit të mallit.
- **Afati i lëvrimit deri në 20.12.2016**
 - 40% e sasisë së mallit për secilin artikull duhet të lëvrohet brenda 30 ditësh nga data e nënshkrimit të kontratës,
 - 40% e sasisë së mallit për secilin artikull duhet të lëvrohet brenda 3 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës dhe pjesa tjetër deri në përfundim të kontratës dhe nevojave të shërbimit.