

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Zevendesim dhe kalibrim i Llambes se Rontgenit dhe Rotor Control Board etj:

Specifikimi i Materialeve:

1. Llambë rontgeni Model RO 1750 ROT 350, (per aparatn rontgen FILIPS)

- Tensioni nominal i llambës së rontgenit : **150 kV**
- Vlerat nominale të vatrave fokale : **06/1.2**
- Diametri i diskut të anodës : **90 mm**
- Këndi i anodës : **13 Gradë**
- Filtrimi permanent : **2.5 mmAl/75kV**

2. Modul Rotor Control (për gjeneratorin e rrezeve X Optimus 50)

Pllaketë për përshpejtimin e anodës së llambës së rontgenit deri në 3000 rpm (rrotullime për minutë)

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Public Health Sector

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emertimi	Sasia
1	Zevendesim dhe kalibrim i Llambes se Rontgenit	1
2	Zevendesim dhe kalibrim i Rotor Control Board	1

Afatet e lëvrimit: **Brenda nje muaji nga data e lidhjes së kontratës.**