

## Shtojca 10

[ Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Emërtimi	Sasia	Çmimi/Njësi	Vlera
<b>Furnizim Vendorsje detektor dixhital për pajisjen mjekësore mamograf dixhital prodhuesi IMS model Giotto 3DL 6902, nr serie 20/07/21, viti i prodhimit 2010, Nr. Inventari 19853 në repartin e Imazherisë, Shërbimi Onkologjik në QSUT</b>	1	9 078 000	9 078 000
Totali pa TVSH			9 078 000
Totali me TVSH			10 893 600

#### Specifikimet teknike:

- Detektor dixhital,
- I ri, kompatibël me pajisjen mjekësore mamograf dixhital prodhuesi IMS, Modeli GIOTTO 3DL 6902, Nr serie 20/07/21, viti i prodhimit 2010.
- Detektori të jetë i ri dhe i çertifikuara nga prodhuesi.
- Detektori të jetë origjinal.
- Të jetë prodhim i dy viteve të fundit 2015,2016
- Garancia jo më pak se 1 vit.

## Public Health Sector

#### Specifikime të përgjithshme:

- Të ketë të paktën 1(një) inxhinier të çertifikuar nga firma prodhuese, i cili do të kryejë instalimin.
- Operatori të zotërojë autorizim nga prodhuesi IMS për vitin 2016.