

## Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

#### Kite reagent per analizator cell-counter 5 popullata

Nr.	Emertimi	Njesia	Cmimi	Sasia	Vlera
1	Diluent	liter		340	
2	Lizant (hollues per HGB)	ml		5000	
3	Lizant (hollues per formulen leukocitare)	ml		294	
4	Lizant (hollues I rruazave te bardha)	liter		20	
5	Pastrues	ml		50	
6	Control	shishe		5	
	<b>Totali pa tvsh</b>				
	<b>Tvsh</b>				
	<b>Totali me tvsh</b>				

#### Kite dhe reagent per autoanalizator Biokimik Cobas Integra

Nr	Emertimi	Njesia	Cmimi	Sasia	Vlera
1	AMYL Gen.2,300tests,cobas c ,Integra	Teste		2	
2	CA,Gen.2,300Tests, cobas c ,Integra	teste		1	
3	CHOL HiCo Gen.2,400Tests,cobas c ,Integra	teste		6	
4	CREAJ Gen.2 700Test,cobas c ,Integra	teste		3	
5	GLUC HK Gen.3,800 Tests,cobas c ,Integra	teste		6	
6	ASTL,500 Tests,cobas c ,Integra	teste		4	
7	ALTL,500Tests,cobas c ,Integra	teste		4	

8	HbA1c TQGen.2,150T,cobas c ,Integra	teste		2
9	HDL-C Gen.3,200Tests,cobas c ,Integra	teste		3
10	IRON Gen.2,200Tests,cobas c ,Integra	teste		1
11	LIPC,200Tests,cobas c ,Integra	teste		2
12	PHOS Gen.2,250Tests,cobas c ,Integra	teste		1
13	TRIGL,250Tests,cobas c ,Integra	teste		10
14	UA Gen.2,400Tests,cobas c ,Integra	teste		1
15	CARB,200Tests,cobas c ,Integra	teste		1
16	Integra Microcuvetten(20000 cuv)	Kuti (20000 cope)		1
17	Activator	Kuti (9x12ml)		1
18	Integra cleaner (1000 ml)	shishe (1000ml)		15
19	ISE DEPROTEINIZER cobas,6x21ML	Kuti 6x21 ML		3
20	INTEGRA NACL DIL	Kuti 6x22 ML		1
21	Hba1c TQ haemolyzing rg,cobas Integra 800	Kuti (6x10 ml)		1
22	Waste Container cobas Integra 20*CX	Kuti 20pcs		1
23	COBAS CU WHITE	Kuti (1000 pcs)		4
24	Cfas Hb1C,3X2ml	Kuti (3x2ml)		1
25	Cfas 12x3 ml	Kuti (12x3ml)		2
26	Cfas Lipids 3x1ml	Kuti (3x1ml)		1
27	HITACHI I PRECISET TDM 1	Kuti (6x1x5ml)Diluent(1x10ml)		1
28	PreciControl HBA1c Norm	Kuti (4x1ml+4x1ml)		1
29	TDM Control Set	Kuti Level I (2x5ml),Level II(2x5 ml)Level III(2x5ml)		1
30	PreciControlHBA1c Path	Kuti (4x1ml+4x1ml)		1
31	PreciControl ClinChem Multi 1,20x5 ml	Kuti (20x5ml)		1
32	PreciControl ClinChem Multi 2,20x5 ml	Kuti (20x5ml)		1
	<b>Totali pa tvsh</b>			
	<b>Tvsh</b>			
	<b>Totali</b>			

### Kite reagent per astrupograme/Gazometri+Elektrolite ne gjak

Nr	Emertimi	Njesia	Cmimi	Sasia	Vlera
1	Solucion Matje	kuti		5	
2	Solucion Kalibrimi	kuti		10	
3	Kontroll niveli 1	flakon		30	
4	Kontroll niveli 2	flakon		30	
5	Kontroll niveli 3	flakon		30	
6	PH-Elektrode	cope		1	

7	PO2-Elektrode	cope		1
8	PCO2-Elektrode	cope		1
9	K-Elektrode	cope		1
10	NA-Elektrode	cope		1
11	Ca-Elektrode	cope		1
12	Reference Elektrode	cope		1
13	Leter Printeri	cope		12
14	Waste	cope		1
15	Kalibrator Hemoglobine	cope		1
16	Kuvete per hemoglobinen	cope		3
	<b>Totali pa tvsh</b>			
	<b>Tvsh</b>			
	<b>Totali me tvsh</b>			

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Çdo artikull duhet të ketë skadencë  $\frac{1}{2}$ ze kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës në ditën e lëvrimit të mallit.

Të respektohen specifikimet teknike për çdo artikull.

Nisur nga mangesite dhe nevojat e Spitalit Rajonal Shkoder per disa nga aparaturat perkatese per realizimin e ekzaminimeve specifike sipas objektit te prokurimit te kesaj procedure, Operatori ekonomik qe do te shpallet fitues duhet te sjelle ne perdorim pa kundershperblim bashke me kite reagent edhe aparatet e meposhtme:

1. Analizator Hematologjik duhet te jete me 5 Popullata.
2. Autoanalizator Hormonal-Imunologjik duhet te kete teknologjine e matjes ECLIA (electrochemiluminescence).
3. Autoanalizator i gazeve dhe elektroliteve ne gjak duhet te jete nje paisje e vetme.

Per aparatin e testeve biokimike, kitet dhe reagentet duhen te jene origjinale dhe kompatibel me aparatin e Spitalit Cobas Integra.

Operatori ekonomik qe do shpallet fitues duhet te jape garanci per produktet dhe servisimin dhe mirembajtjen e pajisjeve pa kundershperblim me Inxhiniere te certifikuar nga kompania prodhuese.