

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### Specifikime Teknike

#### Parametrat Teknik

##### Reagente

- Etiketimit Flash CLIA- ABEI, me sensitivitet te lartedhestabilitet te gjate
- Ndarje me pjesezananomanjetike, e shpejtdheeficente
- Substrate teperdorura NaOH, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Jetegjatesia ne bord : Jo me pak se 4 Jave.

##### Performanca

- Deri ne 180 Teste/ore
- I programuar te punoje 24 ore/dite
- Koha per rezultatin e pare 17 min
- Random, Batch dhe STAT

##### Menyrat e Operimit

##### Ngarkimi i Serumeve

- Deri ne 40 Pacientenjekohsisht
- Ngarkim i vazhdueshem
- Lexim me barcode i serumeve
- Lidhje LIS

##### Ngarkimi i Reagenteve

- Dhomefrigoriferike per serumet
- Ngarkim i vazhdueshem I pacienteve
- Lexim **RFID** i te gjithenformacioneve te Reagenteve.

##### Reagentet

- Dhomefrigoriferike per reagentet.
- Gati per tuperdorur, nukkerkohetasnjetrajtimit ngaperdoruesi (asnjepergatitje)
- Reagentet tekene te inkorporuarkalibratore **LOW dhe HIGH** sidhekontrolli te perfshihetbrengakitit.

##### Vecori te tjera

- RFID ruan te gjithen info e reagentit
- Kalibrimi pare me 10 pika per reagentet.
- Stabilitet i kalibrimit deri ne 4 jave.
- Detektim i kloteve (Clot Detection)
- Detektim i nivelit te likuideve
- Auto-Dilum
- Temperatura e inkubimit 37 C

##### Sistemi i operimit

- Windows 7
- Ekran me prekje

##### Nderlidhja

- Komunikim i dyanshem me LIS permes

protokollit ASTM

## Paneli i Testeve

- Markerat Tumoral
- Paneli i Tiroideve
- Fertilitet
- Torch
- EBV
- Infektive
- Metabozmi i Kockave
- Imunoglobulina
- Prenata Screening i plote (Bashke me Software)
- Anemi
- Semundje Infektive
- Metabolizmi i Glyko
- Funksioni i veshkave
- Monitorim Droge
- Fibroza Hepatike
- Monitorimi i Inflammacioneve

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

*Sasia e mallit te kerkuar te jete ne perputhje me listen e mallrave*

1	2	3	4
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Afati
1	“Blerje Aparat Autoanalizator Hormonal	1	30 dite nga data e nenshkrimit te kontrates

Afatet e lëvrimit:

*Afati i levrimit te mallit te jete Brenda 30 diteve nga data e neshkrimit te kontrates.*