

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pajisje të prodhuesit Philips

- Shërbimet që duhet të ofrohen: *Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore (lista më poshtë) që janë në përdorim në disa spitale të vendit sipas përshkrimit të më poshtëm të shërbimit.*

KONTRATA E TIPIT FULL RISK

Nr.	Pajisja dhe Spitali	Prodhuksi/ Modeli
1	Skaner Spitali Shkodër	Philips/16sl
2	Skaner Spitali Elbasan	Philips/16sl
3	Skaner Spitali Durrës	Philips/16sl
4	Skaner Spitali Lezhë	Philips/16sl
5	Skaner Spitali Vlorë	Philips/16sl
6	Skaner Spitali Lushnjë	Philips/16sl
7	Skaner Spitali Korçë	Philips/MxDual
8	Skaner Spitali Fier	Philips/Mx16
9	Skaner Spitali Berat	Philips/Mx16
10	Skaner Spitali Peshkopi	Philips/Mx16
11	Skaner Spitali QSUT, Onkologji	Philips/Brilliance, Big Bore
12	Skaner Spitali Traumës	Philips/Ingenuity Flex32
13	Rezonancë Magnetike QSUT	Philips/1.5T Pulsera
14	Rezonancë Magnetike Spitali Durrës	Philips/1.5T Pulsera
15	Rezonancë Magnetike Spitali Vlore	Philips/ 1.5T Pulsera
16	Angiograf, Qsut, Hemodinamika	Philips/ CV20
17	Angiograf, Qsut, Hemodinamika	Philips/Allura Centron, PCA
18	Angiograf, Shkoder, Hemodinamika*	Philips/Allura Centron, CA

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shërbimet që duhet të ofrohen:

Shërbimet që duhet të ofrohen:

Mirëmbajtja parandaluese: ky shërbim duhet të kryhet për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e pajisjeve dhe pjesëve përbërëse, për të ruajtur sistemin e pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve të çdo pajisjeje, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetrimi apo përkeqësimi i performancës së pajisjeve.

Mirëmbajtja korrigjuese: Ky shërbim do të përfshijë përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionim, në identifikimin e shkaqeve, në eliminimin e shkaqeve dhe defekteve dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, në verifikimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe në kontrollin e sigurisë. Ky shërbim do të përfshijë edhe lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin e pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes dhe kalibrimin.

Ndërhyrjet duhet të synojnë nxjerrjen në pah të të gjitha situatave të rrezikut të mundshëm dhe të identifikojnë veprimet korrigjuese me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së spitalit, duke marrë parasysh kushtet specifike mjedisore dhe operative në të cilat ato operojnë me pajisjet dhe karakteristikat individuale të projektimit dhe ndërtimit të tyre, duke iu referuar periudhës së vendosjes së tyre në treg. Në lidhje me çdo mospërputhje të zbuluar gjatë zbatimit të kontroleve dhe sipas nivelit të rrezikut të identifikuar, I Kontraktuari do të paraqesë raport të hollësishëm teknik tek Kontraktuesi. Ndërhyrjet e nevojshme do të sigurojnë eliminimin e të gjitha moskonformiteteve të konstatuara në pajisje dhe pjesën e ushqimit. Këto ndërhyrje janë në ngarkim të Të Kontraktuarit dhe përfshihen në vlerën e kontratës.

Përveç afateve të përcaktuara në kalendarin e verifikimit periodik, shërbimi i verifikimit të sigurisë së përmendura në këtë pikë duhet të parashikohet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.

Kontraktuesi ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të veçanta, në kushte apo sipas nevojave të veçanta.

Ofertuesi duhet të lëshojë një: Deklaratë që merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij gjatë kohës së punës në spital dhe se spitali nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura punonjësve të kompanisë në ambientet e tij.

Pjesët përbërëse të sistemit, të këmbimit, përdorimit dhe konsumit

Te gjitha pjesët e këmbimit dhe konsumit të mëposhtme janë në ngarkim të Të Kontraktuarit dhe përfshihen në vlerën e kontratës:

- Tubi i rrezeve X (blerja dhe instalimi i saj në rast dëmtimi) për pajisjet përkatëse
- Gjeneratori
- Të gjitha pjesët e tjera të këmbimit, të nevojshme për funksionimin sipas standardeve.
- Blerja dhe furnizimi me helium për rezonancat magnetike
- Pajisja UPS i pajisjeve
- Të gjitha pjesët e tjera të këmbimit që mund të lindin nevoja të zëvendësohen kur

difektohen, me qëllim mirëfunksionimin e pajisjes.

I Kontraktuari duhet të parashikojë blerjen dhe zëvendësimin e të gjitha pjesëve dhe materialeve të këmbimit gjatë kryerjes së shërbimeve me shpenzimet e tij. Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, në përputhje me legjislacionin për pajisjet mjekësore duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen. Garancia e pjesëve të këmbimit do të jetë për një periudhë jo më pak se një vit nga momenti i lëvrimit.

Orari dhe vendet e kryerjes së shërbimeve

Personeli teknik i Të Kontraktuarit do të garantojnë mbulimin e shërbimit për 52 javë në vit, me përjashtim të festave zyrtare, nga e hëna në të premte me orë 08:00-16:00 dhe të shtunën 8:00-14:00. Këto mund të jenë objekt ndryshimesh në varësi të nevojave specifike të Kontraktuesit. I Kontraktuari do të sigurojë realizimin e aktiviteteve të përcaktuara në kontratë edhe në rast greve apo konfliktesh sindikaliste apo ngjarje të tjera të parashikueshme.

I Kontraktuari do të caktojë një person kontakti për raportimin e defekteve dhe kontaktet të tjera.

Emri i personit të kontaktit të deklarohet në dokumentet e ofertës.

Shpejtësia e ndërhyrjeve

I Kontraktuari do të duhet të regjistrojë çdo thirrje me qëllim gjurmimin e fillimit dhe mbarimit të çdo ndërhyrje.

Njoftimi për defektet do të kryhet me telefon dhe email.

I Kontraktuari do të sigurojë ndërhyrjen brenda ditës së punës për pajisjet e instaluar në Tiranë dhe në distancat deri në 100 km dhe 24 ore për spitalet më larg se 100 km.

Kohëzgjatja maksimale e riparimit të defektit do të jetë jo më shumë se 24 orë kur pajisja nuk ka nevojë për pjesë këmbimi dhe 5 ditë zyrtare pune kur kërkohet zëvendësimi i pjesëve të këmbimit.

I Kontraktuari duhet të sigurojë që pajisjet të mos qëndrojnë të defektuara për më shumë se 10 ditë zyrtare pune në vit.

Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën, gjatë periudhës së ekzekutimit të kontratës, të përfshijë apo përjashtojë nga shërbimet e përmendura, pajisje të caktuara, veprim ndaj të cilit, i Kontraktuari nuk ka të drejtë të kundërshtojë.

Ky ndryshim do të rezultojë në rishikimin e kontratës. Vlera e shtuar ose zvogëluar do të llogaritet bazuar në vlerën ditore të mirëmbajtjes për atë pajisje dhe ditëve të përfshirjes në mirëmbajtje. Vlera ditore do të llogaritet bazuar në vlerën vjetore të mirëmbajtjes së asaj pajisje.

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

NE ZERIN ÇMIMI NJËSI TE PERFSHIHEN TE GJITHA SHERBIMET PERKATESE TË DETAJUARA NË SPECIFIKIMET TEKNIKE PËRFSHIRË ZEVENDESIMET EVENTUALE TE PJESEVE TE KEMBIMIT, SIPAS RASTIT, PER NJE PERIUDHE 24 MUJORE).

1	2	2a	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i Shërbimeve	Modeli	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
1	Mirëmbajtja Skaner Spitali Shkodër	Philips/16sl	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
2	Mirëmbajtja Skaner Spitali Elbasan	Philips/16sl	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
3	Mirëmbajtja Skaner Spitali Durrës	Philips/16sl	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
4	Mirëmbajtja Skaner Spitali Lezhë	Philips/16sl	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
5	Mirëmbajtja Skaner Spitali Vlorë	Philips/16sl	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
6	Mirëmbajtja Skaner Spitali Lushnjë	Philips/16sl	1			Me lidhjen e kontrates

						per nje periudhe 24 mujore
7	Mirëmbajtja Skaner Spitali Korçë	Philips/MxD ual	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
8	Mirëmbajtja Skaner Spitali Fier	Philips/Mx16	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
9	Mirëmbajtja Skaner Spitali Berat	Philips/Mx16	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
10	Mirëmbajtja Skaner Spitali Peshkopi	Philips/Mx16	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
11	Mirëmbajtja Skaner Spitali QSUT, Onkologji	Philips/Brilli ance, Big Bore	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
12	Mirëmbajtja Skaner Spitali Traumës	Philips/Ingen uity Flex32	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
13	Mirëmbajtja Rezonancë Magnetike QSUT	Philips/1.5T Pulsera	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore

14	Mirëmbajtja Rezonancë Magnetike Spitali Durrës	Philips/1.5T Pulsera	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
15	Mirëmbajtja Rezonancë Magnetike Spitali Vlore	Philips/ 1.5T Pulsera	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
16	Angiograf, Qsut, Hemodinamika	Philips/ CV20	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
17	Mirëmbajtja Angiograf, Qsut, Hemodinamika	Philips/Allur a Centron, PCA	1			Me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore
18	Mirëmbajtja Angiograf, Shkoder, Hemodinamika*	Philips/Allur a Centron, CA	1			Per nje periudhe 24 mujore nga data 4 Maj 2017
Çmimi Neto)						
TVSH (%)						
Çmimi Total						

* Kontrata e mirembajtjes se Angiografit në Sp. Shkoder (artikulli nr.18) ,do t'i fillojë efektet nga data 4 Maj 2017.

Afatet e ekzekutimit: Duke filluar me lidhjen e kontrates per nje periudhe 24 mujore

TERMAT E REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:

Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore (lista më poshtë) që janë në përdorim në disa spitale të vendit sipas përshkrimit të bërë në specifikimet teknike.

Detyrat:

Percaktuar ne shërbimet e përshkruara ne specifikimet teknike

Shpërndarja: **Spitalet e vendit sipas listave të mëposhtme ku është vendndodhja e çdo pajisje**

Vendi i kryerjes së shërbimeve:

Nr.	Pajisja dhe Spitali
1	Skaner Spitali Shkodër
2	Skaner Spitali Elbasan
3	Skaner Spitali Durrës
4	Skaner Spitali Lezhë
5	Skaner Spitali Vlorë
6	Skaner Spitali Lushnjë
7	Skaner Spitali Korçë
8	Skaner Spitali Fier
9	Skaner Spitali Berat
10	Skaner Spitali Peshkopi
11	Skaner Spitali QSUT, Onkologji, Tiranë
12	Skaner Spitali Traumës, Tiranë
13	Rezonancë Magnetike QSUT, Tiranë
14	Rezonancë Magnetike Spitali Durrës
15	Rezonancë Magnetike Spitali Vlore
16	Angiograf, Qsut, Hemodinamika, Tiranë

17	Angiograf, Qsut, Hemodinamika, Tiranë
18	Angiograf, Shkoder, Hemodinamika*

