

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### Per Protoksidin e Azotit :

- Permbajtja e N<sub>2</sub>O jo me pak se 99.5%
- Permbajtja e NO jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja e NO<sub>2</sub> jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja e H<sub>2</sub>O jo me shume se 0.4mg/1
- Permbajtja e NH<sub>3</sub> jo me shume se 0.001%
- Permbajtja e CO<sub>2</sub> jo me shume se 0.01%
- Permbajtja e CO jo me shume se 0.001 %
- Permbajtja e PH<sub>3</sub> e AsH<sub>3</sub> mungon
- Permbajtja e acideve dhe bazave mungon
- Permbajtja e lendeve oksiduese dhe reduktuese mungon
- Protoksidi i azotit do te jete ne bombola me kapacitet 27kg.
- Cdo furnizim te shoqerohet me flete analize

Paketimi i protoksidit te azotit do te behet me bombolat e shitesit.



Sasia e mallit që kërkohet:

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Artikulli	Njesia	Sasia
1	Protoksid Azoti	kg	1500

Afatet e lëvrimet:

Menjehere pas nenshkrimit te kontrates deri me date 31.12.2017

Furnizimi do te kryhet menjehere pas nenshkrimit te kontrates sipas kerkeses se Autoritetit Kontraktor

Transportimi dhe shkarkimi i mallit eshte pergjegjesi e shitesit

*Te gjithe dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara te tyre.ne rastet e mosdorezimit te nje dokumenti , ose te dokumentave te rreme te pasakta , konsiderohen si kushte per skualifikim.*

