



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**



**BLERJE MATERIALE MJEKSORE TE NDARE NE LOTE PER NEVOJAT E SUT –SE PER VITIN 2017.**

**HARTUESIT E DOKUMENTAVE TE TENDERIT**

- |            |         |                                |
|------------|---------|--------------------------------|
| 1. Gentian | HALILAJ | Shef i Sektorit te Prokurimeve |
| 2. Alma    | ZHURDA  | Specialiste Prokurimi          |
| 3. Martil  | SULA    | Specialist Prokurimi           |

## I NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Spitali Universitar i Traumës**  
 Adresa **Rr. "Lord Bajron" Laprake, Tiranë**  
 Tel/Fax **+355 4 2 357356**  
 E-mail **spitalitraumes@shendetesia.gov.al**  
 Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njesi e qeverisjes vendore

Tjetër

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

### Seksioni 2. Objekti i kontratës

#### 2.1 Lloji i Kontratës

Punë

Shërbime

Mallra

#### Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje

Qira

Leasing

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

#### 2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

#### 2.1.3 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

2.1.4 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.1.5</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
--------------	--	--

**2.1.6 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:**

**2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit : **13,412,078.33 (trembedhjetë milion e katerqind e dymbedhjetë mijë e shtatedhjetë e tetë pikë tridhjet e tre) lekë pa TVSH**
2. Burimi i Financimit: **Buxheti i Shtetit**
3. Objekti i kontratës: **Blerje Materiale Mjekesore ndare ne lote per nevojat e SUT-se per vitin 2017 , sipas tabelës dhe specifikimeve te meposhteme**

**2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja në muaj    ose ditë

ose

duke filluar nga **data e lidhjes se Kontrates** me përfundim në **15/12/2017**

**2.3.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër**

**Kohëzgjatja në muaj:**   ose **ditë:**     (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga     (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më     (dd/mm/vvvv)

**2.4 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:**

**2.5 Ndarja në LOTE:**

Public Health Sector  Po  Jo

Nëse po,

**2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve**

**I-Loti I-re : Materiale per Kirurgjine Vaskulare me Fond Limit: 8,237,628.33 (tete milion e dyqind e tridhjetë e shtate mije e gjashteqind e njezete e tete pike tridhjetë e tre) leke pa TVSH, sipas tabelës se meposhteme**

Nr	Pershkrimi	Specifikime teknike	Njesia	Sasia
1*	Patch vascular	Vascular patch, me mikropore, material elastik polyesterurethane ,permasa 3x4cm	cope	5
2	Polypropylene	5-0, gjatesi 75-90 cm, age me diameter 15-17 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope	32
3*	Polypropylene	6-0, gjatesi 60-90 cm, age me diameter 10-13 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope	32
4	Polypropylene	7-0, gjatesi 60-90 cm, age me diameter 8 mm,3/8 age rrethore double needle	cope	30

## Dokumentat Standarde të Tenderit

5*	Merocel mikrosfungjer intranazal hemostatik biokompatibel	10 cm X 1.5 X 2.5 cm	cope	15
6*	Kateter embolektomie 3F	Me ballon dhe shiringe, permasa 3F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope	15
7*	Kateter embolektomie 4F	Me ballon dhe shiringe, permasa 4F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope	15
8	Kateter embolektomie 5F	Me ballon dhe shiringe, permasa 5F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope	15
9	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 5 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 120cm, gjatesi stente 20mm, compatible guidewire 0.035"	cope	1
10	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 5 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 150cm, gjatesi stente 40mm, compatible guidewire 0.035"	cope	1
11	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 6 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 120cm, gjatesi stente 40mm, compatible guidewire 0.035"	cope	2
12*	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 6 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 150cm, gjatesi stente 60mm, compatible guidewire 0.035"	cope	1
13*	Guidewire 0.035" I drejte 180cm	Ninitol, flexible shaft, gjatesi maje 15cm	cope	6
14	Guidewire 0.035" I kurbuar 45 grade 180cm	Ninitol, flexible shaft, gjatesi maje 4cm, standard	cope	10
15	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 4 MM, gjatesia 60 mm	cope	2
16*	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 6 MM, gjatesia 60 mm	cope	2
17	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 8 MM, gjatesia 40 mm	cope	1
18	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 8 MM, gjatesia 60 mm	cope	1
19*	Graft Vaskular I drejte 6mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40 cm	cope	2
20	Graft Vaskular I drejte 8mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 70 cm	cope	2
21	Graft Vaskular I bifurkuar 14x8mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope	1
22*	Graft Vaskular I bifurkuar 16x9mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope	1
23	Graft Vaskular I bifurkuar 18x10mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope	1
24	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 5F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope	15
25*	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 6F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope	25
26	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 7F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope	10
27	Graft vaskular i drejte,i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 5mm, gjatesi 70cm	cope	3
28*	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 6mm, gjatesi 80cm	cope	3
29	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 8mm, gjatesi 80cm	cope	3

## Dokumentat Standarde të Tenderit

30	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 16X8mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope	1
31*	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 18X9mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope	1
32*	Set i ekstirpimit te venes	Set i plote: 1-gide polifilament, fleksibel, me veshje plastike; 2- koka me tehe te mprehte me diameter 9,12 dhe 15mm	cope	12
33*	Stopckoks	3 porta,2 femra-1 mashkull.Rubinet me presion te ulet.	cope	12
34*	Inflation Manometer set	Seti duhet te permbaje: Pajisje fryrese 30atm + stopcock 3 rruges + torqu + lidhesi ne forme Y + gida metalike	cope	5
35*	Katetere trombolize 5F	Katetere single lumen gjatesi 100cm	cope	2
36*	Katetere Irrigimi 3F,4F,5F,6F	Gjatesi 80cm	cope	10
37*	Graft Hemodialize 5mm	Graft Vascular per Hemodialize, ePTFE, I drejte, thin wall, diameter 5mm, gjatesi 40cm.	cope	2
38*	Kateter Aspirimi	Kateter per aspirim trombi- duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F gjatesi 140cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket	cope	2
39	Introducer	Introducer through the hemostatic valve with protective cover	cope	10
40*	Stent periferel balloon-expandable 5mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 5mm, gjatesi stemte 27mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe me ballon me gjatesi 30, profilkalueshmerie 0.079"	cope	1
41	Stent periferel balloon-expandable 7mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 7mm, gjatesi stemte 37mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe me ballon me gjatesi 40, profilkalueshmerie 0.081"	cope	1
42	Stent periferel balloon-expandable 9mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 9mm, gjatesi stemte 57mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 135cm dhe me ballon me gjatesi 60, profilkalueshmerie 0.088"	cope	1
43	Balon PTA over the wire 0.035"	Hidrofilik,over the wire,material flexitec, 2 markues platinum iridium, gjatesi kateteri 80 dhe 130cm diameter 7;9;10;12 mm,gjatesi baloni 40-150 mm, gjatesi kateteri 80cm dhe 13cm	cope	1
44*	Balon PTA low compliant	Balon PTA 0.035" low compliant, diametri 4 mm,6 mm,8 mm, 9mm, gjatesi baloni 40-80 mm, gjatesi kateteri 40cm ; 80cm; 135cm	cope	1
45*	Balon PTA infrapopliteal	Balon me veshje hidrofilike, material flexitec, ultra, diameter 2 mm,4 mm.gjatesih 20-40 mm, kompatibel me guidewire 0.014" dhe 0.018"	cope	1
46*	Kateter balon I medikuar	Balon PTA I medikuar me Paclitaxel, diameter 4-7 mm, gjatesi baloni 40-150 mm, balon I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe 120cm, te paraqiten te dhena klinike te publikuara	cope	1
47*	Kateter suporti crossover	Hidrofilik, profil 2.0 F distal,2.3 F proximal. gjatesi 100-150 cm, markues radiopak platinum iridium, profil kalueshmerie .66mm, kompatibel me guidewire 0.14"	cope	1
48*	Katetere per mbrojtjen cerebrale proximale	Kateter me gjatesi 95cm me dy balona okluzioni per mbrojtje cerebrale, amplitude 5-13mm, markues baloni e distance 6cm, kanal pune 6F me diameter 0.083", minimum sheath introducer 9F, kompatibel me guidewire	cope	1
49*	Mikrokateter per embolizem	Kateter single lumen, gjatesi 153cm, diameter I brendshem 0.017"	cope	1
50*	Sistem coil me detashim	Detashues që lejon vendosjen e plotë dhe tërheqjen e spirales para lëshimit,forme helikoidale,fibered tip, Nylon, diameter 2-8 mm,length 4-30 cm.	cope	1

## Dokumentat Standarde të Tenderit

51	Sistem Embolik Likuid	Sistemi embolik me perberje Etilen-vinil alkohol kopolimer; likuid me perberje Dimetil sulfoksid dhe puder e mikronizuar tantalum per vizualizim radiografik, kit 1,5ml- për keqformime arteriovenoze, periferale, viskozitet 18-34	cope	1
52*	Kateter rikthimi me lak	Diameter 5-15 mm, kateter 4-6 F, gjatesi kateteri 102 cm, kit qe permban nje snare, nje kateter, nje introducer dhe nje tork	cope	1
53*	Kateter trombolize me radiofrekuence	Kateter 7F per trajtimin e insuficenses kronike venoze me radiofrekuence, gjatesi pune 100cm, Heating Element Length 7cm	cope	2
54	Perparese plumbi	Perparese Plumbi perbere nga: 1-xhakete plumbi: permasa L, ted y anet e xhaketes per mbrojte nga rrezet radioactive, shtresa e perparme mbrojtese jo me pak se 0.50mm, shtresa e mbrapme mbrojtese jo me pak se 0.25mm: 2- Fund plumbi :permasa L, ted y anet e fundit per mbrojte nga rrezet radioactive , shtresa e perparme mbrojtese jo me pak se 0.50 mm, shtresa e mbrapme mbrojtese jo me pak se 0.25 mm	cope	2
55	Qafore plumbi	Qafore plumbi per mbrojte nga rreze radioactive, shtresa mbrojtese jo me pak se 0.50mm, qaforja e pershtatshme per permasat 38-46, lartesia e qafores 6 cm	cope	2

**II-Loti II-te : Materiale specifike (joortopedike) per Neurokirurgjine, me Fond Limit: 4,666,950 (kater milion e gjashteqind e gjashtedhete e gjashte mije e nenteqind e pesedhete) leke pa TVSH, sipas tabelës së mëposhteme**

Nr	Emertime	Njesia	Sasia Totale
1*	DYLL (Bone Wax)Kuti me 24 Paketa	Kuti me 24 paketa	29
2*	Hemostat e absorbueshme 5 x 7.5 cm,	Kuti me 12 paketa	7
3*	Sfungjer hemostatik prej xhelatine 80X50X10mm	cope	200
4	Drena Aspirativ per plage kirurgjike	cope	300
5	Drena per hematoma subdurale (Jackson Patt)	cope	100
6*	Veshje SterileNjepedorimshe C-ARM	cope	100
7*	Veshje SterileNjepedorimshe Mikroskopi	cope	100
8*	External CSF Drainage System with lumbar catheter	cope	6
9	Kabell per bipolar	cope	12
10	Pinca bipolari	cope	10
11	Set monopolari (kabell + maj) te sterilizueshem	cope	10
12	Preres i shufrave diametri 5.5	cope	1
13	Silk 4-0 : 1.5 metric , gjatesia 75 cm dimension age 17mm, 1/2 circle round bodied needle	cope	300
14*	Vaj per motorrin e kraniotomise	cope	2
15*	Set sterilizimi me etilen oksid, 11 gr. (perbere gas ampule, cip lageshtie, indicator sterilizimi, qese lineare).	cope	200
16*	Qese sterilizimi 300mmX200 m	cope	5

**III-Loti III-te : Materiale per Radioimazherine, me Fond limit: 507,500 (pesqind e shtate mije e pesqind ) leke pa TVSH, sipas tabelës së mëposhteme**

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr	EMERTIMI	Njesia	Sasia
1	Filma Grafie RO 18X24	Kuti/100	60
2	Filma Grafie RO 24X30	Kuti/100	130

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.7 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga   në

**2.8 Do të pranohen variantet:**

Po  Jo

**2.8.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po  Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shenime te tjera**

**2.9. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**2.10. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimit** sipas shtojcës 8.

**3.2 Sigurimi i Ofertës:** (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

**Seksioni 4 Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:** E Hapur

**4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) **çmimi më i ulët**

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes se çmimeve.*

Ose

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi   pikë  
etj.   pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

**4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**Data: 23/03/2017 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00**

**Vendi: Spitali Universitar i Traumes**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**Data: 23/03/2017 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00**

**Vendi: Spitali Universitar i Traumes**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave:**    (e shprehur në ditë) \_\_\_\_\_

**4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Shqip  Anglisht

Tjetër \_\_\_\_\_

**Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

Po  Jo

*Nëse Po*

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **27/02/2017**



**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës se prokurimit:** \_\_\_\_\_


**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

**6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

**7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**



## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**  
a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).  
b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.  
ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.
- 1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit \_.  
**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv \_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_”**  
**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.  
**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

### Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasi të dhe çmimin e tyre.

- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:  
 a) garanci bankare  
 b) garanci sigurimi  
 Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet. Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

### 2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Për sa kohë nuk ka skaduar afati kohor për vlefshmërinë e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

### 2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

## Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

### 3.1 Kriteret e përzgjedhjes

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.*

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P<sub>o</sub> - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

P<sub>k1</sub>/P<sub>k2</sub>/P<sub>k3</sub>/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P<sub>k1</sub> \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

V<sub>min k1</sub> Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

P<sub>max k1</sub> Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O<sub>k1</sub> Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

### 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

### 3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M<sub>O</sub> – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z<sub>M</sub> – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$Z_M = 85 \% Mo$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

**3.4.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

**4.2.1** Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

**4.2.2** Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

##### **4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 2 në pikën 4.

### **III. SHTOJCAT**

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës

Shtojca 2: Formulari i Ofertës, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Deklarata mbi gjendjen gjyqësore

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

**Shtojca 1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
<b>Çmimi Neto )</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi Total</b>					

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

**Shtojca 2**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

**FORMULARI I OFERTËS**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

### Shtojca 3

[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit ]

#### FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

[Përcaktoni adresën e saktë]

Përpara

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)



[Jep



#### Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

**Shtojca 5**

**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**  
 [ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial



**Shtojca 6**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me certifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.



Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula

**Shtojca 7**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË****Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvmministat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi** \_\_\_\_\_

## Shtojca 8

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### DOKUMENTET E TENDERIT

#### **1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT PËR LOTIN E I-RË - BLERJE MATERIALE PER KIRURGJINE VASKULARE**

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
  - a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
  - b) nuk është dënues për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
  - c) nuk është dënues me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional,

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 8 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

2. **Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):**
  - a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
  - b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,  
te lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto kritere (pikat 1,2) duhet të vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.

**Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

#### **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
- c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;
- ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri

## 2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:

Operatori Ekonomik duhet të ketë të përfshirë në objektin e veprimtarisë ( tek Ekstrakti i Rregjistrimit Tregtar) – tregtimin e materialeve mjekesore objekt i prokurimit.

### 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- a. Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron mesatare vjetore për tre vitet (2014,2015,2016) me një vlerë sa vlera e fondit limit të lotit/loteve për të cilin oferton.
- b. Operatori duhet të zotërojë vlerën monetare prej 10% të fondit limit të lotit/loteve ,për të cilin oferton për mbulimin e shpenzimeve paraprake për fillimin e zbatimit të kontratës. Kjo të vërtetohet me anën e një deklaratë të Gjëndjes financiare të tij të lëshuar nga një ose më shumë banka jo më parë se 10 ditë nga data e dorëzimit të ofertës.
- c. Kopje të certifikuar të bilancit për vitet 2013, 2014 dhe 2015 të paraqitur në organet tatimore.

### 2.3. Kapaciteti teknik:

- a. Shërbime të mëparshme të ngjashme (materiale) në një vlerë prej 40% të vlerës së fondit limit të lotit/loteve, të realizuar gjatë tre viteve të fundit (2014,2015,2016) të aktivitetit të operatorit. Për këtë qëllim operatori ekonomik duhet të paraqesë kontrata për kryerjen e këtij shërbimi të shoqëruar me vërtetim për realizimin e kontratës nga autoriteti kontraktor. Nëse kontrata është e nënshkruar me subjekte private, të paraqesë kontratën dhe fatura tatimore të konfirmuara nga organet tatimore për ekzekutimin e kësaj kontrate.
- b. Auto-deklaratë për origjinën e mallit, ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese.
- c. Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave për lejimin e tregtimit të materialeve të tij , të perkthyer dhe noterizuar.
- d. Ofertuesi duhet të paraqesë certifikatë ISO të cilësisë për prodhuesin perkthyer dhe noterizuar
- e. Ofertuesi duhet të paraqesë certifikatë ISO të cilësisë për ofertuesin / distributor i mallrave objekt i kontratës
- f. Certifikatë konformiteti CE për materialet e ofertuara
- g. Kataloge për të gjithë artikujt e ofruar ku të përfshihen edhe specifikimet teknike për secilin artikull.OE duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës .Kataloget do të pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

**h. Te paraqiten mostra për artikujt me shenjen (\*)** të numri rendor (shih tabelën e lotit I – Materiale për Kirurgjinë Vaskulare në DST), mostrat duhet të paraqiten ditën zhvillimit të procedurës të procedurës në Zyren e Prokurimeve ( të mbyllura në kuti/zarf jo transparent , me liste inventarizuese, për Materialet e paraqitura )

**ME SHENIMIN:** për Komisionin e Vleresimit të Ofertave të Procedurës me Objektiv “**Blerje Materiale Mjekesore ndarë në lote për Lotin e I-re “Blerje Materiale për Kirurgjinë Vaskulare”** **“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vleresimit të Ofertave dhe jo më parë se data 23.03.2017 ora 10:00”**”

**PER LOTIN E II-te BLERJE MATERIALE SPECIFIKE (JOORTOPEDIKE) PER NEUROKIRURGJINE**

**DOKUMENTET E TENDERIT**

**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
  - a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
  - b) nuk është dënua për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
  - c) nuk është dënua me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional,

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 8 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

**2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):**

- a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
- b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,  
te lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto kritere (pikat 1,2) duhet të vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionale ose tregtarë të shtetit në të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.

**Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:**

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;

b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

**c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1;**

ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:**

Operatori duhet të ketë të përfshirë në objektin e veprimtarisë së tij (te Ekstrakti i Rregjistrimit Tregtar) –tregtimin e materialeve mjeksore

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

a. Vërtetim nga Dega e tatimit taksave për xhiron mesatare vjetore për tre vitet (2014,2015,2016),ku mesatarja e tyre të jete jo me pak se vlera e fondit limit të lotit/ loteve për të cilin oferton.

b. Operatori duhet të zotërojë vlerën monetare prej 10% të fondit limit të lotit/ loteve për të cilin oferton për mbulimin e shpenzimeve paraprake për fillimin e zbatimit të kontratës. Kjo të vërtetohet me anën e një deklaratë të Gjëndjes financiare të tij të lëshuar nga një ose më shumë banka jo më parë se 10 ditë nga data e dorëzimit të ofertës.

c.Kopje të certifikuar të bilancit për vitet 2013, 2014 dhe 2015 të paraqitur në organet tatimore.

**2.3. Kapaciteti teknik:**

a) Shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të vlerës së fondit limit , të lotit /loteve realizuar gjatë tre viteve të fundit (2014,2015,2016)të aktivitetit të operatorit. Për këtë qëllim operatori ekonomik duhet të paraqesë kontrata për kryerjen e këtij shërbimi të shoqëruar me vërtetim për realizimin e kontratës nga autoriteti kontraktor. Nëse kontrata është e nënshkruar me subjekte private, të paraqesë kontratën ose fatura tatimore të konfirmuara nga organet tatimore për ekzekutimin e kësaj kontrate.

b) Auto-deklarate për origjinën e mallit , ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese.

c) Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave për lejimin e tregtimit të artikujve të tij , të perkthyer dhe noterizuar

d. Ofertuesi duhet të paraqesë certifikate ISO të cilësisë për prodhuesin

e. Ofertuesi duhet të paraqesë certifikate ISO të cilësisë për ofertuesin / distributorin i mallrave objekt i kontratës

f. Certifikate konformiteti CE për materialet e ofertuar

g. Kataloge për të gjithë artikujt e ofruar ku të përfshihen edhe specifikimet teknike për secilin artikull.OE duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës .Kataloget do të pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

**h.Te paraqiten mostra për artikujt me shenjen (\*) të numrit rendor (shih tabelën e lotit I – Materiale për Kirurgjinë Vaskulare në DST), mostrat duhet të paraqiten ditën zhvillimit të procedurës të procedurës në Zyren e Prokurimeve ( të mbyllura në kuti/zarf jo transparent , me liste inventarizuese, për Materialet e paraqitura )**

**ME SHENIMIN:** për Komisionin e Vlerësimit të Ofertave të Procedurës me Objekt “**Blerje Materiale Mjeksore ndarë në lote për Lotin e II-te “Blerje Materiale Specifike (joortopedike) për Neurokirurgjinë”** **“Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dhe jo më parë se data 23.03.2017 ora 10:00”**

**Mosparaqitja e njerës apo disa mostrave të kërkuara për artikujt me shenjen (\*) të numrit rendor, do të përbejë shkak për skualifikim .**



## **PER LOTIN III-te BLERJE MATERIALE RADIOIMAZHERIE**

### **DOKUMENTET E TENDERIT**

#### **1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
  - a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
  - b) nuk është dënua për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
  - c) nuk është dënua me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional,

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 8 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

#### **2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):**

- a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
  - b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
- te lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto kritere (pikat 1,2) duhet të vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit në të cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.

**Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

#### **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
- b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;

**c. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;**

ç. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturaara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

**2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:**

Operatori duhet te kete te perfshire ne objektin e veprimtarise se tij (te Ekstrakti i Rregjistrimit Tregtar ) –tregtimin e materialeve mjeksore

**(Ky kriter vendoset per te vereteturar qe operatori operon ligjerisht ne RSH)**

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

a. Vërtetim nga Dega e tatim taksave për xhiron mesatare vjetore për tre vitet (2014,2015,2016),ku mesatarja e tyre te jete jo me pak se vlera e fondit limit te lotit/ loteve për të cilin oferton.

b. Operatori duhet të zotërojë vlerën monetare prej 10% të fondit limit te lotit/ loteve për të cilin oferton për mbulimin e shpenzimeve paraprake për fillimin e zbatimit të kontratës. Kjo të vertetohet me anën e një deklaratë të Gjëndjes financiare të tij të lëshuar nga një ose më shumë banka jo më parë se 10 ditë nga data e dorëzimit të ofertës.

c.Kopje te certifikuar te bilancit per vitet 2013, 2014 dhe 2015 të paraqitur ne organet tatimore.

**(keto kritere vendosen per ti mundesuar AK njohjen e gjendjes financiare te operatoreve ekonomike dhe mundesise se tyre per permbushjen me sukses te kontrates)**

**2.3. Kapaciteti teknik:**

a.Shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% te vlerës së fondit limit , të lotit /loteve realizuar gjatë tre viteve të fundit (2014,2015,2016)të aktivitetit të operatorit. Për këtë qëllim operatori ekonomik duhet të paraqesë kontrata për kryerjen e këtij shërbimi të shoqeruar me vërtetim për realizimin e kontratës nga autoriteti kontraktor. Nëse kontrata është e nënshkruar me subjekte private, të paraqesë kontratën ose fatura tatimore të konfirmuara nga organet tatimore për ekzekutimin e kësaj kontrate.

b. Auto-deklaratë per origjinen e mallit , ku te percaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese.

c.Ofertuesi duhet te paraqese autorizim nga prodhuesi i mallrave per lejimin e tregtimit te artikujve te tij , te perkthyer dhe noterizuar

d. Ofertuesi duhet te paraqese certifikate ISO te cilese per prodhuesin

e. Ofertuesi duhet te paraqese certifikate ISO te cilesise per ofertuesin / distributor i mallrave objekt i kontrates

f. Certifikate konformiteti CE per materialet e ofertuara

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

**Shtojca 9**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_



**Shtojca 10**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Skicimet, parametrat teknik etj:

**I-Loti I-re : Materiale per Kirurgjine Vaskulare me Fond Limit: 8.237.628.33 (tete milion e dyqind e tridhjeta e shtate mije e gjashteqind e njezete e tete pike tridhjeta e tre) leke pa TVSH**

Nr	Pershkrimi	Specifikime teknike	Njesia
1*	Patch vascular	Vascular patch, me mikropore, material elastik polyesterurethane ,permasa 3x4cm	cope
2	Polypropylene	5-0, gjatesi 75-90 cm, age me diameter 15-17 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope
3*	Polypropylene	6-0, gjatesi 60-90 cm, age me diameter 10-13 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope
4	Polypropylene	7-0, gjatesi 60-90 cm, age me diameter 8 mm, 3/8 age rrethore double needle	cope
5*	Merocel mikrosfungjer intranazal hemostatik biokompatibel	10 cm X 1.5 X 2.5 cm	cope
6*	Kateter embolektomie 3F	Me ballon dhe shiringe, permasa 3F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope
7*	Kateter embolektomie 4F	Me ballon dhe shiringe, permasa 4F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope
8	Kateter embolektomie 5F	Me ballon dhe shiringe, permasa 5F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope
9	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 5 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 120cm, gjatesi stente 20mm, compatible guidewire 0.035"	cope
10	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 5 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 150cm, gjatesi stente 40mm, compatible guidewire 0.035"	cope
11	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 6 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 120cm, gjatesi stente 40mm, compatible guidewire 0.035"	cope
12*	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 6 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 150cm, gjatesi stente 60mm, compatible guidewire 0.035"	cope
13*	Guidewire 0.035" I drejte 180cm	Nitinol, flexible shaft, gjatesi maje 15cm	cope
14	Guidewire 0.035" I kurbuar 45 grade 180cm	Nitinol, flexible shaft, gjatesi maje 4cm, standard	cope
15	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 4 MM, gjatesia 60 mm	cope
16*	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 6 MM, gjatesia 60 mm	cope
17	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 8 MM, gjatesia 40 mm	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

18	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 8 MM, gjatesia 60 mm	cope
19*	Graft Vaskular I drejte 6mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40 cm	cope
20	Graft Vaskular I drejte 8mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 70 cm	cope
21	Graft Vaskular I bifurkuar 14x8mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope
22*	Graft Vaskular I bifurkuar 16x9mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope
23	Graft Vaskular I bifurkuar 18x10mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope
24	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 5F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope
25*	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 6F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope
26	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 7F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope
27	Graft vaskular i drejte,i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 5mm, gjatesi 70cm	cope
28*	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 6mm, gjatesi 80cm	cope
29	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 8mm, gjatesi 80cm	cope
30	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 16X8mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope
31*	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 18X9mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope
32*	Set i ekstirpimit te venes	Set i plote: 1-gide polifilament, fleksibel, me veshje plastike; 2- koka me tehe te mprehte me diameter 9,12 dhe 15mm	cope
33*	Stopckoks	3 porta,2 femra-1 mashkull.Rubinet me presion te ulet.	cope
34*	Inflation Manometer set	Seti duhet te permbaje: Pajisje fryrese 30atm + stopcock 3 rruges + torqu + lidhesi ne forme Y + gida metalike	cope
35*	Katetere trombolize 5F	Katetere single lumen gjatesi 100cm	cope
36*	Katetere Irrigimi 3F,4F,5F,6F	Gjatesi 80cm	cope
37*	Graft Hemodialize 5mm	Graft Vascular per Hemodialize, ePTFE, I drejte, thin wall, diameter 5mm, gjatesi 40cm.	cope
38*	Kateter Aspirimi	Kateter per aspirim trombi- duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F gjatesi 140cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket	cope
39	Introducer	Introducer through the hemostatic valve with protective cover	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

40*	Stent periferel balloon-expandable 5mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 5mm, gjatesi stemte 27mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe me ballon me gjatesi 30, profilkalueshmerie 0.079"	cope
41	Stent periferel balloon-expandable 7mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 7mm, gjatesi stemte 37mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe me ballon me gjatesi 40, profilkalueshmerie 0.081"	cope
42	Stent periferel balloon-expandable 9mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 9mm, gjatesi stemte 57mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 135cm dhe me ballon me gjatesi 60, profilkalueshmerie 0.088"	cope
43	Balon PTA over the wire 0.035"	Hidrofilik,over the wire,material flexitec, 2 markues platinumium iridium, gjatesi kateteri 80 dhe 130cm diameter 7;9;10;12 mm,gjatesi baloni 40-150 mm, gjatesi kateteri 80cm dhe 13cm	cope
44*	Balon PTA low compliant	Balon PTA 0.035" low compliant, diametri 4 mm,6 mm,8 mm, 9mm, gjatesi baloni 40-80 mm, gjatesi kateteri 40cm ; 80cm; 135cm	cope
45*	Balon PTA infrapopliteal	Balon me veshje hidrofilike, material flexitec, ultra, diameter 2 mm,4 mm.gjatesih 20-40 mm, kompatibel me guidewire 0.014" dhe 0.018"	cope
46*	Kateter balon I medikuar	Balon PTA I medikuar me Paclitaxel, diameter 4-7 mm, gjatesi baloni 40-150 mm, balon I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe 120cm, te paraqiten te dhena klinike te publikuara	cope
47*	Kateter suporti crossover	Hidrofilik, profil 2.0 F distal,2.3 F proximal. gjatesi 100-150 cm, markues radiopak platinumium iridium, profil kalueshmerie .66mm, kompatibel me guidewire 0.14"	cope
48*	Katetere per mbrojtjen cerebrale proximale	Kateter me gjatesi 95cm me dy balona okluzioni per mbrojtje cerebrale, amplitude 5-13mm, markues baloni e distance 6cm, kanal pune 6F me diameter 0.083", minimum sheath introducer 9F, kompatibel me guidewire	cope
49*	Mikrokateter per embolizem	Kateter single lumen, gjatesi 153cm, diameter I brendshem 0.017"	cope
50*	Sistem coil me detashim	Detashues që lejon vendosjen e plotë dhe tërheqjen e spirales para lëshimit,forme helikoidale,fibered tip, Nylon, diameter 2-8 mm,length 4-30 cm.	cope
51	Sistem Embolik Likuid	Sistemi embolik me perberje Etilen-vinil alkohol kopolimer; likuid me perberje Dimetil sulfoksid dhe puder e mikronizuar tantalum per vizualizim radiografik, kit 1,5ml-për keqformime arteriovenoze, periferel, viskozitet 18-34	cope
52*	Kateter rikthimi me lak	Diameter 5-15 mm, kateter 4-6 F, gjatesi kateteri 102 cm, kit qe permban nje snare, nje kateter, nje introducer dhe nje tork	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

53*	Kateter trombolize me radiofrekuence	Kateter 7F per trajtimin e insuficenses kronike venoze me radiofrekuence, gjatesi pune 100cm, Heating Element Length 7cm	cope
54	Perparese plumbi	Perparese Plumbi perbere nga: 1-xhakete plumbi: permasa L, ted y anet e xhaketes per mbrojte nga rrezet radioactive, shtresa e perparme mbrojtese jo me pak se 0.50mm, shtresa e mbrapme mbrojtese jo me pak se 0.25mm: 2- Fund plumbi :permasa L, ted y anet e fundit per mbrojte nga rrezet radioactive , shtresa e perparme mbrojtese jo me pak se 0.50 mm, shtresa e mbrapme mbrojtese jo me pak se 0.25 mm	cope
55	Qafore plumbi	Qafore plumbi per mbrojte nga rreze radioactive,shtresa mbrojtese jo me pak se 0.50mm, qaforja e pershtatshme per permasat 38-46, lartesia e qafores 6 cm	cope

Per te gjitha materialet te cilat ne numrin Rendor jane me Yll duhet te paraqiten mostra  
Materialet e mjekimit duhet te permbushin standartet CE apo ( CE sipas MDD 93/42 EEC)

Ato duhet te jene te markuara CE ne momentin e livrimit te mallit.

Afati i skadences: jo më i vogël se 12 muaj nga data e levrimit te mallit ne destinacion.

Skadencia duhet te jete e shënuar ne ambalazh.

Ambalazhimi te jete i përshtatshëm sipas llojit te mallit te shoqëruar me etiketat dhe markimin

**II-Loti II-te : Materiale specifike (joortopedike) per Neurokirurgjine, me Fond Limit: 4,666,950 (kater milion e gjashteqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e nentëqind e pesëdhjetë) leke pa TVSH,**

Nr	Emertime	Njesia
1*	DYLL (Bone Wax)Kuti me 24 Paketa	Kuti me 24 paketa
2*	Hemostat e absorbueshme 5 x 7.5 cm,	Kuti me 12 paketa
3*	Sfungjer hemostatik prej xhelatine 80X50X10mm	cope
4	Drena Aspirativ per plage kirurgjie	cope
5	Drena per hematoma subdurale (Jackson Patt)	cope
6*	Veshje SterileNjepedorimshe C-ARM	cope
7*	Veshje SterileNjepedorimshe Mikroskopi	cope
8*	External CSF Drainage System with lumbar catheter	cope
9	Kabell per bipolar	cope
10	Pinca bipolar	cope
11	Set monopolari (kabell + maj) te sterilizueshem	cope
12	Preres i shufrave diametri 5.5	cope
13	Silk 4-0 : 1.5 metric , gjatesia 75 cm dimension age 17mm, 1/2 circle round bodied needle	cope
14*	Vaj per motorrin e kraniotomise	cope
15*	Set sterilizimi me etilen oksid, 11 gr. (perbere gas ampule, cip lageshtie, indicator sterilizimi, qese lineare).	cope
16*	Qese sterilizimi 300mmX200 m	cope

Per te gjitha materialet te cilat ne numrin Rendor jane me Yll duhet te paraqiten mostra  
Materialet e mjekimit duhet te permbushin standartet CE apo ( CE sipas MDD 93/42 EEC) .

Ato duhet te jene te markuara CE ne momentin e livrimit te mallit.

Afati i skadences: jo më i vogël se 12 muaj nga data e levrimit te mallit ne destinacion.

Skadenca duhet te jete e shënuar ne ambalazh.

Ambalazhimi te jete i përshtatshëm sipas llojit te mallit te shoqëruar me etiketat dhe markimin

**III-Loti III-te : Materiale per Radioimazherine, me Fond limit: 507,500 (pesqind e shtate mije e pesqind ) leke pa TVSH,**

Nr	EMERTIMI	Njesia
1	Filma Grafie RO 18X24	Kuti/100
2	Filma Grafie RO 24X30	Kuti/100

Materialet e mjekimit duhet te permbushin standartet CE apo ( CE sipas MDD 93/42 EEC) .


Ato duhet te jene te markuara CE ne momentin e livrimit te mallit.

Afati i skadences: jo më i vogël se 12 muaj nga data e levrimit te mallit ne destinacion.

Skadenca duhet te jete e shënuar ne ambalazh.

Ambalazhimi te jete i përshtatshëm sipas llojit te mallit te shoqëruar me etiketat dhe markimin

Ofertuesi duhet te përmbushë specifikimet teknike te materialeve mjekësorë detyrimisht sipas përcaktimit te bere ne përshkrimin e mallrave ne DS te kësaj procedure prokurimi.





**Shtojca11**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> Shërbim: <input type="checkbox"/> Mall: <input type="checkbox"/> Punë: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
...	_____	_____



**Shtojca 12**

( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

**SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**

**I-Loti I-re : Materiale per Kirurgjine Vaskulare , sipas tabelës së mëposhteme**

Nr	Pershkrimi	Specifikime teknike	Njesia	Sasia
1*	Patch vascular	Vascular patch, me mikropore, material elastik polyesterurethane ,permasa 3x4cm	cope	5
2	Polypropylene	5-0, gjatesi 75-90 cm, age me diameter 15-17 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope	32
3*	Polypropylene	6-0, gjatesi 60-90 cm, age me diameter 10-13 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope	32
4	Polypropylene	7-0, gjatesi 60-90 cm, age me diameter 8 mm, 3/8 age rrethore double needle	cope	30
5*	Merocel mikrosfungjer intranazal hemostatik biokompatibel	10 cm X 1.5 X 2.5 cm	cope	15
6*	Kateter embolektomie 3F	Me ballon dhe shiringe, permasa 3F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope	15
7*	Kateter embolektomie 4F	Me ballon dhe shiringe, permasa 4F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope	15
8	Kateter embolektomie 5F	Me ballon dhe shiringe, permasa 5F, gjatesi 80 cm, jo toksik, pa substance pyrogen, visibel nen fluoroskopi	cope	15
9	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 5 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 120cm, gjatesi stente 20mm, compatible guidewire 0.035"	cope	1
10	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 5 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 150cm, gjatesi stente 40mm, compatible guidewire 0.035"	cope	1
11	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 6 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 120cm, gjatesi stente 40mm, compatible guidewire 0.035"	cope	2
12*	STENT VASKULAR SELF EXPANDING 6 mm	Me sistem dergimi triaxial I komandueshem me nje dore, profil I ulet 5F, gjatesi kateteri 150cm, gjatesi stente 60mm, compatible guidewire 0.035"	cope	1
13*	Guidewire 0.035" I drejte 180cm	Ninitol, flexible shaft, gjatesi maje 15cm	cope	6
14	Guidewire 0.035" I kurbuar 45 grade 180cm	Ninitol, flexible shaft, gjatesi maje 4cm, standard	cope	10
15	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 4 MM, gjatesia 60 mm	cope	2
16*	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 6 MM, gjatesia 60 mm	cope	2
17	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 8 MM, gjatesia 40 mm	cope	1

## Dokumentat Standarde të Tenderit

18	BALON ANGIOPLASTIKE PTA	DIAMETRI 8 MM, gjatesia 60 mm	cope	1
19*	Graft Vaskular I drejte 6mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40 cm	cope	2
20	Graft Vaskular I drejte 8mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 70 cm	cope	2
21	Graft Vaskular I bifurkuar 14x8mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope	1
22*	Graft Vaskular I bifurkuar 16x9mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope	1
23	Graft Vaskular I bifurkuar 18x10mm	Graft polyester double velour I imprenjuar me xhelatine, porozitet zero, biokmpatibel, gjatesi 40cm	cope	1
24	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 5F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope	15
25*	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 6F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope	25
26	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 7F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope	10
27	Graft vaskular i drejte,i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 5mm, gjatesi 70cm	cope	3
28*	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 6mm, gjatesi 80cm	cope	3
29	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 8mm, gjatesi 80cm	cope	3
30	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 16X8mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope	1
31*	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 18X9mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope	1
32*	Set i ekstirpimit te venes	Set i plote: 1-gide polifilament, fleksibel, me veshje plastike; 2- koka me tehe te mprehte me diameter 9,12 dhe 15mm	cope	12
33*	Stopckoks	3 porta,2 femra-1 mashkull.Rubinet me presion te ulet.	cope	12
34*	Inflation Manometer set	Seti duhet te permbaje: Pajisje fryrese 30atm + stopcock 3 rruges + torqu + lidhesi ne forme Y + gida metalike	cope	5
35*	Katetere trombolize 5F	Katetere single lumen gjatesi 100cm	cope	2
36*	Katetere Irrigimi 3F,4F,5F,6F	Gjatesi 80cm	cope	10
37*	Graft Hemodialize 5mm	Graft Vascular per Hemodialize, ePTFE, I drejte, thin wall, diameter 5mm, gjatesi 40cm.	cope	2
38*	Kateter Aspirimi	Kateter per aspirim trombi- duhet te kete 2 lumene, vakum te vlefshem ne 6F gjatesi 140cm, kompatibel me guide 0.014", ne nje set me 2 shiringa dhe 2 filter basket	cope	2
39	Introducer	Introducer through the hemostatic valve with protective cover	cope	10
40*	Stent periferel balloon-expandable 5mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 5mm, gjatesi stemte 27mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe me ballon me gjatesi 30, profilkalueshmerie 0.079"	cope	1
41	Stent periferel balloon-expandable 7mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 7mm, gjatesi stemte 37mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe me ballon me gjatesi 40, profilkalueshmerie 0.081"	cope	1
42	Stent periferel balloon-expandable 9mm	Stent Flexibel 316L stainless steel,kompatibel guidewire 0.035", radiopaque marker, diamter 9mm, gjatesi stemte 57mm, stent I montuar ne kateter me gjatesi 135cm dhe me ballon me gjatesi 60, profilkalueshmerie 0.088"	cope	1

## Dokumentat Standarde të Tenderit

43	Balon PTA over the wire 0.035"	Hidrofilik, over the wire, material flexitec, 2 markues platinum iridium, gjatesi kateteri 80 dhe 130cm diameter 7;9;10;12 mm, gjatesi baloni 40-150 mm, gjatesi kateteri 80cm dhe 13cm	cope	1
44*	Balon PTA low compliant	Balon PTA 0.035" low compliant, diametri 4 mm, 6 mm, 8 mm, 9mm, gjatesi baloni 40-80 mm, gjatesi kateteri 40cm ; 80cm; 135cm	cope	1
45*	Balon PTA infrapopliteal	Balon me veshje hidrofilike, material flexitec, ultra, diameter 2 mm, 4 mm. gjatesih 20-40 mm, kompatibel me guidewire 0.014" dhe 0.018"	cope	1
46*	Kateter balon I medikuar	Balon PTA I medikuar me Paclitaxel, diameter 4-7 mm, gjatesi baloni 40-150 mm, balon I montuar ne kateter me gjatesi 80cm dhe 120cm, te paraqiten te dhena klinike te publikuara	cope	1
47*	Kateter suporti crossover	Hidrofilik, profil 2.0 F distal, 2.3 F proximal. gjatesi 100-150 cm, markues radiopak platinum iridium, profil kalueshmerie .66mm, kompatibel me guidewire 0.14"	cope	1
48*	Katetere per mbrojtjen cerebrale proximale	Kateter me gjatesi 95cm me dy balona okluzioni per mbrojtje cerebrale, amplitude 5-13mm, markues baloni e distance 6cm, kanal pune 6F me diameter 0.083", minimum sheath introducer 9F, kompatibel me guidewire	cope	1
49*	Mikrokateter per embolizem	Kateter single lumen, gjatesi 153cm, diameter I brendshem 0.017"	cope	1
50*	Sistem coil me detashim	Detashues që lejon vendosjen e plotë dhe tërheqjen e spirales para lëshimit, forme helikoidale, fibered tip, Nylon, diameter 2-8 mm, length 4-30 cm.	cope	1
51	Sistem Embolik Likuid	Sistemi embolik me perberje Etilen-vinil alkohol kopolimer; likuid me perberje Dimetil sulfoksid dhe puder e mikronizuar tantalum per vizualizim radiografik, kit 1,5ml- për keqformime arteriovenoze, periferale, viskozitet 18-34	cope	1
52*	Kateter rikthimi me lak	Diameter 5-15 mm, kateter 4-6 F, gjatesi kateteri 102 cm, kit qe permban nje snare, nje kateter, nje introducer dhe nje tork	cope	1
53*	Kateter trombolize me radiofrekuence	Kateter 7F per trajtimin e insuficenses kronike venoze me radiofrekuence, gjatesi pune 100cm, Heating Element Length 7cm	cope	2
54	Perparese plumbi	Perparese Plumbi perbere nga: 1-xhakete plumbi: permasa L, ted y anet e xhaketes per mbrojtje nga rrezet radioactive, shtresa e perparme mbrojtese jo me pak se 0.50mm, shtresa e mbrapme mbrojtese jo me pak se 0.25mm: 2- Fund plumbi :permasa L, ted y anet e fundit per mbrojtje nga rrezet radioactive , shtresa e perparme mbrojtese jo me pak se 0.50 mm, shtresa e mbrapme mbrojtese jo me pak se 0.25 mm	cope	2
55	Qafore plumbi	Qafore plumbi per mbrojtje nga rreze radioactive, shtresa mbrojtese jo me pak se 0.50mm, qaforja e pershtatshme per permasat 38-46, lartesia e qafores 6 cm	cope	2

### **II-Loti II-te : Materiale specifike (joortopedike) per Neurokirurgjiine, sipas tabelës së mëposhteme**

Nr	Emertime	Njesia	Sasia Totale
1*	DYLL (Bone Wax)Kuti me 24 Paketa	Kuti me 24 paketa	29
2*	Hemostat e absorbueshme 5 x 7.5 cm,	Kuti me 12 paketa	7
3*	Sfungjer hemostatik prej xhelatine 80X50X10mm	cope	200
4	Drena Aspirativ per plage kirurgjie	cope	300
5	Drena per hematoma subdurale (Jackson Patt)	cope	100
6*	Veshje SterileNjepedorimshe C-ARM	cope	100
7*	Veshje SterileNjepedorimshe Mikroskopi	cope	100

Dokumentat Standarde të Tenderit

8*	External CSF Drainage System with lumbar catheter	cope	6
9	Kabell per bipolar	cope	12
10	Pinca bipolar	cope	10
11	Set monopolar (kabell + maj) te sterilizueshem	cope	10
12	Preres i shufrave diametri 5.5	cope	1
13	Silk 4-0 : 1.5 metric , gjatesia 75 cm dimension age 17mm, 1/2 circle round bodied needle	cope	300
14*	Vaj per motorrin e kraniotomise	cope	2
15*	Set sterilizimi me etilen oksid, 11 gr. (perbere gas ampule, cip lageshtie, indikator sterilizimi, qese lineare).	cope	200
16*	Qese sterilizimi 300mmX200 m	cope	5

**III-Loti III-te : Materiale per Radioimazherine, me Fond limit: sipas tabelës se mëposhteme**

Nr	EMERTIMI	Njesia	Sasia
1	Filma Grafie RO 18X24	Kuti/100	60
2	Filma Grafie RO 24X30	Kuti/100	130

**Afatet e lëvrimit:** Levrimi i mallrave do të fillojë menjëherë pas nënshkrimit të kontratës sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor me afat deri në 15.12.2017.

Public Health Sector

**Shtojca 13**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>1</sup>**

[Vendi dhe data]


[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

**Shtojca 14**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

<sup>1</sup> Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

Dokumentat Standarde të Tenderit  
**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Public Health Sector  
\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

\* \* \*

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

**Shtojca 15**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\* \* \*



Dokumentat Standarde të Tenderit

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_



[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

**Public Health Sector**

**KUSHTET E PËRGJITHSHME****Mallrat – Tender i Hapur****Neni 1: Qellimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës së hapur.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

**Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Entit prokurues dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë shpërndarjen e funksioneve, kostot, dhe rrisqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktor.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gazshme.
- 2.9 “Shërbimet në Lidhje me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet në Lidhje me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

**Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

**Neni 4: Praktikat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në pregatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.

- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake më shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

### **Neni 7: Origjina e Mallrave**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, ose prodhuar. Materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nënkontraktuesit që siguron materialet.

### **Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmeria e Mallrave me Specifikimet**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçem të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në pajtim me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

### **Neni 9: Përshtatshmeria e Mallrave me Standartet Teknike**

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standarteve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet perkatese ose në Standartet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktues.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozitë tjetër të kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standart Teknik perkates në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standarteve Teknike ndërkombëtare të tanishme. Nëse nuk ekzistojnë Standarte Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standarteve Teknike perkatese Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk do të jetë përgjegjës për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktues me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të pronës (Mallrave) për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose perfaqsimin e reklames së shitësit (Kontraktuesit).

### **Neni 10: Pjesët e Këmbimit**

- 10.1 Nëse kontrata parashikon, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e dhëna një sasi pjesësh këmbimi, në akordim me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë perkatese të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të nderprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor në kohë të mjaftueshme për të lejuar Autoritetin Kontraktor të prokurtojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.

10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japi gratis Autoriteti Kontraktor në se ai kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirmbajtjen e Mallrave.

### **Neni 11: Ambalazhimi**

11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në pajtim me kontratën në se ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, në se mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

### **Neni 12: Testimet dhe Inspektimet**

12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspekteve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës

12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.

12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të bie dakort të ndryshojë grafikun e levrimit.

12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

12.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Mallrave nuk do ta clirojë Kontraktuesin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

### **Neni 13: Kushtet e Dorëzimit**

13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit me përjashtim kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.

13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve në Lidhje me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.

13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.

13.5 Kontraktuesi është i detyruar t'i japi Autoriteti Kontraktor njoftim të arsyeshëm për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

### **Neni 14 Transportimi i Mallrave**

14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.

14.2 Në se Enti prokurues është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i japi Entit prokurues të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.

14.3 Në se shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, rrishtu i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësues të mallrave nuk influencon në kalimin e rrishtit.

### **Neni 15: Siguracioni**

15.1 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë se Mallrat që do dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

### **Neni 16: Egzaminimi dhe Pranimi i Mallrave**

16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të egzaminojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Ky aktivitet duhet të bëhet menjehere pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë aktivitet dhe të shqyrtojë raportet e aktivitetit të pregatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

16.2 Autoriteti Kontraktor duhet të pranojë ose refuzojë Mallrat menjehere pas dorëzimit dhe duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për veprimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

### **Neni 17: Garancitë**

17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirsimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që egziston në momentin kur rrishtu kaloi tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.

17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.

- 17.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë ose nga ligji, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar për te metat e sendit në se ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditësh nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor duhet t'i sigurojë Kontraktuesit të gjitha mundësitë e arsyeshme për Kontraktuesin për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjehere ose të zëvendësojë Mallrat defektive ose pjesët e tyre gratis për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Në se pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të procedojë, me shpenzimet e Kontraktuesit, të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për te metat e sendit në se ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohezigjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu në se defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

**Neni 18: Çmimi i Kontratës**

- 18.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.
- 18.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhezimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rregullt, mirmbajtje dhe riparime të Mallrave. Çmimi i taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas ligjeve në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

**Neni 19: Afatet e Pagesës**

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botimin të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë originalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

**Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

- 20.1 Shpërblimi për dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamatën e arritur nga data e fillimit të vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bere llogaritja e tyre.
- 20.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) të provoje ndonje dem. Nëse kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.
- 20.3 Nëse kontrata parashikon transportim periodik ose në grup të Mallrave dhe pala kontraktuese nuk ka paguar për transporte të mëparshme, Kontraktuesi ka të drejtë të ndalojë transportin e grupeve të tjera deri sa të paguhet duke përfshirë edhe interesin e fituar.

**Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

**Neni 22: Forca Madhore**

- 22.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

**Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 23.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrisë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

### **Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

### **Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet**

- 25.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qenë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

### **Neni 26: Ndryshimi i Porosisë**

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një madhësi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

### **Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

### **Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### **Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet në Lidhje me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesëshme të Mallrave dhe Shërbimeve në Lidhje me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 30: Nënkontraktimi**

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrvëshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritet Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

### **Neni 31: Transferimi i të Drejtave**

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 32: Sigurimi i Kontratës**

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesi në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

### **Neni 33: Baza Ligjore**

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

### **Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

### **Neni 35: Përfaqësimi i Palëve**

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

### **Neni 36: Lajmërimet**

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 37: Llogaritja e Afateve**

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

**Shtojca 17**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

**KUSHTET E VEÇANTA  
Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

**Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_  
1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

**Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.  
2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

**Neni 3: Fillimi i Zbatimit**

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

**Neni 4: Inspektimet dhe Testimet**

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 5: Kushtet e Dorëzimit**

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.  
5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.  
5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.  
5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: \_\_\_\_\_

**Neni 6: Kushtet e Pagesës**

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.  
6.2 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 7. Pagesa Paraprake**

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.  
7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.  
7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_

**Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to**

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

**Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës**

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë  
\_\_\_\_\_

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



**Shtojca 18**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR**

**Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Fax \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

Institucion Qëndror	<input type="checkbox"/>	Institucion i Pavarur	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	<input type="checkbox"/>	Tjetër	<input type="checkbox"/>

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës**

**2.1 Lloji i Kontratës**

Punë	<input type="checkbox"/>	Shërbime	<input type="checkbox"/>	Mallra	<input type="checkbox"/>
<b>Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”</b>					
Blerje	<input type="checkbox"/>	Qira	<input type="checkbox"/>	Leasing	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Blerje me këste	<input type="checkbox"/>	Një kombinim i tyre	<input type="checkbox"/>

**2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

**Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër**

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës**

1. Fondi limit \_\_\_\_\_  
 2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_  
 3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

**2.3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë   
 ose  
 duke filluar nga  me përfundim në

**2.4 Ndarja në LOTE:**

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

**2.5 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):   
 ose: nga  në

**2.6 Kontrate me nenkontraktim:**

Po  Jo

**Seksioni 3. Procedura**

- 3.1 Lloji i procedurës: E Hapur  
 3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë  
 etj.  pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo

3.5 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_ Data e Kontratës

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

4.4 Informacione shtesë

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi

**Shtojca 18/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

**6. Data e lidhjes së kontratës** \_\_\_\_\_

**7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_



**Shtojca 19**

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertesit të siguruar]

\*\*\*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]


\*\*\*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përbushjen e kushteve të kontratës.  
Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]



**Public Health Sector**

---

Shtojca 20

**FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR**

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

**Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit**

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi  
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

**Seksioni II. Informacion për Procedurën**

**1. Numër Identifikimi**

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

**Public Health Sector**

**2. Autoriteti Kontraktor**

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

**3. Vlera e Përlogaritit e Prokurimit**

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

**4. Objekti i Kontratës**

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

**5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

**6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

### Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

#### 1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

#### 2. Deklaratë e Hollësishtme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishtme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

#### 3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

---

**Nënskrimi dhe Vula e ankuesit**



**Shtojca 21**

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

**DATA:**

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontrate
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

**Neni 1 Objekti**

- 1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.  
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasi të e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

**Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësi ve duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

**Nënshkrimet dhe Datat**

**Për Kontraktuesin**

**Për Autoritetin Kontraktues**

<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

**Shtojca 22**

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR  
( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**  
Dhe

**Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin :** < vendosni titullin > me numrin identifikues :  
<vendosni Numrin e Prokurimit>

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

**Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

**Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

**Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër**

**Nënshkrimet dhe datat**

**PërKontraktuesin**

**Për Autoritetin Kontraktues**

<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	