

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës – Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“BLERJE REAGENTËSH, PAJISJE LABORATORI DHE IMPJANTI”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Reagentë kimikë 33696300-8

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor SHRUKD sh.a ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 4

b. Formularin Përmbledhës të Vetdeklarimit, sipas shtojcës 9

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022,2023,2024 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% i fondit limit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43, pika 1, pika 2, si dhe neni 64 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 (i ndryshuar) “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formes elektronike".

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022,2023, 2024, të paraqitura në organet tatimore dhe të konfirmuara nga ana e këtyre organeve të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse bilancet janë në përputhje me parashikimet e neni 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, të ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe neni 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me përcaktimet e Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në të gjitha vendet ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet sipas të dhënave të QKB-së, për vitin 2025.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit të BOE, duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Njësitë Administrative përkatëse ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2025, sipas të dhënave të QKB-së.

Shënim: Në momentin e vlerësimit dhe shqyrtimit të kriterëve kualifikues ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me dorëzimin e vetdeklarimit përmbledhës sipas Shtojcës 9, bazuar në nenin 82 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në gjurmën dh) të pikës 2 të neni 26 të Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe neni 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i

ndryshuar, ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa më sipër, AK gjykon se kriteri i vendosur lidhur me vetëdeklarimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore për vitin 2022 sipas kërkesave pranë bashkisë/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për t’ju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqes katalogët origjinale të markuar për artikujt e ofertuar. Katalogjet /Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë e mallrave objekt prokurimi dhe të jenë të përkthyer dhe të noterizuar.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar në bazë të nenit të 77, të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: fotografitë apo katalogjet teknike. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që me paraqitjen e katalogut të bëhet i mundur një vlerësim sa më korrekt dhe të saktë të mallrave që do të prokurohen, që të jenë në përputhje me specifikimet e kërkuara, për të përmbushur kontratën.

Autoriteti kontraktor synon verifikim e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë ofertues me ato të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit.

“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: fotografitë apo katalogët teknikë”

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë se për Artikujt Nr. 1 te Shtojca 5 duhet të mbajë garanci 1 vit kalendarik nga koha e dorëzimit të pajisjes. Në rast difekti të këtij artikulli Operatori Ekonomik duhet ti rregullojë falas. Tek difektet e këtij artikulli nuk përfshihen goditjet me forcë ose thyerjet. Mbasi mbaron periudha 1 (një) vjeçare e garancisë, në rast se pajisja pëson difekt, Operatori Ekonomik duhet ti përgjigjet Autoritetit Kontraktor për rregullimin e pajisjes duke përfshirë çmimin e pjesës me difekt. Për këtë kriter Operatori Ekonomik duhet të paraqesi vetëdeklarim.

Argumenti: Ky kriter kërkohet për të pasur garanci 1 (një) vjeçare për pajisjen e kërkuar dhe mbas mbarimit të periudhës 1 (një) vjeçare Autoriteti Kontraktor të ketë të drejtën ligjore ti drejtohet Operatorit Ekonomik për rregullimin e pajisjes.

2.3.3 Artikulli Nr. 2 te Shtojca 5 duhet të jetë i përshtatshëm për pajisjen photoLab 6100.

Argumenti: Ky kriter kërkohet për arsyen se ky karikues nuk duhet të jetë i thjeshtë por duhet ti përshatet pasqisjes tek pjesa e Input / Ouput dhe krëhërit ku bëhet lidhja e pajisjes me karikuesin.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, të punësuar me kohë të plotë si më poshtë:

a) 1 (nje) kimist,

me experiencë në analizat e ujërave të pijshëm dhe atyre të ndotur.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- Cv,
- Diplomën përkatëse dhe
- Kontratë punësimi të vlefshme.

Argumentim: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5 gërma b) dhe c) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë specialiste me njohuri të nevojshme për të furnizuar produktet e nevojshme dhe për të trajnuar përdoruesit për të garantuar matje të sakta nepermjet sistemit të kontrollit të cilësise të pajisjeve matese me kitet që do furnizohen.

Specialisti i mësipërm duhet të kryejnë trajnimet e stafit të laboratoreve për metodat e kontrollit të cilësisë së analizave të ujit të pijshëm dhe atyre të ndotur.

Kriteri mbi dokumentacionin e stafit quhet i përmbushur me plotësimin e formularit të vetdeklarimit, në rast kur kërkohet sqarim nga AK ose në rast se shpallet fitues operatori ekonomik duhet të paraqesi kopjen origjinale ose të noterizuar të dokumentave të kërkuara më sipër pranë Autoritetit Kontraktor.

Kriteri mbi dokumentacionin e stafit i cili përfshihet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, referuar nenit 26, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, operatori ekonomi i kualifikuar i pari duhet të paraqesi dokumentacionin provues të parashtruar në pikat ‘a’, ‘b’, ‘d’, ‘dh’, ‘e’, ‘h’, ‘i’, ‘j’ të pikës 2 të këtij neni si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumenta duhet të paraqiten origjinale ose kopje të njësuar me origjinalin.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit dhe/ose komponentët e tij.

Operatorët Ekonomike që do të marrin pjesë në këtë procedurë tenderi, të jenë sa më serioze për të garantuar një proces të rregullt pa diskriminuar apo favorizuar ndonjërin prej tyre.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e punëve që lidhen me objektin e prokurimit për të garantuar analiza të ujit me saktësi të lartë me përdorimin e kитеve dhe reagenteve që do furnizohen.

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik ofrues që do të realizojë këtë kontratë, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë çertifikatat e lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga DPA, ose organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, që janë në përputhje me objektin e kontratës, çertifikatat kërkojnë të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. si më poshtë:

1. ISO 9001:2015 ose ekuivalente në fushën e menaxhimit të cilësisë
2. ISO 14001:2015 ose ekuivalente në fushën e menaxhimit të mjedisit,

(Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomik, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë çertifikatat ISO sipas zërave që ka marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit)

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nënën të 36 dhe 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” **Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor** dhe neneve 40, pika 8, dhe 44, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mundësitë për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

2.4.2 Kitet të plotësojnë standartin për analizat e ujërave të ndotura të impianteve të trajtimit.

Per pikën e mësipërme operatori ekonomik duhet të paraqesi vetdeklarim.

Argumentim: Kitet duhet të jenë konform parametrave të përcaktuar në ligjin 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, i ligjit 8102 “Për largimin dhe përpunimin e ujërave të ndotura” i amenduar me ligjet Nr 9352, Nr 9584 dhe Nr 9915 por edhe i VKM 177, datë 31.03.2005 “Normat e lejuara lidhur me çështjet e shkarkimit të ujërave dhe kriteret zonale të organeve marrëse”.

Kërkesa e mësipërme është bazuar nënën 36, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”.

Është menduar se ky është një kriter i domosdoshëm për natyrën dhe vlerën e kontratës si dhe në propozicion me to, me qëllim garantimin e realizimit me sukses dhe me cilësi sipas standarteve kombëtare.

2.4.3 Kitet të furnizohen me manualët e përdorimit në anglisht dhe Shqip

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar nënën 24 të VKM 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” në të cilën përcaktohet se ‘Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe.’

Në rast se manualët e përdorimit nga prodhuesi vijnë në gjuhën angleze ato duhet patjetër të përkthehen në gjuhën shqipe.

2.4.4 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër transportin e artikujve në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor dhe afatet e lëvrimet. Për këtë kriter Operatori Ekonomik duhet të paraqesi vetëdeklarim.

Argumenti: Ky kriter kërkohet për Operatorin Ekonomik që të marrë përsipër sjelljen e artikujve të kërkuar pranë Impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura Durrës.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performancë, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Specifikimi i materialeve:

Nr.	Emërtimi i artikullit	Specifikimet teknike	Njësia	Sasia
1	Multiparameter portativ	Multi 3430 ose ekuivalent. Matës dixhital për sensorë IDS dixhitale. 3 porta dixhitale, një portë për sondën që mat pH, temperaturë dhe tensionin REDOX; një portë për sondën që mat konduktivitetin, lëndën totale të ngurtë të tretur dhe kripshmërinë; një portë për sondën që mat oksigjenin e tretur. Pajisja duhet të jetë e pajisur me të 3 sondat. Bateritë duhet të jenë të tipit AA dhe të rikarikueshme kur paketa e energjisë të jetë e lidhur. Çertifikuar nga Bashkimi Europian.	copë	1

2	Karikues për photoLab 6100	Input: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 650 mA Output: 12 V / 2.5 A	copë	1
3	Kontrollues manual i pipetës	Ngjyrë jeshile. I përshtatshëm për pipeta 10 ml	copë	2
4	Kontrollues manual i pipetës	Ngjyrë blu. I përshtatshëm për pipeta 2 ml	copë	1
5	Aspiropipetë	Me tre valvula. Propipete gome	copë	1
6	Pipetë automatike	Volum variabël 1-5 ml	copë	1
7	Maja për pipeta automatike	Të përshtatshme për pipetat 1 – 5 ml	copë	50
8	Pipetë automatike	Volum variabël 0.1-1 ml	copë	1
9	Maja për pipeta automatike	Të përshtatshme për pipetat 0.1 – 1 ml	copë	50
10	Solucion	Acid Nitrik + Acid Kloridrik ose Acid acetik 10% + Acid formik 10% për pastrimin e pajisjeve. Shishe 1 littër	shishe	10
11	Kite testuese COD	C 3/25. Teste për matjen e kërkesës kimike për oksigjen. Diapazoni 10 - 150 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	22
12	Kite testuese COD	C 4/25. Teste për matjen e kërkesës kimike për oksigjen. Diapazoni 25 - 1500 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	15
13	Kite testuese Azoti total	Teste për matjen e azotit total. Diapazoni 0.5 - 15.0 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	22
14	Kite testuese Azoti total	Teste për matjen e azotit total. Diapazoni 10 - 150 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	15
15	Kite testuese Fosfori total	P 6/25. Teste për matjen e fosforit total. Diapazoni 0.05 - 5.00 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	22
16	Kite testuese Fosfori	P 7/25. Teste për matjen e fosforit total.	kite	15

	total	Diapazoni 0.5 - 25.0 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste		
17	Kite testuese Nitrite	NO ₂ - N. Teste për matjen e nitriteve. Diapazoni 0.010 - 0.700 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	10
18	Kite testuese Nitrite	NO ₂ - N. Teste për matjen e nitriteve. Diapazoni 0.02 – 1.00 mg/l. I matshëm tek photoLab 6100. Kite me 1000 teste	kite	1
19	Kite testuese Nitrite	NO ₂ - N. Teste për matjen e nitriteve. Diapazoni 0.015 – 0.600 mg/l. I matshëm tek Hach DR 3900. Kite me 25 teste	kite	2
20	Kite testuese Nitrate	NO ₃ - N. Teste për matjen e nitrateve. Diapazoni 0.5 - 25.0 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	10
21	Kite testuese Nitrate	NO ₃ - N. Teste për matjen e nitrateve. Diapazoni 0.2 - 20.0 mg/l. I matshëm tek photoLab 6100. Kite me 100 teste	kite	3
22	Kite testuese Nitrate	NO ₃ . Teste për matjen e nitrateve. Diapazoni 1 - 60 mg/l. I matshëm tek Hach DR 3900. Kite me 25 teste	kite	2
23	Kite testuese Amoniaku	NH ₄ - N. Teste për matjen e amoniakut. Diapazoni 4.0 - 80.0 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	15
24	Kite testuese Amoniaku	NH ₄ - N. Teste për matjen e amoniakut. Diapazoni 0.010 - 2.000 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	18
25	Kite testuese Amoniaku	NH ₄ - N. Teste për matjen e amoniakut. Diapazoni 0.010 - 3.000 mg/l. I matshëm tek photoLab 6100. Kite me 500 teste	kite	2
26	Kite testuese Amoniaku	NH ₄ - N. Teste për matjen e amoniakut. Diapazoni 0.015 - 2.000 mg/l. I matshëm tek Hach DR 3900. Kite me 25 teste	kite	2

27	Kite testuese Ortofosfate	PO4 - P. Teste për matjen e ortofosfate. Diapazoni 0.05 - 5.00 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	22
28	Kite testuese Ortofosfate	PO4 - P. Teste për matjen e ortofosfate. Diapazoni 0.5 - 25.0 mg/l. I matshëm tek photoLab 7600 UV - VIS. Kite me 25 teste	kite	15
29	Kite testuese Hekuri	Fe. Teste për matjen e hekurit. Diapazoni 0.0025 – 5.00 mg/l. I matshëm tek photoLab 6100. Kite me 250 teste.	kite	5
30	Kite testuese Kalcium	Ca. Teste për matjen e kalciumit. Diapazoni 10 – 250 mg/l. I matshëm tek photoLab 6100. Kite me 25 teste.	kite	8
31	Kite testuese Alumini	Al. Teste për matjen e aluminit. Diapazoni 0.02 – 1.20 mg/l. I matshëm tek photoLab 6100. Kite me 350 teste.	kite	2
32	Kite testuese fortësia e ujit	Teste për matjen e fortësisë së ujit. Diapazoni 1 – 20 °dH. I matshëm tek Hach DR 3900. Kite me 25 teste.	kite	2
33	Tableta klori	Reagent DPD HANNA Instruments	teste	2500
34	Tretësirë KCl	Solucion Elektrolit 3 mol/l KCl. Madhësia 50 ml.	shishe	2
35	CRM	NO2 – N. Teste për matjen e nitriteve. Diapazoni 0.002 – 1.0 mg/l. Kite me 1000 teste	kite	1
36	CRM	NH4 – N. Teste për matjen e amoniakut. Diapazoni 0.010 – 3.0 mg/l. Kite me 500 teste	kite	1
37	CRM	NO3 – N. Teste për matjen e nitrateve. Diapazoni 0.2 – 20.0 mg/l. Kite me 1000 teste	kite	1
38	Bufer kalibrimi	Solucion Buffer Standard për pH 10. Shishe 1 litër	shishe	2
39	Bufer kalibrimi	Solucion Buffer Standard për pH 4. Shishe 1 litër	shishe	2
40	Bufer kalibrimi	Solucion Buffer Standard për pH 7. Shishe 1 litër	shishe	2

41	Bufer kalibrimi	Solucion Buffer Standart për turbidimeter TURB 7500 IR. 10.0 NTU/FNU Madhësia 125 ml.	shishe	1
42	Bufer kalibrimi	Solucion Buffer Standart për turbidimeter TURB 7500 IR. 0.02 NTU/FNU Madhësia 125 ml.	shishe	1
43	Bufer kalibrimi	Solucion Buffer Standart për turbidimeter TURB 7500 IR. 1000 NTU/FNU Madhësia 125 ml.	shishe	1
44	Frenues nitrifikimi	Shishe 50 ml	shishe	5
45	Hidroksid natriumi	Peleta për përcaktimin e BOD me OxTop. Kuti 50 g	kuti	5
46	Solucion për duart	Higjenik, Antibakterial. Shishe 500 ml	shishe	20
47	Pipeta vëllimore	Masa 1 ml, material qelqi	copë	5
48	Pipeta vëllimore	Masa 2 ml, material qelqi	copë	5
49	Pipeta vëllimore	Masa 5 ml, material qelqi	copë	5
50	Epruveta	Me kapak. 20 ml	copë	10
51	Epruveta	Pa kapak. 25 ml	copë	50
52	Kuveta	Materiali kuarc. Madhësia 10 mm.	copë	1
53	Kuveta	Materiali qelq. Madhësia 10 mm.	copë	2
54	Kuveta	Material qelqi. Madhësia 10 ml për fotometër PF3	copë	2
55	Shishe plastike	Madhësia 500 ml. Materiali polietien ose ekuivalent. Shishe sterile për mostrat bakterologjike	copë	1500
56	Shishe plastike	Madhësia 1000 ml. Materiali polietien ose ekuivalent	copë	25
57	Pjata Petri	Terrene për matjen e koliformit total së bashku me filtrat	copë	1000
58	Pjata Petri	Terrene për matjen e e - coli së bashku me filtrat	copë	750
59	Pjata Petri	Terrene për matjen e enterokok së bashku me filtrat	copë	750
60	Maska mbrojtëse	Maska 1 përdorimshe	copë	100
61	Doreza mbrojtëse	Doreza nitrili për përdorim laboratorik, pa pudër. 1 përdorimshe. Madhësia M	copë	4000

		+ L		
62	Fitra për TSS	Fitra mikrofibër xhami 45 mm për matjen e totalit të lëndës së ngurtë pezull	copë	1300
63	Solucion	Solucion standard për sondën që mat konduktivitetin, lëndën totale të ngurtë të tretur dhe kripshmërinë. Shishe 50 ml	shishe	4
64	Përparëse laborator	Madhësia M + L + 2XL. Dimërore + verore.	copë	6
65	Fitra	Mikrofibër xhami. Përdoren për matjen e përqendrimit të llumit për pajisjen Moisture analyzer IR balance	copë	100
66	Beker	Gotë qelqi. Madhësia 1000 ml	copë	2
67	Beker	Gotë qelqi. Madhësia 500 ml	copë	2
68	Beker	Gotë qelqi. Madhësia 250 ml	copë	2
69	Beker	Gotë qelqi. Madhësia 100 ml	copë	2
70	Balona tarimi	Qelqi me tap të bardhë. Madhësia 50 ml.	copë	1
71	Balona tarimi	Qelqi me tap të bardhë. Madhësia 100 ml.	copë	1
72	Balona tarimi	Qelqi me tap të bardhë. Madhësia 250 ml.	copë	1
73	Balona tarimi	Qelqi me tap të bardhë. Madhësia 500 ml.	copë	1
74	Balona tarimi	Qelqi me tap të bardhë. Madhësia 1000 ml.	copë	1
75	Erlenmayer + mbrojtëse	Vakumi. Madhësia 1000 ml	copë	1
76	Erlenmayer + mbrojtëse	Vakumi. Madhësia 500 ml	copë	1
77	Erlenmayer	Madhësia 500 ml	copë	1
78	Erlenmayer	Madhësia 250 ml	copë	1
79	Erlenmayer	Madhësia 100 ml	copë	1
80	Hinka	Hinka për fitra TSS	copë	2

81	Alkol etilik	Për dizinfektim. 96 %. Shishe 1 litër	shishe	50
82	Mashë	Mashë metalike për laborator	copë	1
83	Pinceta	Inoks. Me formë të thyer 200 - 250 mm	copë	1
84	Bateri	1.5 V. Për pajisje	copë	50
85	Termometër	Me zhivë. Diapazon -10 - +100	copë	1

Shënim:

Artikulli 1 është pajisje aktuale në laboratorin e Impiantit dhe specifikimet teknike janë marrë nga manuali i kësaj pajisje. Pajisja e re duhet për shkak të vjetërsisë së pajisjes aktuale dhe për shkak të shtimit të pikave të monitorimit.

Artikujt 2 është pajisje aktuale në laboratorin e Ujësjellësit dhe specifikimet teknike janë marrë nga vet pajisja. Pajisja e re duhet për shkak të mos funksionimit të pajisjes aktuale.

Artikujt 3, 10, 34, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 80 dhe 81 ndodhen në laboratorin e Ujësjellësit dhe të Impiantit dhe për shkak të vjetërsisë, konsumimit dhe daljes jashtë funksionit, kërkohen të reja. Specifikimet janë marrë nga manualët aktuale.

Artikujt 4, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84 dhe 85 ndodhen në laborator e Ujësjellësit por për shkak të vjetërsisë, konsumimit dhe daljes jashtë funksionit, kërkohen të reja. Specifikimet janë marrë nga manualët ekzisutese.

Artikujt 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 44, 45, 56, 62, 65 dhe 82 ndodhen në laboratin e Impiantit por për shkak të vjetërsisë, konsumimit dhe daljes jashtë funksioni kërkohen të reja. Specifikimet janë marrë nga manualët ekzisutese.

Artikujt nga 10 deri 46, nga 57 deri 59 si dhe artikujt 62, 63, 66 dhe 81 janë reagent/ materiale ndihmëse për kryerjen e analizave dhe **duhet që datat e skadencës të këtyre artikujve të jenë minimalisht 1 vit nga data e dorëzimit.**

Afati i levrimit te materialeve objekt prokurimi te jete jo me vone se 40(dyzet) ditë nga dita e nenshkrimit te kontrates.