
OPERATORI I BLERJEVE TË PËRQENDRUARA SH.A

Data: 21.09.2026

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROCEDURËS: BLERJE APARATURA LABORATORIKE PËR
DREJTORINË E LABORATORIT QENDROR PRANË ISHTI**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (FPP): Aparat
analizues 38432000-2

VLERA E FONDIT LIMIT: Fondit limit total në vlerën 27,950,000 (njëzet e shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH ose 305,497.87 (treqind e pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e shtatë) euro pa TVSH.

*Shënim: Vlerat në Lekë janë konvertuar në monedhën Euro sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë me datë 21.09.2026, me kurs këmbimi 91.49 (nëntëdhjetë e një pike dyzet e nente) lekë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” (të ndryshuar) nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Autoriteti Kontraktor, Operatori i Blerjeve të Përqëndruara sh.a në rolin e Organit Qëndror Blerës, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteret e mësipërme janë vendosur në përputhje me Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 83 “Sigurimi i ofertes”, të Ligjit Nr.162/2020 “Për

Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të nenit 26, nenit 30, pika 1, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Neni 82, i LPP përcakton se “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoritetet ose entet kontraktore pranojnë si provë paraprake në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetdeklarimit, sipas parashikimeve të këtij ligji. Përmbajtja e këtij formulari përcaktohet në rregullat e prokurimit publik”. Neni 83 i LPP përcakton se “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”,

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 76 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 25 të VKM-se Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2023, 2024, 2025), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenin 43 pika 2/a të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në pikën 2 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023“Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “*Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata*”. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara, se zotërojnë kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga Autoriteti Kontraktor.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar

kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilanci të tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohej operatorëve, duke iu referuar grupeve të lotëve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: Vlera e kërkuar jo më e vogël se vlera e fondit limit, është në përputhje me përcaktimet në nenin 43 pika 2/a të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar”.

Në rastin konkret Njësia e Prokurimit ka konsideruar të arsyeshme që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, nxitjen e konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë si edhe të sigurimit të një trajtimi të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë ofertuesit e mundshëm ekonomikë. Marrë shkas nga fakti që referuar përcaktimit të bërë në nenin 43 pika 2/a, Autoriteti Kontraktor nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së përlllogaritur të vlerës së fondit limit të lotit në kërkesën për kualifikim, por në respektim të parimeve ligjore dhe në përmbushjen e qëllimeve të ligjit të prokurimit si më sipër cituar ka tagrin të kërkojë një vlerë më të ulët se dyfishi i vlerës së përlllogaritur të kontratës për përmbushjen e vlerës së xhiros minimale vjetore. Kjo vlerë është kërkuar duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, me qëllim që t'i shërbejë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të bilanceve të viteve (2023, 2024, 2025) të konfirmuara nga autoritetet tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit Nr.10091, datë 05.03.2009 të ndryshuar, atëherë bilanci duhet të shoqërohet edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilanci të njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 dhe 3, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar; nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në pikat 2 dhe 5 të nenit 61, të Ligjit nr.29/2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar ku përcaktohet se: “2 “Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata” dhe në pikën 5 përcaktohet se: “.....Tatimpaguesit që mbajnë kontabilitet sipas kërkesave të ligjit përkatës, paraqesin deklaratën vjetore së bashku me pasqyrat financiare, si dhe të dhëna të tjera të përcaktuara në udhëzimin

eministrit përgjegjës për financat për zbatimin e këtij ligji.”, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar dhe nenit 14 të Nr. 10 091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 3 të tij përcaktohet se: “3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohej nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës. Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohej operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.”

Në nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 të ndryshuar përcaktohet se: “4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohej një ose dy bilance, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Nëse kërkohej bilance të tre viteve të fundit, kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.”

Në nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar, përcaktohet se: “Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.”

Me anë të këtij kriteri, për paraqitjen e bilanceve të tre viteve të fundit financiare, është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj, vlerën e fondit limit, më qëllim që t'i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorit ekonomik, të cilët duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Dorëzimi i bilanceve kontabël të konfirmuar nga autoritet tatimore kërkohet për të dëshmuar se kopja e bilancit të paraqitur në këtë procedurë prokurimi është kopje e njëjtë me atë të paraqitur pranë administratës tatimore.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 30 % e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar nëni 40 pika 3 dhe 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 77 të LPP përcaktohet se: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se: “4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”

Në nenin 40 pika 3 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” dhe në pikën 4 të tij përcaktohet se:

“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e ngjashme cka duhet të vërtetohen nëpërmjet dokumenteve si më sipër kërkuar. Një operator ekonomik i cili ka realizuar më parë kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit, i krijon bindjen dhe besueshmërinë te Autoritetit Kontraktor, se ai ka aftësi organizative, personelin e nevojshme dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie të kërkuar në dokumentet e tenderit.

Furnizimet e mëparshme të ngjashme janë kërkuar në vlerën jo më pak se në vlerën jo më pak se 30 % e vlerës së fondit limit. Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme për të provuar besueshmërinë dhe përvojën e operatorëve ekonomik ofertues, në ofrimin e mallrave të ngjashëm me objektin e prokurimit për realizimin me sukses të kontratës.

2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi, për mallin objekt prokurimi. Në rastin e distributorit të autorizuar nga prodhuesi të paraqitet edhe dokumenti që vërteton lidhjen midis distributori të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: tel, fax, email, website, kjo e nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: *“1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”*

Në neni 40/3/ 8 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave” i VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.” dhe në pikën 8 përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriterë të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. Në varësi të kontratës dhe volumit të saj, autoriteti kontraktor përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurat e prokurimit.

Nisur nga vlera e konsiderueshme, specifikat që ka aparati për përcaktimin e llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automjeteve dhe në etanol (E85), dhe rëndësisë që ka kjo pajisje laboratorike për veprimtarinë e Laboratorit Qendror të Autoritetit Kontraktor përfitues ISHTI, si laborator i akredituar sipas standardit S SH EN ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit”, veprimtaria e së cilës e bën ISHTI-n organ të specializuar për kontrollin e respektimit të standardeve dhe rregullave shtetërore për cilësinë e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Ky kontroll realizohet nëpërmjet analizave laboratorike të kryera në laborator të akredituar për sasi të produkteve të prodhuara në vend, të importuara para zhdoganimit, si dhe për kontrollin periodik të detyrueshëm të subjekteve që ushtrojnë veprimtari në përputhje me ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999, i ndryshuar, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, autorizimi i prodhuesit/distributorit të autorizuar nga prodhuesi është një dokument i rëndësishëm që garanton besueshmërinë, cilësinë dhe kapacitetet e operatorëve ekonomikë ofertues për mallin që ata ofrojnë. Autorizimi është dokumenti që lidh drejtpërdrejt prodhuesin me përdoruesin fundor, duke siguruar që çdo defekt fabrikimi brenda periudhës së garancisë do të mbulohet pa kosto shtesë. Referuar specifikimeve teknike dhe nisur nga fakti që malli objekt prokurimi nuk është një mall që mund të gjëndet lirshëm në treg, autorizimi i prodhuesit është dokumenti që garanton se pjesët rezervë të dorëzuara së bashku me aparatin vijnë direkt nga linja e prodhimit të fabrikës dhe përputhen plotësisht me modelin e aparatit. Nëse një pjesë konsumi dëmtohet apo mbaron, distributori i autorizuar ka kanale të shpejta të furnizimit direkt nga prodhuesi. Autorizimi shërben si një "kontratë sigurie" që garanton se laboratori do të mbetet funksional dhe nuk do të bllokohet nga mungesa e një aksesori specifik, pasi prodhuesi është i detyruar ligjërisht të mbështesë përfaqësuesin e tij të autorizuar me furnizime prioritare. Vetëm një ofertues i autorizuar ka akses në manualët zyrtarë të mirëmbajtjes parandaluese të prodhuesit. Prodhuesi specifikon ekzaktësisht se sa dhe çfarë lloj konsumi pëson aparati gjatë 12 muajve, siç është kërkuar në specifikimet teknike. Autorizimi garanton që "paketa 12-mujore" e pjesëve të konsumit është llogaritur saktësisht nga prodhuesi i saj dhe nuk është një listë e hamendësuar. Gjithashtu, autorizimi garanton që stafi teknik i distributorit është i trajnuar dhe i certifikuar nga vetë prodhuesi për të kryer instalimin, vënien në punë dhe trajnimin e stafit të Autoritetit kontraktor përfitues Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, të kërkuar në specifikimet teknike të objektit të prokurimit. Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkimi i autorizimit nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për këtë pajisje është një masë e mirë për të mbrojtur interesat e institucionit dhe për të siguruar një prokurim të drejtë dhe transparent. Ky kriter është jo diskriminues, është në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejt me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorit ekonomik ofertues për aftësitë teknike.

3.Operatori ekonomik duhet të paraqesë skedë teknike/katalog teknik nga prodhuesi për mallin objekt prokurimi, ku të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara. Në katalog/skedë duhet të tregohen karakteristikat teknike të mallit të ofruar, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit, të përcaktuara në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar parashikohet se: *“1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës.4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”* dhe në nenin 40 pika 6/b të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. ku përcaktohet se: *“6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë;”*. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që të verifikohet përputhshmëria e specifikimeve teknike, duke garantuar që produktet e ofruara i përmbushin të gjitha kërkesat teknike, funksionale dhe standartet e përcaktuara në specifikimet teknike në dokumentat e tenderit.

Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi, i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të ofruar mallrat e kërkuar, si dhe për të krahasuar pajtueshmërinë e specifikimeve teknike dhe standartet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor në dokumentet e tenderit, me specifikimet teknike të mallrave të ofruara nga operatori ekonomik. Nisur nga specifikat e mallit që kërkohet, e cila është e rëndësishme për punën e Laboratorit të Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, është e nevojshme që autoriteti kontraktor të sigurohet për mallrat që i ofrohen nga operatorët ekonomik pjesmarrës të vërtetuar nëpërmjet dokumenteve si katalog/ skedë të teknike nga prodhuesi i mallit. Gjithashtu katalogët/skedat teknike do të shërbejnë edhe për marrjen në dorëzim të mallit nga Autoriteti Kontraktor përfitues.

4.Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikimin ISO 9001:2015 mbi "Sistemet e menaxhimit të cilësisë" ose ekuivalent, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është vendosur në përputhje me nenin 79 "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të Ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: *"1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojnë ofertuesve të paraqesin certifikatat të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit."* Ky kriter gjen mbështetje gjithashtu në piken 1 të nenit 44 "Kërkesat e cilësisë" të VKM nr.285 date 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" të ndryshuar, ku përcaktohet se: *"1. "Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe nëmënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit".* Sa më sipër, ky kriter shërben për njohjen e kapacitetit të operatorëve ekonomikë ofertues dhe aftësinë e tyre teknike dhe profesionale për të furnizuar artikuj cilësorë dhe që janë prodhuar / vendosur në treg sipas standardit të sipërpërmendur. ISO 9001 përcakton kërkesat për një sistem menaxhial të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të certifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilin AK kërkon të kryhet me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, autoriteti kontraktor vlerëson të nevojshme të kërkojë që operatorët ekonomikë ofertues të jenë të pajisur me certifikata të cilësisë në përputhje me objektin e prokurimit, me qëllim që furnizimet të kryhen me cilësi sipas certifikatës ISO të mësipërme.

5. Operatori ekonomik, për instalimin/ kalibrimin dhe trajnimin e stafit të Autoriteti Kontraktor përfitues, sipas përcaktimeve të bëra në shtojcën Nr.6 "Formulari i specifikimeve teknike", duhet të disponojë minimalisht 1 (një) specialist të certifikuar nga prodhuesi ose nga autoritete të autorizuar/ certifikuar sipas legjislacionit në fuqi për formimin profesional për të lëshuar certifikata/dëshmi trajnimi/kualifikimi për pajisjen objekt prokurimi ose ekuivalente.

Për specialistin e kërkuar duhet të paraqesë dokumentet:

-Kontratë pune/kontratë bashkëpunimi, të vlefshme.

-Çertifikatë/dëshmi, të lëshuar nga prodhuesi ose nga autoritete të autorizuar/ certifikuar sipas legjislacionit në fuqi për formimin profesional për të lëshuar certifikata/dëshmi trajnimi/kualifikimi për pajisjen objekt prokurimi ose ekuivalente.

Shënim: Kriteri i mësipërm konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit sipas Shtojcës 9. Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumentacionit, sipas deklarimit të bërë.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 77 pika 1 dhe 4 të ligjit nr.162/2020 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar parashikohet se: *"1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; b) gjendjen ekonomike dhe financiare; c) aftësinë teknike dhe profesionale. Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale*

me objektin e kontratës.4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.” dhe në nenin 40 pika 3, 5/b/c të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku në pikën 3 përcaktohet se: “3. Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.”, në pikën 5/b/c përcaktohet se: “Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: 5. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose”. Me anë të këtij kriteri, kërkohet të provohet se operatori ekonomik ka fuqinë punëtore të specializuar/ çertifikuar, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe komponentët e saj.

Referuar sepecifikimeve teknike shtojca 6 “Formulari i specifikimeve teknike”, Autoriteti kontraktor përfitues Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka kërkuar që operatori ekonomik, do të kryejë Instalimi, konfigurimi dhe vënia në funksion e pajisjes duhet të kryhen nga personel teknik ose subjekt i autorizuar nga prodhuesi. Kalibrimi fillestar duhet të kryhet nga personel ose subjekt me kompetencë të dokumentuar për kryerjen e këtij procesi, duke siguruar gjurmueshmërinë metrologjike të rezultateve të kalibrimit. Kërkesa është e justifikuar edhe nga natyra e pajisjes, e cila përbën një sistem analitik kompleks, me konfigurime të posaçme harduerike dhe softuerike dhe procedura të dedikuara instalimi e kalibrimi. Kryerja e këtyre proceseve nga personel jokompetent mund të cenojë performancën e pajisjes, vlefshmërinë dhe gjurmueshmërinë e rezultateve, si dhe kushtet e garancisë së prodhuesit. Kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me veprimtarinë e Laboratorit Qendror si laborator i akredituar sipas standardit S SH EN ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit”, i cili kërkon kontrollin e pajisjeve, vlefshmërinë e rezultateve dhe sigurimin e gjurmueshmërisë metrologjike.

Me anë të këtij kriteri autoriteti kontraktor kërkon të sigurohet se operatori ekonomik ka në dispozicion staf të kualifikuar për realizimin e objektit të prokurimit. Duke qënë se malli objekt prokurimi është pajisje laboratorike specifike, Aparat për përcaktimin e llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automjeteve dhe në etanol (E85) si karburant i automjeteve, është e nevojshme që operatori ekonomik të ketë në dispozicion një specialist të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës sipas objektit. Specialisti i kërkuar është i nevojshëm për instalimin dhe kalibrimin, për vënien në punë brenda parametrave optimalë për të funksionuar sic duhe pajisja e kërkuar, me qëllim përmbushjen e të gjitha funksionaliteteve të saj. Specialisti në dispozicion të operatorit ekonomik mund të jetë i çertifikuar nga prodhuesi ose nga autoritete të autorizuar/ çertifikuar për lëshuar çertifikata/dëshmi trajnimi/kualifikimi për pajisjen objekt prokurimi ose

ekuivalente, kjo me qëllim zgjerimin e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomik. Kërkesa që specialisti i certifikuar/kualifikuar i operatorit ekonomik, të bëjë edhe trajnimin e stafit të AK përfitues është vendosur për të siguruar që përdoruesit të dinë se si të përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt duke minimizuar rrezikun e aksidenteve apo dëmtimeve lidhur me këtë pajisje. Përdoruesit e trajnuar do të jenë më të aftë të përdorin pajisjen në mënyrë efikase duke përmirësuar produktivitetin dhe cilësinë e rezultateve të matjeve. Gjithashtu njohuritë e duhura për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes ndihmojnë në jetëgjatësinë e kësaj pajisje.

Dokumentacioni i kërkuar për punonjës të tjerë është i nevojshëm për të provuar që është i pajisur me çertifikatë/çdo dokument tjetër që të vërtetojë trajnimin/kualifikimin për pajisje. Aparat për përcaktimin e llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automjeteve dhe në etanol (E85) si karburant i automjeteve, ose ekuivalente.

Referuar specifikimeve teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit, ky kriter është në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.

6.Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë, ku të deklarojë se afati i garancisë së mallit objekt prokurimi, do të jetë sipas kushteve të përcaktuara në specifikimet teknike, në shtojcën 6 “Formulari i specifikimeve teknike”.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar ku përcaktohet se: *“4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”* dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: *“8.Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret e tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”*. Referuar specifikimeve teknike autoriteti kontraktor përfitues ka kërkuar një periudhë garancie minimale prej 12 muajsh, e llogaritur nga momenti i instalimit dhe kalibrimit të pajisjes, është teknikisht e nevojshme dhe shërben për të garantuar funksionimin e qëndrueshëm, korrekt dhe të sigurt të pajisjes gjatë përdorimit rutinë. Përcaktimi i fillimit të periudhës së garancisë nga instalimi dhe kalibrimi i pajisjes, dhe jo thjesht nga data e dorëzimit fizik, është i arsyeshëm pasi pajisja mund të mos jetë menjëherë funksionale në momentin e dorëzimit, pasi lidhet me përfundimin e instalimit, konfigurimit, verifikimit dhe kalibrimit të tyre.

Nisur nga vlera, specifika e pajisjes dhe rendësia e saj për punën e laboratorit të autoritetit kontraktor përfitues, ky kriter është në përpjesëtim dhe i lidhur drejtpërdrejt me objektin e prokurimit.

7. Operatori ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër transportin, instalimin e kalibrimin e pajisjes laboratorike dhe se pas instalimit dhe kalibrimit të pajisjes, do të lëshojë certifikatë kalibrimi të pajisjes laboratorike dhe certifikata trajnimi për personelin e Autoritetit Kontraktor përfitues.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët të sigurojnë Autoritetin Kontraktor se transporti i mallit do të realizohet në kohë dhe në vendin e caktuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues. Gjithashtu, operatori ekonomik, duhet të marrë përsipër edhe instalimin dhe kalibrimin e pajisjes laboratorike, objekt prokurimi, brenda parametrave optimalë për të funksionuar siç duhet, në përmbushjen e funksionalitetit të tij dhe përmbushjes korrekt të qëllimit për të cilin kërkohet kjo pajisje dhe për këtë operatori ekonomik do të lëshojë certifikatë kalibrimi të pajisjes, duke siguruar Autoritetin Kontraktor se pajisja është në funksion të plotë dhe sipas rregullave. Referuar edhe përcaktimeve të bëra në specifikimet teknike është cilësuar edhe kërkesa për kryerjen e trajnimit për përdoruesit e kësaj pajisje, pjesë e stafit të Autoritetit kontraktor përfitues. Qëllimi i vendosjes së deklaratës përpos të tjerave edhe i kërkesës për trajnimin dhe lëshimin e certifikatave të trajnimit, është vendosur për të siguruar që përdoruesit të dinë se si të përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt duke minimizuar rrezikun e aksidenteve apo dëmtimeve lidhur me këtë pajisje. Përdoruesit e trajnuar do të jenë më të aftë të përdorin pajisjen në mënyrë efikase duke përmirësuar produktivitetin dhe cilësinë e rezultateve të matjeve. Gjithashtu njohuritë e duhura për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes ndihmojnë në jetëgjatësinë e kësaj pajisje.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike :

Specifikimet teknike, për mallrin objekt prokurimi, plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar).

Specifikimet teknike sipas DST janë hartuar nga grupi i punës i ngritur nga Titullari i Autoritetit Kontraktor përfitues Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, në përputhje me ligjin nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik

ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;

b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit në mjedis;

c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Specifikimet teknike janë hartuar nga Autoriteti Kontraktor përfitues Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, si më poshtë:

Një nga strukturat më të rëndësishme të ISHTI-t është Drejtoria e Laboratorit Qendror, veprimtaria e së cilës e bën ISHTI-n organ të specializuar për kontrollin e respektimit të standardeve dhe rregullave shtetërore për cilësinë e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. Ky kontroll realizohet nëpërmjet analizave laboratorike të kryera në laborator të akredituar për sasitë e produkteve të prodhuara në vend, të importuara para zhdoganimit, si dhe për kontrollin periodik të detyrueshëm të subjekteve që ushtrojnë veprimtari në përpunime me ligjin nr. 8450, datë 24.02.1999, i ndryshuar, "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre".

Shteti shqiptar, në përpunime me direktivat evropiane dhe me objektivin për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të qytetarëve, ka miratuar një bazë të gjerë ligjore, ndër të cilat përmenden: Vendimi nr. 147, datë 21.03.2007, "Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe naftë"; Vendimi nr. 429, datë 26.06.2019, "Për cilësinë e disa lëndëve djegëse të lëngëta për përdorim termik, civil dhe industrial, si dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor"; si dhe Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008, "Për mbrojtjen e konsumatorëve". Të gjitha produktet që analizohen në laborator testohen sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve është një laborator testues i akredituar sipas standardit SSH EN ISO/IEC 17025:2017 dhe funksionon mbi bazën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare në fuqi. Zhvillimi i vazhdueshëm i standardeve, kërkesat gjithnjë në rritje të tregut për testimin e treguesve të rinj dhe nevoja për zgjerimin e fushës së akreditimit e bëjnë të domosdoshme pajisjen e laboratorit me aparatura moderne, në përpunime me metodat standarde të detyrueshme që zbatohen gjatë proceseve laboratorike.

Rritja e numrit të mostrave dhe e treguesve që kërkojnë analizim ka sjellë nevojën për rritjen e kapaciteteve laboratorike dhe për modernizimin e pajisjeve ekzistuese. Duke qenë një laborator i

akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit, është e domosdoshme pajisja me aparatura laboratorike që përmbushin plotësisht kërkesat e metodave standarde në fuqi dhe që sigurojnë vazhdimësinë e procesit të akreditimit dhe cilësinë e rezultateve të analizave.

Aparatura laboratorike që kërkohet:

1. Aparat për përcaktimin e llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automjeteve dhe në etanol (E85) si karburant i automjeteve.

Nr.	Specifikime teknike	Argumentimi
1.	Sasi	1(një)
2.	Njësia	Copë
3.	Lëvrimi	90 ditë nga momenti i lidhjes së kontrtës
4.	Aparati duhet të zbatojë metodën standarde EN ISO 22854	Laboratori i Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve punon duke u bazuar në standardet ndërkombëtare në fuqi në fushën e hidrokarbureve. Standardi i përdorur për benzinën e automjeteve, i cili aplikohet si në Shqipëri, ashtu dhe në Europë është S SH EN 228 i përditësuar në vitin 2025. Bazuar në këtë standard, përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinë kryhet me metodën standarde S SH EN ISO 22854. Kjo metodë është me kromatografi me gaz shumëdimensionale.
5.	Aparati duhet të jetë gazkromatograf multidimensional;	Metoda standarde e aplikuar, nga sa u tha më sipër, është S SH EN ISO 22854 - <i>Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automobilave dhe në etanol (E85) karburantin e automjeteve – Metoda e kromatografisë me gaz shumëdimensionale (https://dps.gov.al)</i> Kjo metodë standarde lejon aplikimin e saj në përcaktimin e hidrokarbureve dhe të oksigjenit në benzinë apo etanol vetëm me gazkromatograf multidimensional. Me termin “multidimensional” nënkuptohet analizimi dhe përcaktimi i disa treguesve njëkohësisht, në mënyrë efikase dhe me saktësi të lartë.
6.	Aparati duhet të përcaktojë përmbajtjen e hidrokarboneve aromatike dhe olefinik, të saturuarave, benzenit, toluenit, komponimeve të oksigjenuara	Kërkesa është bazuar në metodën standarde S SH EN ISO 22854 - <i>Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automobilave dhe në etanol (E85) karburantin e</i>

	dhe oksigjenin total tek benzina për automjete dhe etanolin që përdoret për mjetet motorrike (E85);	<i>automjeteve – Metoda e kromatografisë me gaz shumëdimensionale.</i> Përcaktimi i këtyre komponentëve është i rëndësishëm për kontrollin e cilësisë, verifikimin e përputhshmërisë së karburantit me specifikimet teknike të vendosura në standardin ndërkombëtar të aplikuar S SH EN 228:2025. Aftësia e një aparature të vetme për të kryer këtë karakterizim mundëson marrjen e një profili sa më të plotë të benzinës, duke reduktuar nevojën për përdorimin e disa pajisjeve të ndryshme dhe duke siguruar rezultate analitike më të unifikuara dhe të krahasueshme.
7.	Sistemi duhet të japë konfigurim të përmbajtjes së parafinave, olefinave, nafteneve, aromatikëve, benzenit, komponimeve të oksigjenuara, përmbajtjes së oksigjenit dhe të komponimeve të saturuara të shprehura në % masë (m/m) dhe volum (V/V);	Bazuar në metodën standarde S SH EN ISO 22854 - <i>Përcaktimi i llojeve të hidrokarbureve dhe oksigjenit në benzinën e automobilave dhe në etanol (E85) karburantit e automjeteve – Metoda e kromatografisë me gaz shumëdimensionale, Pika 9.5 – Raportimin i të dhënave bazuar në specifikimet e benzinës së automobilave</i> kërkohet që, raportimi i përmbajtjes së të saturuarave, olefinave, aromatikëve, benzenit dhe të oksigjenuarave të shprehet në % në volum (% V/V) dhe i oksigjenit total në % në masë (% m/m).
8	Aparati duhet të përllogarisë densitetin e këtyre komponentëve në kg/m ³ dhe/ose g/ml;	Laboratori Qendror kryen analizat në përputhje me standardin S SH EN 228, sipas të cilit densiteti raportohet në kg/m³, ndërkohë që g/ml përfaqëson të njëjtën madhësi fizike dhe është plotësisht e konvertueshme. Për rrjedhojë, paraqitja e rezultatit në njërën ose në të dyja njësitë matëse nuk ndikon në rezultatin analitik apo në funksionalitetin e pajisjes.
9	Aparati duhet të përllogarisë vlerën e RON dhe MON;	Kjo kërkesë teknike është e domosdoshme për karakterizimin e plotë të cilësisë dhe performancës antidetonante të benzinave. Kjo është një kërkesë teknikisht e justifikuar dhe proporcionale me nevojat e laboratorit, pasi siguron që pajisja të mund të përdoret për një gamë të plotë të kontrolleve të cilësisë së benzinave. Për një laborator që kryen analiza dhe kontroll të cilësisë së produkteve të naftës dhe nënprodukteve të saj, aftësia e aparaturës për të përcaktuar të dy këta parametra, është, për rrjedhojë, e rëndësishme për sigurimin e rezultateve të plota, të krahasueshme dhe të besueshme analitike.

10	Aparati duhet të përlogarisë raportin e elementëve organikë C:H:O;	Përlllogaritja e raportit të elementëve organikë C (karbon): H (hidrogjen): O (oksigen) është i nevojshëm për identifikimin, përcaktimin dhe verifikimin e llojit të hidrokarbureve në benzinë dhe etanol.
11	Aparati duhet të punojë i lidhur me një gaz të llojit helium ose azot me pastërti 99,99%. (Gazi hidrogjen nuk preferohet për arsye të rrezikshmërisë së lartë të eksplozionit.);	Bazuar në metodën standarde S SH EN ISO 22854, <i>pika 5.1 – Gazet</i> , rekomandohet përdorimi i gazeve hidrogjen, helium dhe azot të jenë me pastërti 99.99%. Përdorimi i gazit hidrogjen nuk preferohet për arsye të rrezikshmërisë së lartë të detonimit (eksplozionit), duke pasur qëllim primar sigurinë në punë të stafit të laboratorit, institucionit dhe mjedisit përreth.
12	Aparati duhet të jetë prodhim i ri, jo më herët se 3 (tre) vitet e fundit;	Aparati duhet të jetë prodhim i ri, jo më herët se tre vitet e fundit, sepse siguron përdorimin e teknologjisë së përditësuar, garanton disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit dhe mbështetjes teknike nga prodhuesi, ul rrezikun e vjetërsimit teknologjik dhe të defekteve që mund të hasen tek modelet më të vjetra si dhe siguron përputhshmëri me standardet ndërkombëtare të aplikuara dhe kërkesat aktuale laboratorike.
13	Aparati duhet të jetë i pajisur me “autosampler” të paktën me 15 vende (dhomëza);	Kërkesa për autosampler me minimum 15 vende (dhomëza) është përcaktuar bazuar në ngarkesën mesatare të punës së laboratorit dhe nevojën për të analizuar disa mostra në mënyrë të njëpasnjëshme pa ndërhyrjen e operatorit (specialistit). Kapaciteti prej 15 mostrash siguron vazhdimësi të punës, ul kohën e pritjes për analizim dhe rrit efikasitetin operacional të laboratorit. Aktualisht, në laboratorin tonë kemi disa pajisje autosampler, me numër dhomëzash duke filluar nga 18 të tilla. Numri minimal prej 15 dhomëzash, është kërkesë funksionale e laboratorit dhe jo reference ndaj një prodhuesi specifik. Kjo kërkesë nuk kufizon konkurrencën, sepse shumica e sistemeve moderne ofrojnë pajisje autosampler me kapacitete të njëjta ose më të mëdha.
14	Aparati duhet të jetë i shoqëruar me një sistem kompjuterik të kompletuar si: monitor, printer, infrastrukturë për lidhje rrjeti, sistem operimi dhe aplikues softueri;	Kjo kërkesë është për të garantuar funksionimin e plotë dhe të integruar të pajisjes laboratorike. Aparaturat analitike moderne funksionojnë nëpërmjet sistemeve të dedikuara kompjuterike dhe aplikacioneve softuerike të prodhuesit, të cilat mundësojnë kontrollin e parametrave të analizës,

		konfigurimin dhe administrimin e metodave, marrjen dhe përpunimin e të dhënave, ruajtjen e rezultateve, gjenerimin e raporteve analitike dhe, sipas konfigurimit, administrimin e përdoruesve dhe gjurmueshmërinë e veprimeve të kryera. Përfshirja e monitorit dhe sistemit kompjuterik është e nevojshme për operimin e ndërfaqes së pajisjes dhe vizualizimin, përpunimin dhe administrimin e rezultateve analitike. Ndërkohë, printeri mundëson dokumentimin dhe materializimin e rezultateve për qëllime kontrolli, verifikimi dhe arkivimi. Aplikacioni softuerik i dedikuar është po aq i rëndësishëm. Ai duhet të jetë kompatibël me aparaturën dhe të mundësojë funksionimin e saj sipas specifikimeve të prodhuesit. Përfshirja e tij si pjesë e furnizimit shmang problematikat e kompatibilitetit ndërmjet pajisjes, sistemit kompjuterik dhe aplikacionit, si dhe garanton që pajisja të dorëzohet në gjendje të plotë dhe funksionale.
15	Të jetë i pajisur me të gjithë aksesoret e nevojshëm në përputhje me standardet e deklaruara, pjesë konsumi ose këmbimi rezervë për një periudhë prej 12 muaj;	Qëllimi i këtij specifikimi është garantimi që pajisja të dorëzohet plotësisht funksionale, e gatshme për instalim, vënie në punë dhe kryerjen e analizave sipas metodave standarde, pa pasur nevojë për blerje shtesë të komponentëve bazë menjëherë pas furnizimit. Për këtë arsye, pajisja duhet të shoqërohet me të gjithë aksesoret, komponentët ndihmës dhe pjesët e konsumit të rekomanduara nga prodhuesi, të nevojshme për funksionimin normal të sistemit dhe për kryerjen e mirëmbajtjes rutinë gjatë vitit të parë të përdorimit. Kjo kërkesë është vendosur për të garantuar që pajisja të jetë plotësisht funksionale që në momentin e dorëzimit, të mos krijohen kosto shtesë të paparashikuara dhe të sigurohet vijueshmëria e punës së laboratorit gjatë periudhës fillestare të operimit, në përputhje me praktikën laboratorike dhe udhëzimet e prodhuesit. Autoriteti Kontraktor nuk mund të përcaktojë në mënyrë shteruese emërtimet e aksesoreve, pjesëve të konsumit apo pjesëve të këmbimit, pasi këto identifikohen në përputhje me konfigurimin përfundimtar të pajisjes, dokumentacionin teknik dhe rekomandimet e prodhuesit.

		Për Autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të garantohet që pajisja të dorëzohet plotësisht funksionale, të jetë e aftë të operojë pa ndërprerje që nga momenti i instalimit dhe të përmbushë kërkesat operacionale të laboratorit, pa krijuar kosto shtesë ose vonesa në vënien e saj në punë.
16	Të jetë i shoqëruar nga një set materialesh reference (CRM dhe standarde për kalibrimin e pajisjes) dhe me aksesoret e pjesët e këmbimit;	Mbas montimit dhe vënies në punë të pajisjes, është kusht i panegociueshëm kalibrimi dhe validimi i metodave, i cili kryhet me materiale referencë. Materialet referencë (CRM dhe standardet) janë të nevojshme për verifikimin dhe saktësinë e rezultateve, si dhe gjurmueshmërinë e besueshmërinë e matjeve. Shënim: CRM është një material referencë i certifikuar me vlerë të njohur me anë të së cilës bëhet testimi i pajisjes për saktësinë dhe besueshmërinë e matjeve. Standarde për kalibrim janë materiale ose tretësira referencë me vlerë të njohur të cilat përdoren për të kalibruar pajisjen
17	Instalimi, konfigurimi dhe vënia në funksion e pajisjes duhet të kryhen nga personel teknik ose subjekt i autorizuar nga prodhuesi. Kalibrimi fillestar duhet të kryhet nga personel ose subjekt me kompetencë të dokumentuar për kryerjen e këtij procesi, duke siguruar gjurmueshmërinë metrologjike të rezultateve të kalibrimit;	Sipas nenit 4, pika 18, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, kontrata publike e furnizimit mund të përfshijë, në mënyrë dytësore, edhe vendosjen dhe instalimin e mallrave. Po kështu, neni 4, pika 38, gërma b, i të njëjtit ligj përfshin në specifikimet teknike karakteristikat funksionale, nivelin e performancës, përdorimin e produktit dhe elementet që lidhen me realizimin e objektit të kontratës. Në rastin konkret, furnizimi nuk përfundon me dorëzimin fizik të pajisjes, por përfshin instalimin, konfigurimin, kalibrimin fillestar dhe vënien e saj në funksion. Këto procese janë të lidhura pazgjidhshmërisht me objektin e kontratës dhe përcaktojnë nëse pajisja do të dorëzohet plotësisht funksionale, sipas parametrave të prodhuesit dhe e përshtatshme për përdorim në Laboratorin Qendror. Kërkesa nuk është përcaktuar si kusht pjesëmarrjeje apo kualifikimi. Operatorëve ekonomikë nuk u është kërkuar që, në fazën e ofertimit, të provojnë disponimin e një numri të caktuar specialistësh, të paraqesin marrëveshje bashkëpunimi apo certifikata personeli. Ajo përcakton standardin teknik që duhet të respektohet gjatë ekzekutimit të kontratës. Për këtë arsye, neni 77 i Ligjit nr.162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, nuk gjen zbatim

	të drejtpërdrejtë ndaj kërkesës në formën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor. Nëse OBP sh.a. vlerëson që përmbushja e saj duhet të provohet që në fazën e ofertimit, atëherë formulimi, proporcionaliteti dhe dokumentet provuese duhet të përcaktohen në dokumentet e procedurës, në përputhje me nenin 77 të ligjit të sipërcituar dhe dispozitat përkatëse të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.285, datë 19.5.2021, “<i>Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik</i>”, të ndryshuar. Një klasifikim i tillë, megjithatë, nuk ndryshon natyrën fillestare të kërkesës si kusht teknik i ekzekutimit të kontratës. Kërkesa është e justifikuar edhe nga natyra e pajisjes, e cila përbën një sistem analitik kompleks, me konfigurime të posaçme harduerike dhe softuerike dhe procedura të dedikuara instalimi e kalibrimi. Kryerja e këtyre proceseve nga personel jokompetent mund të cenojë performancën e pajisjes, vlefshmërinë dhe gjurmueshmërinë e rezultateve, si dhe kushtet e garancisë së prodhuesit. Kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me veprimtarinë e Laboratorit Qendror si laborator i akredituar sipas standardit S SH EN ISO/IEC 17025:2017 “<i>Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit</i>”, i cili kërkon kontrollin e pajisjeve, vlefshmërinë e rezultateve dhe sigurimin e gjurmueshmërisë metrologjike. Formulimi i këtij kriteri dallon autorizimin e prodhuesit, që lidhet me instalimin, konfigurimin dhe vënien në funksion, nga kompetenca teknike dhe gjurmueshmëria metrologjike e kërkuar për kalibrimin. Dokumentet përkatëse, si autorizimi i prodhuesit, dokumentacioni i kompetencës teknike dhe raporti ose certifikata e kalibrimit, duhet të verifikohen në fazën e ekzekutimit të kontratës, përveç rastit kur në dokumentet e procedurës përcaktohet shprehimisht dhe proporcionalisht paraqitja e tyre në një fazë më të hershme. Për sa më sipër, kërkesa lidhet drejtpërdrejt me objektin e kontratës, është proporcionale me kompleksitetin e pajisjes, nuk është përcaktuar si kriter kualifikimi dhe synon garantimin që pajisja të dorëzohet e instaluar, e konfiguruar, e kalibruar dhe plotësisht funksionale. Për rrjedhojë, ajo përbën kusht teknik të realizimit dhe ekzekutimit të kontratës, ndërsa formulimi i qartësuar shmanë paqartësitë pa ndryshuar përmbajtjen e kërkesës së Autoritetit Kontraktor.
--	---

18	Pas kalibrimi të aparaturës dhe trajnimit të personelit të autoritetit kontraktor për përdorimin e saj nga personeli teknik i kualifikuar për instalim, kalibrim dhe trajnim, të bëhet pajisja me certifikatë kalibrimi dhe certifikata trajnimi (të njohura) për personelin;	Trajnimi i personelit (stafit të laboratorit) dhe pajisja me certifikatë trajnimi siguron që specialistët testues janë të aftë plotësisht në përdorimin e pajisjes në mënyrë korrekte dhe të sigurt, duke reduktuar gjithashtu rrezikun e gabimeve operative dhe dëmtimeve të pajisjes. Certifikata e trajnimit vërteton kualifikimin e personelit për përdorimin e pajisjes, ndërsa certifikata e kalibrimit, si një kusht i kërkuar nga standardi ISO/IEC 17025:2017 – <i>Kërkesa e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve testues dhe kalibrues</i>, dokumenton përputhshmërinë teknike të saj.
19	Garancia e pajisjes dhe të gjithë aksesoreve të jetë jo më pak se 12 muaj nga momenti i instalimit dhe kalibrimit të aparaturës; Të jetë i pajisur me manual përdorimi nga firma prodhuese;	Kërkesa për një periudhë garancie minimale prej 12 muajsh, e llogaritur nga momenti i instalimit dhe kalibrimit të pajisjes, është teknikisht e nevojshme dhe shërben për të garantuar funksionimin e qëndrueshëm, korrekt dhe të sigurt të pajisjes gjatë përdorimit rutinë. Përcaktimi i fillimit të periudhës së garancisë nga instalimi dhe kalibrimi i pajisjes, dhe jo thjesht nga data e dorëzimit fizik, është i arsyeshëm pasi pajisja mund të mos jetë menjëherë funksionale në momentin e dorëzimit. Për pajisjet laboratorike, funksionaliteti real lidhet me përfundimin e instalimit, konfigurimit, verifikimit dhe kalibrimit të tyre. Garancia duhet të pajisjen kryesore dhe të gjithë aksesoret përbërës, pasi çdo komponent apo aksesor mund të ndikojë drejtpërdrejt në performancën, saktësinë dhe sigurinë e rezultateve. Gjithashtu, kërkesa për manualin origjinal të përdorimit të pajisjes, të lëshuar nga prodhuesi, është e domosdoshmepër përdorimin korrekt dhe të sigurt të saj.
20	Të jetë i shoqëruar me një metodë të shkurtër të përshkrimit të punës të përkthyer në gjuhën shqipe;	Kërkesa vendoset për të garantuar që personeli i autoritetit kontraktor të disponojë udhëzime të qarta dhe të kuptueshme në gjuhën shqipe për përdorimin e pajisjes, duke siguruar operim korrekt, të sigurt dhe efikas të saj, si dhe minimizimin e gabimeve gjatë procesit të punës.

Argumentimi: Specifikimet teknike të hartuara nga Autoriteti Kontraktor janë në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi për prokurimin publik si dhe me Regjistrin e Parashikimit të Procedurave të Prokurimit Publik të ISHTI për vitin 2026, të ndryshuar. Në mënyrë të veçantë, ato mbështeten në nenin 36 të Ligjit nr.162, datë 23.12.20220 “Për prokurimin publik”, të

ndryshuar, si dhe në parashikimet e nenit 40 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

Në pikën 1 të nenit 40 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, parashikohet shprehimisht: “1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrit të mallrave.”

Gjithashtu, në pikën 8 të po këtij neni përcaktohet se: “8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Në këtë kuadër, përcaktimi i kriterëve teknike në dokumentet e procedurës është bërë në funksion të objektit të prokurimit dhe në përpjesëtim të drejtë me qëllimin e kontratës, duke synuar garantimin e cilësisë, sigurisë dhe zbatimit korrekt të saj.

Specifikimet teknike janë hartuar në mënyrë të qartë, duke përshkruar karakteristikat e mallrave, kërkesat cilësore dhe standardet përkatëse, pa përfshirë asnjë kërkesë apo referencë ndaj ndonjë marke të veçantë, emri tregtar, patente, vizatimi, tipi, origjine specifike, prodhuesi apo sipërmarrësi të caktuar. Për rrjedhojë, ato garantojnë trajtim të barabartë për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar dhe nuk krijojnë pengesa për konkurrencën e hapur në procedurën e prokurimit publik.

Njësia e prokurimit autorizon personin përgjegjës për prokurim për hedhjen e të dhënave në SPE.

NJËSIA E PROKURIMIT