



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE

**OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR  
DREJTORIA RAJONALE TIRANË  
NJESIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë më, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

**Për: Operatorit Ekonomik “Distributor of Medical Devices Group” shpk  
NUIS L81422033E**

*Adresa: Tirane, Rruga, Siri Kodra, Njesia Nr. 8, Objekti Nr. 198*

**Procedura e prokurimit:** “Blerje qelqurina”

**Numri i referencës së procedurës:** REF-93446-04-19-2021

**Përshkrim i shkurtër i kontratës:** Qëllimi i kontratës është “Blerje qelqurina”

**Lloji i procedurës së prokurimit:** “Kërkesë për propozime”

**Fondi limit:** 2 999 702.43 (dy milion e nentëqind e nentëdhjetë e nente mijë e shtatëqind e dy).43 lekë pa TVSH

**Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** Brenda 45 (dyzete e pese) diteve nga data e nënshkrimit të kontratës.

**Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:** 14.05.2021

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: **çmimi më i ulët X** oferta ekonomike më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

- Operatori Ekonomik Distributor of Medical Devices Group**, i cili ka ofertuar me vlerë 2’700’000 (dy milion e shtatëqind mijë) Lekë pa TVSH **NUIS L81422033E**
- Operatori Ekonomik Gamma shpk**, i cili ka ofertuar me vlerë 2’300’000 (dy milion e treqind mijë) Lekë pa TVSH **NUIS K31510153H**
- Operatori Ekonomik Isometric shpk**, nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në sistem.  
**NUIS L92207009A**
- Operatori Ekonomik Krijon shpk**, i cili ka ofertuar 2’260’590 (dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH **NUIS K12023001A**

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

### 1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik Gamma shpk NUIS K31510153H

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Seksioni 2; nenit 27 “Kontratat e mallrave” pika 6 gërma (a) VKM. Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, Dokumentave Standarte të Tenderit: Seksioni 2; Kriteret e vecanta të kualifikimit, pika 2.3: Kapaciteti teknik, pika dh në të cilën kërkohet : “**Për artikujt e shënuar me Asterisko (\*) si me poshte, duhet të paraqiten mostra** ditën e hapjes se ofertave” si dhe referuar procesverbalit të mostrave të Operatorit Ekonomik Krijon (administruar në dosjen e prokurimit dhe një kopje disponon Operatori Ekonomik ), vijoi me kontrollin e përputhshmërisë së mostrave të dorëzuara nga Operatori Ekonomik Krijon me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet Standarte të Tenderit nga ku rezultoi se mostrat nuk janë konform specifikimeve teknike të kërkuara perkatësisht:

- Artikulli Nr 47

47*	Shishe qelqi	Per marrje mostra uji, Boro 3.3 neutral glass, me kapak te filetuar, me gryke te gjere, termorezistent 190 °C dhe shishja dhe kapaku. Volum 500 ml	cope
-----	--------------	--	------

➤ Mostra e sjellë nga Operatori Ekonomik nuk i përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi tapat e sjella jane rezistente deri ne temperaturën 140 °C.

- Artikulli Nr 48

48*	Shishe qelqi	Per marrje mostra uji, Boro 3.3 neutral glass, me kapak te filetuar, me gryke te gjere, termorezistent 190 °C dhe shishja dhe kapaku. Volum 250 ml	cope
-----	--------------	--	------

➤ Mostra e sjellë nga Operatori Ekonomik nuk i përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi tapat e sjella jane rezistente deri ne temperaturën 140 °C.

Mbështetur në Dokumentet Standarte të Tenderit: Seksioni 2; Kriteret e vecanta të kualifikimit, pika 2.3: Kapaciteti teknik, pika dh në të cilën kërkohet : “**Për artikujt e shënuar me Asterisko (\*) si me poshte, duhet të paraqiten mostra** ditën e hapjes se ofertave” Komisioni i Vlerësimit të ofertave nisur dhe nga procesverbali i mbajtur midis Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe Operatorit Ekonomik ”Krijon” shpk konstatoi se mostrat e sa më sipër cituara nuk janë konform specifikimeve teknike, në kundërshtim me Dokumentet Standarte të Tenderit, **atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht s’kualifikohet.**

### 2. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik Krijon shpk NUIS K12023001A

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Seksioni 2; nenit 27 “Kontratat e mallrave” pika 6 gërma (a) VKM. Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

*Publik*”i ndryshuar, Dokumentave Standarte të Tenderit: Seksioni 2; Kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3: Kapaciteti teknik, pika dh në të cilën kërkohet : “**Për artikujt e shënuar me Asterisko (\*) si me poshte, duhet të paraqiten mostra** ditën e hapjes se ofertave” si dhe referuar procesverbalit te mostrave të Operatorit Ekonomik Krijon (administruar në dosjen e prokurimit dhe një kopje disponon Operatori Ekonomik ), vijoi me kontrollin e përputhshmërisë së mostrave të dorëzuara nga Operatori Ekonomik Krijon me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet Standarte të Tenderit nga ku rezultoi se mostrat nuk janë konform specifikimeve teknike të kërkuara perkatësisht:

- Artikulli Nr 52

52*	Tuba	Qelqi, Boro 3.3, te shkallezuar, me tape smerile, 50 ml me permasa 194x24mm me ndarje 20-50 ml	cope
-----	------	--	------

- Mostra e sjellë nga Operatori Ekonomik nuk i përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi përmasat e tubit janë 290x24 mm dhe tapa është plastike.

- Artikulli Nr 54

54*	Tuba	Prove, 35*6 mm, me perzjeres magnetik per SPA	cope
-----	------	---	------

- Mostra e sjellë nga Operatori Ekonomik nuk i përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi është sjellë vetëm magneti pa tubin përkatës. Përmasat e magnetit janë të papërshtatshme për përmasat e tubit me përmasë 35\*6 mm.

- Artikulli Nr 57

57*	Tuba	Qelqi 100 x 10	cope
-----	------	----------------	------

- Mostra e sjellë nga Operatori Ekonomik nuk i përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi përmasa e tubit nuk është 100x10.

- Artikulli Nr 59

59*	Tuba	Qelqi 100 x 16	cope
-----	------	----------------	------

- Mostra e sjellë nga Operatori Ekonomik nuk i përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi përmasa e tubit nuk është 100x16.

Mbështetur në Dokumentet Standarte të Tenderit: Seksioni 2; Kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3: Kapaciteti teknik, pika dh në të cilën kërkohet : “**Për artikujt e shënuar me Asterisko (\*) si me poshte, duhet të paraqiten mostra** ditën e hapjes se ofertave” Komisioni i Vlerësimit të ofertave nisur dhe nga procesverbali i mbajtur midis Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe Operatorit Ekonomik ”Krijon” shpk konstatoi se mostrat e sa më sipër cituara nuk janë konform specifikimeve teknike, në kundërshtim me Dokumentet Standarte të Tenderit, **atëherë oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht s’kualifikohet.**

**3. Operatori Ekonomik Isometric shpk,**

**NUIS L92207009A**

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në sistem **dhe rrjedhimisht s'kualifikohet**

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “**Distributor of Medical Devices Group**” shpk , me adresë: Rruga, Siri Kodra, Njesia Nr. 8, Objekti Nr. 198, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: **2'700'000** (dy milion e shtatëqind mijë) **leke pa TVSH** dhe **3'240'000** (tre milion e dyqind e dyzet mijë) **leke me TVSH**, është identifikuar si oferte e suksesshme.

**Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, me adresë: Rruga “Qamil Guranjaku, Tirane, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.**

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: **19.05.2021**

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_ Po \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

Gjatë afatit të Njoftimit të Kontratës, pranë Autoritetit Kontraktor është paraqitur një formular ankese në lidhje me Dokumentet Standarte të Tenderit përkatësisht: Ankesa e Operatorit Ekonomik nr. 880 prot, datë 26.04.2021. Me marrjen e ankesës në lidhje me Dokumentet Standarte të Tenderit është pezulluar procedura referuar ligjit Nr 9643 datë 20.11.2016 “Për prokurimet Publike” i ndryshuar, Kreu VII, “Procedurat e rishikimit administrative” neni 63, “Të drejtat e personit të interesuar”, pika 1, 1.1 dhe 3, si dhe VKM Nr 914, datë 59.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit public”, Kreu X, Shqyrtimi i ankesave, Neni 78, Ankesat në Autoritetin Kontraktor, pika 1,2 dhe 4 deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar dhe kthimin e përgjigjes Operatorit Ekonomik ankimues. Me urdhërin nr 34, datë 26.04.2021, “Urdhër për ngritjen e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave” Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave ka shqyrtuar ankesën e sipërcituar konform procedurave dhe afateve ligjore të parashikuara në dispozitat përkatëse për shqyrtimin e ankesës, të sipërcituar dhe në përfundim i ka komunikuar vendimin përkatës Operatorit Ekonomik, konkretisht me shkresën nr 881/3 prot, datë 28.04.2021, dhe është vijuar me hapat e mëtejshëm të përcaktuar në legjislacionin për prokurimin publik.

Më tej, Autoriteti Kontraktor, në zbatim dhe në respektim të të gjitha dispozitave ligjore në fuqi për prokurim ka vijuar me procedurën e prokurimit.

Publikimi i vlerësimit është bërë në SPE me datë 19.05.2021.

Në vijim jemi vene ne dijeni nga KPP me Vendimin nr. 794/2 prot., datë 18.05.2021 administruar në protokollin tonë me nr 1055 prot, datë 24.05.2021 me anë të së cilës urdhërohet Autoriteti Kontraktor të bëjë pezullimin e procedurës së prokurimit dhe moskryerjen e asnjë veprimi deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit përfundimtar, pasi pranë KPP është paraqitur një ankesë në lidhje me këtë procedurë.

Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel objektin e ankesës së operatorit ekonomik ankimues dhe doli me vendimin Nr.368/2021 Nr. 368/1 Protokolli Datë 15.07.2021, administruar në protokollin tonë me nr 1747 prot, datë 19.07.2021, pika 1 ku citohet *Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik për procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim”, me nr. REF-93446-04-19-2021, me objekt: “Blerje qelqurina”, me fond limit 2.999.702,43 (pa TVSH), parashikuar për tu zhvilluar në datën 14.05.2021, nga autoriteti kontraktor, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë dhe pika 2 ku citohet se...Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit të sipërcituar*

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**  
**Bora SALAJ**