



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDËTËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË  
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë më, \_\_\_\_\_.2021

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Drejtuar: **Shoqërisë O.E.S DISTRIMED Sh.p.k**  
Adresa: TIRANE Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati".

\* \* \*

Procedura e prokurimit: **“Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj.**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **Nr. Ref. Procedures baze: REF-04459-09-02-2021, Nr. Ref. Loti 12 – “Pajisje mjekesore të shërbimeve për spitalin e ri”**: REF-04489-09-02-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Furnizim Vendosije te Aparaturave Mjekesore per Spitalin e Ri te Ndertuar ne QSUT me Kredi te CEB (Kontributi i Qeverise Shqiptare)”, per vitin 2021, të ndarë në lote (12 lote gjithsej), konkretisht per lotin:**

• **Loti 12 – “Pajisje mjekesore të shërbimeve për spitalin e ri”**

**Fondi limit: Vlera e pritshme e kontratave** që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjith lotet-12 lote) është: **158.031.554,5 Lekë** (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër presje pesë) **Lekë pa TVSH** dhe **189.637.865,4 Lekë** (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje katër) **Lekë me TVSH**, / Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (**per Loti 12 – “Pajisje mjekesore të shërbimeve për spitalin e ri”**): **4,659,155** (kater milion e gjashtëqind e pesedhjetete e nente mije e njeqind e pesedhjetete e pese) **lek pa TVSH** dhe **5,590,986** (pese milion e peseqind e nentedhjetete mije e nenteqind e tetedhjetete e gjashte) **lek me TVSH**, **Shumatorja cmimeve për njësi: 650,209** (gjashtëqind e pesedhjetete mije e dyqind e nente) **lek pa TVSH** dhe **780,250.8** (shtateqind e tetedhjetete mije e dyqind e pesedhjetete presje tete) **lek me TVSH**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore për 12 mujore nga nënshkrimi i MK;

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 132] [Date 07.09.2021]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot **(Loti 12 – “Pajisje mjekesore të shërbimeve per spitalin e ri”)**, kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

- ❖ **Operatori Ekonomik BIOMETRIC ALBANIA Sh.p.k me NIPT J61827062E**, me ofertë ekonomike: **2,437,500** (dy milion e katërqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind) **lekë pa TVSH** dhe **2,925,000** (dy milion e nëntëqind e njëzet e pesë mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 462,500** (katerqind e gjashtedhjetë e dy mije e peseqind) **lek pa TVSH**.
  
- ❖ **Operatori Ekonomik FEDOS Sh.p.k me NIPT K01514009I**, me ofertë ekonomike: **2,850,000** (dy milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,420,000** (tre milion e katërqind e njëzet mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 399,400** (treqind e nentëdhjetë e nëntë mije e katerqind) **lek pa TVSH**.
  
- ❖ **Operatori Ekonomik ISOMETRIC Sh.p.k me NIPT L92207009A**, me ofertë ekonomike: **3,500,000** (tre milion e pesëqind mijë) **lekë pa TVSH** dhe **4,200,000** (katër milion e dyqind mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 430,000** (katerqind e tridhjetë mije) **lek pa TVSH**.
  
- ❖ **Operatori Ekonomik MONTAL sh.p.k me NIPT: J62009007F**, me ofertë ekonomike: **3,320,000** (tre milion e treqind e njëzet mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,984,000** (tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 444,000** (katerqind e dyzet e kater mije) **lek pa TVSH**.
  
- ❖ **Operatori Ekonomik O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N**, me ofertë ekonomike: **1,664,000** (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) **lekë pa TVSH** dhe **1,996,800** (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 283,920** (dyqind e tetëdhjetë e tre mije e nentëqind e njezet) **lek pa TVSH**.
  
- ❖ **Operatori Ekonomik SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D**, me ofertë ekonomike: **3,500,000** (tre milion e pesëqind mijë) **lekë pa TVSH** dhe **4,200,000** (katër milion e dyqind mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 475,920** (katerqind e shtatedhjetë e pese mije e nentëqind e njezet) **lek pa TVSH**.
  
- ❖ **Operatori Ekonomik TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F**, me ofertë ekonomike: **3,857,000** (tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **4,628,400** (katër milion e gjashtëqind e njëzet e tetë mijë e katërqind) **lekë me TVSH**.

**Shumatorja cmimeve për njësi: 485,000** (katerqind e tetedhjetë e pese mijë) lek pa TVSH.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

- ❖ **Operatori Ekonomik FEDOS Sh.p.k me NIPT K01514009I**, me ofertë ekonomike: **2,850,000** (dy milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH dhe **3,420,000** (tre milion e katërqind e njëzet mijë) lekë me TVSH.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 399,400** (treqind e nentëdhjetë e nente mijë e katerqind) lek pa TVSH.

Per arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, i operatorit ekonomik:

- I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin teknik për kualifikim.
- Nuk i plotëson specifikimet teknike për kualifikim.

## **2. Lloji i Pajisjes: Peshore elektrike**

**Me bateri të rikarikueshme për funksionim deri në 35 orë**

*Nuk e plotëson si specifikim pasi në katalog koha maksimale e punës me bateri është 32 orë.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik si mësipër nuk përmbushet nga OE.**

## **3. Lloji i Pajisjes: Llampë Ekzaminimi portative**

**Intensiteti i ndriçimit 30 - 100%**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Diametri i fushës së rrufesë D10 te pakten 140 mm**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Konsumi i energjisë max 16 W**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Ngritja e temperaturës tek pacienti / përdoruesi min 2 ° C Bateri Backup**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohet në katalog.**

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se: **“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **FEDOS Sh.p.k me NIPT K01514009I, për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

- ❖ **Operatori Ekonomik ISOMETRIC Sh.p.k me NIPT L92207009A, me ofertë ekonomike: 3,500,000 (tre milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH dhe 4,200,000 (katër milion e dyqind mijë) lekë me TVSH.**  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 430,000 (katerqind e tridhjetë mijë) lek pa TVSH.**

Per arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, i operatorit ekonomik:

- I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin teknik për kualifikim.
- Nuk i plotëson specifikimet teknike për kualifikim.

## **1. Lloji i Pajisjes: Oftalmoskop**

### **Filtra pa të kuqe, blu dhe polarizim**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

### **Ekran që tregon gjendjen e karikimit.**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

### **10) Dorezë universale e konvertueshme**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Dezinfektimi: Pjesë të Pajisjes që janë krijuar për tu ardhur në kontakt me pacientin ose operatorin duhet të jetë të gjendje për t’u dezinfektuar me lehtësi ose të mbrohen nga një mbulesë sterile e disponueshme.**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

### **ISO 10942: 2006 Oph ose ekuivalente**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohet në katalog.**

### **6) Diapazoni i lenteve jo më i vogël se -30D deri + 20D me hapa jo më të mëdhenj se 1D.**

*Nuk e plotëson si specifikim pasi në katalogun e paraqitur diapazoni i lenteve është -20D deri në +20D.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik si mësipër nuk përmbushet nga OE.**

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:

**“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **ISOMETRIC Sh.p.k me NIPT L92207009A, për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

- ❖ **Operatori Ekonomik SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D, me ofertë ekonomike: 3,500,000 (tre milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH dhe 4,200,000 (katër milion e dyqind mijë) lekë me TVSH.**  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 475,920 (katerqind e shtatedhjetë e pese mije e nentëqind e njëzet) lek pa TVSH.**

Per arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, i operatorit ekonomik:

- I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin teknik për kualifikim.
- Nuk i plotëson specifikimet teknike për kualifikim.

## **1. Lloji i Pajisjes: Oftalmoskop**

**ISO 10942: 2006 Oph ose ekuivalente**  
*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik si mësipër nuk përcaktohet në katalog.**

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:  
**“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

- ❖ **Operatori Ekonomik TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F**, me ofertë ekonomike: **3,857,000** (tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **4,628,400** (katër milion e gjashtëqind e njëzet e tetë mijë e katërqind) **lekë me TVSH.**

Per arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, i operatorit ekonomik:

- I plotëson kriteret e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ligjor për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin ekonomik dhe financiar për kualifikim.
- I plotëson kriteret e veçanta / kapacitetin teknik për kualifikim.
- Nuk i plotëson specifikimet teknike për kualifikim.

## **1. Lloji i Pajisjes: Oftalmoskop**

**6) Diapazoni i lenteve jo më i vogël se -30D deri + 20D me hapa jo më të mëdhenj se 1D.**  
*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Ekran që tregon gjendjen e karikimit.**  
*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.**  
*9) Optika e mbyllur pa pluhur dhe sistemi optik asferik.*

### **10) Dorezë universale e konvertueshme**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Lëvizshmëria, transportueshmëria ofrohet në kasë mbrojtëse për ruajtjen e pastër dhe transportin e sigurt.**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Dezinfektimi: Pjesë të Pajisjes që janë krijuar për tu ardhur në kontakt me pacientin ose operatorin duhet të jetë të gjendje për t'u dezinfektuar me lehtësi ose të mbrohen nga një mbulesë sterile e disponueshme.**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

### **ISO 10942: 2006 Oph ose ekuivalente**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohet në katalog.**

### **3. Lloji i Pajisjes: Llampë Ekzaminimi portative**

**Intensiteti i ndriçimit 30 - 100%**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Diametri i fushës së rrufesë D10 te pakten 140 mm**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Diametri i kokës së dritës 240 mm**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Konsumi i energjisë max 16 W**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Ngritja e temperaturës tek pacienti / përdoruesi min 2 ° C Bateri Backup**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Garancia per paisjet e mesiperme te jete te pakten 1 (nje) vit**

*Nuk e përcakton në katalogun e paraqitur.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohet në katalog.**

**Jetegjatesia pa energji elektrike minimalisht 4 ore**

*Nuk e përmbush si specifikim pasi jetëgjatësia me një bateri është 2 orë.*

**Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimi teknik si mësipër nuk përmbushet nga OE.**

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësoj specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se: **“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **TBS 96 Sh.p.k me NIPT K71407001F për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

- ❖ **Operatori Ekonomik O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N**, me ofertë ekonomike: **1,664,000** (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë) **lekë pa TVSH** dhe **1,996,800** (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 283,920** (dyqind e tetëdhjetë e tre mije e nentëqind e njezet) **lek pa TVSH**.
- ❖ **Operatori Ekonomik MONTAL sh.p.k me NIPT: J62009007F**, me ofertë ekonomike: **3,320,000** (tre milion e treqind e njëzet mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,984,000** (tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 444,000** (katerqind e dyzet e kater mije) **lek pa TVSH**.
- ❖ **Operatori Ekonomik BIOMETRIC ALBANIA Sh.p.k me NIPT J61827062E**, me ofertë ekonomike: **2,437,500** (dy milion e katërqind e tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind) **lekë pa TVSH** dhe **2,925,000** (dy milion e nëntëqind e njëzet e pesë mijë) **lekë me TVSH**.  
**Shumatorja cmimeve për njësi: 462,500** (katerqind e gjashtëdhjetë e dy mije e pesëqind) **lek pa TVSH**.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**  
**Enkelejdi JOTI**

**DELEGUAR ME URDHËR Nr.530/3 prot.,date 01.12.2021**  
**Zv.DREJTORI I PËRGJITHSHËM**  
**Saimir XHEPI**