



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIREQENIES SOCIALE
SPITALI RAJONAL DURRËS
SEKTORI I PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.,

Durrës, më _____._____.2025

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E
ANKIMIMIT**

Data: 29.10.2025

Drejtuar: Operatorit Ekonomik (OE) **REHA - ALBANIA shpk me NIPT L12429502M** adresa: **Durrës
Lagjja nr. 12, rruga Koço Kazanxhi, kati dyte, ish fabrika e miellit**

X____ose

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: **mallra**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **e hapur, mbi kufirin e lartë monetar – Mallra**

Numri i referencës së procedurës - **REF-53828-07-07-2025**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:

Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Blerje materiale Ortopedike” per nevojat e Spitalit Rajonal Durres – Marreveshje kuader me nje Operator Ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara”. me afat 12 muaj”

**Fondi limit ne total/vlera e pritshme e kontratave ne total : 31,999,583.33 leke pa TVSH
konvertuar ne euro: 326’426 euro pa tvsh.**

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuader: **12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **08.07.2025**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data 14.07.2025] [Numri 36]

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. OE: REHA - ALBANIA

me NIPT L12429502M

me vlerë të ofruar/totali i cmimeve për njësi dhe vlerë e pritshme e kontratave: **29.017.300,00 (njetëzet e nentemilion e shtatëmbëdhjetë mijë e treqind)** lek pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO **x**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. OE: T R I M E D

me NIPT K51612031J

me vlerë të ofruar/totali i cmimeve për njësi dhe vlerë e pritshme e kontratave: **28.886.360 (njetëzet e tetemilion e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëdhjetë)** lek pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO **x**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. OE: OrthoNet 360

me NIPT L71614032H

me vlerë të ofruar/totali i cmimeve për njësi dhe vlerë e pritshme e kontratave: **31.165.180 (tridhjetë e njëmilion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e njëqind e tetëdhjetë)** lek pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO **x**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. OE: Albadent Group

me NIPT L62217032L

me vlerë të ofruar/totali i cmimeve për njësi dhe vlerë e pritshme e kontratave: **25,808,107** [Njëzetepesë milion e tetëqind e tetë mijë dhe njëqind e shtatë]Lek pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO **x**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE: Albadent Group

me NIPT L62217032L

me vlerë të ofruar/totali i cmimeve për njësi dhe vlerë e pritshme e kontratave: **25,808,107** [Njëzetepesë milion e tetëqind e tetë mijë dhe njëqind e shtatë]Lek pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO **x**

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyt e skualifikim:Referuar Proces-Verbalit te Vleresimit me nr,prot.,251/56 date 22.10.2025:

- Certificate trajnimit nga Genostis per infermieren S.M.
- Genotis ka 1 produkt ne liste dhe nuk ka certificate te tjera leshuar nga kompanite prodhuese te produkteve te tjera.
- Mungon Deklarate Perpermbushjen e pikes 2.3.4 te DST
- Problematika me kataloget :
- Pllake suprakondilare Humerale kerkuar 10-12 vrima, ne katalog 3-5 vrima;
- Pllake Platoje Tibiale kerkuar 65-180mm, ne katalog 76-180mm(mbi 10% deviacion);
- Pllake anatomikefemuriproksimal kerkuar 100-350mm, ne katalog 125-269mm(mhi 10% deviacion);
- Pllake distale humerale latero-dorsale kerkuar me 3-14 vrima, ne katalog 5-15 vrima(deviacion mbi 10%)
- Pllake olekrani(jolocking) kerkuar 75-135mm, ne katalog 86-216mm(deviacion mbi 10%)
- Vida te kanjuluara 4mm kerkuar 20-70mm, ne katalog 20-25mm(deviacion mbi 10%)
- Vida spongiotike 6.5mm kerkuar me gjatesi 50-120mm, ne katalog 50-90mm(Deviacion mbi 10)
- Vida te kanjuluara 16mm kerkuar me gjatesi 40-140mm, ne katalog50-60mm(Deviacion mbi 10%)
- Komponenti acebular pa cement kerkuar tepaktën ne 13 permasa, ne katalog 10 permasa.
- Endoproteza parciale monoblok ose Austin Moore nga Vast Ortho, ne katalog nuk ka specifikime por vetem hapat Per intervent.
- Cementi kockor kerkuar nepaketim 40g, ne katalog 20g.
- Rendele(washer) kerkuar me diametet te brendshem 8.6mm, ne katalog 7mm (Deviacion mbi 100/0).
- Problematike-Leje e pavlefshme/e skaduar.
- Problematike: CE date 28.03.2024 e skaduar.

2. OE: T R I M E D

me NIPT K51612031J

me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlere e pritshme e kontratave: **28.886.360 (njezete e tetemilion e teteqind e tetedhete e gjashte mije e treqind e gjashtedhete) lek pa tvsh.**

OE/BOE me nenkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nese po, te jepen dhënat _____

(Emrat e nenkontraktorëve , Nipt-et, % e nenkontraktimit)

Arsyt e skualifikim:Referuar Proces-Verbalit te Vleresimit me nr,prot.,251/56 date 22.10.2025:

Problematika ne lidhje me vlefshmerine e Certificate EC:

A. Kompanite Biomet/Zimmer (Komponentet Femorale dhe Acetabulare)

Shumica e certificate MDD te paraqitura kane data skadence qe kane kaluar ne momentin e dorzimit te ofertes

Certificate (MDD)	Prodhuesi / Sistemi	Data e Skadences
CE 507048 (EC Design-Ex.)	Taperloc Hip System	2023-06-16
CE 538314 (EC Design-Ex.)	Avenir® Müller Stem (pa cement)	2024-05-26
CE 710218 (EC Design-Ex.)	G7 Longevity/Vivacit-E Acetabular Liners	2024-05-26
CE 685256 (EC Design-Ex.)	Kokat Femorale CoCr	2024-05-26
CE 543756 (EC Design-Ex.)	Trilogy Acetabular System	2024-01-11

CE 02461 (Full QA System, Biomet)	Mbulon Implante/Instrumente të ndryshme	2024-05-26
CE 515162 (Full QA System, Zimmer)	Mbulon Implante/Instrumente të ndryshme	2024-05-26

Certifikatat e Vlefshme (MDR) për Biomet/Zimmer:

Disa produkte të Zimmer Biomet mbulohen tashmë nga certifikata të reja MDR (EU Technical Documentation Assessment Certificate) me vlefshmëri të gjatë:

- MDR 753813 R000 (Avenir® Müller Cemented Hip Stem, Klasa III implantueshme) ka një datë skadence të shënuar: 2028-04-05. Kjo është E VLEFSHME.
- MDR 747446 R000 (G7 Acetabular System, Klasa III implantueshme) ka një datë skadence të shënuar: 2028-01-26. Kjo është E VLEFSHME.

B. Kompania OSARTIS GmbH (Çimento Kockore)

Certifikatat EC (MDD) për Hi-Fatigue Bone Cement kanë skaduar:

Certifikata (MDD)	Produkti	Data e Skadencës e Printuar
G1 107266 0001 Rev. 00 (Full QA System)	Hi-Fatigue Bone Cement	2024-05-26
G7 107266 0009 Rev. 00 (Design Examination)	Hi-Fatigue G Bone Cement	2023-04-20

Shënim: Dokumentacioni i tyre i konfirmimit (Confirmation Letters) vërteton se pajisjet përfitojnë nga afatet tranzitore të MDR deri në 31 Dhjetor 2027, por meqenëse në DST specifikohet vlefshmërinë e drejtpërdrejtë dhe jo status e nënkuptuar/tranzitor, certifikatat origjinale të MDD/AIMDD konsiderohen të skaduara.

Kompanitë TST Rakor dhe AAP Implantate AG (Pllaka, Vida, Fixatorë)

Certifikatat e Sistemit të Sigurimit të Cilësisë (Full Quality Assurance System) të paraqitura për TST dhe AAP kanë data skadence që kanë kaluar ose kanë arritur afatin e tyre përfundimtar sipas Direktivave të Vjetra (MDD/AIMDD):

Certifikata (MDD)	Prodhuesi / Sistemi	Data e Skadencës e Printuar
1984-MDD-18-526 Rev. 02 (TST Rakor)	Full QA System (Pllaka, Vida, Proteza Hip etj.)	27 Maj 2024
50670-16-05 (AAP Implantate AG)	Quality Assurance System (Vida, Rondele, etj.)	26 Maj 2024

Shënim: Si TST ashtu edhe AAP kanë marrë Konfirmime nga Trupat e Njoftuar për aplikim MDR dhe vlefshmëri të zgjatur tranzitore (për pajisjet e Klasës IIb/III deri 31 Dhjetor 2027, dhe instrumentet e Klasës I deri 31 Dhjetor 2028), por këto dokumente nuk paraqesin një datë të re skadence të MDR.

Problematika në lidhje me katalogët

Nga kontrolli rezultojnë: Cementi kockor kërkuar 40g, në katalog s'është, Komponenti femoral pa cement në katalog seri me 9 përmasa dhe gjatësi të ofruara 129-177 dhe 132-160 duke kaluar deviacionin 10%, mungon produkti Fiksator kërciri, shtiza elastike të ofruara në katalogë 150-210mm dhe 350-450 në ndryshim nga kërkesa në Dst 300-400mm, katalogë të vjetër dhe të rinj për të njëjtin produkt me ndryshime në specifika, pllakë kalkeare pa specifika dhe detaje në katalog, Pllakë distale me 2-14 vrima nga 3-14 të kërkuar dhe gjatësi 85-202mm nga 600-200mm (duke kaluar deviacionin

10%), Pllaka suprakondilare humerale per vida 3mm dhe jo 3.5 apo 4 sic kerkohet dhe me 15 vrimea e jo 10-12 vrime.

Nga sa me siper KVO konstaton se Trimed shpk ;NIPT-K51614031J nuk ploteson kerkesat per kualifikim , per mospërbushje të :

- 1.Mospërbushje të kapacitetit teknik në pikën 2.3.3
2. Mospërbushje të kapacitetit teknik në pikën 2.3.5(Trajtuar si më sipër)

3. OE: OrthoNet 360

me NIPT L71614032H

me vlere te ofruar/totali i cmimeve per njesi dhe vlere e pritshme e kontratave: **31.165.180 (tridhjetë e njemilion e njeqind e gjashtedhjetë e pese mije e njeqind e tetedhjetë) lek pa tvsh.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Arsyt e skualifikim:Referuar Provec-Verbalit te Vleresimit me nr,prot.,251/56 date 22.10.2025:

1.File “oferta_ekonomike” – gjithesej 8 flete, i cili permban keto dokumenta:

- Oferta ekonomike sipas shtojces 1 dhe 2 me firme dhe vule.

Problematike:Gabim aritmetik ne llogaritjen e saj, KVO kërkoi në sistemin elektronik korrektimin e vlerës nga OE dhe nuk mori përgjigje.

2. File “ORTHONET360_VERTETIME_PENALE” – gjithesej 2 flete, i cili permban keto dokumente:

- Vërtetime për OE mosfillim procesi nga Gjykata datë 12.08.2025;

Problematikë:OE nuk i është përgjigjur kërkesës për dorëzimin e NID për dy akministratore/ortake/me të drejta vendmimarrje.

17.File “ORTHONET360_CERTIFIKATA_GJENDJES_GJYQESORE” – gjithesej 3 flete, i cili permban kete dokument:

- Për Serdi Memini

-Për Daniela Nelaj

-Për Ergys Cami

Problematikë: OE nuk ju përgjigj kërkesës në sistem per shtetaset Floresha Haxhimemini dhe Kira Cami të cilat janë deklaruar në formularin e vetë deklarimit.

1. File “ORTHONET360_KATALOG_SUBITON” – gjithesej 6 flete, i cili permban kete dokument:

- Katalog SUBITON

Problematikë për katalogët: Nga kontrolli rezultojnë:mungon produkti Fiksator kërciri, Shtizat Steinman 4mm janë kërkuar 200-300mm dhe në katalog janë 120-250mm(mbi 10 % deviacion),mungon Pllaka humerale laterodistale për vida 5/4;Shift humerusi 8mm dhe 9mm kanë gjatësi 140-160mm ndërkohë që kërkohen 180-300mm(deviacion mbi 10%).

Nga sa me siper KVO konstaton se **OrthoNet3460 shpk ;NIPT-L71814032H** nuk ploteson kerkesat per kualifikim , **për mospërmbushje të :**

1.Ofertë ekonomike e pavlefshme(nuk korrektohet)

2.Mospërmbushje të kapacitetit teknik në pikën 2.3.5 (Trajtuar si më sipër)

* * *

Duke iu referuar procedurës së mesiperme, informojmë se operatorët ekonomike të mëposhtem janë identifikuar si ofertues të suksesshem:

1. OE: REHA - ALBANIA

me NIPT L12429502M

me vlere të ofruar/totali i cmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave: **29.017.300,00 (njetete e nentemilion e shtatembedhjete mijë e treqind)** lek pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Titullari i Autoritetit Kontraktor
Z. Renis Mullaj
