

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

**OBJEKTI I PROCEDURËS:** Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore.

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**Materiale mjekësore të konsumueshme, 33140000-3**

**Materiale mjekësore konsumi jo-kimike dhe hematologjike 33141000-0**

**VLERA E FONDIT LIMIT: 136,871,960** (njëqind e tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) **lekë pa TVSH** dhe **163,295,952** (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy) **lekë me TVSH**, konvertuar në Euro, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 18.04.2023: **1,215,235.37** (një milion e dyqind e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë e pesë pikë tridhjetë e shtatë) **Euro pa TVSH** dhe **1,449,844.20** (një milion e katërqind e dyzet e nëntë mijë e tetëqind e dyzet e katër pikë njëzet) **Euro me TVSH**.

**Shumatore e çmimeve për njësi: 3,126,130** (tre milion e njëqind e njëzet e gjashtë mijë e njëqind e tridhjetë) **lekë pa TVSH**. Shumatore e çmimeve për njësi në EURO: **27,755.75** (njëzet e shtatë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë pikë shtatëdhjetë e pesë) **Euro pa TVSH**.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti kontraktor **Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” Tirane** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

***a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;***

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e parashikuar se:

**1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH.**

**2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.**

b. Lista e cmimeve te artikujve, sipas Shtojces 2;

**Argumentimi:** Kjo shtojce eshte pjese e setit te dokumenteve standarte te tenderit per proceduren e prokurimit te sipercituar.

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020“Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”,ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. *Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.*”.

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se:

*Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.*

*Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:*

*a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;*

*b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”*

## **2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

### **2.1Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

a) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese certifikimin **ISO 9001:2015** mbi “**Sistemet e menaxhimit të cilësisë**” ose **ISO 13485:2016** “**Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore**” ose **ekuivalent**, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

b) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese **autodeklaratë** për certifikimin **ISO 13485:2016** “**Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore**” ose **ekuivalent**, të prodhuesit, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

**Shënim:** OE, në rastin e renditjes i pari dhe përpara njoftimit të fituesit, duhet të paraqesë çertifikatën përkatëse të prodhuesit sipas vetëdeklarimit të bërë. AK rezervon te drejten per verifikimin e vetedeklarimit ne procesin e vleresimit te dokumentacionit.

**Argumentimi:** Ky kriter i percaktuar ne piken **a)** dhe **b)** eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020 dddPer Prokurimin Publik”, ne te cilen parashikohet se:

*1. Autoriteti ose enti kontraktore për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatatë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

*Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

Ky kriter gjen mbështetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: *1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe nëmënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu ky kriter gjen mbështetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit, administruar pranë APP me nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe pranë DPA me nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise”.

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit financiare (2020, 2021 dhe 2022) ku vlera e tyre te jete **jo me e vogel se 40% e vlerës së fondit limit.**

*Shënim\*:* Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera mesatare do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme për të cilen ofertohe, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10.

*Nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.*

**Argumentimi:** Ky kriter, eshte vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162, datë 23.12.2020,”Per Prokurimin Publik”, ne te cilin gjejme te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të*

realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësi ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve të kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Legjislatori në ne piken 1 dhe piken 2/a të nenit 43 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku përcaktohet; Pika2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Referuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure AK ka menduar se vendosja e një vlere minimale të xhiros jo më e vogël se **40 % e vlerës së fondit limit\* për të cilat konkurron operatori, është një deshmi e mjaftueshme për të krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operatorët Ekonomikë ofertues zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK.

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

**Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore** është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;* si dhe nenin 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ‘Për Tatimin Mbi të Ardhurat’ i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore të të ardhurave; (Ligj nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 13 pika 2. *Tatimpaguesit e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës tatimore qendrore, jo më vonë se data 30 prill e vitit që pason periudhën tatimore, për të cilën bëhet deklarimi.*).

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

a) **Deshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më e vogël 20% e vlerës së fondit limit dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohen **vërtetime të lëshuara nga një autoritet / ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës së bashku me kontratën e lidhur ose / dhe fatura**

**tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes**, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, **ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.**

**Shënim\*:** Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” në pikën 2.10.

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos në përputhje me pikën 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Per Prokurimin Publik”, në të cilin gjejmë të percaktuar se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me pikën 4 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilin është e percaktuar se: [...]. 4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:**

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën sa **20 %** të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Autoriteti Kontraktor QSU “Nënë Tereza” Tiranë është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

**b) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga firma prodhuese / MAH / distributori i autorizuar, (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) per tregtimin e mallrave objekt prokurimi.** Autorizimi duhet të jetë origjinal dhe nëse nuk është në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehet në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohet.

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos referuar shkresës nr. 180/5 prot., datë 06.03.2023, ardhur nga Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme e Digestive Nr.III dhe Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme, Relacionit nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023 “Argumentimi i nevojave, specifikimet teknike dhe perlllogaritja e fondit limit për procedurën me objekt **“Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore”**, bazuar ne urdhrin me nr. 160, datë 08.03.2023, (nr. 180/7 Prot.)”, bashkelidhur kërkesës nr. 180/10 prot., datë 23.03.2023 ‘Kërkesë për hapje procedure’ të Drejtorisë së Shërbimit Farmaceutik, dhe u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenit 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: 5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor I autorizuar prej prodhuesit është një dokumenti domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues (*ref. Vendimit te KPP nr. 353/2014*). Ky kriter u mbështet edhe në **Rekomandimin nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **”Rekomandim mbi hartimin e kriterëve per kualifikim ne dokumentet e tenderit te procedurave te prokurimit publik”**.

Punoi: Njësia e Prokurimit  
Data: 13.04.2023

c) Kërkohe **Autodeklaratë** për materialet mjekesore nga ofertuesi (distributori / prodhuesi) për konformitetin me normat MDD 93/42/EEC (sipas aplikimit të vlefshmërisë), ose EU Regulation 2017/745 ose 98/79/EC (sipas aplikimit të vlefshmërisë) ose 98/34 EC (sipas aplikimit të vlefshmërisë), bashkëlidhur me kopjet e çertifikatave përkatëse FDA ose CE/DC (Deklaratë Konformiteti) kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Bashkimit Europian, origjinale ose fotokopje dhe nëse nuk janë në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehen në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohen.

**Argumentimi:** Ky kriter i përcaktuar në pikën c) është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të përcaktuar se: *1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

Ky kriter gjen mbështetje në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.*

Gjithashtu ky kriter gjen mbështetje në rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, datë 20.03.2018 “Mbi hartimin e kritereve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik“, rekomandimin e APP dhe Drejtorisë së përgjithshme të Akreditimit, administruar pranë APP me nr. 3330 prot, datë 20.03.2018 dhe pranë DPA me nr. 145 prot, datë 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave të cilësisë., referuar shkresës nr. 180/5 prot., datë 06.03.2023, ardhur nga Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme e Digjестive Nr.III dhe Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme, si dhe Relacionit nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023 “Argumentimi i nevojave, specifikimet teknike dhe perlllogaritja e fondit limit për procedurën me objekt **“Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore”**(...), nga Komisioni i argumentimit, bashkëlidhur kërkesës për hapje procedure të Drejtorisë së Shërbimit Farmaceutik.

ç) Për artikujt objekt prokurimi të shenjuar me asterisk (\*), ofertuesi duhet të paraqesë mostra në ditën e hapjes/dorëzimit të ofertave, me datë \_\_.\_\_.2023 në orën 10:00. Dorëzimi i Kampioneve/mostrave, të behet pranë Drejtorisë Juridike/Sektori Prokurimeve, QSU “Nënë Tereza”, të mbyllura në një zarf /kuti jo transparente të vulosur mbi të cilin të shenohet:

- “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedurës së prokurimit « **Blerje materiale mjekimi Stapler për**

**QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore » dhe jo para datës \_\_\_/\_\_\_/2023, ora 10:00 (\*Data e hapjes/dorëzimit të Ofertave).**

- Se bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër të dorëzuar, ofertuesi duhet të shënoje Nr. Rendor të Artikullit që përfaqëson sipas formularit të çmimit.
- Ne paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qarte origjina e mallit, e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.

***Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe te identifikuar sipas Nr. Rendor të formularit të çmimit, nëse ka mungesa mostrash për artikuj te veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.***

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos në mbështetje të shkresës nr. 180/5 prot., datë 06.03.2023, ardhur nga Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme e Digjesteve Nr.III dhe Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme, si dhe Relacionit nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023, dhe u miratua nga anetari i Njesise se Prokurimit që ka specialitetin perkates në lidhje me kriteret teknike, duke marrë në konsideratë se ky kriter gjen mbështetje në piken 6 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e percaktuar se: 6. *Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të percaktuara në dokumentet e tenderit, si: a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial 39 tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor percakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit. Ky kriter gjithashtu gjen mbështetje në Udhëzimin e APP nr. 3, datë 12.04.2022 ‘Mbi procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga OE’.*

Paraqitja e mostrave për artikujt që janë objekt prokurimi, është kërkuar me qëllim verifikimin e përputhshmerisë në vend të materialeve objekt prokurimi që operatori ekonomik oferton, me specifikimet teknike të percaktuara në DST në Shtojcën 5, si dhe duke qenë se ato kanë një natyrë të veçantë, për të bërë të mundur vlerësimin e tyre është i nevojshëm paraqitja fizike e tyre.

**dh)** Për të gjithë artikujt (materiale mjekësore, konsumablet etj.) e ofruar dhe që janë pjesë e tabelave të pasqyruara në këto Dokumente Tenderi (*Specifikimet teknike /specifikimi i materialeve*), **duhet të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike te**



**hollësishme për secilin artikull** (pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohet) nëse katalogjet e paraqitura nuk janë në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehen në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohen. Operatori ekonomik **duhet të markoje në katalogun perkates produktet për të cilat oferton**, sipas numrit rendor të percaktuar në formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

**Argumentimi:** Ky kriter është bazuar në relacionin e komisionit të argumentimit nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023, miratuar nga anetari i Njesise se Prokurimit që ka specialitet perkatese në lidhje me kriteret teknike si dhe është në përputhje me nenin 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, si dhe me piken 6/b të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e percaktuar se: [...] 6. *Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të percaktuara në dokumentet e tenderit, si: [...] b. fotografitë apo katalogët teknikë; [...].*

Paraqitja e katalogjeve për të gjithë artikujt që janë objekt prokurimi, është kërkuar me qëllim verifikimin e përputhshmërisë së paisjeve mjekesore që operatori ekonomik oferton, me specifikimet teknike të percaktuara në DST në Shtojcën 5.

**dh) Operatori ekonomik** duhet të paraqesë **oferten teknike** për artikujt e kërkuar, në formë tabele, ku të plotësohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanisë prodhuese, Origjina e mallit, Skadencia e mallit, Emertimi i katalogut të artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i referencës së artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe certifikimet perkatese për produktet.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur nga anetari i Njesise se Prokurimit që ka specialitet perkatese në lidhje me kriteret teknike si dhe është në përputhje me **piken 1 të nenit 36 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Per Prokurimin Publik”**, në të cilën është e percaktuar se:

*1. Specifikimet teknike, siç përcaktohen në nenin 4 të këtij ligji, duhet të përshkruhen në dokumentet e tenderit. Në specifikimet teknike përcaktohen qartë karakteristikat e punëve, shërbimit ose furnizimit që do të prokurorët.*

*Këto karakteristika mund të lidhen edhe me procesin specifik ose metodën e prodhimit ose ofrimit të punëve, furnizimeve ose shërbimeve të kërkuara ose me një proces specifik për një fazë tjetër të ciklit jetësor edhe kur këta faktorë nuk përbëjnë përmbajtjen e saj thelbësore nëse ato janë të lidhura me objektin e kontratës dhe proporcionale me vlerën dhe objektivat e saj.*

*Në specifikimet teknike mund të specifikohet edhe nëse do të jetë i nevojshëm transferimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.*

*Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve të justifikuara plotësisht, hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë kriteret e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuara ose projektimit për të gjithë përdoruesit, sipas kërkesave në legjislacionin në fuqi..*

Gjithashtu ky kriter është në përputhje me piken 2 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: 2. *Për mallrat që do të*

*prokurohen, autoritetet/entet kontraktore parashikojnë specifikimet teknike, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, në përputhje me nenin 36, të LPP-së, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.*

Ne ketekont ekstesht e kerkuar dhe oferta teknike, me anete se ciles do tebehet e mundur verifikimi me i sakte i artikujve te ofertuar, specifikimeve te tyre, origjina, konformitetitj me dokumentacionin mbeshtetes te paraqitur nga ofertuesi.

**\*Shënim:** KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

### **Shënim për operatorët ekonomikë:**

Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike<sup>1</sup>. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

- Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit përmbushës për këto pika do të jetë kusht skualifikimi.
- Autoriteti Kontraktor mund të beje verifikimin e dokumentacionit në përputhje me vetëdeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar perben kusht skualifikimi.
- Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose t’i kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.**

**Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

### **Shtojca 5.**

#### **FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia
1*	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope
2*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh
3	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope
4	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh
5*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
6	Stepler rrethor me tre rrjeshta	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapese me lartesi 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
7*	Stepler rrethor me tre rrjeshta ekstra i trashe	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapese me lartesi 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope
8	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anviit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope
9*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
10*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
11	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
12	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
13*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope
14*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope

15*	Stepler prerës transvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapesë/staples/4 rrjeshta stepler I drejte, prerje transverse/lineare, gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkretpjes fiksuës manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.	cope
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet. Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerës 19-20mm Kartrixh me 24 kapesë. Indikator zanor dhe vizual.	cope
17	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet. Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerës 23-24mm, Kartrixh me 28 kapesë. Indikator zanor dhe vizual.	cope
18*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cm me artikulacion 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope
19	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
20*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
21	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rrjeshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
22	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
23*	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
24	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope
25	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikuluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope
26*	Kartrixh mbushes radial	Per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope
27	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembeuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe
28	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grip per te shmangur spostimin aksial, ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe
29*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grip per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe

30*	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope
31*	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	cope
32	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope
33	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope
34*	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolageni	cope
35*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete sipërfaqe te dhembeuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra
36	Vaj mjekesor	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull,si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 grade celcius	cope
37	Steples lekure kendore	Steples lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapeses celiku, dimensionet e kapeses : gjeresi 6.9 mm x lartesi 4.2 mm	cope
38*	Komprese hemostatike hepatiche	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trily sine dhe PEG	cope
39	Komprese hemostatike hepatiche	Siperfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trily sine dhe PEG	cope
40	Ngjites n-bytul 2 - cyanoacrylate	Ngjites per varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 -cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope
41	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatesi 100-110 mm	cope
42	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope
43*	Trokar optik preres 5-12 mm	Me kanjulen e fiksimit gjatesi 100-110 mm me thike te integruar dhe goditje me trigger.	cope
44	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope
45*	Elektroda te integrueshme ne klampin e meposhtem, per mbylljen e	Te kete thike te integraur te pavarur nga ngjitja, te kete buton per aktivizimin e energjise kur mbyllet klampi.	cope

	eneve te gjakut deri ne 7 mm.		
46	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektroden e mesiperme shume perdorimesh	cope
47*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoskop	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nofullave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope
48	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope
49	Elektrode tonsillektomie	Elektrode bipolare e avancuar per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut dhe nyjeve limfatike deri ne 3 mm, gjatesi boshti 12 cm me nofull 12 mm te harkuar, te ndaloje energine automatikisht pasi te kete perfunduar mbyllja.	cope
50*	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope
51	Elektrode me nano-veshje	Me nofulla jo ngjitese HMDSO 36mm, gjatesi boshti 18cm, me rrotullim 180grade, gjatesi prerje 34-35mm	cope
52*	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope
53*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope
54	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope
55*	Hemostatik kolagjeni me riboflavine	Siperfaqe 40-42 cm katror	cope
56*	Hemostatik I absorbueshem 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope
57	Hemostatik I absorbueshem 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope
58	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope

59*	Purse string	Me suture 2-0 te paravendosur dhe kapesse stainless steel	cope
60*	Mbushes per purse string shume perdorimesh	Me age te drejte 60 mm dhe fiye 2-0	cope
61	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 270-280 mm, 10 mm	cope
62*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoskopji, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope
63	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gjatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope
64	Mbrojtjes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope
65	Pinceta	Per heqjen e klipeve te lekures	cope
66	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope
67	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope
68	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope
69	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku,gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope
70*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikonigjeresi 2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope
74	Sfungjer endoluminal	Per trajtim mini invaziv te rrjedhjes se anastomozes ne rektum.	Cope

- **Afati i skadencës:** Data e skadencës në ditën e lëvrimin të mallit duhet të jetë jo më e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës;
- Materialet Mjekësore duhet të jenë të markuara **CE**.

**Argumentimi:** Specifikimet teknike janë miratuar nga anëtarët e njesise se prokurimit qe kane specialitetin perkates, ne baze te shkresës nr. 180/5 prot., datë 06.03.2023, ardhur nga Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme e Digjesticive Nr.III dhe Shërbimi i Kirurgjisë së Për-gjithshme, Relacionit nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023 “Argumentimi i nevojave, specifikimet teknike dhe perlllogaritja e fondit limit për procedurën me objekt “**Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore**”, bazuar ne urdhrin me nr. 160, datë 08.03.2023, (nr. 180/7 Prot.)”, bashkelidhur kërkesës nr. 180/10 prot., datë 23.03.2023 ‘Kërkesë për hapje procedure’ të Drejtorisë së Sherbimit Farmaceutik, te miratuara dhe nga Titullari i Autoritetit Kontraktor dhe ne perputhje me Ligjin nr.162/2020 “Per Prokurimin Publik”, te

ndryshuar, dhe VKM-se Nr. 285/2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, te ndryshuar.

## Shtojca 6

### FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia	Sasia për 24 muaj
1*	Stepler linear	I rikarikueshem me gjatesi 30-32 mm/ 45-47 mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2mm	cope	60
2*	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 30-32mm/ 45-47mm, me permasa 1.5-2mm	kartrixh	160
3	Stepler linear	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	cope	60
4	Kartrixh nje perdorimesh	Per Stepler linear te rikarikueshem me gjatesi 60-62mm/ 90-92mm, permasa e kapeseve te mbyllura 1.5-2.0 mm	kartrixh	130
5*	Stepler rrethor I harkuar	Diameter 20-21mm/ 24-26mm/ 28-29 mm/ 30-31 mm; 33-34, me kapese me permase 4.7-4.9mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	200
6	Stepler rrethor me tre rrjeshta	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapesesh me lartesi 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	40
7*	Stepler rrethor me tre rrjeshta ekstra i trashe	Diameter 28/31/33mm (+/-0.5mm), me tre rrjeshta kapesesh me lartesi 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm; me sinjal akustik dhe ndjesor, anvil me mekanizem tilt	cope	30
8	Anvil transoral	Sistem per dergim transoral te anvilit,diameter 24-26 mm,me tub 18 FR,me 3 pozicione automatike	cope	2
9*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 2.5mm/3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 60-64mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	65
10*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 2.5mm/3.8mm/4.8mm kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 60-64,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	240
11	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 80-84mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	65
12	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm/ kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 80-84,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	240



13*	Stepler prerës linear	I rikarikueshem me kapese 3.8mm/4.8mm ne forme rektangulare,me gjatesi 100-104mm,buton per hapje te shpejte me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	10
14*	Kartrixh mbushes	Per stepler prerës linear I rikarikueshem nje perdorimesh 3.8mm/4.8mm me kapese ne forme rektangulare;me gjatesi 100-104 mm,me thike dhe mbrojtese te thikes te integruar ne kartrixhe me 2 rrjeshta ne secilen ane	cope	24
15*	Stepler prerës tranvers linear	Nje perdorimesh permasat 3.0 mm/4.5 mm , me 38 kapese/staples/4 rrjeshta stepler I drejte,perje transverse/lineare,gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin, sinjal zanor per paragoditjes/shkrepjes fiksues manual ose automatik per kapjen e indit, hapjen e staplerit 1.5-5 mm me koke 9 mm qe akomodon kartrixh me 4 rrjeshta kapesesh dhe thika prerese.	cope	30
16	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerës 19-20mm Kartrixh me 24 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope	30
17	Stepler kompakt rrethor	Per Kirurgji rektale dhe e kolonese niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter prerës 23-24mm, Kartrixh me 28 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope	20
18*	Stepler endoskopie	Me gjatesi boshti 6-7 cm/16-17 cm me artikulacion 45 grade. I pershtatshem per te gjithë kartrixhet endoskopike	cope	15
19	Kartrixh mbushes 45-47 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	40
20*	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rrjeshta kapesesh ne te dyja anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	70
21	Kartrixh I kurbuar 59-61 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me maje te harkuar 3 rrjeshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	15
22	Kartrixh mbushes vaskular 29-30 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	30
23*	Kartrixh mbushes vaskular 45-47 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	30
24	Kartrixh mbushes 58-60 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 2 mm/2.5 mm/3 mm	cope	30
25	Kartrixh mbushes 59-61 mm	I artikulluar per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 4 mm/4.5 mm/5 mm	cope	30
26*	Kartrixh mbushes radial	Per stepler endoskopie me 3 rreshta kapesesh ne te 2 anet me lartesi te ndryshme 3 mm/3.5 mm/4 mm	cope	8
27	Klip ligature M/ML/L tek	Klip ligature titani I dhembezuar ose ekuivalent M/ML/L	klipe	8000
28	Klip ligature ML	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep per te shmangur spostimin aksial,ose ekuivalent. M/L kartrixh me 6 klipe.	klipe	1600

29*	Klip ligature XL	Titani me dhembe paralele dysh. Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grip per te shmangur spostimin/levizjen ose ekuivalent. XL kartrixh me 4 klipe.	klipe	24
30*	Fiksues meshe	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 4.8-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale titanium	cope	60
31*	Fiksues meshe I absorbueshem	Fiksues per meshe,me bosht me diameter 5-5.2 mm, goditje jo me pak se 30. Fiksuese spirale PGLA te absorbueshme	cope	20
32	Implant kirurgjikal biologjik 5 x 5 cm +/- 0.5 cm	Me perberje kolagen, porcione dermal, acellular steril, trashesi 0.9-1.1 mm	cope	4
33	Mesh polyester 25 x 20 cm +/- 1 cm	Monofilament polyester me film kolageni te absorbueshem	cope	4
34*	Mesh laparoskopike polyester vete-fiksuese	Permasat 10 x 15 cm pjesa vet-fiksuese prej acidi polylactic dhe me film kolagjeni	cope	20
35*	Klip titan ligature	Klip titan ligature; titan nje perdorimesh per aplikator pneumatik automatik, profili I brendshem I klipit te kete sipërfaqe te dhembzuar per kontakt optimal per enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitohen rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm kartrixh me 8 klipe titani ku klipi i fundit eshte me ngjyre identifikuese. Cilinder CO2 ose ekuivalent	set kartrixh + cilindra	280
36	Vaj mjekesor	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull,si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 grade celcius	cope	2
37	Stepler lekure kendor	Stepler lekure nje perdorimesh per mbylljen e plageve. Koke kendore me 35 kapeses celiku, dimensionet e kapeses : gjeresi 6.9 mm x lartesi 4.2 mm	cope	10
38*	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 25 cm katror. Celuloze e oksiduar, trily sine dhe PEG	cope	8
39	Komprese hemostatike hepatike	Siperfaqe jo me pak se 8 cm katror. Celuloze e oksiduar, trily sine dhe PEG	cope	32
40	Ngjites n-bytul 2 - cyanoacrylate	Ngjites per varicet ezofageale dhe gastrike. Perberje n-bytul 2 -cyanoacrylate I ngjyrosur ampule x 0.5 ml	cope	4
41	Trokar 4.8-5.2 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 4.8-5.2 mm, gjatesi 100-110 mm	cope	24
42	Trokar optik 12-13 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 12-13 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-12 mm	cope	30
43*	Trokar optik preres 5-12 mm	Me kanjulen e fiksimit gjatesi 100-110 mm me thike te integruar dhe goditje me trigger.	cope	5
44	Trokar 15-16 mm	Me kanjulen e fiksimit, pa thike. Diameter 15-16 mm, gjatesi 100-110 mm me adaptor 5-15mm	cope	6
45*	Elektroda te integrueshme ne klampin e meposhtem, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7 mm.	Te kete thike te integruar te pavarur nga ngjitja, te kete buton per aktivizimin e energjise kur mbyllet klampi.	cope	80
46	Klamp atraumatik me maje te harkuar	I pershtatshem per elektroden e mesiperme shume perdorimesh	cope	2

47*	Elektroda me maje Maryland per mbylljen e eneve te gjakut deri ne 7mm me laparoscopi	Me thike te integruar, diametri 4.8-5.2mm, me gjatesia 22-24 dhe 35-37cm; gjatesia e prerjes 18-19mm; gjatesia e ngjitjes 20-22mm; hapje e nollave 12-13mm; rrothullimi i boshtit 350°; me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kundra ngjitjes	cope	70
48	Elektrode me maje te harkuar	Ne forme gershere. Te jete multi funksionale, prerje,ngjitje,kapje, hapje, etj. Gjatesia 18-19 cm. Gjatesia e ngjitjes 16-17 mm, gjatesia e prerjes 14-15 mm me buton aktivizimi kur behet procesi I mbylljes, te kete thike te integruar me komandim te pavarur.	cope	12
49	Elektrode tonsillektomie	Elektrode bipolare e avancuar per mbylljen dhe ndarjen e eneve te gjakut dhe nyjeve limfatike deri ne 3 mm, gjatesi boshti 12 cm me noll 12 mm te harkuar, te ndaloje energine automatikisht pasi te kete perfunduar mbyllja.	cope	1
50*	Elektrode tiroidektomie	Ne forme gershere. Ngjitje dhe prerje, gjatesi 20-21 cm me buton aktivizimi ne doreze me nano-veshje HMDSO kunder ngjitjes	cope	100
51	Elektrode me nano-veshje	Me nollula jo ngjitese HMDSO 36mm, gjatesi boshti 18cm, me rrotullim 180grade, gjatesi prerje 34-35mm	cope	20
52*	Elektrode me hidroxhel	Me strip ngjites akriliku, e ndare ne dy sektore, sistem monitorimi te kontaktit.	cope	1000
53*	Elektrode me tre butona	Me butona per prerje, koagulim, gradim te fuqise ne doreze.	cope	40
54	Lama per video-laringoskop	Antimjegull me perberje polimeri optikal me grade mjekesore Nr.2/3/4	cope	120
55*	Hemostatik kolagjeni me riboflavine	Siperfaqe 40-42 cm katror	cope	8
56*	Hemostatik I absorbueshem 5 x 7.5 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 5 x 7.5 cm	cope	300
57	Hemostatik I absorbueshem 7.5 x 10 cm	Hemostatik I absorbueshem me perberje polyoxyan hydro glucuronik acid 7.5 x 10 cm	cope	160
58	Sfungjer hemostatik me xhelatine	Hemostaze 2-4 minuta. Dimensionet 80 x 50 x 10 mm. I absorbueshem brenda 4 javeve 100 % biodegradabel	cope	200
59*	Purse string	Me suture 2-0 te paravendosur dhe kapese stainless steel	cope	8
60*	Mbushes per purse string shume perdorimesh	Me age te drejte 60 mm dhe fije 2-0	cope	150
61	Kapes evakuimi kampioni	Materiali I qeses ripstop nylon, volumi 270-280 mm, 10 mm	cope	12
62*	Pajisje qepese automatike	E pershtatshme per laparoscopi, gjatesi 33-35 cm, diameter 8-10 mm	cope	30
63	Kartrixh qepes	Me perberje lactomer, gjatesi 18-20 cm, metric 2 dhe 3	cope	240
64	Mbrojtjes plage	Per mbrojtje plage nga kontaminimet , mesatare dhe e madhe. Permasat 2.5-6 cm/ 5-9 cm/9-14 cm	cope	10
65	Pinceta	Per heqjen e klikeve te lekures	cope	2
66	Polybutester elastk 0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 37 mm, taper point.	cope	180

67	Polybutester elastk 2-0	Hidrofobike, gjatesi 75 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope	360
68	Polybutester elastk 2-0 me lak	Hidrofobike, gjatesi 150 cm, 1/2 rrethore, age 27 mm, taper point.	cope	216
69	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje pambuku,gjeresi 4 mm, gjatesi 75 cm	cope	400
70*	Shirit kirurgjikal per terheqjen e organeve	Perberje silikoni,gjeresi 2.5 mm, gjatesi 75 cm	cope	400
74	Sfungjer endoluminal	Per trajtim mini invaziv te rrjedhjes se anastomozes ne rektum.	Cope	30

- **Afati: 24 muaj nga lidhja e marrëveshjes kuadër.**

**Afatet e lëvrimit të minikontratave:** QSUNT do të lidhë kontratë në bazë të nevojave të saj në çdo 4 mujor. Përbashimisht këtij përcaktimi, autoriteti kontraktor mund të lidhë kontratë për çdo nevojë që del e paparashikuar dhe është e domosdoshme në çdo kohë.

Për çdo kontratë të lidhur brenda marrëveshjes kuadër, sipas përcaktimit më sipër, afatet e lëvrimit do të jepen si më poshtë:

- 15% e sasisë totale do të lëvrohet brenda 30 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Përbashimisht, AK përcakton artikujt, sasia e të cilëve do të lëvrohet e plotë brenda afatit prej 30 ditësh.

pjesa e sasisë se mbetur duhet të lëvrohet deri në përfundim të kontratës dhe sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

**Argumentimi: Sasia dhe Grafiku i lëvrimit** janë vendosur në bazë të shkresës nr. 180/5 prot., datë 06.03.2023, ardhur nga Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme e Digjesticive Nr.III dhe Shërbimi i Kirurgjisë së Për-gjithshme, Relacionit nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023 “*Argumentimi i nevojave, specifikimet teknike dhe perlllogaritja e fondit limit për procedurën me objekt “Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore*”, bazuar në urdhrin me nr. 160, datë 08.03.2023, (nr. 180/7 Prot.)”, bashkelidhur kërkesës nr. 180/10 prot., datë 23.03.2023 ‘*Kërkesë për hapje procedure*’ të Drejtorisë së Shërbimit Farmaceutik, si dhe në përputhje me nenin 4, pika 38/b të **Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, nenin 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, si dhe pikën I të nenit 40 të VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën gjejme të përcaktuara se: 1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.**

**Perlllogaritja e fondit limit, hartimi i specifikimeve teknike, sasi të dhe dokumentacioni mbështetës mbi përcaktimin e nevojave** janë bërë në bazë të relacionit me nr. 180/9 prot., datë 17.03.2023 “*Argumentimi i nevojave, specifikimet teknike dhe perlllogaritja e fondit limit për*

*procedurën me objekt “Blerje materiale mjekimi Stapler për QSU ‘Nënë Tereza’, për mbulimin e nevojave 24 mujore”, bazuar ne urdhrin me nr. 160, datë 08.03.2023, (nr. 180/7 Prot.)”.*

**Akordimi i Fondit** është miratuar nga Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike dhe Përgjegjësi në Sektorin e Planifikimit Buxhetor dhe të Projekteve me Shkresën **nr. 180/11 prot., date 31.03.2023.**

Kriteri i vleresimit: **Çmimi më i ulët.**

**NJËSIA E PROKURIMIT:**