



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL “MEMORIAL” FIER
NJËSIA E PROKURIMIT



Nr. _____ prot.

Fier, më 08.05.2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Instrumenta kirurgjikalë për Shërbimin e Neurokirurgjisë”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Kodet CPV: - **33169000-2**

VLERA E FONDIT LIMIT: **12,498,906.93** (dymbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtë pikë nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Spitalit Rajonal “Memorial” Fier” ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 .;

b. Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme): Kriteri Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Kriteri 2.2.1 Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e ulët se **12,498,000** (*dymbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë*) lekë pa tvsh.

Argumentimi për Kriterin 2.2.1: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Referuar parashikimeve ligjore të nenit 43, pika 2, germa ”b”, për procedurat me objekt mallra me fond limit ndërmjet nkufirit të ulët dhe të lartë monetar, siç është rasti i kësaj procedure, maksimumi i xhiros vjetore të kërkuar nuk duhet të tejkalojë vlerën e parashikuar të kësaj kontrate.

Kapaciteti teknik:

Kriteri 2.3.1 Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të kryera gjatë tre viteve të fundit, në një vlerë jo më të ulët se **4 999 000 lekë**, (pra kjo vlerë totale e kontratave të mëparshme të realizuara gjatë tre viteve të fundit, nuk tejkalon 40% të vlerës së parashikuar të kësaj kontrate).

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku e shënohet vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislativës në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Argumentimi kriteri 2.3.1: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën e cila nuk tejkalon 40% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion dhe keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

Kriteri 2.3.2 Ofertuesi të paraqesë Autodeklarate mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese) për secilin artikull.

Argumentimi për kriterin 2.3.2: Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

Kriteri 2.3.3: Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim të vlefshëm të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për tregëtim të pajisjeve mjekësore.

Argumentimi kriteri 2.3.2 Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” si dhe Në Ligjin Nr. 89/2014 “Për Pajisjet Mjekësore” neni 21 i tij.

Kriteri 2.3.4 : Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose/ ekuivalent dhe nëse operatori ekonomik ofertues është prodhues i artikujve të ofruar duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001-2015 ose/ ekuivalent për tregëtim të pajisjeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Kriteri 2.3.5 Operatori ekonomik ofertues në rastet kur nuk është prodhues i artikujve objekt prokurimi, duhet të paraqesë autodeklarate që furnizuesi nga i cili siguron artikujt objekt prokurimi është konform standarteve të cilësisë ISO 9001 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose/ ekuivalente , të vlefshme, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë dhe i njeh të drejtën AK për të verifikuar vetedeklarimin në procesin e vlerësimit të dokumentacionit, dhe në rast se OE do të shpallet fitues do të paraqesë certifikatën në fjalë e cila duhet të jetë e vlefshme.

Argumentimi për kriterin 2.3.4 dhe 2.3.5 :Në bazë të nenit 79/1 , të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” si dhe neneve 40 si dhe 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se mallrat objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatën të lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit. Bazuar në këto dispozita Autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë ofertuesve dorëzimin e certifikatave ose dokumenteve të ngjashme, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre me standardet e kërkuara të cilësisë, veçanërisht sa i takon:a) garantimit të aksesit të personave me aftësi të kufizuara;b) efikasitetit të energjisë;c) sistemeve të menaxhimit mjedisor.

Kriteri 2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autodeklarate për pajisjet mjekësore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) për konformitetin me Direktivat dhe klasifikimin e Këshillit të Europës, bashkëlidhur me kopjet e certifikatave përkatëse CE/DC (Deklarate konformiteti) ose FDA, origjinale ose fotokopje të perkthyer dhe të noterizuara të vlefshme në momentin e dorëzimit të ofertave.

Argumentimi për kriterin 2.3.6 : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3.4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik ”.Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislativi në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Kriteri 2.3.7 : Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Autorizim të lëshuar nga firma prodhuese ose distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi /MAH/ (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin), nëpërmjet të cilit konfirmohet se autorizohet të tregtojë materialet mjekësore objekt

prokurimi. Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes dhe dorëzimit te ofertave; dhe origjinale ose fotokopje te perkthyer dhe te noterizuara.

Argumentimi për kriterin 2.3.7: : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: Pika 5. ”Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor. Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet nga ana e njësisë së prokurimit si e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës

Kriteri 2.3.8 Për të gjithë artikujt e ofruar te paraqiten Katalogje, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike te hollësishme për secilin artikull (pjeset e katalogut qe permbajne emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike te artikullit qe ofertohet, nese nuk jane ne gjuhen shqipe, te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen). Operatori ekonomik duhet te markoje ne katalogun perkates produktet qe ofron sipas numrit rendor (te markuara sipas artikullit) te përcaktuar ne formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit.

Argumentimi kriterin 2.3.8: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose;

Kriteri 2.3.9 Për artikujt e mëposhtëm duhet te paraqiten mostra ditën e hapjes se ofertave, me date 30.05.2023 ne oren 09:00.

Nr	Përshkrimi
2	Retractor laminektomie, CONE, me nyje 265mm, 3x 4 dhembe, i mprehte, me mekanizem bllokimi, jo sterile, e riperdorshme CONE Laminectomy Retractor, with joint, 265 mm, 3 x 4 prongs, sharp, with ratchet, non-sterile, reusable
5	Retraktor Taylor, 185mm, thellesia 30mm, gjeresia:70mm, jo sterile, e riperdorshme. TAYLOR Retractor, 185 mm, depth: 30 mm, width: 70 mm, non-sterile, reusable
10	Doreze monopolare diametri 5 mm,330mm, per elektrodalaparoskopike monopolare Monopolar Handle 5mm diam 330 mm foer monopolar laparoscopy electrodes
11	Elektrode monopolare me maje grep , izolim ceramike, forma L, diametri 5mm, Monopolar hook electrode tip, ceramic insulation, L-shaped, 5 mm diam

12	Pince fiksimi dhe dizektues atraumatike, diametri 5mm, gjatesia 310mm, monopolare, jo steril, i riperdorshem, Atraumatic fixation and dissecting forceps, 5 mm / 310 mm, monopolar, non sterile, reusable
20	Kanjule Veresa , 2.1mm 1200mm, e riperdorshme Veresa cannula 2,1mm 120mm reusable
24	Aplikator klipash endoskopik, i mesem-madh, diametri 10mm, gjatesia 330mm Endoscopic Clip Applier, medium-large, diam. 10 mm, length 330 mm

Dorëzimi i kampioneve/ mostrave, të bëhet prane zyrës së protokollit , te mbyllura ne nje zarf /kuti jo transparente te vulosur mbi te cilin te shenohet:

- “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave për këtë procedurë prokurimi dhe jo para dates 30.05.2023 ne oren 09:00.
- Se bashku me mostrat ofertuesi duhet te japë edhe një shkresë te vulosur dhe firmosur ku te listohen mostrat qe ndodhen ne zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër te dorëzuar, ofertuesi duhet te shënojë Nr.Rendor te Artikullit qe përfaqëson.

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë te shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuara sipas Nr. Rendor, nëse ka mungesa mostrash për artikuj te veçantë, atëherë oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do te skualifikohet.

Argumentimi për kriterin 2.3.9: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

- a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/oseParaqitja e mostrave i shërben autoritetit kontraktor për të gjykuar më mire mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara për objektet që prokurohen me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga AK.

Kriteri 2.3.10 Operatori ekonomik duhet te paraqese Oferten Teknike, per artikujt e kerkuar ne forme tabele, ku te plotesohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanise prodhuese, Origjina e mallit, Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet.

Argumentimi për kriterin 2.3.10: Ky kriter vendoset bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik ”.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
	LUMBAR SPINE DISCECTOMY SET		
1	Pinca sfungjeri FOERSTER-BALLENGER, i drejtë, 245 mm (9 5/8"), ovale, i dhëmbëzuar, mbyllje me racet, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
2	Kapëse peshqiri, e harkuar, 115 mm (4 1/2"), jo shpuese, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	4
3	Dorezë bisturie, 135 mm (5 1/4"), e drejtë, nr. 4, e ripërdorshme	Cope	1
4	Dorezë bisturie, 160 mm (6 1/4"), e drejtë, nr. 3, e ripërdorshme	Cope	1
5	Dorezë për bisturi, 210 mm (8 1/4"), formë bajonete, nr. 3, e ripërdorshme	Cope	1
6	Gërshërë kirurgjikale, e drejtë, standarde, e mprehtë/me majë, 145 mm (5 3/4")	Cope	1
7	Gërshërë qepje DUROTIP, e harkuar, prerje e dhëmbëzuar, pa majë, 180 mm (7")	Cope	1
8	Gërshërë prerëse MAYO DUROTIP, e harkuar, pa majë, 170 mm (6 3/4")	Cope	1
9	Gërshërë prerëse TOENNIS-ADSON DUROTIP, e harkuar, delikate, pa majë, 175 mm (6 7/8")	Cope	1
10	Pinca indesh, standard, i drejtë, 145 mm (5 3/4"), i dhëmbëzuar (1x2), jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
11	Pinca indesh GERALD, e drejtë, 175 mm (6 7/8"), delikate, e dhëmbëzuar (1x2), jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
12	Pincë për kapje Micro GRUENËALD, e drejtë, 200 mm (7 7/8"), në formë bajonete, e dhëmbëzuar, jo steril, e ripërdorshme	Cope	1
13	Pinca atraumatik DE BAKEY ATRAUMATA, e drejtë, 200 mm (7 7/8"), lloji i dhëmbëve DE BAKEY, gjerësia: 2 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
14	Pinca hemostatike HALSTED, e lakuar, 125 mm (5"), delikate, jo steril, e ripërdorshëm	Cope	2
15	Pincë hemostatike KOCHER, e drejtë, 140 mm (5 1/2"), e dhëmbëzuar (1x2), jo steril, e ripërdorshme	Cope	2
16	Pinca hemostatike HALSTED, e harkuar, 185 mm (7 1/4"), delikate, pa majë, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	2
17	Mbajtëse gjilpërash CRILE-ËOOD DUROGRIP, e drejtë, 145 mm (5 3/4")	Cope	1
18	Mbajtëse gjilpëre DE BAKEY DUROGRIP, e drejtë, 180 mm (7")	Cope	1
19	Retraktor ADSON (BABY) (Vetëmbajtës), 140 mm (5 1/2"), 3 x 4 dhëmbëza, gjysmë të mprehtë, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1

20	Retraktor për mollëzat & inde të buta DOCKHORN, 210 mm (8 1/4"), thellësi: 55 mm, gjerësi: 14 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
21	Retraktor CASPAR, 210 mm (8 1/4"), pa majë, thellësia: 67 mm, gjerësia: 17 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
22	SPECULUM CASPAR 45mm, I ZI	Cope	1
23	SPECULUM CASPAR 55mm, I ZI	Cope	1
24	SPECULUM CASPAR 65mm, I ZI	Cope	1
25	KUNDRA RETRAKTORI CASPAR, I ZI	Cope	1
26	Pinca CASPAR, për ndërrimin e teheve, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
27	TEH RETRAKTORI 40MM, I ZI	Cope	1
28	TEH RETRAKTORI 50MM, I ZI	Cope	1
29	TEH RETRAKTORI 60MM, I ZI	Cope	1
30	Grep për Nervo dhe Vessel CUSHING, 90 °, me kënd, 245 mm (9 5/8"), pa majë, dorezë e rrumbullakët, thellësi: 7 mm, mesatar, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
31	Disektor DAVIS, pak i harkuar, 245 mm (9 5/8"), me dy anë pune, pa majë, dorezë e rrumbullakët, gjerësia: 4.5 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
32	Mikro disektor CASPAR, i harkuar poshtë, 230 mm (9"), në formë bajonete, jo i mprehtë, dorezë e rrumbullakët, gjerësia: 4.5 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
33	Mikro disektor CASPAR, i harkuar poshtë, 230 mm (9"), në formë bajonete, dorezë e rrumbullakët, gjerësia: 2 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
34	Retraktor i rrënjëve nervore , 90 °, me kënd, 175 mm (6 7/8"), gjatësia e punës: 90 mm (3 1/2), i hapur, gjerësia: 3 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
35	Retraktor i rrënjëve nervore, 45 °, me kënd, 220 mm (8 3/4"), gjatësia e punës: 100 mm (4), i hapur, gjerësia: 6 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
36	Kanula thithëse FERGUSON, 215 mm (8 1/2"), gjatësia e punës: 130 mm (5 1/8"), diam. 3 mm, 9FR, shpërndarës luer, jo steril, i ripërdorshëm, për tubin thithës 6 - 9 mm	Cope	1
37	Kanula thithëse FERGUSON, 215 mm (8 1/2"), gjatësia e punës: 130 mm (5 1/8"), diam. 4 mm, 12FR, shpërndarës luer, jo steril, i ripërdorshëm, për tubin thithës 6 - 9 mm	Cope	1
38	Kyretë kocke, e drejtë, 250 mm (9 3/4"), gjerësia: 4.4 mm, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
39	Kyretë kocke, me kënd lart, 250 mm (9 3/4"), gjerësi: 4,4 mm, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
40	Bone Punch konvencional KERRISON NOIR, 130 °, prerje lart, 200 mm (7 7/8"), e rregullt, gjerësia: 2 mm, gjerësia e hapjes: 9 mm, e shkëputshme, jo sterile, e ripërdorshme, përdoret me: JF120R	Cope	1

41	Bone Punch konvencional KERRISON NOIR, 130 °, prerje lart, 200 mm (7 7/8"), e rregullt, gjerësia: 3 mm, gjerësia e hapjes: 10 mm, e shkëputshme, jo sterile, e ripërdorshme, përdoret me: JF120R	Cope	1
42	Bone Punch konvencional KERRISON NOIR, 130 °, prerje lart, 200 mm (7 7/8"), e rregullt, gjerësia: 4 mm, gjerësia e hapjes: 12 mm, e shkëputshme, jo sterile, e ripërdorshme, përdoret me: JF120R	Cope	1
43	DET.RONGEUR STANDART, E DREJTE, 2.0/180MM	Cope	1
44	DET.RONGEUR STANDART, E DREJTE, 3.0/180MM	Cope	1
45	DET.RONGEUR STANDART, E DREJTE, 4.0/180MM	Cope	1
46	DET.RONGEUR STANDART, E HARKUAR LART, 3.0/180MM	Cope	1
47	CUSHING Rongeur, 150 °, prerje nga poshtë, 140 mm (5 1/2"), e dhëmbëzuar, pjesa e poshtme e nofullës e lëvizshme, 3 x 14 mm	Cope	1
48	Enë për veshka, 250 mm (10"), çelik	Cope	1
49	Enën e rrumbullakët, 95 mm, lartësia: 41 mm, 0,16 l	Cope	1
50	KONTEINER INSTRUMENTASH ME LARTËSI :135 mm, 1/1	Cope	1
51	KAPAK ME PËRMASË TË PLOTË ME MBAJTESE ARGJENDI	Cope	1
52	Kosh, standard DIN, 485 x 253 x 56 mm, me këmbë	Cope	1
53	KOSH SILIKONI LINER DIN, MASA 485X253X56MM	Cope	1
54	FILTER LETRE ME TREGUES NJË PËRDORIMSHE	Cope	1
	ANTERIOR CERVICAL FUSION/DISCECTOMY SET	Cope	
55	Pincë sfungjeri FOERSTER-BALLENGER, i drejtë, 245 mm (9 5/8"), ovale, i dhëmbëzuar, mbyllje me racet, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
56	Kapëse peshqiri, e harkuar, 115 mm (4 1/2"), jo shpuese, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	4
57	Dorezë për bisturi, 135 mm (5 1/4"), e drejtë, nr. 4, e ripërdorshme	Cope	1
58	Dorezë për bisturi, 160 mm (6 1/4"), e drejtë, nr. 3, e ripërdorshme	Cope	1
59	Gërshërë kirurgjikale, e drejtë, standarde, e mprehtë/me majë, 145 mm (5 3/4")	Cope	1
60	Gërshërë për suturash DUROTIP, e harkuar, prerje e dhëmbëzuar, pa majë, 180 mm (7")	Cope	1
61	Gërshërë prerëse MAYO DUROTIP, e harkuar, pa majë, 170 mm (6 3/4")	Cope	1
62	Gërshërë prerëse TOENNIS-ADSON DUROTIP, e lakuar, delikate, pa majë, 175 mm (6 7/8")	Cope	1
63	Forceps indi, i drejtë, 145 mm (5 3/4"), i dhëmbëzuar (1x2), jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2

64	Forceps indesh GERALD, e drejtë, 175 mm (6 7/8"), delikate, e dhëmbëzuar (1x2), jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
65	Pinca kapje Micro GRUENÄALD, i drejtë, 200 mm (7 7/8"), në formë bajonete, i dhëmbëzuar, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
66	Pinca atraumatike DE BAKEY ATRAUMATA, i drejtë, 200 mm (7 7/8"), dhëmbëzues DE BAKEY, gjerësia: 2 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
67	Pinca hemostatike HALSTED, te harkuara, 125 mm (5"), delikat, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
68	Pinca hemostatike CRILE, te harkuara, 140 mm (5 1/2"), delikat, i hapur, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
69	Pinca hemostatike KOCHER, i drejtë, 140 mm (5 1/2"), i dhëmbëzuar (1x2), jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
70	Pinca hemostatike HALSTED, te harkuara, 185 mm (7 1/4"), delikat, i hapur, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
71	Pinca Disektimi MIXTER (BABY), të harkuara fort, 180 mm (7"), jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
72	Mbajtëse gjilpërash CRILE-ËOOD (BABY) DUROGRIP, e drejtë, 150 mm (6")	Cope	1
73	Mbajtëse gjilpëre DE BAKEY DUROGRIP, e drejtë, 180 mm (7")	Cope	1
74	Retraktor ADSON (BABY) (Vetëmbajtës), 140 mm (5 1/2"), 3 x 4 dhëmbëza, gjysmë të mprehtë, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
75	Retraktor VOLKMANN (me dhëmbë), 220 mm (8 3/4"), 4 dhëmbëza, gjysmë të mprehta, thellësi: 8.5 mm, gjerësi: 19 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	2
76	Retraktor CCR, përdoret për tërheqje kafko-kaudale, menteshë të dyfishtë	Cope	1
77	Retraktor i qafës së mitrës CCR, përdoret për tërheqje tërthore, menteshë të dyfishtë	Cope	1
78	Dorzë për tehet Caspar, mbushje anesore	Cope	2
79	CCR Teh kraniale-kaudale (pa maje) 24 x 35 mm	Cope	2
80	CCR teh anësor (me dhëmbë te vegjël) 24x35 mm	Cope	2
81	CCR Teh kraniale-kaudale (pa maje) 45x24 mm	Cope	2
82	Teh anësor CCR (me dhëmbë te vegjël) 24x45 mm	Cope	2
83	Teh anësor CCR (me dhëmbë te vegjël) 24x55 mm	Cope	2
84	CCR Teh kraniale-kaudale (pa maje) 24x55 mm	Cope	2
85	DISTRAKTOR CERVIKAL CASPAR, X-LONG, I KTHYER NGA E MAJTA	Cope	1
86	DISTRAKTOR CERVIKAL CASPAR, X-LONG, I KTHYER NGA E DJATHTA	Cope	1
87	UDHEZUES PUNTOJE DISTRAKTIMI /FF901&FF903	Cope	1
88	UDHEZUES PUNTOJE DISTRAKTIMI CASPAR /FF891R & FF893R	Cope	1
89	KACAVIDE DISTRAKTIMI CASPAR PIN	Cope	1
90	VIDA DISTRAKTIMI CASPAR PIN 12MM	Cope	2
91	VIDA DISTRAKTIMI CASPAR PIN 14MM	Cope	2

92	VIDA DISTRAKTIMI CASPAR PIN 16MM	Cope	2
93	Grep për Nervo dhe Vessel CUSHING, 90 °, me kënd, 245 mm (9 5/8"), pa majë, dorezë e rrumbullakët, thellësi: 5 mm, mesatar, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
94	Grep për Nervo dhe Vessel CUSHING, 90 °, me kënd, 245 mm (9 5/8"), pa majë, dorezë e rrumbullakët, thellësi: 7 mm, mesatar, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
95	Disektor DAVIS, pak i harkuar, 245 mm (9 5/8"), me dy anë pune, pa majë, dorezë e rrumbullakët, gjerësia: 4.5 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
96	Ngrites FREER, i lakuar, 185 mm (7 1/4"), me fund të dyfishtë, i mprehtë/i hapur, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
97	Kanula thithëse FERGUSSON, 215 mm (8 1/2"), gjatësia e punës: 130 mm (5 1/8"), diam. 3 mm, 9FR, shpërndarës luer, jo steril, i ripërdorshëm, për tubin thithës 6 - 9 mm	Cope	1
98	Kanula thithëse FERGUSSON, 215 mm (8 1/2"), gjatësia e punës: 130 mm (5 1/8"), diam. 4 mm, 12FR, shpërndarës luer, jo steril, i ripërdorshëm, për tubin thithës 6 - 9 mm	Cope	1
99	Gerryes kocke CASPAR, pak i lakuar, 180 mm (7"), i mprehtë, gjerësia: 6200 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
100	Kyrete kockash CASPAR, e drejtë, 220 mm (8 3/4"), dorezë e shikimit, Fig. 000, idth: 3600 mm, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
101	Kyrete CASPAR, me kënd, 220 mm (8 3/4"), me dhëmbë, majë katrore, dorezë e shikimit, ëidth: 5 mm, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
102	KERRISON NOIR Bone Punch konvencional, 130 °, prerje lart, 180 mm (7"), gjerësia: 1 mm, gjerësia e hapjes: 8 mm, e shkëputshme, pa nxjerrës, e hollë, jo sterile, e ripërdorshme, për t'u përdorur me: JF120R	Cope	1
103	KERRISON NOIR Bone Punch konvencional, 130 °, prerje lart, 180 mm (7"), gjerësi: 2 mm, gjerësia e hapjes: 9 mm, e shkëputshme, me nxjerrje, e hollë, jo sterile, e ripërdorshme, për t'u përdorur me: JF120R	Cope	1
104	KERRISON NOIR Bone Punch konvencional, 130 °, prerje lart, 180 mm (7"), gjerësia: 3 mm, gjerësia e hapjes: 10 mm, e shkëputshme, me ejetor, e hollë, jo sterile, e ripërdorshme, për t'u përdorur me: JF120R	Cope	1
105	PINCA KOCKE, DET. STANDART, E DREJTE, 1.5/180MM	Cope	1
106	PINCA KOCKE, DET. STANDART, E DREJTE, 2.0/180MM	Cope	1
107	PINCA KOCKE, DET. STANDART, E DREJTE, 3.0/180MM	Cope	1
108	PINCA KOCKE, STANDARD 150°UP 2.0/180MM	Cope	1
109	Enë për veshka, 250 mm (10"), çelik inox	Cope	1
110	Enën e rrumbullakët, 95 mm, lartësia: 41 mm, 0,16 l	Cope	1
111	KONTEINER INSTRUMENTASH ME LARTËSI :135 mm, 1/1	Cope	1
112	KAPAK ME PËRMASË TË PLOTË ME MBAJTESE ARGJENDI	Cope	1

113	Kosh, standard DIN, 485 x 253 x 56 mm, me këmbë	Cope	1
114	KOSH SILIKONI LINER DIN, MASA 485X253X56MM	Cope	1
115	FILTER LETRE ME TREGUES NJË PËRDORIMSHE	Cope	1
	MICRUSURGERY & PERIPHERAL NERVE REPAIR	Cope	
116	Retraktor LANGENBECK-MANNERFELT, 155 mm (6 1/8"), dorezë trekëndëshe, thellësi: 25 mm, gjerësi: 6 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
117	Dorezë bisturie, 125 mm (5"), e drejtë, nr. 3, e ripërdorshme	Cope	1
118	Dorezë bisturie, 135 mm (5 1/4"), e drejtë, nr. 4, e ripërdorshme	Cope	1
119	Retraktor i plagëve CUSHING-KOCHER, 175 mm (6 7/8"), thellësia: 10 mm, gjerësia: 10 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
120	Tërheqës (i vogël), pak I harkuar, 165 mm (6 1/2"), 2 dhëmbëza, të hapura, thellësia: 4500 mm, gjerësia: 4200 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
121	Gërshërë prerëse METZENBAUM DUROTIP, e lakuar, e hapur/e hapur, 145 mm (5 3/4")	Cope	1
122	Gërshërë prerëse TOENNIS-ADSON DUROTIP, e harkuar, model delikat, 175 mm (6 7/8")	Cope	1
123	Pinca hemostatike HALSTED, e harkuar, 125 mm (5"), delikate, jo steril, e ripërdorshëm	Cope	1
124	Pinca hemostatike DANDY, e harkuar anash, 140 mm (5 1/2"), delikate, e hapur, jo steril, e ripërdorshëme	Cope	1
125	Ngritës FREER, i lakuar, 185 mm (7 1/4"), me dy anë të përdorshme, i mprehtë/jo I mprehtë, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
126	Pinca indesh, standard, i drejtë, 145 mm (5 3/4"), i dhëmbëzuar (1x2), jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
127	Pinca atraumatik DE BAKEY ATRAUMATA, e drejtë, 200 mm (7 7/8"), lloji i dhëmbëve DE BAKEY, gjerësia: 2 mm, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
128	Retraktor ADSON (BABY) (Vetëmbajtës), me nyje, 140 mm (5 1/2"), 3 x 4 dhëmbëza, gjysmë të mprehtë, jo steril, i ripërdorshëm	Cope	1
129	Gërshërë kirurgjikale, e drejtë, standarde, e mprehtë/e mprehtë, 115 mm (4 1/2")	Cope	1
130	Mbajtëse mikrogjilpërash DIADUST, e drejtë, 210 mm (8 1/4")	Cope	1
131	Mikro Pinca DIADUST, i drejtë, 210 mm (8 1/4"), majë platforme, dorezë e rrumbullakët, e veshur me pluhur diamanti, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
132	Mikro Pinca DIADUST, e drejtë, 210 mm (8 1/4"), diametër 1 mm, majë forme unaze, dorezë e rrumbullakët, e veshur me pluhur diamanti, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
133	MIKRO GREP, GJYSMË I MPREHTE, 230MM	Cope	1

134	Spatula vaskulare, pak e harkuar, 230 mm (9"), pa maje, dorezë e rrumbullakët, gjerësia: 1.7 mm, jo sterile, e ripërdorshme	Cope	1
135	MINI KONTEINER PER INSTRUMENTA, LARTËSIA : 57 mm	Cope	1
136	MINI KAPAK PER KONTEINER INSTRUMENTASH, ME DOREZA ARGJENDI	Cope	1
137	MESH SILIKONI PER INSTRUMENTA 277X126X17	Cope	1
138	FILTER I RIPERDORUSHEM F.MINI PER KONTEINER.	Cope	1
	Drill Neurokirurgjikal	Cope	
139	Drill me ekran dixhital me ngjyra me prekje; Mundësi për të rregulluar shpejtësinë e motorit, drejtimin e rrotullimit, sasinë e irrigimit dhe reagimin e pedalit të këmbës përmes ekranit me prekje; Mundësi e lidhjes së njëkohshme të disa motorëve elektrike; Konsolë me dy pompa të integruara për irrigim; Njohja automatike e motorit elektrike të lidhur.	Cope	1
140	Pedale me këmbë shumëfunktionale me dritë të integruar për identifikim më të lehtë në errësirë me 3 çelësa të integruar për kontroll të lehtë të sistemit dhe kllapa të integruar për rregullimin e pozicionit të pedalit me këmbën: mundësia e ndezjes së motorit elektrik, kontrolli i zgjedhjes së dorezës, kontrolli i shpejtësisë së dorezës dhe përzgjedhja e mënyrës së funksionimit të dorezës (FËD/REË);	Cope	1
141	Motor elektrik për prerjen e kockave dhe biomaterialeve me prerje të vazhdueshme jo me pak se 75,000 rrotullime në minutë. Mundësia e trajtimit të lehtë me mundësinë e lidhjes së dorezave me gjatësi dhe forma të ndryshme. Kablloja e integruar e motorit përfshin një spine lidhëse, për lidhje të lehtë me konsolën e energjisë	Cope	1
142	Kontenjer Sterilizimi per Drill Neurokirurgjikal	Cope	1

Materialet e mjekimit duhet të permbushin standartet CE sipas direktivës MDD/MDR 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimit të mallit.

Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës. Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësorë detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DST të kësaj procedurë prokurimi.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Dokumentat e tenderit janë hartuar bazuar në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Referuar pikës 5 të nenit 82 të Ligjit 162 date 23.12.2020 “Për prokurimin publik” operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike si dhe dokumentet mbështetëse në origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna, jo me vonë se 5 dite nga publikimi i njoftimit të fituesit përfundimtar.

NJËSIA E PROKURIMIT: