



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Nr.2130/2 prot.,

Datë 31.08.2023

FORMULAR PËR PUBLIKIM
LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT NË RASTIN E ANKESAVE PËR
VENDIMIN E VLERËSIMIT/KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR

Objekt: Shfuqizimi i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Health & Light” SHPK në procedurën e prokurimit “E hapur” me Nr. REF-73075-06-20-2023, me objekt: “Loti nr. 4 - Blerje Shtretër operacioni ortopedinë dhe për neurokirurgjinë në SUT”, me fond limit 16,111,333.33 lekë (pa tvsh), zhvilluar me datë 21.06.2023 nga autoriteti kontraktor, Spitali Universitar i Traumës

Ankimues: “Health & Light” SHPK
*Rruga “Themidtokli Germenji” Nd.11, H.4, Ap.4, njësia
Administrative Nr.2, 1010, Tiranë*

Autoriteti Kontraktor: Spitali Universitar i Traumës
Rr. “Lord Bajron” Laprakë, Tiranë

Në datën 30.08.2023 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2023/3387 dhe me nr. 2130/2023 prot., datë 30.08.2023 e operatorit ekonomik “Health & Light” SHPK.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës, u konstatua se objekti i saj lidhet me kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, mbi skualifikimin e ofertës së operatorit ekonomik “Health & Light” SHPK nga procedura e prokurimit të sipërcituar.

Bazuar në nenin 112, pika 4, gërma “b” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku parashikohet se: “Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti

kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon: b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar;”, Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “Health & Light” SHPK.

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime mbi arsyet e skualifikimit si më poshtë vijon:

OE Nuk Ploteson kriterin 2.3 Kapaciteti Teknik: 2.3.6 Për të gjithë artikujt e kerkuar sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi (Specifikimet teknike) te paraqiten katalogje, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike te hollësishme për secilin artikull (pjeset e katalogut qe permbajne emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike te artikullit qe ofertohet, nese nuk jane ne gjuhen shqipe, te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen). Operatori ekonomik duhet te markoje ne katalogun perkates produktet qe ofron sipas numrit rendor (te markuara sipas artikullit) te percaktuar ne formularin e ofertes. Katalogjet do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit.

Konkretisht për Artikullin Nr.4 - Shtratë operacioni ortopedike Baza te jete celik inox 304 - specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed te firmes prodhuese Infimed materiali per shtratin ortopedik eshte ofruar me material celik inoksi por nuk tregon shkallen e kualitetit te celik inoksit 304. Dyshek memory jo me pak se 6cm me veshje antistatike dhe kundra ujit, specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed te firmes prodhuese Infimed eshte ofruar 5cm. Set me jastike silikoni rrethore per koken, 4 permasa – 1set, specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed te firmes prodhuese Infimed eshte ofruar ne forme patkoi dhe jo ne forme rrethore si dhe nuk ka te percaktuar qe ofrohen 4 permasa te ndryshme sic eshte kerkuar.

Për Artikullin Nr.5 - Shtratë operacioni për neurokirurgji Baza te jete celik inox 304 - specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed te firmes prodhuese Infimed materiali per shtratin ortopedik eshte ofruar me material celik inoksi por nuk tregon shkallen e kualitetit te celik inoksit 304. Dyshek memory jo me pak se 6cm me veshje antistatike dhe kundra ujit, specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed te firmes prodhuese Infimed eshte ofruar 5cm. Fiksuesi kranial te kete referencen optike per neuronavigator, specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun e paraqitur Kataloge te perkthyer Changzhou Huida te firmes prodhuese Huidamed mungon referenca optike per neuronavigator. Reference optike kraniale per Neuronavigatorin, perfshire krahun e artikuluar me montim ne fiksuesin kranial -Icope, specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi nuk eshte ofruar aksesori reference optike si dhe krahu i artikuluar per montim ne fiksuesin kranial. Ne katalogun Kataloge te perkthyer Changzhou Huida te firmes prodhuese Huidamed eshte markuar artikulli “Navigation adaptor me kod HR07021G” qe nuk ploteson kerkesen as per referencen optike dhe as per krahun e artikuluar sic jane kerkuar. Set me jastike silikoni rrethore per koken, 4 permasa - 1set, specifikimi i kerkuar nuk plotesohet pasi ne katalogun Kataloge te perkthyer Infimed te

firmer prodhuese Infimed eshte ofruar ne forme patkoi dhe jo ne forme rrethore si dhe nuk ka te percaktuar qe ofrohen 4 permasa te ndryshme sic eshte kerkuar.”

Publikuar në regjistrin e ankesave më datë 31.08.2023

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK

Kryetar
Jonaid Myzyri

Nënkryetar
Fiorent Zguro