



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E SHENDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE**  
**SPITALI RAJONAL BERAT**  
**TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Berat, më \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2023

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Shërbime**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**1. OBJEKTI I PROCEDURËS: “Mirembajtje Parandaluese dhe Korrigjuese e Aparaturave Mjekesore me 3 (tre) Lote :**

Nr.	Loti	Emertimi I objektit te procedures/lotit
1	Loti 1	Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore Spitalit
2	Loti 2	Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Maternitetit
3	Loti 3	Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Siemens

-Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj)

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

**Sherbime per riparimin dhe mirembajtjen e pajisjeve mjekesore- 50421000-2**

Argumentimi: Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor *Spitali Rajonal Berat* ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

- Argumentim: Bazuar në kërkesën e miratuar me sasi të dhe specifikimet teknike përkatëse të specialistes Biomjekesore me Nr. 1724 Prot., datë 28.04.2023, proces verbalin e përlllogaritjes së fondit limit me Nr. 3101 Prot., datë 12.07.2023, Proces verbalin e argumentimit të kriterëve teknike, specifikimeve teknike, termave të referencës dhe grafikut të levrimit të miratuar të specialistes Biomjekesore me shkresën Nr.3364 Prot. date 26.07.2023 për procedurën me objekt: **“Mirembajtje Parandaluese dhe Korrigjuese e Aparaturave Mjekesore me 3 (tre) Lote :**

Nr.	Loti	Emertimi I objektit te procedures/lotit
1	Loti 1	Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore Spitalit

2	Loti 2	Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Maternitetit
3	Loti 3	Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Siemens

- Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj)

**2. Vlera e Fondit limit\* vlera e pritshme e kontratave ne marrëveshjen kuadër: 7,109,631 (shtatemilionenjqindenentemijegjashteqindetridhjeteenje) leke pa tvsh.**

e detajuar si me poshte:

Nr.	Loti	Emertimi I objektit te procedures/lotit	Fondi limit me shifra	Fondi limit me shkrim
1	Loti 1	Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore Spitalit	3,874,698	Tremilioneteteqindeshstatedhjeteekatermijee gjashteqindenentedhjeteetete
2	Loti 2	Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Maternitetit	2,484,933	Dymilionekaterqindetetedhjeteekatermijeene nteqindetridhjeteetre
3	Loti 3	Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Siemens	750,000	Shtateqindepesedhjetemije

Argumentimi: Përlllogaritja e fondit limit është dokumentuar nga komisioni i argumentimit të përlllogaritjes së fondit limit të procedures me Nr. 3101 Prot., datë 12.07.2023, bazuar ne nenet 34” Perlllogaritja e vleres se parashikuar te prokurimit”,35 “Studim paraprak I tregut” te ligjit Nr. 162/2020 dhe nenin 12 “ Metoda te zbatueshme ne perlllogaritjen e vleres se kontrates’, 76 “Menyrat per perlllogaritjen e vleres se prokurimit” pika 1/b e VKM\_RPP\_285\_19.05.2021

Argumentim: Procedure e Hapur e Thjeshtuar - Sherbime ne baze te ligjit nr. 162/2020 datë 23/12/2020 “PërProkuriminPublik”, neni 42 pika 5 i LPP, nenet 46 pika 2/a, neni 47 në VKM\_RPP\_285\_19.05.2021 për “ Rregullat e Prokurimit Publik.Arsyeja e përdorimit të kësaj procedure prokurimi, është objekti dhe kufijte monetare, bazuar ne nenin 42 te LPP-se pika 5.

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT**

**(Te njejta per te 3 (tre) lotet)**

**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT** Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;

- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;  
dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 9.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

#### **Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Argumentimi: Kërkesat e përgjithshme të kualifikimit dhe kërkesat e pikës 1 (gërmat a / b) të kriterëve të veçanta të kualifikimit janë parashikuar pa ndryshime, sipas formatit të dokumenteve standarde të tenderit të publikuara nga APP, dhe vendosja e tyre është bazuar në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**Loti I** Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore Spitalit

## **I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 77,493.90 (shtatëdhjetëeshtatë mijë e katër qind e nëntëdhjetë e tre pikë e nëntëdhjetë).*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83/1 të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në të cilën është e parashikuar se: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël. Si dhe Nenit 83/2 ku përcaktohet se: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit: a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës; b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

c. *Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e parashikuar se: 1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

d. *Lista e cmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2;*

**Argumentimi:** Kjo shtojcë është pjesë e setit të dokumenteve standarde të tenderit për procedurën e prokurimit të sipërcituara.

### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Kjo pikë e kriterëve plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit të plotësuar më sipër.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.

*Shënim\*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera mesatare do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/lotëve për të cilin ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” në piken 2.10.*

Nëse operatorët ekonomikë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

**Argumentimi:** Ky kriter, është vendosur në perputhje me piken 3 të nenit 77 të Ligjit nr 162/2020, “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, në të cilin gjejmë të percaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilanci të tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalohet dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; në piken 1 dhe piken 2/a të nenit 43 të VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rasteve të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimale deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohet: c) 40% të vlerës së përlogaritjes të kontratës ose lotit në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulës monetare.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim të bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nëpërmjet dokumenteve të kërkuara më poshtë, se zoterojnë kapacitet ekonomik dhe financiar për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK.

### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Legjislatori në nenin 55/4 të VKM 285/2021 ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur të Thjeshtuar, e cila është 40 % e Fondit Limit të kontratës së shpallur.

**Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore** është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 ‘Mbi Rregullat e Prokurimit Publik’ ku percaktohet se: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rasteve të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimale deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;** si dhe nenin 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ‘Për Tatimin Mbi të Ardhurat’ i ndryshuar, ku percaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave.

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, kontratën e shërbimit, si dhe faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

*Shënim\*:* Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme për të cilin ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” në piken 2.10.

**Faturat të jenë të deklaruara në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.**

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, në të cilin gjejmë të përcaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që furnizimet e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

**Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:**

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që furnizimet e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

2.3.2 Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij të paktën 3 (tre) specialistë të lartë në fushën e teknikës Biomedicale për mirëmbajtjen e aparaturave objekt të këtij prokurimi, ku të paktën njëri prej tyre të jetë Inxhinier Biomedical i trajnuar dhe certifikuar për mirëmbajtjen e aparaturave Mjekesore objekt i këtij prokurimi si vijon:

- a. Defibrilator, ECG, Elektrobisturi, sisteme infuzioni, incubatore
- b. Monitorimin e ECG, sistem respirimi, pressionit, temperatures.
- c. Pajisjeve e anestezise te gazrave dhe lengjeve, ventilatoret, legeshtueseve te oksigjenit.
- d. Sistemet Endoskopike.
- e. Krevatet e Operacionit dhe Sistemet e ndricimit operator.

Për këtë OE duhet të disponojë dokumentat e mëposhtme provuese:

- CV-në e specialistit/ve;
- Çertifikatat/dëshmitë e trajnimit lëshuar nga kompania prodhuese ose ekuivalentet e këtyre çertifikimeve lëshuar nga autoritete të autorizuar/çertifikuara për dhënien e tyre,
- Kontratë pune/ shërbimi e vlefshme.
- Listëpagesa ku të figurojnë emrat e inxhinierëve të deklaruar për periudhën **Prill, Maj, Qershor 2023**.

**\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.**

### **Shenim:**

*Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.*

**Argumentimi:** Bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikave 4/b dhe 4/c të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale. Ky kriter kërkohet edhe për faktin e shumëllojshmërisë të aparaturave të ndryshme që disponon Spitali Rajonal Berat dhe që janë objekt i këtij prokurimi dhe kanë rendesi jetike në mbarevajtjen e shërbimit në kujdes të pacientit.

2.3.3 Nje deklarate që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të reja dhe origjinale ose ekuivalente me ato të përdorura në fillim nga prodhuesi dhe që përfshihen në vlerën e kontratës dhe se garancia e pjesëve të këmbimit do të jetë për një periudhë jo më pak se 1 (nje) vit nga momenti i lëvrimit.

**Argumentimi:** Bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 2 të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku ndër të tjera përcaktohet se këto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale. AK kërkon plotësimin e këtij kriteri për t'u garantuar për realizimin me sukses të procedurës gjatë zbatimit të kontratave.

**2.3.4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015** “Sistemet e menaxhimit cilësisë” /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 “Per Sistemin e menaxhimit të cilësisë për pajisjet mjekësore”, /ose ekuivalent/, mbi **objekti i së cilës t’i përkasë fushës së aktivitetit të OE. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.**

*Certifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.*

Shenim: Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, kriteri i sipërpermendur plotësohet nga të gjithë operatorët ekonomik se bashku.

**Argumentimi:** Ky kriter i percaktuar në piken a) dhe b) është vendosur në përputhje me nenin 77, piken 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 “Per Prokurimin Publik”, në të cilën gjejmë të percaktuar se:

*1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të leshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

*Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

*Ky kriter gjen mbështetje në piken 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të leshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 3.Certifikatat dhe etiketat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, si dhe çdo operator ekonomik duhet të ketë akses në to, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.4. Nëse autoriteti/enti kontraktor kërkon një certifikatë, ose etiketë, ata janë të detyruar të pranojnë çdo certifikatë ose etiketë ekuivalente/ të barasvlershme me të, ose një dokument që provon të njëjtin informacion.*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të leshuara nga autoritetet kompetente kompetente, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se se mallrat, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertues vetë paraqesin certifikata të leshuara në përputhje me objektin e prokurimit nga një organ i vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e produkteve që do të furnizojnë dhe garancinë e tyre sipas normativave standarte.

**Loti II** Mirmbajtje Parandaluese Korigjuese e Pajisjeve Mjekësore të Maternitetit

## **I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**



1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos me mbeshtetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", dhe nenin 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", në të cilën është e percaktuar se: "1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla."

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; **49,698.66** (dyzetenentemijeeqjashteqindenedhjetetepikgjashtedhjeteeqjashte).

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83/1 të Ligjit 162/2020 "Për Prokurimin Publik", në të cilën është e parashikuar se: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël. Si dhe Nenit 83/2 ku përcaktohet se: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit: a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës; b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe në nenin 30 të VKM nr 285 datë 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik"

c. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", në të cilën është e parashikuar se: 1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike të TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

d. Lista e cmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2;

**Argumentimi:** Kjo shtojcë është pjesë e setit të dokumenteve standarte të tenderit për procedurën e prokurimit të sipercituara.

## **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Kjo pikë e kriterëve plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit të plotësuar më sipër.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.

*Shënim\*:* Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera mesatare do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/lotëve për të cilën ofertohej, konkretisht mbi vlerat e kolonës "Vlera e pritshme e kontratave" në piken 2.10.

Nëse operatorët ekonomikë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

**Argumentimi:** Ky kriter, është vendosur në përputhje me piken 3 të nenit 77 të Ligjit nr 162/2020, "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar, në të cilin gjejmë të percaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe

financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/a të nenit 43 të VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: Pika 1.Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimale deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40% të vlerës së perlllogaritur të kontratës ose lotit në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar. Vendosija e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë ekonomike dhe financiare të OE ofertues, duke vërtetuar nepermjet dokumenteve të kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare për të përmbushur kontratën sic është parashikuar nga AK.

### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Legjislatori në nenin 55/4 të VKM 285/2021 ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohe në Procedurën e Hapur të Thjeshtuar, e cila është 40 % e Fondit Limit të kontratës së shpallur.

**Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 ‘Mbi Rregullat e Prokurimit Publik’ ku përcaktohet se: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimale deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare; si dhe nenin 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 ‘Për Tatimin Mbi të Ardhurat’ i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave.**

### **2.4 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, kontratën e shërbimit, si dhe faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Shënim\*:Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme për të cilën ofertohe, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” në piken 2.10.

Faturat të jenë të deklaruara në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.

Argumentimi:Ky kriter u vendos në përputhje me pikën 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik",ne te cilin gjejme te percaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" është përcaktuar që furnizimet e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" është përcaktuar që furnizimet e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

2.3.2. Ofertuesi duhet të kete ne stafin e tij të paktën 1 (nje) Inxhinier Bio-mjekesor për mirëmbajtjen e aparaturave objekt të këtij prokurimi, i cili të jetë trajnuar dhe certifikuar për këto kategori pajisjesh.

Për këtë OE duhet të disponojë dokumentat e mëposhtme provuese:

CV-në e specialistit/ve;

Çertifikatat/dëshmitë e trajnimit lëshuar nga kompania prodhuese ose ekuivalentet e këtyre çertifikimeve lëshuar nga autoritete të autorizuar/çertifikuara për dhënien e tyre,

Kontratë pune/ shërbimi e vlefshme.

Listëpagesa ku të figurojnë emrat e inxhinierëve të deklaruar për periudhën Prill, Maj, Qershor 2023.

\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.

Shenim:

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.

Argumentimi: Bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikave 4/b dhe 4/c të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale.

2.3.3 Nje deklarate që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të reja dhe origjinale ose ekuivalente me ato te perdoruara ne fillim nga prodhuesi dhe që përfshihen në vlerën e kontratës dhe se garancia e pjesëve të këmbimit do të jetë për një periudhë jo më pak se 1 (nje) vit nga momenti i lëvrimit.

Argumentimi: Bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 2 të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku ndër të tjera përcaktohet se keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale. AK kërkon plotësimin e këtij kriteri për t'u garantuar për realizimin me sukses të procedurës gjatë zbatimit të kontratave.

2.3.4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit cilësisë” /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 ”Per Sistemin e menaxhimit te cilesise per pajisjet mjeksore”, /ose ekuivalent/, mbi objekti i së cilës t’i përkasë fushës së aktivitetit të OE. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Shenim: Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, kriteri i siperpermendur plotësohet nga te gjithë operatorët ekonomik se bashku.

Argumentimi: Ky kriter i përcaktuar në pikën a) dhe b) është vendosur në përputhje me nenin 77, pikën 1 të nenit 79 të Ligjit nr.162/2020 ”Për Prokurimin Publik”, në të cilin gjejmë të përcaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikatën të lëshuara nga një organ i vlerësimit të

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Ky kriter gjën mbështetje në pikën 1 të nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku përcaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 3. Certifikatat dhe etiketat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, si dhe çdo operator ekonomik duhet të ketë akses në to, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit. 4. Nëse autoriteti/enti kontraktor kërkojnë një certifikatë, ose etiketë, ata janë të detyruar të pranojnë çdo certifikatë ose etiketë ekuivalente/ të barasvlershme me të, ose një dokument që provon të njëjtin informacion.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se se mallrat, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertues vetë paraqesin certifikata të lëshuara në përputhje me objektin e prokurimit nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e produkteve që do të furnizojnë dhe garancinë e tyre sipas normativave standarte.

**Loti III** Mirmbajtje Parandaluese Korigjuese e Pajisjeve Mjekesore të Siemens

## **I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos me mbështetje në nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, dhe nenin 26 të VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3; Vlera e fondit limit për këtë lot është poshtë vlerës së blerjeve me vlerë të vogël dhe për rrjedhojë nuk kërkohet sigurim oferte.*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 83/1 të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël. Si dhe Nenit 83/2 ku përcaktohet se: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit: a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përlllogaritur të kontratës; b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”

c. Formularin e Ofertës, sipas **Shtojcës 1;**

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos sipas nenit 29 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se: 1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

d. Lista e cmimeve te artikujve, sipas **Shtojcës 2;**

**Argumentimi:** Kjo shtojce eshte pjese e setit te dokumenteve standarte te tenderit per proceduren e prokurimit te sipercituara.

## **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Kjo pikë e kriterëve plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranimit/ kualifikimit të plotësuar më sipër.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.

*Shënim\*:* Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera mesatare do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/lotëve për të cilen ofertohe, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10.

Nëse operatorët ekonomikë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

**Argumentimi:** Ky kriter, eshte vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020, “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se: 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40% te vleres se perlllogaritur te kontrates ose lotit ne procedurat e prokurimit nen kufirin e ulet monetar.

Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:**

Legjislatori në nenin 55/4 të VKM 285/2021 ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur të Thjeshtuar, e cila është 40 % e Fondit Limit të kontratës së shpallur.

**Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore** është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 'Mbi Rregullat e Prokurimit Publik' ku përcaktohet se: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare**; si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave.

### **2.5 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin me sukses te nje ose disa kontratave per shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, kontraten e shërbimit, si dhe faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

*Shënim\*:Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme për të cilen ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës "Vlera e pritshme e kontratave" ne piken 2.10.*

*Faturat të jenë të deklaruara në organet tatimore, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021.*

**Argumentimi:** Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", ne te cilin gjejme te percaktuar se: 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e

nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që furnizimet e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

Vendosja e këtij kriteri behet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nepermjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

#### **Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:**

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe referuar nenit 55 pika 4 gërma b e VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” është përcaktuar që furnizimet e mallrave të mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen nevojave të AK.

2.3.2. Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij të paktën 1 (nje) Inxhinier Bio-mjekesor për mirëmbajtjen e aparaturave objekt të këtij prokurimi, i cili të jetë trajnuar dhe certifikuar për këto kategori pajisjesh.

Për këtë OE duhet të disponojë dokumentat e mëposhtme provuese:

- CV-në e specialistit/ve;
- Çertifikatat/dëshmitë e trajnimit lëshuar nga kompania prodhuese ose ekuivalentet e këtyre çertifikimeve lëshuar nga autoritete të autorizuar/certifikuara për dhënien e tyre,
- Kontratë pune/ shërbimi e vlefshme.
- Listëpagesa ku të figurojnë emrat e inxhinierëve të deklaruar për periudhën **Prill, Maj, Qershor 2023**.

**\* Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.**

#### **Shenim:**

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: **“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin”.**

**Argumentimi:**Bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikave 4/b dhe 4/c të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale.



2.3.3 Nje deklarate që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të reja dhe origjinale ose ekuivalente me ato te perdoruara ne fillim nga prodhuesi dhe që përfshihen në vlerën e kontratës dhe se garancia e pjesëve të këmbimit do të jetë për një periudhë jo më pak se 1 (nje) vit nga momenti i lëvrimit.

**Argumentimi:** Bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 2 të nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku ndër të tjera percaktohet se keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale. AK kërkon plotesimin e këtij kriteri per t'u garantuar per realizimin me sukses te procedures gjate zbatimit te kontratave.

**2.3.4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015** “Sistemet e menaxhimit cilësisë” /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 “Per Sistemin e menaxhimit te cilesise per pajisjet mjeksore”, /ose ekuivalent/, mbi **objekti i së cilës t’i përkasë fushës së aktivitetit të OE. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.**

*Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.*

Shenim: Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, kriteri i siperpermendur plotësohet nga te gjithë operatorët ekonomik se bashku.

**Argumentimi:** Ky kriter i percaktuar ne piken a) dhe b) eshte vendosur ne perputhje me nenin 77, piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020 “Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se:

*1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

*Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.*

*Ky kriter gjen mbeshtetje ne piken 1 te nenit 44 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”ku percaktohet se: 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit. 3.Certifikatat dhe etiketat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, si dhe çdo operator ekonomik duhet të ketë akses në to, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.4. Nëse autoriteti/enti kontraktor kërkojnë një certifikatë, ose etiketë, ata janë të detyruar të pranojnë çdo certifikatë ose etiketë ekuivalente/ të barasvlershme me të, ose një dokument që provon të njëjtin informacion.*

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente, me anë të këtij kriteri kërkohet që Autoriteti ose enti kontraktor të vërtetojë se se mallrat, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e

cilësisë, mund t'u kërkojë ofertues vetë paraqesin çertifikata të lëshuara ne perputhje me objektin e prokurimit nga një organ I vlerësimit të konformitetit, I akredituar nga organizmi kombëtar I akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të deklarojnë dhe mbajnë përgjegjësi për cilësinë e produkteve që do të furnizojnë dhe garancinë e tyre sipas normativave standarte.

*2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese e pajisjes që do të mirembaje ose nga Distributor të Autorizuar, ku ne cdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për këtë procedurë prokurimi për ofrimin e shërbimit të ofruar.*

**Argumentimi:** Ky kriter gjen mbështetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” i ndryshuar, ku eshte e cituar: 5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmeshin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor. Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t'u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, garanton mirëmbajtjen cilësore, të sigurtë dhe pjesë origjinale të pajisjeve mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi.

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të shërbimeveobjekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

**SHËNIM:** Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

## **Loti I Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore Spitalit**

**Mirembajtja e Pajisjet mjekesore te Spitalit Rajonal Berat**

<b>N R</b>	<b>Emertimi I Pajisjes</b>	<b>Prodhuesi/mo deli</b>	<b>Sasi a totale</b>	<b>Vendndod hja</b>	<b>Sherbimet</b>	<b>Njesi a</b>	<b>Sasi a</b>
1	Negativoskop		1	Ortopedi Spital	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji dhe nderimi I celsit te ndezjes	cope	1
					2. Mirmbajtje profilaktike e fushes vizive dhe zevendesim reflektori	cope	1
					3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	1
2	EKG	Meditech	1	Kardiologji Spital	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti dhe zevendesimi I celesit te ndezjes ne rast demtimi	cope	1
					2. Kontrolli i baterise se rikarikushme dhe zevendesim konektori	cope	1
					3. Kontroll i sitemit te printimit dhe nderrimi I mekanizmit te dhembzuar	cope	1
					4. Zvendesimi i fishave te pacientit	cope	1
					5. Testim i aparatit dhe valve te elektrodave me ECG tester	cope	1
3	Shiringe elektrike	WEGO WGS-1011	1	Ped.Pergjithshme	1. Kontroll i te gjithë parametrave funksionale te pajisjes dhe zevendesimi I konektorit te funizimit me energji	cope	1
					2. Kontrolli I elektromotorrit shtytes te shiringes	cope	1
					3. Zevendesimi I klampit mbajtes te shiringes	cope	1
					4. Kalibrimi I shiringes	cope	1
4	Monitor	Zoncare PM-7000D	1	Ped.Pergjithshme	1. Kontrolli i parametrave te punes dhe nderimi I konektoreve elektrik	cope	1
					2. Kontroll I dhe zevendesim i baterive	cope	1
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensititetit elektrik	cope	1
					4. Kontroll i fishave te pacientit dhe zevendesimi I tyre ne rast demtimi	cope	1
					5. Kalibrim i touch screan	cope	1
5	Monitor Pacienti	MP 20	2	Salla e Kirurgjise	1. Kontrolli i parametrave te punes dhe nderimi I konektoreve elektrik	cope	2
					2. Kontroll I dhe zevendesim i baterive	cope	2
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensititetit elektrik	cope	2

				4. Kontroll i fishave te pacientit dhe zevendesimi I tyre ne dast demtimi	cope	2
				5.Kalibrim i touch screan	cope	2
<b>6</b>	<b>Aparat Narkoze</b>		<b>1</b>	1. Kontroll, riparim i rrugve te gazeve	cope	1
				2. Kontroll, riparim dhe zevendesim I elektrovalvuave	cope	1
				3. Kalibrim, riparim i sistemit te komprimimit	cope	1
				4. Kontroll per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit dhe nderrim guarnicion	cope	1
				5. Kalibrim i sensorit te oksigjenit	cope	1
<b>7</b>	<b>Aparat Narkoze</b>	<b>Medec Benelux</b>	<b>1</b>	1. Kontroll, riparim i rrugve te gazeve	cope	1
				2. Kontroll, riparim dhe zevendesim I elektrovalvuave	cope	1
				3. Kalibrim, riparim i sistemit te komprimimit	cope	1
				4. Kontroll per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit dhe nderrim guarnicion	cope	1
				5.Kalibrim i sensorit te oksigjenit	cope	1
<b>8</b>	<b>Aspirator Portativ</b>		<b>1</b>	1. Kontroll i sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli i sistemit te thithjes	cope	1
				3. Nderrim i filtrit se siguris	cope	1
				4. Zvendesimi i tubave te aspirimit	cope	1
<b>9</b>	<b>Aspirator Kirurgjikal</b>		<b>3</b>	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	3
				2. Kontrolli I sistemit te thithjes	cope	3
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	3
				4. Zvendesimi i tubave te aspirimit	cope	3
<b>10</b>	<b>Llambe salle</b>		<b>2</b>	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Kontrolli, riparimi I bllokut te ushqimit	cope	2
				3. Nderrim I lampes halogjene nese eshte i nevojshem	cope	2
				4. Riparim, zvendesim I panelit te kotrolli	cope	2
<b>11</b>	<b>Negativoskop</b>		<b>2</b>	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Mirmbajtje profilaktike e fushes vizive	cope	2
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	2

12	Llambe Portative(Mobile)	Rimsa	2	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2
				2. Zvendesim i celsit komandues	cope	2
				3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	2
13	Elektrobisturi	Alsa	2	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
				2. Kontroll I dhe zvendesim i pllakave te togezimit	cope	2
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe frekuences se sinalit	cope	2
				4. Kontroll, riparim bllokut te ushqimit	cope	2
				5. Nderrimi i penes	cope	2
14	Monitor Pacienti	JPD-800B	1	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
				2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
				3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	1
				4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
				5. Kalibrim i touch screen	cope	1
15	Defibrilator		1	1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
				2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
				3. Kontolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
				4. Testim I elementeve elektrostatik te siguris	cope	1
				5. Riparim ,zvendesim i pjesve elektrike me problem	cope	1
16	Aspirator Thithes		1	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli I sitemit te thithjes	cope	1
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
				4. Zvendesimi te tubave te aspirimit	cope	1
17	Aspirator salle		1	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
				2. Kontrolli I sitemit te thithjes	cope	1
				3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
				4. Zvendesimi te tubave te aspirimit	cope	1
18	Shiringe elektrike		2	1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes	cope	2
				2. Kontrolli I elektromotorrit shtytes te shiringes	cope	2
				3. Zevendesimi I klampit mbajtes te shiringes	cope	2
				4. Kalibrimi I shiringes	cope	2

19	Monitor	Zoncare	2		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	2
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
					5. Kalibrim i touch screan	cope	2
20	Llambe Mobile	Rimsa	1		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
					2. Zvendesim i celsit komandues	cope	1
					3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	1
21	Aspirator Kirurgjikal	Aspimed	1		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
					2. Kontrolli I sitemit te thithjes	cope	1
					3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
					4. Zvendesimi te tubave te aspirimit	cope	1
22	Aerosteril		2	Salla ORL	1. Kontroll I parametrave teknike dhe elektrike	cope	2
					2. Kontroll I rezistencave elektrike	cope	2
					3. Mirembajtje e sitemit te ventilimit	cope	2
					4. Testim I termostatit kryesor dhe atij te emergjences	cope	2
23	Shtrat Operacioni		1		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
					2. Kontrolli, zvendesimi I pultit te komandimit	cope	1
					3. Mirembajtje e sitemit mekanik te levizjes	cope	1
					4. Kontrolli, zvendesimi I sitemit pneumatik me rryme te vazhduat	cope	1
					5. Profilaksi e pergjithshme e sitemit mekanik	cope	1
24	Llambe Mobile	Rimsa	1	Kirurgjia Spital	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
					2. Zvendesim i celsit komandues	cope	1
					3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	1
25	Defibrilator	Primedice, Defi B	1	Urgjenca Spital	1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
					2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
					3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
26	Monitor Pacienti	Fukuda Denshi	2		1. Kontrolli i parametrave te punes dhe nderimi I konektoreve elektrik	cope	2
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2

					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	2
					4. Kontroll i fishave te pacientit dhe nderrimi I tyre	cope	2
					5.Kalibrim i touch screan	cope	2
27	Apirator Thithes	suciton Unit	4		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	4
					2. Kontrolli I sitemit te thithjes	cope	4
					3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	4
28	Nebulizator		1		1. Nderrim I tubave te gazit	cope	1
					2. Kontroll I elktromotorit	cope	1
					3. Testim I komandave te rregullimit te volumit	cope	1
					4. Mirembjatje e sitemit te ajrimit	cope	1
29	Stabilizator		4		1. Kontrooll I sitemit elektronik	cope	4
					2. Kontroll I tensioneve te daljes	cope	4
					3. Nderrim I elemteve elektronik qe kane amortizim fizik	cope	4
30	Elektrokardiogram e	Zoncare	2		1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti	cope	2
					2. Kontrolli i baterise se rikarikushme	cope	2
					3. Kontroll i sitemit te printimit	cope	2
					4. Testim i aparatit dhe valve te elektrodave me ECG tester	cope	2
					5. Zvendesimi i fishave te pacientit	cope	2
31	Defibrilator	Zoll Rais	1		1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
					2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
					3. Kontolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
32	monitore/defrribilatore	mindray/ Benehart D3	1		1. Zevendesimi I fishes se Spo2	cope	1
					2. Zevendesimi I fishes se ECG	cope	1
					3. Kontroll i softwarit te aparatit.	cope	1
					4. Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve	cope	1
					5. Kontrolli I tensioneve elektrike	cope	1
33	Shtrat Elektrike		10		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	10
					2. Kontroll , zevendesimi I pultit te komandimit	cope	10
					3. Mirmbajtje e sitemit mekanik te levizjes	cope	10
					4. Kontrolli, zevendesimi I elektromotorrve me rryme te vazhduar	cope	10
34	Retinoskop		1	bin et O RL Sni	1. Kontroll, zevendesimi I baterive te	cope	1

					rikarikushme		
					2. Nderrimi I llampes nese eshte I nevojshem	cope	1
					3. Profilaksi e pergjithshme e pjesve mekanike	cope	1
35	Direkt ofthalmoskop		1		1. Kontroll, zvendesimi I baterive te rikarikushme	cope	1
					2. Nderrimi I llampes nese eshte I nevojshem	cope	1
					3. Profilaksi e pergjithshme e pjesve mekanike	cope	1
36	Monitor Pacienti	VP-1000	1	Kabineti I gastroskopis	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	1
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
					5. Kalibrim i touch screen	cope	1
37	Aparat Ventilator		1	Reanimacion	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	1
					2. Kontrolli I I panelit te komandimit	cope	1
					3. Nderrim I valvules se siguris	cope	1
					4. Kontrolli dhe riparimi I bllokut te ushqimit	cope	1
					5. Ndrimi I 6 tubave te presionit te sistemit te oksigjenit	cope	1
					6. Nderrimi i 3 elektrovalvulave	cope	1
					7. Nderrimi i filtrave te sistemit te ajrit	cope	1
38	Elektrokardiogram	Meditec	1	Reanimacion	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti	cope	1
					2. Kontrolli i baterise se rikarikushme	cope	1
					3. Kontroll i sitemit te printimit	cope	1
					4. Zvendesimi i fishave te pacientit	cope	1
					5. Testim i aparatit dhe valve te elektrodave me ECG tester	cope	1
39	Monitor Pacienti	OKM500	1	Reanimacion	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	1
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
					5. Kalibrim i touch screen	cope	1
40	Oksimeter		2	Reanimacion	1. Kontroll I tensionit	cope	1
					2. Zvendesimi fisave te spo2	cope	1



41	Defibrilator	Rescue 230	1		3. Kontroll i funksioneve te alarmeve	cope	1
42	Defibrilator		1		1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
					2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
43	Monitor Pacienti	VP- 1000	4		3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
					1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
					2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
					3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
					1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	4
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	4
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	4
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	4
					5. Kalibrim i touch screen	cope	4
					6. Zvendesimi i SPO2	cope	4
					7. Zvendesimi i matsit te presionit NIBP	cope	4
					8. Zvendesimi i fishes se elektrokardiogrames	cope	4
44	Pompa infuzioni	PG-801D	3		Kontroll I sistemit elektrik	cope	2
					Kalibrim I pajisjes ne Infuzim	cope	2
					Kontroll I sistemit te infuzionit	cope	2
					Kalibrim te minipompave elektrike	cope	2
45	Aspirator	VacuAid	1		1. Kontroll I sistemit te furnizimit me energji	cope	1
					2. Kontrolli I sistemit te thithjes	cope	1
					3. Nderrim I filtrit se siguris	cope	1
					4. Zvendesimi te tubave te aspirimit	cope	1
46	Shiringa elektrike	PG-901A	6		1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes	cope	6
					2. Kontrolli I elektromotorrit shtytes te shringes	cope	6
					3. Zvendesimi I klampit mbajtes te shringes	cope	6
					4. Kalibrimi I shringes	cope	6
47	Shtreter Pacienti Elektrik		8		1. Kontroll I sistemit te furnizimit me energji	cope	8
					2. Kontrolli ,zvendesimi I pultit te komandimit	cope	8
					3. Mirmbajtje e sistemit mekanik te levizjes	cope	8
					4. Kontrolli ,zvendesimi I	cope	8

					elektromotorrve me rryme te vazhduar		
					5. Riparim ,zvendesim bordit te procesimit te sinjaleve	cope	8
48	Llamb Ekzaminimi		2	Dhoma e Mjekimit	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2
					2. Zvendesim i celsit komandues	cope	2
					3. Nderrim I ndricueseve me probleme	cope	2
49	Tapet Zemre	LabTech	1	Kardiologji Poliklinia	1. Kontroll I Sistemit Mekanik te levizjes	cope	1
					2. Kontroll I bordit te komandimit te elektromotorrit	cope	1
					3. Kontroll I sistemit elektrik	cope	1
					4. Riparim I sitemit te komandimit	cope	1
50	EKG	Meditec	1	Kardiologji Poliklinia	1. Kontrolli sitemit te furnizimit me energji nga rrjeti	cope	1
					2. Kontrolli i baterise se rikarikushme	cope	1
					3. Kontroll i sitemit te printimit	cope	1
					4. Zvendesimi i elektrodave nese eshte e nevojshme	cope	1
51	Holter Ritmi	LabTech	1	Kardiologji Poliklinia	1. Kontroll I vales me stimulus vale te ECK	cope	1
					2. Rikonfigurim I softit ne se eshte I nevojshem	cope	1
					3. Profilaksi e pergjithshme e sistemit nderlidhes	cope	1
52	Holter Presioni	LabTech	1	Kardiologji Poliklinia	1. Kontroll I vales me stimulus vale te ECK	cope	1
					2. Rikonfigurim I softit ne se eshte I nevojshem	cope	1
					3. Profilaksi e pergjithshme e sistemit nderlidhes	cope	1
53	Defibrilator		1	Kardiologji Poliklinia	1. Kontroll I te gjithe parametrave funksionale te paisjes	cope	1
					2. Kontrolli I kablllove te pacientit	cope	1
					3. Kontrolli I sistemeve te alarmeve	cope	1
54	Pompa infuzioni	PG801D	2	Sherbimi punktut Paliativ	Kontroll I sistemit elektrik	cope	2
					Kalibrim I pajisjes ne Infuzim	cope	2
					Kontroll I sistemit te infuzionit	cope	2
					kalibrim te minipompave elektrike	cope	2
55	Monitore	PM-7000D	2	Kabineti I patologjise	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2

					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	2
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
					5. Kalibrim i touch screen	cope	2
56	Monitor Pacienti	VP- 1000	1	Infektiv	1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	1
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
					5. Kalibrim i touch screen	cope	1
57	Monitore Pacienti	PM-7000D	2		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	2
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	2
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitivitetit elektrik	cope	2
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	2
					5. Kalibrim i touch screen	cope	2
58	Spirometria	Spiro lab 3	1	Kabineti I Argeologjis	1. Kontrolli I sistemit te printimit	cope	1
					2. kontrolli I sistemit elektrik	cope	1
					3. Riparim dhe Kontrolli I sondes se aparatit	cope	1

**Afati i kontrates :** Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës Brenda MK me afat 24 muaj nga marrëveshja kuadër. Shërbimi do të ofrohet sipas Mini - Kontratave të lidhura Brenda MK..

## Loti II Mirmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekesore te Maternitetit

### MATERNITETI

N R	Emertimi I Pajisjes	Prodhuesi/mod eli	Sasi a totale	Vendndodh ja	Sherbimet	Njesi a	Sasi a
1	Ajrosteril	Titanox	1	Gjinekologji	1. Kontroll I parametrave teknike dhe elektrike	cope	1
					2. Kontroll I rezistencave elektrike	cope	1
					3. Mirembajtje e sistemit te ventilimit	cope	1
					4. Testim I termostatit kryesor dhe atij te emergjences	cope	1
2	Echo obseter	Mindray	1		1. Kontrolli I doplerave	cope	1

					2. Kontrolli I sondave	cope	1
					3. Kontroll i softwarit te aparatit.	cope	1
					4. Kontroll i Bllokut te ushqimit	cope	1
					5. Kontrolli bordit te perpunimit te imazhit	cope	1
3	Elektrocauter	LED	1		1. Testim dhe kolaudim i pajisjes pas servisit.	cope	1
					2.Kontroll per rrjedhje elektrike te bllokut qendror te komandimit.	cope	1
					3.Kontroll i bllokut te frekuences se larte.	cope	1
					4.Kontroll i parametrave teknike te aparatit.	cope	1
					5.Zevendesimi I pllakes se tokzimit	cope	1
					6.Nderimi I penes	cope	1
4	Kolposkopi	Karl Kaps	1		1.Kontrolli i videoprosesorit	cope	1
					2.Kontrolli I monitorit	cope	1
					3.Testim dhe kontroll I sistemit optik	cope	1
5	Monitor	Comen	1		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	1
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	1
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	1
					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	1
					5.Kalibrim i touch screen	cope	1
6	Ajrosteril	Titanox	1		1. Kontroll I parametrave teknike dhe elektrike	cope	1
					2. Kontroll I rezistencave elektrike	cope	1
					3. Mirembajtje e sistemit te ventilimit	cope	1
					4. Testim I termostatit kryesor dhe atij te emergjences	cope	1
7	Monitor Pacienti	Comen	4		1. Kontrolli i parametrave te punes	cope	4
					2. Kontroll I dhe zvendesim i baterive	cope	4
					3. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensivitetit elektrik	cope	4

Obsetrik

					4. Kontroll i fishave te pacientit	cope	4
					5.Kalibrim i touch screan	cope	4
8	Cardiotohograf	Bistos	1	Salla e lindjes	1.Sistemi I kontrollit elektrik	cope	1
					2.Kontolli I sondave te ekzaminimit, ultrasonike dhe toko	cope	1
					3.Kontroll dhe mirembajtje te sistemit te prinitimit	cope	1
9	Makine Anestezie(set)	HUL Lownstein	2		1. Kontroll, riparim i rrugve te gazeve	cope	2
					2. Kontroll, riparim i elektrovalvuave	cope	2
					3. Kalibrim, riparim i sistemit te komprimimit	cope	2
					4. Kontroll per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit	cope	2
					5. Kalibrim i sensorit te oksigjenit	cope	2
					6.Mirembajtje e modulit te pacientit	cope	2
					7.nderrimi I filtrit bakterial te presionit	cope	2
					8.Zevendsimi I gominave	cope	2
					9.nderrimi I filtrit kryesor te pajisjes	cope	2
10	Elektrobistur i	Bowa	2		1. Testim dhe kolaudim i pajisjes pas servisit.	cope	2
				2.Kontroll per rrjedhje elektrike te bllokut qendror te komandimit.	cope	2	
				3.Kontroll i bllokut te frekuences se larte.	cope	2	
				4.Kontroll i parametrave teknike te aparatit.	cope	2	
				5.Zevendesimi I pllakes se tokzimit	cope	2	
				6.Nderimi I penes	cope	2	
11	Llambe salle operatore	Etkin	2	1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2	
				2. Kontrolli, riparimi I bllokut te ushqimit	cope	2	
				3. Nderrim I llambave	cope	2	
				4.Kontrolli, Riparim, zvendesim I panelit te kotrolli	cope	2	
12	Tavoline Operatore-	FAMED	2		1. Kontroll I sitemit te furnizimit me energji	cope	2

	<b>Obstretikale dhe Gjinekologjike</b>				2. Kontrolli ,zvendesimi I pultit te komandimit	cope	2
					3.Mirmbajtje e sistemit mekanik te levizjes	cope	2
					4.Kontrolli ,zvendesimi I elektromotorrve me rryme te vazhduar	cope	2
					5. Testimi I levizjeve	cope	2
					6.Kontrolli I presionit te vajit	cope	2
					7.Testimi me pesha prove	cope	2
					8. Riparim ,zvendesim bordit te procesimit te sinjaleve	cope	2
<b>13</b>	<b>Inkubator</b>	<b>Comen</b>	<b>2</b>	<b>Neonat</b>	1.Profilaksi e dhomes se pacientit	cope	2
					2.Verifikim i inkubatoreve ne nje process pune	cope	2
					3.Verifikim i funksioneve te alarmeve te temp.mbinxehjes ,lageshtuesit te ajrit	cope	2
					4.Kalibrimi i analizatorit te oksigjenit	cope	2
					5.Kontroll I panelit qendror te komandimit	cope	2
<b>14</b>	<b>Krevat Ngrohes (Radiante)</b>	<b>Comen</b>	<b>4</b>		1.Verifikim i krevat ngrohes ne nje proces pune	cope	4
					2.Verifikim i funksioneve te alarmeve temp. mbinxehjes ,	cope	4
					3.Kalibrimi i tij	cope	4
					4.Zevendesim i llampes	cope	4
<b>15</b>	<b>Blanket Fototerapie</b>	<b>IBIS</b>	<b>2</b>		1.Kontroll dhe mirembajtje e sistemi elektrik	cope	2
					2.Kontroll dhe mirembajtje esistemi ngrohes	cope	2
					3.Ndrim I elementeve te demtuar te ngrohjes	cope	2
<b>16</b>	<b>Echo obseter</b>	<b>Mindray</b>	<b>1</b>	<b>Echo abdominale</b>	1. Kontrolli I doplerave	cope	1
					2. Kontrolli I sondave	cope	1
					3. Kontroll i softwarit te aparatit.	cope	1
					4. Kontroll i Bllokut te ushqimit	cope	1
					5. Kontrolli bordit te perpunimit te imazhit	cope	1

**Afati i kontrates :** Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës Brenda MK me afat 24 muaj nga marrëveshja kuadër. Shërbimi do të ofrohet sipas Mini - Kontratave të lidhura Brenda MK..

### Loti III Mirëmbajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore te Siemens

N R	Emerti mi l Pajisjes	Prodhuesi/mod eli	Sasia total e	Vendndodh ja	Sherbimet	Njesi a	Sasia
1	Echo zemre	Siemens	1	Kardiolog ji Poliklinik e	1. F.V. Nderrim Boxi	cope	1
					2. F.V. Zevendesim I panelit te kontrollit	cope	1
					3. F.V.System SW acuson X300	cope	1

**Afati i kontrates :** Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës Brenda MK me afat 24 muaj nga marrëveshja kuadër. Shërbimi do të ofrohet sipas Mini - Kontratave të lidhura Brenda MK..

## II. Argumentimi i specifikimeve teknike

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCËS:

### *(TË NJEJTA PËR TË GJITHA LOTET)*

Specifikimet Teknike të Përgjithshme

1. Operatori Ekonomik duhet të ketë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).
2. Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve.
3. Stafi (i të Kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambjentet e Kontraktuesit dhe të shoqerohet nga stafi i Sektorit të IT-se.
4. Ofertuesi (Operatori Ekonomik) duhet të lëshojë një Deklaratë me anë të së cilës merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij gjatë kohës së punës në ambjentet e Spitalit Rajonal Berat dhe kjo e fundit nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura të punonjësve të Operatorit Ekonomik në ambjentet e saj.

Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore

1. Mirëmbajtja parandaluese apo preventive të pajisjeve mjekësore duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit përkatës për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e tyre dhe pjesëve përbërëse, për të ruajtur pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetërimi apo përkeqësimi i performancës.
2. Operatori Ekonomik (Ofertuesi) duhet të paraqesë Rekomandimet nga prodhuesi i pajisjes/ve dhe një plan veprimesh të mirëmbajtjes parandaluese që përcakton periodicitetin, procedurat operative dhe protokollet që synon të përdorë, përfshirë kalibrimet.
3. Me lidhjen e kontratës duhet kryer për çdo pajise mirëmbajtja preventive, sipas planit të paraqitur. Operatori Ekonomik (OE) duhet të planifikojë dhe koordinojë mirëmbajtjen preventive në bashkëpunim me stafin e Sektorit të IT-se dhe përdoruesin (stafin mjekësor), dhe ta kryejë jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i kontratës.
4. Pavarësisht planit të parashikuar të mirëmbajtjes preventive, OE duhet të kryejë kontroll periodik mujor të funksionimit të pajisjes.
5. Në përfundim të çdo kontrolli apo mirëmbajtjeje preventive të kryer, duhet të mbahet një raport për faktin. Raporti duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i Sektorit të IT-se dhe

Inxhinieri/Tekniku i OE i cili do të kryejë kontrollin/mirëmbajtjen. Modeli i këtij raporti është i standartizuar nga AK.

6. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë kontrolle apo verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore:

1. Ndërhyrjet e mirëmbajtjes korigjuese konsistojnë në përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionimi, në identifikimin e shkaqeve, eliminimin e tyre dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, për garantimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe sigurisë së saj.
2. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshëm/e gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me të, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund të jenë: Bllok ushqimi, fisha, sensorë, filtra sigurie, pjesë elektronike, elektrike, mekanike, hidraulike, valvula, pjesë mekanike, bateri, touch screen, motorrë, dopler, bordi i perpunimit të imazhit etj, dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
3. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar e verifikuar defektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve (me e-mail dhe/ose telefon të të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Sektori i IT-se për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.
4. Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 48 orë pas marrjes së njoftimit.
5. Në rast se konstatohet se për korigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit, të standartizuar nga AK, për nevojën e pjesëve të këmbimit të firmosur nga specialisti i Sektorit të IT-se, Staf i mjekësor përdorues i pajisjes dhe inxhinieri i Shoqërisë së kontraktuar (OE).
6. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të garantojë që nuk do të jalojë afatin prej 10 ditësh për vendosjen në funksion të pajisjes/ve.
7. Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë kalibrimet e nevojshme, verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
8. Pas çdo riparimi, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorësh, pajisja duhet të rivendoset në gjendje të plotë pune.
9. Lëvizja, spostimi, çmontimi dhe rimontimi i pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes korigjuese është në ngarkim dhe përgjegjësi të të Kontraktuarit.
10. Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal (i standartizuar nga AK) apo Raport Servisi, formati i të cilit miratohet dhe unifikohet nga AK, që përshkruan në mënyrë të detajuar dhe të qartë defektin/problemin, pjesët e zëvendësuara në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i Servisit duhet të firmoset nga Shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja ose persona të autorizuar prej tij (staf mjekësor përdorues i pajisjes), specialisti i Sektorit të IT-se dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
11. Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë

1. Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të çertifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
2. Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
3. Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)\* vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.



(Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse difekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arritjen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)

Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore

1. Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
2. Operatori Ekonomik duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
3. Në përfundim të cdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të IT-se dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë (OE) që kryen testin.
4. Pas cdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
5. Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
6. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

#### **FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT**

##### ***(TË NJEJTA PËR TË GJITHA LOTET)***

Shërbimi që kërkohet: “Mirembajtje Parandaluese dhe Korrigjuese e Aparaturave Mjekësore me 3 (tre) Lote ” me percaktimet si me poshte:

- 1 Loti 1 Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore Spitalit
- 2 Loti 2 Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore te Maternitetit
- 3 Loti 3 Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore te Siemens

***Shënim: Oferta e paraqitur nga operatorët ekonomik të interesuar duhet të paraqitet cmimi/vlera për zerat sipas ofertes ekonomike.***

#### **Afatet e ekzekutimit:**

**Kohëzgjatja e kontratës:** 24 muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër .

Kontratat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE fitues për çdo lot, me afat përfundimtar, 24 muaj nga lidhja e MK.

#### **FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS**

##### ***(TË NJEJTA PËR TË GJITHA LOTET)***

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: “Mirembajtje Parandaluese dhe Korrigjuese e Aparaturave Mjekësore me 3 (tre) Lote ” me percaktimet si me poshte:

- 1 Loti 1 Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore Spitalit
- 2 Loti 2 Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore te Maternitetit
- 3 Loti 3 Mirembajtje Parandaluese Korrigjuese e Pajisjeve Mjekësore te Siemens

#### **Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore**

- Mirëmbajtja parandaluese apo preventive të pajisjeve mjekësore duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit përkatës për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e tyre dhe pjesëve përbërëse, për të

ruajtur pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetërimi apo përkeqësimi i performancës.

- Operatori Ekonomik (Ofertuesi) duhet të paraqesë Rekomandimet nga prodhuesi i pajisjes/ve dhe një plan veprimesh të mirëmbajtjes parandaluese që përcakton periodicitetin, procedurat operative dhe protokollet që synon të përdorë, përfshirë kalibrimet.
- Me lidhjen e kontratës duhet kryer për çdo pajisje mirëmbajtja preventive, sipas planit të paraqitur. Operatori Ekonomik (OE) duhet të planifikojë dhe koordinojë mirëmbajtjen preventive në bashkëpunim me stafin e Sektorit të IT-se dhe përdoruesin (stafin mjekësor), dhe ta kryejë jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i kontratës.
- Pavarësisht planit të parashikuar të mirëmbajtjes preventive, OE duhet të kryejë kontroll periodik mujor të funksionimit të pajisjes.
- Në përfundim të çdo kontrolli apo mirëmbajtjeje preventive të kryer, duhet të mbahet një raport për faktin. Raporti duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i Sektorit të IT-se dhe Inxhinieri/Tekniku i OE i cili do të kryejë kontrollin/mirëmbajtjen. Modeli i këtij raporti është i standartizuar nga AK.
- Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë kontrole apo verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

#### Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore:

- Ndërhyrjet e mirëmbajtjes korigjuese konsistojnë në përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionimi, në identifikimin e shkaqeve, eliminimin e tyre dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, për garantimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe sigurisë së saj.
- Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjesë të mundshëm/e gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me të, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund të jenë: Bllok ushqimi, fisha, sensorë, filtra sigurie, pjesë elektronike, elektrike, mekanike, hidraulike, valvula, pjesë mekanike, bateri, touch screen, motorrë, dopler, bordi i perpunimit të imazhit etj, dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar e verifikuar defektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve (me e-mail dhe/ose telefon të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Sektori i IT-se për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.
- Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 48 orë pas marrjes së njoftimit.
- Në rast se konstatohet se për korigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit, të standartizuar nga AK, për nevojën e pjesëve të këmbimit të firmosur nga specialisti i Sektorit të IT-se, Stafit mjekësor përdorues i pajisjes dhe inxhinieri i Shoqërisë së kontraktuar (OE).
- Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të garantojë që nuk do të jalojë afatin prej 10 ditësh për vendosjen në funksion të pajisjes/ve.
- Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë kalibrimet e nevojshme, verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
- Pas çdo riparimi, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorësh, pajisja duhet të rivendoset në gjendje të plotë pune.
- Lëvizja, spostimi, çmontimi dhe rimontimi i pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes korigjuese është në ngarkim dhe përgjegjësi të Kontraktuarit.
- Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal (i standartizuar nga AK) apo Raport Servisi, formati i të cilit miratohet dhe unifikohet nga AK, që përshkruan në mënyrë të detajuar dhe të

qartë defektin/problemin, pjesët e zëvendësuara në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i Servisit duhet të firmoset nga Shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja ose persona të autorizuar prej tij (staf mjekësor përdorues i pajisjes), specialisti i Sektorit të IT-se dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

- Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesore

- Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të çertifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
- Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqëruar sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
- Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)\* vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

(Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arrijtjen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)

Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore

- Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
- Operatori Ekonomik duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
- Në përfundim të cdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të IT-se dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë (OE) që kryen testin.
- Pas cdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
- Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
- Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

**Afatet e ekzekutimit: Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës Brenda MK me afat 24 muaj nga marrëveshja kuadër. Shërbimi do të ofrohet sipas Mini - Kontratave të lidhura Brenda MK.**

**Detyrat:** Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi, mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo defekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike, inspektimin e sigurisë elektrike të pajisjeve mjekësore, furnizim dhe ndërrimin e pjesëve të këmbimit dhe aksesoreve si dhe transferimin dhe instalimin me kërkesë nga Autoriteti Kontraktues.

**Shpërndarja:** Në godinat e Spitalit Rajonal Berat dhe Polikliniken e Specialiteteve, në të gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekësore të cilat janë përcaktuar në tabelat e detajuara dhe do të rifreskohen në momentin e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik fitues.

**Vendi i kryerjes së shërbimeve:** Spitalit Rajonal Berat dhe Polikliniken e Specialiteteve.

**Shënim:** Kontratat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE fitues për çdo lot, me afat përfundimtar, 24 muaj nga lidhja e MK.

Kontratat do të lidhen sipas loteve, me zëra të veçantë, bazuar në periudhën e garancisë.

Kontratat do të lidhen, me kërkesën e Sektorit të IT-se bazuar në periudhën e mbulimit të shërbimit, të përcaktuara nga kjo drejtori brenda periudhës së Marrëveshjes Kuadër.

### **Specifikimet teknike**

**Argumentimi:** Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, “b) në rast të prokurimit publik të mallrave ose shërbimeve, specifikimi me të cilin përkufizohen karakteristikat e prodhimit ose shërbimit, siç janë niveli i cilësisë, ndikimi mbi mjedisin jetësor dhe ndikimet klimatike, përshkrim i të gjitha kushteve, duke përfshirë edhe arritshmëri për persona me aftësi të kufizuar dhe vlerësim të përputhshmërisë, niveli i realizimit, shfrytëzimi i prodhimit, siguri ose dimensione, duke i përfshirë edhe kërkesat relevante për produktin në raport me emërtimin me të cilin shitet, terminologjinë, simbolet, testimet dhe metodat për testim, paketimin, shënimin dhe etiketimin, si dhe udhëzime për përdorim, proceset dhe metodat e prodhimit në secilën fazë të jetëgjatësisë së mallrave dhe shërbimeve, si dhe procedura për vlerësim të përputhshmërisë” si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, “Në procedurat e prokurimit për shërbime, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë qartë në termat e referencës, natyrën, objektin, qëllimin, specifikimet teknike dhe afatet kohore të shërbimit që do të kryhet.”

Argumentimi: Specifikimet teknike janë hartuar për të 3 (tre) lotet nga Specialist i fushës Inxhinier Biomjekësor të miratuara me shkresën me Nr. 1724 Prot., datë 28.04.2023.

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

### NJESIA E PROKURIMIT

Aida Doko

Armelin Çili

Kamela Halitaj

### MIRATOI

### TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANILA KALA