



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË  
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë, më \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2024

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)**

[26.02.2024]

Drejtuar: “BOE “ATOM”sh.p.k & “FEDOS” sh.p.k., përkatësisht me NIPT L22203042N dhe K01514009I

“ATOM”sh.p.k me NIPT L22203042N

Adresa: *Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Nr.56, Kati i 1*

“FEDOS” sh.p.k me NIPT K01514009I

Adresa: *Rruga"Kujtim Laro"-Tirane,Nr pasurie 3/22,Kati 2*

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur, mallra

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-85785-10-30-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “*Digjitalizimi i Njesisë Laboratorike të Histologjisë*” me fond limit 13,099,697 (trembëdhjetë milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme: NUK KA

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. BOE “ATOM” sh.p.k. & “FEDOS” sh.p.k., përkatësisht me NIPT L22203042N dhe K01514009I, me ofertë ekonomike 12,980,000 (dymbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
2. Operatori ekonomik “BNT Electronics” sh.p.k., me NIPT J61817047D, me ofertë ekonomike 10,501,000 (dhjetë milion e pesëqind e një mijë) lekë pa TVSH.
3. Operatori ekonomik “KRIJON” sh.p.k., me NIPT K12023001A, me ofertë ekonomike 9,876,000 (nëntë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “KRIJON” sh.p.k., me NIPT K12023001A:

- Nuk përmbush kriterin pika 2.3.1.a) “*Operatori ekonomik për artikujt e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit duhet të paraqesë certifikatën “Për sistemin e menaxhimit të cilësisë” ISO 9001:2015, ose ekuivalente, (të përkthyer në shqip dhe të noterizuar) të lëshuar*

*nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga DPA, ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të artikujve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit).”*

Certifikata ISO 9001:2015 e dorëzuar nga ana e operatorit ekonomik “KRIJON” sh.p.k është me objekt “Tregtim, instalim dhe shërbim pas shitjes i pajisjeve laboratorike analitike dhe diagnostike, instrumentave të monitorimit të mjedisit, mjeteve të higjenës dhe sigurisë në punë, instrumentat matës, reagentëve kimike dhe diagnostike, produkteve njëpërdorimshme të laboratorit”.

Nga shqyrtimi i certifikatës ISO 9001:2015 rezulton që operatori ekonomik “KRIJON” sh.p.k, nuk është i certifikuar për të gjithë artikujt objekt prokurimi, përkatësisht për pajisjet kompjuterike dhe si pasojë nuk vërtetohet se kryen të gjitha aktivitetet sipas standarteve të cilësisë të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

**Për artikullin nr.3:** “Mikroskop trinokular profesional për citologji, kompletuar me kamera imazhi video, fotografimi për mikroskop, softëare përpunimi imazhi, PC me monitor dhe printer lazer me ngjyra”, operatori ekonomik ka paraqitur katalogun e përkthyer në shqip dhe noterizuar ku mikroskopi tregtohet nga OPTIKA MICROSCOPES ITALY me të cilin ka autorizim, por për PC dhe monitor është paraqitur monitor model i firmës **DELL**, për të cilën operatori nuk disponon autorizim ose marrëveshje bashkëpunimi.

2. “**BNT Electronics**” sh.p.k., me NIPT **J61817047D**, me ofertë ekonomike 10,501,000 [dhjetë milion e pesëqind e një mijë] lekë pa TVSH.

**Lidhur me përmbushjen e pikës 2.3.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë/brosurë me të dhënat teknike për pajisjet e ofruara, ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike për artikujt e kërkuar. **Në katalogë, të markohen në mënyrë të qartë dhe të dallueshme specifikimet, sipas modelit të deklaruar.** (Katalogu duhet të ngarkohet në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST). Katalogjet do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet Sistemit Elektronik të Prokurimit, nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në SEP nga operatori ekonomik “**BNT ELECTRONICS**” sh.p.k., KSHA konstaton se janë paraqitur katalogët për artikujt e kërkuar, ku me specifikisht janë konstatuar:

**1. Mikroskop binokular për studentët – Ofertuar modeli N-300M nga kompania Ningbo Yongxin Optics CO. LTD.:**

- Mikroskop binokular me fushë të ndriçuar për metoda observimi me ndriçim të transmetuar. [Plotësohet](#)
- Zmadhimi maksimal: të paktën 1000 X. [Plotësohet](#)
- Me kokë binokulare me pjerrësi 30° dhe rrotullim 360°. [Pjerrësi 30°, jo rrotullim 360°](#)
- Të ketë rregullim dioptrik në njerin nga okularet. [Nuk e ka](#)
- Okularet me zmadhim 10 X me numer fushe jo më pak se 18mm. [Plotësohet](#)
- Okularet të këna pike shikimi të lartë në mënyrë që të përdoren nga personat me syze optike. [Nuk plotësohet/specifikohet](#)

- Te kete mbajtese te objektivave me te pakten 4 pozicione e rrotullueshme nga te dy drejtimet. [Nuk plotësohet](#)
- Te furnizohet me objektive planar 4X, 10X, 40X, 100X me trajtim antifungal. [Plotësohet pjesa e parë, nuk ka trajtim antifungal](#)
- Tavoline mekanike me mbajtese mostre, me permasa te pakten 120mm x 110mm me shkalle Vernier me saktesi 0.1 mm. [Përmasat e tavolinës 140x140 mm/75 x 75 mm](#)
- Diapazoni i levizjes i tavolines se punes: te pakten 70x30 mm. [Nuk plotësohet](#)
- Kondensues Abbe me aperture numerike 1.25 i fokususeshem me rrotullim. [Nuk plotësohet](#)
- Ndricimi LED me fuqi 3W – 6W dhe temperature ngjyre te pakten 6300 K. [Nuk plotësohet](#)
- Jetegjatesia e llampes: jo me pak se 60000 ore pune. [Nuk plotësohet](#)
- Mekanizëm fokusimi koaksial i trashe dhe i imët me ndalesë limit për të parandaluar kontaktin midis objektivit dhe mostrës.
- Rezolucioni i fokusimit:  $\leq 0.004$  mm. [Nuk plotësohet](#)
- Tension i rregullueshëm i rrotulles të fokusimit të ashper. [Nuk plotësohet](#)
- Te perfshihet me mikroskopin: Mbulese per pluhurat dhe vaj imersioni. [Nuk plotësohet](#)

**a. Mikroskop trinokular - Ofertuar modeli NE700-E nga kompania Ningbo Yongxin Optics CO. LTD.:**

- Me fushe te ndriçuar per metode observimi me drite te transmetuar. [Plotësohet](#)
- Porte trinokulare per kamera me shperndarje drite 50/50. [Plotësohet](#)
- Tub siedentopf me perkulje 30° me kompensim dioptrik ne okularin e majte. [Plotësohet](#)
- Diametri i tubit jo me pak se 28 mm. [Plotësohet](#)
- Distanca interpupilare te pakten ne diapazonin: 50-75mm. [47-78mm](#)
- Te kete okular planar me zmadhim 10X dhe me numer fushe jo me pak 22 mm. [Plotësohet](#)
- Okularet te kene pike shikimi te larte ne menyre qe te perdoren nga personat me syze optike dhe kapuç gome. [Nuk plotësohet/specifikohet](#)
- Tavoline pune minimalisht 230 X145 mm, me shkalle vernier me saktesi 0.1 mm. [235X150mm](#)
- Levizja e tavolines se pune te pakten: 75 X 52 mm. [78mmX54mm](#)
- Te kete te perfshire mbajtesen e mostres. [Plotësohet](#)
- Mekanizmi i fokusimit koaksial i trashe dhe i imet me shkallezim 0.002mm. [0.001mm](#)
- Te kete 5 pozicione per vendosjen e objektivave e rotullueshme ne te dy drejtimet. [Nuk plotësohet/specifikohet objektivet e rrotullueshëm në të dy drejtimet](#)
- Te shoqerohet me objektive 4X, 10X, 40X, 100X planar me sistem optik me korigjim ne infinit. [Nuk plotësohet/specifikohet infinit](#)
- Distanca parfokale te pakten 45mm. [Nuk plotësohet/specifikohet](#)
- Te siguroje fushe te sheshte deri ne F.N 22. [Nuk plotësohet](#)
- Sistem ndricimi Kohler i plote. [Plotësohet](#)
- Ndricimi LED me fuqi 3W – 6W dhe temperature ngjyre te pakten 6300 K. [Plotësohet fuqia e ndriçimit, por jo temperatura e ngjyrës](#)
- Jetegjatesia e llampes te pakten 60000 ore pune. [Nuk plotësohet](#)
- Te kete Kondensues tip swing -out me N.A. 0.2/0.9 i cili te kete mundesi te hiqet. [Plotësohet](#)
- Kondensuesi te kete sistem qenderzimi dhe diafragem irisi. [Plotësohet](#)

- Te perfshihet me systemin: vaji i imersionit, mbulesa e pluhurave, Kompjuter i kompletuar me monitor, kamera per mikroskop, program profesional per perpunimin e imazhit te mikroskopit. [Nuk plotësohet/specifikohet](#)

### **3. b. Kamer mikroskop - Ofertuar modeli HDCE-X20 nga kompania Ningbo Yongxin Optics CO. LTD.:**

- Te shoqerohet me kamera me ngjyra me rezolucion jo me te vogel se 20MP [Plotësohet](#)
  - Numri i pikselave jo me pak se 5440 X 3648 [Nuk plotësohet/specifikohet për këtë lloj kamere. Ndërkohë për 15@5440x3648, dhe për 50@2736x1824](#)
  - Permasat e pikselave: 2.4 X 2.4 um [Plotësohet](#)
  - Teknologjia e sensorit: CMOS [Plotësohet](#)
  - Shpejtesia e imazhit (fps):
    - jo me e vogel se 15 ne rezolucion maksimal. [Plotësohet 17 frames për 21M Rezolution](#)
    - Jo me e vogel se 60 ne 1824 X1216 [Nuk plotësohet/specifikohet](#)
  - Diapazoni i filtrit IR te pakten nga 380-650 nm [Nuk plotësohet/specifikohet](#)
  - Me dalje USB3.0 [Plotësohet](#)
  - Te kete C-mount per lidhjen me mikroskopin. [Plotësohet](#)
  - Te shoqerohet me software per manipulimin e imazhit ne kompjuter [Plotësohet](#)
4. volina mikroskopi për studentë (për 1 klasë laboratorike) - Ofertuar modeli “tavolina pune” nga kompania Mobileri Oltjon Disha.:
1. Syprina e tavolinave të jetë me shtresë mbrojtëse ndaj lëndëve laboratorike gërryese, lagështirës dhe temperatures.
  2. Në trupin ballor të çdo tavoline të jenë të montuar nga 3 priza për sigurimin e burimit të energjisë për mikroskopët (3 mikroskopë në çdo tavolinë).

Për këtë artikull nuk është paraqitur broshurë/ katalog origjinal nga prodhuesi, apo me firmë, vulë dhe të dhënat e këtij të fundit, por është dorëzuar vetëm ilustrimi i kërkuar nga AK në DST.

Për sa më sipër, referuar parashikimeve të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, si edhe ligjit nr. 89, datë 17.07.2014 “Për pajisjet mjekësore”, i ndryshuar, konkretisht neni 17, Operatori ekonomik i sipërcituar nuk e përmbush pikën 2.3.2.

**III- Për sa i përket argumentit të OE ankues lidhur me skualifikimin e kompanisë “BNT Electronics” sh.p.k. pasi nuk ka plotësuar kriterin kualifikues të pikës 2.3.4. të shtojcës 7 të DST,** nga shqyrtimi i ofertës teknike të paraqitur nga ku operator ekonomik rezulton se ka shënuar vetëm fjalën “CE” për artikujt 1, 3, 4, 5, 6, pa shënuar as numër/datë certifikate apo direktive/standard që plotësojnë pajisjet. Gjithashtu në SPE nuk është dorëzuar asnjë certifikatë konformitetit CE / deklarata të konformitetit CE (në varësi të klasifikimit të artikujve) për artikujt e kërkuar.

Për sa më sipër, referuar parashikimeve të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, si edhe ligjit nr. 89, datë 17.07.2014 “Për pajisjet mjekësore”, i ndryshuar, konkretisht neni 17, Operatori ekonomik i sipërcituar nuk e përmbush pikën 2.3.4.

Operatorët ekonomik të kualifikuar pas vendimit të KPP, me nr.06/9 prot., datë 26.01.2024 dhe administruar me numer protokollit nr.3058/50 prot., datë 01.02.2024 dhe vendimi me nr.6/13 prot., datë 21.02.2024, si më poshtë:

1. BOE “ATOM”sh.p.k& “FEDOS” sh.p.k., përkatësisht me NIPT L22203042N dhe K01514009I, me ofertë ekonomike 12,980,000 [dymbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë] lekë pa TVSH

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ATOM”sh.p.k& “FEDOS” sh.p.k., përkatësisht me NIPT L22203042N dhe K01514009I me adresat: **“ATOM”sh.p.k** me **NIPT L22203042N**, adresa: *Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Nr.56, Kati i 1* **“FEDOS” sh.p.k** me **NIPT K01514009I**, adresa: *Rruga"Kujtim Laro"-Tirane,Nr pasurie 3/22,Kati 2* me ofertë ekonomike 12,980,000 [dymbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë] lekë pa TVSH , kualifikohet si Oferta e Suksesshme ekonomike

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 *“Për Prokurimin Publik”*.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**