



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROTJES SOCIALE  
DREJTORIA SHËRBIMIT SPITALOR “DR.STEFAN GJONI”  
KRUJË

[spitalikruje@shendetesia.gov.al](mailto:spitalikruje@shendetesia.gov.al)

Kruje me 14.11.2023

**PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - MALL**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“ *Blerje ROGRAFI DIXHITALE* ” .

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): (33000000-1 )

“*Blerje Rografi Dixhitale*”

procedure e hapur thjeshtuar.

**REF-87557-11-14-2023**

VLERA E FONDIT LIMIT:

*5 543 000 (pese milion e peseqind e dyzet e tre mije) lekë pa tvsh*

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Drejtorja e Sherbimit Spitalor Kruje ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

**1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

*a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës8*

*b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”

## **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

Sipas percaktimeve të bera në Shtojcën 8 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit**).

### **Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

Sipas percaktimeve të bera në Shtojcën 8 të DST-ve (**Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit**).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". (Nuk është i aplikueshem)

### **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**1-a)** Operatori ekonomik nuk duhet të ketë detyrime të taksave dhe tarifave vendore përfshirë edhe ato të vitit 2023 të njohura nga ana e njësive vendore ku operatori ekonomik ka selinë në rast se janë plotësuar afatet e maturimit të detyrimeve vendore për periudhën e mesipërme në përputhje me kërkesat e ligjit nr 9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. *(Edhe në rastet e bashkimit të operatorëve duhet të ketë vertetimin e shlyerjes së taksës vendore 2023 për secilin operator)*

**Shenim-**Per të përmbushur këto kriter në fazën e ofertimit është e mjaftueshme paraqitja e deklaratës, sipas shtojcës nr.8, ndërsa operatori ekonomik i klasifikuar i pari, në përputhje me nenin 26.6 të VKM Nr. 285, datë 19.5.2021, duhet të dorëzojë dokumentacionin provues si më poshtë:

Vertetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore përfshirë edhe detyrimet vendore për vitin 2021 të lëshuar nga ana e njësive vendore ku operatori ekonomik ka selinë sipas QKB, në rast se janë plotësuar afatet e maturimit të detyrimeve vendore për periudhën e mesipërme në përputhje me kërkesat e ligjit nr 9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar. *(Edhe në rastet e bashkimit të operatorëve)*

### **2.2 Kapaciteti teknik:**

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.3.1.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tri viteve të fundit me një vlerë jo më të vogël se 20 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht jo më pak se 1 108 600 (një milion e njëqind e tetë mijë e gjashtëqind) leke pa t.v.sh Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

*Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore sa më sipërcituar dhe vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet. Referuar sa më sipër dhe me qëllim njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë, përvojën e duhur në funksion të realizimit me sukses të kontratës autoriteti kontraktor ka përcaktuar vlerën për kontratat e ngjashme.*

2. Operatori ekonomik duhet të deklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese.

**Kërkohet deklarate e ofertuesit mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese ose vetëdeklarim i distributorit të autorizuar) për secilin artikull për respektimin të specifikimeve teknike të kërkuara nga shërbimi mjekesor.**

**Argumentimi:** Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompanin prodhuese për identifikimin në mënyrë të qartë gjatë levrimit të tij dhe për të pasur siguri që i njëjti mall i ofruar do të levrohet në destinacion në përputhje me nenin 40 pika 6 dhe 8 të vkm 285 date 19.05.2021 ” Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Keto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësive për njohjen e mundësive se operatorik ekonomik për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objektprokurimi.

Operatori ekonomik i shpallur fitues duhet të marrë përsipër të furnizoje/transportoje mallin (rografi dixhitale) e objekt kontrate, në vendet e përcaktuara nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Spitalor “Dr. Stefan Gjoni “Kruje me mjetet e tij që ka në dispozicion sipas kërkesës së AK sipas kushteve të përcaktuara në kontratë .

**Shenim:** Në zbatim të nenit 82.5 të Ligjit nr 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe të pikës 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet : “Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike<sup>1</sup>. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.

*Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike.*

**2. Pajisjet mjekesore të jenë të certifikuara në CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara. Kjo pike mund të plotësohet edhe nëpërmjet paraqitjes së autodeklaratës/deklaratës konformiteti (DC), nga operatori ekonomik. Kërkohet Autodeklarate për pajisjet mjekesore nga ofertuesi për konformitetin me normat MDD 93/42/EEC/Regulation (EU) 2017/745/ose ekuivalent (sipas aplikimit të vlefshmerisë)**

---

<sup>1</sup> Ndryshuar me Vendimin Nr. 710 datë 24.11.2021

**Argumentim:** Ky kriter vendoset në përputhje me pikën 6/c të nenit 40 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, lidhur me dëshmitë për rezultatet e testimeve zyrtare të lëshuara nga institucione të autorizuar që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike. Certifikimi CE i këtyre materialeve është obligator në zbatim të Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”(nenit 17 dhe 18) si dhe rekomandimit të APP nr. 3341/1 datë 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në DT të procedurave të prokurimit”.

**3. Për të gjithë artikujt e ofruar të paraqiten katalogje, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (të markuara sipas artikullit) të percaktuar në formularin e ofertës.**

**Argumentim:** Ky kriter vendoset në përputhje me pikën 6/b të nenit 40 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, lidhur me dëshmitë për fotografitë ose katalogët teknike.

**4. Neqoftese ka dokumenta në gjuhë të huaj ato duhen të jenë të përkthyer në shqip dhe të noterizuara .Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorzimit të një dokumenti , ose të dokumentave të rreme e të pasakta , konsiderohen si kusht për skualifikim .**

**6. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar me ISO 9001:2008 ose 9001:2015 për distribuim, tregëtim të pajisjeve mjekësore Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse të përkthyer dhe të noterizuar a) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, me objekt aktiviteti të certifikates për tregëtim të materialeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata duhet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.**

**b) Operatori ekonomik ofertues në rastet kur nuk është prodhues i artikujve objekt prokurimi, duhet të paraqesë autodeklaratë që furnizuesi nga i cili siguron artikujt objekt prokurimi është i certifikuar konform standarteve të cilësisë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” ose ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, të vlefshme, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.**

**Argumentim:** Ky kriter vendoset në përputhje me të nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, lidhur me certifikimin e cilësisë së mallrave objekt prokurimi.

**Kërkohet deklaratë e ofertuesit mbi origjinën e mallit (vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese ose vetëdeklarim i distributorit të autorizuar) për artikullin (objekt prokurimi) për respektimin të specifikimeve teknike të kërkuara . Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë**

originën e mallit dhe kompaninë prodhuese, kjo të plotësohet në Shtojcën 2. Lista e Çmimeve të artikujve të DST.

**Argumentimi:** Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompanisë prodhuese për identifikimin në mënyrë të qartë gjatë levrimit të tij dhe për të pasur siguri që i njëjti mall i ofruar do të levrohet në destinacion në përputhje me nenin 40 pika 6 dhe 8 të vkm 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik". Këto kërkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësive për njohjen e mundësive së operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt

e) Operatori duhet të paraqesë "Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore", të leshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 "Për pajisjet mjekësore ( të vlefshme sipas kërkesave ligjore në fuqi

## II Argumentimi i specifikimeve teknike

- gj) Autoriteti Kontraktor do të bëjë verifikimin e dokumentacionit të operatorit fitues para lidhjes së kontratës, në përputhje me vetedeklarimin e bërë gjatë fazës së ofertimit. Konstatimi i mospërputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit të dorëzuar përben kusht s'kualifikimi.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për furnizimin e pajisjes mjekësore sipa afatit të përcaktuar
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të konfirmojë venien në punë të pajisjes mjekësore si dhe të trajtojë personelin për përdorimin e saj.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pajisjen mjekësore në të cilën duhet të saktësojë se periudha e garancisë do të jetë të paktën një vit nga momenti i dorëzimit.

### 1. Rografi Dixhitale.

*Grafia portative dixhitale duhet të ketë një sistem portative me rrota për levishmeri të lartë, me sistem frenimi të intergruar,*

*Me rregullim rrotullimi të tubit për qëndrim të lehtë të rezerve X. Rregullim I lartësisë në diapazonin 45-205 cm±5 cm .*

*Panel kontrolli me ekran të sheshtë me ngjyra min 19- inch, me prekje .*

*Madhesia e pikselit 140 mikrometra ose më shumë .*

*Ruajtje ,transferim dhe printim I të dhënave në sistem DICOM. ( e pajtueshme me softuerin e shikimit e imazhit radiologjik,pas-perpunimit, ruajtjes dhe printimit .*

*Pajisur me anode rrotulluese 3000 rpm. Kapaciteti I magazinimit të nxehesise 110 kHu-+5. Pajisur me gjenerator me fuqi 15 kw me frekuence të lartë .*

*Zgjedhje interactive e parametrave te punes 125 kv,320 ma,250 mas . Te kete treguesit dhe alarmed (visual dhe akustik ) te rrezatimit .*

*Telekomanda , e lidhur me kabullo te palosshem te pakten 4 metra (m) e gjate ose wireless. Softwer per vizualizimin,pas-perpunimit baze,ruajtjen dhe printimin e imazheve radiologjike te perfshira, te gjitha programet kompjuterike te kerkuara dhe te jene te instaluara.*

*Model kompakt I mundshem per tu future ne nje ashensor standart, me e madhe se 350 kg dhe lartesi nen 2 m kur transportohet. Te pajisur me kater rrota te pkten dy prej tyre te jene me mekanizem frenimi. Kapaciteti I ruajtjes ne njesine kryesore 2000 imazhe ose me shume.Pajisur me kolimator me ndricim Led,shinjestrin Laser dhe filtra pediatrike. Furnizuar me detector dixhital, te sheshte, me permasa te peraferta 36 x43 cn +- 5 cm. Teknologji Silic Amorfi TFT ose ekuivalent. Komunikimi wireless I detektorit me njesine e perpunimit te imazheve. Rezolucioni minimal ne pikselit jo me e madhe se 140  $\mu$ m.*

*Sistem Robust, I transportueshem, per t'u levizur manualisht nga stafi .Pajisur me funksionin DAP per matjen e dozave se rrezatimit . Pajisur me software per marrjen e imazheve dhe perpunimin e tyre me algoritma te dedikuara sipas pozicioneve anatomike perkatese.*

*Pajisja vertikale dhe shtratin levizes , per realizimin dhe funksionin e kabinetin radiologjik .*

**NJESIA E PROKURIMIT PUBLIK:**