



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL “MEMORIAL” FIER
NJËSIA E PROKURIMIT



Nr. _____ Prot.

Fier, më 12.01.2024

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[12.01.2024]

Drejtuar: BOE: “O.E.S DISTRIMED” sh.p.k & “Montal” sh.p.k , me adresa:
“Montal” sh.p.k me adresë : Rr. Dervish Hima, 3 Kullat, K3 A9/2, Tirana, Albania
“O.E.S DISTRIMED” sh.p.k me adresë : Bulevardi Bajram Curri, Rruga Nikollë Kacorri,
Tiranë, kodi postar 1022.

Procedura e prokurimit/lotit: “E hapur ”

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-88740-11-22-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **39 897 110,00** (tridhjetë e nente milion e tetqind e nentedhjetë e shtate mijë e njeqind e dhjetë :) Lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës: **me afat 12 muaj.**

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): **Buletini i Njoftimeve Publike nr.96 datë 30.11.2023.**

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. BOE “Montal” sh.p.k
“O.E.S DISTRIMED” sh.p.k

**J62009007F &
K31520054N**

¹ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

- Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
 - Vlera **39692520 (tridhjetenente milione e gjashtëqind e nentedhete dy mije e peseqind e njetete) lekë pa tvsh.**
2. **“BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k** **J61827062E**
- Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
 - Vlera **0 (zero) lekë pa tvsh**
3. **“T R I M E D” sh.p.k** **K51612031J**
- Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
 - Vlera **32 100 395(tridhjetete e dymilione e njeqind mije e treqind e nentedhjetete e pese)leke pa tvsh**

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

- 1. “BIOMETRIC ALBANIA” sh.p.k** **J61827062E** Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
- Mungon gjithë dokumentacioni i kërkuar për këtë procedurë prokurimi për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme dhe të vecanta përkatëse .
- Ka paraqitur vetëm autorizim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për tregtim me shumicë të pajisjeve mjekësore.
- 2.“T R I M E D” sh.p.k** **K51612031J** Kriteri 2.3.1 - Nuk plotësohet , pasi faturat dhe kontratat e

paraqitura në sistem nuk dëshmojnë për furnizime të mëparshme të ngjashme për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të kryera gjatë tre viteve të fundit , në një vlerë jo më të ulët se 10 000 000 lekë .

Kriteri 2.3.8- Nuk plotësohet, pasi në katalogje artikujt nuk janë sipas specifikmeve teknike të përcaktuara në DST, gjithashtu katalogjet nuk janë të përkthyer dhe artikujt e ofruar në katalogun perkates nuk janë sipas numrit rendor (te markuara sipas artikullit) te percaktuar ne formularin e ofertes.

Nuk ploteson specifikimet teknike si me poshte:

1- Set per pergatitjen per koronografine angioplastike- Artikulli nr.1 eshte kerkuar kit (kateter I majte dhe I djathte Judkins 6 F- 4/0 (100 CM) , dhe introduktor 6 F normal me mini guide shoqeruese) ndersa operatori Trimed ka ofruar nje kit qe nuk ka lidhje me kerkesen pasi asnje nga elementet e kerkuara nuk eshte pjese e kitit te ofruar.

2- Set per pergatitjen per koronografine angioplastike- Artikulli nr.17 nuk ploteson specifikimet teknike pasi asnje nga elementet e ofruara nuk perkojne me specifikimet teknike te setit te kerkuar.

3- Set per pergatitjen per koronografine angioplastike- Artikulli nr. 30 eshte kerkuar ne 6 F me gjatesi 10-13 cm dhe nuk eshte ofruar.

4- Set per pergatitjen per koronografine angioplastike- Artikulli

nr. 31 eshte kerkuar ne 7 F me gjatesi 10-13 cm dhe eshte ofruar me gjatesi 8 cm.

5- Set per perгатitjen per koronografine angioplastike- Artikulli nr. nr.15, eshte kerkuar ne dy opsione dhe operatori ka ofruar vetem njerin opsion- finger rings.

6- Set per perгатitjen per koronografine angioplastike- Artikulli nr.8 nuk eshte ofruar sipas specifikimeve te kerkuara me me 1000 psi.

7- Katetere koronare diagnostike – Artikulli nr.7 eshte deklaruar nga prodhuesi SHNGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS por ne katalogun e ketij prodhuesi ky artikull nuk ekziston.

8- Katetere koronare diagnostike – Artikulli nr.19 eshte deklaruar nga prodhuesi SHNGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS por ne katalogun e ketij prodhuesi ky artikull nuk ekziston.

9- Katetere koronare diagnostike – Artikulli nr.22 eshte deklaruar nga prodhuesi SHNGHAI KINDLY MEDICAL INSTRUMENTS por ne katalogun e ketij prodhuesi ky artikull nuk ekziston.

10- Stenta te medikuara – Artikulli nr.30 eshte deklaruar nga prodhuesi MULTIMEDICS LLP por ne katalogun e ketij prodhuesi ky artikull nuk ekziston.

11- Stenta te medikuara – Artikulli nr. 36,37,38,39 jane deklaruar nga prodhuesi MULTIMEDICS LLP por ne katalogun e ketij prodhuesi keto

permasa nuk ekzistojne (dokumenti I paraqitur me emertimin “CATALOG 2” nga prodhuesi Multimedics nuk merret ne shqyrtim pasi permasat e shenuara me shenjen * nuk jane te certifikuara CE sic e percakton vete prodhuesi dhe nuk eshte paraqitur as Certifikata FDA per keto permasa sic eshte kerkuar).

12- Drug- eluting stent for restenosis – stenda te medikuara per restonoze – Artikulli nr.2 eshte deklaruar nga prodhuesi ADVANCED MEDITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED por ne katalogun e ketij prodhuesi ky artikull nuk ekziston.

13- Drug- eluting stent for restenosis – stenda te medikuara per restonoze – Artikulli nr.51 eshte kerkuar me gjatesi 37-38 mm por eshte ofruar 36 mm jashte specifikimeve te kerkuara.

14- Drug- eluting stent for restenosis – stenda te medikuara per restonoze – Artikulli nr.56 eshte deklaruar nga prodhuesi ADVANCED MEDITECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED por ne katalogun e ketij prodhuesi ky artikull nuk ekziston.

Kriteri 2.3.10 – Nuk plotësohet, pasi gjatë verifikimit të mostrave rezultoi se mostrat nuk janë dorëzuar me shkresë të firmosur dhe vulosur nga operatori ekonomik ku të listohen mostrat që ndodhen në kuti .

Mostrat nuk janë dorëzuar të plota për të gjithë artikujt e kërkuar dhe ato të dorëzuara nuk janë sipas specifikimeve teknike të percaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se **BOE “O.E.S DISTRIMED” sh.p.k & “MONTAL” sh.p.k, me adresa: Montal” sh.p.k** me adresë : Rr. Dervish Hima, 3 Kullat, K3 A9/2, Tirana, Albania; **“O.E.S DISTRIMED” sh.p.k** me adresë : Bulevardi Bajram Curri, Rruga Nikollë Kacorri, Tiranë, kodi postar 1022.dhe ofertën e paraqitur me vlerë totale prej **39692520 (tridhjetenente milione e gjashteqind e nentedhjetë dy mijë e peseqind e njetete) lekë pa tvsh,**, totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si oferta e sukseshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Spitalit Rajonal Memorial Fier* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)_____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)_____

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Rudina Degjoni