



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

Nr. 1118/ 2 prot.,

Datë 08.05.2024

**FORMULAR PËR PUBLIKIM**  
**LIDHUR ME ARSYET E SKUALIFIKIMIT NË RASTIN E ANKESAVE PËR**  
**VENDIMIN E VLERËSIMIT/KLASIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR**

**Objekt:**

Shfuqizim i Vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “TRIMED” SHPK në procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me Nr. REF-97276-03-04-2024, me objekt: “Blerje qese për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut, sete dhe filtra deleukocitare, materiale mjekësore të ndryshme konsumi, sete dhe aksesore” e ndarë në lote”, me fond limit: 114,486,970 (njëqind e katërmëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) Lekë pa TVSH ose fondi limit ne Euro (sipas kursit të këmbimit nga BSH): 1,101,365.75 (Një milion e njëqind e një mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë shtatëdhjetë e pesë) Euro pa Tvsh, Loti 1 me numër reference: REF-97281-03-04-2024, me objekt: “Qese gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut”, me fond limit të lotit 26,260,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH ose fondi limit ne Euro (sipas kursit të këmbimit nga BSH): 252,621.45 (Dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e njëzet e një pikë dyzet e pesë) Euro pa TVSH zhvilluar në datën 05.04.2024 nga autoriteti kontraktor, Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut.

**Ankimues:**

Operatori ekonomik “TRIMED” SHPK me Nipt K51612031J me adresë: Autostrada Tiranw -Durrws, Km 10, Zona Kadastrale 2105, Nr. Pasurie 95/11, Tiranw.

**Autoriteti Kontraktor:**

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut  
Adresa: *Rruga Lord Bajron, Laprakë, Tiranë.*

Në datën 07.05.2024 nëpërmjetë sistemit të ankesave elektronike pranë Komisionit të Prokurimit Publik, dhe autoritetit kontraktor është protokolluar ankesa me numër elektronik A/2024/4061 datë 07.05.2024 dhe me nr. 1118/2024 prot, datë 07.05.2024 e operatorit ekonomik “*TRIMED*” SHPK për procedurën e prokurimit “*Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar*”, me Nr. REF-97276-03-04-2024, me objekt: “*Blerje qese për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut, sete dhe filtra deleukocitare, materiale mjekësore të ndryshme konsumi, sete dhe aksesore*” e ndarë në lote”, me fond limit: 114,486,970 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) Lekë pa TVSH ose fondi limit ne Euro (sipas kursit të këmbimit nga BSH): 1,101,365.75 (Një milion e njëqind e një mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë pikë shtatëdhjetë e pesë) Euro pa Tvsh, Loti 1 me numër reference: REF-97281-03-04-2024, me objekt: “*Qese gjaku për mbledhjen dhe përpunimin e gjakut*”, me fond limit të lotit 26,260,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH ose fondi limit ne Euro (sipas kursit të këmbimit nga BSH): 252,621.45 (Dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e njëzet e një pikë dyzet e pesë) Euro pa TVSH zhvilluar në datën 05.04.2024 nga autoriteti kontraktor, Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut.

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “*TRIMED*” SHPK.

Bazuar në nenin 112, pika 4, gërma “b” të ligjit nr. 162/2020 “*Për prokurimin publik*”, ku parashikohet se: “*Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose enti kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja publikon:*

*b) arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar;”.*

Komisioni i Prokurimit Publik do të publikojë arsyet e skualifikimit që operatori ekonomik ankimues “*TRIMED*” SHPK kundërshton me anë të ankesës me nr. 1118/2024 prot, datë 07.05.2024.

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime mbi arsyen e skualifikimit si më poshtë vijon:

**Arsyet e skualifikimit:**

*-Origjina e mallit dhe kompania prodhuese e deklaruar në Deklaratën e OE nuk është e njëjtë me atë të paraqitur në certifikatën CE. -Mostra për sol.aditiv PAS nuk përmban asnjë informacion. -Nuk ka paraqitur katalog për solucionin aditiv PAS -Nuk ka paraqitur certifikatë CE ose FDA (klas III) për sol.PAS -Nuk ka informacion nëse qeset e gjakut kanë kaluar procesin e pasterizimit. -Nuk ka informacion nëse OE do të sigurojë 3 pajisje automatike për ndarjen e gjakut dhe adaptues për kupat e centrifugës.*

Publikuar në regjistrin e ankesave më datë 08.05.2024.

**KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK**

**Nënkryetar  
Fiorent Zguro**

**Anëtar  
KreshnikTernova**

**Anëtar  
Anila Malaj**

**Anëtar  
Gjergj Mersini**

**Kryetar  
Jonaid Myzyri**