



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

Data ____/____/2024

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI: “Blerje materiale mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote” , Marrëveshje kuadër me nje operator ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj
Loti 1 (MM1) – Materiale mjekesore te pergjithshme
Loti 2 (MM2) – Materiale mjekesore kirurgjikale

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Spitali Rajonal Durres** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Formularin e Ofertës, sipas **Shtojcës 1;***

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, ne te cilen eshte e parashikuar se:

1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH.

2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

*b. Lista e cmimeve te artikujve, sipas **Shtojces 2;***

Argumentimi: Kjo shtojce eshte pjese e setit te dokumenteve standarte te tenderit per proceduren e prokurimit te sipercituara.

*c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas **shtojcës 8;***

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020“Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”,ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3:

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 83 Ligjin nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne te cilen eshte e parashikuar se:

Pika 1 Neni 83: Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.

Pika 2 Neni 83: Autoriteti ose enti kontraktor duhet të specifikojë në dokumentet e tenderit:

a) vlerën e kërkuar të sigurimit të ofertës, e cila duhet të jetë 2% e vlerës së përllogaritur të kontratës;

b) çdo kërkesë për natyrën dhe formën e sigurimit të ofertës, si dhe ne nenin 30 te VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:

- 1) Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001/ose/ ekuivalent ISO 13485 ”Per Sistemin e menaxhimin te cilesise” /ose ekuivalent/ të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, ose në rastin kur OE ofertues nuk është prodhues të paraqesë Vetëdeklarim ku të deklarohet se furnizuesi është konform Standardeve të Cilësisë.

Vetëdeklarimi do të verifikohet në procesin e vlerësimit të dokumentacionit, dhe në rastin e shpalljes fitues, OE do të dorëzojë Certifikatën në fjalë. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Vetëdeklarimi do të verifikohet në procesin e vlerësimit të dokumentacionit, dhe në rastin e shpalljes fitues, OE do të dorëzojë Certifikatën në fjalë. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

- 1) Ofertuesi duhet të jete i certifikuar me ISO 9001:2015 ose ekuivalente të vlefshme, për fushën e veprimtarisë që përfshin objekti i prokurimit.

Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse brenda afatit të vlefshmërisë. *Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Gjithashtu ky kriter gjen mbështetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 1) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit financiare (2021, 2022 dhe 2023) ku vlera e tyre te jete jo me e vogel se 40% e vlerës së fondit limit/vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve ose shumatores se loteve per te cilat konkurron operatori ekonomik.

Shënim: Nëse operatorët ekonomik nuk arrijnë që të paraqesin xhiron e sipërcituar për vitin 2023 për efekte të mbyllje se vitit fiskal, mund të paraqesin xhiron vjetore për vitet (2020, 2021 dhe 2022).

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlera mesatare do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/loteve për të cilen ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10 /ose/ 2.14

Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera mesatare do te aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Ky kriter, është vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162, datë 23.12.2020, "Per Prokurimin Publik", ne te cilin gjejme te percaktuar se: *3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.; ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ku percaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.*

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në ne piken 1 dhe piken 2/a te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku percaktohet; Pika 2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; Referuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure AK ka menduar se vendosja e nje vlere minimale te xhiros jo me e vogel se **40 % e vlerës së fondit limit* për të cilat konkurron operatori, është nje deshmi e mjaftueshme per te krijuar** bindjen tek Autoriteti Kontraktor se Operoret Ekonomike ofertues zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 'Mbi Rregullat e Prokurimit Publik' ku përcaktohet se: *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare;* si dhe nenin 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

- 1) Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më e vogël se 20% e vlerës së fondit limit/vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve ose shumatores së loteve për të cilat konkurren operatorit ekonomik dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohen vërtetime të lëshuara nga një autoritet / ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës së bashku me kontratën e lidhur ose / dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar për këtë procedurë prokurimi, konkretisht mbi vlerat e kolonës "Vlera e pritshme e kontratave" në pikën 2.10 / 2.14.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me pikën 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Per Prokurimin Publik", në të cilin gjejmë të përcaktuar se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe me pikën 4 të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", në të cilin është e përcaktuar se: [...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre*



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 4 te nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën sa **20 %** të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Autoriteti Kontraktor është institucion Shëndetësor Publik në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pervojave te duhura, qe jane ne perpjesetim me natyren e objektit te prokurimit dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar nga AK.

- 2) Vetedeklarim se te gjitha materialet mjekesore nga ofertuesi (distributori/prodhuesi) jane certifikuar/markuara CE/FDA.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3.4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

- 3) Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për Shqipërinë, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar per periudhen që përfshin objekti i prokurimit.

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar për Shqipërinë të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 40, pika 8 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë Autorizim prodhuesi për tregëtim të materialeve objekt prokurimi, që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/ shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente dhe që vlerësohet e nevojshme për realizimin me sukses të kontratës.

- 4) Vetedeklarim i operatorit ekonomik lidhur me origjinën e mallit, ku te percaktohet qarte vendi dhe kompania prodhuese.

Argumentimi: Kjo kerkese vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion. Ky kriter eshte ne perputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe keto kerkesa i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses te kontrates pra te garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

- 5) Vetedeklarim i OE ku deklaron se disponon te gjithë sasine per secilen nga materialet e kerkuara nga AK dhe do ta vere ne dispozicion te Autoritetit sipas kerkesave te ketij te fundit.

Argumentimi: Ky kriter vendoset ne mbeshtetje te pikes 2 dhe 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik” dhe behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine teknike te OE ofertues, nepermjet pasjes se burimeve/kapaciteteve te mjaftueshme per furnizimin me sasine dhe llojin e kerkuar nga AK dhe qe ka aftesine e duhur per zbatimin e kontrates sic eshte parashikuar ne DST.

- 6) Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim të vlefshëm të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në fushën e objektit të prokurimit.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” pika 2 “ Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë. Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që operatorët ekonomikë të kenë një autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t’u kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim.” Si dhe ne baze të VKM-se nr.285, datë 19.05.2021 ”Per miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 40 pika 5 a) Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licencat profesionale për prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose

- 7) Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b) fotografitë apo katalogët teknikë;

- 8) Kërkohen të paraqiten mostra për të gjithë artikujt e ofruar. Dorëzimi i Kampioneve/ mostrave të bëhet pranë Spitalit Rajonal Durres, të mbyllura me ngjithëse në zarf/a ose kuti jo transparente të vulosur/a, mbi të cilin/at të shënohet: “Mos e hapni me përjashtim të rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të kësaj procedure prokurimi dhe të dorëzohen në oren dhe datën e hapjes së tenderit (sipas njoftimit të kontratës)

Së bashku me mostrat ofertuesi duhet të japë edhe një shkresë të vulosur dhe firmosur ku të listohen mostrat që ndodhen në zarf/kuti.

Në paketimin e çdo mostre duhet të evidentohet qartë origjina e mallit e cila duhet të përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi në formularin e ofertës.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 b) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: 6.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit;

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shtojca 5.

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Blerje materiale mjekesore per 12 Muaj e ndare ne 2(dy) lote”,

Lot 1 Materiale mjekesore te pergjithshme

Nr	Artikulli	Specifikime teknike	Njësia	Planifikimi per 12 pas perfundimit te MK aktuale
Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme				
1	Bende 7cm x 4 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	
2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	9,600
3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm2	Copë	2,400
4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë	2,400
5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme	Copë	2,400



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

6	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	14,000
7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastik	Copë	8,400
8	Bende 8cm x 5 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	Copë	
9	Bende me parafine 10x10cm	Sterile, jo me shume se 10 cope per pako	Copë	
10	Komprese sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	600
11	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	600
12	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 8pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	600
13	Komprese sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako	Copë	
14	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 16pala; paketim individual (1 cope/pako)	Copë	
15	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorb., dend. 24x20, 6ply; jo me shume se 5 cope /pako	Copë	
16	Komprese antimikrobiale 10x10cm	E perbere prej materiali absorbues te imprenjuar me polyhexanide / Ag.	Copë	20
17	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolagjeni ose ekuivalent	Copë	
18	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensionin e nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako	Copë	3,600
19	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20	m. linear	90,000
20	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materjali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .	Copë	120
21	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g	Copë	6,000



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

22	Pulla injeksiioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik	Copë	1,200
23	Leukoplast 5cm x 5m	cope 100% pambuk, ngjites me permbajtje oksid zingu	Copë	10,800
24	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padepertueshme mendafshi, me ngjites antialergjik	Copë	1,200
25	Vaj instrumentash	Vaj per mbrojtjen e endoskopeve dhe instrumentave kirurgjikale qe kane pjese te levizshme. Perdoret pas pastrimit dhe para procesit te sterilizimit. Shishe max. 50-100ml ose ekuivalent	Copë	12
26	Solucion pastrimi per optike	Per pastrimin e lenteve, siperfaqeve optike dhe fibrave optike te endoskopeve. Tubet 4-5 gram.	Copë	
Sisteme dhe doreza				
27	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shisheet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer lock + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .	Copë	360,000
28	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.	Copë	312,000
29	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	pale	90,000
30	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24	Copë	16,000
Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion				
31	Filter baktericid	per respirim artificial, antibakterial, HMEF	Copë	1,200
32	Qarqe respiratori	per respirim artificial L= 1.5 m; ID 22 mm	Copë	360
33	Absorbues CO2 per Anestezi	Permbajtja: Hidroksid Calciumi dhe Natriumi. Granulariteti 3÷5 mm. pH: 12 - 14. Ndryshim ngjyre pas saturimit me CO2.	Kg	120
34	Tuba Guedel	Nr. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Copë	240



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

35	Maske oksigjeni	me zgjatues L=1.5-2m	Copë	3,600
36	Sonde oksigjeni adult	nazale, adult, L=1.5-2 m	Copë	3,600
37	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm	Copë	600
38	Kanjula nazale per CPAP	Per infant, ne permasa te ndryshme dhe tipologji sipas autoritetit kontraktor	Copë	60
39	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente	komplet	340
40	Furce orale	Per higjenizim oral ta pacientit para nderhyrjeve kirurgjikale dhe reanimacion. Pajisur me kanal te dyfishte per irrigim dhe aspirim. Material Silikoni.	Copë	
41	Set drenimi Redon me vakum ne forme fizarmonike 500-800ml Komplet redoni G 12-22	Set=(ballon vakumi+form z fold tub+dren+troakar)	set	600
42	Dren pleural	Tip trocar me brima anash	Copë	50
43	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrime a neseore i detektueshem nga rrezet X	Copë	720
44	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20	Copë	100
45	Tub drenimi	silikon, rulon 20-30m, diam. 6-8mm dhe 8-10mm	meter	480
46	Tub drenimi penrose	100% silicon transparent, opak x-ray, gjeresia 20, 25, 35mm , L=40-50cm.	Copë	
47	Dren torakal I drejte dhe anguluar	PVC, Ch16-Ch32	Copë	50
48	Dren abdominal double drain me katere te brendshem		Copë	
49	Dren me troakar	Ch12-Ch20	Copë	60
50	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie	Copë	
51	Set steril per funksionim vezike urinare	I perbere nga kateter silikoni me ballon, Ch 10-15 L= 40-70 cm, me introduktor te hapshem	set	60
52	Dilatator metalik vezikal me veshe metalik	C 16	Copë	
53	Set steril per urografi retrograde	stente, klem, tub per kontrast bashkuese, (shiringe)	set	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

54	Set pediatrik steril per drenim te vezikes urinare	Kateter , dilatator	set	
55	Set steril per drenim renal perkutan	set nefrotomie me age, introduktor, gide metalike, dilatatore, kateter L=20-30cm Ch 8-12	Copë	
56	Stente ureterale	Set, stente double, J, 6Fr, 24-28mm, gide , pusher	Copë	20
57	Intraduktor jugular	per adulte	Copë	
58	Maske per terapi CPAP	Madhesi e adoptueshme nga masa S deri ne L	Copë	6
59	Lageshtues per CPAP	Me tub konektor	Copë	2
60	Anse bipolare	Per resektoskop bipolar, 24Fr / 26 Fr, per urologji & gjinekologji.	Copë	
61	Anse monopolare	Per resektoskop monopolar, 24Fr / 26 Fr, per urologji & gjinekologji.	Copë	2
62	Ansa koagulimi	Per resektoskop monopolar 24Fr, me rul sferik	Copë	2
63	Vaj silikoni	Per litotripsi ekstrakorporale; shishe 500ml	Copë	
64	Set tubimi laparoskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	
65	Set tubimi endourologjik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	
66	Set tubimi histeroskopik, steril	Per irrigim te drejtuar, me dy age punkcioni, me membrane per monitorim te presionit te irrigimit.	set	
67	Filter insuflimi	Per insuflator pneumoperitonik	Copë	
68	Age insuflimi pneumoperitonik	Tip Veress, L=120÷150 mm	Copë	
69	Solucion glicerine	Ne shiringe 10 ml, solucion uje steril 90% dhe glicerine 10%, per urologji.	Copë	150
70	Kateter epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+filter	Copë	20
71	Set epidural	kateter 19G/20G+age epidurale+gide +filter+ shiringe	set	100
72	Kateter venoz Seldinger 2-rruges	me dy rruge, tip Seldinger, L=20-30cm	Copë	480
73	Kateter arterial	20G-22G Seldinger	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

74	Kateter embolektomie	Me ballon, nr. 3, 4.	Copë	
75	Aparat klizme adult		Copë	60
76	Urinokol pediatrik		Copë	1,200
77	Kapese kordoni umbilikal		Copë	3,600
78	Kateter umbilikal		Copë	50
79	Tub ushqimi pediatrik	Ch 4, 5. Pediatrik, neonatal. Pa latex/DEHP.	Copë	1,200
80	Zhgute		Copë	400
81	Tuba endotrakeale pediatrike	ID 2 - 5mm, nazal/oral	Copë	20
82	Tuba endotrakeale adult	ID 5.5mm-8.5mm, nazal/oral, me ballon	Copë	1,700
83	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10	Copë	3,600
84	Kateter aspirimi adult	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë	4,800
85	Kateter aspirimi pediatrik me kontroll vakumi	Ch 8, 10	Copë	240
86	Kateter aspirimi adult me kontroll vakumi	Ch 12, 14, 16, 18.	Copë	120
87	Set aspirimi	Set =(kanjule 26x6mm+tub 1.8-2.5m)	set	60
88	Tub endobronkial	PVC e silikonizuar, me dy balona presioni, maje atraumatike, vijezi i detektueshem nga x -ray pergjate tubit, i graduar, me dy konektore 15 mm, me grep per carina; 35FR , 37Fr, 39Fr, 41Fr	Copë	
89	Tub endotrakeal 7.5	ID 7.5 mm, nazo-oral, me ballon	Copë	720
90	Tub endotrakeal 8.0	ID 8.0mm, nazo-oral, me ballon	Copë	100
91	Maske Laringeale PVC	Maske PVC me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë	6
92	Maske Laringeale Silikon	Maske Silikon me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5	Copë	100
93	Kateter lavazhi bronkial	Dy-rrugeshe, per lavazh dhe aspirim bronkial. Fr 10-16, gjatesia mbi 45cm.	Copë	
94	Kateter me ballon per hemorragjine pas lindjes	Set steril per nderprerjen dhe menaxhimin e hemorragjise pas lindjes. Seti : Kateter silikoni Fr 24-25 me kanal per monitorim drenimi, ballon 500-600 mL, shiringe 50/60mL, set infuzioni, valvul 2-rrugeshe	set	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

95	Kateter me ballon per dilatacionin e columit	Induktor dilatacioni me ballon te dyfishte 2 x 80-90mL, kateter silikoni 2/3 lumen 16-18Fr, 40-50cm, udhezues metalik; set steril.	Copë	
96	Spekulum vaginal	Steril, nje perdorimesh.	Copë	600
97	Set punkcioni pleural	Set i perbere nga age veres, kateter drenimi 9-12Fr gjatesi 40+50cm, qese drenimi min.2000ml, me valvul hyrese dhe shkarkimi.	Copë	
98	Petzer	Nr 18-20-22-24	Copë	
99	Mbulese Kamere	sterile, per kamera endoskopike	Copë	
100	Qese ekstraktimi e vogel	Vellimi 180-220ml, me dy seksione, seksioni punues me diameter 7- 8cm, me lak mbylles, per laparoscopi me trokare 10-11mm	Copë	20
101	Qese ekstraktimi e madhe	Vellimi 250-300ml, me dy seksione, seksioni punues diameter 9-11cm lak mbylles, per laparoscopi me trokare 10-11mm	Copë	20
Materiale konsumi per monitorim diagnostike				
102	Leter printeri ECHO		Copë	480
103	Leter printeri fotografike		Copë	60
104	Leter printeri EKG			
105	1-3 kanale		Copë	
106	3-kanale		Copë	800
107	6-12 kanale		Copë	960
108	Leter printer monitori		Copë	600
109	Leter CTG	Leter per kardiotokograf	Copë	20
110	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë	50
111	Xhel per EKG	Bidon 5 kg , Elektro-Xhel / ECG , densiteti - - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona	Copë	30
112	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe	Copë	16,000



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

113	Elektroda EKG neonatale	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe per neonate	Copë	10
114	Elektroda Defibrillatori	Cift elektroda per defibrilator njeperdorimeshe me konektor. Sterile. (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set	12
115	Aparat tensioni	Me manometer	Copë	80
116	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte	Copë	80
117	Ndricues oral	Me bateri;	Copë	10
118	Termometer	termometer pacienti	Copë	360
119	Spatula (druri)	Sterile, e paketuar individualisht	Copë	24,000
120	Set Pap testi	I perbere nga 1.Spatul druri per Pap Test - STERILE, e paketuar individualisht 2. Citobrusch - STERILE, e paketuar individualisht 3. Xhama mikroskopi i poshtem - 26x76 mm - Menzel me ane dhe buze mbeshetteses 4. Xhama mikroskopi i siperm - 22x22 mm - Menzel 5. Speculum (permasa te ndryshme)	set	200
121	Set per identifikimin e nenës dhe femijes	Me dy pjese per doren e nenës dhe doren e femijes ne ngjyra te dallueshme	set	3,600
122	Gojez spirometrike		Copë	200
123	Filter spirometrik antibakterial		Copë	100
124	Set Filter spirometrik antibakterial	Set i perbere nga: filter antibakterial, gojez spirometrike, dhe klipi nasal	Copë	
125	Set reanimimi neonatal	Sistem nje perdorimesh me manometer, per krijimin e presionit pozitiv ne salle te lindjes, per monitorim PEEP-PIP tek te porsalindurit premature.	Copë	40
126	Set ngrohës per lageshtues	Set i perbere nga: tel ngrohës, adaptor, sensor nonitorues per lageshti- temperature per qark pacienti me lageshtues.	set	10
127	Dome steril	per transduser presioni invaziv shumeperdorimesh (modeli i transduserit percaktohet nga autoriteti kontraktor)	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

128	Set Presioni Invaziv	Set monitorimi IBP me nje perdorim. (Transducer+linje monitorimi) (modeli i pajisjes do te percaktohet nga autoriteti kontraktor)	set	
129	Paste EEG / EMG	Adhesive ose Abrazive 250g	Copë	6
130	Set Elektroda Aurikulare EEG	Cift elektroda aurikolare. Permbajtje Ag dhe konektor 100-150cm.	set	
131	Elektrode rrethore EEG	Permbajtje Ag dhe kabell 90-100cm	Copë	
132	Elektrode EEG tip ure	Elektrode ure per EEG	Copë	
133	Age elektrode EMG	monopolare, aplikim nen lekure, 12÷15mm/0.4mm	Copë	
134	Sonde stimulimi EMG bipolare	bipolare, concentrike, 45÷50mm. Kabell 200÷250cm	Copë	
135	Sonde stimulimi EMG monopolare	monopolare, sferike, L=30÷35mm. Kabell 200÷250cm	Copë	
136	Kateter monitorimi te performances kardiake	Kateter shume-rrugesh me ballon per monitorim invaziv te outputit kardiak.	Copë	
137	Sensor oksimetrie neonatal	Per monitor pacienti; set njeperdorimesh neonatal me sensor oksimetrie dhe kabllin perkates	Copë	5
138	Sensor oksimetrine	Per monitore pacienti. Shumeperdorimesh	Copë	5

Afati i levrimit do te jete sipas kerkeses se AK, Spitalit Rajonal Durres.

Afati i skadencës: Data e skadencës për materialet mjekësore objekt prokurimi, në ditën e levrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës.

Lot 2 Materiale Mjekesore Kirurgjikale

Nr	Artikulli	Specifikime teknike	Njësia	Planifikimi per 12 pas perfundimit te MK aktuale
	Materiale mjekimi per Anestezi -reanimacion			
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol	Copë	800
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol	Copë	800



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

3	Kanjule intravenoze	18G , me valvol	Copë	30,000
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol	Copë	38,000
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol	Copë	30,000
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol	Copë	20,000
7	Age mielogramme me doreze	Tip troakar, 16-18G, L=75-90 cm, me doreze regjistruese	Copë	6
8	Age spinale e zakonshme	22G - 26G, L=7-9 cm	Copë	
9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm	Copë	3,600
10	Kateter zgjatues arterial	Zgjatues 120-150cm	Copë	960
11	Kateter zgjatues venoz	Zgjatues 120-150cm	Copë	960
12	Ventil tre-rrugesh		Copë	600
13	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi	Copë	240
14	Kateter urinar Nelaton	Fr 08-20, male	Copë	20
15	Kateter Foley 2-rruge	Silikon Foley Ped-adult 2-rruge 12G-20G	Copë	6,400
16	Kateter Foley 3-rruge	Silikon Foley Ped-adult 3-rruge	Copë	240
17	Kateter gastro-duodenal	Mono lumen	Copë	200
18	Sonde gastrike		Copë	380
19	Sonde rektale		Copë	240
20	Sonde rektale pediatrike		Copë	240
21	Qese urine	2000ml, me valvol	Copë	14,000
22	Qese urine pediatrike	jo më shumë se 1000ml, me valvol	Copë	
23	Age spinale pediatrike		Copë	30
24	Set aspirimi kanjule me tub	1.8 deri 2.5 m+kanjule 26X6 mm	Copë	80
25	Kanjule trakeostomie	4, 4.5, 5.5, 6 mm me ballon	Copë	
26	Kanjule trakeostomie 100% silikon	7,7.5,8,8.5 mm me ballon	Copë	
27	Gjuheza per laringoskop me kamera	Paketim steril, material polimer optik, Nr.2,3,4	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

28	Age biopsie semi automatic	14G-100mm	Copë	10
29	Age localization mamaro	Type Z 20G-50mm	Copë	
30	Age aspirimi	Age aksesi pedikular me maje troakar	Copë	
31	Kateter urinar	2 rruges, 12 ch, balon 10 ml	Copë	300
32	Kateter urinar	2 rruges, 16 ch, balon 30 -50 ml	Copë	600
33	Kateter urinar	2 rruges, 20 ch, balon 30-50 ml	Copë	600
34	Kateter urinar	2 rruges, 18 ch, balon 30-50 ml	Copë	600
35	Kateter urinar	2 rruges, 14 ch, balon 30-50 ml	Copë	480
36	Kateter urinar	3 rruges 12-20 ch, balon 30-50 ml	Copë	480
37	Sonde blakemore	Nr. 16, 20	Copë	4
38	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, pa fibra, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 10 cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2.5 cm	Copë	
39	Sfungjer Nazal pa fill me tub ajrimi	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, trashesi 1.5 cm dhe lartesi 3 cm	Copë	
40	Sfungjer Nazal me fill	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 8cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2 cm	Copë	
41	Splint Intranazal Silikoni	Splint Intranazal Silikoni me tub ajrimi	Copë	
Shiringa, Age				
42	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	4,800
43	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,	Copë	42,000
44	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,	Copë	160,000



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

45	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,	Copë	360,000
46	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,	Copë	32,000
47	Shiringa insuline	Sterile, tre pjeseshe, me Age 26G	Copë	1,800
48	Age 18G	sterile	Copë	
49	Age 20G	sterile	Copë	600
50	Age 21G	sterile	Copë	200
51	Age 23G	sterile	Copë	200
52	Age 25G	sterile	Copë	200
53	Age flutur 18G	sterile	Copë	
54	Age flutur 20G	sterile	Copë	200
55	Age flutur 22G	sterile	Copë	200
56	Age flutur 24G	sterile	Copë	300
57	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile me gryke hinke	Copë	2,400
Materiale nje perdorimeshe per kirurgji				
58	Perparese kirurgu sterile	Perparese kirurgu me peshe jo me pak se 55 g / cm ² , me fundin e kraheve 8 cm te thurura me jake rrethore, me kemishe me materjal PP , e sterilizuar , me permasat L ; XL ; XXL. ngjyre jeshile ose blu	Copë	
59	Perparese vizitoresh	Perparese vizitoresh me peshe jo me pake se 20 gr , me menqe elastike dhe jake rrethore	Copë	600
60	Maske kirurgjikale	Cope e pathurur me 3 shtresa, celuloze , poliester , fiber , koficenti i filtrimit $\geq 99\%$, me pershtates per hunden dhe lidhese , dimesionet 90 mm x 180 mm , pesha 2.8 gr	Copë	20,000
61	Kapele kirurgu	Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 gr.m ² , me lidhese poshte qafes, pa latex.	Copë	
62	Kapuc per infermjere	Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 gr.m ² me fund elastik , pa latex.	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

63	Qese per veshje kepucesh	Qese PVC, me mbyllje elastike	Copë	1,000
64	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m ² , me permasa 50x75cm	Copë	200
65	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Cope e thurur, me thithje te shpejte per plage, me perberes polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent	Copë	
66	Beze kirurgjikale sterile 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m ² , me permasa te copes 75x90cm	Copë	
67	Beze kirurgjikal sterile me vrime 200 x 250 cm	Cope e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35 gr/m ² , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive,me permasa te copes 200 x 250 cm	Copë	100
68	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m ² , me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm	Copë	100
69	Beze kirurgjikale sterile me vrime (100 x 150cm)	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m ² , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive, me permasa te copes 100 cm x 150 cm	Copë	100
70	Beze me vazeline	Beze me pomade te thjeshte (vazeline te bardhe, estere acid yndyror digliceroli te karbonateve dhe bikarbonateve, dyll sintetik) e pershkueshme nga ajri dhe eksudati, me shtrese te trashes qe nuk fshihet dhe ne rast te eksudatit masiv, jo alergjike, efektive dhe per trajtim afatgjate. 7.5cm x10 cm ose ekuivalent	Copë	
71	Beze hidroxhel	Beze e sfungjerte hidropolimere, hidroxheli me perberje poliure/poliuretan-poliuretan polimer, propilen glikol, me buze adezive poliakrilat. Permasa 15x15 cm;	Copë	
	Materiale qepes kirurgjikale			
	Sutura mendafshi			
72	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	1,200



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

73	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	800
74	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore	Copë	1,800
75	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-35	age 1/2 rrethore	Copë	240
76	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	age 1/2 rrethore	Copë	240
77	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-25	age 1/2 rrethore	Copë	240
78	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore	Copë	240
79	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese	Copë	240
80	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	100
81	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	100
82	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-26	me age 1/2 rrethore	Copë	100
83	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese	Copë	50
84	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	50
85	Silk -USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 16-20	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	60
86	Nylon- USP 4-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	100
87	Nylon- USP 5-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	100
88	Silk -USP 1, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	
89	Silk -USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	
90	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

91	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	
92	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm;	ligature pa age, 10 fije/pakete	Copë	
93	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore prerese	Copë	
Sutura Sintetike te Absorbueshme				
94	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	16,000
95	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	12,000
96	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	18,000
97	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	8,400
98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	4,800
99	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	480
100	Poliglctin ose PGA , Coated-USP6-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	
102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	
103	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	
104	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 1; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age	Copë	
105	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-26	me age 1/2 rrethore	Copë	120
106	Poliglctin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	1,000



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

107	Poliglactin ose PGA , Coated me absorbim te shpejte-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	me age 1/2 rrethore	Copë	1,000
108	Polyglactine 910-USP 0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore	Copë	100
109	Polyglactine 910-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore	Copë	50
110	Polyglactine 910-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	50
111	Polydioxone-USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore	Copë	50
112	Polydioxone-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	50
113	Polydioxone-USP 4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore	Copë	50
114	Polydioxone-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore	Copë	10
115	Suture Sintetike e absorbueshme nga 90-110 dite, USP 3-0	Me perberje Glikolid, diaksanone dhe trimetilen karbonati, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 23cm, age 5/8, 27mm, taper point	Copë	
116	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 2-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 26mm, taper point	Copë	
117	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 3/8, 19mm, reverse cutting	Copë	
118	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 3-0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 45cm, age 1/2, 17mm, taper point	Copë	
119	Suture Sintetike e absorbueshme 180 dite, USP 0	Me perberje Kopolimer prej acidi glikolik dhe karbonat trimetileni, me luspa ne nje drejtim rreth gjithe trupit te fijes dhe me lak ne fund, gjatesi 60cm, age 1/2, 37mm, taper point	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

Suture Polipropileni				
120	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	1,200
121	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore shpuese	Copë	1,200
122	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75-90cm; dimesnioni i ageve 40-50 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	240
123	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore	Copë	1,000
124	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 40-50cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë	480
125	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	1,800
126	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë	600
127	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	1,000
128	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë	480
129	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 60-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore	Copë	480
130	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë	480
131	Polypropylene-USP 5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese	Copë	200
132	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	50
133	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 30 mm	1/2 rrethore, cutting	Copë	50
134	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 75cm; dimesnioni i ageve 24 mm	3/8 rrethore, cutting	Copë	
135	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

136	Polypropylene-USP4 -0, Gjatesia fijes 45-50cm; dimesnioni i ageve 14-15 mm	age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point	Copë	
Sutura PVDF				
137	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0,	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	
138	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; 2+2 USP 6/0,	0.7 metric, reverse cutting, 12mm 3/8 circle, length 76 cm	Copë	
139	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0	2 metric, straight cutting, 60mm straight, length 100 cm	Copë	20
140	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 6/0	0.7 metric, reverse premium cutting, 12mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	20
141	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 4/0,	1.5 metric, reverse premium cutting, 16mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	20
142	Monofilament PVDF, e pa absorbueshme; USP 3/0,	2 metric, fineline cutting, 25mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	20
143	Monofilament Sutura PVDF, e pa absorbueshme; USP 2/0	3 metric, A-cute Taper, 25mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	20
144	Monofilament Sutura PVDF e pa absorbueshme; 2/0	3 metric, Round bodied taper, 30mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	20
Sutura PVDF e verdhe				
145	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, reverse cutting, 24mm 3/8 circle, length 45 cm	Copë	
146	Monofilament PVDF I verdhe e pa absorbueshme USP 2/0	3 metric, reverse cutting, 25mm 1/2 circle, length 76 cm	Copë	
147	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 4/0,	1.5 metric, A-cute taper, 20mm 1/2 circle, length 90 cm	Copë	
148	Monofilament PVDF I verdhe, e pa absorbueshme USP 3/0,	2 metric, Round bodied taper, 16mm 1/2 circle, length 45 cm	Copë	
149	Shirit Polyester i pa absorbueshme per serklazh 0.5cm	Per tarjtimin e qafes se mitres gjate shtatezanise sipas teknikes Shirodkar, gjatesi 50cm, me dy age 65mm ne te dy anet e shiritit	Copë	
Mesh kirurgjikal per hernia-laparaskopi.				



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

150	Mesh polypropyleni - forme drejtkendore	Fije monofilament; pesha e meshes 80-90g/m2, sipërfaqja jo me pak se 112cm2	Copë	
151	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, sipërfaqja jo me pak se 150cm2	Copë	240
152	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, sipërfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron	Copë	10
153	MESH PVDF/PP	Mesh e perbere me dy komponente 88% PVDF dhe 12% polypropylene (PP) 10cm x15 cm ose ekuivalent	Copë	
154	MESH PVDF	Mesh me monofilament PVDF per korrjgjim kirurgjikal inkontinences urinare mikse ose nga sforcimi me teknike minimalisht invazive, 0.1 cm x 0.6 cm ose ekuivalent	Copë	
155	MESH PVDF Hiatus	Mesh me monofilament PVDF per korrjgjim kirurgjikal te hernies aksiale dhe paraezofageale, 0.7 cm x 12 cm	Copë	
	Sutura per okulistike			
156	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatesia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	120
157	Polyamide 6 dhe 66- USP 9-0, Gjatesia e fijes 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double	Copë	120
158	Polypropylene- USP 6-0; Gjatesia e fijes 75 cm, Dimensioni i ages 13 mm	3/8 rrethore	Copë	120
Te tjera materiale qepes kirurgjikale				
159	Tel metalik	Tel celiku monofilament nr.7 48 mm 1/2 reverse cutting 4 X 45 cm	Copë	
160	Stapler	Linear 30/60/90 mm	Copë	2
161	Stapler rrethor 25mm / 28mm / 31mm	Stapler nje-perdorimesh rrethor 28mm, gjatesia e boshtit 22 cm dhe me kapese 4.8mm ne forme drejtekendore, anvili te jete me mekanizem tilt	Copë	2



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

162	Stapler Endoskopie	Stapler njeperdorimesh i rikarikueshem, gjatesia e boshtit 16cm dhe 6cm, artikulation +/-45 grade dhe me 11 pozicione	Copë	2
163	Stapler linear preres	60-80 mm	Copë	2
164	Stapler per lekure	Te kete jo me pak se 35 kapese te gjera	Copë	2
165	Kartrixh per Stapler Endoskopie	Kartrixh i artikuluar me tre rrjeshta me lartesi te ndryshme (2;2.5;3mm dhe 3;3.5;4mm), 30mm;45mm;60mm	Copë	2
166	Aplikator automatik klipash	Medium	Copë	3
167	Elektroda, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut ne forme gershere	Elektroda, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm. Prerje (devaskularizimi i organeve), me maje te harkuar, thike te integruar te pavarur nga ngjitja, me buton aktivizimi ne elektrode	Copë	
168	Elektroda njeperdorimshe Atlas, per mbylljen e eneve te gjakut 37 cm	Instrument per ngjitjen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm; Gjatesia e shaftit te jete 37cm, diametri i shaftit jo me i madh se 10mm, me nofulla te drejta, gjatesia e ngjitjes jo me e vogel se 22mm, gjatesia e prerjes jo me e vogel se 20mm; Rrotullimi i shaftit te jete jo me pak se 359°	Copë	
169	Elektroda njeperdorimeshe per tiroidektomi	Instrument ne per ngjitjen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm; te jete ne forme gershere; me maje te harkuar; gjatesia totale 18.8 cm; gjatesia e ngjitjes 16.5mm; gjatesia e prerjes 14.7mm	Copë	
170	Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut , 23cm	Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut deri ne/perfshire 7 mm, 23cm. Prerje (devaskularizimi i organeve), i rrotullueshem 350 grade, gjatesi nofulla 20mm, prerje 18mm, me thike te integruar te pavarur nga ngjitja.	Copë	
Dezifektante Mjekesore dhe Kirurgjikale				



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

171	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde-Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa -aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldyhe, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve	litra	100
172	Solucion i koncentruar enzimatik	Per pastrimin e mbetjeve ne intrumentat mjekesore-kirurgjikale, vecanerisht endoskopet dhe instrumentat mjekesore dhe kirurgjikale me pjese te levizeshme dhe lumene te vegjel.Te kete baze enzimatiqe. Te furnizohet si koncentrat per tu holluar me uje ne masen 1-3% . Te jete efektive per pune ne uje me temperature te zakonshme (~20°)	litra	60
173	Drape dezinfektuese	Drape higjienike ter gatshme per perdorim, te imprenjuara me solucion pastrues dhe dezinfektues. Per pastrimin dhe dezinfektimin e siperfaqeve te vogla te pajisjeve dhe instrumentave mjekesore; 100-200 cope / kuti .	Copë	100
174	Detergjent	Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti permban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro , perdoret duke u tretur 20 ml ne 1 liter uje	litra	45
175	Xhel shumepedorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektive, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën perdorimin e ujit per shplarje. Te furnizohet ne ene 1 - 3 liter te pajisura me dozator.	litra	300
176	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët per desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur	litra	120



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
AUTORITETI KONTRAKTOR
SPITALI RAJONAL DURRËS

177	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur	litra	960
178	Formaldehid	Solucion 35-40%	litra	90
179	Insekticid pyrethroidal	Deltamethrine 25 gm / ne 1 liter	litra	
180	Benzalchonium chloride 10%	Benzalconium chloride 10%. Per dezinfektimin dhe pastrimin e siperfaqeve. Efekt baktericid, mycobaktericid, antiviral.	litra	60
181	Dezinfektante ambjenti	Rodenticid, perberes aktiv Coumatetralyl - 0.0375 g / 100 g	pakete 10 gr	10
182	Dezinfektante ambjenti	Shiringe e parambushur me xhel insekticid/akaricid x 20gr, perberes aktiv Imidacloprid 2.15 g / 100 g	tubet 20gr	2

Afati i levrimit per te dyja lotet do te jete sipas kerkeses se AK, Spitalit Rajonal Durres.

Afati i skadencës per te dyja lotet: Data e skadencës për materialet mjekësore objekt prokurimi, në ditën e levrimit të mallit duhet të jetë jo më e vogël se ½ e kohës ndërmjet datës së prodhimit dhe asaj të skadencës/ose/jo me pak se 1 vit nga data e levrimit te mallit.

Ky Procesverbal u ngarkua ne SPE nga Njesia e Prokurimit sipas modelit te APP, sipas materialit me nr. 74/3 date 13.02.2024 me titull "Ridergimi i specifikimeve teknike, Kerkesave te vecanta Teknike per Kualifikim dhe Perlllogaritjem e Vleres Limit te Kontrates " te dorezuar nga Njesia e Posacme e ngritur me urdherin e brendshem nr.prot.74 date 10.01.2024 i perbere nga specialiste te fushes.

Njesia e Prokurimit :

Edison Rapi

Zigrida Kamenica

Shkelqim Ferko