

1. BIOMETRIC Albania

NIPT J61827062E.

Vlera 4 429000 (kater miljon e katerqinde e njezet e nente mije) leke pa tvsh

Veç kapakut të jashtëm të ketë edhe një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit

- Kapaku i jashtëm të jetë i kapur ne mentesha dhe i pajisur me krah pneumatik për të lehtësuar hapjen/mbylljen e tij. Të jetë i pajisur gjithashtu edhe me brava sigurie automatike, të cilat garantojnë kyçen e plotë të tij

- Sistem automatik vet-kontrolli i shpejtësisë se rotorit, temperaturës, puthitjes së derës, mos-balancimit korrekt të centrifugës.

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit.

- Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi kapakun e jashtëm, i cili duhet të jetë i kapur ne mentesha dhe i pajisur me krah pneumatik për të lehtësuar hapjen/mbylljen e tij.

- -Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi sistemin automatik të vetëkontrollit të shpejtësisë së motorit, temperaturës, puthitjes së derës, mos-balancmit korrekt të centrifuges.

3. ALMedical

NIPT K21511002I

Vlera 4 400 000(kater miljon e katerqinde e mije) leke patvsh

Veç kapakut të jashtëm të ketë edhe një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit.

- Të jetë i pajisur me lexues barkodi për një regjistrim më të lehtë të të dhënave të procesit të centrifugimit.

- Adaptor për qeset e vogla apo me mbushje të reduktuara.

- Kapaku të jetë i pajisur në qendër të tij me një dritare të vogël xhami transparent për të mundësuar kontrollin nga jashtë të shpejtësisë së rrotullimit.
- Buton për hapjen emergjente të derës në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike apo avarive të tjera
- Mundësi për lidhje të jashtme me kompjuter më qëllim mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave të punës.
- Të jetë e pajisur me modul informatik /software për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave të proceve të plota të centrifugimit

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Kapak i brendeshem
- Lexues barkodi
- Adaptor për qeset e vogla
- Dritare të vogël xhami për të mundësuar kontrollin nga jashtë
- Mundësin për transferimin e të dhënave (lidhje të jashtme me kompjuter)
- Modul informatik (për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave)

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Kapak i brendeshem
- Lexues barkodi
- Adaptor për qeset e vogla
- Dritare të vogël xhami për të mundësuar kontrollin nga jashtë
- Mundësin për transferimin e të dhënave (lidhje të jashtme me kompjuter)
- Modul informatik (për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave)
- Buton për hapjen emergjente - Faza: Vleresim Teknik

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KRIJON ShpkRruga e Elbasanit, 57 Çollak, Tirana 1044] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej /4 114 000 (kater miljon e njeqinde e katermbedhjet mije) leke pa tvsh

/pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoris se spitalit Lushnje me adres Lagja Xhevdet Nepravishita Lushnje me nr **REF 98896-03-20-2024**] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë

të përgjithshme prej /4.876.789(kater milion e teteqinde e shtatedhjet egjashte e mije e shtateqinde e tetedhjetdhjet e nente) leke pa tvsh

/, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraparak)

PO X JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*) VENDIM NR 708/2024 date 19.06.2024

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JOx

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*)_____

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]