

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[07.05.2024]

Drejtuar: [T R I M E D SHPK [Autostrada Tiranë-Durrës, km.10 Kashar Tirana AL, 1001]
]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje Centrifuge per banken e gjkut **LotitREF 98896-03-20-2024 lloji i procedures E hapur e thjeshtuar**]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. T R I M E D SHPK NIPT K51612031J

Vlera 4.876.789 (kater miljon e teteqinde e shtatedhjet egjashte e mije e shtateqinde e tetedhjetdhjet e nente) leke pa tvsh

2.FEDOS NIPT K01514009I

Vlera 5.200.000 (pese miljon e dyqinde e mije)lele pa tvsh

3. BIOMETRIC Albania NIPT J61827062E.

4. Krijon NIPT K12023001A

5. ALMedical NIPT K21511002I

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. BIOMETRIC Albania NIPT J61827062E.

Veç kapakut të jashtëm të ketë edhe një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit

- Kapaku i jashtëm të jetë i kapur ne mentesha dhe i pajisur me krah pneumatik për të lehtësuar

hapjen/mbylljen e tij. Të jetë i pajisur gjithashtu edhe me brava sigurie automatike, të cilat garantojnë kyçen e plotë të tij

- Sistem automatik vet-kontrolli i shpejtësisë së rotorit, temperaturës, puthitjes së derës, mos-balancimit korrekt të centrifugës.

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit.

- Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi kapakun e jashtëm, i cili duhet të jetë i kapur ne mentesha dhe i pajisur me krah pneumatik për të lehtësuar hapjen/mbylljen e tij.

- -Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi sistemin automatik të vetëkontrollit të shpejtësisë së motorit, temperaturës, puthitjes së derës, mos-balancimit korrekt të centrifuges.

2. Krijon

NIPT K12023001A

Veç kapakut të jashtëm të ketë edhe një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit

- Kapaku i jashtëm të jetë i kapur ne mentesha dhe i pajisur me krah pneumatik për të lehtësuar hapjen/mbylljen e tij. Të jetë i pajisur gjithashtu edhe me brava sigurie automatike, të cilat garantojnë kyçen e plotë të tij

- Sistem automatik vet-kontrolli i shpejtësisë së rotorit, temperaturës, puthitjes së derës, mos-balancimit korrekt të centrifugës.

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar

“Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit.

- Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi kapakun e jashtëm, i cili duhet të jetë i kapur ne mentesha dhe i pajisur me krah pneumatik për të lehtësuar hapjen/mbylljen e tij.

- -Nuk ka asnjë përshkrim në katalogun e përkthyer dhe noterizuar, dokumentat e emërtuar “Katalog_Hettich” dhe “Hettich_Set” mbi sistemin automatik të vetëkontrollit të shpejtësisë së motorit, temperaturës, puthitjes së derës, mos-balancimit korrekt të centrifuges.

3. ALMedical

NIPT K21511002I

Veç kapakut të jashtëm të ketë edhe një kapak tjetër të brendshëm, i cili rrotullohet se bashku me rotorin e që bën të mundur mbrojtjen e qeseve të gjakut nga çarjet/dëmtimet aksidentale gjatë centrifugimit.

- Të jetë i pajisur me lexues barkodi për një regjistrim më të lehtë të të dhënave të procesit të centrifugimit.

- Adaptor për qeset e vogla apo me mbushje të reduktuara.

- Kapaku të jetë i pajisur në qendër të tij me një dritare të vogël xhami transparent për të mundësuar kontrollin nga jashtë të shpejtësisë së rrotullimit.

- Buton për hapjen emergjente të derës në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike apo avarive të tjera

- Mundësi për lidhje të jashtme me kompjuter më qëllim mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave të punës.

- Të jetë e pajisur me modul informatik /software për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave të proceve të plota të centrifugimit

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Kapak i brendeshem

- Lexues barkodi

- Adaptor për qeset e vogla

- Dritare të vogël xhami për të mundësuar kontrollin nga jashtë

- Mundesin per transferimin e te dhenave (lidhje të jashtme me kompjuter)

- Modul informatik (për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave)

OE ne katalogun e paraqitur te perkthyer dhe noterizuar i mungojne specifikimet e permendura me siper dhe te radhitura me poshte :

- Kapak i brendeshem

- Lexues barkodi

- Adaptor për qeset e vogla

- Dritare të vogël xhami për të mundësuar kontrollin nga jashtë
- Mundësin për transferimin e të dhënave (lidhje të jashtme me kompjuter)
- Modul informatik (për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave)
- Buton për hapjen emergjente - Faza: Vlerësim Teknik

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [T R I M E D SHPK], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [Vlera 4.876.789 (kater milion e teteqinde e shtatedhjet egjashte e mije e shtateqinde e tetedhjetdhjet e nente) leke pa tvsh] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.