



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE  
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC

Pogradec me 29 /02/2024

Nr. \_\_\_\_ Prot.

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“Blerje materiale mjekimi për nevoja të Drejtorise se sherbimit Spitalor Pogradec” ndarë në lote, gjithsej 2 (dy) Marrëveshje Kuadër me nje operator ekonomik (një OE të vetëm fitues për secilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

**Materiale mjekesore te konsumueshme 33140000-3**

**Fondi limit/ Vlera e pritshme e kontratave per te dy lotet : 6,989,021**  
(gjashtemilionenenteqindetetedhejtenentemijeenjezetenje ) lekë pa TVSH

**REF-98969-03-20-2024**

**Loti 1 – Blerje materiale mjekimi per nevoja spitalore me vlerë 3,184,409**  
(tremilionenjeqindetetedhejtekatermijeekaterqindenente) lekë pa TVSH.

**REF-98973-03-20-2024**

**Loti 2 – Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore me vlerë 3,804,612** (tremilionetetqindekatermijeegjashteqindedymbedhejt)lekë pa TVSH.

**REF-98975-03-20-2024**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për

kualifikim për procedurën "Blerje materiale mjekimi me 2 (dy) lote", me përmbajtjen si më poshtë:

## **KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

### **1. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

*a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

*b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8;*

### **-Për secilin lot**

**Shënim\*:** Operatori Ekonomik i renditur i pari, me njohjen e renditjes nëpërmjet SPE dhe përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të dorëzojë dokumentet provuese të parashikuara në shkronjat "a", "b", "d", "dh", "e", "h", "i", "j" të pikës 2 të nenit 26 të VKM 285/2021 (Rregullat e Prokurimit Publik) e ndryshuar, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në original ose në kopje të njësuara me origjinalin.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26,29,30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

### **2. Ofertuesi duhet të paraqesë:**

#### **2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:**

##### *Sipas kritereve të përgjithshme të kualifikimit*

2.1.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent ISO 13485 "Per Sistemin e menaxhimit të cilësisë" /ose ekuivalent/ të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar, ose në rastin kur OE ofertues nuk është prodhues të paraqesë **Vetëdeklarim ku të deklarojë se furnizuesi është konform Standardeve të Cilësisë.**

*Vetëdeklarimi do të verifikohet në procesin e vlerësimit të dokumentacionit, dhe në rastin e shpalljes fitues, OE do të dorëzojë Certifikatën në fjalë. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

### **-Për secilin lot**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77,79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

2.1.2 Ofertuesi duhet të jete i certifikuar me ISO 9001:2015 per Import,eksport ,tregetim te materialeve mjekesore ose ekuivalente të vlefshme, për fushën e veprimtarisë që përfshin objekti i prokurimit.

Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse të vlefshme. *Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

#### **-Për secilin lot**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, 79të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika1, 3,4 të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se zotërojnë Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën /shërbimin në mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

2.1.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE të vlefshme, ose Certificate FDA, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit te tyre.

#### **Për secilin lot**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 44, pika 1,3,4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik ”Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se Certifikatat përkatëse që i mundëson Autoritetit Kontraktor për të verifikuar dhe krijuar besimin që OE ofertues është në gjendje të realizojë punën/shërbimin në

mënyrë cilësore që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente

## **2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vertetim për xhiron vjetore për tre vitet e fundit financiare ( 2020,2021,2022 ) ku vlera e xhiros minimale për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përlogaritur të fondit *limit / vlera e pritshme e kontratave të lotit apo shumës së loteve për të cilët oferton. Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatori ekonomik arrin vlerën e xhiron minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti kontraktor.*

### **-Për secilin lot**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar të nevojshme përfshirjen e kriterit , në mënyrë që t’i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës të mundshëm si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës

**Neni 77 pika 3 te LPP :** *Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.*

**Neni 43 pika 1 të VKM:** *Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.*

**Neni 43 pika 2 c të VKM:** *Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:*

*c) 40 % të vlerës së parashikuar të kontratës ,në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulet monetar, dhe në procedurat e prokurimit shërbim konsulence.*

## **2.3 Kapaciteti teknik:**

**Për sa i përket aftësisë teknike e profesionale operatori ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhteme minimale:**

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit **nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës**, në një vlerë jo më të vogël **se 20%** e vlerës së perlllogaritur të fondit limit për secilin prej lotëve / **shumatores se lotëve për të cilat oferton**

-Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku shihen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose /dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shihen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara ose fatura tatimore të shitjes.

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shihen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

#### **-Për secilin lot**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit për secilin lot, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë vendin e prodhimit të mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

**Argumentimi:** Ky kriter vendoset me qëllim njohjen e origjinës së mallit dhe kompaninë prodhuese për të identifikuar në mënyrë të qartë atë gjatë lëvrimit të tij dhe për të pasur sigurinë që i njëjti mall i ofertuar do të lëvrohet në destinacion në përputhje me nenin 40, pika 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, dhe kësaj kërkesë i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me sukses të kontratës pra të garancisë së furnizimit të mallit objekt prokurimi.

#### **-Për secilin lot**

2.3.3 Operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim nga kompania prodhuese/ MAH /ose nga Distributori zyrtar i Autorizuar nga prodhuesi per teritorin e Shqiperise,ku ne cdo rast teprovohet/ dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin per lejimin e tregtimit te artikuljeve te tij . (te perkethyer dhe te noterizuar) Autorizimi duhet te jete i vlefshem ne momentin e hapjes se ofertave.

**Argumentimi:** Ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, te ndryshuar, ku eshte e cituar: *5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor ose një etiketë ekuivalente, Brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/entikontraktor.* Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, autorizon operatorin ekonomik që ta furnizojë me produktet e tij; domosdoshmëria e tij lidhet me garancinë e mallit të cilën e jep prodhuesi dhe jo operatori ekonomik ofertues

### **Per secilin lot**

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim të vlefshëm per tregtimit te pajisjeve mjeksore të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sipas ligjit 89/2014 ”Per pajisjet mjekesore”. (e vlefshme vetem per OE lokalë/vendas)

**Argumentimi:** Ky kriter eshte vendosur ne perputhje me piken 1/a dhe 2 te nenit 77 te Ligjin nr. 162/2020 ”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejmë te percaktuar se: *1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale , pika 2 neni 77 te ligjit nr 162/2020 ku citohet “Per sa i perket pershtatshmerise per te kryer nje veprimtari profesionale, autoritet ose entet kontraktore mund te kerkojne qe operatoret ekonomike te regjistrohen ne nje nga regjistrat profesionale ose tregtare. Gjithashtu ky kriter eshte bazuar dhe ne nenin 21, 22 dhe 23 te Ligjit Nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekesore”.*

### **Për secilin lot**

2.3.5 Kërkohe të paraqiten katalogë teknike për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specififikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DST.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur në përputhje me nenin 4 pika 38, nenin 36 dhe 77 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik, si dhe me piken 6/b të nenit 40, të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: *6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: b. fotografitë apo katalogët teknike;* .

2.3.6 Kërkohe të paraqiten mostra për të gjithë artikujt e ofruar :

Dorëzimi i kampineve /mostrave të bëhet pranë Autoritetit kontraktor , të mbyllura me ngjitese në kuti jo transparente të vulosura . mostrat do të dorëzohen pranë KVO-se me anë të një procesverbali të firmosur nga përfaqësuesi i operatorit ofertes dhe KVO-se ,dy ditë përpara hapjes së procedurës ORA 10:00

Mostrat e dorëzuara duhet të jenë të shoqëruara me listën e inventarizimit dhe të identifikuar sipas Nr rendor të formularit të cmimit. Nëse ka mungesa mostrash për artikuj të vecantë ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar , atëherë oferta do të quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do të skualifikohet.

**Argumentimi:** Ky kriter është vendosur nga ana e Autoritetit Kontraktor me qëllim vërtetimin se operatori ekonomik i plotëson kërkesat minimale në përputhje me nenin 40, pika 6 a) të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. ku shprehet rrjedhimisht: *6. Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:*

- a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose

Paraqitja e mostrave i shërben autoritetit kontraktor për të gjykuar më mirë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara për objektet që prokurohen me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga AK.

### **Për secilin lot**

2.3.7. Operatori ekonomik te paraqes nje vetedeklarim ne rast se shpallet i sukseshem ,qe do te beje rregjistrimin e materialeve te mjekimit per te cilat eshte shpallur i sukseshem ne Regjistrin kombetar te pajisjeve Mjekesore prane Agjensise Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve mjekesore ne perputhje me nenin 13 te Ligjit 89/2014 i ndryshuar me ligjin 21/2020 date 5.3.2020

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 82 të LPP, nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik

### **Për secilin lot**

#### o CERTIFIKATAT E CILËSISË

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje. Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

Në seksionin e specifikimeve teknike, *komisioni* vendosi te njëjtat specifikime teknike dhe sasi e kërkesa të përcaktuara nga hartuesit e specifikimeve teknike të dokumentuara sipas shkresës për përlogaritjen e fondit limit të hartuar nga grupi I punës në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**Loti 1 : ” Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja spitalore”**



Nr	Artikulli	Specifikime teknike
	<b>Garza, Bende, te tjera konsumable te pergjithshme</b>	
1	Bende 7cm x 4 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20
2	Bende 10 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20
3	Bende elastike 7.5cm x 4m	100% pambuk elastik, pesha 80-90g/cm <sup>2</sup>
4	Bende allcie 10cm x 2.7m	Paketimi individual plastik
5	Bende adesive 10 cm x 15 m	Cope e pathurur poroze, elastike. Ana ngjitese e mbrojtur me leter te shqiteshme
6	Bende 20 cm x 10 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20
7	Bende allcie 15cm x 2.7m	Paketimi individual plastik
10	Kompreshe sterile 5cm x 5cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 6pala; jo me shume se 5 cope/pako
11	Kompreshe sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako
13	Kompreshe sterile 10cm x 20cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 12pala; jo me shume se 5 cope/pako

14	Komprese sterile 10cm x 10cm	100% pamb absorbent, dendesia 24x20, 16pala; paketim individual (1 cope/pako)
17	Hemostatik kolageni i absorbueshem	Siperfaqe 100-110 cm2, me origjine nga tendinet e kuajve, 2.8 mg/cm2 fibrile kolageni ose ekuivalent
18	Garze abdominale	Garze sterile, e detektueshme nga rrezet-x, 100% pambuk absorbent, me 6 pala, dimensionit i nje pale 45x45cm, dendesia 28x28, me funde te qepura, me lak lidhes, jo me shume se 5 cope per pako
19	Garze 91 cm x 100 m	100% pambuk absorbent, dendesia 24x20
20	Fiksues kanjule	Fiksues kanjule / afersisht 8.5 cm x 6 cm / materiali , TNT adezive hipoalergjik /poliuretan dhe me garze perthithese ne mes, me kompresim te dyfishte .
21	Pambuk kirurgjikal	100% pambuk hidrofil, pakete 100g
22	Pulla injeksioni	Dimensionet e peraferta: 0.9 cm x 3.8 cm , me garze perthithese ne mes dhe dy anet me ngjites antialergjik

24	Leukoplast antialergjik 5cm x 5m	cope e padeptueshme mendafshi, me ngjites antialergjik
	<b>Sisteme dhe doreza</b>	
27	Sisteme infuzioni	Sistem infuzioni transparente dhe fleksibel e pershtatshme si per shishet edhe per qeset e infuzionit, e pajisur me valvol ajrimi + filter + age , luer luck + bashkuese e gomuar ne forme "Y" ose "flashball" , me PP flow rregullator , 20 pika / 1ml , e paketuar me qese te sterilizuar .
28	Doreza ekzaminimi (ndare sipas numrit)	Josterile , me latex natyral , me puder , me permasa XS, S, M, L.
29	Doreza kirurgjikale sterile (ndare sipas numrit)	Doreza kirurgjikale me puder, latex natyral, paketuar ne zarfe letre te sterilizuar me rreze Gama ose gaz Etilen sipas normativave EN; madhesia 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5
30	Lama bisturie	Nr: 15, 20, 21, 22, 23, 24
	<b>Materiale konsumi per respirim, aspirim, infuzion</b>	
33	Absorbues CO2 per Anestezi	Permbajtja: Hidroxid Calciumi dhe Natriumi. Granulariteti 3÷5 mm. pH: 12 - 14. Ndryshim ngjyre pas saturimit me CO2.
37	Sonde oksigjeni pediatrike	nazale, pediatrike L=1.6+0.6 m, diam .4 mm
39	Komplet aerosoli me tub zgajtues 1.5m	maske me rezervuar per medikamente
42	Dren pleural	Tip trocar me brima anash

43	Dren silikoni	Ch 16-28, L=50cm, me vrima a neseore i detektueshem nga rrezet X
44	Dren Kehr	silikon, Ch 10-14-16-18-20
49	Dren me troakar	Ch12-Ch20
50	Pleurovac me regullator tub zgjates me varse per krevat	3-chambers, tub zgjatues silikoni 1.8-2m, vellimi mbi 2100-2500ml, pajisur me rregullatore te integruar presioni dhe lageshtie dhe valvol sigurie
76	Urinokol pediatrik	
80	Zhgute	
83	Kateter aspirimi pediatrik	Ch 8, 10
91	Maske Laringeale PVC	Maske PVC me nje perdorim. Madhesia Nr.1÷5
96	Spekulum vaginal	Steril, nje perdorimesh.
	<b>Materiale konsumi per monitorim diagnostike</b>	
102	Leter printeri ECHO	
106	3-kanale	
108	Leter printer monitori	
110	Xhel per ECHO	Bidone 5 kg , Xhel - Transonic / Transparent , densiteti - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona
111	Xhel per EKG	Bidon 5 kg , Elektro-Xhel / ECG , densiteti - - 1/02 gr /ml + nje pistone dhe dy shishe 250 ml boshe , per cdo kater bidona

112	Elektroda monitorimi EKG	Elektroda monitorimi njeperdorimeshe
115	Aparat tensioni	Me manometer
116	Steto-fonendoskop	Koke e sheshte
117	Ndricues oral	Me bateri;
118	Termometer	termometer pacienti
122	Gojez spirometrike	

**Loti 2 : “ Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja spitalore”.**

Nr	Artikulli	Specifikime teknike
	<b>Materiale mjekimi per Anestezi -reanimacion</b>	
1	Kanjule intravenoze	14G , me valvol
2	Kanjule intravenoze	16G , me valvol
4	Kanjule intravenoze	20G , me valvol
5	Kanjule intravenoze	22G , me valvol
6	Kanjule intravenoze	24G, me valvol

9	Age spinale atraumatike	Pencil point; 22G - 26G; L=7-9cm
12	Ventil tre-rrugesh	
13	Ventil tre-rrugesh me zgjatues	Tub 10-25 cm gjatesi
15	Kateter Foley 2-rruge	Silikon Foley Ped-adult 2-rruge 12G-20G
18	Sonde gastrike	
20	Sonde rektale pediatrike	
21	Qese urine	2000ml, me valvol

32	Kateter urinar	2 rruges, 16 ch, balon 30 -50 ml
33	Kateter urinar	2 rruges,20 ch, balon 30-50 ml
34	Kateter urinar	2 rruges, 18 ch, balon 30-50 ml
38	Sfungjer Nazal pa fill, epistaksis	Me perberje polivinil acetat i hidroksilizuar, kompresim i dyfisht, pa fibra, me absorbim te larte, hemostatik dhe biokompatibel, me permasa: Gjatesi 10 cm, gjeresi 1.5 cm dhe lartesi 2.5 cm
	<b>Shiringa, Age</b>	
42	Shiringa 50cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,

43	Shiringa 20cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 20 G , 3 pjese,
44	Shiringa 10cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 21 G , 3 pjese,
45	Shiringa 5cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 22 G , 3 pjese,
46	Shiringa 2cc	Shiringe nje perdorimeshe , sterile , me Age 23G , 3 pjese,
47	Shiringa insuline	Sterile, tre pjeseshe, me Age 26G
48	Age 18G	sterile
49	Age 20G	sterile
50	Age 21G	sterile



51	Age 23G	sterile
	<b>Materiale nje perdorimeshe per kirurgji</b>	
58	Perparese kirurgu sterile	Perparese kirurgu me peshe jo me pak se 55 g / cm <sup>2</sup> , me fundin e kraheve 8 cm te thurura me jake rrethore, me kemishe me materjal PP, e sterilizuar, me permasat L; XL; XXL. ngjyre jeshile ose blu
59	Perparese vizitoresh	Perparese vizitoresh me peshe jo me pake se 20 gr, me menge elastike dhe jake rrethore

61	Kapele kirurgu	Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 gr.m <sup>2</sup> , me lidhese poshte qafes, pa latex.
62	Kapuc per infermjere	Cope e pathurur me peshe jo me pak se 25 gr.m <sup>2</sup> me fund elastik , pa latex.
63	Qese per veshje kepucesh	Qese PVC, me mbyllje elastike
64	Beze kirurgjikale sterile 50x75cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me permasa 50x75cm

65	Beze kirurgjikale aktive 7.5 cm x 7.5 cm	Cope e thurur, me thithje te shpejte per plage, me perberes polyakrylate (SAP) me veshje celuloze and solucion ringer, 7.5 cm x 7.5 cm ose ekuivalent
66	Beze kirurgjikale sterile 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m2, me permasa te copes 75x90cm

67	Beze kirurgjikal sterile me vrime 200 x 250 cm	Cope e pathurur e veshur me polietilen, jo invazive, me peshe jo me pak se 35 gr/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive,me permasa te copes 200 x 250 cm
68	Beze kirurgjikale sterile me vrime 75x90cm	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m <sup>2</sup> , me vrime rrethore , diameter 5 cm , me buze adesive, me permasa te copes 75x90cm

69	Beze kirurgjikale sterile me vrime (100 x 150cm)	Cope e pathurur, e veshur me polietilen, joinvazive, me peshe jo me pak se 35g/m2, me vrime rrethore , me diameter 10 cm , me buze adesive, me permasa te copes 100 cm x 150 cm .
	<b>Materiale qepes kirurgjikale</b>	
	<b>Sutura mendafshi</b>	

74	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-35	me age 1/2 rrethore
75	Silk -USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-35	age 1/2 rrethore
78	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore
79	Silk -USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	age 1/2 rrethore prerese

80	Silk -USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore shpuese
83	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore shpuese
84	Silk -USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore prerese

86	Nylon- USP 4-0; Gjatesia fijes 45-50 cm; Dimensioni i ageve 14-15	Monofilament I tejdukshem, age 3/8 rrethore, reverse cutting, slip point
	<b>Sutura Sintetike te Absorbueshme</b>	
95	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 40-50	me age 1/2 rrethore



96	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 30-40	me age 1/2 rrethore
97	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore

98	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 4- 0; Gjatesia e fijes 70-90 cm; Dimensioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore
99	Poliglctin ose PGA , Coated-USP5-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22	me age 1/2 rrethore
101	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 2- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age

102	Poliglctin ose PGA , Coated- USP 3- 0; Gjatesia e fijes 2.5 m	me ligature pa age
111	Polydioxone-USP 2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-35	me age 1/2 rrethore
112	Polydioxone-USP 3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30	me age 1/2 rrethore
	<b>Suture Polipropileni</b>	

120	Polypropylene-USP1, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore
123	Polypropylene-USP0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore
125	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 25-30 mm	1/2 rrethore

126	Polypropylene-USP2-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 30-40 mm	1/2 rrethore. Shpuese
128	Polypropylene-USP3-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 20-30 mm	1/2 rrethore. Shpuese
130	Polypropylene-USP4-0, Gjatesia fijes 70-90cm; dimesnioni i ageve 17-22 mm	1/2 rrethore. Shpuese

	<b>Mesh kirurgjikal per hernia-laparaskopi.</b>	
151	Mesh e vogel	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 150cm2
152	Mesh e madhe	Pjeserisht e absorbueshme (90-120 dite) me perberje polipropilen dhe PGA dhe koprolakton (PP/PGACL)Fije monofilament; pesha e meshes < 30 g/m2, siperfaqja jo me pak se 900cm2, porozitet > 75 mikron
	<b>Sutura per okulistike</b>	

156	Polyamide 6 dhe 66- USP 10-0, Gjatesia e fijos 30-45 cm, Dimensioni i ageve 5-8 mm	spatula 1/2ose 3/8 rrethore, double
	<b>Te tjera materiale qepes kirurgjikale</b>	
	<b>Dezinfektante Mjekesore dhe Kirurgjikale</b>	
171	Dezinfektant instrumentash me baze Glutaraldehyde- Formaldehyde	Per dezinfektimin manual te instrumenteve kirurgjikale, perfshire endoskopet dhe fibroskopet. Te kete efekt baktericid, fungicid, tuberkulocid, antiviral (perfshire HBV/HIV)Te furnizohet si komplet me solucion e pa - aktivizuar dhe aktivizuesin per perzierjen dhe perftimin e solucionit te gatshem per perdorim.Permbajtja: min. 2% glutaraldehyde, etj. Te furnizohet si solucion i gatshem per perdorim (max 5 litra / ene). Te kete referenca perdorimi nga firmat e njohura te endoskopeve dhe fibroskopeve

172	Solucion i koncentruar enzimatik	Per pastrimin e mbetjeve ne instrumentat mjekesore-kirurgjikale, vecanerisht endoskopet dhe instrumentat mjekesore dhe kirurgjikale me pjese te levizeshme dhe lumene te vegjel. Te kete baze enzimatike. Te furnizohet si koncentrat per tu holluar me uje ne masen 1-3% . Te jete efektiv per pune ne uje me temperature te zakonshme (~20°)
-----	----------------------------------	--



174	Detergjent	<p>Dezinfektim të shpejtë dhe të vazhdueshme të të gjitha sipërfaqeve, plane sanitare, dysheme, dhe objekteve. Dezinfektanti përmban 10 % Didecildimetilammonio Cloruro dhe 2 % Isotiazolinone Magnesio Cloruro , perdoret duke u tretur 20 ml ne 1 liter uje</p>
-----	------------	---

175	Xhel shumeperdorimsh	Per desinfektimin e duarve te personelit mjekesor , Antiseptik i shpejte dhe efektiv, i gatshem për ta përdorur , pa nevojën përdorimin e ujit për shpëlarje. Te furnizohet në enë 1 - 3 liter të pajisura me dozator.
176	Chlorhexidine gluconate	4% chlorexidine gluconate; . Antiseptik me efekt baktericid, fungicid, antiviral . Për kirurgët për desinfektimin e duarve , larja e plotë e pacientëve përpara ndërhyrjes kirurgjikale, i gatshem për ta përdorur

177	Peroksid Hidrogjeni 3%	Peroksid hidrogjeni 3% e vëllimit . Për përdorim të te plageve te jashtëme , i gatshëm për ta përdorur
178	Formaldehid	Solucion 35-40%
181	Dezinfektante ambjenti	Rodenticid, perberes aktiv Coumatetralyl - 0.0375 g / 100 g

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

### **Specifikime teknike te pergjithshme**

Afati i skadencës: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimit të mallit në destinacion.

Skadenca duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësore detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedurë prokurimi.

**Të respektohen specifikimet teknike të kërkuara nga shërbimet për çdo artikull.**

Në lidhje me *kushtet e veçanta për kualifikim*, njësia bazuar në rregullat e prokurimit publik të referueshme, në raport me shumën dhe shërbimin e kërkuar përcaktoi këto kritere si minimumin e kërkuar për t'u plotësuar nga operatorët ekonomikë.

Njesia e prokurimit, referuar nenit 49 pika 3 të ligjit Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 përcaktoi afatet e dorëzimit dhe hapjes të ofertave si me poshtë :

**Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :**

**Data: 02.04.2024 Ora: 14:30**

#### **Njesia e Prokurimit**

Aurora Çobani - Kryetare e Njesise se Prokurimit

Rexhina Adri - Antar, Jurist

Armando Seitllari -Antar,Ekonomist